



KERNFORSCHUNGSANLAGE JÜLICH
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
Institut für Reaktorexperimente

Gammaenergien


2. Auflage

Teil I

von
Chr. Meixner

JüI - 1087 - RX
Juli 1974

Als Manuskript gedruckt



Berichte der Kernforschungsanlage Jülich - Nr. 1087

Institut für Reaktorexperimente Jül - 1087 - RX

Dok.: Gamma Energy - Tables
 Nuclides Tables
 Nuclides - Gamma Energy
 Saturated Activity

Im Tausch zu beziehen durch: ZENTRALBIBLIOTHEK der Kernforschungsanlage Jülich GmbH,
 Jülich, Bundesrepublik Deutschland

Gammaenergien

2. Auflage

Teil I

Tabelle 1: **Nuklide geordnet nach
Ordnungszahlen**

Tabelle 2: **Durch geladene Teilchen erzeugte
Nuklide geordnet nach Energien**

Teil II

Tabelle 3: **Durch Neutronen erzeugte Nuklide geordnet nach Energien**

Tabelle 4: **Sättigungsaktivitäten**

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	1
Einleitung zur 1. Auflage	2
Einleitung zur 2. Auflage	4
Auswertung der Originaldaten	5
I. Zusammenfassung der Daten	5
II. Berechnung der absoluten Intensitäten	6
Literaturverzeichnis	15
Tabelle 1	
Nuklide nach Ordnungszahl geordnet	29
Tabelle 2	
Durch geladene Teilchen erzeugte Nuklide nach Energien geordnet	171

Zusammenfassung

Die Tabellen enthalten die Gammaenergien nahezu aller Radionuklide, die im Reaktor oder mit Neutronengeneratoren erzeugt werden können; d.h. alle neutronenreichen Nuklide sowie die Nuklide, die durch $(n,2n)$ -Reaktionen erzeugt werden können. Außerdem sind von den protonenreichen Nukliden diejenigen vollständig aufgenommen worden, die in der Medizin und der Aktivierungsanalyse mit geladenen Teilchen eine Rolle spielen.

Von den Nukliden werden die Gammaenergien, deren Fehler, die Intensitäten, deren Fehler sowie die Halbwertszeit, die Zerfallsart und die Erzeugungsreaktionen angegeben. In einer gesonderten Tabelle wird für Nuklide, die durch Reaktionen mit Neutronen erzeugt werden, die jeweilige Sättigungsaktivität angegeben.

In der ersten Tabelle sind die Nuklide nach aufsteigender Ordnungszahl geordnet, in der zweiten Tabelle sind die natürlichen Radionuklide und die durch Reaktionen mit geladenen Teilchen erzeugten Nuklide nach ihren Energien geordnet. In der dritten Tabelle sind die durch Neutronen erzeugten Nuklide nach den Energien geordnet und in der vierten Tabelle sind die Sättigungsaktivitäten angegeben.

Einleitung zur 1. Auflage

Die große Zahl an Messungen von Gammaenergien mit hoher Genauigkeit ließ es als sinnvoll und erfolgversprechend erscheinen, eine Zusammenstellung von Energien durchzuführen, die die Genauigkeitsanforderungen von Messungen mit Germaniumzählern voll erfüllen.

Auf Anregung des Autors bildete sich daher in der Kernforschungsanlage Jülich ein kleiner Arbeitskreis, der zunächst ohne Systematik die bei der Zeitschriftenlektüre gefundenen Meßwerte zusammentrug. Da in diesem Kreis hauptsächlich auf dem Gebiet der Aktivierungsanalyse mit Neutronen gearbeitet wird, liegt auch das Schwergewicht auf den Gammaenergien der neutronenreichen Nuklide. Protonenreiche Nuklide wurden nur insoweit aufgenommen, als sie durch Reaktionen mit Neutronen erzeugt werden können oder die Gammaenergien zufällig beim Studium der Zeitschriften gefunden wurden.

Anhand der RECENT REFERENCES der NUCLEAR DATA SHEETS wurde dann nach weiterer Literatur gesucht, um möglichst alle neutronenreichen, gammaemittierenden Nuklide zu erfassen. Dabei wurden allerdings auch weniger genaue Messungen mit Szintillationszählern aufgenommen, damit auch die kurzlebigen Spaltprodukte in den Tabellen enthalten sind. Es wurde allerdings kein Wert auf Vollständigkeit der erfaßten Literatur gelegt; die Literatursuche wurde beendet, sobald mehrere konsistente Messungen vorlagen. Die für jedes Nuklid verwendete Literatur ist im Literaturverzeichnis angegeben. In jedem Fall wurde für Angabe der Linienintensität die TABLES OF ISOTOPES zum Vergleich herangezogen, sie sind aber im Literaturverzeichnis nur angegeben, wenn auch Gammaenergien übernommen wurden.

Da erfahrungsgemäß die Identifizierung schwacher Linien in einem Spektrum am längsten dauert, weil man oft nicht weiß, ob es sich um eine schwache Linie eines bereits identifizierten Nuklides handelt, oder um eine starke Linie eines noch unbekannten Nuklides, das in niedriger Konzentration vorhanden

ist, wurde Wert auf die Vollständigkeit der Gammaenergien für jedes Nuklid gelegt. Deshalb wurden teilweise auch solche Energien aufgenommen, die in den Originalarbeiten ohne Intensität angegeben wurden oder nicht in das Zerfallsschema eingeordnet werden konnten. Wegen der großen Zahl an Energien, die in den Tabellen enthalten sind (etwa 10 000), läßt es sich nicht ausschließen, daß trotz sorgfältigster Kontrolle Fehler unterlaufen sind. Entsprechende Hinweise werden daher dankbar angenommen.

Zusätzlich zu den Gammaenergien wurden noch einige weitere Daten in die Tabellen aufgenommen, die die Identifizierung unbekannter Spektren erleichtern, wie z.B. Halbwertszeit, Erzeugungsart und Sättigungsaktivität.

Allen Mitarbeitern des Arbeitskreises sei für ihre Bemühungen und Hilfe beim Zusammentragen der Daten gedankt. Mein ganz besonderer Dank gebührt aber Frau Jungen und Fräulein Hick, die durch sorgfältige Rechnungen, Datenvergleiche und dem Beschriften der Zeichnungen einen maßgeblichen Anteil am Gelingen der Arbeit haben.

Einleitung zur 2. Auflage

Für die zweite Auflage wurde das Konzept der ersten Auflage der Gammatabellen im wesentlichen beibehalten.

Die Zahl der darin enthaltenen Nuklide konnte von 500 auf etwa 700 erhöht werden und enthalten jetzt mehr als 15000 Gammaenergien. Die Darstellung der Tabellen, in denen die Nuklide nach den Energien geordnet sind, wurde umgestaltet, so daß sie für die Analyse unbekannter Spektren etwas übersichtlicher sind. Außerdem wurden die Nuklide anders zusammengefaßt und Tabelle 3 enthält nun alle Nuklide, die durch Neutronen erzeugt werden können. Tabelle 2 ist zusätzlich hinzugekommen und enthält im wesentlichen die natürlichen radioaktiven Nuklide und die durch geladene Teilchen erzeugbaren Nuklide. Die Tabelle 4 der ersten Auflage (Nuklide geordnet nach den Halbwertszeiten) wurde aus Platzgründen nicht mehr mit aufgenommen.

Auswertung der Originaldaten

I) Zusammenfassung der Daten

Die Gammaenergietafeln sollen nicht lediglich eine Zusammenstellung verschiedener Messungen sein, sondern es war das Ziel, dem Benutzer einen "besten Wert zu empfehlen". Daher mußten die Messungen verschiedener Autoren zusammengefaßt und ein sinnvoller Mittelwert angegeben werden. Bei der Mittelung wurden die reziproken Fehlerquadrate als Gewichtungsfaktoren benutzt. Dabei wurde angenommen, daß die angegebenen Fehler der Energien bzw. Intensitäten dem 1σ -Wert entsprechen. Der Mittelwert der Messungen x_i , $i=1, \dots, n$ mit den zugehörigen Fehlern Δx_i , $i=1, \dots, n$ ist gegeben durch

$$\bar{x} = \frac{\sum_i \frac{x_i}{(\Delta x_i)^2}}{\sum_i \frac{1}{(\Delta x_i)^2}}$$

Als Fehler dieses Mittelwertes kann man zwei Ausdrücke definieren

$$(\Delta x_1)^2 = \frac{1}{\sum_i \frac{1}{(\Delta x_i)^2}}$$

$$(\Delta x_2)^2 = \frac{\sum_i \frac{(\bar{x} - x_i)^2}{(\Delta x_i)^2}}{\sum_i \frac{1}{(\Delta x_i)^2}}$$


die man als interne bzw. externe Varianz bezeichnet. Bei rein zufälliger Verteilung der Messungen und rein statistischen Fehlern sind die beiden Varianzen gleich, sind die Messungen nicht unabhängig voneinander oder enthalten die Fehler auch

systematische Fehler, so kann die externe Varianz größer oder kleiner als die interne Varianz sein. In jedem Fall wurde in den Tabellen der größere der beiden Fehler angegeben.

Als Fehler der Energien wurden grundsätzlich die Angaben der Autoren verwendet und keine zusätzliche Wichtung vorgenommen. Die Fehler der Intensitäten sind in den Veröffentlichungen zum Teil nur lückenhaft angegeben und mußten mitunter geschätzt werden. Teilweise konnte aus dem angegebenen Zerfallsschema und den relativen Linienintensitäten die absolute Intensität berechnet werden; der sich dabei ergebende Fehler des Normierungsfaktors wurde quadratisch zu den Fehlern der Linienintensitäten addiert. Manche Autoren geben bei relativen Intensitäten auch für die Normierungslinie einen Fehler der Intensität an; dieser Fehler wurde dann grundsätzlich quadratisch zu den Fehlern der anderen Linien addiert und die Normierungslinie ohne Fehler belassen.

II) Berechnung der absoluten Intensitäten

Um aus den gemessenen Peakflächen die Aktivität des Strahlers berechnen zu können, ist die Kenntnis der absoluten Quantenausbeute der einzelnen Linien notwendig. In den meisten Fällen werden in den Veröffentlichungen nicht diese Größen angegeben, dagegen werden häufig angegeben: relative Intensitäten, Verzweigungsverhältnisse, relative Intensitäten von Konversionselektronen, Konversionskoeffizienten oder Intensitäten der β -Übergänge. Ist eine gewisse minimale Information gegeben, so lassen sich dann die Normierungsfaktoren für die Umrechnung von relativen γ -Intensitäten auf absolute Intensitäten berechnen. Im Folgenden werden hierfür einige Beispiele angegeben.



Beispiel 1

- Bekannt: 1. Intensität der β -Übergänge
 2. relative Intensität der γ -Übergänge
 3. Energien $E_1, E_2, E_3, E_4, E_5 > 700 \text{ keV}$,
 sodaß Konversionskoeffizienten vernachlässigt werden können, $E_6 < 700 \text{ keV}$,
 Konversionskoeffizient unbekannt.

Man kann nun Bilanzgleichungen aufstellen, die das Auffüllen und Leeren der verschiedenen Niveaus beschreiben. Im Folgenden stehen auf der linken Seite der Gleichungen jeweils die Terme, die das Auffüllen beschreiben und auf der rechten Seite die Ausdrücke, die das Leeren beschreiben.

$$I_{\beta_4} = N_{\gamma} (I_{\gamma_1} + I_{\gamma_2} + I_{\gamma_3}) \quad (1.1)$$

$$I_{\beta_3} + N_{\gamma} I_{\gamma_3} = N_{\gamma} (I_{\gamma_4} + I_{\gamma_5}) \quad (1.2)$$

Der Normierungsfaktor ergibt sich daraus als arithmetisches Mittel aus den Lösungen von Gleichung (1.1) und (1.2).

Beispiel 2

- Bekannt: 1. Intensität der β -Übergänge
 2. relative Intensität der γ -Übergänge
 3. relative Intensität der Konversions-
 elektronen.

Der Normierungsfaktor wird wiederum durch Lösen der Bilanzgleichungen gefunden.

$$I_{\beta_4} = N_{\gamma}(I_{\gamma_1} + I_{\gamma_2} + I_{\gamma_2}) + N_e(I_{e_1} + I_{e_2} + I_{e_3}) \quad (2.1)$$

$$I_{\beta_3} + N_{\gamma}I_{\gamma_3} + N_eI_{e_3} = N_{\gamma}(I_{\gamma_4} + I_{\gamma_5}) + N_e(I_{e_4} + I_{e_5}) \quad (2.2)$$

$$I_{\beta_2} + N_{\gamma}(I_{\gamma_2} + I_{\gamma_5}) + N_e(I_{e_2} + I_{e_5}) = N_{\gamma}I_{\gamma_6} + N_eI_{e_6} \quad (2.3)$$

$$I_1 + N(I_1 + I_4 + I_6) + N_e(I_{e_1} + I_{e_4} + I_{e_6}) = 100 \quad (2.4)$$

Man erhält also ein Gleichungssystem der Form

$$\begin{aligned} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 &= b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 &= b_2 \\ a_{31} x_1 + a_{32} x_2 &= b_3 \\ a_{41} x_1 + a_{42} x_2 &= b_4 \end{aligned}$$

Dieses Gleichungssystem wird nach den Regeln der Ausgleichsrechnung gelöst. Aus der Koeffizientenmatrix A bildet man die Normalmatrix $N = A'A$ mit der zugehörigen linken Seite $n = A'b$ und man erhält das Gleichungssystem

$$N x = n$$

Löst man das Gleichungssystem durch Matrixinversion, so kann man gleichzeitig den Fehler der Variablen, in diesem Fall der Normierungsfaktoren bestimmen.

Beispiel 3

- Bekannt: 1. Intensitäten der β -Übergänge
 2. relative Intensitäten der Gammaübergänge
 3. Konversionskoeffizienten

$$I_{\beta_4} = N_Y (I_{\gamma_1} (1+\alpha_1) + I_{\gamma_2} (1+\alpha_2) + I_{\gamma_3} (1+\alpha_3)) \quad (3.1)$$

$$I_{\beta_3} + N_Y I_{\gamma_3} (1+\alpha_3) = N_Y (I_{\gamma_4} (1+\alpha_4) + I_{\gamma_5} (1+\alpha_5)) \quad (3.2)$$

$$I_{\beta_2} + N_Y (I_{\gamma_2} (1+\alpha_2) + I_{\gamma_5} (1+\alpha_5)) = N_Y I_{\gamma_6} (1+\alpha_6) \quad (3.3)$$

$$I_{\beta_1} + N_Y (I_{\gamma_1} (1+\alpha_1) + I_{\gamma_4} (1+\alpha_4) + I_{\gamma_6} (1+\alpha_6)) = 100 \quad (3.4)$$

Das Gleichungssystem wird wie bei Beispiel 2 weiterbehandelt.

Beispiel 4

- Bekannt: 1. Relative Intensitäten der Gammaübergänge
 2. Kein Übergang in den Grundzustand
 d.h. $I_{\beta_1} = 0$
 3. Konversionskoeffizienten

Gleichung (3.4) in Beispiel 3 ist dann zu ersetzen durch

$$N_Y (I_{\gamma_1} (1+\alpha_1) + I_{\gamma_4} (1+\alpha_4) + I_{\gamma_6} (1+\alpha_6)) = 100 \quad (4.4)$$

Die vier genannten Beispiele können natürlich analog erweitert werden für Zerfallsschemata, die mehr Niveaus haben. Außerdem

können sowohl Konversionskoeffizienten und relative Konversions-elektronen-Intensitäten angegeben sein. In diesem Fall wird Beispiel 2 und 3 zu einem Gleichungssystem zusammengefaßt. Häufig fallen auch einige der in der Abbildung gezeichneten Übergänge aus, so daß das Gleichungssystem in jedem Einzelfall entsprechend zu modifizieren ist.

Berechnung der Sättigungsaktivitäten

Da bei der Bestrahlung der Proben im Reaktor die Aktivierung im wesentlichen durch thermische Neutronen erfolgt, wurde die Sättigungsaktivität der entstandenen Nuklide als Hilfe zur Identifizierung und Auswertung unbekannter Spektren zusätzlich zu den Gammaenergien in die Tabellen 1 und 3 aufgenommen. Die Sättigungsaktivitäten wurden auch für solche Nuklide angegeben, die selbst stark abgebrannt werden, wie z.B. ^{135}Xe , ^{182}Ta oder ^{198}Au , da dieser Wert zur Abschätzung der Aktivität bei kurzen Bestrahlungszeiten trotz allem nützlich ist. Bei den Nukliden ^{136}Xe , ^{183}Ta oder ^{199}Au wird dagegen lediglich angegeben, daß sie durch Neutroneneinfang erzeugt werden. Zusätzlich wird in Tabelle 4 die Sättigungsaktivität für die Erzeugung durch Neutronen aus anderen Energiebereichen angegeben. Zur Berechnung der Sättigungsaktivitäten durch thermische Neutronen wurden die Wirkungsquerschnitte, Häufigkeiten und Atomgewichte aus /1/ verwendet. Die Resonanzintegrale zur Berechnung der epithermischen Aktivierung wurden aus den in /2/ angegebenen Verhältnissen I_{res}/σ_0 und den thermischen Aktivierungsquerschnitten aus /1/ berechnet. Die Wirkungsquerschnitte für schnelle Neutronen entstammen /3/ und /4/. In der Tabelle ist jeweils die Sättigungsaktivität des entstandenen Nuklides angegeben, das Ausgangsnuklid läßt sich aus der betreffenden Reaktion ableiten. Für den Neutronenfluß wurde jeweils ein Zahlenwert von 10^{13} zugrunde gelegt. Für thermische Neutronen bezieht sich der Neutronenfluß auf Neutronen der Geschwindigkeit 2200 m sec^{-1} (konventioneller Neutronenfluß), bei epithermischen Neutronen bezieht er sich auf ein Lethargieintervall und bei schnellen Neutronen werden die Neutronen mit Energien größer als 1 MeV erfaßt, wobei das Spaltspektrum als Energieverteilung angenommen wurde. Die Sättigungsaktivität ist gegeben durch

$$A = \frac{\sigma^* \Phi h L}{M}$$

Setzt man für σ^* den entsprechenden Wirkungsquerschnitt in barn, die Häufigkeit h in Prozent, die Masse in g ein sowie $\phi = 10^{13}$, $L = 6.022 \cdot 10^{22}$ und berücksichtigt, daß $3.7 \cdot 10^{10}$ Zerfälle gleich 1 Ci sind, so erhält man die Sättigungsaktivität in Ci g^{-1}

$$A = \frac{\sigma[\text{barn}] \cdot h[\%]}{M[g]} \cdot 1.6277$$

Bei Nukliden, die sowohl durch direkte Aktivierung als auch über den Umweg über einen metastabilen Zustand erzeugt werden, (z.B. ^{60}Co aus ^{59}Co) sind für die Berechnung der Masse aus der Aktivität beide Erzeugungsarten zu berücksichtigen.

- /1/ NUKLIDKARTE, 3. Ausgabe, Der Bundesminister für
wissenschaftliche Forschung, Bonn 1968
- /2/ R. van der Linden; F. de Corte; J. Hoste
Resonance Integrals Applied to the Multiple Comparison
Method in Reactor Neutron Activation Analysis
Symposium on Applications of Nuclear Data in Science
and Technology, Paris, March 12 - 16, 1973
- /3/ A.I. Aliev; V.I. Drynkin
Handbook of Nuclear Data for Neutron Activation Analysis
Israel Program for Scientific Translations
Jerusalem 1970
- /4/ W.L. Zijp
Nuclear Data for Neutron Metrology
RCN - 73 - 017 (1973)

Literaturverzeichnis

AC 228	NUC. INSTR. METH. 52(1967) 349 C.R. ACAD. SCI. SER. B271 1970 165 J. PHYS. SOC. JAP. 29 (1970) 1377	AM 241	PHYS. REV. 97(1955)1687 BLG 425(1967) NUC. PHYS. A125(1969)217 NIC. INSTR. METH. 70(1969)237-244 UCRL-50156 LIVERMORE NIC. INSTR. METH. 84(1970)90-92 IAEA VIENNA 17 DEZ. 1969 RECOMMENDATION NUC. INSTR. METH. 77 (1970) 141-158
AG 102P	NUC. PHYS. A 178 (1971) 111		
AG 102	NUC. PHYS. A 178 (1971) 111		
AG 104P	NUC. PHYS. A 178 (1971) 97-110	AM 243	NUC. INSTR. METH. 99 (1972) 333
AG 104	NUC. PHYS. 178 (1971) 97-110	AM 244	IN-1218
AG 105	IDC 17222 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 NUC. PHYS. A149 (1970) 523-544	AM 246M	PHYS. REV. C3 (1971) 1338
AG 106M	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 PHYS. REV. 158(1967)1214 NUC. PHYS. A101 (1967) 641-653	AM 246	PHYS. REV. C3 (1971) 1338
AG 106	IDC 17222 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 BULL. ACAD. SCI. USSR PHYS. SER. 35 (1971) 728	AR 41	NUC. INSTR. METH. 66(1968)70-76 UCRL-50156 LIVERMORE RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 EANDC- (E) 115 "MU" 1968
AG 107M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11	AS 68	NUC. PHYS. A 174 (1971) 617 J. INORG. NUC. CHEM. 34 (1972) 407
AG 108M	PHYS. REV. 143 (1966) 918-922 CZECH. J. PHYS. B 18(1968) 143 RADIOCHIM. ACTA 13 (1970) 132	AS 70	TID-4500/IN-1130 NUC. PHYS. A116 (1968) 473-480
AG 108	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. NUCL. SCI. (SER. B) 7,1(1967)82-85 NUC. PHYS. A 164 (1971) 545 ANN. REP. RES. REAKTOR INST. KYOTO UNIV. 4 (1971) 84 Z. PHYSIK 243 (1971) 395	AS 71	TID-4500/IN-1130 PHYS. REV. C6 (1972) 164
AG 109M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285	AS 72	TID-4500/IN-1130 NUC. PHYS. A162(1971) 481-496 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
AG 110P	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 NUC. INSTR. METH. 69(1969)353 NUC. INSTR. METH. 76(1969)93-96 NUC. PHYS. A125(1969)217 UCRL-50156 LIVERMORE NUC. INSTR. METH. 96(1971)173-196 ORNL - 4466 (1970) 75 NUC. INSTR. METH. 105 (1972) 169 NUC. PHYS. A 182 (1972) 606 TID-4500/IN-1130	AS 73	CAN. J. PHYS. 47(1969)1813 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
AG 110	NUC. PHYS. A 94 (1967) 442-448 TABLE OF ISOTOPES 1967, LEDERER ANN. REP. RES. REAKTOR INST. KYOTO UNIV. 4 (1971) 80	AS 74	IDC 17222 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 NUC. PHYS. A115 (1968) 625-634 NUC. PHYS. A132 (1969) 254-264 UCID -15439 NUC. PHYS. A 188 (1972) 148 NUC. SCI. ENG. 43 (1972) 319
AG 111	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 NUC. PHYS. A109 (1968) 529-538 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) MIT-905-108(1967)	AS 76	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) CAN. J. PHYS. 45(1967) 1821 NUC. PHYS. A101 (1967) 673-687 NUC. PHYS. A 174 (1971) 604 J. PHYS. SOC. JAPAN 30 (1971) 901 NUCL. PHYS. A 179 (1972) 545 ORNL - 4466 (1970) 75 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
AG 112	TID-4500/IN-1130 NUC. PHYS. A130 (1969) 687-695 NUC. PHYS. A 156 (1970) 321 NUC. PHYS. A 182 (1972) 417-427	AS 77	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 C.R. ACAD. SCI. PARIS 267B (1968) 344 PHYSICA 32 (1966) 1350-1354 NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46
AG 113M	NUC. PHYS. A130 (1969) 497-512 J. PHYS. SOC. JAP. 29 (1970) 1116	AS 78	NUC. PHYS. A142(1970)204-216 NUC. PHYS. A140 (1970) 529-547 NUC. PHYS. A 168 (1971) 561-574 RADIOCHIM. ACTA 8 17 (1972) 55
AG 113	TID-4500/IN-1130 NUC. PHYS. A130 (1969) 497-512 J. PHYS. SOC. JAP. 29 (1970) 1116	AS 79	Z. NATURFORSCHUNG 24 A (1969) 1401-1405
AG 114	CERN 70/30 (1970) UCRL-18978 (1969) NUC. PHYS. A 184 (1972) 166-174 PHYS. LETT. B 36 (1971) 334	AS 80	NUC. PHYS. A 174 (1971) 593
AG 115	NUC. PHYS. A 143 (1970) 289-303	AS 82	NUC. PHYS. A157(1970) 385-403 NUC. PHYS. A 147 (1970) 120
AG 116M	CERN 70/30 (1970)	AS 83	J. INORG. NUCL. CHEM. 30(1968)2873
AG 116	CERN 70/30 (1970)	AS 84	J. INORG. NUCL. CHEM. 30(1968)2873
AG 118	CERN 70/30 (1970) PHYS. LETT. B 36 (1971) 334	AT 209	C.R. ACAD. SCI. SER. B 274 (1972) 290
AG 120	CERN 70/30 (1970) PHYS. LETT. B 36 (1971) 334	AT 210	NUC. PHYS. A 190 (1972) 261
AL 26	PHYS. REV. C5 (1972) 138	AU 182	NUC. PHYS. A 148 (1970) 244-272 CERN-70-29 (1970)
AL 28	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 UCRL-50156 LIVERMORE BLG 425(1967) NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) J. RADIOANALYT. CHEM. 9 (1971) 55-60 PHYS. REV. C2 (1970) 1564 ORNL - 4466 (1970) 75 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319	AU 184	PHYS. REV. C3 (1971) 756-765 NUC. PHYS. A 148 (1970) 249-272 PHYS. LETTERS 28B (1969) 415 NUC. PHYS. A 188 (1972) 369
AL 29	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 PHYS. REV. C1 (1970) 1000-1004 PHYS. REV. 187 (1969) 1445	AU 186	NUC. PHYS. A 188 (1972) 369
AL 30	TABLE OF ISOTOPES 1967, LEDERER	AU 187	CERN-70-29 (1970)
AM 238	RADIOCHIM. ACTA 4 (1971) 206 RADIOCHIM. ACTA 23 (1971) 205	AU 188	NUC. PHYS. A 188 (1972) 369
AM 239	RADIOCHIM. ACTA M2 (1972) 117	AU 189M	CERN-70-29 (1970)
		AU 189	NUC. PHYS. A 94 (1967) 151-156 CERN-70-29 (1970)
		AU 190	NUC. PHYS. A 188 (1972) 369
		AU 192	CZECH. J. PHYS. B 20 (1970) 840 NUC. PHYS. A 188 (1972) 369
		AU 193	NUC. PHYS. A153 (1970) 301-315 CZECH. J. PHYS. 20B (1970) 122
		AU 195	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 Z. PHYSIK 203(1967) 453-463 NUC. PHYS. A154 (1970) 303-311 NUC. PHYS. A152 (1970) 301-315
		AU 196	IDC 17222 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 NUC. PHYS. A 94 (1967) 235-240

AU 197M	NUC. PHYS. A 54 (1967) 442-448 OESTERP. AKAD. WISS. MATH. NATURWISS. KL. ABT. 2 176 (1968) 1227 NUC. INST. METH. 99 (1972) 221-226 NUCLEAR DATA B2-1-140 (1972)	BI 205	NUC. PHYS. A103 (1971) 545-570
AU 198	NUC. PHYS. 63 (1965) 1353 J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10 (1968) 1-11 J. APP. RAD. ISOTOPES 15 (1968) 923 J. APP. RAD. ISOTOPES 19 (1968) 475 J. APPL. RAD. ISOTOPES 21 (1970) 40 NUC. INSTR. METH. 96 (1971) 173-196 INDIAN J. PHYS. 43 (1969) 296-297 NUC. INST. METH. 77 (1970) 141-158 INT. J. APPL. RAD. ISOTOPES 21 (1970) 40-42 NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46	BI 207	RADIOCHIM. ACTA 10 (1968) 1-11 NUC. PHYS. 66 (1965) 1365 RLG 425 (1967) UCRL-50156 LIVERMORE NUC. PHYS. A125 (1969) 217 NUC. PHYS. A90 (1967) 650-656 NUC. INSTR. METH. 69 (1969) 353-354 NUC. INST. METH. 79 (1970) 233 NUC. INST. METH. 76 (1969) 285 NUC. INSTR. METH. 57 (1967) 219 NUCLEAR DATA B5-3-225 (1971)
AU 199	RADIOCHIM. ACTA 10 (1968) 1-11 NUC. INSTR. METH. 77 (1970) 141-158 J. RADIOANAL. CHEM. 10 (1972) 125-135 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319	BI 212	NUC. INSTR. METH. 52 (1967) 349 NUC. INSTR. METH. 69 (1969) 353-354 C.R. ACAD. SC. PAPIS T 267 (1969) 1366 NUCLEAR DATA B-2-173 (1972)
AU 201	Z. PHYSIK 254 (1972) 98-105	BR 74	NUC. PHYS. A151 (1970) 241-250 PHYS. REV. 180 (1969) 1015 KFK - 1317
AU 202	NUC. PHYS. A184 (1972) 157 J. INORG. NUC. CHEM. 34 (1972) 1037	BR 75	TID-4500/IN-1130 PHYS. REV. 178 (1969) 2019 BULL. ACAD. SCI. USSR, PHYS. SER. 33 (1970) 1513 NUC. PHYS. A138 (1969) 49-60 IZV. AKAD. NAUK SSSR SER. FIZ. 34 (1970) 2070 NUC. PHYS. A 182 (1972) 395-399
AU 204	NUC. PHYS. A184 (1972) 157	BR 76	BULL. ACAD. SCI. USSR, PHYS. SER. 33 (1969) 114 IZV. AKAD. NAUK SSSR SER. FIZ. 34 (1970) 2062 CAN. J. PHYS. 49 (1971) 54
BA 129	NUC. PHYS. A 179 (1972) 417	BR 77	IZV. AKAD. NAUK SSSR SER. FIZ. 34 (1970) 2070
BA 131M	RADIOCHIM. ACTA 10 (1968) 1-11	BR 78	NUC. PHYS. A158 (1970) 664-672 Z. PHYSIK 233 (1970) 422 RADIOCHIM. ACTA 17 (1972) 55
BA 131	RADIOCHIM. ACTA 10 (1968) 1-11 NUC. PHYS. A 153 (1970) 625-646 ARKIV FYSIK B 33 (1966) 47 SOVIET J. NUC. PHYS. 7 (1968) 433-562 IZV. AKAD. NAUK SSSR SER. FIZ. 31 (1967) 1972 Z. PHYSIK 258 (1973) 12	BR 79M	NUC. PHYS. A 94 (1967) 442-448 Z. PHYSIK 204 (1967) 173-176 OESTERP. AKAD. WISS. MATH. NATURWISS. KL. ABT. 2 176 (1968) 1227 NUC. INST. METH. 99 (1972) 221-226
BA 133M	IDC 17188	BR 80M	RADIOCHIM. ACTA 10 (1968) 1-11 J. RADIOANAL. CHEM. 10 (1972) 125-135 NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46
BA 133	NUC. INSTR. METH. 57 (1967) 173-174 J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10 (1968) 1-11 NUC. PHYS. A 121 (1968) 612-624 NUC. PHYS. A 108 (1968) 209-220 NUC. INSTR. METH. 77 (1970) 141-158 IZV. AKAD. NAUK SSSR SER. FIZ. 31 (1967) 1972 Z. NATURFORSCHUNG 25 A (1970) 291 NUC. SCI. ENG. 32 (1969) 46 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319 PHYS. REV. 173 (1969) 1192 Z. PHYSIK 249 (1972) 285-293 NUC. PHYS. A 107 (1968) 193-208	BR 90	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10 (1968) 1-11 NUC. INSTR. METH. 84 (1970) 90-92 Z. PHYSIK 233 (1970) 422 NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46
BA 135M	RADIOCHIM. ACTA 10 (1968) 1-11	BR 92M	PHYS. REV. C2 (1970) 2176
BA 137M	RADIOCHIM. ACTA 10 (1968) 1-11 J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285	BR 82	RADIOCHIM. ACTA 10 (1968) 1-11 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) NUC. PHYS. A 94 (1967) 205-213 NUC. INST. METH. 91 (1971) 349 PHYS. REV. C2 (1970) 2176 NUC. PHYS. A 142 (1970) 513 NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46
BA 139	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10 (1968) 1-11 PHYS. REV. 167 (1968) 1105 NUC. PHYS. A 128 (1969) 294-304 NUC. PHYS. A119 (1968) 53-64 IZV. AKAD. NAUK SSSR SER. FIZ. 31 (1967) 1972 UCRL-18978 (1969) PHYS. REV. C5 (1972) 618 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319	BR 83	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10 (1968) 1-11 RADIOCHEM. RADIOANAL. LETTERS 1/5 (1969) 351-363
BA 140	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) HELV. PHYS. ACTA 43 (1970) 1272 BULL. ACAD. SCI. USSR PHYS. SER. 33 (1970) 1283 J. INORG. NUCL. CHEM. 33 (1971) 589	BR 84M	NUC. PHYS. A158 (1970) 625-643
BA 141	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 AE-394 NUC. PHYS. 125 (1969) 267-275 NUCL. PHYS. A 155 (1970) 297 NUC. PHYS. A 156 (1970) 212 IN-1317 (1970) 122 PHYS. REV. C6 (1972) 618	BR 84	NUC. PHYS. A158 (1970) 625-643 PHYS. REV. C5 (1972) 805
BA 142	NUCLEAR DATA B2-1-2 (1967) NUC. PHYS. 125 (1969) 267-275 PHYS. REV. C 3 (1971) 1372 NUC. PHYS. A 156 (1970) 212 IN-1317 (1970) 122	BR 85	J. INORG. NUC. CHEM. 33 (1971) 3621
BA 143	UCRL-18978 (1969) PHYS. REV. 179 (1969) 1198	BR 86	Z. PHYSIK 236 (1970) 403-409 J. INORG. NUC. CHEM. 33 (1971) 3621 PHYS. REV. C5 (1972) 1587
BA 144	PHYS. LETT. 249 (1967) 402 UCRL-18978 (1969) PHYS. REV. 179 (1969) 1198	BR 87	Z. PHYSIK 236 (1970) 403-409 J. INORG. NUC. CHEM. 33 (1971) 3621
BA 145	UCRL-18978 (1969)	BR 89	IFA-NR-24 (1966)
BA 146	UCRL-18978 (1969)	BR 90	CERN 70-30 (1970)
BE 7	ANN. PHYS. 2 (1957) 283 UCRL-50156 LIVERMORE RADIOCHIM. ACTA 13 (1970) 171 J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 TID-4500/IN-1130 NUC. PHYS. A90 (1967) 650-656 INST. PHYS. OBERZOEK AMSTERDAM PROGRESS 1966-1969 NUC. INSTR. METH. 96 (1971) 173-196	BR 91	CERN 70-30 (1970)
Be 11	PHYS. REV. 3 (1971) 1432 PHYS. REV. C2 (1970) 1594	BR 92	CERN 70-30 (1970)
BI 198	PHYS. REV. C5 (1972) 1751	C 11	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 NUC. PHYS. A115 (1968) 625-634
BI 203	NUC. PHYS. A 185 (1972) 601	CA 47	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10 (1968) 1-11 NUC. PHYS. 88 (1966) 169-176 NUC. PHYS. A101 (1967) 688-697 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
BI 204	NUC. PHYS. A 185 (1972) 601	CA 49	RADIOCHIM. ACTA 10 (1968) 1-11 IDN-1688C RADIOCHIM. ACTA 14 (1970) 146 NUC. PHYS. A135 (1969) 649-656 J. APP. RAD. ISOTOPES 21 (1970) 335-338 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) PHYS. REV. C3 (1971) 2263
		CD 104	NUC. PHYS. A158 (1970) 183-192 NUC. PHYS. A167 (1971) 247-251
		CD 105	NUC. PHYS. A139 (1969) 33-41 ANN. REPTS. OF RES. REACTOR INST. KYOTO UNIV VOL. 2 (1969) 83-96
		CD 107	TABLE OF ISOTOPES 1967, LEDEBERG

CD 109 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
NUC. INSTR. METH. 77 (1970) 141-159
NUC. INSTR. METH. 96(1971) 173-196
PHYS. LETT. 34 B (1971) 599
NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46

CD 111M RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 195-200

CD 113M J. INORG. NUC. CHEM. 34 (1972) 1767
NUCLEAR DATA B 5-2-193 (1971)

CD 115M RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969) 99-125, 271-285
PHYS. REV. 149 (1966) 884
J. INORG. NUCL. CHEM. 33 (1971) 589
NUC. PHYS. A 202 (1973) 385

CD 115 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969) 99-125, 271-285
PHYS. REV. 149 (1966) 884
PHYS. REV. 143 (1965) 740
NUC. PHYS. A 96 (1967) 539-560
J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135
J. INORG. NUCL. CHEM. 33 (1971) 589
NUC. PHYS. A 202 (1973) 385

CD 117M RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
CAN. J. PHYS. 50 (1972) 2012

CD 117 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969) 99-125, 271-285
PHYS. REV. 143 (1965) 740
NUC. PHYS. A 109 (1968) 81-93
ACT. PHYS. HUNG. 28 (1970) 41-51
CAN. J. PHYS. 50 (1972) 2012

CE 135 SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970) 536
PHYS. REV. 166 (1966) 1194

CE 137M SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970) 536
PHYS. REV. 161 (1967) 1254
NUC. PHYS. A 94 (1967) 442-448

CE 137 SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970) 536
TABLE OF ISOTOPES 1967, LEDEKER

CE 139M RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
NUC. PHYS. A 94 (1967) 442-448

CE 139 NUC. INSTR. METH. 52(1967) 345
BLG 425(1967)
UCRL-50156 LIVERMORE
RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969) 99-125, 271-285
NUC. PHYS. A 90 (1967) 650-656
SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970) 536
NUC. INSTR. METH. 77 (1970) 141-158
NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319

CE 141 UCRL-50156 LIVERMORE
PHYS. REV. 101(1965) 182
BLG 425(1967)
NUC. PHYS. A 125(1969) 217
RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969) 99-125, 271-285
NUC. PHYS. A 90 (1967) 650-656
Z. NATURFORSCHUNG 26 A (1971) 596-597
SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970) 536
NUC. INSTR. METH. 77 (1970) 141-158
J. INORG. NUCL. CHEM. 33 (1971) 589
BMBF-FB-K-71-12 (1971) P7
NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319

CE 143 NUCLEAR DATA B2-1-26(1967)
J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969) 99-125, 271-285
RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
RADIOCHEM. RADIOANALYT. LETTERS 3/1(1970) 1-5
SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970) 536
UCRL-18978 (1969)
Z. NATURFORSCHUNG 26 A (1971) 693
PHYS. REV. C4 (1971) 647
J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135
NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319

CE 144 NUCLEAR DATA B 2-1-48(1967)
J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969) 99-125, 271-285
NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970)
SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970) 536
TABLE OF ISOTOPES 1967, LEDEKER
Z. PHYSIK 237 (1970) 126
NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46
NUC. INSTR. METH. 48 (1967) 277

CE 145 NUCLEAR DATA B2-1-82(1967)
J. NUC. SCI. TECHNOL. 9 (1972) 57

CE 146 NUCLEAR DATA B2-4-2(1967)
KR-76 (1965)
PHYS. REV. 172 (1968) 1239

CF 249 NUC. INSTR. METH. 99 (1972) 333

CL 34M J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969) 99-125, 271-285
PHYSICS LETTERS 22 (1966) 461
J. INORG. NUCL. CHEM. 33 (1971) 609

CL 34 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969) 99-125, 271-285
NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970)

CL 38 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970)
IN-1219
RADIOCHIM. ACTA 12 (1969) 214
NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319

CL 39 PHYS. REV. C5 (1972) 124

CM 243 NUC. INSTR. METH. 99 (1972) 333

CO 56 NUC. INSTR. METH. 76(1969) 193-96
NUCLEAR DATA B3-3,4-157/B3-3,4-152(1970)
NUC. PHYS. A 112(1968) 85-96
NUC. PHYS. A 149 (1970) 647-672
NUC. INSTR. METH. 91 (1971) 349
NUC. PHYS. A 166 (1971) 349-377
CCM. PHYS. MATH 40 (1970) 114
IN-1317 (1970) 122
NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319

CO 57 UCRL-50156 LIVERMORE
NUC. INSTR. METH. 70(1969) 237-244
RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
PHYS. REV. 109(1958) 2036
J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969) 99-125, 271-285
NUCLEAR DATA B3-3,4-157/B3-3,4-152(1970)
IAEA VIENNA 17 DEZ. 1969 RECOMMENDATION
NUC. INSTR. METH. 77 (1970) 141-158
NUC. INSTR. METH. 96(1971) 173-196
NUC. INSTR. METH. 57 (1967) 147
INT. J. APPL. RADIAT. ISOTOP. 23 (1972) 219
NUC. INSTR. METH. 94 (1971) 389

CO 58 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
NUC. PHYS. 38(1962) 106
J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969) 99-125, 271-285
NUCLEAR DATA B3-3,4-157/B3-3,4-152(1970)
NUC. INSTR. METH. 96(1971) 173-196
NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 195-200

CO 60M RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135

CO 60 UCRL-50156 LIVERMORE
NUC. INSTR. METH. 66(1968) 70-76
NUC. INSTR. METH. 70(1969) 237-244
NUC. PHYS. 63(1965) 1353
TABLE OF ISOTOPES 1967, LEDEKER
IAEA VIENNA 17 DEZ. 1969 RECOMMENDATION
NUC. INSTR. METH. 96(1971) 173-196
Z. NATURFORSCHUNG 25 A (1970) 291
NUC. INSTR. METH. 76 (1969) 285
Z. PHYS. 240 (1970) 392
INT. J. APPL. RADIAT. ISOTOP. 23 (1972) 225

CO 61 BULL. ACAD. SCI. USSR PHYS. SER. 32 (1969) 213
JADERN. FIZ 9 (1969) 1113

CO 62M CERN 70/30 (1970)
NUC. PHYS. A 150 (1970) 520

CO 62 NUCLEAR DATA B2-3-2(1967)
CERN 70/30 (1970)
NUC. PHYS. A 150 (1970) 520

CO 63 CERN 70/30 (1970)
Z. PHYSIK 251 (1972) 425

CR 49 IDC 17222
J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969) 99-125, 271-285
NUCLEAR DATA B4-3,4-432 (1970)

CR 51 UCRL-50156 LIVERMORE
NUC. PHYS. 74(1965) 1281
NUC. PHYS. A 125(1969) 217
RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
BLG 425(1967)
NUCLEAR DATA B3-5,6-172(1970)
TIO-4500/IN-1130
NUC. PHYS. A 90 (1967) 650-656
NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970)
NUC. INSTR. METH. 76 (1969) 285
NUC. INSTR. METH. 77 (1970) 141-158
NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319

CR 55 NUC. PHYS. 150(1970) 89-96
NUCLEAR DATA B3-3,4-157/B3-3,4-152(1970)

CS 129 J. PHYS. SOC. JAPAN 32 (1972) 1472

CS 130 PHYS. REV. 174 (1968) 1472

CS 132 IDC 17222
NUC. PHYS. 154(1970) 127-140
J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969) 99-125, 271-285
NUC. PHYS. 154(1970) 145
HEALTH PHYS. 21 (1971) 877

CS 134M RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135
NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46

CS 134 IDC 17138
NUC. PHYS. A 106(1963) 225
J. PHYS. SOC. JAPAN 30 (1971) 919
INT. J. APPL. RADIAT. ISOTOP. 23 (1972) 219
Z. PHYSIK 230 (1970) 37
NUC. PHYS. 158 (1967) 54

CS 136 UCID-15439
CZECH. J. PHYS. 17B(1967) 1048
J. INORG. NUCL. CHEM. 33 (1971) 589

CS 137 NUC. INSTR. METH. 70(1969) 237-244
NUC. INSTR. METH. 69(1969) 353
NUC. INSTR. METH. 9(1960) 945
UCRL-50156 LIVERMORE
TABLE OF ISOTOPES 1967, LEDEKER
J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969) 99-125, 271-285
IAEA VIENNA 17 DEZ. 1969 RECOMMENDATION
NUC. INSTR. METH. 96(1971) 173-196
RADIOCHIM. ACTA 13 (1970) 132
Z. NATURFORSCHUNG 25 A (1970) 291
NUC. INSTR. METH. 76 (1969) 285
NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
NUC. ENG. INTEK. 18 (1973) 715

CS 138M CERN 70/30 (1970)
NUC. PHYS. A 171 (1971) 209-224

CS 138	PHYS. REV. 167(1968)1105 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 NUC. PHYS. 125(1969)267-275 UCRL-18978 (1969) NUC. INSTR. METH. 93 (1971) 509 PHYS. REV. C5 (1972) 532 PHYS. REV. C6 (1972) 618 NUC. PHYS. A 171 (1971) 209-224	EU 149	PHYS. REV. 150(1966)1023 PHYS. REV. C1 (1970) 1826
		EU 152V	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 C. R. ACAD. SCI. SER. B 274 (1972) 1436
		EU 152	NUC. INSTR. METH. 76(1969)93-96 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A153 (1971) 109-120 NUC. PHYS. A 108 (1968) 145-149 MESSUNG DES AUTORS CRNL - 4466 (1970) 75 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
CS 139	NUC. PHYS. 125(1969)267-275 PHYS. REV. 167(1968)1105 PHYS. REV. C6 (1972) 618	EU 154M	MIT-905-103(1967)
CS 140	PHYS. REV. 147(1968)1105 NUC. PHYS. 125(1969)267-275 UCRL-18978 (1969) PHYS. REV. C5 (1972) 618	EU 154	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. INSTR. METH. 76(1969)93-96 TABLE OF ISOTOPES 1967, LEDEGER NUC. PHYS. A153 (1971) 109-120 NUC. PHYS. A 108 (1968) 145-149 ORNL - 4466 (1970) 75 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
CS 141	NUC. PHYS. 125(1969)267-275		
CS 142	PHYS. LET. 248(1967)402 PHYS. REV. 147(1969)1105 J. INORG. NUCL. CHEM. 31(1969)577 NUC. PHYS. 125(1969)267-275 PHYS. REV. C 3(1971)1372 UCRL-18978 (1969)	EU 155	IDC 17188 NUC. PHYS. A 96(1967) 19C-208 NUC. PHYS. A153 (1971) 109-120 NUC. PHYS. A 108 (1968) 145-149 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 CRNL - 4466 (1970) 75 NUC. INSTR. METH. 97 (1971) 219 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
CS 143	PHYS. LET. 248(1967)402 J. INORG. NUCL. CHEM. 31(1969)577 PHYS. REV. C5 (1972) 270		
CS 144	PHYS. LET. 248(1967)402 J. INORG. NUCL. CHEM. 31(1969)577 UCRL-18978 (1969)		
CU 58	NUC. PHYS. A158(1970) 65-76 NUC. PHYS. A162 (1971) 35-41 CONTRIBUTIONS INTERN. CONF. PROPER. NUCL. STATES. MONTREAL (1969) NUC. PHYS. A 179 (1972) 554	EU 156	TABLE OF ISOTOPES 1967, LEDEGER NUC. PHYS. A 29 (1962) 153-176 NUC. PHYS. A 104 (1968) 145-149 PHYS. REV. 136 (1964) 833C J. INORG. NUCL. CHEM. 33 (1971) 589 J. INORG. NUCL. CHEM. 28 (1966) 2424 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
CU 60	TID-4500/IN-1130 Z. PHYSIK 251 (1972) 416 Z. PHYSIK 196 (1966) 298 PHYS. REV. 149 (1966) 827 PHYS. REV. 181 (1969) 1597 NUC. PHYS. A 124 (1969) 145 NUC. PHYS. A 191 (1972) 245	EU 157	NUC. PHYS. 84(1966)461-470 PHYS. REV. 147(1966)845 SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536 J. INORG. NUCL. CHEM. 28 (1966) 2424
CU 61	TID-4500/IN-1130 NUCLEAR DATA B2-5-90 (1968) Z. PHYSIK 251 (1972) 416	EU 158	PHYS. REV. 147(1966)845 J. INORG. NUCL. CHEM. 28 (1966) 2424
CU 62	NUCLEAR DATA B2-3-2(1967) J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 TID-4500/IN-1130 NUC. PHYS. A146(1970)427-437 CERN 70/30 (1970) EAMDC- (E) 115 "U" 1968	EU 160	CAN. J. PHYS. 51 (1973) 636
		F 18	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285
		F 20	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A 94 (1967) 442-448 PHYS. REV. LETT 24 (1970) 1134
CU 64	NUCLEAR DATA B2-3-66(1967) RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319	F 21	PHYS. REV. C1 (1970) 180-183
CU 66	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11	FE 53	IDC 17222 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285
CU 67	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 TID-4500/IN-1130 NUC. PHYS. A131 (1969) 353-397 NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46 INT. J. APPL. RADIAT. ISOTOP. 23 (1972) 219	FE 55	NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970)
		FE 59	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUCLEAR DATA B2-4-36(1967) NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
CU 68M	NUC. PHYS. A 174 (1971) 426	FR 224	PHYS. LETTERS 288 (1969) 415
CU 68	NUC. PHYS. A 174 (1971) 426	FR 225	PHYS. LETTERS 288 (1969) 415
CU 70	NUC. PHYS. A 164 (1971) 565	FR 226	PHYS. LETTERS 288 (1969) 415
DY 153	PHYS. REV. C1 (1970) 1826	GA 64	NUC. PHYS. A91(1967)1439
DY 155	CZECH. J. PHYS. 138(1969)870 NUC. PHYS. A100(1967)369-391 PHYS. REV. C1 (1970) 1826 C. R. ACAD. SCI. SER. B 274 (1972) 427	GA 65	TID-4500/IN-1130 NUC. PHYS. A 162 (1972) 433-442
DY 159	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 PHYS. SOC. BUDAPEST (1968) 102	GA 66	UCRL-50156 LIVERMORE NUC. PHYS. A 149 (1970) 647-672 NUC. PHYS. A 166 (1971) 349-377
DY 165M	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A181 (1972) 489	GA 67	IDC 17188 PHYS. REV. 177 (1969)1629
DY 165	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 NUC. INSTR. METH. 94 (1971) 195-197 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 NUC. PHYS. A181 (1972) 489	GA 68	IDC 17222 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 NUC. PHYS. A 186 (1972) 28
ER 161	NUC. PHYS. A 194 (1972) 177 NUC. PHYS. A 185 (1972) 58	GA 70	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
ER 163	NUC. PHYS. A 190 (1972) 576	GA 72	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 BULL. ACAD. PHYS. SOC. VCL. 12, NO. 4 (1967) 510 NUC. PHYS. A162(1971) 461-480
ER 167M	NUC. INSTR. METH. 99 (1972) 221-226 TABLE OF ISOTOPES 1967, LEDEGER	GA 73	TID-4500/IN-1130 J. INORG. NUCL. CHEM. 32 (1970)2483
ER 171	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 Z. NATURFORSCHUNG 25A (1970) 1043 CAN. J. PHYS. 50 (1972) 513	GA 74	NUC. PHYS. A 163 (1971) 145-160
		GA 76	NUC. PHYS. A177(1971) 401-417
ER 172	NUC. PHYS. A 178 (1972) 625	GO 145	PHYS. REV. C1 (1970) 1826 Z. PHYSIK 257 (1972) 101
ER 173	Z. PHYSIK 252 (1972) 283-299	GO 147	SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536 BULL. ACAD. SCI. USSR 23(1969) 1861 IZV. AKAU. NAUK. SSSR FIZ. SER. 36 (1972)
EU 142	Z. PHYSIK 250 (1972) 179	GO 149	SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536 PHYS. REV. C1 (1970) 1826 PHYS. REV. C2 (1970) 1077
EU 146	NUC. PHYS. A 16(1967) 97-114		

GD 151	NUC. PHYS. A146(1970)357-409 NUC. PHYS. A134(1969) 47C-48C	HG 201	UCPL-51156 LIVERMORE NUC. INSTR. METH. 70(1969)237-244 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. 58(1964)544 PLG 42F(1967) NUC. PHYS. A125(1965)217 IAFA VIENNA 17 DEZ. 1969 RECOMMENDATION NUC. INST. METH. 76 (1968) 265 NUC. INST. METH. 77 (1970) 141-158 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
GD 153	BLG 42F(1967) J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. INSTR. METH. 77 (1970)141-153 NUC. INSTR. METH. 96(1971)173-196 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135	HG 205	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 PHYS. REV. 3 (1971) 1590
GD 159	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536 NUC. PHYS. A111(1968)457-468 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 J. INORG. NUC. CHEM. 28 (1966) 2424	HQ 157	NUC. PHYS. A 185 (1972) 574
GD 161	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 NUC. PHYS. 84 (1966) 13-24 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135	HQ 159	NUC. PHYS. A 167(1971) 326-336
GE 64	PHYS. REV. LETT 29 (1972) 130	HQ 162M	NUC. PHYS. A 174 (1971) 353
GE 66	NUC. PHYS. A158(1970) 166-182 NUC. PHYS. A130 (1969) 97-111	HQ 162	BULL. ACAD. SCI. USSR. PHYS. SER. 33 (1965)114
GE 69	IDO 17222 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285	HQ 164M	NUC. PHYS. 85 (1966) 227-240 NUC. PHYS. A160(1971) 518-625 RADIOCHEM. RADIOANAL. LETTERS 10 (1972) 151
GE 75M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A157 (1970) 337-357	HQ 164	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 NUC. PHYS. 85 (1966) 227-240 NUC. PHYS. A160(1971) 618-625 RADIOCHEM. RADIOANAL. LETTERS 10 (1972) 151 Z. PHYSIK 252 (1972) 300-311
GE 75	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 PHYS. REV. 176 (1968) 1329 PHYS. REV. C2 (1970)2278 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 NUC. SCI. ENG 32 (1968) 46	HQ 166M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 PHYS. REV. 159 (1967)1161 NUC. INST. AND METH. 109 (1973) 265-267
GE 77M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A157 (1970) 337-357 NUC. PHYS. A 154 (1970) 321-330	HQ 166	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 PHYS. REV. 159 (1967) 1161 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 BULL. ACAD. SCI. USSR PHYS. SER. 35 (1971) 709
GE 77	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A112(1968)145-155 C. R. ACAD. SC. PARIS 264C(1967)1677 PHYS. REV. 176 (1968) 1329 NUC. SCI. ENG 32 (1968) 46 C. R. ACAD. SC. PARIS 273 (1971) 407	HQ 167	NUC. PHYS. A118(1968) 97-113
GE 79	NUC. PHYS. A157(1970) 385-403 NUC. PHYS. A 147 (1970) 120	HQ 170M	NUC. PHYS. A123(1969) 348-356
HF 17C	IZV. AKAD. NAUK SSSR SER. FIZ 35 (1971) 2207	HQ 170	NUC. PHYS. A123(1969) 348-356
HF 171	IZV. AKAD. NAUK SSSR SER. FIZ 35 (1971) 2207	IN 106	NUC. PHYS. A139(1969) 33- 41 NUC. PHYS. A82(1966) 471-480
HF 173	IZV. AKAD. NAUK SSSR SER. FIZ 35 (1971) 2207	IN 107	NUC. PHYS. A177(1971) 379-392
HF 175	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 ARKIV FYSIK 37 (1969)595 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135	IN 109	PHYS. REV. C3 (1971) 937-944
HF 178M	TABLE OF ISOTOPES 1967, LECERER	IN 110M	BULL. ACAD. SCIENCES 34 (1970) 798
HF 179M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A 94 (1967) 442-448 NUC. INST. METH. 99 (1972) 221	IN 111	IDO 17189 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 INST. J. APPL. RADIAT. ISOTOP 23 (1972) 57 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
HF 18CM	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 PHYS. REV. 121(1961)1499 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 NUC. PHYS. A153 (1971) 109-120 NUC. PHYS. A161(1971) 419-432 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135	IN 112	J. PHYS. SOC. JAPAN 30 (1971) 923
HF 181	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 UCID-15439 NUC. SCI. ENG 32 (1966) 46	IN 113M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. APP. RAD. ISOTOPES 21(1970)1678 J. APP. RAD. ISOTOPES 22(1971) 1-8 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
HF 182	IN-1218	IN 114M	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 UCID-15439 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
HF 183	IN-1317 (1970) 122	IN 114	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
HG 182	NUC. PHYS. A 148 (1970) 249-272 PHYS. LETTERS 288 (1969) 415 CERN-70-29 (1970)	IN 115M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
HG 184	PHYS. REV. C3 (1971)756-765 NUC. PHYS. A 148 (1970) 249-272 PHYS. LETTERS 288 (1969) 415 CERN-70-29 (1970)	IN 116M	IDO 17188 BULL. AM. PHYS. SOC. 15(1970)621 Z. PHYSIK 201 (1967) 465-489 AN. ACAD. BRASIL. CIENC. 39 (1967) 89 Z. PHYSIK 240 (1970) 244 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
HG 186	NUC. PHYS. A 148 (1970) 249-272	IN 116	Z. PHYSIK 240 (1970) 244 TABLE OF ISOTOPES 1967, LECERER
HG 187	NUC. PHYS. A 148 (1970) 249-272 CERN-70-29 (1970)	IN 117	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
HG 191	Z. PHYSIK 247 (1971) 383	IN 119M	Z. NATURFORSCHUNG 24(1969)1196-1202 Z. PHYSIK 231 (1970) 203-215
HG 195M	NUC. PHYS. A 165 (1971) 625	IN 119M	Z. PHYSIK 251 (1972) 414
HG 195	NUC. PHYS. A153 (1970) 301-315 NUC. PHYS. A 165 (1971) 625	IN 119	Z. PHYSIK 251 (1972) 416
HG 197M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 CZECH. J. PHYS. 20B (1970)917	IN 120M	Z. PHYSIK 241 (1971) 150
HG 197	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135	IN 121M	Z. PHYSIK 258 (1973) 39
HG 193M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 Z. PHYSIK 225 (1969) 364-375	IN 121	Z. PHYSIK 258 (1973) 36
		IR 181	JINP - P6 - 6321 (1972)
		IR 182	JINR - P6 - 6321 (1972) CERN-70-29 (1970)
		IR 184	CERN-70-29 (1970)
		IR 185	CERN-70-29 (1970)
		IR 186M	CERN-70-29 (1970)
		IR 186	CERN-70-29 (1970)

IR 187	NUC. PHYS. A166 (1971) 573-593 GERM-70-79 (1970)	K 40	NUC. INSTR. METH. 52(1967)345 RADIOCHIM. ACTA 13(1970)171 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) INST. PHYS. ODERZOEK AMSTERDAM PROGRESS 1968-1969
IR 188	NUC. PHYS. A130 (1969) 456-480		
IR 189	NUC. PHYS. A153 (1970) 316-336	K 42	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 IDC 17222 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970)
IR 192M	RADIOCHIM. ACTA 10(1963) 1-11 RADIOCHIM. ACTA 13 (1970) 132	K 43	IDC 17222 CAN. J. PHYS. 47 (1969) 1539 RADIOCHIM. ACTA 13(1970)161 NUC. SCI. ENG. 43 (1972) 319
IR 192	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1963) 1-11 NUC. PHYS. A91(1967)453 NUC. PHYS. 63 (1965) 353-392 NUC. INSTR. METH. 95(1971)173-196 NUC. INSTR. METH. 77 (1970) 141-158 INDIAN J. PHYS. 45 (1971) 499 INT. J. APPL. RADIAT. ISOTOP. 23 (1972) 219	K 44	RADIOCHIM. ACTA 13(1970)161
IR 194M	PHYS. REV. LETTERS 21 (1968) 237	K 45	RADIOCHIM. ACTA 13(1970)161
IR 194	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A 121 (1968) 673-678 CRNL - 4466 (1970) 75 CAN. J. PHYS. 50 (1972) 1480 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319	KR 76	NUC. PHYS. A 201(1973) 113
J 119	ANN. PHYS. (PARIS) 2 (1967) 141-153 PHYS. LETTERS 28B (1969) 415	KR 77	ARKIV FYSIK 34 (1967) 401 Z. PHYSIK 244 (1971) 338
J 120M	ANN. PHYS. (PARIS) 2 (1967) 141-153 IZV. AKAD. NAUK. SSSR SER. FIZ. 34 (1970) 2048	KR 79M	PHYS. LETTERS 28B (1969) 415
J 120	ANN. PHYS. (PARIS) 2 (1967) 141-153 IZV. AKAD. NAUK. SSSR SER. FIZ. 34 (1970) 2048	KR 79	NUC. PHYS. A96 (1967) 6-32 Z. PHYSIK 230 (1970) 371-382 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970)
J 122	ANN. PHYS. (PARIS) 2 (1967) 141-153 IZV. AKAD. NAUK. SSSR SER. FIZ. 34 (1970) 2048 Z. PHYS. 227 (1969) 45	KR 81M	PHYS. LETTERS 28B (1969) 415 TABLE OF ISOTOPES 1967, LEDEGER
J 123	MIT-70-109(1967)	KR 85M	NUC. PHYS. A 152 (1970) 561-569
J 124	NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970)	KR 85	NUCLEAR DATA SEC. A VOL. 8, NO. 1-2, 62 (1970) NUC. SCI. ENG. 28(1967)305 GRNL - 4466 (1970) 75
J 126	IDC 17222 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 ANN. PHYS. 2 (1967) 141 NUC. PHYS. A147(1970)12-18 RADIOCHEM. RADIOANAL. LETTERS 10 (1972) 161	KR 87	NUC. PHYS. 125(1969)1613-625 ARKIV FYSIK 34(1967)433 CAN. J. PHYS. 47 (1969) 393 NUC. PHYS. A. 160 (1971) 33-52 PHYS. REV. C6 (1972) 618
J 128	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 NUC. PHYS. A153 (1971) 109-120 NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46 NUC. SCI. ENG. 49 (1972) 319	KR 88	CAN. J. PHYS. 48(1970)753 CAN. J. PHYS. 47 (1969) 393 PHYS. REV. C6 (1972) 618
J 130M	NUC. PHYS. 154(1970)145 IZV. AKAD. NAUK. SSSR FIZ. SER. 36 (1972) 114 NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46	KR 89	RADIOCHEM. RADIOANALYT. LETTERS 3/2(1970)135-143 NUC. PHYS. 125(1969)267-275 NUC. PHYS. A. 98(1967) 337-364 PHYS. REV. C6 (1972) 618 CAN. J. PHYS. 50(1972) 2741
J 130	NUC. PHYS. 154(1970)145 PHYS. REV. 174 (1968) 1472 NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46 IZV. AKAD. NAUK. SSSR FIZ. SER. 36 (1972) 114	KR 90	NUC. PHYS. 125(1969)267-275 ARKIV FYSIK 36 (1966)169-176 CAN. J. PHYS. 48. (1970) 2056 CONTRIBUTIONS INTERN. CONF. PROPER. NUCL. STATES, MONTREAL (1969) ARKIV FYSIK 36(1967)169 J. MASON, THESIS, MCMASTER UNIV(1969)STRUCTURE OF RUBIDIUM AND STRONTIUM BMBW-FB-K-71-12 (1971) P7
J 131	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 PHYS. REV. 91(1953)11027 UCRL-50156 LIVERMORE J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 TABLE OF ISOTOPES 1967, LEDEGER NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 CRNL - 4466 (1970) 75 NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46 ACT. PHYS. SCIE. HUNG. 2 (1971) 167 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319	KR 91	EANDC-(E)-115(U) NUC. PHYS. 125(1969)267-275 ARKIV FYSIK 36 (1966)169-176 CONTRIBUTIONS INTERN. CONF. PROPER. NUCL. STATES, MONTREAL (1969) CAN. J. PHYS. 48(1970) 2056-2905 J. MASON, THESIS, MCMASTER UNIV(1969)STRUCTURE OF RUBIDIUM AND STRONTIUM BMBW-FB-K-71-12 (1971) P7
J 132	C. R. ACAD. SC. PARIS 267(1966)1408 NUC. PHYS. 72(1965)604-616 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 PHYS. REV. C 1 (1970) 649 BULL. AM. PHYS. SOC. 11(1966)775 C. R. ACAD. SC. PARIS 269(1969)8337	KR 92	NUC. PHYS. 125(1969)267-275 BMBW-FB-K-71-12 (1971) P7 PHYS. REV. C5 (1972) 2095
J 133	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 PHYS. REV. 146 (1966) 897 NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46	KR 93	NUC. PHYS. 125(1969)267-275 PHYS. REV. C5 (1972) 270 BMBW-FB-K-71-12 (1971) P7
J 134M	CERN 70/30 (1970) HERTEL THESIS, MASS. INST. TECH. (1970) SHORT-LIVED FISSION PRODUCTS NUC. PHYS. A179 (1972) 689	KR 94	PHYS. REV. C5 (1972) 270
J 134	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 ARKIV FYSIK 37(1968)203 Z. NATURFORSCHUNG 24A (1969) 1831 CERN 70/30 (1970) PHYS. REV. C4 (1971) 168	LA 132	NUC. PHYS. A 94 (1967) 366-384
J 135	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 NUC. PHYS. A 147 (1970) 513-526 MIT-60-108(1967)	LA 134	NUC. PHYS. A108 (1968) 401-424 NUC. PHYS. A176 (1971)657
J 136M	Z. PHYSIK 242(1971) 107-120 NUC. PHYS. A158(1970) 403-417	LA 140	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 NUC. INSTR. METH. 65(1968)26-30 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 TABLE OF ISOTOPES 1967, LEDEGER NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536 NUC. INSTR. METH. 79 (1970) 233 NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46 REV. ROUM. PHYS. 16 (1971) 1045 BULL. ACAD. SCIEN. USSR 34 (1970) 815
J 136	NUC. PHYS. A158(1970) 403-417 Z. PHYSIK 242(1971) 107-120 HERTEL THESIS, MASS. INST. TECH. (1970) SHORT-LIVED FISSION PRODUCTS	LA 141	SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536 JADEPN. FIZ. 10(1969)925 PHYS. REV. C6 (1972) 618
J 139	CERN 70-30 (1970)	LA 142	NUCLEAR DATA 02-1-2(1967) J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 PHYS. REV. C 3(1971)1372 SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536 UCRL-18978 (1969) CAN. J. PHYS. 48 (1971) 1179 PHYS. REV. C6 (1972) 619
J 140	CERN 70-30 (1970)	LA 143	NUCLEAR DATA 02-1-2(1967) PHYS. REV. C6 (1972) 618
J 141	CEPM 70-30 (1970)	LA 144	PHYS. LET. 24B(1967)402 UCRL-18978 (1969)
K 38	IDC 17222 RADIOCHIM. ACTA 14(1970)46 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285	LA 145	UCRL-18978 (1969)
		LA 146	UCRL-18978 (1969)
		LA 148	UCRL-18978 (1969)

LU 168	NUC. PHYS. A156(1970)276-289 BULL. ACAD. SCIENCES 34 (1970) 688	NA 22	UCRL-50156 LIVERMORE RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 NUC. PHYS. 74(1965)281 BLG 425(1967) NUC. PHYS. A125(1969)217 NUC. INSTR. METH. 70(1969)237-244 NUC. PHYS. A90 (1967) 650-656 IAEA VIENNA 17 DEZ. 1969 RECOMMENDATION NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) NUC. INST. METH. 76 (1969) 285
LU 169	J. INORG. NUCL. CHEM. 32 (1970) 2817 IZV. AKAD. NAUK. SSSR. SER. FIZ. 34(1970)2 IZV. AKAD. NAUK. SSSR. SER. FIZ. 34 (1970)12		
LU 170	J. INORG. NUCL. CHEM. 32 (1970) 2817 NUC. PHYS. A 162 (1971) 305-329		
LU 171	J. INORG. NUCL. CHEM. 32 (1970) 2817 TABLE OF ISOTOPES 1967, LECERER		
LU 172	NUC. PHYS. A108(1968) 625-640 IZV. AKAD. NAUK. SSSR. SER. FIZ. 36(1972) 71	NA 24	BLG 425(1967) NUC. INSTR. METH. 65(1968)26-30 NUC. PHYS. 63(1965)133 UCRL-50156 LIVERMORE NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) NUC. INST. METH. 76 (1969) 285 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
LU 174M	Z. PHYSIK 204 (1967) 450-461		
LU 176M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 PHYS. REV. C 3(1971) 1294 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135	NA 25	PHYS. REV. C1 (1970) 1000-1004 PHYS. REV. 3 (1971) 1957
LU 177M	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A 94 (1967) 337-350 PHYS. REV. 133 (1964) 8 284	NB 90	TIC-4500/IN-1130 NUC. PHYS. A 108 (1969) 124-144 J. INORG. NUCL. CHEM. 31 (1969) 9-17
LU 177	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 BLG 425(1967) RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A117(1968) 336-342 CAN. J. PHYS. 46(1968) 1523 INDIAN J. PURE. APPL. PHYS. (DELHI) 6(1968)555 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 NUC. INST. METH. 77 (1970) 141-158 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319	NB 91M	J. INORG. NUCL. CHEM. 31 (1969) 9-17 NUCLEAR DATA B8-6-496 (1972)
LU 180	PHYS. REV. VOL. 3(1971)259 NUC. PHYS. A161(1971) 410-432	NB 92	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 BLG 425(1967) RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A90 (1967) 650-656 EANDC (R) 73 "L" (1968) J. INORG. NUCL. CHEM. 31 (1969) 9-17 NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46
HG 23	TABLE OF ISOTOPES 1967, LECERER	NB 94M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 NUC. SCI. ENG. 32 (1969) 46
HG 27	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 RADIOCHIM. ACTA 14(1970)46 ACTA PHYS. HUNG. 24 (1968)237 NUC. PHYS. A 134 (1969) 620-632	NB 94	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 EANDC (R) 73 "L" (1968) NUC. INST. METH. 93 (1971) 193-195 NUC. INSTR. METH. 96(1971)173-196
HG 28	NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970)	NB 95M	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) NUCLEAR DATA B8-1-46 (1972)
MN 50	NUC. PHYS. A 184 (1972) 138	NB 95	UCRL-50156 LIVERMORE BLG 425(1967) RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 NUC. PHYS. A107(1968)177 ARKIV FYSIK 34(1966)1259 NUC. PHYS. A90 (1967) 650-656 EANDC (R) 73 "L" (1968) NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46
MN 52	IDC 17188 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970)	NB 96	NUC. PHYS. A110 (1968) 289-299 BULL. ACAD. SCI. USSR PHYS. SER. 32 (1969) 258 Z. PHYSIK 233 (1970) 275-292 BULL. ACAD. SCI. USSR PHYS. SER. (1969) 80 32/258
MN 54	UCRL-50156 LIVERMORE NUC. PHYS. A125(1969)217 NUC. INSTR. METH. 70(1969)237-244 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUCLEAR DATA B3-3,6-172(1970) BLG 425(1967) TABLE OF ISOTOPES 1967, LECERER NUC. PHYS. A90 (1967) 650-656 IAEA VIENNA 17 DEZ. 1969 RECOMMENDATION NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) NUC. INSTR. METH. 96(1971)173-196 NUC. INST. METH. 76 (1969) 285 EANDC (R) 115 "U" 1969	NB 97M	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
MN 56	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUCLEAR DATA B3-3,4-157/B3-3,4-152(1970) NUC. PHYS. A112(1968) 85-96 J. APP. RAD. ISOTOPES 19 (1968) 823 J. APP. RAD. ISOTOPES 19 (1968) 475 NUC. INSTR. METH. 96(1971)173-196 NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319	NB 97	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A 109 (1968) 380-384
MN 57	NUC. PHYS. A134 (1969) 60	NB 98	VERH. DPG (VI) 11(1969)596 K-154 NUC. PHYS. A 128 (1969) 577-593
MN 58	NUCLEAR DATA B3-3,4-157/B3-3,4-152(1970) NUC. PHYS. A 173 (1971) 393	NB 99	VORTRAG: "ALLGEMEINE RADIOCHEMIE" KARLSRUHE 4.-6. MAI 1970 EANDC (R) 115 "U" RADIOCHIM. ACTA 15 (1971) 105-108
MO 90	NUC. PHYS. A 109 (1967) 603-624	NB 100	VORTRAG: "ALLGEMEINE RADIOCHEMIE" KARLSRUHE 4.-6. MAI 1970 EANDC (R) 115 "U" UCRL-18978 (1969) RADIOCHIM. ACTA 8 15 (1971) 105 BMBW-FR-K-71-12 (1971) P7
MO 91M	NUC. PHYS. A141 (1970) 417-422 ANN. PHYSIK 16 (1965)312 Z. NATURFORSCHUNG 25(1970) 1250-1254 BULL. AMER. PHYS. SOC. C3 (1971) 191	ND 139M	SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536
MO 91	NUC. PHYS. A141 (1970) 417-422 Z. NATURFORSCHUNG 25(1970) 1250-1254 BULL. AMER. PHYS. SOC. C3 (1971) 191	ND 141	IDC 17222
MO 93M	PHYS. REV. 3(1971)1412 PHYS. REV. 151 (1966) 964	ND 147	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 NUCLEAR DATA B2-4-36(1967) RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 BULL. AM. PHYS. SOC. VOL. 12, NO. 5(1967) ARKIV FYSIK 34(1967)459 SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 J. INORG. NUCL. CHEM. 33 (1971)589 Z. PHYSIK 257 (1972) 177
MO 99	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. 66 (1969)472-460 NUC. PHYS. 66(1965) 391-400 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 J. INORG. NUCL. CHEM. 33 (1971)589 NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 46 NUC. INST. METH. 105 (1972) 169 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319	ND 149	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 PHYS. REV. 140(1965)81 NUC. PHYS. 63 (1965) 233-240 SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536 PHYS. REV. C1 (1970) 1926 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135
MO 101	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 CAN. J. PHYS. 50 (1972) 1957	ND 151	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 PHYS. REV. 140(1965)81 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135
MO 105	UCRL-18978 (1969)	ND 152	BULL. AM. PHYS. SOC. VOL. 14, NO. 12(1969)1225
N 16	TABLE OF ISOTOPES 1967, LECERER PHYS. REV. C2 (1970) 1594		

NE 23	NUC. PHYS. A 107 (1968) 236-240 NUC. PHYS. A 94 (1967) 442-448 PHYSICA SCRIPTA 5 (1972) 159	PM 144	NUCLEAR DATA 2(1967)B B2-1-50 SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536 PHYS. REV. C1 (1970) 1826
NI 57	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 NUC. PHYS. A100(1967)136-144 PHYS. REV. 180(1969)1052 PHYS. REV. 154(1967)1051	PM 147	NUCLEAR DATA 2(1967)B NUC. SCI. ENG 32 (1968) 46
NI 65	IDC 17188 NUC. SCI. ENG 32 (1968) 46 INST. J. APPL. RADIAT. ISCTOP 22 (1971) 793	PM 148M	NUCLEAR DATA B2-4-80(1957) CAN. J. PHYS. 49 (1971) 108-117 SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536
NI 67	NUC. PHYS. A 164 (1971) 565	PM 148	NUCLEAR DATA B2-4-80(1967) CAN. J. PHYS. 49 (1971) 108-117 SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536
NP 238	IN-1218 NUC. PHYS. A161(1971)521-528	PM 149	IDC 17188 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536 PHYS. REV. 150(1966)1033 PHYS. REV. C1 (1970) 1826
NP 239	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285		J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 J. INORG. NUCL. CHEM. 33 (1971) 589
O 15	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 NUC. PHYS. A115 (1968) 625-634	PM 150	ARKIV FYSIK 36 (1966) 169-176
O 16	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A 94 (1967) 442-448 PHYS. REV. C2 (1970) 1594 NUC. SCI. ENG 32 (1968) 46	PM 151	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 PHYS. REV. 140(1965)181 SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536 UCRL-18978 (1969) NUC. PHYS. A166 (1971) 436-442
OS 183	BULL. ACAD. SCIENCES 34 (1970) 629	PM 152M	J. INORG. NUC. CHEM. 34 (1972) 13
OS 183M	BULL. ACAD. SCIENCES 34 (1970) 655	PM 152	J. INORG. NUC. CHEM. 34 (1972) 13
OS 183	BULL. ACAD. SCIENCES 34 (1970) 655	PM 154M	NUC. PHYS. (1971) 172-192
OS 185	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 Z. PHYSIK 237(1970) 180-188 Z. PHYSIK 232(1970)398-404 NUC. INSTR. METH. 96(1971)173-196 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 REV. RUM. PHYS. 16 (1971) 291	PM 154	NUC. PHYS. (1971) 172-192
OS 190M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11	PD 207	CAN. J. PHYSICS 48(1970)1378 J. INORG. NUCL. CHEM. 32 (1970) 2817
OS 191	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11	PR 133	JINR-P6-6285
OS 193	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A143 (1970) 177-201 AGIN. DISS. KANSAS STATE UNIVERSITY (1968) MEASUREMENT OF SOME ... NUC. INSTR. METH. 94 (1971) 155-157 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 STUD. CERCET. FIZ 23 (1971) 877 NUC. PHYS. A 187 (1972) 641	PR 134	BULL. ACAD. SCIEN. USSR 34 (1970) 706
P 34	J. INORG. NUCL. CHEM. 33 (1971) 609	PR 135	JINR-P6-6217 BULL. ACAD. SCIEN. USSR 34 (1970) 706
PA 230	NUC. PHYS. A 152 (1970) 463-480 ACTA. PHYS. POL. 8 2 (1971) 451 NUC. PHYS. A178 (1972) 410	PR 136	PHYS. REV. C 4 (1971) 1431
PA 232	ACTA. PHYS. POL. 2 (1971) 423	PR 138M	PHYS. REV. 3 (1971) 751 NUC. PHYS. A 184 (1972) 473
PA 233	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135	PR 138	SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536 PHYS. REV. 3 (1971) 751
PA 234M	C. P. ACAD. SCI. SER. B 274 (1972) 429	PR 139	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 PHYS. REV. 188(1969)11875 SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536 AN. ACAD. BRASIL. CIENC. 39 (1967) 89
PB 195M	NUC. PHYS. A 184 (1972) 497	PR 140	IZV. AN. SSSR SER. FIZ. 34 (1970) 916 BULL. ACAD. SCIEN. USSR 34 (1970) 815
PB 197M	NUC. PHYS. A 184 (1972) 497	PR 142	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUCLEAR DATA B2-1-3(1967) SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536 NUC. PHYS. A 113 (1968) 598 NUC. PHYS. A113 (1968) 608
PB 200	PHYS. REV. C5 (1972) 1751	PR 144	NUCLEAR DATA 2(1967)B B2-1-50 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285
PB 202M	PHYS. REV. C5 (1972) 2107	PR 145	NUCLEAR DATA B2-1-82(1967) SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536
PB 203	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 TID-4500/IN-1130 NUC. INSTR. METH. 96(1971)173-196	PR 146	NUCLEAR DATA B2-4-3(1967) NUC. PHYS. A118(1968)467-477 UCRL-18978 (1969)
PB 211	AN. ACAD. BRASIL. CIENC. 43 (1971) 97	PR 147	NUCLEAR DATA B2-4-36(1967)
PD 98	ACTA. PHYS. POL. 133 (1972) 153 NUC. PHYS. A 186(1972) 321	PR 150	UCPL-18978 (1969) PHYS. REV. C2 (1970) 2410
PD 99	ACTA. PHYS. POL. 133 (1972) 153	PT 182	CERN-70-29 (1970)
PD 101	SOVIET. PHYS. DOKLADY 10(1965) 520 NUC. PHYS. A159 (1970)1113	PT 184	PHYS. LETTERS 288 (1969) 415 CERN-70-29 (1970)
PD 103	NUC. PHYS. A 133 (1969) 369-384 IN-1317 (1970) 122	PT 186	CERN-70-29 (1970)
PD 107M	PHYS. REV. 182(1969)991	PT 187	CERN-70-29 (1970)
PD 109M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11	PT 189	NUC. PHYS. A 184 (1972) 214 NUC. PHYS. A 181 (1972) 76
PD 109	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 Z. PHYSIK 236(1970)130-143 NUC. PHYS. A114 (1968) 512-528 UCRL-18978 (1969) MIT-905-108(1967) J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135	PT 191	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A 143 (1970) 160-176 NUC. PHYS. A180 (1972) 321
PD 111M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A 126 (1969) 273-299	PT 195M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 Z. PHYSIK 203(1967) 453-463 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135
PD 111	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A 126 (1969) 273-299	PT 197M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
PM 141	CONTRIBUTIONS INTERN. CONF. PROPER. NUCL. STATES. MONTREAL (1969)	PT 197	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135
PM 143	NUCLEAR DATA 2(1967)B B2-1-27 PHYS. REV. C1 (1970) 1426	PT 199	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 Z. PHYSIK 236(1970)130-143
		PU 246	PHYS. REV. C3 (1971) 1238

PA 214M	NUC. PHYS. A. 189 (1972) 65	RH 101	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 PHYS. REV. 146(1966)869-876 PHYS. REV. 148(1966)1169
RA 226	NUC. INSTR. METH. 74(1969)353-354 BULL. ACAD. SCI. USSR, PHYS. SER. 33(1970)1510 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970)	RH 102M	HUSSEIN, DISS. GOETTINGEN(1969) ZERFALL DES RH 102G ... IN-1218
RB 77	NUC. INSTR. METH. 102 (1972) 253 JINR-E12-6224	RH 102	TIN-4500/IN-1219 IDC 17222 NUC. PHYS. A141 (1970) 641-652 HUSSEIN, DISS. GOETTINGEN(1969) ZERFALL DES RH 102G ... PHYS. REV. 95 (1954) 67
RB 78	RADIOCHEM. RADIOANAL. LETTERS 10 (1972) 173 J. INORG. NUC. CHEM. 34 (1972) 401	RH 103M	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970)
RB 79	J. INORG. NUCL. CHEM. 33 (1971) 2251-2254 J. INORG. NUC. CHEM. 34 (1972) 401	RH 104M	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 Z. PHYSIK 201 (1967) 465-489 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 PHYS. REV. C5 (1972) 948
RB 83	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285	RH 104	RADIOCHEM. ACTA 10(1968) 1-11 PHYS. REV. C5 (1972) 948
RB 84M	IDC 17222 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285	RH 105M	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHEM. ACTA 10(1968) 1-11 UCRL-18978 (1969)
RB 84	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 IDO 17188 Z. PHYSIK 246 (1971) 376	RH 105	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHEM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A 96(1967) 337-366 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135
RB 86M	RADIOCHEM. ACTA 10(1968) 1-11 NUCLEAR DATA 85-2-167 (1971)	RH 106M	NUC. PHYS. 83(1966)289-302 NUC. PHYS. A 167 (1971) 183-192
RB 86	RADIOCHEM. ACTA 10(1968) 1-11 TABLE OF ISOTOPES 1967, LEDEGER J. INORG. NUCL. CHEM. 33 (1971) 589 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319	RH 106	Z. PHYSIK 221(1969)231-244 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970)
RB 98	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHEM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. 154(1970)127-140 NUC. PHYS. A137 (1967) 157-166 CAN. J. PHYS. 47 (1969) 393	RH 107	PHYS. REV. 183(1969)991
RB 89	NUC. PHYS. 125(1969)267-275 CAN. J. PHYS. 44(1969)2661 NUC. PHYS. A 196(1972) 321	RH 109	UCRL-18978 (1969)
RB 90M	CAN. J. PHYS. 48. (1970) 2056	RH 110	NUC. PHYS. A154 (1970) 665-672 UCRL-18978 (1969)
RB 90	PHYS. LET. 248(1967)402 NUC. PHYS. 125(1969)267-275 SOV. J. NUC. PHYS. 5 (1967) 1-5 CAN. J. PHYS. 48. (1970) 2056 J. MASON, THESIS, MCMASTER UNIV(1969) STRUCTURE OF RUBIDIUM AND STRONTIUM PHYS. REV. C6 (1972) 618	RH 111	UCRL-18978 (1969)
RB 91	PHYS. LET. 248(1967)402 NUC. PHYS. 125(1969)267-275 SOVIET J. NUC. PHYS. 7(1968)1 CAN. J. PHYS. 48(1970)2895 J. MASON, THESIS, MCMASTER UNIV(1969) STRUCTURE OF RUBIDIUM AND STRONTIUM PHYS. REV. C6 (1972) 618	RH 112	UCRL-18978 (1969)
RB 92	PHYS. LET. 248(1967)402 NUC. PHYS. 125(1969)267-275 PHYS. REV. C5 (1972) 2095	RN 202	PHYS. LETTERS 28B (1969) 415
RB 93	PHYS. LET. 248(1967)402 NUC. PHYS. 125(1969)267-275 PHYS. REV. C5 (1972) 270	RN 204	PHYS. LETTERS 28B (1969) 415
RB 94	PHYS. LET. 248(1967)402 PHYS. REV. C5 (1972) 270	RN 205	PHYS. LETTERS 28B (1969) 415
RB 95	PHYS. LET. 248(1967)402	RN 206	PHYS. LETTERS 28B (1969) 415
RB 96	PHYS. LET. 248(1967)402	RN 225	PHYS. LETTERS 28B (1969) 415
RE 181	NUC. PHYS. A161(1971) 177-190	RN 226	PHYS. LETTERS 28B (1969) 415
RE 184M	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 NUC. PHYS. A143 (1970) 545-561	RU 95	IDC 17222 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 J. PHYS. (PARIS) 29(1968)257-262 NUC. PHYS. A155(1970) 129-144 Z. PHYSIK 201 (1967) 142 EANDC (E) 127 "U" 1970
RE 184	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHEM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A143 (1970) 545-561	RU 97	NUC. PHYS. A140(1970)658-672 RADIOCHEM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A171 (1971) 44
RE 186	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHEM. ACTA 10(1968) 1-11 CZECH. J. PHYS. B16(1966) 763 CURRENT SCIENCE, INDIAN INST. SCIENCE (MADRAS) 36(1967)1195 RADIO CHEM. ACTA 16(1971) 115	RU 103	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHEM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A130(1969)293 IN-1218 Z. NATURFORSCHUNG 26 A (1971) 596-597 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 IN-1317 (1970) 122
RE 188M	RADIOCHEM. ACTA 10(1968) 1-11 ARKIV FYSIK 35(1968)229 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135	RU 105	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHEM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A 96(1967) 337-366
RE 188	RADIOCHEM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A130 (1969) 456-480 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 C. R. ACAD. SC. PARIS 2658(1967)1492 ATOMKERNENERGIE 11(1966)1497 RADIO CHEM. ACTA 16(1971) 115	RU 109	UCRL-18978 (1969)
RH 96M	NUCL. PHYS. A 167 (1971) 577-582	S 37	IDC-1689C RADIOCHEM. ACTA 10(1968) 1-11 PHYS. REV. C 3(1971)1413
RH 96	NUCL. PHYS. A 167 (1971) 577-582	SB 117	BULL. AM. PHYS. SOC., VOL. 13, NO. 11(1968)1451 NUC. PHYS. A 123 (1969) 649-663
RH 98	NUC. PHYS. A 186(1972) 321	SB 118M	Z. PHYSIK 231 (1970) 203-215
RH 99M	IN-1317 (1970) 122 BULL. ACAD. SCIENCES 34 (1970) 771	SB 118	Z. PHYSIK 231 (1970) 203-215
RH 99	IN-1317 (1970) 122 BULL. ACAD. SCIENCES 34 (1970) 771	SB 120M	Z. PHYSIK 241 (1971) 150
RH 100	BULL. ACAD. SCI. USSR, PHYS. SER. 33 (1969) 114	SB 120	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 Z. PHYSIK 241 (1971) 150
RH 101M	IDC 17222 PHYS. REV. 146(1966)869-876 NUC. PHYS. 82 (1966)151-160	SB 122M	RADIOCHEM. ACTA 10(1968) 1-11 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135
		SB 122	J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHEM. ACTA 10(1968) 1-11 ANN. PHYS. (PARIS) 2 (1967) 141-153 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 219
		SB 124M	TABLE OF ISOTOPES 1967, LEDEGER

SB 124	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 CERN 70/30 (1970) NUC. PHYS. A125(1969)127 NUC. INSTR. METH. 65(1968)26-30 UCRL-50156 LIVERMORE NUC. PHYS. A147(1970)601-605 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) ANN. PHYS. (PARIS) 2 (1967) 141-153 NUC. SCI. ENG 32 (1968) 46	SE 91M	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 PHYS. REV. 135(1969)1541 PHYS. REV. 154(1967)1028 PHYS. REV. 157 (1967) 995 PHYSIKA 34 (1967) 559 Z. PHYSIK 244 (1971) 321
SB 125	NUC. INSTR. METH. 76(1969)53-96 J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 TABLE OF ISOTOPES 1967, LEDERER CAN. J. PHYS. 48(1970)2978	SE 81	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 PHYS. REV. 135(1969)1541 PHYS. REV. 154(1967)1023 PHYS. REV. 157 (1967) 995 PHYSIKA 34 (1967) 559 Z. PHYSIK 244 (1971) 321
SB 126M	PROC. NUC. PHYS. AND SOC. STATE SYMPOSIUM, MADRAS (1968) ANN. CONF. NUCL. SPECTROSC. STRUCT. AT. NUCLEI MOSCOW PT (1971) P71 PHYS. REV. C3 (1971) 2402 Z. PHYSIK 237 (1970) 313 INST. PHYS. ORDERZOEK AMSTERDAM PROGRESS 1968-1969 IZV. AKADEM. NAUK. SSSR SER. FIZ 35 (1971) 2300	SE 83M	PHYS. REV. 163(1967)1098
SB 126	UCID -15439 ANN. CONF. NUCL. SPECTROSC. STRUCT. AT. NUCLEI MOSCOW PT (1971) P71 PHYS. REV. C3 (1971) 2402 INST. PHYS. ORDERZOEK AMSTERDAM PROGRESS 1968-1969 IZV. AKADEM. NAUK. SSSR SER. FIZ 35 (1971) 2300	SE 83	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 PHYS. REV. 163(1967)1098
SB 127	UCID -15439	SE 84	EANDC-(E)-115'U'
SB 128M	NUC. PHYS. A 176 (1971) 526-534 ANN. CONF. NUCL. SPECTROSC. STRUCT. AT. NUCLEI MOSCOW PT (1971) P71 IZV. AKADEM. NAUK. SSSR SER. FIZ 35 (1971) 2300	SE 87	J. INORG. NUCL. CHEM. 32(1970)7C5
SB 128	J. INORG. NUCL. CHEM. 28(1966) 287 ANN. CONF. NUCL. SPECTROSC. STRUCT. AT. NUCLEI MOSCOW PT (1971) P71 SOV. J. NUC. PHYS. 14 (1972) 139 IZV. AKADEM. NAUK. SSSR SER. FIZ 35 (1971) 2300 NUC. PHYS. A 185 (1972) 497	SE 89	J. INORG. NUCL. CHEM. 32(1970)7C5
SB 129	NUC. PHYS. A156(1970)338-352	SI 31	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. SCI. ENG 32 (1968) 46
SB 130M	H. ERTEN THESIS, MASS. INST. TECH. (1970) SHORT-LIVED FISSION PRODUCTS	SI 33	PHYS. REV. C5 (1972) 1252
SB 130	BULL. AM. PHYS. SOC. VOL. 10, NO. 1 (1965) 82 H. ERTEN THESIS, MASS. INST. TECH. (1970) SHORT-LIVED FISSION PRODUCTS SOV. J. NUC. PHYS. 14 (1972) 139	SM 141M	PHYS. REV. C5 (1972) 1084 J. INORG. NUCL. CHEM. 34 (1972) 1105
SB 131	H. ERTEN THESIS, MASS. INST. TECH. (1970) SHORT-LIVED FISSION PRODUCTS	SM 143	NUCLEAR DATA 2(1967)B 82-1-27 AN. ACAD. BRASIL. CIENC. 39 (1967) 89 J. INORG. NUCL. CHEM. 34 (1972) 1105
SB 132	NUC. PHYS. A 113 (1968) 598 J. INORG. NUCL. CHEM. 34 (1972) 1785	SM 145	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
SB 134	BMBW-FB K70-04 BMBW-FB-K-71-12 (1971) P7 PHYS. REV. C4 (1971) 214	SM 153	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536 PHYS. REV. C1 (1970) 1826 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 J. INORG. NUCL. CHEM. 33 (1971) 589 NUC. SCI. ENG 32 (1968) 46 PATIN THESE UNIV. PARIS (1970) ETUDE DE LA DESINTEGRATION
SC 44M	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 TID-4500/IN-1130 RADIOCHIM. ACTA 14(1970)54	SM 156	SOV. J. NUC. PHYS. 10(1970)536
SC 44	IDC 17222 J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 14(1970)46	SM 111	AN. ACAD. BRASIL. CIENC. 39 (1967) 89
SC 46M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUCLEAR DATA B4-3,4 -283 (1970)	SN 113	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 RADIOCHIM. ACTA 13(1970)171 NUCLEAR DATA B5-2-190 (1971) NUC. INSTR. METH. 77 (1970)141-159 INST. PHYS. ORDERZOEK AMSTERDAM PROGRESS 1968-1969 INT. J. APPL. RADIAT. ISOTOP. 23 (1972) 219 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
SC 46	BLG 425(1967) UCRL-50156 LIVERMORE RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 TABLE OF ISOTOPES 1967, LEDERER NUC. PHYS. A90 (1967) 650-656 NUC. INSTR. METH. 96(1971)173-196 NUC. INSTR. METH. 48 (1967) 277 NUC. INSTR. METH. 105 (1972) 169	SN 117M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 Z. PHYSIK 254 (1972) 142
SC 47	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 TID-4500/IN-1130 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970)	SN 121	NUC. PHYS. A113 (1968) 581-592 PHYS. LETTERS 25B (1967) 118
SC 48	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 RADIOCHIM. ACTA 14(1970)46 TID-4500/IN-1130	SN 123M	NUC. PHYS. A107(1968)449-466 NUOVO CIMENTO 55B (1968) 491
SC 49	NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) PHYS. REV. C3 (1971) 2268	SN 123	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. 31(1966)442-448
SC 50	NUCLEAR DATA B3-5,6-172(1970) RADIOCHIM. ACTA 12 (1969) 217	SN 125M	NUC. PHYS. A 109 (1968) 316-328 NUC. PHYS. A163(1971)534-544 NUC. PHYS. A107(1968)449-466
SE 73M	NUC. PHYS. A157 (1972) 337-357 NUC. PHYS. A130 (1969) 563-576	SN 125	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUCLEAR DATA B 7-5-476 (1972)
SE 73	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 IDC 17222 NUC. PHYS. A157 (1970) 337-357	SN 127M	NP-18596 (1970)
SE 75	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 TID-4500/IN-1130 NUC. PHYS. A130 (1969) 677-686 NUC. INSTR. METH. 77 (1970)141-158 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) NUC. PHYS. A147(1970)601-605 NUC. INSTR. METH. 96(1971)173-196 NUC. INSTR. METH. 91 (1971) 349 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135	SN 127	NP-18596 (1970)
SE 77M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. INSTR. METH. 59 (1972) 221-226	SR 79	CAN. J. PHYS. 50 (1972) 3071 J. INORG. NUCL. CHEM 33 (1971) 2251-2254
SE 79M	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135	SR 83	PHYS. REV. 168(1968)1249 BULL. ACAD. SCI. USSR PHYS. SER. 32 (1969) 1518
		SR 85M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 TID-4500/IN-1130 NUC. PHYS. A 167(1971) 252-256 BULL. ACAD. SCI. USSR PHYS. SER. 35 (1971) 794 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
		SR 85	UCRL-50156 LIVERMORE BLG 425(1967) RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC. PHYS. A90 (1967) 650-656 NUC. INSTR. METH. 96(1971)173-196 BULL. ACAD. SCI. USSR PHYS. SER. 35 (1971) 794 INT. J. APPL. RADIAT. ISOTOP. 23 (1972) 219 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
		SR 87M	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 TID-4500/IN-1130 PHYS. REV. 185(1969)1537 NUC. SCI. ENG. 32 (1968) 195-200 BULL. ACAD. SCI. USSR PHYS. SER. 35 (1971) 794 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319

SR 99	NUC.DATA TABLES SEC.A VOL.8 NR.1-2 (1970) J. INORG.NUCL. CHEM. 33 (1971) 589 INT. J. APPL. RADIAT ISOTCP, 23 (1972) 219	TC 96	IZV. AKAU. NAUK. SSSR. SER. FIZ. 32 (1968) 220 Z. PHYSIK 205 (1967) 174 Z. PHYSIK 245 (1970) 275-292 IDN 17188 INST. PHYS. ODERZOEK AMSTERDAM PROGRESS 1968-1969
SR 91	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 RADIOCHEM. RADIOANALYT. LETTERS 3/1 (1970) 1-5 NUC. PHYS. A130 (1969) 433-448 PHYS. REV. C6 (1972) 518	TC 99M	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 RADIOCHEM. ACTA 10 (1968) 1-11 UCRL-18978 (1969) NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319
SR 92	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285	TC 100	CONTRIBUTIONS INTERN. CONF. PROPER. NUCL. STATES. MONTREAL (1969)
SR 93	USNRDL-TR-733 NUC. PHYS. 61 (1965) 56-64 NUC. PHYS. 125 (1969) 247-275 C.R. ACAD. SCI. PARIS 2728 (1971) 354 PHYS. REV. C5 (1972) 270 PHYS. REV. C6 (1972) 618 Z. PHYSIK 257 (1972) 424	TC 101	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 NUC. PHYS. A162 (1971) 42-48 NUC. PHYS. A 169 (1971) 209-224 UCRL-18578 (1969) CAN. J. PHYS. 50 (1972) 1957
SR 94	PHYS. LET. 248 (1967) 402	TC 102M	NUC. PHYS. 139 (1969) 434-450
SR 95	PHYS. LET. 248 (1967) 402	TC 102	NUC. PHYS. 139 (1969) 434-450 UCRL-18978 (1969)
SR 96	PHYS. LET. 248 (1967) 402	TC 104	UCRL-18978 (1969) NUC. PHYS. A 157 (1970) 323-336
TA 173	IZV. AKAU. NAUK. SSSR SER. FIZ. 35 (1971) 2207	TC 106	UCRL-18978 (1969) CERN 70-30 (1970)
TA 174	LYCEN - 7084 (1970) PHYS. REV. C 4 (1971) 1334 NUC. PHYS. A 178 (1971) 263	TC 10P	UCPL-18978 (1969)
TA 176	PHYS. REV. C 3 (1971) 1294 BULL. ACAD. SCI. USSR PHYS. SER. 35 (1971) 648	TC 110	UCRL-18978 (1969)
TA 178	PHYS. REV. C5 (1972) 252	TE 121M	RADIOCHEM. ACTA 10 (1968) 1-11
TA 180M	IDN 17222 J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285	TE 121	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 RADIOCHEM. ACTA 10 (1968) 1-11 NUC. PHYS. 81 (1966) 1442-449
TA 182M	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 RADIOCHEM. ACTA 10 (1968) 1-11 IN-1218 Z. PHYSIK 201 (1967) 465-489	TE 123M	RADIOCHEM. ACTA 10 (1968) 1-11 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) ORNL - 4466 (1970) 75
TA 182	NUC. PHYS. A136 (1969) 657-662 NUC. PHYS. A91 (1967) 1453 RADIOCHEM. ACTA 10 (1968) 1-11 J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 NUC. INSTR. METH. 84 (1970) 90-92 NUC. PHYS. 82 (1966) 561-573 NUC. INSTR. METH. 96 (1971) 173-196 BULL. BORIS KIPRIC INSTITUTE NUCL. SCIE. 21 (1970) 1 J. RADIOANAL. CHEM. 10 (1972) 125-135 NUC. INSTR. METH. 77 (1970) 141-158 NUC. INSTR. METH. 48 (1967) 277 NUC. SCI. ENG. 48 (1972) 319	TE 125M	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 RADIOCHEM. ACTA 10 (1968) 1-11 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) J. RADIOANAL. CHEM. 10 (1972) 125-135
TA 183	NUC. INSTR. METH. 84 (1970) 90-92 PHYSICA 32 (1966) 837-857 NUC. INSTR. METH. 77 (1970) 141-158	TE 127M	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 RADIOCHEM. ACTA 10 (1968) 1-11 NUC. PHYS. A152 (1970) 344-353
TA 186	CONTRIBUTIONS INTERN. CONF. PROPER. NUCL. STATES. MONTREAL (1969) CAN. J. PHYS. 51 (1973) 241	TE 127	NUC. PHYS. A152 (1970) 344-353
TB 147	IZV. AKAU. NAUK. SSSR SER. FIZ. 35 (1971) 719	TE 129M	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 RADIOCHEM. ACTA 10 (1968) 1-11 NUC. PHYS. A123 (1969) 481-496 NUC. PHYS. A93 (1967) 456-480 J. INORG. NUCL. CHEM. 33 (1971) 589
TB 148	JINR-P6-6512 (1972)	TE 129	RADIOCHEM. ACTA 10 (1968) 1-11 J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 VESTN. AKAU. NAUK. KAZ. SSSR 24 N07 (1968) 40 NUC. PHYS. 893 (1967) 456-480 GOD. SOFIJ. UNIV. FIZ. FAK. 61 (1967) 127 J. RADIOANAL. CHEM. 10 (1972) 125-135 NUC. PHYS. A123 (1969) 481-496
TB 150M	PHYS. REV. C5 (1972) 1113	TE 131M	NUC. PHYS. A 93 (1967) 436-455
TB 152	NUC. PHYS. A177 (1971) 513-558	TE 131	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 RADIOCHEM. ACTA 10 (1968) 1-11 PHYS. REV. 140 (1965) 8 268 NUC. PHYS. A161 (1971) 471-490 J. RADIOANAL. CHEM. 10 (1972) 125-135
TB 155	TID-4500/IN-1130 NUC. PHYS. A 96 (1967) 190-208 PHYS. REV. C1 (1970) 1825	TE 132	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 RADIOCHEM. RADIOANALYT. LETTERS 3/1 (1970) 1-5 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970) UCRL-18978 (1969) J. INORG. NUCL. CHEM. 34 (1972) 1785
TB 156	TID-4500/IN-1130 NUC. PHYS. A105 (1967) 522-544 PHYS. REV. C4 (1971) 542	TE 133M	IN-1218 J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 ARKIV FYSIK 37 (1968) 213
TB 160	IDN 17188 NUC. INSTR. METH. 96 (1971) 173-196 J. RADIOANAL. CHEM. 10 (1972) 125-135 NUC. INSTR. METH. 77 (1970) 141-158 Z. PHYSIK 250 (1972) 359	TE 134	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 ARKIV FYSIK 30 (1965) 486 4E-391 ARKIV FYSIK 37 (1968) 203
TB 161	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 RADIOCHEM. ACTA 10 (1968) 1-11 NUC. PHYS. 84 (1966) 443-448 NUC. PHYS. A 135 (1969) 401-418 INDIAN J. PURE APPL. PHYS. 6 (1968) 605 J. RADIOANAL. CHEM. 10 (1972) 125-135 J. INORG. NUCL. CHEM. 33 (1971) 589	TE 135	BMNH-FR K70-04 USNRDL-TR-69-11
TB 162	PHYS. REV. 151 (1966) 950 NUC. PHYS. 84 (1966) 424-442 PHYS. REV. 153 (1967) 1262 TID-4500/IN-1130	TE 136	BMNH-FR K70-04
TB 163	NUC. PHYS. 84 (1966) 424-442 Z. PHYSIK 245 (1971) 451-470	TH 233	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 HOEKSTRA, T. HESES TECHNISCHE HOOGESCHOOL DELFT, GAMMA RAYS ... NUC. PHYS. A130 (1969) 586-594 JEN-200-CF/1-61 (1969) J. RADIOANAL. CHEM. 10 (1972) 125-135 NUCLEAR DATA 86-3-265 (1971)
TC 94M	NUC. PHYS. A112 (1968) 609-624	TI 44	IDN 17188
TC 94	NUC. PHYS. A112 (1968) 609-624	TI 45	PHYS. REV. 146 (1966) 1774 Z. PHYSIK 242 (1971) 33 NUOV. CIMENTO 68 A (1972) 40-79
TC 95M	NUC. PHYS. A123 (1969) 327-336 NUC. INSTR. METH. 96 (1971) 173-196	TI 51	RADIOCHEM. ACTA 10 (1968) 1-11 J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 NUCLEAR DATA 83-5, 6-172 (1970) PHYS. REV. C2 (1970) 2278
TC 95	J. RADIOANALYT. CHEM. 3 (1969) 99-125, 271-285 NUC. PHYS. A123 (1969) 327-336	TL 185	JINR-PA-6288
TC 96M	Z. PHYSIK 205 (1967) 174 INST. PHYS. ODERZOEK AMSTERDAM PROGRESS 1968-1969	TL 190	CERN 70/30 (1970)

TL 191	CERN 70/30 (1970)	XE 131	NUC.SCI.ENG. 48 (1972) 319
TL 193	CERN 70/30 (1970)	XE 133P	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 ARKIV FYSIK 39(1969)7 ORNL - 4466 (1970) 75
TL 194	JINR-P6-6250 (1972)		
TL 194P	NUC. PHYS. 4153 (1970) 121-128	XE 133	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 NUC. PHYS. A 121 (1968) 612-624 NUC.DATA TABLES SEC.A VOL.8 NR.1-2 (1970) ORNL - 4466 (1970) 75 NUC.SCI.ENG. 48 (1972) 319
TL 198	NUC. PHYS. 4153 (1970) 121-128		
TL 202	IDC 17222 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 NUCLEAR DATA B 5-6-587 (1971) NUC. PHYS. 75 (1966) 81	XE 135H	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285
		XE 135	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 NUC. PHYS. A 121 (1968) 612-624 MIT-905-100(1967)
TL 208	NUC.INSTR.METH.52(1967)349 NUC.INSTR.METH.65(1969)26-30 UCRL-50156 LIVERMORE NUC. PHYS. 63 (1965) 353-392 NUOVO CIMENTO 49B (1967) 125 RADIOCHEM. RADIOANAL. LETTERS 8/2 (1971) 75-77 NUCLEAR DATA B 5-3-251 (1971)	XE 137	PHYS.REV.167(1968)1105 NUC.PHYS. 125(1969)267-275 ARKIV FYSIK 37(1968)1 PHYS.REV.C6 (1972) 618
		XE 138	PHYS.REV.167(1968)1105 NUC.PHYS. 125(1969)267-275 J.PHYS.SOC. JAPAN 26(1969)232 RADIOCHIM. ACTA 10(1968)173 J.ENERG. NUCL.CHEM.28(1966)1501 J.NUC.ENERG. 26 (1972) 333 PHYS.NUC.A 175 (1972) 172
TL 209	NUC.INSTR.METH.68 (1969)353-354 NUCLEAR DATA B 5-3-292 (1971)		
TM 164P	NUC.PHYS.A 169 (1971) 577		
TM 164	NUC.PHYS.A 169 (1971) 577		
TM 165	J. INORG. NUCL. CHEM. 32 (1970) 2817 NUC.PHYS. A 108 (1968) 434-448 J.PHYS.RADIUM (PARIS) 33 (1972) 301	XE 139	PHYS.REV.167(1968)1105 NUC.PHYS. 125(1969)267-275 ARKIV FYSIK 34(1967)447 UCRL-18978 (1969) CERN 70/30 (1970) BHRN-FB-K-71-12 (1971) P7
TM 166	J. INORG. NUCL. CHEM. 32 (1970) 2817 PHYS.REV. 158 (1967) 1161 NUC.PHYS.81(1966)188-212 SOV.NUC.PHYS.VOL.8(1969) 125-240	XE 140	PHYS.REV.167(1968)1105 NUC.PHYS. 125(1969)267-275 BMBW-FB-K-71-12 (1971) P7 PHYS.REV. C4 (1971) 507
TM 167	J. INORG. NUCL. CHEM. 32 (1970) 2817 NUC. PHYS.A118(1968)57-113		
TM 168	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 IN-1218	XE 142	PHYS.REV.167(1968)1105 NUC.PHYS. 125(1969)267-275 PHYS. REV. C 3(1971)1372 NUC.INSTR.METH.48 (1967) 125 BMBW-FB-K-71-12 (1971) P7
TM 170	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC.INSTR.METH. 84(1970)90-92 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135 NUC. INST. METH. 77 (1970) 141-158 NUC. SCI.ENG 32 (1968) 46	Y 85	BULL.ACAD. SCI USSR PHYS.SER. 35(1972) 45
		Y 86	BULL. ACAD. SCI. USSR PHYS. SER 33 (1969) 1266 NUC.SCI.ENG. 48 (1972) 319
TM 174	Z.PHYSIK 247 (1971) 436 Z.PHYSIK 204 (1967) 456-461	Y 87H	TID-4500/IN-1130 PHYS.REV. 185(1969)1537 NUCLEAR DATA B5-5-467 (1971)
TM 176	PHYS.SCRIPTA 2 (1970) 163		
U 237	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285	Y 87	PHYS.REV. 185(1969)1537 NUCLEAR DATA B5-5-466 (1971) NUOVO.CIM. 6A (1971) 158
U 239	NUC.PHYS. A 108 (1969) 91-93 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135	Y 88	NUC.INSTR.METH.69(1969)353 J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 NUC.INSTR.METH. 70(1969)237-244 NUC.INSTR.METH.65(1968)26-30 UCRL-50156 LIVERMORE IDN 17188 NUC.PHYS.A125(1969)217 NUC.PHYS. A90 (1967) 650-656 IAEA VIENNA 17 DEZ. 1969 RECOMMENDATION NUC.INSTR.METH. 96(1971)173-196 NUC. INST. METH. 79 (1970) 233 NUC.INSTR. METH 76 (1969) 285
V 48	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 TID-4500/IN-1130 PHYSICA 41(1969)510-514 NUCLEAR DATA B4-3,4-352 (1970) ORNL - 4466 (1970) 75 NUC.SCI.ENG. 48 (1972) 319		
V 52	UCPL-50156 LIVERMORE BLG 425(1967) RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUCLEAR DATA B3-5,6-172(1970) NUC. SCI.ENG 32 (1968) 46 NUC. SCI.ENG. 48 (1972) 319	Y 89H	NESTERP. AKAD. WISS. MATH. NATURWISS.KL. ABT.2 176(1968)227
V 53	NUCLEAR DATA B3-5,6-172(1970) NUC. PHYS.A134 (1969) 60 Z. PHYSIK 241 (1971) 459	Y 90H	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 PHYS. REV. C2 (1970)2278
V 54	NUCLEAR DATA B3-5,6-172(1970) NUC.PHYS.A148 (1970) 225-235	Y 91P	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 TID-4500/IN-1130
W 181	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 ORNL - 4466 (1970) 75 NUC.SCI.ENG. 48 (1972) 319	Y 91	NUC.DATA TABLES SEC.A VOL.8 NR.1-2 (1970) J. INORG.NUCL. CHEM. 33 (1971)509 VESTN.MOSK.UNIV.SER. III FIZ.ASTRON 25 (1970) 386
W 183P	NUC. INST. METH. 99 (1972) 221-226 TABLE OF ISOTOPES 1967,LEDERER	Y 92	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 NUC.PHYS. A 146(1970)149-162
W 185P	NUC. PHYS. A123(1969) 186-192	Y 93	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 9 (1968)225 NUC. PHYS. A169(1971)504-512 NUC. PHYS. A131(1969)137 PHYS.REV.C6 (1972) 618
W 185	RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 NUC.SCI.ENG. 44 (1972) 319		
W 187	J.RADIOANALYT.CHEM. 3(1969)99-125,271-285 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11 ATOMKERNENERGIE 12 (1967)159 NUC. PHYS. 79(1966)193-202 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135	Y 94	J. INORG.NUCL.CHEM.28(1966)1129 NUC. PHYS. A 175 (1971) 363 NUCL.PHYS. A 179 (1972) 193 PHYS.REV.C6 (1972) 618
W 188	PHYS. REV. C6 (1972) 537 PHYS.LETT 403 (1972) 363	Y 95	J.INCFG.NUCL.CHEM.28(1966)1129 NUC.PHYS. 88(1965)481-491 PHYS. REV.154 (1967)1116 NUCL.PHYS. A 179 (1972) 193
XE 121	NUCL.PHYS.A 179 (1972) 205	Y 97	EAHOC-(F)-115'U'
XE 122	Z.PHYS. 227 (1969) 45	YB 162	NUC.PHYS.A 196 (1972) 362 PHYS.REV. C6 (1972) 628
XE 123	Z.PHYSIK 242 (1971)121-137 Z. PHYSIK 238(1968)299	YB 163	PHYS.REV. C6 (1972) 628 RADIOCHIM. ACTA 17 (1972) 218
XE 125	ACTA PHYSICA POLONICA 36(1969)939 PHYS.REV. 158 (1967)1094 ACTA.PHYS.POL. 31 (1970) 189	YB 164	PHYS.REV. C6 (1972) 628 NUC.PHYS.A 149 (1971) 577
XE 131P	ARKIV FYSIK 39(1969)7 ORNL - 4466 (1970) 75 NUC.SCI.ENG. 49 (1972) 319		

YB 169 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285
 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
 NUC. INSTR. METH. 84(1970)90-92
 J. RADIOANAL. CHEM. 10(1972) 125-135
 FIZIKA 3 (1971) 141-146
 PHYS. REV. C6 (1972) 321

YB 175 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285
 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
 NUC. PHYS. A153 (1971) 109-120
 NUC. PHYS. A154 (1970) 626-640

YB 177 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285
 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
 NUC. PHYS. A154 (1970) 626-640

ZN 60 Z. PHYSIK 251 (1972) 416
 PHYS. REV. 177 (1969) 1640

ZN 61 NUC. PHYS. A157 (1970) 584-592
 Z. PHYSIK 251 (1972) 416

ZN 62 TID-4500/IN-1130
 NUC. PHYS. A 94 (1967) 289-300
 PHYS. REV. 177 (1969) 1640

ZN 63 IDO 17222
 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285
 NUC. PHYS. A103 (1967) 203-206
 Z. PHYSIK 223(1969)473-486
 NUC. PHYS. A91(1967)439
 Z. PHYSIK 233 (1970) 146-153
 EANDC-(E) 115 "UM" 1968
 ANNU. REP. RADIAT. CENT. OSAKA PERFECT 11 (1970) 83

ZN 65 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
 NUC. PHYS. A123(1969)471-476
 BLG 425(1967)
 TID-4500/IN-1130
 NUC. PHYS. A90 (1967) 650-656
 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970)
 NUC. INSTR. METH. 96(1971)173-196
 Z. PHYSIK 250 (1972) 395-412

ZN 69M RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
 PHYS. REV. C1(1970)1744
 MIT-9C5-108(1967)

ZN 69 PHYS. REV. C1(1970)1744
 MIT-9C5-103(1967)

ZN 71M NUC. PHYS. A148 (1970) 548-560
 MIT-9C5-108(1967)
 NUC. PHYS. A 142 (1970) 177

ZN 71 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
 MIT-905-108(1967)

ZN 72 MIT-9C5-108(1967)
 J. INORG. NUCL. CHEM. 33 (1971) 589
 BULL. ACAD. SCI USSR PHYS. SER. 35(1972) 52

ZR 87 BULL. ACAD. SCI USSR PHYS. SER. 35(1972) 52

ZR 89M J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285
 NUC. PHYS. A123(1969) 471-476
 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
 BULL. ACAD. SCI USSR PHYS. SER. 35(1972) 52

ZR 89 IDO 17222
 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285
 TID-4500/IN-1130
 NUC. PHYS. A123(1969) 471-476
 BULL. ACAD. SCI USSR PHYS. SER. 35(1972) 52

ZR 95 RADIOCHEMICAL MANUAL, AMERSHAM, 2. ED. 1966
 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285
 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
 NUC. PHYS. A107(1968) 177
 ARKIV FYSIK 34(1966)259
 Z. NATURFORSCHUNG 26 A (1971) 596-597
 NUC. DATA TABLES SEC. A VOL. 8 NR. 1-2 (1970)
 PHYS. REV. 187 (1969) 1487

ZR 97 NUC. PHYS. A140(1970)659-672
 J. RADIOANALYT. CHEM. 3(1969)99-125, 271-285
 RADIOCHIM. ACTA 10(1968) 1-11
 CAN. J. PHYSICS 43(1970)1378
 NUC. PHYS. A 109 (1968) 369-379

ZR 99 VORTRAG: "ALLGEMEINE RADIOCHEMIE" KARLSRUHE 4.-6. MAI 1970
 EANDC-(E)-115(11)

ZR 101 NUC. PHYS. A141(1970)299-324

Tabelle 1:

Nuklide geordnet nach Ordnungszahlen

Einteilung der Tabelle 1

ZR 95	9. 10. (234.7) (0.1) (0.1900) 11. 13.	724.23 0.03	756.76 0.05	5. (A) Y 95 12.	=>	ZR 95	1. E- (63.980) 2. (N,G), (N,F) 7.	3. NB 95	4. (*)	6. (2.33E-02)	8. (6.41E+0)
-------	---	-------------	-------------	--	----	-------	---	--------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

1. Zerfallsart

Bei mehreren Zerfallsmöglichkeiten wird die wichtigste Zerfallsart angegeben. Die Angaben wurden entweder den TABLES of ISOTOPES, 6th ED. 1967 oder den Originalarbeiten entnommen.

2. Halbwertszeit

Die Werte wurden entweder den Originalarbeiten entnommen oder sie entstammen der NUKLIDKARTE, 3. Auflage, 1968. Bei Halbwertszeiten über 999 Jahre mußte von der normalen Zahlendarstellung abgegangen werden. Ist eine Halbwertszeit z.B. 1600 Jahre = $160 \cdot 10^1$, so erscheint diese Zahl folgendermaßen in der Tabelle

160.01 E

3. Folgeprodukt des Zerfalls

4. Radioaktive Folgeprodukte sind durch ein Sternchen gekennzeichnet.

5. Ist das betreffende Nuklid selbst ein Zerfallsprodukt, so wird der Vorgänger angegeben, wenn er durch Reaktionen mit Neutronen erzeugt werden kann. Diese Angabe bedeutet aber nicht, daß der Vorgänger auch in der Tabelle enthalten ist; entsprechendes gilt auch für die radioaktiven Folgeprodukte.

6. Kann das Nuklid durch Einfang thermischer Neutronen erzeugt

werden, so ist die Sättigungsaktivität (in Ci g⁻¹) für einen Neutronenfluß von 10¹³ cm⁻² sec⁻¹ angegeben.

7. Erzeugungsart

Die Angaben wurden im wesentlichen den TABLES OF ISOTOPES entnommen. Aus programmtechnischen Gründen konnten nur 15 Reaktionen berücksichtigt werden; es sind dies:

(n,γ), (n,α), (n,p), (n,n'), (n,2n), (n,fission), (n,pn),
(d,n), (α,n), (p,n), (d,α), (d,2n), (α,p), (t,p), (p,pn)

8. Spaltproduktausbeute

Es wird die Spaltproduktausbeute für die thermische Spaltung von ²³⁵U der gesamten Zerfallskette angegeben (chain yield). Die Werte entstammen dem Report GEAP-5356.

9. Gammaenergie

Die Energien sind in keV angegeben. Es wurden nur die gesicherten Stellen hinter dem Komma angegeben; eine Null als letzte Ziffer ist also eine signifikante Ziffer. Aus programmtechnischen Gründen mußte die Zahl der Energien pro Nuklid auf 99 begrenzt werden.

10. Fehler der Energie

Die Fehler sind in keV angegeben und sind als 1σ zu verstehen. Die Fehler werden nur angegeben, wenn sie kleiner als 10 keV sind.

11. Intensität

Die Intensität wird entweder absolut oder relativ angegeben (siehe 12.). Die relative Intensität gibt lediglich die Intensität der Linien untereinander an; die Intensität der stärksten Linie wurde im allgemeinen auf 100 normiert. Unter absoluter Intensität wird die Zahl der emittierten Gammaquanten pro 100 Zerfälle verstanden; Konversionskoeffizienten sind also schon berücksichtigt. Ist die absolute oder relative Intensität unbekannt, so werden Sternchen ausgedruckt.

12. Angabe, ob die Intensität absolut (A) oder relativ (R) angegeben ist.

13. Fehler der Intensität

Wenn möglich, wurde der Fehler der Intensität in Prozent angegeben. Er wird nicht angegeben, wenn er größer als 10 % oder kleiner als 0.1 % ist.

Layout of table I

ZR 95	9. 10. (234.7) (0.1) (0.1900) 11. 13.	724.23 0.03	756.76 0.05	5. (A) Y 95 12.	==>	ZR 95	1. E= =====> (63.980) (N,G), (N,F) 2. 7.	3. NB 95	4. *	6. (2.33E-02)	8. (6.41E+0)
-------	---	-------------	-------------	--	-----	-------	--	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

1. Mode of decay

If there exist various modes of decay the most important mode of decay is given. The information was taken either from the TABLES OF ISOTOPES, 6th ED. 1967 or from the original publications.

2. Half-life

The values were taken either from the original publications or from the NUKLIDKARTE, 3. Auflage, 1968. For half-life exceeding 999 years the way of presenting these numbers had to be changed, e.g. a half-life of 1600 years = $160 \cdot 10^1$ is presented in the table as

160.01 E

3. Decay products

4. Radioactive decay products are marked by an asterisk.

5. If the nuclide under consideration is a decay product itself, the precessor is given in the case the latter can be produced by neutrons. This does not imply that the energies of the precessor are included in the table; the same is true for the radioactive decay products.

6. If the nuclide can be produced by thermal neutron capture, the saturated activity in Ci g^{-1} for a neutron flux of $10^{13} \text{ cm}^{-2} \text{ sec}^{-1}$ is given.

7. Mode of production

These data were taken mainly from the TABLES OF ISOTOPES. For reasons of programming technique, only the following 15 types of reactions are included:

(n,γ) , (n,α) , (n,p) (n,n') , $(n,2n)$, $(n, \text{fission})$, (n,pn) ,
 (d,n) , (α,n) , (p,n) (d,α) , $(d,2n)$, (α,p) , (t,p) (p,pn)

8. Fission product yield

The fission product yield for the thermal neutron induced fission of ^{235}U of the entire chain is given (chain yield). The data were taken from the report GEAP-5356.

9. Gamma ray energy

Energies are in keV. Digits behind the point are only given if they are meaningful, e.g. a null as the last digit is a significant. For reasons of programming technique the list of energies per nuclide is limited to 99.

10. Error of energy

The errors are given in keV and are to be considered as standard deviation.

11. Intensity

Intensities are given either in absolute or relative values (cf. 12). Relative intensity is only a measure of the line intensities compared to each other, the intensity of the strongest line is normalized to 100. A measure for the absolute intensity is the number of emitted gamma quanta per 100 decays; i.e. conversion coefficients have been taken into account. If absolute or relative intensities are unknown, asterisks are printed.

12. Indication whether the intensity is given absolute (A) or relative (R).

13. Error of intensity

Where possible the error of intensity is given in percent.

It is not given at all, if it is greater than 10 % or less than 0.1 %.

NUCLIDE		ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
BE	7	477.99 0.01 (10.0000)			(A)	BE 7 EC =====> LI 7 53. 0 (D,N),		
BE	11	1772.2 0.7 (C.2800) 4666.3 1.8 (2.0000) 6790.5 1.8 (4.5000)	2124.8 0.7 (33.0000) 5019.3 1.7 (0.4700) 7974.7 1.9 (1.7400)	2893.1 0.8 (C.C930) 5851.8 1.9 (2.1300)	(A)	BE 11 E- =====> B 11 13.81S (N,P),		
C	11	511.006 0.002 (200.0000)			(A)	C 11 E+ =====> B 11 20.3 M (P,N), (D,N),		
N	13	511.006 0.002 (200.0000)			(A)	N 13 E+ =====> C 13 9.96M (A,N), (D,N), (P,N),		
N	16	1720. (0.1040) 6134. (69.0000)	1900. (0.0350) 7112. (5.0000)	2750. (0.9000)	(A)	N 16 E- =====> O 16 7.13S (N,G), (N,P), (N,A),	0.51E-07	
C	15	511.006 0.002 (200.0000)			(A)	O 15 E+ =====> N 15 2.03M (D,N), (A,N),		
O	19	197.4 0.2 (97.0000)	1356. (59.0000)		(A)	O 19 F- =====> F 19 26.76S (N,G), (N,P),	4.36E-06	
F	18	511.006 0.002 (194.0000)			(A)	F 18 E+ =====> O 18 109.8 M (P,N), (N,2N), (D,A),		
F	20	1633.1 0.2 (100.0000)			(A)	F 20 E- =====> NE 20 11.03S (N,G), (N,A),	8.40E-02	
F	21	350.5 (*****) 2439.7 (*****)	1395.1 (*****) 2790.2 (*****)	1745.6 (*****)	(R)	F 21 F- =====> NE 21 4.4 S (A,P), (T,P),		
NE	23	440. (33.0000) 2545. (0.0270)	1639. (0.9000) 2995. (0.0320)	2079. (0.1000)	(A)	NE 23 E- =====> NA 23 38.2 S (N,G), (N,P),	2.84E-02	
NA	22	511.006 0.002 (181.0000)	1274.52 0.02 (100.0000)		(A)	NA 22 E+ =====> NE 22 2.60A (N,2N), (A,N), (D,A),		
NA	24	1360.53 0.04 (100.0000)	2754.01 0.05 (100.0000)	3861. 5. (0.0800)	(A)	NA 24 E- =====> MG 24 15.00H (N,G), (N,A), (N,P),	9.20E-01	
NA	25	389.7 0.2 (13.0000 3.9) 574.8 0.1 (15.0000) 1611.7 0.2 (9.5000 6.3) 2215.0 0.6 (0.1000)	565.1 0.2 (13.0000 4.0) 990.2 0.6 (0.1500) 1753. 4. (0.0150) 2800.8 0.7 (0.0570)	836.1 1.2 (0.1100) 1378.7 0.5 (0.2600) 1964.8 0.6 (0.1000)	(A)	NA 25 E- =====> MG 25 59.6 S (N,P),		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
MG 23	440. (9.0000)	511.006 0.002 (200.0000)		(A)	MG 23 $\xrightarrow{E+}$ NA 23 12. S (P,N),		
MG 27	170.8 0.1 (0.3500)	843.7 0.1 (72.0000)	1014.5 0.1 (30.0000)	(A)	MG 27 $\xrightarrow{E-}$ AL 27 9.46H (N,G), (N,P),	2.54E-02	
MG 28	30.642 0.002 (95.0000 2.2) 1342. 2. (69.0000 2.9)	399.8 1.0 (31.0000 6.5)	941.5 1.0 (28.0000 3.6)	(A)	MG 28 $\xrightarrow{E-}$ AL 28 * 21.1 H		
AL 26	511.006 0.002 (160.0000 2.0) 2938. (0.2400)	1130. (2.5000 8.0)	1809. (99.0000)	(A)	AL 26 $\xrightarrow{E+}$ MG 26 6.4 S (P,N), (D,N), (D,A),		
AL 28	1778.99 0.06 (100.0000)			(A)	AL 28 $\xrightarrow{E-}$ SI 28 134.43S (N,G), (N,A),	1.42E+00	
AL 29	397.9 (0.0250) 1152.4 (0.8200) 2027.8 (3.4000)	754.5 (0.2200) 1273.5 (91.0000) 2425.7 (5.5000)	1041.2 (0.0054) 1795.7 (0.0220)	(A)	AL 29 $\xrightarrow{E-}$ SI 29 6.6 H (A,P),		
AL 30	2230. (61.0000)	3510. (39.0000)		(A)	AL 30 $\xrightarrow{E-}$ SI 30 3.3 S (N,P),		
SI 31	1266.2 0.2 (0.0700)			(A)	SI 31 $\xrightarrow{E-}$ P 31 2.62H (N,G), (N,P), (N,A),	2.15E-02	
SI 33	416.3 (8.7000) 1431.4 (15.0000)	691.3 (0.4300) 1847.7 (100.0000)	1107.6 (0.8700) 2535.0 (9.6000)	(R)	SI 33 $\xrightarrow{E-}$ P 33 * 6.3 S		
P 34	2128.0 (25.0000)	4000.0 (0.1800)		(A)	P 34 $\xrightarrow{E-}$ S 34 12.4 S (N,A), (N,P),		
S 37	3102.5 0.3 (90.0000)	3706. 2. (1.1000)		(A)	S 37 $\xrightarrow{E-}$ CL 37 5.05H (N,G),	9.95E-05	
CL 34M	146.5 .2 (45.0000) 2128.5 0.2 (38.0000)	511.006 0.002 (100.0000) 3305. (12.0000)	1177.5 0.2 (12.0000)	(A)	CL 34M $\xrightarrow{IT}$ CL 34 * 32. H (A,N),		
CL 34	511.006 0.002 (200.0000)			(A) CL 34M ==>	CL 34 $\xrightarrow{E+}$ S 34 1.6 S (A,N),		
CL 38	1642.4 0.2 (32.0000)	2167.5 0.1 (44.0000)	3803. 2. (0.2500)	(A)	CL 38 $\xrightarrow{E-}$ AR 38 37.2 H (N,G),	4.83E-01	

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY				ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
CL 39	250.3 0.1 (47.0000 3.5)	841.4 1.3 (0.0520)	856.6 1.3 (0.0033)	(A)	CL 39	E- =====> 56.2 H	AR 39 *	
	585.9 0.1 (2.2000 5.0)	1091.0 0.1 (2.6000 4.3)	1235.4 1.0 (0.1200)					
	1267.2 0.1 (54.0000)	1312.1 1.0 (0.2900)	1517.4 0.1 (38.0000 2.1)					
	1561.6 1.0 (0.3100)	2033.0 1.0 (0.1000)						
AR 41	1293.64 0.04 (99.0000)			(A)	AR 41	E- =====> 1.84H	K 41	2.48E+00
						(N,G),		
K 38	511.006 0.002 (200.0000)	2167.6 0.7 (100.0000)		(A)	K 38	E+ =====> 7.61H	AR 38	
						(A,N), (D,A),		
K 40	1460.95 0.07 (10.7000)			(A)	K 40	E- =====> 126.7E	CA 40	
K 42	312.4 0.5 (0.1800)	500. (0.0200)	900. (0.0400)	(A)	K 42	E- =====> 12.36H	CA 42	3.44E-01
	1020. (0.0200)	1524.7 0.5 (17.9000 2.8)	1920. (0.0500)			(N,G),		
	2440. (0.0400)							
K 43	184. 2. (0.2000)	220.0 0.5 (5.8000)	372.9 0.3 (100.0000)	(R)	K 43	E- =====> 22.2 H	CA 43	
	397.0 0.4 (14.0000 9.6)	593.3 0.4 (13.0000 8.1)	617.3 0.3 (87.0000 9.7)			(A,P),		
	678.5 1.0 (0.0100)	800.8 1.0 (0.2000)	983.9 0.6 (1.0000)					
	1021.8 0.5 (2.7000)	1066.0 (0.0300)	1394.2 0.7 (0.1300)					
K 44	651.8 2.0 (4.0000)	727. 2. (6.0000)	1026.6 2.0 (10.0000)	(R)	K 44	E- =====> 22. H	CA 44	
	1127.2 0.6 (20.0000)	1157.0 0.3 (100.0000)	1499.6 0.9 (18.0000)			(N,P),		
	2151.0 0.8 (37.0000)	2518.8 0.6 (12.0000)	3397.0 1.0 (7.0000)					
	3661.4 1.0 (10.0000)	4862. 2. (1.0000)						
K 45	174.3 0.5 (100.0000)	1260.7 0.8 (8.7000)	1705.6 0.5 (87.0000)	(R)	K 45	E- =====> 16.3 H	CA 45 *	
	2354.2 0.5 (17.0000)	2598.8 1.0 (4.4000)						
CA 47	489.2 0.1 (6.9000)	530.3 0.4 (0.1100)	767.1 0.4 (0.2000)	(A)	CA 47	E- =====> 4.530	SC 47 *	3.35E-05
	807.9 0.1 (6.8000)	1297.1 0.1 (75.0000)	1878.0 0.5 (0.0290)			(N,G), (N,A),		
CA 49	143.2 (0.0350)	856.1 (0.1300)	987.3 (0.0800)	(A)	CA 49	E- =====> 8.724	SC 49 *	8.26E-03
	1144.5 (0.1100)	1288.4 (0.0700)	1408.9 (0.6300)			(N,G),		
	2229.0 0.7 (0.3600)	2372.3 0.7 (0.5200)	3084.4 0.1 (90.9000)					
	4071.9 0.1 (7.9000)	4738.2 0.2 (0.3100)						
SC 44H	271.19 0.08 (86.0000)	1157.0 0.1 (2.7000)	1490.6 0.2 (*****)	(A)	SC 44H	IT =====> 2.440	SC 44 *	
	1667. (*****)					(A,N),		
SC 44	511.006 0.002 (188.0000)	1157.0 0.1 (94.0000)	1499.6 0.2 (0.8000)	(A)	SC 44	E+ =====> 3.9 H	CA 44	
	2656.6 0.6 (0.2000)					(A,N),		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (C/G)	FISS.Y. (U 235)
SC 46M	142.528 0.003 (50.0000)			(A)	SC 46M IT =====> 18.67S (N,G),	SC 46 * 3.62E+01	
SC 46	889.26 0.02 (100.0000)	1120.51 0.02 (100.0000)		(A)	SC 46 E- =====> 84.2 D (N,G), (N,P),	TI 46 4.71E+01	
SC 47	159.4 0.1 (70.0000 4.3)			(A) CA 47 ==>	SC 47 E- =====> 3.4 D (N,P),	TI 47	
SC 48	159.5 0.2 (*****)	175.4 0.2 (6.0000)	983.5 0.2 (100.0000)	(A)	SC 48 E- =====> 1.84D (N,A), (N,P), (D,A), (P,N), (D,2N),	TI 48	
	1037.5 0.2 (98.0000 2.0)	1212.6 0.3 (2.2000)	1312.1 0.2 (100.0000)				
SC 49	1622.6 (0.0100)	1761.9 (0.0500)		(A)	SC 49 E- =====> 57.5 H (D,N),	TI 49	
SC 50	524. 1.0 (91.0000)	1122. 1.0 (99.0000)	1554. 1.0 (100.0000)	(A)	SC 50 E- =====> 1.72H (N,P),	TI 50	
TI 44	67.6 (91.0000)	78.2 (98.0000)	146.5 (*****)	(A)	TI 44 EC =====> 48. A SC 44 *		
	1157.0 (*****)						
TI 45	364. 1. (0.0050)	425. 1. (0.0137)	432. 1. (0.0013)	(A)	TI 45 E+ =====> 3.08H (P,N), (D,2N),	SC 45	
	511.006 0.002 (168.0000)	530. 1. (0.0010)	543. 1. (0.0008)				
	719.6 0.5 (0.1540)	961.6 0.5 (0.0029)	974.0 0.5 (0.0057)				
	1032.1 0.5 (0.0047)	1236.5 0.5 (0.0118)	1408.1 0.5 (0.0854)	1660.9 0.5 (0.0407)			
TI 51	320.0 0.2 (95.0000)	608.4 0.2 (1.3000)	928.5 0.2 (5.0000)	(A)	TI 51 E- =====> 5.8 H (N,G),	V 51 2.54E-02	
V 48	290.1 0.4 (*****)	511.006 0.002 (102.0000)	928.4 0.3 (1.2000)	(A)	V 48 EC =====> 15.97D (A,N), (P,N), (D,2N), (D,A),	TI 48	
	944.2 0.2 (8.9000)	983.4 0.2 (100.0000)	1218.1 0.2 (*****)				
	1311.9 0.2 (99.0000)	1437.6 0.4 (0.1200)	1729.1 0.2 (*****)				
	2240.1 0.2 (2.4000 8.8)	2375.6 1.8 (0.0100)	2421.7 1.8 (0.0050)				
V 52	398. 3.0 (0.0400)	935. 3.0 (0.0800)	1333.5 0.3 (0.7600)	(A)	V 52 E- =====> 3.75H (N,G),	CR 52 1.56E+01	
	1434.15 0.05 (100.0000)	1530.1 0.8 (0.1600)					
V 53	247. 1. (0.1800)	282.7 0.3 (0.7600)	442.7 0.3 (0.3800)	(A)	V 53 E- =====> 1.63H (N,P),	CR 53	
	531. 1. (0.1800)	563.6 0.3 (0.3800)	1005.8 0.3 (88.7000)				
	1288.9 0.3 (11.3000)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY		ABS/REL		DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (C/G)	FISS. Y. (U 235)
V 54	564.0 2.0 (3.9000)	835.0 1.0 (100.0000)	986.0 1.0 (81.8000 7.8)	(R)	V 54 E- =====> CR 54 55. S (N,P),		
	1462.0 2.0 (6.9000)	1784. 3. (7.3000)	1825.0 3.0 (4.9000)				
	1961.0 3.0 (4.8000)	2255.0 3.0 (50.0000 8.)	2353.0 3.0 (11.5000)				
	2820.0 (*****)	3170.0 5.0 (11.8000)					
CR 49	62.3 0.1 (26.0000)	90.7 0.1 (26.0000)	152.8 0.1 (1.2000)	(A)	CR 49 E+ =====> V 49 * 41.7 H (A,N),		
	511.006 0.002 (188.0000)						
CR 51	320.083 0.007 (9.9000)			(A)	CR 51 EC =====> V 51 2.15E+00 27.72D (N,G), (N,A),		
CR 55	126.0 0.5 (0.0020)	1402.0 0.4 (0.0016)	1528.0 0.2 (0.0430)	(A)	CR 55 E- =====> MN 55 2.83E-02 3.56H (N,G),		
	2240.9 0.8 (0.0005)	2252.5 0.4 (0.0037)	2268.1 0.6 (0.0001)				
	2364.5 0.6 (0.0002)						
MN 50	511.006 0.003 (200.0000)	661.5 0.3 (25.6000 4.0)	712. 1. (0.4720)	(A)	MN 50 E+ =====> CR 50 1.75H (P,N),		
	783.3 0.1 (94.3000 2.0)	1098.0 0.2 (57.2000 3.5)	1282.4 0.3 (31.1000 6.1)				
	1443.3 0.2 (65.1000 7.3)	1793.5 0.6 (0.4720)	1944.5 0.5 (3.6800)				
	1993.4 0.5 (0.8490)	2016.9 0.6 (0.5660)	2404.4 0.8 (0.1510)	2540.8 0.6 (0.5660)	2811.5 0.6 (0.1890)		
	3115. 1. (0.9430)						
MN 52	345.8 0.1 (0.9000)	398.5 0.5 (0.3300)	502.8 0.8 (0.9000)	(A)	MN 52 EC =====> CR 52 5.67D (P,N), (D,2N),		
	511.006 0.002 (55.0000)	600.6 1.0 (0.4900)	647.0 1.0 (0.5100)				
	744.2 0.2 (85.0000)	848.4 0.4 (3.2000)	935.6 0.2 (84.0000)				
	1247.0 0.3 (4.7000)	1332.8 0.4 (5.1000)	1434.4 0.2 (100.0000)	1645.0 1.3 (0.0400)	1979. 2. (0.0300)		
MN 54	834.83 0.02 (100.0000)			(A)	MN 54 EC =====> CR 54 312.7 D (N,P), (N,2N), (D,N), (A,N), (P,N), (D,A),		
MN 56	846.74 0.02 (98.8000)	1810.7 0.2 (28.9000)	2112.8 0.2 (15.8000)	(A)	MN 56 E- =====> FE 56 3.94E+01 2.58H (N,G), (N,A), (N,P),		
	2523.1 0.3 (1.1900)	2657.7 0.4 (0.6600)	2559.9 0.5 (0.3000)				
	3119.3 0.5 (0.0800)	3370.0 0.5 (0.2200)					
MN 57	122.061 0.007 (9.5500 3.0)	136.472 0.004 (1.1000 3.1)	230. 1. (0.0984 6.6)	(A)	MN 57 E- =====> FE 57 1.7 H (N,P), (A,P),		
	341. 1. (0.0769 8.0)	353. 1. (1.0400 4.8)	367. 1. (0.1810 5.2)				
	569. 1. (0.2010 5.2)	692. 1. (2.7200 3.0)	706. 1. (0.1410 3.1)				
	869. 1. (0.0977 8.4)	921. 1. (0.0225)	1263. 1. (0.1430 5.0)	1613. 1. (0.3310 4.4)			
MN 58	459.52 0.09 (22.0000 3.8)	466.8 0.4 (1.1400)	511.5 0.3 (7.0800)	(A)	MN 58 E- =====> FE 58 65.3 S (N,P),		
	524.0 0.2 (5.6900)	810.72 0.02 (97.4000 1.4)	863.94 0.03 (15.4000 3.4)				
	920. 1. (0.7870)	925.6 0.2 (2.2300)	1265.8 0.2 (10.7000 8.5)				
	1323.3 0.3 (5.9700 8.3)	1674.74 0.08 (13.5000)	1767.8 0.7 (3.5000)	1779.2 0.3 (5.6800)	1790.1 0.3 (3.3100)		
	1795.0 0.4 (1.5700)	2422. 1. (2.1900)	2638. 4. (1.2700)	2823. 7. (0.7870)	2958. 6. (0.6990)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
FE 53	377.2 0.2 (32.0000)	511.006 0.002 (196.0000)		(A)	FE 53 $\xrightarrow{E+}$ NN 53 8.5 M (A,N),		
FE 55	5.95 (25.7000)			(A)	FE 55 $\xrightarrow{EC}$ NN 55 2.7 A (N,G),	4.75E-01	
FE 59	142.648 0.004 (0.8000)	192.344 0.006 (2.7000)	334.81 (0.4500)	(A)	FE 59 $\xrightarrow{E-}$ CO 59 44.5 D (N,G), (N,P), (N,A),	1.19E-02	
	1099.23 0.03 (56.0000)	1291.57 0.03 (44.0000)					
CO 56	263.4 0.1 (0.0252)	411.37 0.08 (0.0247 5.0)	466.5 0.1 (0.0562 7.4)	(A)	CO 56 $\xrightarrow{EC}$ FE 56 77.3 D (P,N), (D,2N), (D,A),		
	511.006 0.002 (47.9000)	733.57 0.05 (0.1840)	787.91 0.06 (0.3030 8.3)				
	846.74 0.02 (98.8000)	856.5 0.1 (0.0662 6.7)	977.45 0.04 (1.3800 3.7)				
	997.3 0.2 (0.1110 6.0)	1037.85 0.03 (30.1000)	1089.0 0.2 (0.0494)		1140.33 0.08 (0.1640)	1160.0 0.1 (0.1020 8.5)	
	1175.12 0.04 (2.1900 1.8)	1198.8 0.2 (0.0492)	1238.28 0.02 (69.1000 0.3)		1272.2 0.6 (0.0197 2.0)	1335.53 0.08 (0.1400)	
	1352. 2. (0.0691)	1360.25 0.02 (4.3000 2.1)	1442.72 0.08 (0.1930 6.8)		1462.4 0.2 (0.0760 4.9)	1640.4 0.1 (0.0584 9.7)	
	1771.48 0.04 (15.6000 4.6)	1810.8 0.1 (0.6070 5.8)	1963.95 0.05 (0.7230 3.4)		2015.35 0.04 (2.9900 2.4)	2034.90 0.04 (7.7300 1.9)	
	2113.4 0.1 (0.3770 3.9)	2213.12 0.08 (0.2750)	2276.2 0.1 (0.1110 6.7)		2373.1 0.1 (0.0851)	2523.8 0.2 (0.0590 4.9)	
	2592.57 0.03 (16.7000 3.6)	3009.92 0.08 (0.9190 4.5)	3202.19 0.05 (3.0500 2.6)		3253.66 0.04 (7.3800 2.0)	3273.18 0.05 (1.6400 3.0)	
	3369.6 0.3 (0.0108 1.8)	3451.50 0.06 (0.8020 4.5)	3548.22 0.08 (0.1770 3.5)		3598.7 0.5 (0.0197)	3601.0 0.4 (0.0158 0.9)	
	3611.7 0.3 (0.0069 1.0)						
CO 57	14.409 0.005 (9.5000 3.2)	122.041 0.007 (85.0000 2.0)	136.472 0.004 (11.4000)	(A)	CO 57 $\xrightarrow{EC}$ FE 57 271.6 D (D,N),		
	230.5 0.5 (0.0005)	339.7 0.3 (0.0038)	352.5 0.3 (0.0029)				
	366.8 0.5 (0.0006)	570.1 0.1 (0.0135)	692.1 0.2 (0.1500)				
	706.6 0.2 (0.0057)						
CO 58	511.006 0.002 (31.0000)	810.74 0.02 (99.5000)	863.94 0.04 (0.6400)	(A)	CO 58 $\xrightarrow{EC}$ FE 58 71.3 D (A,N), (N,P),		
	1674.74 0.08 (0.5000)						
CU 60H	58.5 0.2 (2.1000)	1332.50 0.02 (0.2500)		(A)	CU 60H $\xrightarrow{IT}$ CO 60 + 10.3 M (N,G),	5.52E+01	
CU 60	1173.22 0.01 (99.9000)	1332.50 0.02 (100.0000)	2158. (0.0012)	(A)	CU 60 $\xrightarrow{E-}$ NI 60 5.27A (N,G), (N,A), (N,P),	4.70E+01	
CU 61	67.5 0.5 (89.0000)	850. 1. (0.9000)	917.5 1.1 (2.2000)	(A)	CU 61 $\xrightarrow{E-}$ NI 61 98. H (N,P),		
CU 62M	1126.99 0.09 (16.0000 6.3)	1173.02 0.09 (100.0000)	1886.3 1.2 (0.5000)	(R)	CU 62M $\xrightarrow{E-}$ NI 62 1.4 M (D,A), (N,P),		
	1985.0 0.6 (2.8000)	2301.96 0.06 (19.0000 6.2)	2345.8 1.2 (1.3000)				
	3158.4 0.4 (1.0000)	3271.4 0.3 (0.3500)	3369.9 0.2 (0.5000)				

NUCL IDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
CO 62	777.8 0.9 (2.0000)	874.9 0.6 (1.4000)	1129.1 0.3 (1.4000)	(R)	E- =====> NI 62 13.5 H (N,P), (D,A),		
	1163.5 0.3 (71.0000 1.7)	1173.02 0.09 (100.0000)	1719.1 0.3 (7.1000)				
	1753.5 0.8 (0.6000)	2003.9 0.3 (19.0000)	2104.9 0.3 (6.4000)				
	2251. 1.0 (0.4000)	2302.0 0.5 (1.8000)	2882.6 0.5 (1.1000)				
CO 63	87.1 0.1 (48.0000)	155.6 0.2 (1.7000)	913.6 0.5 (0.4500)	(A)	E- =====> NI 63 * 27.5 S (N,PN),		
	981.7 0.3 (2.6000)	1069.1 0.4 (1.6000)	2174.5 0.5 (1.2000)				
NI 57	127.1 0.1 (15.0000)	161.8 0.3 (0.0170)	252.5 0.6 (0.0320)	(A)	EC =====> CO 57 * 35.94H (N,2N), (A,N),		
	380.0 0.2 (0.0760)	511.006 0.002 (77.0000)	673.4 0.2 (0.0460)				
	906.8 0.3 (0.0870)	1046.4 0.2 (0.1200)	1223.5 0.4 (0.0870)				
	1377.7 0.2 (79.0000)	1730.6 0.3 (0.0620)	1757.7 0.2 (6.6000)	1896.5 0.4 (0.0220)	1919.5 0.2 (15.0000)		
	2132.9 0.3 (0.0270)	2730.6 0.2 (0.0200)	2804.0 0.3 (0.1030)	3176.9 0.3 (0.0190)			
NI 65	366. 0.1 (4.3000)	507. 0.1 (0.3900)	1114.8 0.1 (16.0000)	(A)	E- =====> CU 65 4.55E-02 2.52H (N,G), (N,A),		
	1481.4 0.1 (24.6000)	1624. 0.1 (0.7200)	1725. 0.1 (0.4500)				
NI 67	100.0 0.4 (36.8000)	140.6 0.8 (28.7000)	208.0 0.6 (50.0000)	(R)	E- =====> CU 67 * 18. S (N,A),		
	553.1 0.4 (31.6000)	708.5 0.3 (67.7000)	779.1 0.4 (19.9000)				
	874.1 0.4 (64.7000)	1072.2 0.3 (100.0000)	1100.4 0.5 (22.8000)				
	1653.9 0.4 (73.5000)	1760.2 0.7 (29.7000)	1809. 1. 0 (22.1000)	1938. 1. 0 (18.4000)	1975. 1. 0 (47.8000)		
CU 58	40.8 0.2 (6.8000)	167.1 0.2 (0.5560 6.2)	263. 1. 0 (0.0029)	(A)	E+ =====> NI 58 3.2 S (P,N),		
	511.006 0.002 (200.0000)	555. 1. 0 (0.0269)	818.5 0.5 (0.0960)				
	855.0 0.4 (0.6340 9.8)	1321.4 0.2 (1.1000 3.5)	1448.0 0.1 (11.1000 2.5)				
	1454.1 0.1 (15.5000)	1488.3 0.2 (1.0300 3.4)	1547.0 0.7 (0.0695)	1584.2 0.5 (0.1900)	1673.8 0.6 (0.0788)		
	1809.9 0.2 (0.3910 4.3)	2077.4 0.6 (0.0692)	2139.6 0.7 (0.0700)	2444.7 0.8 (0.1130)	2775.5 0.4 (0.0523)		
	2901.9 0.3 (0.5510 8.1)	3038.3 0.6 (0.1030)	3083.7 0.6 (0.0958)	3264.3 0.3 (0.6590 4.7)	3594.6 0.7 (0.4200 5.5)		
	3898.2 0.8 (0.0436)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (Ci/g)	FISS.Y. (U 235)
CU 60	120.3 0.3 (0.1970)	467.5 0.1 (3.1400)	498.0 0.1 (0.7510)	(A)	CU 60 ^{E+} ====> NT 60 24. H (P,h),(D,2N),		
	511.006 0.002 (184.0000)	643.3 0.2 (0.8660)	681. 1. (0.0349)				
	740. 1. (0.0786)	748. 1. (0.0567)	826.4 C.1 (20.5000 8.6)				
	839.1 0.2 (0.5090)	896.3 0.4 (0.1310)	909.2 0.1 (2.1400)	952.3 0.1 (2.7600 9.0)	965.2 0.2 (0.2970)		
	984.5 0.4 (0.0786)	994.0 0.3 (0.0349)	1027.0 0.3 (0.0873)	1035.1 0.1 (3.5100 8.7)	1110.0 0.4 (1.1000)		
	1173.22 0.01 (0.2920)	1234.4 0.5 (0.1350)	1293.7 0.1 (1.9200)	1307.6 0.9 (0.0964)	1332.50 0.02 (87.3000 8.0)		
	1420.1 0.5 (0.1120)	1424.9 0.5 (0.0635)	1451.4 0.5 (0.1660)	1579.5 0.6 (0.0873)	1713.0 0.2 (0.0174)		
	1735.4 0.6 (0.0611)	1767.0 0.5 (0.0960)	1791.6 0.2 (44.5000 8.4)	1845. 1. (0.4370)	1861.6 0.2 (4.6700 8.8)		
	1919.8 0.3 (0.7260)	1936.9 0.2 (2.1500 9.7)	2061.0 0.2 (0.8130)	2158.9 0.1 (3.1800 9.8)	2176. 2. (0.0515)		
	2264.0 0.9 (0.0985)	2334.4 0.9 (0.0349)	2377. 1. (0.0611)	2390. 1. (0.1220)	2402.6 0.7 (0.8110)		
	2540. 2. (0.0253)	2675.3 0.6 (0.1310)	2687.9 0.2 (0.4370)	2746.1 0.2 (1.0200)	2889.6 0.7 (0.0201)		
	2986.3 0.4 (0.1220)	3124.4 0.3 (4.7300 9.0)	3161.0 0.4 (0.5750 5.6)	3194.2 0.3 (1.9100 9.1)	3203.0 0.2 (0.0331)		
	3216.0 0.5 (0.0349)	3246.2 0.9 (0.0298)	3269.5 0.3 (0.7810 5.7)	3393.5 0.6 (0.0523)	3428.3 0.6 (0.0262)		
	3512. 2. (0.0174)	3517. 2. (0.0174)	3734.7 0.9 (0.0262)	3872. 3. (0.0113)	4008. 1. (0.0786)		
	4020.4 0.3 (0.7680)	4078.4 0.3 (0.0659)	4318.9 0.7 (0.0436)	4334.2 0.9 (0.0099)	4493.7 0.6 (0.0395)		
	4548.4 0.6 (0.0406)	4578. 1. (0.0221)	4760. 1. (0.0078)	4843. 1. (0.0087)	5047. 2. (0.0013)		
CU 61	23.8 0.4 (*****)	44.8 0.5 (*****)	55.4 0.5 (*****)	(A)	CU 61 ^{E+} ====> NI 61 3.35H (D,N),		
	67.6 0.3 (4.3000)	283.0 0.3 (13.0000)	373.6 C.3 (1.9000)				
	511.006 0.002 (120.0000)	529.3 0.3 (0.3200)	588.6 0.3 (1.2000)				
	626. 1. (0.0300)	656.01 0.25 (9.6000)	816.8 0.2 (0.3200)	841.0 0.3 (0.2300)	903.7 1.5 (0.0600)		
	908.5 0.4 (1.0000)	1032.7 0.5 (0.0600)	1065.3 0.5 (0.0500)	1074.5 0.7 (0.0300)	1100.1 0.2 (0.2800)		
	1117.5 0.3 (0.0400)	1132.5 0.3 (0.0700)	1185.0 0.3 (3.6000)	1446.7 0.3 (0.0400)	1543.6 0.7 (0.0300)		
	1611.1 0.4 (0.0250)	1662.9 0.3 (0.0400)	1730.4 C.3 (0.0400)	2122.4 2.0 (0.0400)			
CU 62	511.006 0.002 (196.0000)	875.7 0.1 (0.1500)	1067.0 1.0 (0.0007)	(A)	CU 62 ^{E+} ====> NI 62 9.75H		
	1129.1 0.1 (0.0340)	1173.0 0.1 (0.3500)	1717.6 0.3 (0.0040)				
	1985.0 0.6 (0.0011)	2084.7 0.3 (0.0050)	2097.6 0.1 (0.0020)				
	2301.0 0.1 (0.0440)	2345. 2. (0.0030)	3158.4 C.4 (0.0006)	3257.3 1.0 (0.0001)	3271.4 0.3 (0.0007)		
	3369.9 0.2 (0.0110)	3361.7 C.8 (0.0003)					
CU 64	511.006 0.002 (36.8000 4.3)	1345.5 0.2 (0.5500)		(A)	CU 64 ^{E-} ====> ZN 64 12.72H (N,G), (N,P),	7.98E+00	
CU 66	833. (0.2500)	1039.0 0.2 (9.0000)		(A) NI 66 ==>	CU 66 ^{E-} ====> ZN 66 5.3 H (N,G),	1.82E+00	
CU 67	91.31 0.06 (7.3000)	93.31 0.06 (16.9000)	184.54 0.07 (47.0000)	(A) NI 67 ==>	CU 67 ^{E-} ====> ZN 67 61.9 H (N,P), (A,P), (T,P),		
	208.94 0.03 (0.1100)	300.18 0.07 (0.7400)	393.57 0.08 (0.2000)				
CU 68M	84.6 0.4 (95.0000)	110.4 0.7 (24.5000)	525.7 0.4 (100.0000)	(R)	CU 68M ^{IT} ====> CU 68 * 3.75M (N,A), (N,P),		
	635.9 0.7 (16.5000)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV)		INTENSITY		APS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (C/G)	FISS. Y. (U 235)
CU 68	579. 1.	876. 1.	1077.7 0.5	(R)	CU 68 E- =====> ZN 68 30. S (N,A), (N,P),			
	(3.5200)	(13.6400)	(100.0000 3.8)					
	1261.8 0.8	1338. 1.	1745. 2.					
	(21.2000 8.6)	(16.9000)	(3.2800)					
CU 70	1834. 2.	2340. 2.			CU 70 E- =====> ZN 70 42. S (N,P),			
	(2.1900)	(1.3400)						
	386.5 0.4	884.8 0.2	901.7 0.2	(R)				
	(7.8300)	(100.0000)	(87.0000)					
ZN 60	1108.7 0.4	1251.7 0.2	1690.6 0.5		ZN 60 E+ =====> CU 60 * 2.33H			
	(7.8300)	(57.4000)	(4.7000)					
	1554. 1.	2061.4 0.5	3062. 2.					
	(2.0000)	(3.6500)	(1.3900)					
ZN 61	61.5 0.6	273.4 0.4	334.4 0.1	(A)	ZN 61 E+ =====> CU 61 * 86. S (A,N),			
	(20.0000)	(8.7900)	(7.3400 7.8)					
	364.6 0.3	511.006 0.002	572.4 0.3					
	(2.6500)	(195.0000 3.5)	(2.0700)					
ZN 62	670.2 0.4	947. 1.			ZN 62 E+ =====> NI 62 9.75H			
	(50.4000 3.5)	(0.8060)						
	266.4 0.4	421.0 1.5	425.3 1.0	(A)				
	(0.4200)	(0.0440)	(0.1700)					
	475.2 0.3	511.006 0.002	594.2 1.5					
	(16.0000)	(198.0000)	(0.0590)					
	604.5 1.0	638.2 0.5	690.4 0.4					
	(0.0440)	(0.0440)	(1.6000)					
	697.5 0.5	751.4 0.6	919.4 1.0					
	(0.3100)	(0.2800)	(0.1100)					
	1131.9 0.3	1147.9 1.0	1185.4 0.3					
	(0.1700)	(0.0740)	(1.6000)					
	1457.0 1.0	1481.9 0.4	1500.4 1.8					
	(0.3000)	(0.7900)	(0.1300)					
	1613.5 0.6	1660.5 0.3	1732.6 1.5					
	(0.3000)	(7.4000)	(0.0670)					
ZN 63	1932.2 0.5	1997.1 0.4	2043.4 1.5		ZN 63 E+ =====> CU 63 * 37.85H (N,2N), (A,N), (P,N), (D,2N),			
	(0.5600)	(1.2000)	(0.0740)					
	2358.4 0.7	2381.1 1.5	2457.1 0.5					
	(0.3100)	(0.1300)	(0.7000)					
	2683.8 0.4	2792.1 0.4	2842.1 1.0					
	(0.7500)	(0.8300)	(0.2200)					
	3019.9 1.1	3091.2 2.0	3523.3 2.5					
	(0.1900)	(0.1000)	(0.1300)					
	40.87 0.08	243.41 0.05	247.02 0.08	(A)				
	(22.5000 3.5)	(2.3200 4.9)	(1.8600 3.7)					
	260.41 0.06	304.9 0.2	349.4 0.1					
	(1.3400 1.7)	(0.2990 5.3)	(0.3570)					
	393.84 0.07	511.006 0.002	548.29 0.06					
	(2.0800 1.3)	(*****)	(14.0000 2.3)					
	636.9 0.1							
	(0.7450)							
ZN 63	365. 2.	450.0 0.5	511.006 0.002	(A)	ZN 63 E+ =====> CU 63 * 37.85H (N,2N), (A,N), (P,N), (D,2N),			
	(0.0186)	(0.2380)	(186.0000)					
	669.7 0.2	685. 2.	742.4 0.5					
	(88.8000 7)	(0.0381)	(0.0726)					
	924. 1.	962.0 0.1	1087. 2.					
	(0.0213)	(6.9600 2.8)	(0.0269)					
	1123.7 0.3	1150. 2.	1168. 3.					
	(0.1370)	(0.0251)	(0.0167)					
	1326.5 0.3	1340. 1.	1374.3 0.3					
	(0.0805)	(0.0557)	(0.0403)					
	1546.9 0.2	1573.4 0.9	1700. 4.					
	(0.1310 9.1)	(0.0141)	(0.0278)					
	1865.2 0.5	1926. 2.	2011.8 0.5					
	(0.0325 8.4)	(0.0055)	(0.0107)					
	2062.3 0.6	2082.0 0.5	2103. 3.					
	(0.0299)	(0.0150)	(0.0027)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV)		INTENSITY		ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
ZN 65	511.006 0.002	1115.51 0.02			(A)	EC =====> CU 65 5.72E-01 245. 0		
	(2.8700 1.8)	(50.7000 0.2)				{N,G},		
ZN 69M	438.7 0.2	574.3 0.6			(A)	IT =====> ZN 69 * 4.39E-02 13.3 H		
	(99.9000)	(0.0330)				{N,G}, {D,A},		
ZN 69	318.6 0.6	372.5 0.6			(A)	E- =====> GA 69 4.62E-01 55. H		
	(0.0012)	(0.0002)				{N,G},		
ZN 71H	98.5 0.1	121.46 0.05	142.61 0.05		(A)	E- =====> GA 71 2.31E-04 3.9 H		
	(0.0612)	(2.6300 7.2)	(5.1500 7.3)			{N,G},		
	386.28 0.05	389.87 0.05	453.09 0.07					
	(91.3000 3.5)	(2.5300)	(1.1900)					
	487.34 0.05	511.54 0.05	520. 1.					
	(60.5000 4.5)	(28.5000 5.2)	(0.0182)					
	528.7 0.3	566.3 0.1	574.9 0.2	588.60 0.02		596.04 0.06		
	(0.0513)	(0.1930 8.9)	(0.1130)	(0.0493)		(27.1000 5.5)		
	620.18 0.05	753.35 0.07	771.25 0.06	909.8 0.3		951.8 0.3		
	(54.5000 4.8)	(3.3100 6.1)	(1.9700 6.5)	(0.2990 9.1)		(0.0100)		
	956.8 0.2	964.66 0.09	964.7 0.1	974.9 0.2		988.7 0.1		
	(0.2010)	(2.1800)	(4.2000)	(0.3230 9.0)		(1.2700)		
	994.2 0.5	998.6 0.2	1006.6 0.1	1011.4 0.2		1086.2 0.8		
	(0.0296)	(1.1900 9.2)	(0.7690)	(0.6590)		(0.0415)		
	1092.1 0.4	1107. 1.	1107.4 0.2	1139.8 0.3		1190.6 0.8		
	(0.1500)	(0.7310)	(2.4700)	(0.1980)		(0.0109)		
	1208.00 0.05	1226.50 0.06	1232.90 0.06	1244.2 0.8		1283.1 0.2		
	(0.0210)	(0.0182)	(0.0274)	(0.0602)		(0.2550 9.0)		
	1306.9 0.2	1311.4 0.2	1322.4 0.1	1339.7 0.4		1343.7 0.4		
	(0.1060 8.6)	(0.1020)	(0.2380 9.5)	(0.0100)		(0.0447)		
	1380.7 0.2	1395.7 0.2	1409. 1.	1476.1 0.1		1485.8 0.4		
	(0.3340 9.8)	(0.0885)	(0.0063)	(0.5920 8.4)		(0.0456)		
	1493.8 0.4	1503.8 0.5	1612.2 0.5	1657.6 0.7		1708.8 0.3		
	(0.0491)	(0.0118)	(0.0118)	(0.0045)		(0.0864)		
	1719.2 0.7	1759.6 0.2	1840.0 0.4	1905.2 0.7		1963.8 0.7		
	(0.0365)	(0.9130)	(0.0456)	(0.0043)		(0.0054)		
	2000.9 0.8	2317.7 0.6	2489.4 0.8					
	(0.0036)	(0.0639)	(0.0045)					
ZN 71	121.51 0.05	172.4 0.2	199.4 0.2		(A)	E- =====> GA 71 1.54E-03 2.4 H		
	(3.4900)	(0.1560)	(0.0313)			{N,G},		
	389.8 0.2	398.3 0.3	423.2 0.3					
	(3.3800)	(0.6100 8.8)	(0.0375)					
	453.2 0.2	487.3 0.1	511.58 0.09					
	(0.1840)	(0.1160)	(21.3000 6.1)					
	520.5 0.2	575.1 0.5	636.5 0.2	666.9 0.2		721.4 0.2		
	(0.0762)	(0.0282)	(0.0625)	(0.7050)		(0.3600)		
	753.5 0.2	910.28 0.09	964.9 0.2	1109.3 0.5		1120.00 0.09		
	(0.3130)	(8.0700 8.1)	(0.6840 9.1)	(0.1600)		(2.1900 8.7)		
	1144.2 0.3	1241.5 0.5	1267. 1.	1383.8 0.5		1457.0 0.2		
	(0.0782)	(0.0313)	(0.0087)	(0.0344)		(0.0938)		
	1553.0 0.5	1631.8 0.2	1902.8 0.2	1904.4 0.3		2064.6 0.2		
	(0.0250)	(0.3420 9.1)	(0.1880)	(0.1660)		(0.0438)		
	2294.8 0.5							
	(0.0250)							
ZN 72	10.8 0.2	11.8 0.2	18.0 0.2		(A)	F- =====> GA 72 * 1.70E-5 46.5 H		
	(2.1000)	(0.6300)	(3.3000)			{N,F},		
	20.3 0.2	25.8 0.2	43.1 0.2					
	(0.1800)	(0.3600)	(1.3000)					
	47.9 0.2	72.0 0.2	80.0 0.2					
	(0.9000)	(0.2700)	(2.4000)					
	89.4 0.2	95.0 0.2	103.4 0.2	112.4 0.2		145.2 0.2		
	(2.0000)	(0.7200)	(2.8000)	(2.6000)		(90.0000)		
	192. 0.2							
	(7.8000)							

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			AHS/PEL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. V. (U 235)
GA 64	427.1 0.5 (1.9000)	511.000 0.002 (196.0000)	809.4 0.4 (14.0000)	(A)	GA 64 $\xrightarrow{E+}$ ZN 64 =====> 2.6 H (P,N), (D,2N),		
	919.1 0.4 (7.6000)	992.2 0.5 (45.0000)	1276.6 2. (5.8000)				
	1387.8 1.4 (13.0000)	1568. 2. (4.9000)	1798. 4. (5.4000)				
	1995.0 0.5 (5.4000)	2195.6 0.9 (12.0000)	2272. 2. (1.8000)	2374.7 1.4 (6.3000)	2550. 2. (0.9000)		
	2806. 2. (0.0700)	3189. 2. (0.4000)	3264. (0.4500)	3366.9 1.6 (16.0000)	3426.2 1.8 (4.5000)		
	3465. (0.9000)	3795. 2. (0.6300)	3869. 2. (0.2200)	4215. 3. (0.2700)	4320. (0.2200)		
	4456.8 1.6 (0.9400)	4749. 5. (0.1300)	4861. (0.1300)	5190. (0.0220)	5310. (0.0220)		
GA 65	53.8 0.2 (5.0000)	61.1 0.2 (12.0000 9.6)	92.0 (0.4100)	(A)	GA 65 $\xrightarrow{E+}$ ZN 65 * =====> 15.2 H (D,N),		
	115.1 0.2 (56.0000)	153.0 0.2 (9.1000 9.6)	206.9 0.2 (2.6000 9.5)				
	422.2 0.3 (0.0570)	479.5 (0.0200)	511.006 0.002 (183.0000 7.5)				
	560.1 0.2 (0.1100)	574.8 0.5 (0.0250)	602.7 0.3 (0.0650)	653.7 0.2 (0.7700 9.7)	659.9 0.3 (0.1200)		
	702.7 0.2 (0.1100)	714.8 0.2 (0.1700)	751.8 0.2 (8.3000 6.0)	768.9 0.2 (1.3000 8.6)	794.6 0.2 (0.2700 9.1)		
	813.0 0.2 (0.1300)	855.8 0.2 (0.1800)	864.7 0.4 (0.0450)	866.8 0.4 (0.1200)	909.7 0.2 (0.5200 9.5)		
	932.2 0.2 (1.8000 7.4)	993.4 0.5 (0.0510)	1047.4 0.2 (0.9200)	1137.0 0.2 (0.1500)	1214.7 0.8 (0.0120)		
	1228.8 0.2 (0.7300)	1247.8 0.8 (0.0050)	1262.9 0.2 (0.0780)	1290.6 0.6 (0.0120)	1343.9 0.2 (0.2200)		
	1354.7 0.2 (0.8100)	1368. (0.0075)	1415.9 0.2 (0.2300)	1469.8 0.2 (0.0750)	1502.5 0.8 (0.0100)		
	1524.0 0.8 (0.0050)	1576.5 0.4 (0.0100)	1587.8 0.8 (0.0050)	1685.4 0.4 (0.0190)	1740.1 0.2 (0.0140)		
	1826.8 0.2 (0.0370)	1874.6 0.2 (0.0760)	1887.8 0.2 (0.0087)	1966.4 0.4 (0.0660)	2009.7 0.6 (0.0062)		
	2081.4 0.8 (0.0075)	2087.5 0.8 (0.0062)	2102.1 0.2 (0.0140)	2163.7 0.8 (0.0150)	2212.1 0.3 (0.1400)		
	2251.8 0.2 (0.0050)	2289.8 0.4 (0.0160)	2304.3 1.3 (0.0100)	2343.1 0.6 (0.0120)	2365.2 0.3 (0.0400)		
	2404.3 0.4 (0.0250)	2419.7 0.8 (0.0034)	2432.9 0.8 (0.0062)	2458.4 0.6 (0.0087)	2468.6 0.8 (0.0020)		
	2526.0 1.1 (0.0034)	2549.6 0.4 (0.0310)	2570.8 0.3 (0.0042)	2583.9 0.3 (0.0020)	2627.6 0.8 (0.0024)		
	2635.7 0.3 (0.0050)	2648.7 1.3 (0.0016)	2679.4 0.8 (0.0050)	2685.6 1.3 (0.0020)	2722.0 0.8 (0.0014)		
GA 66	290.1 0.1 (0.0520 7.1)	410.3 0.1 (0.0530)	448.9 0.1 (0.1100 3.4)	(A)	GA 66 $\xrightarrow{E+}$ ZN 66 =====> 9.3 H (D,N),		
	459.8 0.1 (0.0860 4.3)	511.006 0.002 (115.0000)	578.6 0.1 (0.0600 6.3)				
	686.3 0.1 (0.2500 2.9)	833.5 0.1 (5.9000 1.0)	853.1 0.1 (0.0740 2.5)				
	856.7 0.1 (0.1200 3.1)	907.0 0.3 (0.1100 6.7)	913.9 0.4 (0.0700 5.3)	981.0 0.1 (0.0520 7.1)	1009.4 0.1 (0.0370)		
	1039.3 0.1 (37.0000)	1060.5 0.4 (0.0120)	1148.0 0.1 (0.0800 6.9)	1190.4 0.1 (0.1300 2.9)	1232.5 (0.0470)		
	1232.6 (0.5200 2.8)	1333.3 0.1 (1.2000 0.9)	1356.45 (0.3600)	1356.55 (0.1200)	1357.1 (0.1700)		
	1418.8 0.1 (0.6300 1.2)	1459.1 0.2 (0.0970 3.8)	1508.3 0.1 (0.5700 1.6)	1741.8 0.3 (0.0370)	1899.2 0.1 (0.4200 2.2)		
	1918.64 0.05 (2.1000 0.4)	2066.6 0.3 (0.0340 5.6)	2173.9 0.1 (0.0970 7.7)	2189.5 0.1 (5.6000)	2213.6 0.2 (0.1400 4.1)		
	2292.6 0.2 (0.0410 9.1)	2393.2 0.2 (0.2400 3.1)	2422.7 0.1 (1.9000 1.0)	2492.5 0.2 (0.0240)	2589.0 0.2 (0.0280)		
	2752.0 0.2 (23.0000 0.8)	2780.5 0.2 (0.1200 3.0)	2933.9 0.4 (0.2100 1.8)	2977.5 0.4 (0.0220)	2993.2 0.4 (0.0320)		
	3047.1 0.2 (0.0600 6.3)	3227.18 0.06 (1.5000 0.8)	3256.6 0.1 (0.0930 4.0)	3381.34 0.06 (1.4000 0.8)	3422.7 0.1 (0.8100 1.8)		
	3433.0 0.1 (0.2800 1.4)	3724.8 1.0 (0.0022)	3736.8 0.6 (0.0120 9.4)	3767.4 0.2 (0.1400 2.7)	3791.5 0.1 (0.9900 1.1)		
	3806.3 1.0 (0.0022)	3811.7 0.8 (0.0078 9.5)	3827.5 0.3 (0.0063)	4086.3 0.1 (1.1000 1.3)	4295.8 0.2 (3.4000 1.1)		
	4462.0 0.1 (0.7000 1.1)	4906.6 0.1 (1.4000 1.0)					

NUCL IDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
GA 67	91.3	184.5 0.3	208.96 0.2	{A}	GA 67 EC =====> ZN 67 78. H (D,N),		
	(3.2700)	(23.7000)	(2.0000)				
	300.2 0.2	353.0 0.4	356.0 0.4				
	(21.0000)	(*****)	(*****)				
	393.4 0.2	454.4 0.4	595.9 0.4				
	(6.5000)	(0.2000)	(*****)				
	987.9 0.4						
	(0.2000)						
GA 68	165.9 0.7	511.006 0.002	578.4 0.4	{A}	GA 68 E+ =====> ZN 68 68.3 H (D,N), (A,N), (P,N),		
	(0.0700)	(176.0000 5.C)	(0.0300)				
	805.7 0.5	1077.5 0.3	1261.3 0.3				
	(0.0900)	(3.4800 4.6)	(0.0930)				
	1744.6 0.5	1883.5 0.3	2339. 1.				
	(0.0079)	(C.1490 4.E)	(0.0019)				
GA 70	175.3 0.2	1039.4 0.2		{A}	GA 70 E- =====> GE 70 21.1 H (N,G),	2.69E+02	
	(0.1600)	(C.5000)					
GA 72	50.89 0.05	112.52 0.03	142.54 0.06	{A} ZN 72 ==>	GA 72 E- =====> GE 72 14.1 H (N,G), (N,P), (N,F),	4.62E+00	1.70E-5
	(0.0057)	(C.1060)	(0.0125)				
	289.3 0.3	336.3 0.3	381.2 0.2				
	(0.1730 6.3)	(0.1060 9.6)	(C.2690 4.7)				
	428.3 0.3	449.6 0.3	479.1 0.3				
	(0.2210 5.3)	(C.1540)	(0.1060 9.6)				
	496.2 0.4	520.8 0.4	587.9 0.4				
	(0.0576)	(0.0634)	(0.1060 9.6)				
	735.9 0.2	772. 1.	796.4 0.1				
	(0.3740 4.0)	(0.0432)	(3.2700 4.0)				
	861.11 0.05	978.0 0.4	894.22 0.05				
	(0.9220 4.3)	(0.0758)	(9.9800 4.2)				
	940.5 0.1	970.54 0.06	999.86 0.06				
	(0.1060)	(1.1000 4.0)	(0.8060 3.8)				
	1163.2 0.4	1192.4 0.4	1215.16 0.08				
	(0.0653)	(0.0355)	(0.7870 3.9)				
	1276.75 0.08	1390.5 0.4	1464.0 0.1				
	(1.5700 3.3)	(0.0864)	(3.5500 4.0)				
	1567.9 0.4	1571.5 0.2	1596.65 0.09				
	(0.2020)	(0.8060 4.7)	(4.3200 5.4)				
	1680.77 0.08	1710.9 0.2	1711.3 0.2				
	(0.9980 4.9)	(0.4130 5.5)	(0.0960)				
	1878.0 0.3	1920.2 0.3	2030.4 0.8				
	(0.2300 8.9)	(0.1440)	(0.0960)				
	2214.5 0.8	2404.3 0.8	2490.98 0.08				
	(0.1540)	(0.0154)	(7.9700 3.9)				
	2583.5 0.4	2606. 1.	2621.0 0.4				
	(0.0336)	(0.0125)	(0.1440)				
	2844.1 0.2	2942.4 0.4	2981.4 0.4				
	(0.4800 5.0)	(0.0259)	(0.0691)				
	3324.4 0.5	3340. 1.					
	(0.0038)	(0.0047)					
GA 73	53.4 0.2	68.7 0.3	285.0 0.3	{A}	GA 73 E- =====> GE 73 4.8 H (N,P), (N,F),	1.00E-4	
	(9.0000)	(*****)	(*****)				
	297.4 0.2	325.7 0.2	379.3 0.4				
	(94.0000)	(*****)	(*****)				
	739.4 0.2	767.9 0.3	833.3 0.3				
	(6.0000)	(*****)	(*****)				

NUCL ID#	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (Ci/G)	FISS.Y. (U 235)
GA 74	492.00 0.06 (5.4600 9.1)	497.7 0.2 (1.6500 9.1)	595.98 0.04 (95.2000)	(A)	GA 74 ^{E-} =====> GE 74 7.9 H		
	604.2 0.1 (3.1500 6.3)	608.40 0.05 (15.9000 2.5)	639.1 0.1 (0.8930 5.6)		(N,P),		
	701.5 0.1 (0.9130 5.4)	715.6 0.4 (0.2380)	734.0 0.5 (0.1190)				
	784.2 0.1 (0.7640 5.2)	809.8 0.4 (0.2680)	867.80 0.05 (9.5900 2.1)	886.7 0.2 (0.4170 7.1)	542.45 0.07 (1.3900 2.2)		
	960.95 0.07 (1.7700 2.3)	974.9 0.3 (0.2980)	993.6 0.1 (0.7050 5.6)	999.8 0.2 (0.3370 8.8)	1023.8 0.5 (0.1350)		
	1101.34 0.06 (5.8700 2.0)	1131.6 0.1 (0.9230 5.4)	1134.6 0.3 (0.4170 9.5)	1160.4 0.1 (0.6550 7.2)	1177.5 0.2 (0.2580)		
	1184.6 0.2 (0.3080 9.7)	1204.29 0.06 (8.2400)	1293.5 0.3 (0.2880)	1312.8 0.1 (0.7240 6.9)	1332.2 0.3 (1.8900 5.3)		
	1337.2 0.1 (1.7400 2.3)	1357.9 0.2 (0.3470 8.0)	1417.6 0.7 (0.1190 8.3)	1443.38 0.07 (4.0200 2.0)	1471.5 0.3 (2.0800)		
	1478.2 0.3 (0.3270 9.1)	1489.35 0.07 (3.1300)	1510.2 0.3 (0.2580)	1570.3 0.1 (1.0400 3.8)	1602.0 0.2 (0.3270 9.1)		
	1617.2 0.3 (0.1390)	1676.0 0.1 (0.7940 5.0)	1744.82 0.07 (5.2200)	1806.4 0.3 (0.3180 9.4)	1829.6 0.1 (2.0400 2.4)		
	1940.64 0.09 (5.9300 2.0)	1970.8 0.4 (0.2380)	1999.3 0.2 (0.4370 9.1)	2004.7 0.2 (0.5560 8.9)	2014.4 0.1 (1.4300 4.2)		
	2024.1 0.2 (0.5160 7.7)	2036.2 0.4 (0.1890)	2074.1 0.3 (0.2880)	2097.9 0.1 (0.9620 5.2)	2109.8 0.6 (0.1190)		
	2131.8 0.2 (0.2180 4.5)	2138.6 0.1 (0.9030 4.4)	2197.9 0.1 (0.5360 7.4)	2198.0 0.1 (0.3570 8.3)	2257.05 0.09 (1.9500 2.6)		
	2279.00 0.09 (2.5500 2.3)	2351.53 0.09 (4.88000 2.0)	2362.4 0.1 (0.1890)	2438.5 0.1 (0.2980)	2486.2 0.4 (0.0992)		
	2504.3 0.7 (0.7140)	2580.1 0.1 (1.4100 2.1)	2616.69 0.09 (0.2580 7.7)	2625.3 0.4 (0.0794)	2690.95 0.09 (1.0900 2.7)		
	2737.9 0.2 (0.1790 5.6)	2747.1 0.1 (0.9230 5.4)	2771.8 0.4 (0.1290 7.7)	2785.9 0.1 (0.6850 7.3)	2790.8 0.1 (0.5660 7.0)		
	2949.8 0.3 (0.0794)	2970.9 0.1 (1.1800 2.5)	2997.4 0.3 (0.1090 9.1)	3018.6 0.4 (0.0695)	3031.6 0.2 (0.2380 8.3)		
	3036.1 0.5 (0.0496)	3043.6 0.4 (0.0496)	3211.1 0.1 (0.8040 2.5)	3232.3 0.1 (0.7140 2.8)	3240.0 0.3 (0.0794)		
	3273.4 0.5 (0.0397)	3298.9 0.1 (0.4070 2.4)	3354.0 0.1 (0.7940 2.5)	3605.4 0.1 (0.3570 5.6)	3626.6 0.3 (0.0198)		
	3639.4 0.1 (0.0794)	3706.9 0.6 (0.0298)	3717.3 0.6 (0.0298)	3762.2 0.2 (0.0893)	3818.0 0.5 (0.0496)		
	3895.0 0.4 (0.0397)	3946.7 0.6 (0.0298)	3992. 1. (0.0298)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (C/G)	FISS. Y. (U 235)
GA 76	335.9 0.5 (6.6600)	431.0 0.5 (11.7000 7.8)	545.51 0.03 (32.4000 5.9)	(A)	GA 76 $\xrightarrow{F=}$ GE 76 27.1 S (N,P), (N,F),		3.50E-3
	562.93 0.03 (63.3000 3.0)	661.4 0.2 (0.9230 9.4)	843.9 0.2 (1.4400)				
	847.15 0.05 (4.4600 6.4)	885.8 0.1 (1.6700 8.1)	911.4 0.1 (1.2700 7.2)				
	927.1 0.1 (1.1700 6.5)	975.50 0.05 (5.8300 4.2)	1014.2 0.2 (0.4500)	1043.6 0.4 (0.3750 9.4)	1051.7 0.2 (0.5910)		
	1108.41 0.08 (20.0000 3.7)	1175.7 0.3 (0.5910)	1192.1 0.3 (0.6410)	1208.0 0.1 (1.9300 7.9)	1249.1 0.2 (0.8080)		
	1259.9 0.5 (0.3750)	1273.1 0.1 (1.5200 5.8)	1282.9 0.4 (0.3580)	1310.6 0.3 (0.3500)	1348.1 0.1 (0.9410 7.7)		
	1443.9 0.5 (0.3250)	1461.2 0.3 (0.4160)	1482.5 0.2 (0.6250)	1489.6 0.4 (0.2920)	1502.3 0.5 (0.6160)		
	1546.0 0.4 (0.5410)	1583.9 0.5 (0.2500)	1612.7 0.3 (0.5660)	1634.0 0.2 (1.4400 5.5)	1639.3 0.1 (7.0000 3.8)		
	1642.6 0.2 (1.1800 7.7)	1660.3 0.1 (0.9750 7.5)	1732.7 0.3 (0.9160 9.6)	1811.1 0.1 (1.0600 6.3)	1878.3 0.2 (0.4580)		
	1892.7 0.2 (0.5080 7.2)	1902.2 0.2 (0.5330 8.4)	1912.7 0.1 (0.7410 6.4)	1924.6 0.3 (0.2500)	1940.3 0.1 (0.8660 7.4)		
	1980.4 0.5 (0.2750)	2040.7 0.3 (0.4160)	2073.75 0.07 (5.3600 3.9)	2091.9 0.4 (0.2250)	2129.46 0.08 (2.7800 4.2)		
	2185.2 0.2 (0.5250 8.6)	2203.8 0.2 (1.7300 7.8)	2214.36 0.08 (2.8200 4.2)	2278.8 0.2 (0.5580 8.0)	2347.4 0.3 (0.5500)		
	2356.9 0.1 (3.1200 5.2)	2369.8 0.6 (0.3500)	2435.6 0.3 (0.4660)	2476.6 0.4 (0.2750)	2481.1 0.4 (0.3000)		
	2489.6 0.4 (0.2500)	2524.0 0.2 (1.0000 7.2)	2578.55 0.09 (2.8300 4.2)	2591.0 0.4 (0.3420)	2619.2 0.1 (2.8400 4.2)		
	2680.9 0.3 (0.4080)	2700.5 0.4 (0.2500)	2760.0 0.1 (1.3900 5.7)	2782.7 0.4 (1.2800 8.4)	2843.50 0.09 (2.0200 5.1)		
	2868.1 0.2 (0.4410)	2882.9 0.9 (0.1750)	2914.6 0.2 (0.9330 8.6)	2919.9 0.1 (11.5000 4.7)	2970.9 0.2 (0.5000)		
	2981.2 0.4 (0.2580)	3034.6 0.2 (0.6580)	3069.9 0.1 (1.1700 6.5)	3130.7 0.3 (0.2670)	3141.4 0.1 (5.3500 5.8)		
	3145.3 0.4 (0.3750)	3190.6 0.3 (0.2670)	3275.9 0.2 (0.7330 9.6)	3283.6 0.5 (0.2170)	3328.7 0.8 (0.2500)		
	3334.6 0.5 (0.2420)	3366.5 0.3 (0.1830)	3388.8 0.1 (3.5700 6.6)	3402.4 0.3 (0.1670)	3465.5 0.4 (0.1750)		
	3559.5 0.4 (0.7410 8.4)	3675.6 0.5 (0.5660)	3736.9 0.5 (0.2000)	3752.1 0.5 (0.2080)	3925.2 0.2 (0.4250)		
	3951.7 0.1 (5.3600 8.3)	3974. 1. (0.2830)	4191.8 0.5 (0.3170)	4253.3 0.5 (0.2830)			
GE 64	42.80 0.01 (2.0000)	85.70 0.01 (2.0000)	128.20 0.01 (11.0000)	(A)	GE 64 $\xrightarrow{F=}$ GA 64 63. S		
	384.10 0.01 (5.0000)	427.00 0.01 (37.0000)	667.10 0.01 (17.0000)				
	774.50 0.01 (7.0000)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			APS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
GE 66	22.4 0.1 (3.5000)	33.6 0.1 (0.1900)	39.9 0.1 (0.8400)	(R)	GE 66 ^{E+} =====> GA 66 * 2.4 H		
	41.6 0.1 (0.3200)	43.9 0.1 (0.6600)	53.4 0.2 (0.7100)				
	55.4 0.5 (0.1500)	65.2 0.1 (0.0000)	71.62 0.04 (0.3900)				
	70.74 0.05 (0.7800)	76.35 0.08 (0.4000)	108.85 0.03 (0.270000)	125.17 0.03 (0.7800)	147.79 0.03 (2.0000)		
	154.73 0.03 (0.7100)	169.5 0.1 (0.3900)	182.03 0.04 (0.6000)	190.20 0.03 (0.6000)	196.1 0.3 (0.1300)		
	201.1 0.3 (0.1900)	225.9 0.2 (0.4500)	234.0 0.2 (0.1900)	245.71 0.03 (0.2000)	272.97 0.04 (0.250000)		
	291.1 0.2 (0.9700)	302.52 0.03 (0.7000)	315.6 0.1 (0.9000)	323.8 0.3 (0.3200)	338.05 0.03 (0.190000)		
	370.5 0.5 (0.1300)	381.85 0.05 (0.5000)	415.3 0.1 (0.0400)	427.83 0.06 (0.14000)	470.62 0.06 (0.180000)		
	472.0 0.1 (7.1000)	484.1 0.2 (0.1900)	492.7 0.1 (0.14000)	511.006 0.002 (0.0000)	529.9 0.2 (0.1900)		
	536.74 0.07 (0.0000)	555.0 0.2 (0.2600)	597.14 0.04 (0.6500)	619.5 0.2 (0.1900)	639.8 0.1 (0.12000)		
	662.19 0.05 (0.2500)	664.9 0.3 (0.1900)	705.94 0.03 (0.8000)	723.6 0.1 (0.1900)	740.1 0.1 (0.1300)		
	757.3 0.1 (0.6000)	782.3 0.4 (0.1300)	799.2 0.4 (0.0520)	812.4 0.4 (0.0520)	821.8 0.2 (0.0650)		
	865.9 0.2 (0.3900)	892.1 0.2 (0.1300)	907.89 0.06 (0.0840)	919.4 0.2 (0.3300)	930.3 0.2 (0.0650)		
	935.7 0.2 (0.0970)	974.9 0.2 (0.0580)	995.9 0.3 (0.1400)	1010.5 0.5 (0.0350)	1020.3 0.3 (0.0320)		
	1059.6 0.4 (0.0320)	1094.8 0.3 (0.1200)	1101.26 0.04 (0.3400)	1120.4 0.3 (0.0650)	1144.13 0.06 (0.0780)		
	1165.3 0.2 (0.5200)	1174.7 0.2 (0.2800)	1221.88 0.07 (0.0200)	1250.3 0.5 (0.0320)	1265.0 0.4 (0.1800)		
	1322.54 0.04 (0.0300)	1329.5 0.4 (0.1900)	1339.6 0.3 (0.0320)	1347.4 0.3 (0.1500)	1387.4 0.4 (0.0320)		
	1412.5 0.2 (0.8400)	1456.6 0.6 (0.1900)	1478.6 0.4 (0.0450)	1490.4 0.2 (0.2600)	1507.8 0.6 (0.3600)		
	1512.37 0.04 (0.1500)	1536.2 0.4 (0.0260)	1548.4 0.4 (0.0190)	1660.2 0.4 (0.1000)	1769.5 0.4 (0.2200)		
GE 69	234.8 0.3 (0.3000)	312.7 0.3 (0.1000)	511.006 0.002 (0.0000)	(A)	GE 69 ^{EC} =====> GA 69 38.5 H		
	532.8 0.4 (0.2500)	553.3 0.4 (0.5600)	574.0 0.3 (0.6000)		(N,2N),		
	587.8 0.4 (0.1900)	762.0 0.4 (0.1700)	789. 0.4 (0.3600)				
	872.5 0.2 (0.4000)	1002. (0.2200)	1052. (0.3000)	1107.2 0.2 (0.2000)	1206. (0.2500)		
	1335. (0.1000)	1349. (0.2200)	1528. (0.1400)	1576. (0.1900)	1893. (0.1900)		
	1922. (0.0500)	2023. (0.2500)					
GE 75H	96.7 (0.0001)	121.1 (0.0001)	136.0 (*****)	(A)	GE 75H ^{IT} =====> GE 75 * 1.64E-01 49. S		
	139.8 0.2 (0.0000)	304.0 (0.0000)	400.7 (0.0001)		(N,G), (N,P),		
GE 75	66.7 0.2 (0.3800)	198.596 0.007 (0.8200)	264.561 0.007 (0.1000)	(A) GA 75 ==>	GE 75 ^{E-} =====> AS 75 2.46E-01 1.20E-3 82.78H		
	353.0 0.2 (0.0220)	418.5 0.5 (*****)	468.7 0.5 (0.2000)		(N,G), (N,P), (N,F),		
	617.8 0.8 (0.0550)						
GE 77H	159.7 0.1 (0.1000)	194.8 0.2 (0.4200)	215.5 0.1 (0.16000)	(A)	GE 77H ^{E-} =====> AS 77 * 1.91E-02 53. S		
	415.4 0.5 (0.0070)	614.3 0.5 (0.0450)			(N,G),		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
GE 77	156.3 0.3 (0.4760)	177.4 0.4 (0.0292)	194.7 0.2 (1.4100)	(A) GA 77	==> GE 77 E- ===== 11.3 H (N, G), (N, F),	AS 77 * 1.57E-02	8.30E-3
	211.0 0.1 (2.3100)	215.51 0.04 (25.4000)	255.0 0.3 (0.0759)				
	264.5 0.1 (49.4000)	338.2 0.2 (0.8990)	367.49 0.04 (14.2000)				
	416.35 0.04 (23.6000)	439.5 0.2 (0.3000)	461.3 0.3 (1.2200)	475.5 0.1 (1.0400)	557.8 0.1 (16.6000)		
	582.5 0.2 (0.7450)	513.9 0.4 (0.6980)	624.6 0.4 (0.0584)	632.3 0.2 (9.1700)	673.1 0.3 (0.6390)		
	698.8 0.3 (0.2440)	714.1 0.1 (7.8500)	743.2 0.4 (0.1400)	745.6 0.3 (1.0200)	749.9 0.3 (0.9520)		
	766.8 0.3 (0.7590)	731.3 0.3 (0.9780)	784.8 0.3 (1.1900)	794.7 0.4 (0.1430)	810.5 0.2 (2.2800)		
	823.6 0.3 (0.6100)	843.7 0.3 (0.2300)	875.3 0.3 (0.7590)	907.3 0.4 (0.6510)	914.2 0.5 (1.2300)		
	922.9 0.4 (0.4910)	928.5 0.3 (0.7650)	929.1 0.3 (0.8640)	939.6 0.4 (0.1900)	946.9 1.0 (0.0117)		
	959.1 0.8 (0.0759)	968.1 0.8 (0.0701)	986.3 0.8 (0.0672)	997.1 0.5 (0.0672)	1062.1 1.5 (0.0409)		
	1085.3 0.4 (6.3000)	1115.4 0.4 (0.0905)	1125.7 0.4 (0.0876)	1151.8 0.4 (0.1810)	1193.3 0.2 (2.5200)		
	1202.7 0.6 (0.0584)	1216.0 0.4 (0.1020)	1242.4 0.3 (0.3040)	1264.2 0.3 (0.7800)	1281.0 0.5 (0.0993)		
	1296.2 0.4 (0.0847)	1310.0 0.9 (0.4700)	1313.1 0.5 (0.2690)	1320.0 0.5 (0.3940)	1340.9 2.0 (0.0289)		
	1368.7 0.4 (2.6400)	1440.5 2.0 (0.0257)	1453.0 0.7 (0.1720)	1465.3 0.7 (0.1610)	1477.1 0.6 (0.3240)		
	1479.9 0.6 (0.2420)	1495.4 0.5 (0.5430)	1529.1 0.5 (0.0613)	1539.5 0.4 (0.1430)	1559.6 2.0 (0.0143)		
	1573.4 0.4 (0.6620)	1607.5 2.5 (0.0064)	1625.7 2.0 (0.0079)	1641.0 2.0 (0.0076)	1671.4 2.0 (0.0067)		
	1710.2 0.9 (0.3040)	1720.0 0.5 (0.4290)	1727.0 0.8 (0.1230)	1734.5 2.0 (0.0196)	1792.7 2.0 (0.0085)		
	1830.8 0.8 (0.0438)	1846.5 0.4 (0.1580)	1867.1 2.2 (0.0076)	1879.7 0.7 (0.0292)	1912.0 1.2 (0.0193)		
	1929.1 0.7 (0.0204)	1949.6 2.0 (0.0584)	2000.1 0.3 (0.5610)	2038.4 0.5 (0.0350)	2077.4 0.5 (0.2340)		
	2089.7 0.5 (0.2130)	2126.5 0.4 (0.1400)	2248.2 0.6 (0.0204)	2290.0 2.0 (0.0026)	2329.4 1.0 (0.0234)		
	2341.7 0.4 (0.4790)						
GE 79	230.4 0.1 (100.0000)	467.8 0.4 (30.0000)	542.5 0.7 (60.0000)	(R)	GE 79 E- ===== 42. S (N, F),	AS 79 *	5.60E-2
	633.4 0.7 (20.0000)	745.5 0.7 (10.0000)	755. 1. (30.0000)				
	781.5 1. (17.0000)						
AS 68	511.006 0.002 (198.0000)	613.5 0.5 (5.5000)	651.2 0.2 (23.0000 4.2)	(A)	AS 68 E+ ===== 159. S GE 68 *		
	740.0 1.5 (2.4000)	762.6 0.2 (23.0000 4.3)	1016.5 0.1 (65.0000)				
	1253.4 0.4 (1.0000)	1263.5 0.3 (3.6000)	1333.5 1.0 (1.8000)				
	1412.5 0.3 (1.2000)	1622.0 1.0 (2.7000)	1634.0 2.0 (0.8500)	1643.0 2.0 (0.8500)	1776.7 0.2 (21.0000 4.6)		
	2008.0 1.0 (2.9000)	2454.0 1.0 (2.6000)	2457.0 1.0 (2.6000)	2506. 1.0 (1.0000)	3058. 3.0 (0.7200)		
	3087.0 3.0 (1.1000)	3220. 3.0 (0.5200)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
AS 70	176.0 0.3 (1.2300)	240.5 0.5 (0.1040)	252.5 0.4 (1.4400)	(A)	AS 70 $\xrightarrow{F+}$ GE 70 53.0 H		
	294.2 0.5 (0.1930)	258.8 C.5 (0.1930)	443. 1. (0.0802)		(P,N),		
	451. 1. (0.0529)	452.2 0.5 (0.4690)	457.0 C.5 (1.2800)				
	511.006 0.002 (60.2000)	555.2 0.5 (8.0200)	607.6 0.5 (1.9300)	653.0 0.5 (0.2970)	668.2 0.2 (10.4000)		
	744.0 0.5 (10.4000)	760.2 0.5 (0.1200)	828.1 0.5 (1.7700)	889.2 0.5 (1.5200)	893.1 0.5 (0.9620)		
	901.9 0.5 (0.6900)	905.7 0.5 (6.3200)	942.1 0.5 (0.6900)	953.8 0.5 (0.2330)	1039.6 0.2 (40.9000)		
	1099.3 0.5 (2.1700)	1114.4 0.4 (10.4000)	1118.1 0.5 (1.6000)	1218.2 0.5 (0.0882)	1296.1 0.5 (0.0882)		
	1332.2 0.5 (0.3050)	1336.0 0.5 (0.3050)	1339.3 0.3 (4.4100)	1351.8 0.5 (0.2890)	1412.4 0.4 (4.2500)		
	1418.3 0.5 (0.2490)	1496.1 0.1 (0.7700)	1507.1 0.5 (0.1930)	1512.1 0.5 (0.1360)	1523.3 0.4 (2.4900)		
	1566.6 0.5 (0.1360)	1587.9 0.5 (0.2170)	1707.9 0.4 (8.8200)	1781.3 0.5 (1.9300)	1883.1 0.5 (0.2570)		
	1945.0 0.5 (0.0409)	1949.0 0.5 (0.8820)	2008. 4. (1.4400)	2019.6 0.3 (8.0200)	2065. 3. (0.0609)		
	2096. 3. (0.0882)	2157.6 0.5 (0.1840)	2219.3 C.5 (0.0529)	2256.1 0.5 (0.0650)	2326.6 0.5 (0.0569)		
	2333.4 0.5 (0.0409)	2421.2 0.5 (0.0409)	2425.0 0.5 (0.0409)	2449.3 0.5 (0.1760)	2520. 3. (0.0361)		
	2637.2 0.5 (0.1520)	2780. 3. (0.0361)	2852. 3. (0.0200)	2965. 3. (0.0361)	3125.6 0.5 (0.0321)		
	4091. 3. (0.0080)	4328. 3. (0.0080)	4435. 3. (0.0040)				
AS 71	174.9 0.4 (100.0000)	247.8 0.6 (0.1900 7.0)	279.8 0.4 (0.1800 7.0)	(R)	AS 71 $\xrightarrow{EC}$ GE 71 * 64. H		
	326.8 0.4 (3.3000 6.0)	350.3 0.4 (0.4700 7.0)	374.0 0.4 (0.0870 7.0)		(D,N),		
	391.4 0.3 (0.6700 6.0)	431.7 0.6 (0.0160 6.0)	465.4 0.3 (0.0940 5.0)				
	480.4 0.5 (0.0190 5.8)	499.9 0.2 (3.7000 4.0)	526.6 0.2 (0.8700 5.0)	533.6 0.5 (0.0140 5.7)	572.2 0.2 (0.2800 5.0)		
	609.7 0.7 (0.0250 6.0)	615.3 0.2 (0.5400 5.0)	623.0 C.4 (0.0120 5.9)	639.4 0.4 (0.0430 5.9)	656.2 0.4 (0.0710 5.0)		
	680.0 0.4 (0.2700 5.0)	697.5 0.5 (0.0220 5.5)	708.1 0.4 (0.2800 5.0)	712.5 0.2 (0.3300 5.0)	727.2 0.5 (0.0200 6.0)		
	747.1 0.2 (0.1500 5.0)	759.2 0.7 (0.0140 6.8)	798.3 0.4 (0.0310 6.0)	814.0 0.5 (0.0460 6.0)	851.3 0.2 (0.2100 5.0)		
	881.8 0.7 (0.0260 6.0)	906.6 0.5 (0.0310 6.0)	911.4 0.9 (0.0099 7.0)	920.6 0.2 (0.3300 5.0)	935.4 0.5 (0.0330 5.9)		
	964.4 0.5 (0.0540 5.9)	996.3 0.5 (0.0099 7.0)	1006.6 0.4 (0.0420 6.0)	1026.7 0.2 (0.3000 5.0)	1033.5 0.2 (0.1800 5.0)		
	1037.7 0.4 (0.2100 5.0)	1045.3 C.8 (0.0061 9.0)	1058.9 0.8 (0.0150 7.0)	1083.7 0.8 (0.0092 7.6)	1095.5 0.2 (4.5000 4.0)		
	1104.8 0.8 (0.0920 8.0)	1130. 1. (0.0072 9.0)	1139.3 0.2 (0.9300 5.0)	1191.3 0.8 (0.0028)	1212.8 0.3 (0.3000 5.0)		
	1231.5 0.3 (0.0590 5.9)	1238. 1. (0.0062 8.8)	1255. 1. (0.0028)	1267.4 0.5 (0.0250 7.0)	1281. 1. (0.0078 8.9)		
	1298.5 0.2 (0.2200 5.0)	1308. 1. (0.0070 8.5)	1331.6 0.6 (0.0790 5.0)	1360. 1. (0.0020)	1385. 1. (0.0056 9.7)		
	1423.5 0.6 (0.0170 6.8)	1460.8 0.6 (0.0930 6.0)	1582. 1. (0.0035 9.9)	1593.1 0.6 (0.0056)	1599.1 0.6 (0.0290 6.9)		
	1606.3 0.6 (0.0089 8.9)	1617.6 0.6 (0.0130 7.7)	1629.3 0.6 (0.0250 7.0)	1730. 1. (0.0020)	1743.4 0.6 (0.0260 6.9)		
	1764. 1. (0.0250 7.0)	1848. 1. (0.0028)	1938. 1. (0.0097 9.8)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
AS 72	113.1 0.2 (0.0360)	142.5 0.2 (0.0100)	428.5 0.2 (0.0830)	(R)	AS 72 E+ =====> GE 72 26. H (A,N),		
	511.006 0.002 (*****)	600.93 0.05 (0.4000)	629.93 0.05 (10.2000)				
	786.43 0.05 (0.5400)	834.00 0.03 (100.0000)	879.2 0.2 (0.0320)				
	894.27 0.05 (0.9900)	905.3 0.2 (0.0490)	911.8 0.2 (0.0700)	538.8 0.2 (0.1000)	542. 1. (0.0200)		
	999.84 0.08 (0.0370)	1031. 1. (0.0350)	1050.76 0.05 (1.2300)	1193.9 0.1 (0.1200)	1215.14 0.05 (0.2900)		
	1230.8 0.1 (0.0990)	1276.8 0.2 (0.0460)	1390.44 0.05 (0.3000)	1464.00 0.07 (1.4300)	1475.91 0.07 (0.6300)		
	1523. 1. (0.0140)	1568.2 0.1 (0.1800)	1581.3 0.3 (0.0510)	1680.7 0.1 (0.1500)	1710.90 0.07 (0.3400)		
	1921. 1. (0.0600)	1991.14 0.08 (0.4800)	2105.9 0.3 (0.9300)	2109.8 0.3 (0.2800)	2116.7 0.4 (0.0410)		
	2201.74 0.09 (0.0500)	2214.1 0.2 (0.0430)	2248.5 0.1 (0.4200)	2335.8 0.2 (0.0430)	2402.9 0.1 (0.1400)		
	2491.0 0.2 (0.0420)	2507.9 0.1 (0.4200)	2515.4 0.2 (0.0290)	2521.8 0.2 (0.0590)	2585.0 0.3 (0.1200)		
	2621.5 0.1 (0.4900)	2844.2 0.4 (0.0870)	2860. 1. (0.0400)	2864. 1. (0.0200)	2898.6 0.4 (0.0350)		
	2940.1 0.1 (0.0420)	2982.1 0.2 (0.2400)	3094.3 0.2 (0.1800)	3112.4 0.3 (0.1000)	3150.0 0.3 (0.1000)		
	3161. 1. (0.0100)	3337.7 0.4 (0.0280)	3398. 1. (0.0080)	3550.4 0.8 (0.0310)	3803.6 0.3 (0.1100)		
	3872.0 0.5 (0.0060)	3975.0 0.3 (0.0800)					
AS 73	13.26 0.02 (*****)	52.427 0.005 (*****)		(R)	AS 73 EC =====> GE 73 76. D (D,N),		
AS 74	511.006 0.002 (0.07000 4.0)	595.83 0.06 (59.5000)	608.43 0.06 (0.5680 3.1)	(A)	AS 74 EC =====> GE 74 17.9 D (N,2N), (A,N),		
	634.78 0.06 (15.0000 2.7)	635. 2. (0.0357)	715.3 0.2 (0.0086)				
	734.2 0.3 (0.0035)	967.2 0.6 (0.0045)	887.0 0.1 (0.0277 5.3)				
	993.47 0.08 (0.0143)	1101.1 0.2 (0.0070)	1204.35 0.08 (0.2720 3.2)	1269.6 0.6 (0.0018)	1602.5 0.5 (0.0075 6.1)		
	2198.2 0.3 (0.0135)						
AS 76	300.4 0.3 (0.0091)	403.0 0.5 (0.0230)	456.5 0.3 (0.0278)	(A)	AS 76 E- =====> SE 76 26.4 H (N,G),	9.78E+00	
	474.8 0.5 (0.0535)	495.0 0.4 (0.0076)	511. 1. (0.0324)				
	546.0 0.1 (0.0247)	559.28 0.06 (43.7000 3.1)	563.37 0.09 (1.1200 7.9)				
	572.2 0.2 (0.1440)	576.6 0.5 (0.0540 5.8)	639.0 0.7 (0.0038)	657.2 0.1 (5.5600 2.9)	665.4 0.1 (0.2350)		
	695.5 0.4 (0.0066)	726.5 0.5 (0.0154)	740.33 0.09 (0.0874)	754.9 0.5 (0.0007)	772.0 0.2 (0.1000 5.8)		
	797. 1. (0.0065)	809.9 0.1 (0.0147 9.5)	863. 1. (0.0115)	868.1 0.1 (0.1110 5.7)	882.4 0.3 (0.0502)		
	955. 2. (0.0065)	981.6 0.2 (0.0418 7.6)	1101. 3. (0.0071)	1129.8 0.3 (0.1140 8.9)	1213.2 0.1 (1.4200 3.8)		
	1216.4 0.1 (3.2100)	1228.71 0.08 (1.2200 3.5)	1393. 2. (*****)	1439.1 0.2 (0.2590 6.7)	1453.7 0.2 (0.1080 4.1)		
	1533.1 0.4 (0.0248 8.6)	1568.0 0.2 (0.0047)	1611.9 0.6 (0.0098 5.5)	1787.7 0.3 (0.2660 6.7)	1807.0 0.6 (0.0187)		
	1869.9 0.4 (0.0517 5.7)	1893. 2. (0.0922)	1954.9 0.7 (0.0095 7.6)	2096.4 0.3 (0.0510)	2111.1 0.3 (0.2870 7.6)		
	2127. 1. (0.0011)	2173.2 0.6 (0.0032)	2370.1 0.5 (0.0010)	2429.4 0.2 (0.0328 5.4)	2655.2 0.2 (0.0388 9.3)		
	2657.0 0.4 (0.0454 7.0)	2670.0 0.5 (0.0022)					
AS 77	62. 2. (0.0035 4.1)	82. 2. (0.0004)	87.9 0.3 (0.2400 8.6)	(A) GE 77 ==>	AS 77 E- =====> SE 77 38.5 H (N,F),	8.30E-3	
	139.2 0.5 (0.0001)	162.0 0.3 (0.1450)	201. 2. (0.0009)				
	239.0 0.3 (1.4400 1.0)	249.4 0.3 (0.3430 6.7)	271.0 0.3 (0.0070)				
	281.7 0.3 (0.0001 9.1)	439.7 0.8 (0.0007)	520.8 0.3 (0.3710 7.6)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
AS 79	158.4 0.8 (0.0750)	176.3 0.9 (0.1190)	354.6 0.3 (1.8600 8.9)	(A)	AS 78 E- =====> SE 78 1.5 H (N ₁ A), (N ₁ P), (N ₁ F),		2.00E-2
	462.3 0.4 (0.4570)	545.6 0.2 (3.0000 7.2)	552.9 0.8 (0.3020)				
	614.03 0.09 (54.0000 5.9)	686.4 0.2 (1.7100 9.6)	695.0 0.2 (17.6000 6.4)				
	722.0 0.8 (0.1850)	736.2 0.8 (0.1190)	827.7 0.2 (8.3900 7.5)	842.4 0.4 (0.5750)	848.7 0.8 (0.1730)		
	984.6 0.5 (0.6910)	888.8 0.3 (1.4100)	958.3 0.5 (0.5930)	1004.5 0.8 (0.3130)	1075.8 0.3 (1.9500 9.8)		
	1144.6 0.2 (1.9700 7.8)	1199.0 0.2 (0.9130)	1240.3 0.2 (6.4500 7.8)	1290.9 0.8 (0.1080)	1301.1 0.8 (0.0054)		
	1308.7 0.2 (12.8000 9.5)	1339.7 0.5 (0.6950)	1373.0 0.2 (4.3400)	1382.1 0.3 (0.7150)	1435.9 0.8 (0.3240)		
	1475.9 0.8 (0.1190)	1530.0 0.2 (2.8300 9.4)	1634.9 0.8 (0.0810)	1643.1 0.8 (0.2210)	1720.2 0.3 (0.6070)		
	1738.6 0.8 (0.3560)	1792.0 0.4 (1.0700)	1836.1 0.3 (1.6500)	1894.6 0.3 (0.4140)	1921.8 0.2 (1.8000 7.4)		
	1924.1 0.8 (1.5900)	1956.0 0.8 (0.7020)	1995.7 0.2 (1.4700)	2068.5 0.3 (0.8640)	2095.3 0.8 (0.3190)		
	2188.5 0.4 (0.5140)	2225.4 0.3 (0.9440)	2613.4 0.8 (0.2480)	2616.8 0.8 (0.6210)	2629.3 0.8 (0.1670)		
	2681.9 0.3 (1.7000)	2759.0 0.6 (0.2430)	2802. 1. (0.5400)	2839.2 0.8 (0.1400)	3098.9 0.8 (0.0843)		
AS 79	95.5 0.5 (8.9700 9.1)	364.5 0.5 (1.0200 3.2)	402.3 0.7 (0.0530)	(A)	AS 79 E- =====> SE 79H* 9.0 H (N ₁ P), (N ₁ PN), (N ₁ F),		5.60E-2
	432.0 0.5 (0.8160 2.0)	446.8 0.5 (0.1430)	476.0 0.5 (0.1960)				
	552.0 0.7 (0.0734)	715.1 0.5 (0.1630)	724. 1. (0.0620)				
	878.5 0.5 (0.0076)	993.4 0.9 (0.0718)					
AS 80	665.3 0.5 (42.0000)	782.4 0.5 (0.7900)	811.3 0.5 (0.4600)	(A)	AS 80 F- =====> SE 80 16.5 S (N ₁ P),		
	960.7 0.5 (0.7100)	1064.7 0.5 (0.1300)	1206.8 0.5 (4.2000)				
	1294.0 0.5 (0.9600)	1415.9 0.5 (0.0840)	1422.7 0.5 (0.0420)				
	1448.8 0.5 (1.0000)	1645.1 0.5 (6.5000 9.6)	1847.8 0.5 (0.9200)	1960.1 0.5 (0.3800)	2156.9 0.5 (0.0840)		
	2461.3 0.5 (0.2100)	2514.0 0.5 (0.1700)	2774.2 1.0 (0.2900)	2836.2 1.0 (0.2500)	2940.3 1.0 (0.0840)		
	3024.0 2.0 (0.0840)	3060.8 2.0 (0.0420)					
AS 82	165.7 0.7 (2.4000)	343.5 0.1 (40.0000)	560.5 0.8 (11.0000)	(R)	AS 82 E- =====> SE 82 19. S (N ₁ A), (N ₁ P), (N ₁ F),		2.40E-1
	654.8 0.2 (100.0000)	815.5 1.0 (6.0000)	818.7 0.5 (16.0000)				
	902.7 0.8 (1.6000)	1076.2 0.4 (10.0000)	1080.4 0.2 (20.0000)				
	1541. 1. (5.6000)	1719. 1. (2.4000)	1731.4 0.4 (31.0000)	1896.0 0.4 (25.0000)	1971.0 1.0 (5.2000)		
	2355.5 1. (3.2000)	2514.3 0.5 (4.4000)	2590.1 1. (4.0000)	2605.3 1. (5.2000)	2723. 1. (*****)		
	2934.0 1. (4.8000)	3149.5 1.5 (4.0000)	3666. 3. (4.0000)				
AS 83					AS 83 E- =====> SE 83 * 14.1 S		
AS 84					AS 84 F- =====> SE 84 * 5.8 S		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
SE 73M	84.5 0.1 (5.6000)	129.4 0.3 (0.1300)	180.6 0.2 (1.3000 6.8)	(R)	SE 73M $\xrightarrow{E+}$ AS 73 * 43. M (A,N),		
	253.8 0.1 (66.7000)	262.4 0.5 (0.5100)	309.9 0.5 (0.4500)				
	320.4 0.1 (2.6000)	393.3 0.2 (4.9000)	401.6 0.1 (3.8000)				
	442.7 0.5 (0.0530)	490.2 0.6 (0.1000)	511.006 0.002 (100.0000)	571.2 0.2 (0.8000)	577.5 0.1 (2.9000 6.5)		
	588.7 0.5 (0.1500)	655.7 0.2 (0.5300)	703.1 0.5 (0.1700)	724.5 0.4 (0.1900)	769.3 0.6 (0.5300)		
	823.6 0.4 (0.2900)	833.3 1.0 (0.2500)	850.5 0.4 (0.5500)	901.1 0.5 (0.1000)	935.1 0.5 (0.0400)		
	993.6 0.3 (0.2500)	1002.7 0.3 (0.1900)	1020.8 0.3 (0.1700)	1077.8 0.2 (1.8000)	1087.1 0.6 (0.1300)		
	1215.4 0.8 (0.0270)	1232.3 0.6 (0.0630)	1301.7 0.3 (0.1800)				
SE 73	67.0 0.1 (73.0000)	260.9 0.1 (100.0000)	442.7 0.5 (0.0600)	(A)	SE 73 $\xrightarrow{E+}$ AS 73 * 7.1 H (A,N),		
	511.006 0.002 (128.0000)	692.0 0.8 (0.0900)	699.9 1.0 (0.0400)				
	764.4 0.8 (0.1400)	782.9 0.8 (0.0600)	818.4 0.8 (0.0400)				
	847.2 0.8 (0.0800)	864.9 0.5 (0.5500)	901.1 0.5 (0.1500)	968.1 0.8 (0.0200)	982.5 0.8 (0.0300)		
	1110.8 0.5 (0.1900)	1215.4 0.8 (0.0600)	1340.7 0.8 (0.0900)	1422.5 0.5 (0.1400)	1482.3 1.0 (0.0300)		
	1548.0 0.8 (0.0400)						
SE 75	24.48 0.06 (0.2600)	66.04 0.01 (0.9700 2.2)	80.91 0.02 (0.0200)	(A)	SE 75 $\xrightarrow{EC}$ AS 75 5.38E-01 120.4 D (N ₁ G), (D ₁ 2N), (P ₁ N),		
	96.73 0.002 (0.1600 1.5)	121.115 0.002 (6.2000 2.5)	136.000 0.004 (55.6000 1.1)				
	198.596 0.007 (1.3800 2.2)	264.561 0.007 (59.1000 0.3)	279.527 0.007 (25.0000 1.2)				
	303.911 0.007 (1.3600 1.5)	400.644 0.008 (12.4000 2.4)	419.2 0.3 (0.0200)	572.2 0.2 (0.3700 2.7)	617.5 0.4 (0.0076)		
SE 77M	161.9 0.2 (50.0000)			(A)	SE 77M $\xrightarrow{IT}$ SE 77 4.09E+00 17.5 S (N ₁ G),		
SE 79M	95.9 0.2 (9.6000)			(A) AS 79 ==>	SE 79M $\xrightarrow{IT}$ SE 79 * 1.84E-01 3.9 M (N ₁ G),		
SE 81M	103.1 0.1 (8.1000)	260.1 0.1 (0.0140)	275.90 0.07 (0.6600)	(A)	SE 81M $\xrightarrow{IT}$ SE 81 * 8.22E-02 57. M (N ₁ G),		
	492.4 1.0 (0.0001)	767.3 1.0 (0.0004)	1146. 2. (0.2800)				
SE 81	178.2 0.1 (0.0170)	275.90 0.07 (1.8000)	290.05 0.04 (1.5000)	(A) AS 81 ==>	SE 81 $\xrightarrow{E-}$ BR 81 5.44E-01 2.20E-1 18. M (N ₁ G), (N ₁ F),		
	538.22 0.09 (0.1200)	552.44 0.09 (0.2300)	566.03 0.05 (0.5300)				
	649.60 0.09 (0.0620)	828.28 0.05 (0.6900)					
SE 83M	226. (2.0000)	256. (0.3400)	324. (1.3000)	(R)	SE 83M $\xrightarrow{E-}$ BR 83 * 9.47E-03 69. S (N ₁ G),		
	356. (68.0000)	384. (0.7400)	444. (1.6000)				
	454. (0.6600)	513. (2.0000)	676. (58.0000)				
	702. (1.6000)	861. (2.1000)	883. (2.0000)	912. (0.6800)	989. (65.0000)		
	1031. (100.0000)	1063. (19.0000)	1116. (3.1000)	1563. (4.1000)	1664. (9.5000)		
	2054. (45.0000)	2147. (0.7400)	2296. (0.4700)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
SE 83	224.9 0.2 (44.0000)	356.6 0.2 (100.0000)	457. 2. (4.8000)	(A) AS 83	==> SE 83 E- =====> 23. H (N,G), (N,F),	BR 83 * 7.58E-04	5.20E-1
	487. 2. (3.6000)	510.1 0.4 (61.0000)	554. 2. (4.2000)				
	572. 2. (5.9000)	666. 2. (3.6000)	717.9 0.4 (3.0000)				
	798.8 0.4 (2.0000)	867.5 0.7 (12.0000)	886. 2. (12.0000)	1064. 2. (8.0000)	1082. 2. (3.0000)		
	1192. 2. (6.0000)	1299. 2. (12.0000)	1319. 2. (6.0000)	1344. 2. (8.0000)	1355. 2. (4.0000)		
	1421. 2. (1.0000)	1558. 2. (4.0000)	1784. 2. (4.0000)	1830. 2. (1.8000)	1855. 2. (4.0000)		
	1879. 2. (2.0000)	1897. 2. (12.0000)	2088. 2. (1.0000)	2291. 2. (17.0000)	2338. 2. (5.0000)		
	2421. 2. (1.0000)						
SE 84	406. 3. (*****)			(R)	SE 84 E- =====> 210. S (N,F),	BR 84 *	9.70E-1
SE 87					SE 87 E- =====> 5.9 S (N,F),	BR 87 *	2.50E+0
SE 88					SE 88 E- =====> 1.3 S (N,F),	BR 88 *	3.58E+0
BR 74	219.0 0.1 (5.1400)	368.2 0.6 (0.5140)	511.006 0.002 (*****)	(R)	BR 74 E- =====> 43.7 H SE 74		
	521. 1. (0.7710)	615.1 0.2 (5.5700)	634.6 0.2 (100.0000)				
	679.0 0.2 (0.6860)	728.3 0.2 (34.7000)	744.8 0.2 (1.8000)				
	777.6 0.4 (0.6000)	839.0 0.2 (4.3700)	850.7 0.3 (0.6000)	868.6 0.4 (0.5140)	935.6 0.9 (0.3430)		
	985.1 0.4 (3.6000)	1045.5 0.5 (0.4280)	1080.8 0.4 (0.8570)	1200.6 0.3 (4.8000)	1249.6 0.2 (5.8300)		
	1269.1 0.2 (8.1400)	1295.0 0.4 (2.4500)	1366.6 0.3 (2.1400)	1421.8 0.6 (0.7710)	1456. 1. (1.8000)		
	1474. 1. (1.6300)	1649.5 0.8 (0.3430)	1679.9 0.6 (0.8570)	1714.6 0.4 (5.8300)	1838. 2. (0.6000)		
	1844. 2. (0.8570)	1890. 2. (0.5140)	1930. 2. (0.7710)	1953. 2. (0.3430)	2029. 2. (0.4280)		
	2184. 2. (1.2900)	2284. 2. (1.9700)	2312.5 0.5 (3.2600)	2334. 2. (0.8570)	2388. 2. (1.3700)		
	2661. 2. (0.7710)	2701. 2. (1.7100)	3040. 2. (1.1100)	3137. 2. (0.6860)	3154. 2. (0.7710)		
	3174. 2. (1.0300)	3228. 2. (0.6000)	3250. 2. (0.5140)	3298. 2. (1.9700)	3324. 2. (0.2570)		
	3337. 2. (0.6860)	3393. 2. (0.6860)	3431. 2. (1.0300)	3516. 2. (0.5140)	3627. 2. (0.4290)		
	3808. 2. (0.9430)	3862. 1. (1.9700)	3883. 2. (0.9430)	3957. 2. (4.1100)	4028. 2. (1.1100)		
	4065. 5. (0.1710)	4345. 5. (0.1710)	4384. 5. (0.3430)				

NUCL IDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
BR 75	112.1 0.1 (1.7000)	141.2 0.1 (6.8000)	195.5 0.5 (0.0900)	(A)	BR 75 E+ =====> SE 75 * 101.5 H		
	236.1 0.1 (0.8100)	286.5 0.2 (90.0000)	292.9 0.1 (2.7000)		(D,N),		
	299.4 0.2 (0.2400)	309.4 0.3 (0.0900)	315.6 0.2 (0.6200)				
	319.7 0.3 (0.0990)	325.4 0.2 (0.2400)	349.2 0.2 (0.1800)	377.4 0.1 (4.0000)	427.8 0.1 (4.5000)		
	431.8 0.1 (4.0000)	460.9 0.4 (0.1200)	467.3 0.4 (0.1300)	484.4 0.2 (0.2900)	488.1 0.3 (0.1800)		
	490.7 0.2 (0.3300)	511.006 0.002 (150.0000)	514.0 0.5 (0.0900)	534.8 0.3 (0.1400)	551.7 0.2 (0.3100)		
	566.4 0.1 (0.4600)	572.9 0.1 (2.0000)	579.8 0.3 (0.0900)	586.1 0.2 (0.1900)	598.2 0.2 (0.3300)		
	608.9 0.1 (1.7000)	646.1 0.3 (0.1500)	652.2 0.3 (0.1400)	659.1 0.2 (0.3600)	663.8 0.3 (0.1200)		
	676.6 0.3 (0.1200)	701.6 0.2 (0.1900)	733.9 0.1 (1.6000)	770.8 0.2 (0.4800)	781.0 0.3 (0.1100)		
	788.7 0.2 (0.3400)	859.3 0.2 (0.2400)	890.7 0.3 (0.2500)	897.6 0.2 (0.5100)	912.1 0.2 (1.0000)		
	946.2 0.3 (0.1400)	952.1 0.2 (1.7000)	959.0 0.4 (2.7000)	961.4 0.3 (0.4500)	974.9 0.4 (0.0090)		
	1074.2 0.4 (0.1100)	1144.5 0.2 (0.1500)	1245.5 0.2 (0.4900)	1380.5 0.3 (0.1200)	1448.9 0.2 (0.3300)		
	1515.8 0.3 (0.1200)	1561.0 0.3 (0.1300)					
BR 76	400. 2. (0.3400)	472.8 0.4 (1.7000)	490. 2. (0.3900)	(A)	BR 76 E+ =====> SE 76 16. H		
	511.006 0.002 (133.0000)	559.4 0.4 (70.0000)	572.0 0.5 (0.3500)				
	599.8 0.4 (0.5700)	605. 1. (0.2700)	636. 2. (0.0700)				
	657. 0.4 (14.0000)	665. 2. (0.3200)	682.8 0.4 (0.4300)	698. 2. (0.4200)	726.1 0.5 (0.4900)		
	730. 2. (0.6100)	740. 1. (0.1100)	773. 2. (0.3900)	790. 1. (0.4200)	804. 1. (0.5200)		
	832.0 0.5 (3.2000)	862. 2. (0.1800)	867.8 0.4 (0.3200)	882.9 0.5 (0.5000)	903. 1. (0.1900)		
	943. 1. (0.1800)	981.8 0.4 (0.3500)	1026.8 1.6 (0.5500)	1033. 2. (0.5300)	1040. 2. (0.1100)		
	1130. 1. (4.4000)	1145. 2. (0.0490)	1158. 2. (0.1300)	1161. 0.9 (0.1500)	1193. 2. (0.0980)		
	1213. 2. (0.6700)	1216.3 0.7 (9.1000)	1229. 1. (2.1000)	1280. 2. (0.0700)	1298. 2. (0.0840)		
	1302. 2. (0.1600)	1342.0 1.0 (0.5600)	1372. 2. (0.5500)	1381. 0.9 (2.4000)	1428. 1. (0.2800)		
	1439.5 0.7 (0.5700)	1454.5 0.7 (0.7100)	1461. 2. (0.1300)	1471. 1. (2.1000)	1489.0 1.0 (2.7000)		
	1538. 2. (0.1600)	1560.0 1. (0.4600)	1568. 1. (0.9800)	1613. 2. (0.3200)	1642. 3. (0.1300)		
	1661. 2. (0.1300)	1672. 1. (0.2200)	1743. 2. (0.1100)	1771.6 0.9 (0.5700)	1788. 1. (0.5900)		
	1834. 1. (0.0910)	1852.5 0.7 (14.0000)	1868. 1. (0.1400)	1883. 2. (0.1300)	1901. 2. (0.1100)		
	1944. 1. (0.5200)	1956. 1. (0.3300)	1976. 1. (0.1800)	2071. 2. (0.4600)	2082. 2. (0.1100)		
	2096.2 1. (1.3000)	2111.2 1. (0.2500)	2127. 2. (0.2500)	2134.4 2. (0.9500)	2235. 2. (0.1300)		
	2299. 2. (0.1300)	2303. 2. (0.1300)	2391.4 1.2 (4.7000)	2430.0 2. (0.1400)	2480. 2. (0.1500)		
	2508.2 1. (1.9000)	2599. 1. (0.6700)	2627. 2. (0.1200)	2655. 3. (0.0840)	2793.4 1.2 (5.6000)		
	2837. 3. (0.1100)	2844. 3. (0.1400)	2890.0 2.0 (0.4900)	2900. 2. (0.1700)	2947. 2. (1.0000)		
	2949. 2. (6.6000)	2987.5 3.7 (0.0840)	2997. 2. (0.9100)	3158. 2. (0.2600)	3351. 2. (0.1800)		
	3368. 2. (0.1100)	3410. 3. (0.3000)	3525. 2. (0.1700)	3602.5 2.6 (1.6000)	3638. 2. (0.1100)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
BR 77	88. 1. (2.5000 6.7)	162. 1. (1.5000 9.1)	181. 1. (0.3000 9.1)	(A)	BR 77 EC ===== SE 77 57. H		
	200. 1. (1.4000)	239. 1. (28.0000)	250. 1. (2.9000 7.8)				
	271. 1. (0.3000 9.1)	282. 1. (2.3000 8.4)	297. 1. (4.2000 6.0)				
	304. 1. (1.1000)	331. 1. (0.0670)	378. 1. (0.0720)		386. 1. (0.8300 6.7)	440. 1. (1.5000 5.5)	
	485. 1. (0.9700 8.6)	511.006 0.002 (2.1000 9.2)	520. 1. (24.0000 7.1)		566. 2. (0.1700)	568. 1. (1.4000 7.7)	
	574. 1. (1.2000)	579. 2. (2.9000 8.7)	585. 1. (1.6000)		608. 2. (0.0110)	663. 1. (0.0830)	
	705. 2. (0.0140)	756. 1. (1.7000 8.2)	766. 1. (0.0550)		818. 1. (2.0000 8.2)	885. 2. (0.0190)	
	991. 2. (0.0360)	996. 2. (0.0140)	1004. 1. (0.9100 6.1)				
BR 78	511.006 0.002 (184.0000)	613.9 0.2 (14.0000)	694.8 0.3 (0.0980)	(A)	BR 78 E+ ===== SE 78 6.5 H (A,N), (P,N), (D,N),		
	884.5 0.2 (0.0660)	950.6 0.8 (0.0280)	1000.1 1.0 (0.0280)				
	1011.4 1.5 (0.0140)	1016.2 1.0 (0.0420)	1020.3 0.6 (0.0700)				
	1144.6 0.2 (0.0220)	1228.9 0.6 (0.0140)	1308.1 0.2 (0.0440)		1720.6 0.2 (0.0480)	1922.6 0.2 (0.0460)	
	1993.7 0.8 (0.0030)	2282.7 1.0 (0.0030)	2391.3 1.0 (0.0030)		2476.3 0.4 (0.0170)	2538.0 1.0 (0.0060)	
	2639.0 1.0 (0.0030)						
BR 79H	208. 1. (78.1000)			(A)	BR 79H IT ===== BR 79 4.875 (N,N),		
BR 80H	37.052 0.002 (36.0000)	48.85 (0.3400)		(A)	BR 80H IT ===== BR 80 * 2.78E+00 4.4 H (N,G),		
BR 80	511.006 0.002 (5.0000)	617.0 0.2 (6.0000)	639.9 0.5 (0.1900)	(A)	BR 80 E- ===== KR 80 8.44E+00 17.6 H		
	665.7 0.2 (1.0000)	704.1 0.3 (0.1500)	813. (0.0300)				
	1256.6 0.2 (0.0690)						
BR 82H	92.19 0.02 (0.0002)	658.32 0.02 (0.0240 3.2)	711.1 0.2 (0.0012)	(A)	BR 82H IT ===== BR 82 3.02E+00 6.1 H (N,G),		
	735.6 (0.0001)	776.49 0.04 (0.2000 2.4)	1072.57 (0.0012 6.3)				
	1081.4 (0.0003)	1180.10 (0.0031 3.7)	1474.82 0.08 (0.0160 0.4)				
	1779.6 0.5 (0.0001)	1956.5 (0.0014 7.1)					
BR 82	92.184 0.007 (0.7450)	100.90 0.02 (0.0740)	129. 1. (0.0298)	(A)	BR 82 E- ===== KR 82 2.62E-01 35.4 H (N,G),		
	137.40 0.03 (0.1580)	180. 1. (0.0099)	221.45 0.02 (2.2800)				
	273.45 0.02 (0.6180)	281. 1. (0.0124)	333. 1. (0.0896 5.2)				
	346. 1. (0.0041 2.0)	401.12 0.02 (0.0920)	470. 1. (0.0456)		554.33 0.01 (70.4000)	600. 1. (0.0132)	
	606.33 0.04 (1.2300)	619.07 0.01 (43.8000)	625.5 0.5 (0.0249)		693. 1. (0.0099 2.1)	698.34 0.01 (29.3000)	
	711.1 0.2 (0.4150 2.5)	727. 1. (0.0041 2.0)	735.62 0.02 (0.0760)		776.50 0.02 (83.2000 3.4)	827.81 0.02 (25.5000)	
	835. 1. (0.0249)	932. 1. (0.0099)	952.12 0.02 (0.3760)		1007.57 0.09 (1.4000)	1043.97 0.02 (29.0000)	
	1072.57 0.02 (0.0835)	1081.35 0.02 (0.6240)	1174. 1. (0.0174)		1180.10 0.02 (0.0874)	1317.44 0.02 (28.6000)	
	1353. 1. (0.0830 2.5)	1426. 1. (0.1080)	1474.84 0.03 (16.6000 2.0)		1650.29 0.02 (0.7970)	1779.58 0.02 (0.1200)	
	1871.6 0.2 (0.3570)	1874. 1. (0.0500)	1956.50 0.02 (0.0600)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
BR 83	32.0 0.5 (*****)	118.9 0.4 (*****)	127.9 0.5 (*****)	(A) SE 83	==> BR 83 E- ===== 2.4 H (N,F),	KR 83	5.20E-1
	520.7 0.4 (0.0812 3.5)	529.5 0.3 (1.4000)	552.5 0.3 (0.0231 3.0)				
	648.4 0.3 (0.0136 4.1)	680.6 0.4 (0.0039 2.6)					
BR 84M	424.0 (100.0000)	447.0 (3.0000)	881.6 (98.0000)	(R) SE 84	==> BR 84M E- ===== 6.0 H (N,A), (N,F),	KR 84	9.70E-1
	1016.0 (1.0000)	1462.8 (97.0000)	1897.7 (2.0000)				
BR 84	230.2 0.2 (0.3220 8.4)	339.8 0.4 (0.0807 9.6)	354.8 0.2 (0.2960 8.4)	(A)	BR 84 E- ===== 32. H (N,F), (N,A),	KR 84	9.70E-1
	382.0 0.2 (0.5480 8.6)	447.4 0.6 (0.0417 5.8)	561.4 0.5 (0.0833)				
	604.8 0.3 (1.6300 8.5)	688.7 0.7 (0.0917)	736.6 0.3 (1.1000 9.3)				
	802.2 0.2 (5.9800 7.5)	881.6 0.1 (41.7000 2.9)	947.7 0.6 (0.3710 9.6)	956. 2. (0.0625)	987.3 0.3 (0.7560 8.8)		
	1005.7 0.7 (0.4540)	1015.9 0.3 (6.0800 7.4)	1082.6 0.4 (0.1420)	1119.1 0.4 (0.1420)	1143. 1. (0.0329)		
	1185.0 0.7 (0.1080)	1213.3 0.2 (2.3800 7.8)	1255.5 0.6 (0.0458)	1289.0 0.2 (0.0678)	1438.0 0.7 (0.0625)		
	1463.1 0.5 (1.6400 9.2)	1534.7 0.6 (0.1000)	1578.1 0.4 (0.3560)	1607.7 0.4 (0.2710)	1741.0 0.4 (1.3300)		
	1779.6 0.7 (0.0625)	1807.8 0.8 (0.0417)	1818.7 0.4 (0.2420)	1877.3 0.3 (1.2700 9.7)	1897.6 0.2 (14.1000 7.4)		
	1970. 1. (0.2500)	2029.7 0.5 (1.9500 9.3)	2094.2 0.5 (0.2130)	2200.8 0.3 (0.8630)	2219. 1. (0.0667)		
	2304. 1. (0.2090)	2484.2 0.3 (6.0900 8.1)	2593.7 0.6 (0.1380)	2622.9 0.5 (0.3000)	2758.8 0.5 (0.3950)		
	2824.1 0.3 (1.1300 8.6)	2988.7 0.7 (0.1750)	3045.7 0.4 (2.0400)	3235.5 0.4 (1.8200 8.9)	3366.0 0.3 (2.6100 8.8)		
	3927.5 0.3 (6.7300 7.5)	4084.5 0.5 (0.2220)	4116. 2. (0.0039)				
BR 85	801.6 0.5 (25.0000)	832.0 0.5 (100.0000)	925.1 0.5 (21.0000)	(R)	BR 85 E- ===== 3. H (N,F),	KR 85M*	1.30E+0
BR 86	499.8 0.4 (0.3900)	749.5 0.7 (0.7150)	785.1 0.2 (4.2900 9.1)	(A) SE 86	==> BR 86 E- ===== 59. S (N,P), (N,F),	KR 86	2.50E+0
	803.5 0.3 (2.8600)	1217.2 0.1 (7.8000)	1285.8 0.1 (7.2800)				
	1361.7 0.1 (11.7000 7.8)	1389.8 0.1 (10.5000 8.7)	1464.9 0.3 (5.5900 9.3)				
	1534.6 0.3 (12.1000 7.5)	1564.61 0.06 (65.0000)	1768.5 0.6 (1.3700)	1966.1 0.3 (7.5400)	2349.5 0.2 (9.8800 8.6)		
	2751.2 0.3 (20.7000)	2925.9 0.4 (2.2800)	5406.6 0.5 (4.0300)	5519.0 0.9 (2.8600)	6210. 1. (0.9100)		
BR 87	1420. 3. (100.0000)	2576. 3. (47.0000)	4077. 2. (3.1000)	(R) SE 87	==> BR 87 E- ===== 55.4 S (N,F),	KR 87 *	2.50E+0
	4174. 2. (5.7000)	4777. 2. (2.2000)	4956. 2. (2.3000)				
BR 88	15. (*****)	26. (*****)	75. (42.0000)	(R) SE 88	==> BR 88 E- ===== 16. S (N,F),	KR 88	3.58E+0
	111. (100.0000)	175. (57.0000)	216. (98.0000)				
	287. (43.0000)	320. (*****)	390. (12.0000)				
	528. (50.0000)	785. (30.0000)	1090. (23.0000)				
BR 90					BR 90 E- ===== 1.63S (N,F),	KR 90 *	5.77E+0
BR 91					BR 91 E- ===== 0.65S (N,F),	KR 91 *	5.90E+0

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY		ABS/REL		DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (C/G)	FISS. Y. (U 235)
BR 92					BR 92 $\xrightarrow{E-}$ KR 92 * 0.255 (N,F),		6.03E+0
KR 76	35.6 0.2 (0.0800)	40.0 0.5 (0.0500)	45.5 0.2 (17.9000)	(A)	KR 76 $\xrightarrow{EC}$ BR 76 * 14.8 H		
	57.2 0.2 (0.0500)	63.6 0.2 (0.0600)	91.1 0.2 (0.1900)				
	103.3 0.2 (3.0400)	104.9 0.2 (0.1500)	134.9 0.2 (2.3100)				
	136.4 0.2 (0.9800)	150.5 0.2 (0.1800)	166.7 0.2 (0.1500)	192.0 0.4 (0.0400)	199.8 0.2 (1.0700)		
	214.5 0.3 (0.2800)	232.7 0.3 (0.0500)	234.7 0.3 (0.1200)	252.0 0.2 (5.8000)	270.2 0.2 (19.5000)		
	271.6 0.2 (4.1000)	295.0 0.3 (0.1800)	299.0 0.2 (0.7900)	300.2 0.2 (0.4000)	309.8 0.2 (2.3500)		
	315.7 0.2 (35.8000)	355.3 0.2 (4.5100)	364.0 0.3 (0.5400)	406.5 0.2 (11.0000)	431.6 0.4 (0.0700)		
	446.2 0.3 (0.3600)	451.9 0.2 (9.0000)	459.4 0.5 (0.0400)	484.5 0.4 (0.0600)	490.2 0.4 (0.1700)		
	499.6 0.3 (0.4300)	543.2 0.4 (0.2700)	548.5 0.4 (0.1800)	552.5 0.3 (1.5500)	576.0 0.3 (0.1100)		
	581.5 0.3 (0.4700)	582.5 0.3 (1.0400)	619.5 0.4 (0.1400)	730.8 0.4 (0.1800)	795.8 0.4 (0.2700)		
	822.5 0.6 (0.2300)	853.0 0.5 (0.1300)	868.2 0.5 (0.2300)	891.0 0.5 (0.1100)	898.5 0.5 (0.1500)		
	911. 1. (0.1100)	936. 1. (0.1000)	1002. 1. (0.1100)				
KR 77	106.0 0.3 (1.2900)	129.7 0.1 (83.6000)	146.5 0.1 (39.4000)	(A)	KR 77 $\xrightarrow{E+}$ BR 77 * 1.2 H		
	162.0 0.3 (0.2520)	276.1 0.2 (3.0900)	312.1 0.2 (3.4000)				
	511.006 0.002 (158.0000)	588.2 0.3 (0.1170)	606.7 0.8 (0.2940)				
	734.6 0.2 (0.3530)	748.1 0.3 (0.2840)	837.2 0.3 (0.1050)	860.9 0.3 (0.1670)	864.4 0.3 (0.0418)		
	894.7 0.3 (0.0873)	991.5 0.3 (0.0602)	1031.3 0.5 (0.0175)	1158.2 0.5 (0.0468)	1299.6 0.4 (0.3280)		
	1446.5 0.6 (0.1090)	1480. 1. (0.0125)	1575.8 0.4 (0.0276)	1999. 1. (0.0234)	2032. 2. (0.0050)		
	2064. 1. (0.0100)	2068. 1. (0.0142)	2129. 1. (0.0142)	2335. 2. (0.0133)			
KR 79	44.5 0.4 (0.1200)	136.0 0.2 (0.6000)	180.4 0.3 (0.9000)	(A)	KR 79 $\xrightarrow{EC}$ BR 79 34.9 H (N,G), (P,N), (D,2N),		
	208.5 0.2 (0.7000)	217.2 0.1 (1.8000)	261.4 0.1 (11.0000)				
	299.7 0.2 (1.3000)	306.6 0.2 (2.2000)	345.0 0.4 (0.1300)				
	389.1 0.2 (1.4000)	397.5 0.1 (8.0000)	434.7 0.5 (0.0330)	506.6 1.0 (0.0770)	511.006 0.002 (15.0000)		
	522.8 0.3 (0.3000)	525.2 0.4 (0.3000)	606.0 0.2 (8.0000)	615.0 0.5 (0.1100)	651.3 0.5 (0.0099)		
	715.4 0.5 (0.0150)	726.2 0.2 (0.0400)	734.1 0.4 (0.0070)	809.0 0.2 (0.1300)	832.0 0.2 (1.2000)		
	851.2 0.5 (0.0330)	871.0 0.5 (0.0044)	895.6 0.5 (0.0090)	915.1 0.5 (0.0044)	935.0 0.2 (0.1100)		
	1025.8 0.2 (0.1300)	1071.1 0.2 (0.0800)	1115.0 0.2 (0.3300)	1131.6 0.4 (0.0330)	1195.4 0.5 (0.0022)		
	1240.2 0.5 (0.0009)	1332.2 0.2 (0.3500)	1501.6 0.5 (0.0001)	1573.7 0.5 (0.0004)			
KR 81M	190. (65.0000)			(A)	KR 81M $\xrightarrow{IT}$ KR 81 13. S		
KR 85M	150.59 0.05 (74.0000 3.3)	304.47 0.05 (14.0000 4.)		(A) BR 85 ==>	KR 85M $\xrightarrow{E-}$ RB 85 4.4 H (N,G), (N,F), (A,N),	1.11E-01	1.30E+0
KR 85	513.99 0.02 (0.4350 3.0)			(A) BR 85 ==>	KR 85 $\xrightarrow{E-}$ RB 85 10.73A (N,G), (N,F),	4.64E-02	1.30E+0

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
KR 87	129.4 0.3 (0.0530 9.6)	402.8 0.3 (53.0000)	509.5 0.5 (0.0530)	(A) BR 87 ==>	KR 87 E- 76. H	2.02E-02	2.50E+0
	552.1 0.4 (0.0280)	582.0 0.6 (0.0190)	673.9 0.3 (1.8000 3.6)		(N,G), (N,F),		
	*814.4 0.3 (0.1600 6.3)	836.4 0.3 (0.7700 3.0)	845.7 0.3 (7.5000 5.6)				
	894.2 0.4 (0.0410 7.3)	901.5 0.6 (0.0230)	947.0 0.3 (0.1200 4.2)	976.7 0.4 (0.0580 8.6)	1063.3 0.6 (0.0340)		
	1175.5 0.2 (1.1000 5.5)	1338.2 0.2 (0.6000 5.1)	1382.8 0.3 (0.3000)	1389.8 0.3 (0.1200 8.3)	1461.2 0.4 (0.0530)		
	1531.2 0.4 (0.3500)	1578.3 0.4 (0.1200 4.2)	1611.3 0.4 (0.0870)	1740.4 0.2 (2.0000 2.8)	2011.9 0.2 (2.9000 3.3)		
	2378.6 1.0 (0.0870)	2408.4 0.3 (0.2300 1.2)	2554.5 0.2 (9.2000 4.5)	2557.7 0.3 (4.9000 7.2)	2651.7 0.5 (0.0340)		
	2811.2 0.3 (0.3000)	2960.2 0.5 (0.0530)	3055.1 0.5 (0.0820)	3308.3 0.5 (0.5000 8.1)			
KR 88	28. 1. (*****)	166.0 1.0 (6.8000 5.9)	196.1 0.5 (37.8000 5.3)	(A) BR 88 ==>	KR 88 E- 2.86H		3.58E+0
	240.4 1.0 (0.3000)	362.6 1.0 (3.0000)	390.4 1.0 (0.6000)		(N,F),		
	472.3 1.0 (0.6000)	789.0 1.0 (0.4000)	834.7 0.5 (13.0000 4.6)				
	862.4 1.0 (0.5300)	884.5 2.0 (0.0700)	945.2 1.0 (0.2600)	962.2 1.0 (0.0700)	986.7 1.0 (1.6000)		
	1017.6 2.0 (0.1100)	1039.6 1.0 (0.4000)	1049.5 1.0 (0.1000)	1090.4 2.0 (0.0700)	1141.7 1.0 (1.7000 8.8)		
	1179.5 1.0 (0.7500)	1185.1 1.0 (0.5700)	1213.0 2.0 (0.2000)	1245.6 2.0 (0.3000)	1250.0 1.0 (1.1000)		
	1352.5 1.0 (0.2000)	1406.9 2.0 (0.2000)	1518.5 2.0 (1.5000 6.7)	1529.8 1.0 (11.3000 5.3)	1603.8 2.0 (0.2000)		
	1909.1 2.0 (0.1100)	2029.5 2.0 (4.8000 6.3)	2035.3 2.0 (4.8000 6.3)	2186.8 2.0 (0.1500)	2195.9 0.5 (14.9000 5.4)		
	2231.6 1.0 (3.6000 5.6)	2352.4 2.0 (0.2000)	2392.0 0.5 (37.8000 5.3)	2409.4 2.0 (0.0700)	2549.0 2.0 (0.2600)		
KR 89	122.7 0.6 (0.9250)	220.9 0.1 (25.0000 4.6)	242. 1. (0.4250)	(A) BR 89 ==>	KR 89 E- 190.7 S		4.76E+0
	264.3 0.3 (0.8800 9.7)	338.6 0.4 (0.3610)	345.3 0.2 (1.4400)		(N,F),		
	356.4 0.2 (5.0700)	365.3 0.2 (0.9840)	369.7 0.2 (1.5800)				
	411.9 0.2 (2.3500)	438.4 0.3 (1.1500)	465.7 0.4 (0.3320)	466.5 0.4 (0.9250)	491.4 0.5 (0.2500)		
	497.8 0.2 (7.7200)	498.6 0.2 (1.9400)	539.4 0.8 (0.9250)	577.2 0.2 (6.4300)	586.1 0.2 (19.7000 6.2)		
	599.5 0.4 (0.3500)	626.3 0.3 (0.9260)	629.7 0.5 (0.4250)	696.3 0.4 (2.0400 7.4)	707.3 0.5 (0.7530 6.5)		
	710.0 0.5 (1.0300)	711.0 0.5 (0.6750)	738.5 0.2 (4.7000 9.3)	762.7 0.5 (1.0000)	763.3 0.5 (0.5750)		
	776.5 0.4 (0.7860)	827.1 0.5 (0.7820)	834.4 0.6 (0.9000)	836.6 0.6 (0.8750)	844.7 0.6 (0.6500)		
	867.2 0.2 (0.8460)	887.9 0.6 (0.8000)	890. 1. (0.3750)	895. 1. (0.3750)	897.0 0.6 (0.6000)		
	903.5 0.4 (1.6800)	904.5 0.2 (8.2500)	930.6 0.6 (0.6210)	931.9 0.6 (0.7000)	946.6 0.6 (0.5750)		
	962. 2. (0.5750)	974.4 0.7 (0.5350)	976.4 0.6 (0.6000)	999.4 0.7 (0.8650)	1038.5 0.8 (0.4000)		
	1104.0 0.9 (1.2100)	1107.9 0.5 (3.3300)	1116.7 0.4 (1.5600)	1119.6 0.7 (0.4750)	1173.1 0.5 (0.9680)		
	1236.2 0.7 (0.6750)	1274.1 0.5 (0.3980)	1324.4 0.4 (2.7900)	1412.3 0.8 (0.3180)	1422.0 0.8 (0.3250)		
	1473.0 0.4 (0.9210)	1501.2 0.5 (1.2900)	1530.3 0.9 (5.1100 8.7)	1534.0 0.5 (7.0500)	1634.8 0.7 (1.1100)		
	1644.4 0.8 (0.4500)	1694.3 0.5 (5.9300 7.1)	1778. 1. (1.3300)	1840.3 0.8 (0.7000)	1903.3 0.8 (1.3100)		
	1939. 1. (1.1300)	2012.1 0.9 (2.4400)	2020.6 0.9 (0.4900)	2100.7 0.7 (1.4000)	2160.0 0.8 (0.7750)		
	2353. 2. (0.3500)	2378.2 0.8 (0.5790)	2401.5 0.8 (1.1500)	2511. 2. (0.3000)	2646. 1. (0.7340)		
	2783.4 0.8 (1.1800)	2795. 1. (1.1000)	2867.2 0.8 (0.5180)	2873. 1. (0.3250)	2879. 1. (0.7500)		
	3029. 2. (0.5500)	3110. 1. (0.4250)	3142.2 0.9 (1.1700)	3220. 1. (0.3960)	3363.1 0.9 (1.3500)		
	3373. 1. (0.9000)	3534.1 0.6 (1.8000)	3584.9 0.8 (0.4500)	3719.3 0.6 (0.8010 3.6)	3732.8 0.9 (0.3060)		
	3783. 1. (0.3750)	3924.1 0.9 (0.3500)	3966. 2. (0.1930)	3978. 1. (0.3800)	4341. 1. (0.2500)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
KR 90	106.4 0.3 (0.1500)	121.5 0.2 (53.0000)	234.1 0.2 (4.6000)	(A) BR 90	==> KR 90 E- =====> 32.325 (N,F),	RB 90 *	5.77E+0
	241.9 0.2 (17.0000)	249.0 0.2 (3.0000)	419.3 0.2 (0.3000)				
	434.1 0.2 (3.2000)	492.9 0.2 (1.5000)	539.8 0.2 (38.0000)				
	554.5 0.2 (6.5000)	619.3 0.2 (1.4000)	677.2 0.2 (0.5000)	690.6 0.2 (0.5000)	731.1 0.2 (1.9000)		
	941.9 0.2 (1.6000)	1039.5 0.4 (0.5000)	1118.7 0.2 (53.0000)	1165.2 0.3 (1.1000)	1303.0 0.5 (0.7000)		
	1310.0 0.5 (0.6000)	1386.2 0.3 (0.3000)	1423.7 0.3 (3.7000)	1463.5 0.2 (0.4000)	1480.9 0.5 (0.2000)		
	1537.7 0.2 (13.2000)	1552.1 0.2 (3.1000)	1618.6 0.4 (0.1500)	1658.2 0.2 (1.6000)	1780.0 0.2 (9.6000)		
	1885. 0.4 (0.2000)	1980. 0.5 (0.3000)	2005. 0.5 (0.5000)	2126.4 0.4 (1.5000)	2148.2 0.4 (0.3000)		
	2378.0 0.9 (0.5000)	2469. 0.5 (0.6000)	2708.5 1.3 (0.3000)	2726.0 0.8 (1.0000)	2853.5 0.9 (1.0000)		
	2865. 0.6 (0.3000)	3113.0 0.6 (0.3000)					
KR 91	108.6 0.2 (100.0000)	397.8 0.3 (5.1000)	412.0 0.5 (5.1000)	(R) BR 91	==> KR 91 E- =====> 8.575 (N,F),	RB 91 *	5.90E+0
	506.8 0.2 (51.0000)	613.2 0.2 (21.0000)	721.5 (1.5000)				
	1108.6 0.5 (18.0000)	1501.2 0.3 (18.0000)	2488. 2. (86.0000)				
	2734. 2. (56.0000)						
KR 92	142.4 0.1 (3.2700 5.1)	159.2 0.3 (0.0052)	167.9 0.2 (0.0065)	(A)	KR 92 E- =====> 1.845 (N,F),	RB 92 *	6.03E+0
	185.6 0.2 (0.0056)	191.1 0.1 (0.0425 7.7)	214.9 0.1 (0.0183 8.9)				
	282.0 0.2 (0.0137 9.5)	316.8 0.1 (0.2980 5.3)	333.4 0.5 (0.0023)				
	342.3 0.1 (0.1080 5.5)	350.3 0.1 (0.0137 9.5)	372.3 0.3 (0.0059)	394.7 0.3 (0.0059)	436.2 0.3 (0.0108)		
	440.0 0.1 (0.0307 8.5)	480.9 0.2 (0.0092)	484.6 0.1 (0.1640 5.2)	492.6 0.1 (0.0288 8.0)	535.0 0.1 (0.0209 9.4)		
	548.3 0.1 (0.7130 5.5)	585.9 0.2 (0.0687 4.8)	632.6 0.3 (0.0095)	678.1 0.1 (0.0190 8.6)	683.7 0.2 (0.0085)		
	728.4 0.4 (0.0059)	737.4 0.2 (0.0262)	785.7 0.1 (0.0229 8.6)	812.6 0.1 (0.7420 5.3)	826.0 0.6 (0.0065)		
	867.08 0.8 (0.0042)	876.3 0.1 (0.2160 5.3)	921.0 0.2 (0.0141)	928.0 0.4 (0.0069)	1044.2 0.1 (0.2420 5.4)		
	1115.8 0.3 (0.0052)	1178.9 0.3 (0.0052)	1218.6 0.1 (3.0600 5.2)	1232.5 0.6 (0.0026)	1240.5 0.2 (0.0078)		
	1249.9 0.3 (0.0049)	1258.8 0.4 (0.0039)	1285.0 0.5 (0.0026)	1291.6 0.7 (0.0046)	1310.7 0.3 (0.0059)		
	1345.5 0.7 (0.0023)	1360.8 0.1 (0.1770 5.6)	1394.2 0.5 (0.0026)	1415.1 0.2 (0.0085)	1474.1 0.3 (0.0049)		
	1525.8 0.3 (0.0042)	1540.4 0.7 (0.0023)	1554.4 0.1 (0.0196 8.3)	1594.4 0.6 (0.0026)	1621.1 0.8 (0.0020)		
	1658.7 0.7 (0.0023)	1663.4 0.4 (0.0046)	1675.1 0.5 (0.0029)	1762.8 0.4 (0.0036)	1896.8 0.2 (0.0425)		
	1932.9 0.5 (0.0029)	1973.4 0.3 (0.0072)	1981.0 0.4 (0.0042)	1987.4 0.2 (0.0124)	2004.5 0.6 (0.0026)		
	2039.0 0.2 (0.0206 9.5)	2075.4 0.4 (0.0046)	2079.2 0.4 (0.0046)	2095.3 0.3 (0.0065)	2128.7 0.5 (0.0042)		
	2271.0 0.5 (0.0026)	2277. 2. (0.0010)	2401.8 0.6 (0.0023)	2414.1 0.9 (0.0023)	2417.2 0.5 (0.0046)		
	2435.1 0.6 (0.0052)	2444.9 0.3 (0.0088)	2468.5 0.3 (0.0088)	2585.1 0.7 (0.0062)	2587.5 0.4 (0.0124)		
	2611.4 0.2 (0.0151)	2713.2 0.6 (0.0029)	2718.7 0.2 (0.0137 9.5)	2759.0 0.2 (0.0108)	2793.3 0.4 (0.0049)		
	2832.8 0.2 (0.0154)	2854.5 0.7 (0.0036)	3056.9 0.3 (0.0065)	3099.8 0.5 (0.0046)	3149.0 0.4 (0.0062)		
	3199.5 0.2 (0.0222 7.4)	3272.3 0.5 (0.0033)	3324.4 0.7 (0.0023)	3342.7 0.7 (0.0020)	3659.6 0.5 (0.0042)		
	3727.3 0.8 (0.0020)						
KR 93					KR 93 E- =====> 1.295 (N,F),	RB 93 *	6.48E+0

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (C/G)	FISS. V. (U 235)
KR 94					KR 94 $\xrightarrow{E-}$ RB 94 * 0.205 (N,F),		6.48E+0
RB 77	66.6 0.6 (100.0000)	150.1 0.3 (7.5000)	178.9 0.2 (38.0000)	(R)	RB 77 $\xrightarrow{E-}$ KR 77 * 3.9 M		
	244.4 0.5 (2.5000)	254.3 0.5 (3.1000)	393.5 0.2 (13.0000)				
RB 78	103.1 (66.0000)	455.6 (100.0000)	663.8 (30.0000)	(R)	RB 78 $\xrightarrow{E-}$ KR 78 6. M		
	726.0 (10.0000)	1141.7 (9.0000)					
RB 79	129.8 0.5 (13.0000)	143.4 0.4 (55.0000)	147.0 0.5 (2.3000)	(R)	RB 79 $\xrightarrow{E+}$ KR 79 * 22.1 M		
	153.4 0.1 (100.0000)	160.9 0.6 (9.0000)	182.5 0.4 (19.0000)				
	303.1 0.4 (26.0000)	351.2 0.2 (40.0000)	384.0 0.6 (2.0000)				
	397.8 0.1 (30.0000)	464.6 0.9 (2.0000)	511.006 0.002 (*****)		540.5 0.5 (3.0000)	570.3 0.8 (5.0000)	
	606.1 0.9 (7.0000)	622.4 0.4 (16.0000)	687.5 0.6 (82.0000)		745.3 0.3 (6.0000)	961.7 0.3 (3.0000)	
RB 83	520.9 0.2 (45.9000)	529.3 0.2 (31.0000)	552.5 0.2 (16.0000)	(A)	RB 83 $\xrightarrow{EC}$ KR 83H* 83. D		
	796.8 0.2 (0.9000)						
RB 84H	215.4 0.2 (37.0000)	248.0 0.2 (65.0000)	445.5 (*****)	(A)	RB 84H $\xrightarrow{IT}$ RB 84 * 21. M (N,2N), (A,N),		
	463.7 0.2 (32.0000)						
RB 84	511.006 0.002 (42.0000)	881.5 0.2 (74.0000)	1015.9 0.3 (0.5000)	(A)	RB 84 $\xrightarrow{EC}$ KR 84 34.5 D (A,N),		
	1897.4 0.2 (8.0000)						
RB 86H	555.8 0.2 (98.2000)			(A)	RB 86H $\xrightarrow{IT}$ RB 86 * 1.02M (N,G),	0.38E-02	
RB 86	1076.6 (8.8000)			(A)	RB 86 $\xrightarrow{E-}$ SR 86 10.61D (N,G),	9.62E-01	
RB 88	338.1 1.5 (0.0600)	485. 2. (0.0600)	897.98 0.02 (10.1000)	(A) KR 88 ==>	RB 88 $\xrightarrow{E-}$ SR 88 17.8 M (N,G), (N,F),	6.36E-02	3.58E+0
	1027. 2. (0.2000)	1366. 2. (0.1300)	1382.5 0.5 (1.1000)				
	1518.5 2.0 (0.2000)	1535.5 1.0 (0.2000)	1779.7 0.7 (0.3000)				
	1799.2 2. (0.0300)	1836.13 0.04 (30.2000)	2112.2 (0.1600)		2118.6 0.2 (0.5000)	2575.6 0.6 (0.2000)	
	2677.3 0.3 (2.9000)	2734.1 0.07 (0.2000)	3009.0 0.5 (0.5000)		3217. 1. (0.4000)	3487. 2. (0.2000)	
	4744. 2. (0.5000)	4854. 2. (0.0300)					
RB 89	272.7 0.6 (1.3200)	289. 1. (0.4410)	428. 1. (0.2520)	(A) KR 90 ==>	RB 89 $\xrightarrow{E-}$ SR 90 * 15.15M (N,F),		5.77E+0
	658.3 0.5 (10.8000)	770. (0.4000)	948.1 0.4 (10.1000)				
	1031.3 0.6 (60.0000)	1220. 1. (0.2260)	1230. 1. (0.3660)				
	1247.3 0.9 (47.0000)	1538.2 0.9 (3.3700)	2008. 1. (3.7500)		2195.5 0.5 (17.3000)	2570. 1. (12.5000)	
	2708.0 0.5 (3.0700)	3510. 2. (1.5400)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.V. (U 235)
RB 90H	315. (1.3400)	551. (1.0000)	720.4 (1.1500)	(A) KR 90	==> RB 90H E- ===== 154. S SR 90 *		5.77E+0
	824.0 (4.0600)	831.5 (96.7000)	952.5 (1.1400)		(N,F),		
	1060.6 (11.5000)	1272.0 (3.0600)	1375.2 (27.0000)				
	1489.5 (0.0249)	1665.7 (8.0000)	1739.7 (4.9000)	1892.2 (0.6030)	2127.9 (7.5900)		
	2254. (1.7600)	2551. (0.0332)	2752.0 (19.8000)	2834. (3.8900)	3147.5 (8.9500)		
	3317.0 (17.6000)	3383.3 (1.0800)	3505.3 (4.1700)	4206. (1.5600)			
RB 90	315. (0.0296)	551. (0.0222)	586.3 (0.1270)	(A) KR 90	==> RB 90 E- ===== 257. S SR 90 *		5.77E+0
	824.0 (1.7900)	831.5 (48.5000)	838. (0.1330)		(N,F),		
	871. (0.1330)	952.5 (0.4140)	1038.8 (0.2620)				
	1060.6 (10.6000)	1118.6 (0.1970)	1242.6 (0.6500)	1326.8 (0.3950)	1375.2 (0.5980)		
	1489.5 (0.2020)	1666.1 (0.4670)	1793.9 (0.2360)	1803.9 (0.7210)	1892.2 (0.5570)		
	2140.4 (0.7000)	2148.0 (0.1970)	2207.6 (0.8560)	2243.0 (0.4000)	2474.5 (0.8560)		
	2525. (0.4000)	2551. (0.2700)	2754. (0.1310)	3038.5 (1.9100)	3295.3 (0.8520)		
	3304.6 (0.9900)	3317.0 (0.2620)	3360.3 (1.5800)	3383.3 (8.7600)	3534.2 (5.4700)		
	3815.0 (0.7860)	4060. (0.2000)	4089. (0.5000)	4136.0 (9.2400)	4206. (0.3000)		
	4332. (0.3000)	4356. (0.3930)	4366.0 (9.8800)	4454. (0.4000)	4646.6 (0.2880)		
	4974. (0.2670)	5070. (0.2000)	5187.8 (0.1380)	5254.5 (0.3280)	5333.6 (0.6000)		
RB 91	93.1 0.3 (20.0000)	346.0 0.5 (12.0000)	439.3 0.5 (2.7000)	(A) KR 91	==> RB 91 E- ===== 58.2 S SR 91 *		5.90E+0
	593.1 0.2 (1.7000)	602.7 0.2 (4.0000)	947.8 0.3 (2.8000)		(N,F),		
	1041.3 0.3 (3.4000)	1137.4 0.2 (4.7000)	1301. 2. (0.8000)				
	1436. 1. (0.8000)	1483.2 0.8 (1.6000)	1616.0 0.5 (3.4000)	1625.0 0.7 (1.6000)	1629.1 0.8 (1.2000)		
	1849.5 0.2 (3.8000)	1905. 2. (1.3000)	1914. 1. (1.2000)	1971.2 0.3 (9.8000)	1982. 2. (0.8000)		
	2036. 2. (0.8000)	2322. 1. (1.0000)	2505. 1. (2.2000)	2564.3 0.2 (20.0000)	2712. 1. (1.0000)		
	2722. 2. (0.8000)	2925.7 0.6 (3.6000)	3446. 1. (2.4000)	3600.0 0.3 (14.0000)	3640. 1. (3.5000)		
	3738. 2. (1.2000)	3752. 2. (1.0000)	3842. 1. (2.1000)	4078.5 0.5 (5.7000)	4252. 1. (1.0000)		
	4265. 1. (2.0000)	4497. 3. (0.5000)					
RB 92	96.7 0.6 (0.0201)	386.1 0.3 (0.0311)	393.5 0.1 (0.1560 5.3)	(A) KR 92	==> RB 92 E- ===== 4.485 S SR 92 *		6.03E+0
	569.8 0.1 (0.6950 5.9)	703.6 0.3 (0.0573)	756.0 0.2 (0.1390 8.8)		(N,F),		
	814.7 0.1 (4.0900 5.5)	963.5 0.2 (0.1880 8.7)	1238.9 0.6 (0.0450)				
	1273.4 0.2 (0.1230)	1325.8 0.2 (0.1720)	1384.6 0.3 (0.4500)	1399.0 0.6 (0.0654)	1464.7 0.6 (0.0491)		
	1712.3 0.2 (0.5360 7.6)	1778. 1. (0.0450)	1789.2 0.9 (0.0491)	1816.7 0.5 (0.0736)	1895.1 0.6 (0.0695)		
	1968.6 0.6 (0.0859)	2006.5 0.5 (0.0900)	2232.0 0.5 (0.0982)	2820.6 0.2 (0.7690 7.5)	2860. 2. (0.0340)		
	2913.2 0.6 (0.0900)	3110.0 0.7 (0.1230)	3502. 2. (0.0450)	3671. 1. (0.0532)	3824. 2. (0.0450)		
	4241. 2. (0.0409)	4427.9 0.9 (0.1600)	4508. 1. (0.0777)	4637.7 0.9 (0.2740)	4809. 2. (0.1310)		
	4836. 1. (0.1270)	4923. 1. (0.1350)	5086. 1. (0.1060)	5188.1 0.8 (0.3070)	5215. 1. (0.1350)		
	5249. 1. (0.1350)	5302. 1. (0.1020)	5377. 2. (0.0736)	5498. 1. (0.1020)	5574. 2. (0.1020)		
	5584. 1. (0.2050)	5632. 1. (0.2450)	5739. 1. (0.0859)	5879. 2. (0.0859)	5901. 1. (0.1150)		
	6004. 2. (0.0736)	6030. 2. (0.0982)	6115. 2. (0.1020)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY		ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (Ci/g)	FISS. Y. (U 235)
RB 93	215. 2. (30.0000)	431. 2. (100.0000)	(R) KR 93 ==>	RB 93 E- =====> 5.89S (N,F),	SR 93 *	6.48E+0
RB 94			KR 94 ==>	RB 94 E- =====> 2.69S (N,F),	SR 94 *	6.48E+0
RB 95				RB 95 E- =====> 0.36S (N,F),	SR 95 *	6.41E+0
RB 96				RB 96 E- =====> 0.23S (N,F),	SR 96 *	6.37E+0
RB 97				RB 97 E- =====> 0.14S (N,F),	SR 97 *	6.21E+0
SR 79	115.7 0.1 (63.0000 5.0)	166.4 0.2 (73.0000 5.4)	188.9 0.5 (100.0000)	(R)	SR 79 =====> 8.1 H	RB 79 *
	255.7 0.5 (8.0000)	444.2 0.3 (37.0000 2.7)	511.006 0.002 (*****)			
	559.9 0.8 (63.0000 5.0)	611.2 0.6 (26.0000 4.0)				
SR 83	42.3 0.1 (0.9000)	93.9 0.4 (0.2500)	160. 1. (0.1000)	(A)	SR 83 EC =====> 32.4 H	RB 83 *
	290.2 0.5 (0.9000)	381.4 0.4 (24.0000)	389.3 0.4 (1.8000)			
	418.4 0.4 (7.4000)	423.1 0.6 (2.8000)	437.9 0.4 (1.3000)			
	511.006 0.002 (68.5000)	540.6 1.0 (0.0420)	644.5 1.0 (0.0420)	652.8 1.0 (0.0420)	659.6 0.5 (0.5000)	
	674.8 0.4 (0.4000)	714.2 1.0 (0.0840)	732.0 1.0 (0.0840)	737.2 0.4 (0.3000)	752.7 0.9 (0.2000)	
	762.9 0.4 (42.0000)	778.2 0.4 (2.0000)	793.5 1.0 (0.1500)	806.0 0.9 (0.2000)	819.2 0.6 (1.2000)	
	848.5 0.5 (0.4000)	854.8 1.0 (0.2000)	890.4 1.4 (0.2000)	907.8 0.4 (0.5000)	917.8 0.1 (0.2000)	
	930.5 1.0 (0.3000)	944.4 0.7 (0.2500)	994.3 0.5 (0.9000)	1020. 1. (0.0420)	1036.8 1.0 (0.0840)	
	1043.8 0.7 (0.4000)	1051.8 1.5 (0.2000)	1053.8 0.6 (0.2500)	1097.7 0.6 (0.4000)	1147.2 0.4 (1.9000)	
	1160.0 0.4 (1.9000)	1202.1 0.5 (0.2500)	1214.6 0.4 (0.4000)	1237.6 1.0 (0.4000)	1242.9 0.8 (0.1000)	
	1273.0 0.8 (0.1000)	1264.7 0.8 (0.1000)	1295.8 0.8 (0.2000)	1324.3 0.7 (0.4000)	1374. 1.0 (0.0840)	
	1384.1 0.8 (0.2500)	1394.9 1.5 (0.2000)	1460.9 1.5 (0.3000)	1528.5 0.8 (0.1500)	1562.4 0.4 (2.6000)	
	1596. 2. (0.0420)	1652.8 0.8 (0.2000)	1665.4 0.9 (0.2000)	1710.0 2. (0.1300)	1722. 2. (0.0840)	
	1749. 2. (0.0420)	1757. 2. (0.0420)	1778. 2. (0.0420)	1796. 2. (0.0590)	1874. 2. (0.0420)	
	1911.6 1.0 (0.0590)	1947. 1.0 (0.0420)	1952.1 0.5 (1.1000)	2014.7 0.7 (0.0700)	2047.7 0.6 (0.2000)	
	2089.8 0.6 (0.2000)	2137. 1. (0.4200)	2147.4 0.9 (0.3000)	2302.0 2.0 (0.3000)		
SR 85H	151.22 0.07 (12.0000)	231.6 0.1 (85.0000)	238.6 0.2 (0.3300)	(A)	SR 85H IT =====> 67.6 H	SR 85 * 6.76E-03
					{N,G}, {P,N}, {D,2N},	
SR 85	513.95 0.02 (98.2000)		(A)	SR 85 EC =====> 64.8 D	RB 85	4.16E-03
					{N,G}, {P,N}, {D,2N},	

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.V. (U 235)
SR 87H	388.40 0.08 (78.9000)			(A)	SR 87H IT =====> 2.83H (N,G), (P,N),	1.47E-01	
SR 89	909.1 0.1 (0.0150)			(A) RB 89 ==>	SR 89 E- =====> 50.55D (N,G), (N,F),	9.20E-03	4.76E+0
SR 91	118.5 0.2 (0.1500)	261.2 0.2 (0.4650)	272.7 0.4 (0.1800)	(A) RB 91 ==>	SR 91 E- =====> 9.7 H (N,A), (N,F),		5.90E+0
	274.7 0.2 (1.2000)	359.0 1.0 (0.0500)	380. 1. (0.2000)				
	486.3 1. (0.0800)	555.57 0.05 (59.7000)	593.1 0.5 (0.1200)				
	620.1 0.1 (1.9000)	631.3 0.1 (0.5700)	652.3 0.3 (3.1000)		652.9 0.2 (8.2000)	653. 2.0 (0.5000)	
	749.8 0.1 (25.0000)	761.3 0.1 (0.5700)	793.8 1. (0.0600)		879.8 0.4 (0.1800)	892.6 0.6 (0.0700)	
	901.6 0.6 (0.1100)	925.8 0.2 (4.2000)	973.8 0.5 (0.0300)		992. 1. (0.0500)	1024.3 0.1 (36.0000)	
	1054.6 0.2 (0.2500)	1140. 0.5 (0.1200)	1280. 0.5 (1.0000)		1327.2 1.0 (0.0400)	1353.2 1.0 (0.0025)	
	1413.4 0.1 (1.0000)	1473.7 1. (0.1600)	1546. 1. (0.0700)		1651.4 0.5 (0.3900)	1724.0 0.5 (0.2000)	
	2016. 1. (0.0050)						
SR 92	241.6 0.2 (3.0000)	430.6 0.2 (4.0000)	953. (*****)	(A) RB 92 ==>	SR 92 E- =====> 2.7 H (N,F),		6.03E+0
	1142. (*****)	1383.3 0.2 (90.0000)					
SR 93	168.6 0.4 (23.7000)	260.3 0.4 (7.8400)	285.5 0.7 (0.2640)	(A) RB 93 ==>	SR 93 E- =====> 7.45H (N,F), (N,A),		6.48E+0
	347.1 0.5 (3.2300)	377.9 0.4 (1.4000 8.6)	406.1 0.7 (1.1100)				
	432. 1. (1.4400)	446.4 0.4 (2.2300)	483.2 0.6 (2.4200)				
	541.9 0.7 (0.5890)	545.6 0.7 (0.2300)	590.6 0.4 (67.7000 0.8)		611.7 0.6 (1.3200)	664.0 0.4 (1.3900 8.6)	
	687.3 0.7 (0.3390)	689.8 0.4 (1.3000)	711.0 0.4 (22.0000)		718.1 0.6 (1.4400)	771.1 0.7 (1.0600)	
	788.7 0.7 (1.0600)	835.2 0.4 (1.4400 7.3)	858.9 0.7 (0.8330)		876.5 0.4 (24.9000 9.5)	889.1 0.4 (22.3000 5.5)	
	901.1 0.7 (0.5760)	1040.8 0.4 (3.5500)	1054.1 0.7 (0.4810)		1094.0 0.4 (1.5200)	1122.7 0.4 (4.3600 6.0)	
	1141.8 0.5 (1.3600)	1196.4 0.7 (0.8530)	1215.5 0.4 (2.6600 6.7)		1243.1 0.7 (0.7990)	1269.4 0.4 (7.4700 6.7)	
	1277.7 0.7 (0.7380)	1308.4 0.7 (0.5080)	1321.5 0.4 (2.6900 8.4)		1334.1 0.7 (1.1200)	1386.4 0.5 (4.1400)	
	1433.9 0.7 (0.9610)	1439.0 0.7 (0.5150)	1469.6 0.7 (0.7380)		1471.7 0.5 (0.6770)	1491.9 0.7 (0.4200)	
	1521.1 0.7 (0.9410)	1551.9 0.4 (0.7760)	1633.9 0.4 (1.4100 6.8)		1647.4 0.4 (1.0500)	1667.2 0.4 (0.7580)	
	1684.0 0.4 (0.9310)	1694.0 0.4 (2.7500 6.5)	1699.1 0.4 (3.8600 6.3)		1706.8 0.4 (0.8060)	1765.5 0.4 (0.7800)	
	1775.0 0.7 (0.2570)	1811.7 0.4 (1.4700 9.3)	1816.5 0.7 (0.2780)		1929.2 0.4 (0.8220)	1944.8 0.7 (0.6430)	
	1979.3 0.7 (0.1630)	2032.7 0.7 (0.3790)	2054.7 0.7 (0.2100)		2063.9 0.7 (0.6700)	2105.5 0.7 (0.2510)	
	2178.6 0.7 (0.2570)	2230.7 0.4 (1.5000)	2296.5 0.7 (0.8060)		2364.8 0.4 (1.4300 9.3)	2544.0 0.4 (3.5500 6.2)	
	2574.3 0.7 (0.1150)	2688.6 0.4 (2.2600 9.9)	2828.5 0.7 (0.1490)		2985.4 0.7 (0.2710)	3006.7 0.7 (0.1290)	
	3116.3 0.7 (0.0677)						
SR 94				RB 94 ==>	SR 94 E- =====> 76. S (N,F),		6.48E+0
SR 95				RB 95 ==>	SR 95 E- =====> 26. S (N,F),		6.41E+0

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
SR 96				Rd 96 ==>	SR 96 E- ====> 4. S (N,F),	Y 96 *	6.37E+0
Y 85	232. 1. (22.1000)	375. 1. (0.8850)	511.006 0.002 (*****)	(A)	Y 85 E+ ====> 4.9 H (D,N),	SR 85 *	
	536. 1. (1.4400)	567. 1. (0.8630)	695. 1. (*****)				
	768. 1. (4.4200)	788. 1. (0.7190)	996. 3. (0.5750)				
	1029. 1. (1.6400)	1124. 1. (1.4600)	1133. 1. (0.6420)	1187. 1. (0.8190)	1210. 1. (0.5090)		
	1220. 1. (1.6800)	1327. 1. (1.1100)	1355. 1. (0.3320)	1404. 2. (3.4100)	1422. 1. (0.1800)		
	1584. 1. (*****)	1704. 1. (0.1990)	1891. 1. (1.4800)	1935. 1. (0.7960)	2123. 1. (5.7300)		
	2173. 2. (2.4600)	2352. 1. (0.7960)	2547. 2. (0.2210)	2583. 2. (0.0885)	2745. 2. (0.1440)		
	2786. 2. (0.4650)	3266. 5. (0.0885)					
Y 86	118.7 0.5 (0.2100)	187.8 0.5 (0.9800)	190.0 0.5 (1.3000)	(A)	Y 86 EC ====> 14.74H (P,N),	SR 86	
	209.0 0.5 (0.1400)	234.0 0.5 (0.2900)	241.7 0.5 (0.8300)				
	251.5 0.5 (0.2500)	263. 0.6 (0.5200)	306.5 0.5 (2.8000)				
	329. 1.0 (0.5900)	369. 1.0 (0.3900)	442. 1.0 (18.0000 5.5)	511.006 0.002 (*****)	581.5 0.5 (4.8000 9.3)		
	609.3 0.5 (1.2000)	627.7 0.5 (29.0000 6.3)	645. 1.0 (11.0000)	703.8 0.5 (15.0000)	711.0 0.5 (1.5000)		
	769. 1. (2.8000)	778.5 0.5 (21.0000 5.8)	815.5 1.5 (1.2000)	827.0 0.5 (3.4000)	837.0 0.5 (4.1000)		
	888. 1. (0.9800)	909.7 0.5 (2.4000)	928. 1. (1.3000)	955.3 0.5 (0.8200)	974. 1. (3.7000 0.1)		
	1024. 1. (4.0000)	1064. 1. (0.7400)	1076. 1. (82.0000)	1092. 1. (0.8100)	1153. 1.5 (30.0000 2.7)		
	1164. 1. (1.3000)	1253. 1. (1.3000)	1273. 1. (0.4600)	1283. 1. (0.1600)	1300. 1. (0.4100)		
	1330. 1. (0.3400)	1350. 2. (3.0000)	1416.5 1.5 (0.4100)	1460. 1. (0.2500)	1510. 1. (0.2500)		
	1536. 2. (0.2500)	1661. 2. (0.4100)	1710. 1. (0.1600)	1723. 1. (0.7400)	1791. 2. (1.3000)		
	1801. 2. (1.5000)	1854.5 1.5 (18.0000 7.1)	1920. 1. (25.0000)	1940. 3. (0.1200)	2017. 1. (0.0800)		
	2043. 2. (0.0800)	2058. 2. (0.3000)	2089. 1. (0.3800)	2110. 2. (0.0400)	2130. 2. (0.1200)		
	2164. 2. (0.0800)	2190. 3. (0.0800)	2290. 2. (0.0800)	2314. 3. (0.3300)	2485. 2. (0.1600)		
	2558. 2. (0.0800)	2568. 1. (2.6000)	2611. 1. (1.7000 9.5)	2617. 2. (0.1600)	2643. 2. (0.2100)		
	2797. 2. (0.2500)	2827. 3. (0.0800)	2859. 3. (0.2500)	2866. 4. (0.5400)	3071. 4. (0.6400)		
	3336. 5. (0.3300)	3640. 4. (0.3300)	3795. 5. (0.0800)	3888. 5. (0.3000)	3918. 5. (0.4600)		
Y 87H	381.1 0.5 (77.0000)			(A)	Y 87H IT ====> 13.2 H (D,N),	Y 87 *	
Y 87	388.40 0.08 (74.7000)	484.8 0.5 (91.0000)	511.006 0.002 (1.8200)	(A)	Y 87 EC ====> 80.3 H (D,N), (P,N),	SR 87	
Y 88	511.006 0.002 (0.4000)	897.02 0.01 (91.4000)	1836.08 0.02 (99.4000)	(A)	Y 88 EC ====> 107.4 D (P,N), (D,2N),	SR 88	
	2734.17 0.08 (0.6200)						
Y 89H	909.1 0.1 (99.0000)			(A) ZR 89 ==>	Y 89H IT ====> 15.8 S (D,N),	Y 89	

NUCLIDE	ENERGY (KEV)			INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
Y 90M	202.4	0.2	479.3	0.2	681.7	0.4	(A)	IT Y 90M ==> Y 90 * 3.1 H (N,G), (N,A), (A,N),	1.83E-03	
Y 91H	555.59	0.1					(A) SR 91 ==> Y 91H	IT 51. H (N,F),		5.90E+0
Y 91	1210.						(A) SR 91 ==> Y 91	E- 58.9 D (N,F),		5.90E+0
Y 92	448.5	0.1	492.6	0.1	561.1	0.1	(A) SR 92 ==> Y 92	E- 3.5 H (N,F), (N,P), (D,A),		6.03E+0
	844.3	0.1	912.8	0.3	934.5	0.1				
	972.3	0.2	1132.4	0.1	1405.4	0.1				
	1847.3	0.1	1865.1	0.3	1988.6	1.2	2105.6	0.3	2339.9	0.1
	2437.0	0.8	2473.4	0.5	2819.8	0.3	3263.9	0.9	3371.2	0.6
Y 93	267.0	0.3	273.	1.	287.	1.	(A) SR 93 ==> Y 93	E- 10.2 H (N,F),		6.48E+0
	341.7	0.5	490.	1.	679.5	0.5				
	687.0	0.5	946.7	0.3	1158.	1.				
	1167.9	0.7	1184.	1.	1203.5	0.7	1237.	1.	1425.5	0.3
	1450.8	0.3	1471.0	0.8	1643.0	0.3	1652.1	0.6	1827.4	0.9
	1914.2	0.6	1917.9	0.3	2184.2	0.5	2190.7	0.3	2472.	1.
	2605.	3.								
Y 94	381.8	0.2	550.1	0.2	750.5	0.2	(A) SR 94 ==> Y 94	E- 19.4 H (N,F), (D,A),		6.48E+0
	918.2	0.2	1139.1	0.4	1232.8	0.4				
	1325.0	0.4	1363.5	0.4	1402.7	6.4				
	1668.6	0.9	1915.61	1.0	2140.4	1.0	2467.0	2.8	2628.0	2.8
	2834.0	2.8								
Y 95	73.	2.	429.2	0.2	632.	2.	(R) SR 95 ==> Y 95	E- 10.9 H (N,F),		6.41E+0
	956.2	0.7	1001.	2.	1049.1	0.5				
	1071.2	0.3	1155.8	0.4	1274.	5.				
	1322.9	0.3	1356.	3.	1419.	1.	1445.	5.	1610.5	0.4
	1618.2	0.4	1673.6	0.9	1684.	2.	1771.3	0.9	1785.	4.
	1798.	4.	1806.	2.	1814.	5.	1888.	1.	1905.	4.
	1926.	4.	1940.	1.	2143.	1.	2175.3	0.7	2252.	2.
	2275.	2.	2300.	1.	2372.	4.	2433.	2.	2496.	2.
	2562.	2.	2632.0	0.9	2729.	5.	2761.	5.	2846.	5.
	2996.	3.	3129.	1.	3249.	1.	3450.	1.	3576.	1.
	3684.	3.	3887.	3.	3922.	5.	4068.	3.		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
Y 97	125. 3. (*****)	810. 3. (*****)		(R)	Y 97 E- ====> ZR 97 * 1.115 (N,F),		6.21E+0
ZR 87	511.006 0.002 (165.0000)	771. 1. (0.1500)	793. 2. (0.5900)	(A)	ZR 87 E+ ====> Y 87H* 1.6 H		
	796. 2. (0.1900)	973. 2. (0.2000)	1160. 1. (0.2700)				
	1202. 2. (0.4100)	1210. 1. (1.2000)	1228. 1. (3.8000)				
	1808. 2. (0.1900)	1820. 2. (0.1100)	2165. 3. (0.1100)	2183. 3. (0.1100)	2220. 2. (0.3800)		
	2616. 2. (0.1900)						
ZR 89H	511.006 0.002 (3.2000)	588.0 0.3 (87.0000)	1508.4 0.4 (6.3000)	(A)	ZR 89H IT ====> ZR 89 * 4.2 H (P,N),		
ZR 89	511.006 0.002 (44.0000)	909.2 0.1 (99.4000 3.5)	1620.8 0.2 (0.0736 8.6)	(A)	ZR 89 EC ====> Y 89 78.4 H (N,A), (P,N), (D,2N),		
	1657.3 0.2 (0.1090 9.6)	1712.6 0.6 (0.8200 6.2)	1744.5 0.2 (0.1340 6.3)				
ZR 95	234.7 0.1 (0.1900)	724.23 0.03 (43.8000 0.5)	756.76 0.05 (54.5000 0.7)	(A) Y 95 ==>	ZR 95 E- ====> NB 95 * 3.980 (N,G), (N,F),	2.33E-02	6.41E+0
ZR 97	111.6 0.4 (0.0730)	182.6 1.2 (0.0370)	218.9 0.3 (0.1900)	(A) Y 97 ==>	ZR 97 E- ====> NB 97H* 17.0 H (N,G), (N,F),	2.50E-03	6.21E+0
	254.4 0.2 (0.7700)	272.4 0.2 (0.2800)	330.5 0.2 (0.0900)				
	355.4 0.1 (2.1000)	400.4 0.2 (0.2800)	507.7 0.1 (4.9000)				
	513.4 0.2 (0.4600)	602.4 0.2 (1.3800)	690.6 0.2 (0.2800)	699.2 0.3 (0.1100)	703.8 0.1 (1.1000)		
	743.4 0.1 (92.0000)	804.6 0.1 (0.7400)	829.8 0.2 (0.2800)	854.9 0.2 (0.3600)	971.4 0.1 (0.2800)		
	1021.3 0.3 (0.9200)	1148.0 0.1 (2.6000)	1276.1 0.1 (1.0100)	1362.7 0.1 (1.0200)	1750.5 0.1 (1.2900)		
	1851.6 0.1 (0.4100)						
ZR 99	469.2 (*****)	546.2 (*****)	594.1 (*****)	(R)	ZR 99 E- ====> NB 99 * 2.4 S (N,F),		6.19E+0
ZR 101	293. 3. (*****)	400. (*****)		(R)	ZR 101 E- ====> NB 101 * 3.3 S (N,F),		6.44E+0
NB 90	132.60 0.03 (4.4000)	141.15 0.02 (67.0000)	371.0 0.2 (1.7000)	(A)	NB 90 EC ====> ZR 90 14.6 H (P,N), (D,2N),		
	511.006 0.002 (*****)	518.2 0.3 (*****)	827.7 0.4 (2.0000)				
	890.5 0.4 (2.0000)	1129.1 0.3 (89.0000)	1270.5 0.5 (0.9000)				
	1575.0 0.7 (*****)	1612.1 0.4 (4.0000)	1716.6 1.2 (*****)	1760.7 0.6 (0.4000)	1842.9 0.9 (*****)		
	1913.5 0.9 (*****)	2186.2 0.4 (17.9000)	2223.3 1.0 (0.7000)	2318.6 0.4 (82.0000)			
NB 91H	104.5 0.1 (1.8000)	1205.0 0.7 (3.4000)		(A)	NB 91H IT ====> NB 91 * 62. 0 (D,N),		
NB 92	511.006 0.002 (0.1000)	911.9 0.3 (1.8000)	934.51 0.07 (99.0000)	(A)	NB 92 EC ====> ZR 92 10.160 (N,2K),		
	1846.5 0.2 (0.8000)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (C/G)	FISS. V. (U 235)
NB 94M	40.94 (0.1500)	371.10 0.04 (C.2000)		(A)	NB 94M ^{IT} =====> NB 94 * 1.75E+00 6.29H (N,G),		
NB 94	702.63 0.03 (100.0000)	371.10 0.04 (100.0000)		(A)	NB 94 ^{E-} =====> MO 94 1.75E-01 235.02E (N,G),		
NB 95M	234.8 0.2 (25.1000 7.2)			(A) ZR 95 ==>	NB 95M ^{IT} =====> NB 95 * 6.41E+0 90. H (N,F),		
NB 95	765.83 0.07 (99.8000)			(A) ZR 95 ==>	NB 95 ^{E-} =====> MO 95 6.41E+0 35.15D (N,P), (N,F),		
NB 96	219.02 0.07 (2.9000) 352.2 0.3 (1.1000) 480.5 0.2 (5.6000) 719.7 0.2 (6.7000) 949.8 0.2 (21.0000 8.7) 1497.9 0.3 (2.9000)	241.33 0.08 (3.3000) 371.8 0.2 (2.9000) 563.7 0.2 (56.0000 6.6) 721.7 0.4 (1.2000) 1091.4 0.3 (51.0000 7.8)	350.0 0.3 (1.6000) 460.1 0.2 (26.8000) 591.7 0.4 (1.0000) 778.2 0.2 (100.0000) 1128.0 0.5 (0.7000)	(R)	NB 96 ^{E-} =====> MO 96 23.5 H (P,N),		
NB 97M	743.3 0.2 (98.0000)			(A) ZR 97 ==>	NB 97M ^{IT} =====> NB 97 * 6.21E+0 1. H (N,F),		
NB 97	658.1 0.3 (97.7000) 909.8 1.0 (0.0600) 1267.2 1.0 (0.1100)	720.0 0.7 (0.1000) 1022.2 0.3 (1.2000) 1291.7 1.0 (0.1000)	856.0 1.0 (0.0060) 1116.1 1.0 (0.0900) 1514.5 1.5 (0.1200)	(A) ZR 97 ==>	NB 97 ^{E-} =====> MO 97 6.21E+0 72. H (N,F),		
NB 98	87. 1. (0.5000) 259. 2. (*****) 455. 2. (1.0000) 722.3 0.5 (77.0000) 874. 2. (*****) 1231. 2. (*****) 1545. 2. (6.3000 6.0) 2021. 3. (*****)	158. 1. (0.5000) 355.5 1. (10.0000 3.0) 544.6 1. (4.5000) 767.2 0.5 (95.0000) 971. 2. (1.0000) 1258. 2. (*****) 1701. 2. (9.2000 5.4) 2111. 3. (*****)	172. 1. (2.6000) 424. 2. (1.0000) 713.6 1. (8.7000) 792.0 1. (5.0000) 995. 2. (2.0000) 1334. 3. (*****) 1886. 2. (3.4000) 2235. 3. (*****)	(A)	NB 98 ^{E-} =====> MO 98 5.86E+0 51.5 H (N,P), (N,F),		

NUCLIDE		ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN		SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)		
NB 99	99.	1.	138.	1.	174.	1.	(A) ZR 99 ==> NB 99	E- =====> 2.4 H	MO 99 *	6.19E+0	
	(25.0000)	(5.5000)	(1.3800)								
	197.	1.	254.	1.	264.	1.	(N,F),				
	(0.8750)	(14.3000)	(2.7500)								
	273.	1.	279.	1.	352.	1.					
	(0.6250)	(1.0000)	(10.5000)								
	366.	1.	380.	1.	393.	1.	427.	1.	441.		1.
	(0.5000)	(0.8750)	(0.7500)	(1.5000)	(0.7500)						
	451.	1.	498.	1.	509.	1.	517.	1.	525.		1.
	(5.0000)	(6.7500)	(0.7500)	(0.7500)	(3.2500)						
	534.	1.	535.	1.	549.	1.	555.	1.	593.		1.
	(2.6300)	(2.6300)	(2.3800)	(2.1300)	(1.7500)						
	598.	1.	631.	1.	656.	1.	674.	1.	694.		1.
(3.0000)	(4.7500)	(2.1300)	(2.7500)	(3.0000)							
768.	1.	793.	1.	847.	1.	856.	1.	868.	1.		
(1.0000)	(5.0000)	(3.2500)	(0.3750)	(0.3750)							
889.	1.	905.	1.	928.	1.	945.	1.	1027.	1.		
(1.3800)	(2.0000)	(3.5000)	(2.3800)	(1.3800)							
1070.	1.	1100.	1.	1112.	1.	1259.	1.	1317.	1.		
(2.6300)	(1.6300)	(0.8750)	(1.7500)	(1.7500)							
1475.	2.	1698.	2.	1886.	2.	2241.	2.	2544.	2.		
(2.7500)	(2.7500)	(0.8750)	(2.0000)	(2.5000)							
2642.	2.	2693.	2.	2734.	2.	2791.	2.	2854.	2.		
(12.5000)	(3.5000)	(3.7500)	(1.8800)	(12.0000)							
3010.	2.										
(1.0000)											
NB 100	159.2	0.3	528.1	0.3	535.4	0.3	(A)	NB 100	E- =====> 6.6 S	MO 100	6.44E+0
	(7.5000)	(20.0000)	(93.0000)								
	543.1	0.5	549.2	0.4	600.1	0.5	(N,F),				
	(3.0000)	(1.4000)	(43.0000)								
	635.2	0.5	638.4	0.5	702.5	0.3					
	(2.4000)	(2.6000)	(3.1000)								
	707.5	0.4	928.1	0.5	952.5	0.5	966.1	0.5	1063.5	0.3	
	(5.3000)	(6.0000)	(3.4000)	(14.0000)	(6.7000)						
	1280.3	0.5									
	(19.0000)										
MO 90	42.70	0.04	122.37	0.02	162.93	0.09	(A)	MO 90	EC =====> 5.7 H	NB 90 *	
	(2.1800 9.2)	(65.3000 3.7)	(6.0600 8.3)								
	203.1	0.1	257.34	0.04	421.0	0.3					
	(6.4600 7.7)	(79.1000 3.3)	(0.2500)								
	425.1	0.5	440.5	0.6	445.4	0.2					
	(0.3600)	(0.9500)	(6.1300 5.8)								
	472.2	0.3	489.8	0.4	511.006	0.002	517.7	0.7	941.5	0.4	
	(1.4500)	(0.7400)	(50.0000)	(0.1600)	(5.6200)						
	946.4	0.8	987.3	1.	990.2	0.6	1271.3	0.6	1387.4	0.5	
	(0.6800)	(0.1400)	(1.0400)	(4.1700)	(1.8800)						
1446.	2.	1454.6	0.7	1463.5	0.9	1481.6	1.4				
(0.0500)	(1.9100)	(0.6800)	(0.2100)								
MO 91H	104.5	0.1	253.4	0.4	511.006	0.002	(A)	MO 91H	IT =====> 1.02H	MO 91 *	
	(*****)	(0.2190)	(*****)								
	652.8	0.2	732.9	0.4	1032.8	C.4					
	(45.6000)	(0.1200)	(0.5860 8.4)								
	1082.3	0.3	1158.7	0.4	1208.0	0.3					
	(0.3980)	(0.3390)	(15.9000 7.1)								
	1507.6	0.5	2238.5	0.6	2240.7	0.4					
	(19.9000 2.2)	(0.6970)	(0.7370)								
MO 91	511.006	0.002	616.0	0.4	873.8	0.4	(R)	MO 91	E+ =====> 15.69H	NB 91 *	
	(*****)	(21.7000)	(13.0000)								
	1050.7	0.4	1082.3	0.3	1156.7	0.5		(N,2N),			
	(10.8000)	(5.8000)	(3.2000)								
	1195.1	0.7	1204.5	0.7	1446.9	0.5					
	(2.8000)	(5.0000)	(3.7000)								
	1460.5	0.6	1580.9	0.2	1636.9	0.2	1740.4	0.4	1790.0	0.7	
	(2.4000)	(70.2000 5.3)	(100.0000)	(4.9000)	(9.9000)						
	2119.2	0.6	2530.8	0.4	2631.2	0.3	2791.8	0.6	3027.4	0.4	
	(8.0000 0.1)	(1.7000)	(37.5000 7.8)	(3.2000)	(28.0000 1.1)						
3148.2	0.4	3187.	1.	3837.	1.						
(15.8000 8.1)	(1.4000)	(*****)									
MO 93H	113.9	0.2	263.1	0.2	684.7	0.2	(R)	MO 93H	IT =====> 6.9 H	MO 93 *	
	(0.7000 6.9)	(53.0000 6.0)	(92.0000 4.1)								
	947.87	0.5	1364.7	0.8	1477.2	0.3		(D,2N), (A,N), (P,N),			
	(0.2000)	(0.9400)	(100.0000)								

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
HO 99	40.584 0.002 (1.3000)	140.511 0.006 (89.6000)	142.63 0.03 (0.0270)	(A) NB 99 ==>	MC 99 E- =====> 66.7 H (N,G), (N,F),	TC 99H 6.05E-02	6.19E+0
	181.06 0.04 (6.7000)	366.4 0.1 (1.4600)	411.5 0.5 (0.0240)				
	528.9 0.2 (0.0540)	620.7 0.2 (0.0240)	739.7 0.1 (13.8000)				
	773.2 0.1 (4.8000)	823.1 0.1 (0.1400)	861.0 0.2 (0.1100)				
HO 101	104.70 0.08 (0.1540 9.1)	105.95 0.05 (0.2280 8.4)	191.93 0.04 (0.2230 7.3)	(A) NB 101 ==>	MC 101 E- =====> 14.6 H (N,G), (N,F),	TC 101 * 3.27E-02	5.02E+0
	195.94 0.05 (2.7600 8.4)	212.00 0.08 (0.4300)	318.0 0.2 (0.2370)				
	327.9 0.2 (0.1890)	333.7 0.1 (0.6570 9.8)	371.2 0.4 (0.1910)				
	378.9 0.2 (0.3200)	381.0 0.2 (0.3500)	398.9 0.1 (0.7860 8.7)	408.6 0.1 (1.4000 8.6)	421.4 0.1 (0.5230)		
	432.9 0.4 (0.1070)	448.6 0.1 (0.6220 9.1)	452.6 0.5 (0.1090)	499.6 0.1 (1.3400 8.3)	505.88 0.05 (11.4000 7.1)		
	510.4 0.2 (0.3230)	512.7 0.1 (1.2000)	515.2 0.2 (0.7290)	524.2 0.4 (0.1170)	533.6 0.2 (0.3810)		
	566.5 0.1 (0.8050 9.7)	571.3 0.4 (0.1590)	590.82 0.05 (19.4000 5.3)	608.3 0.1 (0.9800 9.0)	642.7 0.1 (1.1000 9.2)		
	660.8 0.3 (0.2570)	695.53 0.07 (6.6300 8.2)	701.8 0.3 (0.4030 1.0)	713.0 0.1 (3.1100 8.7)	732.9 0.2 (0.2290)		
	774.1 0.2 (0.3520)	778.3 0.1 (0.8710)	789.8 0.6 (0.1230)	804.3 0.1 (0.8620)	815.2 0.4 (0.1400)		
	853.1 0.3 (0.2430)	859.4 0.5 (0.1380)	871.1 0.1 (1.6600 8.5)	877.4 0.1 (3.1300 8.7)	887.9 0.3 (0.3600)		
	895.9 0.5 (0.1460)	903.6 0.4 (0.1870)	934.20 0.09 (3.7500 8.9)	943.2 0.7 (0.1460)	980.7 0.3 (0.2640)		
	987.9 0.4 (0.1790)	1010.0 0.1 (3.8400)	1012.4 0.1 (11.4000 8.8)	1018.9 0.2 (1.4800)	1049.9 0.2 (0.3210)		
	1066. 1. (0.1450)	1160.9 0.1 (3.6000 8.7)	1168.5 0.5 (0.1750)	1184. 1. (0.1850)	1186.6 0.2 (0.9680 9.7)		
	1199.9 0.1 (1.6200 8.7)	1210.2 0.6 (0.1320)	1251.10 0.09 (4.2200 8.4)	1291.9 0.7 (0.1480)	1303.9 0.1 (2.3900 8.9)		
	1314. 1. (0.1260)	1323.4 0.8 (0.1350)	1326.1 0.6 (0.2700)	1337.1 0.8 (0.1940)	1345.8 0.2 (0.9490 9.3)		
	1355.6 0.1 (1.6200 8.7)	1377.3 0.5 (0.2140)	1382.2 0.2 (1.1100 9.1)	1394.5 0.2 (0.5700 9.4)	1413.5 0.3 (0.4200 9.2)		
	1418.0 0.2 (0.7950 8.6)	1430.6 0.4 (0.2760)	1433.4 0.3 (0.8400)	1514.4 0.7 (0.1650)	1518.9 0.7 (0.2500)		
	1522.4 0.5 (0.2650)	1532.3 0.2 (5.5200 9.0)	1547.5 0.5 (0.1460)	1589.6 0.3 (0.2350)	1599.1 0.1 (1.5700 9.0)		
	1662.2 0.2 (0.6400)	1673.6 0.1 (1.5300 8.6)	1712.8 0.3 (0.1940)	1745.8 0.3 (0.4240)	1759.9 0.2 (1.0100)		
	1767.4 0.7 (0.1170)	1840.4 0.2 (1.2600)	2032.0 0.2 (6.0700 8.5)	2040.9 0.2 (2.0400 8.4)	2046.8 0.5 (0.1150)		
	2088.4 0.3 (0.6750 8.7)	2113.7 0.3 (0.5520 8.9)	2221.6 0.5 (0.1520)				
HO 105	68.71 0.1 (100.0000)	376.0 0.3 (12.0000)	423.9 0.4 (21.0000)	(R) NB 105 ==>	HO 105 E- =====> 58.1 S (N,F),	TC 105 *	
TC 94H	511.006 0.002 (*****)	871.10 0.02 (100.0000)	993.1 0.5 (2.6000)	(R)	TC 94H E+ =====> 52. H (D,2N), (P,N),	HO 94	
	1196.2 0.7 (0.9000)	1522.0 0.3 (5.9000)	1868.9 0.3 (5.8000)				
	2393.0 0.7 (0.6000)	2530.0 1.0 (0.7000)	2740.0 0.7 (3.8000)				
	3129.2 0.7 (1.2000)	3793.5 1.0 (0.1000)					
TC 94	449.0 0.5 (2.5000)	511.006 0.002 (20.6000)	531.6 0.5 (1.1000)	(R)	TC 94 EC =====> 4.9 H (D,2N),	HO 94	
	702.6 0.2 (93.0000)	742.0 0.5 (1.0300)	849.7 0.2 (93.0000)				
	970.9 0.2 (93.0000)	916.2 0.5 (100.0000)	1509.7 0.8 (0.6200)				
	1591.8 0.8 (0.1700)	1764.6 0.8 (0.1700)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (Ci/G)	FISS. Y. (U 235)
TC 95M	204.12 0.01 (100.0000)	219.4 0.3 (0.1200)	253.066 0.006 (1.1000 9.1)	(R)	TC 95M ^{EC} ====> MO 95 60. 0 (P,N), (D,N), (D,2N),		
	582.07 0.01 (55.0000 9.1)	616.5 0.2 (2.4000)	765.8 0.1 (6.0000)				
	786.18 0.02 (15.0000 7.3)	820.61 0.02 (8.0000)	835.13 0.02 (45.0000)				
	1039.25 0.02 (5.0000)	1057.0 0.5 (0.0220)	1222.5 0.5 (0.0130)	1620.2 0.5 (0.0650)			
TC 95	605. 1. (0.1000)	765.8 0.1 (100.0000)	947.8 0.2 (0.2000)	(R)	TC 95 ^{EC} ====> MO 95 20. H (P,N), (D,N), (D,2N),		
	1074.1 0.2 (4.0000)						
TC 96M	241. 1. (0.4000)	350.3 0.5 (3.7000)	372. 1. (0.4000)	(R)	TC 96M ^{IT} ====> TC 96 * 51.5 H (A,N),		
	480.7 0.4 (17.3000 5.5)	615.7 0.4 (3.8000)	719.7 0.1 (14.2000 9.9)				
	726. 1. (0.3000)	778.3 0.2 (100.0000)	849.8 0.1 (18.5000)				
	967.3 0.5 (6.6000)	1091.4 0.3 (4.2400)	1096.7 0.2 (3.8000)	1200.3 0.1 (55.8000 4.3)	1498.3 0.2 (6.3100)		
	1816.5 0.5 (2.3000)						
TC 96	120.5 0.4 (0.0300)	219.1 0.6 (0.0400)	241.1 0.3 (0.1000)	(A)	TC 96 ^{EC} ====> MO 96 4.3 D (A,N),		
	314.4 0.2 (2.2900)	316.4 0.2 (1.6800 9.5)	350.0 0.3 (0.0800)				
	371.4 0.3 (0.3000)	434.9 0.2 (0.8430 7.5)	460.3 0.3 (0.4330)				
	480.4 0.3 (0.1000)	535.7 0.3 (0.4770)	569.4 0.6 (0.9120)	720.0 0.3 (0.2000)	778.3 0.1 (100.0000)		
	810.2 0.6 (0.4000)	812.7 0.2 (82.2000 2.6)	850.0 0.2 (97.4000 2.2)	885.4 0.6 (*****)	1091.4 0.3 (0.9490 4.6)		
	1126.9 0.2 (14.4000 2.3)	1200.1 0.3 (0.3640 7.7)	1441.3 0.4 (0.0491)	1498.0 0.3 (0.0764)			
TC 99M	140.6 0.1 (90.0000)			(A) MO 99 ==>	TC 99M ^{IT} ====> TC 99 * 6.05H		
TC 100	378.6 0.7 (0.4200)	499.8 0.7 (0.0006)	539.6 0.7 (6.6700)	(A)	TC 100 ^{E-} ====> RU 100 17. 5 (N,G), (N,A), (P,N),		
	590.8 0.7 (5.4500)	689.4 0.7 (0.4800)	734.7 0.7 (0.0092)				
	736.9 0.7 (0.0200)	822.5 0.7 (0.0644)	1024.5 0.7 (0.0319)				
	1201.1 0.7 (0.0405)	1325.7 0.7 (0.0099)	1362.1 0.7 (0.0571)	1512.2 0.7 (0.4180)	1555.7 0.7 (0.0066)		
	1701.0 0.7 (0.0013)	1847.7 0.7 (0.0385)	1865.2 0.7 (0.0126)	2121.2 0.7 (0.0033)	2298.6 0.7 (0.0133)		
	2659.5 0.7 (0.0013)						
TC 101	73. 1. (0.0099)	85. 1. (0.0397)	127.20 0.04 (2.1800)	(A) MO 101 ==>	TC 101 ^{E-} ====> RU 101 14. H (N,F),		5.02E+0
	174.9 0.3 (0.0353)	179.57 0.05 (0.4120)	184.09 0.05 (1.4000 2.0)				
	233.70 0.07 (0.1790)	238.25 0.07 (0.2890 5.8)	294.9 0.3 (0.0451)				
	306.85 0.04 (89.4000 1.0)	311.2 0.1 (0.0106)	321.8 0.3 (0.0357)	383.7 0.4 (0.0205)	393.2 0.2 (0.0670)		
	413.3 0.4 (0.0151)	422.2 0.2 (0.0320)	488.9 0.3 (0.0300)	516.0 0.1 (0.0850 9.1)	531.4 0.1 (0.9090)		
	545.0 0.1 (5.6500 7.5)	602.8 0.5 (0.0099)	617.1 0.2 (0.0372)	622.24 0.04 (0.0535)	626.9 0.1 (0.3770)		
	631.4 0.1 (0.0421)	631.5 0.5 (0.0268)	674.1 0.3 (0.0027)	694.2 0.2 (0.0540)	715.4 0.1 (0.0642)		
	720.0 0.1 (0.2090 7.6)	811.0 0.2 (0.0599)	826.2 0.5 (0.0020)	842.61 0.08 (0.2020 7.4)	911.9 0.2 (0.0103)		
	928.76 0.09 (0.0872)	938.13 0.05 (0.0771 7.4)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
TC 102H	415.8 0.5 (1.9600)	418.8 0.5 (3.3200)	474.8 0.2 (97.7000)	(A)	TC 102H E- =====> RU 102 4.5 H (N,P),		
	627.5 0.3 (16.6000)	630.8 0.3 (29.0000)	691.8 0.5 (2.6400)				
	695.6 0.5 (2.9300)	904. 1. (0.9770)	921. 1. (0.9770)				
	1046.3 0.3 (12.5000)	1073. 1. (0.9770)	1105. 1. (12.9000)	1115. 1. (0.9770)	1120. 1. (0.9770)		
	1197.8 0.5 (10.6000)	1292.6 0.5 (5.2800)	1331.8 0.5 (3.6200)	1511. 1. (2.8400)	1612.8 0.5 (7.1400)		
	1617.0 0.5 (10.9000)	1710. 1. (5.3800)	1810. 1. (6.8400)	1907. 1. (0.9770)	1950. 1. (0.9770)		
	2142. 1. (0.9770)	2227.0 0.5 (6.9400)	2244.2 0.5 (13.2000)	2339.3 0.5 (0.9770)	2437.8 0.5 (4.5000)		
TC 102	468. (15.0000)	475.1 0.5 (100.0000)	628. (19.0000)	(R) MO 102 ==>	TC 102 E- =====> RU 102 5. S (N,F),		4.15E+0
	1102. (11.0000)						
TC 104	350. 2. (3.8000)	357.8 0.5 (84.5000)	462. 2. (1.2700)	(A) MO 104 ==>	TC 104 E- =====> RU 104 18. H (N,P), (N,F),		1.81E+0
	519. 2. (0.8450)	530.4 0.5 (14.7000)	534.9 0.5 (12.1000)				
	584. 2. (0.4220)	609. 2. (1.6900)	614. 2. (0.8450)				
	629. 2. (1.6900)	792.5 0.5 (2.1100)	838. 2. (0.1690)	883.5 0.5 (12.3000)	892.9 0.5 (7.6000)		
	1157.5 0.5 (2.5400)	1281.9 0.5 (1.2700)	1381. 2. (0.8450)	1396.8 0.5 (1.2700)	1516. 2. (0.8450)		
	1541. 2. (0.8450)	1596.8 0.5 (3.8900)	1612.4 0.5 (5.1500)	1635. 2. (1.2700)	1676.7 0.5 (6.0800)		
	1737.0 0.5 (1.9400)	1910. 2. (1.2700)	1930. 2. (0.4220)	1971. 2. (0.4220)	2094. 2. (0.8450)		
	2124. 2. (3.7200)	2190. 2. (1.3500)	2330. 2. (0.4220)	2465. 2. (0.8450)	2548. 2. (0.8450)		
	2610. 2. (1.3500)	3010. 2. (0.3380)	3146. 2. (1.2700)	3369. 2. (0.5070)	3415. 2. (0.5070)		
	3532. 2. (0.4220)	3635. 2. (0.2530)	3713. 2. (0.1690)				
TC 106	269.83 0.4 (100.0000)	443.7 (1.5000)	522.4 (12.6000)	(R)	TC 106 E- =====> RU 106 * 36. S (N,F),		3.90E-1
	720.8 (7.1000)	792.7 (10.2000)	821.5 (2.6000)				
	1969.2 (*****)	2239.3 (*****)	2267.3 (*****)				
	2395. (*****)	2431.3 (*****)	2502. (*****)	2572. (*****)	2701.7 (*****)		
	2759. (*****)	2777.9 (*****)	2789.8 (*****)	2917.2 (*****)	2946.3 (*****)		
	2990. (*****)	3048.2 (*****)	3060. (*****)	3094.7 (*****)	3187.3 (*****)		
	3260.5 (*****)	3282. (*****)	3364.7 (*****)	3551.7 (*****)			
TC 108	258.5 0.2 (100.0000)	528.4 0.4 (0.2300)		(R)	TC 108 E- =====> RU 108 * 8.34S (N,F),		7.00E-2
TC 110	240.7 0.1 (*****)			(R)	TC 110 E- =====> RU 110 * 0.83S (N,F),		1.80E-2

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY		ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
RU 95	254.6 0.4 (*****)	290.32 0.09 (3.9000)	301.0 0.1 (2.3000 8.7)	(A)	RU 95 EC =====> TC 95 * 1.65H (N,2N), (A,N),	
	336.4 0.1 (70.0000)	511.006 0.002 (30.0000)	551.6 0.1 (1.6000)			
	591.4 0.1 (1.2000 8.3)	626.84 0.09 (18.0000)	652.8 0.1 (1.0000)			
	735.0 0.3 (0.4400 9.1)	748.5 0.2 (1.6000)	806.4 0.3 (4.2000 9.5)	819.0 0.3 (0.5600)	842.2 0.2 (1.2000 8.3)	
	888.7 0.2 (1.7000)	990.1 0.3 (0.6100 9.8)	1010.6 0.3 (0.6800)	1050.8 0.2 (2.5000 8.0)	1064.5 0.2 (0.7000)	
	1096.9 0.2 (22.0000 9.1)	1120.1 0.2 (0.8500 9.4)	1158.5 0.3 (1.4000 7.1)	1178.8 0.3 (5.3000 9.4)	1182. 1.5 (4.0000)	
	1261.7 0.1 (0.3200 9.4)	1336.8 0.3 (0.2500 8.0)	1352.8 1.1 (0.4400 9.1)	1354.5 0.7 (0.7200 9.7)	1411.0 0.2 (2.4000 8.3)	
	1433.5 0.3 (0.5700)	1459.3 0.3 (2.2000 9.1)	1541.6 0.3 (0.2200 9.1)	1562.2 0.3 (0.1500)	1785.4 0.3 (0.5800)	
	1931.1 0.3 (0.3300 9.1)	1988.0 0.3 (0.7000)	2047.0 0.3 (0.3300 9.1)	2252.0 0.3 (0.3500 8.6)	2324.4 0.3 (1.4000 7.1)	
RU 97	108.9 (0.1470)	215.2 (91.0000)	324.4 (10.7000)	(A)	RU 97 EC =====> TC 97 * 2.88D (N,G), (A,N),	2.40E-02
	461.3 (0.1140)	560.6 (0.3820)	570.0 (0.8000)			
	641.5 1.0 (0.0074)	646.9 (0.0500)	754.2 (0.0640)			
	785.5 (0.0850)	856.3 (0.0350)	971.0 1.0 (0.0045)			
RU 103	39.77 0.04 (0.2170)	53.29 0.04 (0.2940 9.1)	65. 1. (0.0089 9.6)	(A) TC 103 ==>	RU 103 E- =====> RH 103 39.35D (N,G), (N,F),	6.26E-01 3.00E+0
	113.50 0.05 (0.0106)	241.8 0.1 (0.0124)	295.10 0.07 (0.2010)			
	358. 1. (0.0267 9.9)	443.98 0.06 (0.3000)	497.14 0.06 (89.0000)			
	557.08 0.06 (0.7010 5.5)	610.35 0.06 (4.5000 7.6)				
RU 105	63.6 0.5 (0.0210)	73.0 0.3 (0.0090)	75.3 0.3 (0.0160)	(A) TC 105 ==>	RU 105 E- =====> RH 105 * 4.43H (N,G), (N,F),	1.09E+00 9.00E-1
	82.0 0.3 (0.0260)	85.9 0.3 (0.0320)	87.9 0.3 (0.0400)			
	90.0 0.3 (0.0270)	92.0 0.4 (0.0230)	95.8 0.2 (0.0230)			
	99.6 0.2 (0.0130)	129.9 0.2 (5.0000)	139.6 0.4 (0.0300)	149.2 0.2 (1.6700)	163.6 0.2 (0.1400)	
	183.6 0.2 (0.1000)	225.0 0.2 (0.1500)	245.6 0.4 (0.0290)	255.1 0.2 (0.0620)	263.1 0.2 (7.2000)	
	316.8 0.3 (11.7000)	326.1 0.2 (1.1800)	330.9 0.2 (0.7900)	350.2 0.2 (1.1000)	369.2 0.3 (0.0620)	
	393.4 0.2 (4.2000)	407.5 0.3 (0.1800)	413.5 0.2 (2.4800)	469.5 0.1 (17.5000)	489.6 0.2 (0.5900)	
	499.2 0.2 (2.4000)	500.4 0.4 (0.3000)	513.7 0.2 (0.3600)	539.2 0.3 (0.1300)	559.5 0.3 (0.0870)	
	575.3 0.2 (1.1000)	591.3 0.3 (0.1300)	621.0 0.3 (0.0800)	632.3 0.2 (0.2300)	638.6 0.2 (0.2800)	
	652.6 0.2 (0.3500)	656.1 0.2 (2.4000)	676.2 0.2 (16.7000)	724.4 0.1 (0.4900)	738.3 0.4 (0.0600)	
	806.2 0.3 (0.0470)	822.1 0.2 (0.1900)	845.9 0.2 (0.7300)	852.0 0.2 (0.1400)	875.9 0.1 (3.4000)	
	907.7 0.2 (0.5900)	952.8 0.3 (0.0430)	969.7 0.3 (2.3400)	1017.2 0.2 (0.3400)	1059.0 0.3 (0.0230)	
	1215.2 0.3 (0.0840)	1221.2 0.3 (0.0180)	1250.9 0.3 (0.0230)	1321.3 0.2 (0.2300)	1376.8 0.3 (0.0560)	
	1697.4 0.3 (0.0850)	1720.2 0.3 (0.0320)				
RU 109	116.4 0.1 (51.0000)	358.8 0.3 (100.0000)		(R)	RU 109 E- =====> RH 109 * 34.5 S (N,F),	3.00E-2
RH 96M	832.3 (100.0000)	1097.8 (29.0000)	1143.7 (1.5000)	(R)	RH 96M E+ =====> RU 96 1.45H	
	1451.4 (3.0000)	1692.3 (25.0000)	1907.5 (5.0000)			
	1930.0 (1.5000)	2164.1 (12.0000)	2256.5 (7.0000)			
	2430.0 (2.2000)	2456.0 (3.5000)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY		ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
RH 96	511.006 0.003 (*****)	630.7 (78.0000 2.6)	684.6 (100.0000)	(R)	RH 96 E+ ===== RU 96 9.5 H	
	741.2 (32.0000 4.7)	832.3 (100.0000)	1071.0 (2.5000)			
	1164.4 (6.2000)	1228.4 (16.0000 6.2)	1242.7 (1.2000)			
	1276.6 (3.0000)	1362.3 (3.0000)	1461.7 (0.8000)	1607.0 (0.5000)	1648.5 (2.3000)	
	1721.0 (1.0000)	1738.5 (5.4000)	1788.0 (1.8000)	1818.5 (2.0000)	1861.3 (1.8000)	
	1963.6 (1.8000)	2529.0 (1.5000)				
RH 98	511.006 0.002 (*****)	557.7 (0.8000)	652.6 (100.0000)	(R)	RH 98 E+ ===== RU 98 8.3 H	
	745.4 (5.6000)	762.3 (1.8000)	1164.4 (4.8000)			
	1414.9 (1.2000)	1817.0 (5.0000)				
RH 99H	89.6 0.2 (1.4100)	232. 1. (0.2000)	251.0 0.5 (0.4240)	(A)	RH 99H EC ===== RU 99 4.7 H	
	277.2 0.4 (1.6700 7.6)	322.32 0.05 (1.6600)	340.6 0.4 (64.0000 8.2)		(P,N), (D,N),	
	353. 1. (0.2000)	379. 1. (0.2000)	486.28 0.08 (0.6990)			
	502. 1. (0.2600)	511.006 0.002 (22.0000)	528.4 0.4 (1.8900 8.3)	558. 1. (0.2560)	575.7 0.3 (0.4830)	
	618.0 0.4 (13.3000 7.5)	643.9 0.6 (0.2560)	659.8 0.4 (0.7150 8.2)	686. 1. (0.9000)	719.8 0.5 (1.2500)	
	733.93 0.06 (0.6370)	920.2 0.9 (1.0800)	937.4 0.7 (2.7800 7.2)	1209.1 0.4 (12.8000)	1260.7 0.5 (15.5000)	
	1323. 1. (0.3200)	1385. 1. (0.3200)	1610. 1. (0.1600)	1761. 1. (0.1600)	1976. 2. (0.0170)	
RH 99	89.5 0.2 (28.4000)	120.1 0.4 (0.0458)	175.45 0.05 (1.7700)	(A)	RH 99 EC ===== RU 99 16. 0	
	232.75 0.05 (0.4590)	295.76 0.08 (1.0200)	322.31 0.05 (5.6700)		(P,N), (D,N),	
	353.0 0.1 (30.8000)	442.59 0.05 (1.5200)	486.26 0.08 (0.4300)			
	511.006 0.002 (12.0000)	528.52 0.07 (35.0000)	575.4 0.2 (0.1950)	618.08 0.05 (3.7000)	733.94 0.06 (0.2710)	
	764.9 0.2 (0.3400)	807.06 0.06 (1.1400)	850.3 0.4 (0.2100)	896.7 0.2 (0.6340)	940.5 0.3 (1.2500)	
	998.5 0.1 (0.6960)	1009.6 0.2 (0.0504)	1060.7 0.2 (0.1910)	1088.9 0.2 (0.2720)	1208.9 0.4 (0.1620)	
	1292.1 0.7 (0.3500)	1324.9 0.6 (0.1480)	1382.9 0.4 (0.1670)	1441.6 0.4 (0.0320)	1483.0 0.6 (0.1230)	
	1505.1 0.7 (0.0700)	1531.9 0.6 (0.4870)	1572.1 0.5 (0.2140)	1617.4 0.8 (0.2070)	1661.4 0.6 (0.0514)	
	1749.2 0.5 (0.0514)	1970.3 0.5 (0.1050)	2058.6 0.7 (0.0160)			
RH 100	371. 1. (0.4000)	445.5 0.5 (15.8000 5.1)	519.5 0.5 (1.4000)	(R)	RH 100 EC ===== RU 100 20. H	
	528. 1. (0.6000)	539.4 0.5 (100.0000)	589.0 0.5 (7.5000 5.3)		(P,N), (D,N),	
	602. 1. (0.4000)	654.0 0.5 (1.0000)	687.6 0.5 (0.9700 9.3)			
	734.0 0.5 (0.3000)	747.8 0.5 (1.3000)	822.2 0.5 (27.0000 3.7)	964. 1. (0.2000)	1034.1 0.5 (2.0000)	
	1106.3 0.5 (18.0000 8.5)	1342.4 0.5 (6.5000 9.2)	1362.4 0.5 (20.0000 5.0)	1418. 1. (0.2900)	1552.5 0.3 (28.0000 3.6)	
	1557. 1. (1.4000)	1626.4 0.5 (2.5000 8.0)	1930.0 0.5 (14.4000 5.6)	1978. 1. (0.4000)	2165. 3. (0.1300)	
	2376.0 0.5 (40.0000 7.5)	2468.7 0.5 (0.2600 7.7)	2529.4 0.5 (3.3000 9.1)	2782. 1. (0.3100 9.7)	2914. 1. (0.0600)	
	3060. 1. (0.1300)	3069. 1. (0.0400)				
RH 101H	127.13 0.07 (1.2000)	157.3 0.2 (*****)	179.5 0.2 (0.9000)	(R)	RH 101H EC ===== RU 101 4.4 0	
	183.9 0.2 (0.3000)	197.8 0.2 (*****)	233.2 0.2 (0.4000)			
	237.6 0.3 (0.5000)	306.76 0.06 (100.0000)	331.9 0.4 (0.0600)			
	545.2 0.2 (5.6000)	595.7 0.3 (*****)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
RH 101	127.13 0.07 (90.0000 4.0)	198.0 0.2 (100.0000)	295.4 0.4 (0.9000)	(R)	EC =====> RU 101 3.0 A (P,N),		
	325.8 0.3 (23.0000 6.4)	439.55 0.4 (0.0557)					
RH 102M	345.9 0.1 (0.8700)	415.3 0.2 (2.1000)	418.5 0.1 (9.4000 1.1)	(A)	EC =====> RU 102 2.9 A (P,N),		
	420.4 0.2 (3.2000 9.4)	475.06 0.04 (95.0000 4.2)	628.05 0.05 (8.3000 4.8)				
	631.29 0.05 (56.0000 3.6)	692.4 0.2 (1.6000)	695.6 0.3 (2.9000)				
	697.49 0.08 (44.0000 4.6)	766.84 0.06 (34.0000 5.9)	1046.59 0.07 (34.0000 5.9)	1103.16 0.06 (4.6000 6.5)	1112.84 0.07 (1.9000 5.3)		
	1323.6 0.5 (0.4600)						
RH 102	415.3 0.2 (0.0300)	418.5 0.1 (0.1200)	456.4 0.1 (0.0800)	(A)	EC =====> RU 102 206. D (N,2N), (P,N), (D,N),		
	468.58 0.04 (2.9000 6.9)	475.06 0.04 (46.0000 6.5)	511.006 0.002 (25.0000)				
	556.60 0.04 (2.0000)	628.05 0.05 (4.5000 8.9)	631.29 0.05 (0.1000)				
	636.8 0.1 (0.2300)	680.66 0.05 (0.5800 6.9)	733.93 0.08 (0.1000)	739.58 0.07 (0.5300)	930.5 0.3 (0.0300)		
	1046.59 0.07 (0.4300 7.0)	1103.16 0.06 (2.9000 3.5)	1105.7 0.3 (0.3900 7.7)	1158.10 0.06 (0.5800 6.9)	1362.08 0.2 (0.3900)		
	1562.2 0.4 (0.1100)	1568.7 0.6 (0.1000)	1580.5 0.2 (0.0500)	1786.4 0.4 (0.0100)	2037.0 0.3 (0.0300)		
	2261.3 0.4 (0.0200)						
RH 103P	39.55 0.04 (0.0557)			(A) RU 103 ==>	IT =====> RH 103 57. H (N,N),		
RH 104P	51.4 0.2 (47.0000)	77.6 0.2 (2.5000)	97.2 0.2 (2.6000)	(A)	IT =====> RH 104 * 4.4 H (N,G),		1.74E+01
	555.8 0.2 (0.1800)	739. (0.0016)	768. (1.0000 2)				
	783. (0.0010)	857. (0.0011)	942. (0.0008)				
	1239. (0.0069)	1293. (0.0020)	1340. (0.0009)	1525. (0.0013)	1625. (0.0006)		
	1800. (0.0001)						
RH 104	555.8 0.2 (2.0000)	1239. (0.1200)		(A) RH 104H ==>	E- =====> PD 104 43. S (N,G),	2.20E+02	
RH 105M	129.57 0.08 (*****)			(R) RU 105 ==>	IT =====> RH 105 * 45. S (N,F),		9.00E-1
RH 105	280.1 0.2 (0.1700 5.9)	306.2 0.2 (5.2000 3.8)	318.9 0.1 (19.5000 4.1)	(A) RU 105 ==>	E- =====> PD 105 35.9 H (N,F),		9.00E-1
	442.8 0.7 (0.0430)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
RH 106M	195.1 0.4 (0.6000)	221.8 0.1 (6.5000)	229.6 0.3 (2.1000)	(A)	RH 106M E-====> PD 106 2.2 H		
	319.6 0.4 (0.8600)	328.3 0.4 (1.2000)	390.8 0.4 (3.5000)		(N,A), (D,A),		
	406.0 0.1 (12.0000)	419.2 0.4 (0.6000)	429.4 0.1 (13.0000)				
	450.8 0.1 (24.0000)	473.2 0.4 (6.8600)	511.7 0.1 (86.0000)	586.0 0.4 (0.8600)	601.3 0.3 (3.0000)		
	616.1 0.1 (20.3000)	645.8 0.2 (2.8000)	680.5 0.3 (1.9000)	703.1 0.2 (4.5000)	716.6 0.3 (29.0000)		
	748.5 0.1 (19.0000)	793.8 0.2 (5.7000)	804.6 0.2 (13.0000)	808.4 0.2 (7.5000)	825.0 0.1 (14.0000)		
	848.0 0.2 (3.6000)	1020.5 0.3 (2.0000)	1046.7 0.1 (31.0000)	1127.62 0.09 (14.0000)	1220.5 0.1 (11.0000)		
	1224.2 0.1 (8.2000)	1395.5 0.1 (2.8000)	1529.4 0.1 (18.0000)	1565.4 0.3 (0.6000)	1573.9 0.2 (6.7000)		
	1724.6 0.2 (2.2000)	1840.6 0.2 (1.9000)	2020. (1.7000)	2260. (0.8600)			
RH 106	328.3 0.4 (0.0002)	427.9 0.4 (0.0600)	435.0 1.1 (0.0500)	(A) RU 106 ==>	RH 106 E-====> PD 106 30.4 S		3.90E-1
	498.5 1.5 (0.0040)	511.7 0.1 (21.0000)	544.0 0.5 (0.0031)		(N,F),		
	552.9 1.5 (0.0021)	565.7 1.5 (0.0014)	569.2 1.5 (0.0021)				
	578.0 0.4 (0.0084)	588.1 0.6 (0.0010)	601.5 0.3 (0.0016)	616.1 0.1 (0.7100)	622.0 0.2 (9.9000)		
	661.2 0.3 (0.0150)	680.5 0.3 (0.0074)	684.3 0.8 (0.0025)	716.6 0.3 (0.0075)	717.1 0.3 (0.0075)		
	748.5 0.1 (0.0019)	774.6 1.5 (0.0064)	873.1 0.3 (0.4100)	1046.7 0.1 (0.0041)	1050.1 0.1 (1.5000)		
	1062.0 0.3 (0.0260)	1108.8 0.2 (0.0060)	1114.6 0.2 (0.0060)	1127.62 0.09 (0.3900)	1150. 1.5 (0.0004)		
	1159. 2.0 (0.0004)	1179.1 0.4 (0.0060)	1180.6 0.2 (0.0060)	1194.2 0.2 (0.0530)	1220.5 0.1 (0.0004)		
	1231.7 1.2 (0.0007)	1257.0 2.0 (0.0010)	1266.6 1.5 (0.0007)	1305.6 1.0 (0.0029)	1310.7 1.0 (0.0035)		
	1316.8 1.5 (0.0037)	1355.0 0.6 (0.0006)	1359.9 0.6 (0.0012)	1397.3 0.4 (0.0031)	1457.8 0.5 (0.0010)		
	1488.9 0.6 (0.0017)	1496.4 0.2 (0.0250)	1562.0 0.2 (0.1500)	1573.9 0.2 (0.0009)	1579.8 1.0 (0.0016)		
	1592.7 1.0 (0.0008)	1600.7 1.2 (0.0008)	1605.7 1.5 (0.0008)	1686.1 2.0 (0.0010)	1730.0 1.5 (0.0014)		
	1733.1 0.6 (0.0016)	1766.1 0.2 (0.0240)	1775.0 1.5 (0.0006)	1784.0 2.0 (0.0003)	1789.0 2.0 (0.0003)		
	1796.6 0.2 (0.0250)	1854.8 0.4 (0.0008)	1904.0 0.8 (0.0003)	1909.4 0.8 (0.0007)	1926.8 0.2 (0.0060)		
	1927.2 0.3 (0.0060)	1950.4 1.5 (0.0006)	1956.9 2.0 (0.0006)	1988.5 0.2 (0.0210)	2014. 2.0 (0.0004)		
	2033.9 1.0 (0.0003)	2041.9 1.5 (0.0003)	2094.1 1.5 (0.0006)	2112.7 0.2 (0.0340)	2193.2 0.6 (0.0028)		
	2194.0 0.6 (0.0028)	2242.4 0.8 (0.0014)	2271.7 0.5 (0.0014)	2308.7 0.4 (0.0030)	2309.4 0.4 (0.0030)		
	2317.6 0.5 (0.0058)	2366.5 0.2 (0.0230)	2390.8 0.3 (0.0066)	2406.1 0.2 (0.0140)	2438.5 0.3 (0.0039)		
	2485.7 1.0 (0.0005)	2525.2 2.0 (0.0001)	2543.4 0.3 (0.0025)	2571.2 0.3 (0.0014)	2651.6 0.7 (0.0007)		
	2706.6 0.3 (0.0031)	2709.4 0.3 (0.0035)	2783.5 1.0 (0.0001)	2809.5 0.6 (0.0004)	2821.2 0.4 (0.0011)		
	2917.9 0.8 (0.0010)	3036.8 0.6 (0.0010)	3055.6 0.1 (0.0003)	3161.5 2.0 (0.0000)	3169.0 2.0 (0.0000)		
RH 107	80.1 0.3 (0.0500)	115.7 0.2 (0.5200)	219.4 0.5 (0.1000)	(A) RU 107 ==>	RH 107 E-====> PD 107 22. H		1.90E-1
	232.4 0.3 (0.2100)	266.1 0.2 (0.2800 7.14)	277.6 0.2 (1.7000)		(N,F), (A,P),		
	288.3 0.2 (0.7300)	302.8 0.2 (65.9000)	312.2 0.2 (4.7900)				
	321.8 0.2 (2.2600)	348.2 0.2 (2.2700)	357.8 0.2 (0.4100)	367.3 0.2 (1.9100)	381.9 0.2 (0.6500)		
	392.5 0.2 (8.7500)	431.7 0.5 (0.0260)	451.9 0.2 (0.5100)	471.2 0.3 (0.1200)	511.7 0.5 (0.0300)		
	521.2 0.6 (0.0200)	554.4 0.3 (0.0780)	567.7 0.2 (1.1500)	670.1 0.2 (2.2200)	709.5 0.5 (0.0750)		
	720.4 0.6 (0.0130)	753.8 0.8 (0.0130)	789.9 0.4 (0.0890)	836.5 1.0 (0.0150)	845.4 1. (0.0250)		
	863.4 1. (0.0370 8.11)	1120.0 1. (0.0240)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (Ci/g)	FISS. Y. (U 235)
RH 109	151.4 0.5 (3.6000)	177.9 0.2 (20.0000)	215.1 0.3 (3.0000)	(R) RU 109 ==>	RH 109 E- =====> 90.1 S (N,F),	PD 109 *	3.00E-2
	326.8 0.3 (100.0000)						
RH 110	282. 2. (3.9000)	374. 1. (100.0000)	399. 1. (15.5000)	(R)	RH 110 E- =====> 34. S (N,F), (N,P),	PD 110	1.80E-2
	440. 1. (27.6000)	547. 1. (3.9300)	584. 1. (11.9000)				
	653. 1. (11.9000)	688. 1. (29.1000)	814. 2. (*****)				
	838. 1. (18.0000)	905. 1. (20.3000)	1060. ***** (*****)	1100. ***** (*****)	1240. ***** (*****)		
RH 111	249.5 0.3 (63.0000)	291.3 0.3 (100.0000)		(R)	RH 111 E- =====> 62.7 S (N,F),	PD 111 *	1.90E-2
RH 112	242.3 0.2 (*****)			(R)	RH 112 E- =====> 5.17S (N,F),	PD 112 *	1.00E-2
PD 98	62.5 0.5 (0.1800)	67.7 0.2 (14.1000 4.2)	106.8 0.2 (32.8000 3.5)	(R)	PD 98 EC =====> 17.9 H	RH 98 *	
	112.4 0.2 (100.0000)	174.4 0.2 (10.7000)	386.0 0.2 (2.0000)				
	661.7 0.5 (30.0000 6.7)	663.0 0.2 (52.8000)	725.7 0.4 (10.2000)				
	837.9 0.4 (30.3000)						
PD 99	59.2 0.5 (*****)	136.4 0.5 (100.0000)	263.3 0.5 (1.8000)	(R)	PD 99 E+ =====> 22. H (A,N),	RH 99 *	
	263.5 0.5 (28.0000 7.2)	368. 1. (0.6000)	386. 1. (5.8000 7.0)				
	399.6 0.5 (6.6000 7.7)	410. 1. (3.5000)	427.5 0.5 (4.3000 9.4)				
	511.006 0.002 (*****)	648. 1. (3.4000)	673. 1. (19.0000 1.9)	785. 1. (5.0000 2.2)	810. 1. (1.8000)		
PD 101	24.4 0.1 (20.3000 3.9)	111.8 0.6 (0.0200)	129.7 1.0 (0.0800)	(R)	PD 101 EC =====> 8.3 H	RH 101H*	
	158.4 0.6 (0.1300)	269.66 0.05 (30.9000 3.2)	296.25 0.05 (100.0000)				
	305.3 0.6 (0.1900)	320.64 0.08 (3.2000 6.2)	355.1 0.1 (1.3000 7.6)				
	380.8 0.3 (0.1600)	427.5 0.1 (0.5700)	435.0 0.3 (0.4000)	453.57 0.09 (3.3000 6.1)	492.3 0.7 (0.0400)		
	496.1 0.6 (0.2000)	511.006 0.002 (*****)	565.77 0.06 (18.0000 7.4)	590.36 0.05 (62.0000)	611.4 0.2 (0.5000 1.6)		
	619.6 0.2 (0.1900)	702.6 0.2 (0.0800)	723.76 0.06 (12.0000 5.8)	748.35 0.08 (2.6000 7.7)	790.2 0.5 (0.1300)		
	796.6 0.4 (0.1500)	821.2 0.6 (0.1100)	853.9 0.1 (0.4800)	881.3 0.1 (0.6200)	914.7 0.2 (0.3700)		
	965.4 0.3 (0.1400)	992.80 0.07 (4.8000 6.3)	1014.6 0.3 (0.1100)	1041.7 0.3 (0.3300)	1072.6 0.4 (0.0900)		
	1163.6 0.6 (0.0500)	1165.7 0.6 (0.1500)	1177.59 0.08 (1.9000)	1202.03 0.06 (7.8000)	1218.27 0.08 (2.8000)		
	1289.03 0.06 (12.0000 5.0)	1311.85 0.09 (1.5000)	1342.3 0.2 (0.1100)	1391.0 0.6 (0.0300)	1433.2 0.2 (0.1500)		
	1514.5 0.2 (0.1400)	1607.3 0.3 (0.1200)	1632.0 0.3 (0.0900)	1638.2 0.2 (0.0500)	1729.3 0.4 (0.0400)		
PD 103	39.747 0.008 (0.0788)	53.30 0.09 (0.0000)	62.4 0.1 (0.0038)	(A)	PD 103 EC =====> 18.4 D (N,G), (P,N), (D,2N),	RH 103	7.05E-02
	294.9 0.1 (0.0109 9.8)	317.4 0.3 (0.0001)	357.2 0.3 (0.0634)				
	443.9 0.1 (0.0000)	497.0 0.1 (0.0144 8.2)					
PD 107H	214. (75.0000)			(A)	PD 107H IT =====> 22. S	PD 107	1.22E-01

79

NUCL IDE	ENERGY (KEV) INTENSITY		ABS/REL		DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
PD 111	59.9 0.1 (0.5170 8.5)	70.5 0.2 (0.6570)	101.7 0.5 (0.0016)	(A) RH 111	==> PD 111 E- =====> 22. M (N,G), (N,F),	AG 111 * 3.61E-02	1.90E-2
	141.8 0.5 (0.0004)	166.8 3.5 (0.0082)	169.4 0.5 (0.0493)				
	202.1 0.5 (0.0057)	230.5 0.5 (0.0154)	279. 1. (0.0049)				
	298.8 0.5 (0.0796 5.9)	308. 1. (0.0057)	316.9 0.5 (0.0148)	352.6 0.5 (0.0107)	376.7 0.3 (0.4520 4.7)		
	391.3 0.5 (0.0328)	404.9 0.5 (0.0706)	418. 1. (0.0041)	438.7 0.5 (0.0517)	476.7 0.5 (0.0657)		
	479. 1. (0.0164)	485.9 0.5 (0.0328)	494. 1. (0.0082)	508.9 0.5 (0.2300 7.8)	516.5 0.5 (0.0164)		
	519.2 0.5 (0.0082)	541. 1. (0.0148)	547.1 0.5 (0.3610 5.5)	552.9 0.5 (0.0164)	572. 1. (0.0082)		
	580.1 0.5 (0.8210 3.0)	603. 1. (0.0082)	611.4 0.5 (0.0123)	623.2 0.5 (0.3200 8.3)	624. 1. (0.0164)		
	635. 1. (0.0032)	642.0 0.5 (0.0468)	650.6 0.5 (0.5580 6.6)	657.7 0.5 (0.0140)	685.7 0.5 (0.0369)		
	710.0 0.5 (0.1230)	743. 1. (0.0115)	746.2 0.6 (0.0115)	773. 1. (0.0041)	775.6 0.5 (0.0378)		
	794. 1. (0.0123)	803.9 0.7 (0.0328)	809. 1. (0.0246)	817. 1. (0.0073)	828. 1. (0.0041)		
	833. 1. (0.0082)	835.8 0.5 (0.2790 6.6)	890. 1. (0.0041)	920.5 0.7 (0.0123)	937. 1. (0.0065)		
	950. 1. (0.0082)	955.1 0.7 (0.0328)	1002.2 0.7 (0.0493)	1015. 1. (0.0082)	1022.5 0.7 (0.0065)		
	1027. 1. (1.0000 3.0)	1053. 1. (0.0041)	1060. 1. (0.0123)	1067.1 0.5 (0.0123)	1098. 1. (0.0065)		
	1120.2 0.5 (0.1480)	1246. 1. (0.0032)	1269.7 0.8 (0.0082)	1311. 1. (0.0073)	1388.4 0.5 (0.6980 9.9)		
	1395. 1. (0.0041)	1458.7 0.5 (0.7230 9.6)	1506. 1. (0.0008)	1542. 1. (0.0238)	1549. 1. (0.0049)		
	1574. 1. (0.0304)	1644. 1. (0.0189)	1705. 1. (0.0008)	1863. 1. (0.0024)	1933. 1. (0.0008)		
AG 102H	556.7 0.2 (32.0000)	977.7 0.3 (2.0000)	1461.1 0.4 (3.4000)	(R)	AG 102H =====> PD 102 8. M		
	1534.8 0.4 (2.0000)	1588.8 0.4 (0.9000)	1692.3 0.4 (1.7000)				
	1834.7 0.3 (7.4000)	2017.8 0.4 (2.1000)	2054.5 0.4 (5.0000)				
	2159.4 0.4 (3.8000)	2566.9 0.5 (0.6000)	2682.1 0.4 (1.3000)	2716.5 0.4 (1.4000)	3238.6 0.4 (3.7000)		
AG 102	511.006 0.002 (*****)	556.7 0.2 (69.0000)	603.6 0.2 (1.2000)	(R)	AG 102 E+ =====> 13. M (P,N),	PD 102	
	719.4 0.2 (41.0000)	835.4 0.3 (9.7000)	865.7 0.3 (2.6000)				
	891.5 0.3 (2.9000)	937.4 0.4 (0.8000)	964.4 0.4 (1.0000)				
	977.4 0.3 (1.5000)	1025.0 0.3 (3.0000)	1055.5 0.4 (0.6000)	1257.1 0.3 (9.0000)	1474.3 0.4 (1.9000)		
	1522.7 0.4 (19.0000)	1534.8 0.4 (1.6000)	1555.8 0.4 (1.8000)	1581.6 0.3 (9.7000)	1744.5 0.3 (12.2000)		
	1800.7 0.4 (2.0000)	1890.1 0.5 (0.5000)	2242.9 0.5 (0.7000)				
AG 104H	460.7 0.3 (0.0910)	479.2 0.2 (0.0730)	483.6 0.3 (0.0120)	(A)	AG 104H EC =====> 33.5 M	PD 104	
	511.006 0.002 (*****)	555.8 0.2 (61.0000)	767.6 0.2 (0.6100)				
	777.7 0.3 (0.4300)	785.7 0.2 (1.3000)	934.6 0.2 (0.3000)				
	996.1 0.3 (0.3300)	1020.8 0.3 (0.0610)	1191.5 0.4 (0.1200)	1238.8 0.3 (2.6000)	1265.2 0.3 (0.3000)		
	1341.8 0.3 (1.1000)	1689.5 0.4 (0.6100)	1720.8 0.4 (1.2000)	1781.8 0.4 (1.4000)	1794.6 0.4 (0.2700)		
	1890.6 0.4 (0.0910)	1977.5 0.4 (0.5800)	2065.9 0.5 (0.1500)	2139.2 0.5 (1.1000)	2276.7 0.4 (1.6000)		
	2338.3 0.3 (0.6100)	2362.4 0.5 (0.3000)	2419.6 0.4 (0.4700)	2522.7 0.4 (0.5800)	2626.9 0.4 (0.6100)		
	2657.5 0.5 (0.2100)	2705.0 0.5 (0.0910)	2729.5 0.5 (0.7900)	2852.5 0.5 (0.2100)	2918.8 0.5 (0.1200)		
	3034.0 0.5 (0.1500)	3213.6 0.5 (0.9700)	3275.9 0.5 (0.1200)	3407.8 0.5 (0.9700)	3473.9 0.5 (0.0670)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
AG 104	179.3 0.3 (1.0000)	183.2 0.3 (0.5000)	263.2 0.2 (0.7000)	(A)	AG 104 EC =====> PD 104 69.2 H		
	289.7 0.2 (1.3000)	362.3 0.2 (1.4000)	444.5 0.2 (1.8000)				
	479.2 0.2 (1.1000)	555.8 0.2 (100.0000)	623.2 0.2 (2.7000)				
	659.3 0.3 (0.5000)	740.5 0.5 (7.8000)	758.7 0.2 (6.9000)	767.6 0.2 (72.0000 5.6)	785.7 0.2 (10.0000)		
	839.7 0.2 (1.5000)	857.9 0.2 (11.0000)	863.0 0.3 (7.4000)	892.6 0.3 (0.5000)	908.0 0.3 (4.8000)		
	923.3 0.5 (7.5000)	925.9 0.5 (14.0000)	941.6 0.3 (27.0000 9.3)	954.7 0.3 (6.8000)	1022.9 0.5 (0.6000)		
	1075.3 0.3 (2.3000)	1120.5 0.4 (0.9000)	1265.2 0.3 (4.6000)	1283.9 0.4 (0.8000)	1341.8 0.3 (7.9000)		
	1451.2 0.4 (1.1000)	1526.6 0.3 (7.7000)	1600.2 0.4 (1.1000)	1625.8 0.3 (5.5000)	1709.5 0.5 (1.0000)		
	1781.8 0.4 (3.4000)	1813.7 0.4 (1.0000)	1986.0 0.4 (0.7000)				
AG 105	63.98 (10.8000 6.0)	155.39 (0.3720 8.6)	182.85 (0.3460)	(A)	AG 105 EC =====> PD 105 40. D		
	280.44 (30.6000 5.9)	284.83 (0.1000)	289.18 (0.1530 9.8)				
	306.25 (0.8640 8.8)	311.64 (0.1300 4.6)	319.16 (4.5000 6.2)				
	325.26 (0.2300 4.3)	328.61 (0.3600 2.8)	331.51 (4.5400 6.4)	344.52 (42.3000 6.2)	360.66 (0.5030 7.4)		
	370.17 (0.8120 6.8)	392.64 (2.2100 6.3)	401.65 (0.2500)	408.00 (0.0640)	414.66 (0.3110 9.9)		
	420.94 (0.1320)	437.12 (0.2100)	443.37 (11.8000 6.2)	527.20 (0.1500)	560.72 (0.6050 7.4)		
	617.85 (1.2000 7.2)	644.55 (11.7000 6.0)	650.72 (2.6700 6.4)	673.21 (1.1300 6.7)	681.90 (0.1100)		
	727.22 (0.1210)	743.31 (0.5580 8.2)	807.46 (1.3000 6.8)	962.43 (0.1320)	1087.94 (4.1300 6.3)		
AG 106H	194.2 1.1 (0.4000)	220.9 0.2 (5.6000)	226.9 1.1 (1.5000)	(R)	AG 106H EC =====> PD 106 8.5 D		
	328.0 0.5 (0.9000)	390.4 0.6 (3.7000)	405.5 0.6 (15.0000)		(A,N),		
	429.0 0.7 (17.0000)	450.6 0.2 (31.0000)	473.8 1.3 (1.2000)				
	511.006 0.002 (100.0000)	584.1 0.4 (0.7000)	600.3 0.5 (1.7000)	615.1 0.5 (22.0000)	679.0 0.6 (2.6000)		
	702.1 0.7 (4.7000)	717.2 0.2 (30.0000)	747.5 0.7 (22.0000)	792.1 0.9 (5.2000)	804.3 0.9 (11.0000)		
	809.1 1.3 (2.3000)	824.2 0.9 (15.0000)	847.3 1.9 (3.5000)	1017.9 0.2 (1.2000)	1043.9 0.3 (30.0000)		
	1119.8 1.1 (0.8000)	1126.4 0.4 (11.0000)	1198.0 0.5 (11.0000)	1221.5 0.6 (7.3000)	1395.7 0.9 (1.9000)		
	1529.8 1.2 (16.0000)	1567.8 2.0 (1.4000)	1575.0 1.6 (6.8000)	1727.9 3.3 (1.5000)	1844.9 4.6 (2.1000)		
AG 106	511.006 0.002 (124.0000)	511.8 0.1 (19.4000)	553. 2. (0.1000)	(A)	AG 106 E+ =====> PD 106 24. H		
	616.0 0.2 (0.4950)	622.0 0.3 (1.6100)	873.3 0.2 (0.7690)				
	1050.1 0.1 (0.6690)	1061.8 0.7 (0.0669)	1127.9 0.1 (0.2810)				
	1194.1 0.3 (0.2140)	1397. 3. (0.0267)	1596.5 0.8 (0.0228)	2709.0 0.6 (0.0134)			
AG 107H	93.2 0.2 (5.0000)			(A) CD 107 ==>	AG 107H IT =====> AG 107 44.3 S		
AG 108H	79.5 0.4 (6.7000)	405.7 1.0 (0.7000)	433.7 0.4 (87.0000)	(A)	AG 108H EC =====> PD 108 127. A		
	613.6 0.3 (91.0000 9.5)	633.0 0.2 (0.1600)	722.6 0.4 (89.0000 9.8)		(N,G),		
	836.5 1.0 (0.0520)	1020.0 3.0 (0.8700)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
AG 108	434.0 0.1 (0.4490 2.8)	457.0 0.8 (0.0011)	511.006 0.002 (0.4770)	(A)	AG 108 E- =====> 2.42H (N,G),	CD 108 2.71E+01	
	618.8 0.1 (0.2420 3.2)	632.9 0.1 (1.6300 2.6)	880.2 0.2 (0.0028)				
	930.7 0.6 (0.0004)	1007.1 0.3 (0.0125 4.6)	1105.8 0.3 (0.0014)				
	1441.1 0.3 (0.0023 9.7)	1441.2 0.5 (0.0023)	1540.1 0.4 (0.0009)				
AG 109H	88.0 0.2 (5.0000)			(A) PD 109 ==>	AG 109H IT =====> 40. S AG 109		
AG 110H	68. 1. (0.0094)	120.0 0.1 (0.1130)	133.1 0.4 (0.0942)	(A)	AG 110H E- =====> 252.2 D (N,G), (N,P),	CD 110 2.57E+00	
	219.7 0.3 (0.0942)	221.4 0.3 (0.1040)	229.0 0.3 (0.0301)				
	266. 1. (0.0942)	365.1 0.1 (0.1040)	386.6 0.2 (0.0405)				
	396.7 0.3 (0.0339)	446.87 0.06 (3.4000 2.1)	565.8 0.7 (0.7540)	620.37 0.07 (2.3300 2.2)	626.1 0.1 (0.1810 1.0)		
	657.74 0.01 (94.2000 0.6)	667.6 0.6 (0.7540)	677.58 0.02 (9.9700 2.8)	686.89 0.04 (6.3600 1.3)	706.68 0.02 (16.3000 0.9)		
	744.24 0.02 (4.8900 2.0)	752.9 0.7 (0.3770)	763.93 0.02 (22.2000 0.9)	776. 1. (0.1510)	785.4 0.7 (0.2830)		
	818.02 0.02 (6.9600 1.0)	847. 1. (0.0942)	859. 1. (0.1880)	867. 1. (0.3770)	884.67 0.01 (72.2000 1.3)		
	896. 2. (0.0659)	912. 2. (0.0942)	937.48 0.02 (33.9000 0.9)	997.1 0.1 (0.1400 2.4)	1018.7 0.4 (0.0282)		
	1085.7 0.3 (0.0546)	1117.4 0.3 (0.0367)	1125.7 0.3 (0.0245)	1252. 2. (0.0546)	1334.4 0.2 (0.1510 1.0)		
	1384.24 0.03 (25.7000 0.9)	1443.0 0.8 (0.1040)	1475.73 0.03 (4.3200 1.0)	1504.93 0.05 (14.1000 0.9)	1525. 2. (0.3300)		
	1562.22 0.05 (1.4900 3.0)	1580.0 0.9 (0.0094)	1646. 3. (0.0197)	1688. 3. (0.0094)	1784.1 0.9 (0.0942)		
	1903.2 0.3 (0.0942)	2238. 2. (0.0065)					
AG 110	295.9 0.1 (0.0076)	657.70 0.03 (4.5000 7.1)	815.5 0.1 (0.0383)	(A)	AG 110 E- =====> 24.6 S (N,F), (D,N),	CD 110 1.90E-2	
	818.2 0.1 (0.0009)	1125.9 0.1 (0.0149)	1186.2 0.1 (0.0022)				
	1421.5 0.2 (0.0022)	1474.5 0.2 (0.0045)	1630.2 0.2 (0.0022)				
	1674.9 0.2 (0.0067)	1784.4 0.2 (0.0058)	2005.5 0.2 (0.0040)				
AG 111	96.9 0.2 (0.1900)	245.6 0.2 (1.2000)	341.9 0.2 (8.0000)	(A) PD 111 ==>	AG 111 E- =====> 7.45D (N,F), (D,N),	CD 111 1.90E-2	
	524.4 (0.0004)	620.6 0.5 (0.0340)	866.7 0.5 (0.0110)				

83

NUCL IDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
AG 115	131.4 0.2 (4.6400 9.0)	213.5 0.2 (9.0000 8.4)	229.7 0.2 (32.3000 8.0)	{A} PD 115 ==>	E- =====> 20. M	CD 115 *	1.04E-2
	237.1 0.4 (0.7100)	243.5 0.4 (0.5810)	277.4 0.5 (0.1290)		{N,F},		
	303.3 0.2 (1.1000 9.9)	326.5 0.2 (3.3900)	360.9 0.2 (1.0700)				
	372.6 0.2 (3.2900)	399.3 0.2 (0.6130)	417.3 0.4 (0.5480)		473.2 0.2 (6.0300 9.3)	507.7 0.2 (2.2900)	
	539.6 0.3 (0.2260)	548.3 0.3 (0.3550)	585.0 0.3 (0.2580)		649.9 0.2 (4.4500)	699.2 0.2 (3.2600)	
	719.0 0.4 (0.1200)	750.0 0.4 (0.1610)	777.9 0.3 (1.0000)		820.9 0.4 (0.1290)	830.6 0.4 (0.1940)	
	852.4 0.4 (0.1610)	862.8 0.4 (0.1610)	932.8 0.4 (0.1940)		963.8 0.3 (0.7740)	1091.9 0.3 (0.6450)	
	1127.7 0.5 (0.3230)	1135.1 0.4 (0.8390)	1151.6 0.4 (0.3230)		1183.3 0.4 (0.4520)	1223.0 0.4 (0.2260)	
	1364.0 0.5 (0.3670)	1379.9 0.4 (0.9350)	1395.0 0.5 (0.2900)		1407.1 0.5 (0.3230)	1435.6 0.5 (0.2580)	
	1463.9 0.4 (0.3710)	1507.4 0.2 (2.1600)	1608.6 0.4 (0.3230)		1648.8 0.4 (0.6450)	1653.0 0.5 (0.3230)	
	1665.1 0.4 (0.3870)	1713.8 0.5 (0.2580)	1795.4 0.4 (0.4840)		1842.0 0.2 (2.8400)	1884.9 0.4 (0.6770)	
	1911.7 0.4 (0.3550)	1927.6 0.2 (2.2600 8.1)	2021.8 0.5 (0.0967)		2081.3 0.5 (0.1610)	2114.2 0.2 (1.9700 9.4)	
	2150.8 0.2 (5.1600 3.2)	2295.4 0.4 (0.0967)	2315.2 0.4 (0.0967)		2387.8 0.3 (0.3230)	2435.3 0.4 (0.0967)	
	2449.0 0.4 (0.0645)	2487.8 0.4 (0.1610)	2495.4 0.4 (0.2580)		2529.7 0.4 (0.0967)	2574.6 0.4 (0.0645)	
	2665.4 0.4 (0.0967)	2908.1 0.4 (0.1610)					
AG 116M	513.5 1.0 (100.0000)	666.2 1.0 (4.0000)	699.7 1.0 (14.5000)	{R}	IT =====> 10. S	AG 116 *	1.80E-2
	705.3 1.0 (36.5000)	806.8 1.0 (6.5000)	1029.8 1.0 (14.0000)		{N,F},		
	1213.2 1.0 (6.3000)						
AG 116	513.5 1.0 (100.0000)	640.5 1.0 (3.4000)	699.7 1.0 (13.0000)	{R}	E- =====> 3. M	CD 116	1.80E-2
	635. 1.0 (4.7000)	1213.2 1.0 (7.6000)			{N,F},		
AG 118	487.1 1.0 (100.0000)	677.9 1.0 (43.0000)	770.6 1.0 (5.5000)	{R}	E- =====> 4.5 S	CD 118 *	1.00E-2
	781.8 1.0 (5.5000)	757.8 1.0 (7.9000)	1060.0 1.0 (7.5000)		{N,F},		
	1269.7 1.0 (3.1000)						
AG 120	203.2 1.0 (13.2000)	505.5 1.0 (100.0000)	697.6 1.0 (43.0000)	{R}	E- =====> 1.3 S	CD 120 *	1.00E-2
	818.4 1.0 (15.0000)	1323.5 1.0 (10.8000)			{N,F},		
CD 104	66.7 0.2 (7.2000)	83.5 0.2 (100.0000)	123.7 0.2 (0.5500)	{R}	EC =====> 57. M	AG 104 *	
	150.2 0.2 (0.1700)	559.0 0.2 (8.0000)	625.6 0.2 (2.7000)				
	700.2 0.2 (24.5000)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
CD 105	84.7	172.9	191.9	(R)	CD 105 EC =====> AG 105 *		
	(0.2700)	(0.0770)	(0.0770)		55. M		
	230.5	253.6	262.7		(A,N),		
	(0.1200)	(0.1200)	(0.1500)				
	292.2	307.7	319.0				
	(0.1500)	(1.2000)	(1.0000)				
	347.1	433.1	510.8	511.006 0.002	531.2		
	(3.2000)	(2.6000)	(100.0000)	(*****)	(0.1100)		
	538.2	555.4	570.2	606.6	634.8		
	(0.5000)	(0.2700)	(0.0380)	(3.8000)	(0.1900)		
	647.8	702.6	709.2	745.5	755.8		
	(1.0000)	(0.1900)	(0.1200)	(0.4200)	(0.0770)		
	774.8	925.9	884.0	920.5	933.4		
	(0.0770)	(0.0770)	(0.5000)	(0.2300)	(0.8500)		
	947.5	961.1	988.0	998.0	1012.6		
	(0.4600)	(3.8000)	(0.1200)	(0.1900)	(0.0380)		
	1031.3	1037.7	1043.4	1071.1	1168.7		
	(0.1900)	(0.4600)	(0.3500)	(1.0000)	(0.0770)		
	1209.8	1239.3	1274.1	1301.8	1321.2		
	(0.1500)	(0.1200)	(0.6200)	(3.8000)	(0.1200)		
	1338.8	1360.2	1387.9	1402.6	1415.0		
	(0.7300)	(0.4600)	(2.7000)	(0.3500)	(1.5000)		
	1488.3	1557.4	1582.6	1609.4	1635.2		
	(0.4200)	(1.7000)	(0.5000)	(0.1900)	(0.9200)		
	1643.7	1664.6	1692.9	1724.2	1831.8		
	(0.7700)	(1.0000)	(2.1000)	(0.5400)	(0.0770)		
	1869.5	1881.4	1896.6	1909.9	1932.9		
	(0.6500)	(0.1200)	(2.0000)	(0.5000)	(1.6000)		
	1960.6	1966.1	1974.8	1985.9	2028.2		
	(0.8500)	(0.0770)	(0.3100)	(0.6500)	(0.6100)		
	2054.7	2117.1	2155.9	2171.9	2203.5		
	(0.3100)	(0.0770)	(0.3500)	(0.3800)	(0.0770)		
	2232.0	2249.8	2274.4	2300.8	2333.8		
	(0.1500)	(0.4600)	(1.6000)	(46.0000)	(1.7000)		
	2364.6	2384.7	2394.0	2423.9	2448.		
	(0.0380)	(0.0770)	(0.1900)	(0.4200)	(0.0380)		
	2455.	2469.	2526.	2558.	2574.		
	(0.0280)	(0.0280)	(0.1200)	(0.0380)	(0.0380)		
	2616.						
	(0.0280)						
CD 107	300.7	422.6	511.006 0.002	(A)	CD 107 EC =====> AG 107M* 1.76E-02		
	(0.0050)	(0.0400)	(0.5600)		6.5 H		
	526.4	596.8	624.5		(N,G),(D,2N), (P,N),		
	(0.0070)	(0.0100)	(0.0090)				
	719.8	796.0	799.8				
CD 109	818.9	828.9	898.0	949.0	1049.0		
	(0.0050)	(0.2100)	(0.0150)	(0.0045)	(0.0020)		
	1130.0	1222.4					
CD 109	22.1 0.1	25.0 0.1	88.037 0.004	(A)	CD 109 EC =====> AG 109M* 2.53E-02		
	(*****)	(*****)	(8.0000)		453. D		
CD 111M	150.8 0.2	245.35 0.04		(A)	CD 111M IT =====> CD 111 1.79E-02		
	(30.0000)	(94.2000)			48.6 H		
CD 113M	263.7 0.3			(A)	CD 113M E- =====> IN 113 1.60E-2		
	(0.0230)				13.6 A		
CD 115M	105.15 0.07	154.09 0.04	231.4 0.1	(A) AG 115 ==>	CD 115M E- =====> IN 115M* 5.85E-02 1.04E-2		
	(0.0055)	(0.0211)	(0.0011)		44.8 D		
	260.8 0.1	316.1 0.2	336.2 0.2		(N,G), (N,F),		
	(0.0011)	(0.0032)	(0.0066)				
	386.0 0.5	477.0 0.5	484.6 0.2				
	(0.0002)	(0.0002)	(0.3160 4.4)				
CD 115M	492.3 0.2	537.6 0.4	733.7 0.2	941.2 0.5	1132.5 0.1		
	(0.0101)	(0.0004)	(2.1600 3.5)	(0.0006)	(0.0896 6.2)		
CD 115M	1290.4 0.2	1418.2 0.3	1448.8 0.3	1462.5 0.5	1485.8 0.3		
	(0.9850 5.2)	(0.0072 9.6)	(0.0181 7.8)	(0.0011)	(0.0005)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
CD 115	35.54 0.62 (0.3600)	231.5 0.1 (0.7600)	260.8 0.1 (2.0500)	(A)	CD 115 E- =====> IN 115H* 1.25E-01 1.04E-2 53.38H (N,G), (N,F),		
	267.1 0.6 (0.0600)	336.23 0.05 (44.9000)	492.14 0.06 (9.4500)				
	527.7 0.1 (30.3000)						
CD 117H	97.70 0.06 (2.8100)	168.50 0.03 (0.5620)	298.70 0.03 (0.5620)	(R)	CD 117H E- =====> IN 117 * 2.69E-03 3.4 H (N,G),		
	366.90 0.08 (7.3000)	461.1 0.1 (2.5300)	484.8 0.1 (2.2500)				
	552.9 0.1 (1.2400)	564.4 0.1 (31.0000)	631.7 0.1 (5.9000)				
	747.9 0.2 (12.9000)	762.7 0.1 (3.6500)	860.4 0.5 (18.5000)	931.3 0.3 (8.1500)	1066.0 0.1 (42.7000)		
	1099.0 0.1 (20.2000)	1170.9 0.4 (1.5500)	1209.7 0.5 (0.5620)	1234.5 0.3 (100.0000)	1339.2 0.5 (4.5000)		
	1365.6 0.4 (3.3700)	1432.6 0.3 (21.1000)	1997.40 0.02 (51.1000)	2096.0 0.2 (1.4100)	2322.9 0.3 (14.6000)		
	2400.4 0.3 (1.4100)	2417.0 0.3 (1.9700)					
CD 117	71.11 0.06 (0.8740)	89.71 0.09 (4.7800 8.9)	105.4 0.2 (0.0620)	(A)	CD 117 E- =====> IN 117 * 5.49E-03 1.10E-2 2.5 H (N,G), (N,F),		
	132.6 0.2 (0.0310)	150.6 0.2 (0.0930)	160.8 0.3 (0.0715)				
	170.7 0.4 (0.0310)	179.3 0.4 (0.0310)	220.90 0.07 (1.5400 7.6)				
	245.4 0.2 (0.2170)	273.31 0.06 (31.0000 3.5)	280.0 0.3 (0.0930)	284.8 0.3 (0.0620)	292.00 0.09 (0.6010)		
	315.26 0.06 (24.4000 8.1)	344.51 0.06 (19.4000 6.0)	387.93 0.07 (0.4650 8.3)	397.2 0.1 (0.1550 9.4)	419.71 0.09 (0.2360 9.4)		
	434.21 0.06 (11.6000 6.8)	437.9 0.2 (0.0930)	463.09 0.08 (0.9230)	497.9 0.1 (0.1240)	617.3 0.2 (0.1090)		
	626.7 0.2 (0.1240)	699.9 0.2 (0.2480)	712.6 0.2 (0.8870 8.0)	716.3 0.2 (0.2480)	728.7 0.2 (0.2750)		
	736.0 0.2 (0.0930)	743.9 0.6 (0.0959)	747.2 0.4 (0.0930)	787.6 0.2 (0.1550)	831.79 0.06 (2.4400 8.4)		
	850.7 0.5 (0.1240)	860.3 0.5 (0.3320)	862.5 0.2 (0.5580)	880.75 0.05 (4.4500 7.4)	928.8 0.5 (0.3260)		
	945.7 0.1 (1.6400 8.0)	950.1 0.2 (0.3220)	963.4 0.2 (0.6230 9.8)	969.4 0.2 (0.5610 9.2)	1011.6 0.5 (0.1610)		
	1035.5 0.1 (0.2480)	1052.0 0.1 (3.3300)	1053.0 0.2 (0.7750)	1116.9 0.2 (1.0900 9.9)	1120.3 0.5 (0.1550)		
	1125.0 0.2 (0.3720)	1131.6 0.5 (0.0434)	1142.5 0.1 (1.4000 8.1)	1143.8 0.2 (0.1550)	1183.4 0.4 (0.1860)		
	1196.9 0.4 (0.1120)	1205.1 0.5 (0.0930)	1229.2 0.3 (0.6360 9.7)	1232.6 0.6 (0.5730)	1247.9 0.1 (1.2600 7.5)		
	1260.0 0.1 (1.1300 9.5)	1272.8 0.1 (0.7440 9.7)	1291.1 0.1 (0.8060)	1303.4 0.1 (21.6000)	1314.8 0.3 (0.6880)		
	1337.9 0.1 (1.4500)	1362.2 0.4 (0.2480)	1408.7 0.2 (1.3900 8.2)	1422.4 0.3 (0.3100)	1431.2 0.3 (1.1900)		
	1433.6 0.3 (0.1860)	1450.2 0.2 (0.6200 7.1)	1475.4 0.4 (0.4650 8.3)	1486.2 0.4 (0.2170)	1512.4 0.5 (0.0620)		
	1521.3 0.6 (0.0620)	1562.5 0.1 (1.6800)	1576.7 0.3 (12.7000)	1586. 1. (0.0620)	1596.7 0.7 (0.0620)		
	1643. 1. (0.0310)	1652.5 0.3 (0.3410)	1669.4 0.3 (0.1240)	1682.4 0.3 (0.7750 9.4)	1707.1 0.1 (1.0900 9.9)		
	1723.3 0.1 (2.0000 7.9)	1740.0 0.6 (0.0620)	1748.5 0.7 (0.0620)	1756.5 0.9 (0.0310)	1812.2 0.3 (0.0124)		
	1856.8 0.2 (0.2170)	1867.3 0.3 (0.0930)	1957. 2. (0.0186)	2012.9 0.4 (0.1240)	2030.3 0.5 (0.0930)		
	2112.5 0.7 (0.0217)	2168.4 0.9 (0.0620)	2461.7 0.4 (0.0320)	2475.7 0.4 (0.0620)	2540.4 0.4 (0.0310)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV)		INTENSITY		ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
IN 106	225.2 (66.0000)	511.006 0.002 (100.0000)	539.3 (2.0000)	(R)	IN 106	E+ =====> 5.38M	CD 106	
	552.5 (3.3000)	610.4 (1.3000)	632.8 (67.0000)			(P,N),		
	811. (0.7000)	841.8 (18.0000)	998.5 (6.0000)					
	1009.6 (4.0000)	1034.5 (1.3000)	1114. (0.7000)	1163.4 (0.7000)	1474. (0.7000)			
	1622.0 (2.0000)	1716.5 (37.0000)	1744.0 (1.0000)	1934.7 (4.0000)	1998.6 (1.0000)			
	2089.8 (1.3000)	2257.6 (2.7000)	2286. (0.7000)	2304.7 (0.7000)	2489. (0.7000)			
	2697. (0.7000)	2755. (0.7000)	2919.6 (1.3000)	3119.5 (0.7000)	3224. (0.7000)			
	3395. (0.7000)	3495.7 (0.7000)	3889. (0.7000)	3912. (0.7000)				
IN 107	205.0 0.3 (100.0000)	303.7 0.3 (1.3000)	320.9 0.3 (20.0000)	(R)	IN 107	EC =====> 32. M	CD 107 *	
	365.6 0.3 (7.4000 2.7)	414.1 0.4 (2.1000 9.5)	416.3 0.4 (3.0000 6.7)			(D,N),		
	456.2 0.5 (1.4000 7.1)	505.4 0.3 (26.5000 3.8)	511.006 0.002 (*****)					
	554.6 0.7 (1.8000)	595.3 1.0 (0.3000)	597.6 0.6 (1.0000)	600.7 0.6 (0.9000)	603.9 0.3 (2.9000)			
	611.2 0.4 (1.4000)	617.7 0.5 (0.5000)	629.3 0.5 (0.5000)	638.1 0.5 (0.3500)	640.7 0.5 (1.1000)			
	649.6 0.6 (0.5000)	676.7 0.8 (0.5000)	700.0 0.8 (0.4000)	702.8 0.6 (0.7000)	715.0 0.6 (1.0000)			
	716.5 0.6 (0.8000)	725.2 0.8 (1.1000)	728.1 0.5 (5.8000 3.5)	762.6 0.6 (1.4000)	807.5 0.8 (1.1000)			
	809.0 0.4 (5.0000 4.0)	869.1 0.6 (1.5000)	903.0 0.6 (1.4000)	915.1 0.6 (2.4000)	921.5 0.5 (3.1000 9.7)			
	938.0 0.8 (0.7000)	947.0 0.8 (1.4000)	954.0 0.8 (0.9000)	984.7 0.6 (0.8000)	995.6 1.2 (0.5000)			
	998.7 0.6 (2.2000)	1038.6 1.5 (0.5000)	1050.5 1.5 (0.5000)	1057.2 0.6 (2.1000)	1063.3 0.8 (2.7000)			
	1085. 2. (0.9000)	1092.5 1.5 (0.5000)	1115.5 2.0 (0.6000)	1142. 1. (0.8000)	1145.6 1.0 (1.6000)			
	1197. 1. (0.9000)	1209.8 1.0 (0.6000)	1236.3 1.0 (0.9000)	1268.4 0.5 (9.0000)	1301. 2. (0.6000)			
	1324.5 1.5 (1.4000)	1343.5 1.0 (2.9000 6.9)	1365.0 1.5 (0.6000)	1377.7 1.5 (2.6000 7.7)	1404.0 2.0 (0.5000)			
	1411.0 1.0 (2.0000)	1455.4 1.0 (1.7000)	1501.0 1.0 (2.0000)	1546.0 1.5 (0.7000)	1556.5 1.0 (1.6000)			
	1571.5 1.0 (2.5000)	1589.3 1.5 (0.7000)	1603.0 1.5 (1.8000)	1609.0 1.5 (0.5000)	1716.8 1.5 (1.0000)			
	1733.5 1.5 (0.5000)	1744.3 1.5 (1.0000)	1767. 2. (0.8000)	1777.0 1.5 (3.0000)	1798. 2. (0.8000)			
	1830. 2. (1.3000)	1853. 2. (0.6000)	1860. 2. (0.9000)	1877. 1. (1.5000)	1922. 1. (3.2000 9.4)			
	1957.0 1.5 (1.1000)	1964. 2. (1.0000)	1980. 2. (1.5000)	1984.5 2.0 (2.5000)	2006.7 1.5 (3.6000)			
	2047.0 1.5 (0.6000)	2064.5 1.5 (3.0000)	2100.3 1.5 (1.5000)	2184.0 1.5 (1.8000)	2202.5 1.5 (0.6000)			
	2264. 2. (0.5000)	2286.0 1.5 (2.2000)	2305.0 1.5 (2.3000)	2332. 2. (0.8000)	2406.5 2.0 (0.5000)			
	2586.5 2.0 (0.5000)	2654. 2. (0.6000)	2666.0 2. (1.5000)	2682. 2. (0.5000)	2718. 2. (0.9000)			

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY		ABS/REL		DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (C/G)	FISS. Y. (U 235)
IN 109	59.5 (*****)	203.3 (100.0000)	223.0 (0.2000)	(R)	IN 109 EC =====> 4.3 H	CD 109 *	
	259.1 (0.0800)	267.7 (2.1000 5.2)	324.4 (0.5000)				
	326.3 (0.7300 5.5)	347.4 (2.7000 5.6)	420.5 (1.0000 6.0)				
	426.2 (5.3000 4.9)	482.6 (0.1100)	529.7 (0.6900 7.3)	546.1 (0.0700)	584.2 (0.2400)		
	614.0 (2.8000)	619.3 (2.6000)	623.8 (7.1000)	630.8 (0.1000)	650.1 (3.8000)		
	653.4 (1.9000)	673.9 (1.1200 6.3)	692.3 (0.2400)	704.6 (0.1000)	721.5 (0.9100 5.5)		
	728.2 (0.3400 8.8)	731.6 (0.4000 7.5)	754.4 (0.5500 7.3)	765.6 (0.0600)	794.0 (0.7400 8.1)		
	900.3 (0.4200 9.5)	922.5 (1.7400 4.6)	831.5 (0.3400 8.8)	842.5 (0.1000)	851.6 (0.2300)		
	863.2 (0.2400)	890.8 (0.2800)	901.6 (0.5000 8.0)	925.8 (1.0000 7.0)	930.4 (0.2700)		
	949.2 (2.0000 6.0)	998.7 (0.7700 6.5)	1005.0 (0.3000)	1049.8 (1.5000 6.7)	1106.0 (0.3800)		
	1148.8 (7.0000 5.7)	1196.2 (2.2000 5.5)	1272.6 (0.7700 6.5)	1346.6 (0.2800)	1352.2 (0.9900 6.1)		
	1389.9 (0.1100)	1419.1 (1.7400 6.3)	1475.6 (0.6900 7.3)	1539.8 (0.1500)	1570.7 (0.1800)		
	1622.5 (3.0000 6.7)	1772.6 (0.6000 8.3)					
IN 110M	120.2 0.2 (2.5000)	398. 1. (2.6000)	410. 1. (2.3000)	(R)	IN 110M EC =====> 4.9 H	CD 110	
	461.0 0.5 (8.0000)	561.0 0.8 (5.0000)	581.6 0.8 (10.0000)				
	584.2 0.5 (10.0000)	626.1 0.8 (1.9000)	641.6 0.8 (38.0000)				
	705.8 0.8 (46.0000 4.4)	744.7 0.8 (2.4000)	758.7 0.8 (2.0000)	760.5 0.8 (2.0000)	817.7 0.6 (3.0000)		
	843.8 0.8 (4.2000)	896. 1. (3.9000)	937.5 0.5 (100.0000)	997.5 0.5 (15.0000)	1020. 1. (1.1000)		
	1046.2 0.8 (1.2000)	1066. 2. (0.2000)	1085.0 0.7 (2.7000 7.4)	1118.0 0.5 (6.5000 5.8)	1162.7 0.8 (0.7000)		
	1180.0 0.9 (0.6000)	1195. 1. (0.5000)	1223. 1. (0.5000)	1276. 1. (0.3000)	1305.5 0.6 (0.9000)		
	1335.5 0.5 (1.5000)	1384.0 0.8 (0.2500)	1421.0 0.5 (0.8000)	1475.6 0.5 (2.2000 9.1)	1508. 1. (0.4000)		
	1525. 2. (4.0000)	1564.0 0.7 (1.1000)	1593. 1. (0.3000)	1624. 1. (0.4100)	1697. 0.8 (0.4200)		
	1801.5 0.9 (1.0000)	1903. 1. (0.5500 9.1)	1984. 1. (0.5400 9.3)				
IN 111	171.2 (89.0000)	245.3 (94.0000)		(A)	IN 111 EC =====> 2.810	CD 111	
IN 112	511.006 0.002 (*****)	606.4 0.5 (23.4000 1.0)	618.2 0.4 (100.0000 1.0)	(R)	IN 112 E- =====> 14.4 M	CD 112	
	1252.6 0.9 (5.6000 1.0)	1278. 1. (0.2000 1.0)	1489. 1. (1.2000)		(A, N),		
	5652. 2. (0.1000 1.0)						
IN 113M	391.72 0.05 (64.4000)			(A)	IN 113M IT =====> 99.48M	IN 113	
IN 114P	190.0 0.1 (17.7000)	558.2 0.1 (4.6500)	725.1 0.2 (4.5500)	(A)	IN 114M IT =====> 50.1 D	IN 114 * 4.91E-01	
	1300.2 0.2 (0.1800)				(N, G),		
IN 114	1300.2 0.2 (0.1800)			(A)	IN 114 E- =====> 72. S	SN 114 1.82E-01	
					(N, G),		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (C/G)	FISS. Y. (U 235)
IN 115M	330.0 0.2 (44.5000 4.5)			(A) CD 115 ==>	IN 115M ^{IT} =====> IN 115 * 4.48H (N,N),		
IN 116M	99.7 0.5 (0.0150)	138.33 0.01 (3.3000)	245.0 0.3 (0.0400)	(A)	IN 116M ^{E-} =====> SN 116 54.3 H (N,G),	1.10E+02	
	262.8 0.2 (0.1200)	278.5 0.2 (0.1500)	303.6 0.2 (0.1200)				
	355.3 0.1 (0.8500)	417.02 0.05 (32.4000 4.6)	434.9 0.7 (0.0300)				
	463.2 0.2 (0.8500)	536.0 0.6 (0.0320)	567.4 0.9 (0.0350)	655.7 0.4 (0.0730)	689.0 0.3 (0.1600)		
	705.7 0.3 (0.1600)	730.7 0.3 (0.1100)	780.4 0.2 (0.3100)	818.7 0.2 (11.6000 5.2)	830.9 0.4 (0.0750)		
	932.2 0.3 (0.0700)	972.4 0.2 (0.4600)	1097.3 0.2 (55.7000 2.7)	1293.4 0.3 (85.0000 2.4)	1507.8 0.5 (10.0000 4.9)		
	1536.3 0.9 (0.0400)	1753.8 0.6 (2.4400 8.2)	2112.1 0.4 (15.0000 6.7)	2225.5 0.8 (0.0400)			
IN 116	434.9 0.7 (0.1200)	932.2 0.3 (0.1000)	1293.4 0.3 (1.2000)	(A)	IN 116 ^{E-} =====> SN 116 14. S (N,G),	5.70E+01	
	2112.1 0.4 (0.0100)	2225.5 0.8 (0.0200)					
IN 117	158.6 0.1 (87.0000)	315.3 0.1 (*****)	552.6 0.2 (100.0000)	(A) CD 117 ==>	IN 117 ^{E-} =====> SN 117 45. H (N,F),		1.10E-2
IN 118M	208.6 0.3 (3.5000)	229.8 0.6 (1.0000)	445.8 0.2 (6.0000)	(A)	IN 118M ^{E-} =====> SN 118 4.45H (N,P),		
	474.4 0.4 (3.2000)	560.5 0.8 (1.6000)	637.1 0.5 (3.2000)				
	683.2 0.3 (53.0000)	813.6 0.3 (3.5000)	1050.5 0.5 (83.0000)				
	1096.9 0.4 (4.1000)	1173.2 0.5 (1.4000)	1203. 1. (1.2000)	1229.3 0.2 (100.0000)	1258.7 0.3 (4.1000)		
	1503.6 0.6 (1.3000)	1550. 1. (1.0000)	1733.7 0.6 (0.8000)	2042.3 0.3 (3.3000)	2325.1 1.7 (0.2000)		
IN 119M	311.3 0.2 (100.0000)	897.6 0.4 (1.3600)	920.6 0.4 (1.1800)	(R)	IN 119M ^{E-} =====> SN 119 18. H		
	1065.1 0.4 (9.0900)	1163.7 0.3 (4.6300)	1225.6 0.5 (5.4600)				
	1249.6 0.3 (6.8200)	1506.9 0.7 (0.6000)					
IN 119	697.8 0.6 (0.3700)	763.1 0.1 (100.0000)	944. 1. (0.0900)	(R)	IN 119 ^{E-} =====> SN 119 2.3 H		
	1214.8 0.3 (0.4700)	1273. 1. (0.1900)					
IN 120M	89.9 0.3 (6.5000)	177.5 1.0 (0.3000)	197.3 0.3 (8.1000 7.4)	(A)	IN 120M ^{E-} =====> SN 120 44. S (N,P),		
	268.1 0.5 (1.5000)	354.7 0.5 (1.4000)	401.2 0.6 (0.8000)				
	414.7 0.5 (2.8000)	449.1 0.7 (0.6000)	465.5 0.7 (0.8000)				
	545.6 0.6 (1.6000)	592.2 0.6 (1.5000)	610.0 0.6 (1.5000)	637.2 0.6 (1.6000)	697.0 1.0 (1.8000)		
	702.8 1.0 (2.5000)	713.5 0.4 (7.1000 5.6)	861.8 0.3 (31.0000 6.4)	925.0 1.0 (1.5000)	965.0 0.5 (8.1000 6.2)		
	985.1 0.6 (2.4000)	1023.2 0.3 (62.0000 3.2)	1162.5 1.0 (2.0000)	1171.6 0.3 (100.0000)	1184.4 0.7 (2.7000)		
	1246.5 1.5 (0.5000)	1250.8 1.5 (1.3000)	1294.7 0.4 (11.0000 4.5)	1472.2 0.7 (4.5000)	1886.2 0.7 (4.0000)		
	2007.3 0.7 (6.5000 9.2)	2096.6 1.5 (1.2000)	2178.3 1.2 (2.5000)	2266.7 1.5 (1.4000)	2354.5 1.5 (0.9000)		
	2420.0 1.5 (0.9000)	2605.0 2.0 (2.0000)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (C/G)	FISS.Y. (U 235)
IN 121M	60.1 0.2 (100.0000)	321. 1. (2.5000)	908.9 0.5 (1.6300)	(R)	IN 121M E- =====> SN 121 * 3.76M		
	1041.2 0.5 (5.5000)	1102.2 0.5 (4.5000)	1120.4 0.2 (2.5000)				
	1403. 1. (0.2500)	2803.8 0.7 (0.5500)	2864.3 0.7 (0.5000)				
	3060. 1. (0.4250)	3228. 2. (0.0750)					
IN 121	260. 1. (4.3000)	657.7 0.2 (6.0000)	925.3 0.1 (100.0000)	(P)	IN 121 E- =====> SN 121 * 25. S		
SN 111	511.006 0.003 (54.0000)	761. 1. (1.0200 9.84)	1152. 1. (1.6700 8.00)	(A)	SN 111 EC =====> IN 111 * 35.5 M		
	1541. 2. (0.4850)	1610. 2. (0.7520)	1914. 1. (1.0200 9.84)				
	2099. 3. (0.2510)	2178. 3. (0.1340)	2322. 3. (0.1670)				
SN 113	255.04 0.03 (2.0700 6.3)	351.652 0.006 (64.1000)	638.9 0.5 (*****)	(A)	SN 113 EC =====> IN 113 * 115.1 D	1.18E-02	
	646.4 0.5 (*****)				(N,G), (P,N), (D,2N),		
SN 117M	158.4 0.2 (87.0000)			(A)	SN 117M IT =====> SN 117 14. D	1.18E-03	
					(N,G),		
SN 121M	9.0 0.5 (*****)	37.15 (*****)		(R)	SN 121M E- =====> SB 121 76. A	4.51E-04	1.4 E-2
					(N,G), (N,F),		
SN 123M	160.2 0.4 (95.9000 6.1)	165.8 0.5 (0.0191)	381.2 0.5 (0.0296)	(A)	SN 123M E- =====> SB 123 40. M	1.17E-02	1.60E-2
	542.2 0.5 (0.0160)	552. 1. (0.0067)			(N,G), (N,2N), (N,F),		
SN 123	155. 1. (0.0020)	1032. 1. (0.0560)	1089. 1. (1.0000)	(A)	SN 123 E- =====> SB 123 129. D	6.47E-05	1.60E-2
					(N,G), (N,F),		
SN 125M	278.5 0.5 (0.0300 6.7)	311.2 0.5 (0.0300 6.7)	331.9 0.1 (100.0000 3.4)	(A)	SN 125M E- =====> SB 125 * 9.5 M	1.14E-02	
	386.1 0.3 (0.0827)	539.6 0.3 (0.2000 8.8)	643.1 0.4 (0.1450)		(N,G),		
	648.9 0.5 (0.2000)	662. 1. (0.0457)	714. 2. (0.0068)				
	776.4 0.8 (0.0169)	840.9 0.3 (0.0703 5.9)	1017.3 0.3 (0.0918)	1059. 1. (0.0200)	1092.8 0.6 (0.0469)		
	1151.5 0.5 (0.0152)	1294. 1. (0.0129)	1305. 1. (0.0119)	1349.3 0.5 (0.0161)	1368.6 0.4 (0.1040 9.3)		
	1404.1 0.3 (0.7330 4.6)	1483.9 0.3 (0.1960 8.2)	1582. 1. (0.0057)	1615.5 0.4 (0.1180 7.6)	1634. 1. (0.0239)		
	1735.6 0.4 (0.0327)	1913.7 0.5 (0.0199)	1947.2 0.8 (0.0124)	2113. 1. (0.0015 9.7)			

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
SN 125	235.1 0.5 (0.0266)	258.3 0.5 (0.0177)	270.9 0.5 (0.0886)	(A) IN 125	==> SN 125 E- ===== 9.640 (N,G), (N,F),	SB 125 3.26E-04	2.10E-2
	282.9 0.5 (0.0089)	286. 1. (0.0004)	311.1 0.5 (0.0053)				
	332.0 0.5 (1.3300)	350.9 0.5 (0.2300)	363. 1. (0.0003)				
	386. 1. (0.0002)	398. 1. (0.0004)	434.1 0.5 (0.0177)	469.7 0.5 (1.3300)	524.3 0.5 (0.0062)		
	562.2 0.5 (0.0053)	652.6 0.5 (0.0354)	684.2 0.5 (0.0062)	800.5 0.5 (0.0750)	822.6 0.5 (3.9000)		
	893.7 0.5 (0.2390)	915.5 0.5 (3.9000)	921.6 0.5 (0.0886)	934.7 0.5 (0.1510)	1017.1 0.5 (0.2660)		
	1066.6 0.5 (8.8600)	1087. 1. (0.0750)	1089. 1. (4.1700)	1110.7 0.5 (0.0062)	1137.5 0.5 (0.0026)		
	1151.3 0.5 (0.1060)	1164.3 0.5 (0.0266)	1173.2 0.5 (0.1950)	1185.4 0.5 (0.0053)	1198.2 0.5 (0.0089)		
	1207.7 0.5 (0.0062)	1221.0 0.5 (0.0220)	1259.0 0.5 (0.0177)	1349.4 0.5 (0.0620)	1419.5 0.5 (0.4790)		
	1557.2 0.5 (0.0044)	1591.2 0.5 (0.0053)	1889.9 0.5 (0.0709)	1982.9 0.5 (0.0035)	2001.7 0.5 (2.1300)		
	2200.6 0.5 (0.0443)	2227.0 0.5 (0.0018)	2275.2 0.5 (0.1860)				
SN 127M	491.3 0.1 (100.0000)	1348.0 0.1 (5.3000)	1564.0 0.2 (4.4000)	(A)	SN 127M E- ===== 4.1 H (N,F), (N,A),	SB 127 *	2.10E-2
SN 127	70.0 0.5 (0.3000)	96.9 0.5 (0.7000)	109.2 0.5 (0.8000)	(R)	SN 127 E- ===== 2.2 H (N,A), (N,F),	SB 127 *	2.10E-2
	119.3 0.5 (4.9000)	143. 1. (2.2000)	168.8 0.5 (5.9000)				
	177. 1. (0.5000)	184.0 0.5 (3.7000)	189.9 0.5 (1.8000)				
	193.4 0.5 (0.5000)	202.8 0.5 (3.3000)	219.8 0.5 (1.4000)	232. 1. (3.5000)	235. 1. (1.6000)		
	262.2 0.5 (6.3000)	265.9 0.5 (6.1000)	271.2 0.5 (1.0000)	279.1 0.5 (2.0000)	284.3 0.5 (6.6000)		
	292.3 0.5 (3.6000)	348.7 0.5 (1.8000)	391.1 0.5 (3.3000)	397.3 0.5 (1.2000)	407.9 0.5 (6.9000)		
	439.1 0.5 (17.0000)	492. 1. (17.0000 9.6)	494. 1. (9.2000)	501.6 0.5 (5.3000)	510.3 0.5 (6.7000)		
	513. 1. (2.5000)	546.2 0.5 (7.2000)	583.8 0.5 (9.8000)	592.6 0.5 (4.9000)	806.0 0.5 (19.0000)		
	823.6 0.5 (41.4000)	859.6 0.5 (22.0000)	865. 1. (3.3000)	918. 2. (4.7000)	979.3 0.5 (26.4000)		
	998.3 0.5 (5.6000)	1002.7 0.5 (5.0000)	1036.0 0.5 (8.2000)	1045. 1. (1.7000)	1095.5 0.5 (67.3000)		
	1114.4 0.5 (100.0000)	1160.5 0.5 (8.9000)	1471. 1. (2.6000)	1473. 1. (4.2000)	1585. 1. (6.7000)		
	1649. 1. (3.1000)	1667. 1. (2.1000)	1876. 2. (2.1000)	2004. 1. (17.0000)	2011. 2. (1.8000)		
	2318. 2. (5.3000)	2586. 2. (4.9000)	2613. 3. (1.8000)	2692. 1. (1.2000)	2697. 1. (6.1000)		
	2806. 3. (0.7000)	2947. 2. (2.6000)	2881.3 0.5 (0.5000)				
SB 117	158.5 0.2 (87.0000)	511.006 0.002 (5.0000)	553.1 0.3 (0.0670)	(A)	SB 117 EC ===== 2.8 H	SN 117	
	846.2 0.7 (0.0440)	861.7 0.5 (0.2900)	1004.5 0.5 (0.2300)				
	1020.6 0.5 (0.0960)	1021.0 0.5 (0.1000)	1156.7 0.4 (0.0200)				
	1287.6 0.3 (0.0270)	1339.5 1.0 (0.0037)	1420.1 0.4 (0.0170)	1446.4 0.5 (0.0520)	1578.0 0.3 (0.0180)		
SB 118M	41.0 0.5 (0.1800)	253.9 0.3 (0.9300)	511.006 0.002 (0.3200)	(A)	SB 118M EC ===== 5.1 H (A,N),	SN 118	
	984. 1. (0.0150)	1050.8 0.3 (0.9800)	1091.8 0.5 (0.0240)				
	1229.5 0.3 (1.0000)	2044. 2. (0.0001)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
SB 118	511.006 0.002 (151.0000 2.0)	528.2 0.4 (6.3830 6.1)	813. 1. (0.0148)	(A)	SB 118 $\xrightarrow{E+}$ SN 118 3.5 H (A,N),		
	826.9 0.6 (0.3560 9.2)	1096.6 0.7 (0.0445)	1172.9 0.5 (0.0465)				
	1229.5 0.3 (2.4700 6.0)	1267.0 0.5 (0.5730 7.4)	1447. 1. (0.0222)				
	1699.7 0.7 (0.0568)	1907.6 0.5 (0.0395)	2044. 2. (0.0074)	2327. 1. (0.0123)	2677.5 0.6 (0.0123)		
SB 120H	89.8 0.3 (83.3000)	197.3 0.3 (100.0000)	1023.3 0.4 (97.1000)	(P)	SB 120H $\xrightarrow{EC}$ SN 120 5.8 D (D,N),(D,2N),		
	1113.4 0.6 (0.8820)	1171.7 0.3 (58.0000)					
SB 120	511.006 0.002 (102.0000)	704.0 0.5 (6.4600)	989.1 0.7 (0.1900)	(A)	SB 120 $\xrightarrow{E+}$ SN 120 15.9 H (P,N),(D,2N), (D,N),		
	1171.5 0.3 (4.2000)						
SB 122H	61.6 0.2 (53.0000)	76.3 0.2 (17.0000)		(A)	SB 122H $\xrightarrow{IT}$ SB 122 * 4.2 H (N,G),	4.21E-02	
SB 122	564.0 0.2 (66.0000)	692.5 0.2 (3.4000)	795. 0.0100 (0.0100)	(A)	SB 122 $\xrightarrow{E-}$ TE 122 2.68D (N,G),	4.98E+00	
	1140.5 0.2 (0.7000)	1188. 0.0033 (0.0033)	1256.6 0.2 (0.7000)				
	1752. (0.0086)						
SB 124H	505. 0.200000 (20.0000)	603. 0.200000 (20.0000)	644. 0.200000 (20.0000)	(A)	SB 124H $\xrightarrow{IT}$ SB 124 * 1.6 H (N,G),	2.00E-02	
SB 124	7.7 0.0010 (0.0010)	400.03 0.06 (6.3500)	443.99 0.05 (0.2800)	(A)	SB 124 $\xrightarrow{E-}$ TE 124 60.20D (N,G),	1.43E+00	
	525.5 0.1 (0.2500)	602.71 0.02 (98.2000 0.1)	632.4 0.1 (0.1300)				
	645.84 0.03 (7.3000 1.4)	709.34 0.05 (1.3700 3.6)	713.82 0.04 (2.5000 4.0)				
	722.78 0.03 (11.1000 1.8)	735.7 0.1 (0.1300 7.7)	750.76 0.04 (0.7400 1.3)	968.22 0.03 (1.8600 2.1)	1045.12 0.04 (1.8500 2.2)		
	1325.53 0.03 (1.4100 4.3)	1355.21 0.05 (0.9700 4.1)	1368.21 0.03 (2.4300 3.7)	1376.25 0.06 (0.4400 6.8)	1436.6 0.1 (1.0500 5.7)		
	1445.31 0.08 (0.2100 4.8)	1489.1 0.1 (0.5900 8.5)	1526.35 0.09 (0.3600 8.3)	1691.05 0.03 (48.2000 0.1)	2091.0 0.1 (5.7000 1.6)		
SB 125	35.7 0.1 (5.9000)	105.28 0.03 (0.1200)	116.86 0.08 (0.3400)	(A) SN 125 ==>	SB 125 $\xrightarrow{E-}$ TE 125 2.7 A (N,F),		2.10E-2
	172.6 0.2 (0.2700)	176.28 0.05 (6.9000 5.7)	204.0 0.1 (0.3500)				
	207.9 0.1 (0.2600)	227.7 0.1 (0.1300)	320.9 0.1 (0.4200 8.7)				
	380.4 0.2 (1.5000 6.2)	407.8 0.1 (0.1900)	427.9 0.3 (30.0000 5.0)	443.3 0.1 (0.3100)	463.38 0.08 (10.5000 5.5)		
	600.53 0.06 (18.0000 5.5)	606.64 0.06 (4.8000 5.8)	635.89 0.04 (11.7000 5.5)	671.41 0.04 (1.8000 6.0)			
SB 126H	414.4 0.2 (95.8000 3.7)	620.0 0.2 (1.9500 6.2)	666.1 0.2 (95.7000 0.1)	(A)	SB 126H $\xrightarrow{E-}$ TE 126 19.0 H (N,F), (N,P),		3.20E-2
	694.8 0.3 (97.0000 4.3)	856.5 0.4 (0.1990 5.0)	928.2 0.3 (1.7700 7.1)				
	1034.9 0.2 (2.1800 7.7)	1061.9 0.4 (0.6540)	1476.6 0.6 (0.6280)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
SB 126	223.3 0.3 (1.8900)	278.5 0.3 (1.9500)	296.8 C.3 (5.4100 8.0)	(A)	SB 126 E- =====> 12.5 D	TE 126	3.20E-2
	363.5 0.9 (0.2700)	386.6 0.9 (0.2000)	414.4 0.2 (83.7000 5.5)		(N,F),		
	554.8 0.3 (1.7600)	573.7 0.3 (6.3800)	592.8 0.4 (8.6500 8.2)				
	620.0 0.2 (0.9650)	640.4 0.6 (0.7000)	646.3 C.6 (0.7000)	656.1 0.3 (2.0000)	666.1 0.2 (100.0000 3.5)		
	675.0 0.3 (3.6400)	654.8 C.3 (100.0000 5.0)	696.6 0.6 (32.0000)	720. 1. (50.0000 7.8)	731. 1. (0.7000)		
	856.5 0.4 (17.1000 6.6)	928.2 0.3 (0.2000 5.0)	954.2 0.4 (1.5800)	988. 1. (6.6000)	1012. 1. (2.3000)		
	1034.9 0.2 (1.1000)	1061.9 0.4 (1.0000)	1063.4 0.7 (1.0000)	1213.2 0.4 (2.3000)	1476.6 0.6 (0.4500)		
SB 127	252.7 (6.7000)	280.8 (0.4000)	290.6 (1.8000)	(A) SN 127 ==>	SB 127 E- =====> 3.9 D	TE 127 *	1.30E-1
	305.6 (0.2100)	392.1 (1.0000)	412.0 (3.5000)		(N,F),		
	417.9 (0.7800)	440.7 (0.4700)	445.2 (4.3000)				
	473.2 (24.8000)	501.9 (0.6700)	543.2 (3.0000)	603.8 (4.4000)	638.2 (0.5000)		
	652.7 (0.2600)	666.9 (0.4400)	684.9 (36.8000)	697.9 (2.5000)	721.4 (1.8000)		
	743.7 (0.1500)	763.0 (0.0670)	782.6 (15.0000)	787.9 (0.1400)	806.0 (0.0360)		
	816.4 (0.3500)	820.1 (0.2400)	924.2 (0.5000)	1140.3 (0.3800)	1289.9 (0.3400)		
	1379.0 (0.0680)						
SB 128H	193.5 0.7 (0.9990)	314.02 0.05 (94.5000 2.0)	594.1 0.1 (3.1000 8.3)	(A)	SB 128H E- =====> 10. H	TE 128	9.13E-1
	743.25 0.04 (99.8000)	753.91 0.04 (99.8000)	787.60 0.07 (7.3800)		(N,F),		
	844.0 0.3 (3.0400)	908.4 0.2 (2.4500 8.7)	1040.9 0.3 (0.9980)				
	1098.4 0.8 (0.2990)	1101.8 0.8 (0.3990)	1141.7 0.3 (0.7980)	1157.1 0.2 (1.5500)	1354.6 0.5 (0.5990)		
	1585. 1. (0.2990)	1609. 1. (0.4990)					
SB 128	102.8 0.3 (0.3990)	118.4 0.3 (0.5990)	152.6 0.3 (0.4990)	(A)	SB 128 E- =====> 8.9 H	TE 128	
	204. 1. (0.0980)	214.8 0.2 (0.9980)	227.3 C.2 (1.5000)		(N,P),		
	235.0 0.1 (0.2990)	249.7 0.2 (0.5990)	278.3 C.3 (0.5990)				
	314.02 0.05 (63.0000 9.0)	317.7 0.2 (2.9900)	322.3 C.2 (2.9900)	357.0 0.3 (1.5000)	366.1 0.3 (1.5000)		
	404.3 0.3 (0.9980)	445.7 0.3 (1.5000)	454.5 0.3 (1.5000)	459.5 0.3 (1.5000)	524.5 0.6 (43.9000 9.1)		
	526.5 0.1 (44.9000 5.0)	582.9 0.3 (0.9980)	603.0 0.3 (1.7000)	628.7 0.1 (30.9000 4.5)	636.2 0.1 (34.6000 6.4)		
	654.2 0.2 (16.8000 4.7)	667.1 0.3 (2.4900)	683.9 0.3 (3.0900)	692.9 0.3 (2.1500)	727.6 0.3 (4.1600)		
	743.25 0.04 (99.8000)	753.91 0.04 (99.8000)	773.7 C.3 (1.5000)	785. 1. (1.3000)	802.7 0.3 (1.2000)		
	813.6 0.2 (12.2000 7.3)	835.8 0.4 (0.9980)	845.2 0.4 (3.3800)	860.8 0.4 (0.3990)	877.9 0.4 (3.4300 9.3)		
	908.4 0.2 (0.9380)	972.3 0.4 (0.9980)	1047.4 0.4 (2.3600)	1078.8 0.5 (1.9500)	1112.8 0.4 (2.0000 8.3)		
	1129.6 0.4 (0.7980)	1158.1 0.2 (0.9440)	1181.7 0.4 (4.1900 8.2)	1250.5 0.4 (0.9980)	1256. 1. (2.4900)		
	1259.5 0.4 (0.9980)	1339.8 0.4 (0.9980)	1378.0 C.4 (1.8000)	1593.2 0.5 (0.4990)	1685.7 0.5 (0.4990)		
	1707.9 0.5 (0.2990)	1785.5 0.5 (0.3990)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
SB 129	94.9 0.8 (0.2450)	115.6 0.8 (0.1760)	125.1 0.8 (*****)	(A) SN 129	==> SB 129 E- ===== 4.3 H	TE 129 *	8.00E-1
	136.8 0.8 (*****)	145.7 0.8 (0.3570 7.1)	165.0 0.8 (0.0356)		(N,F),		
	180.6 0.8 (1.7400)	197.4 0.8 (0.0668)	217.2 0.8 (0.0134)				
	226.3 0.8 (0.0223)	232.1 0.8 (0.3120 7.6)	244.5 0.8 (0.9800)	268.3 0.8 (0.1780)	295.5 0.8 (1.2500)		
	313.5 0.8 (0.8600)	332.3 0.8 (0.2230)	358.8 0.8 (4.3200)	404.8 0.8 (1.6900)	434.9 0.8 (0.0891)		
	499.6 0.8 (0.2230)	523.3 0.8 (1.6500)	543.8 0.8 (15.1000 7.6)	633.5 0.8 (2.1000 9.5)	654.3 0.8 (3.0800)		
	669.7 0.8 (0.6680)	683.5 0.8 (6.6800)	760.8 0.8 (2.6700)	773.1 0.8 (1.4700 9.3)	812.6 0.8 (44.6000 7.0)		
	876.0 0.8 (1.9200 8.4)	914.7 0.8 (19.3000 7.3)	939.4 0.8 (0.8910)	950.6 0.8 (0.0223)	966.6 0.8 (7.4900 8.2)		
	984.3 0.8 (0.0668)	999.4 0.8 (0.1340)	1030.4 0.8 (12.7000 7.0)	1066.8 0.8 (0.0535)	1104.5 0.8 (0.3120)		
	1121.4 0.8 (0.0445)	1125.4 0.8 (0.1110)	1139.2 0.8 (0.1780)	1147.2 0.8 (0.0223)	1155.0 0.8 (*****)		
	1161.8 0.8 (0.1110)	1167.9 0.8 (0.1780)	1208.1 0.8 (0.2670)	1223.3 0.8 (0.1780)	1236.7 0.8 (0.2230)		
	1261.1 0.8 (0.2230)	1280.8 0.8 (0.3570)	1302.7 0.8 (0.2230)	1318.0 0.8 (0.2230)	1326.9 0.8 (0.3570)		
	1415.2 0.8 (0.4460)	1435.7 0.8 (0.2230)	1480.7 0.8 (0.4900)	1499.3 0.8 (0.0891)	1526.0 0.8 (0.2670)		
	1536.0 0.8 (0.0668)	1570.1 0.8 (0.6680)	1581.1 0.8 (0.0802)	1599.9 0.8 (0.4010)	1622.0 0.8 (0.1340)		
	1655.9 0.8 (0.8910)	1691.4 0.8 (0.0668)	1738.1 0.8 (5.6200)	1752.3 0.8 (0.0445)	1779.5 0.8 (0.0178)		
	1841.8 0.8 (0.2230)	1871.8 0.8 (0.2500)	1914.2 0.8 (0.2230 8.1)	1919.2 0.8 (0.0267)	1936.1 0.8 (0.0356)		
	1975.0 0.8 (0.0757)	2011.1 0.8 (0.0044)	2030.5 0.8 (0.0089)	2042.0 0.8 (0.0044)	2071.6 0.8 (0.4460)		
	2091.5 0.8 (0.0178)	2114.5 0.8 (0.2230)	2135.9 0.8 (*****)	2198.9 0.8 (0.0579)	2262.5 0.8 (*****)		
	2265.8 0.8 (0.0178)						
SB 130M	182.0 0.5 (56.0000)	349.0 0.5 (4.0000)	370.0 0.5 (2.3000)	(R)	SB 130M E- ===== 5.7 H	TE 130	2.00E+0
	469.5 0.5 (2.0000)	758.0 0.5 (4.4000)	793.0 0.5 (83.0000)		(N,P), (N,F),		
	839.5 0.5 (100.0000)	921.0 0.5 (2.0000)	1017.5 0.5 (26.0000)				
	1042.2 1.0 (2.7000)	1127.6 1.0 (5.0000)	1142.6 1.0 (5.9000)	1200.3 1.0 (2.7000)	1234.8 1.0 (3.6000)		
	1598.8 1.0 (2.4000)	1884.0 1.0 (1.0000)					
SB 130	182.0 0.5 (82.5000 9.9)	261. 1. (2.0000)	287.0 0.5 (3.0000)	(R) SN 130	==> SB 130 E- ===== 40. H	TE 130	2.00E+0
	330.4 0.5 (74.0000)	469.5 0.5 (17.0000)	731.2 0.5 (18.0000)		(N,P), (N,F),		
	788.0 0.5 (1.0000)	793.0 0.5 (100.0000)	839.5 0.5 (100.0000)				
	992.0 0.5 (2.0000)	1062.0 0.5 (0.1000)	1074. 1. (1.7000)	1258. 1. (2.4000)	1294. 1. (5.0000)		
	1421. 1. (1.9000)	1444. 1. (2.3000)	1582. 1. (2.5000)	1656. 1. (3.0000)	1763. 1. (3.0000)		
	1949. 1. (0.9000)	1997. 1. (1.5000)	2072. 1. (0.6000)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
SB 131	275.7 0.5 (2.8000)	266.1 0.5 (4.2000 9.5)	301.0 0.5 (3.0000)	(R) SN 131	==> SB 131 E- ===== 25. M (N,F),	TE 131 *	2.91E+0
	326.4 0.5 (1.2000)	433.9 0.5 (5.7000 8.8)	620.0 0.5 (2.2000 5.1)				
	625.8 0.5 (3.7000 8.1)	642.1 0.5 (46.0000)	658.0 0.5 (14.0000)				
	669.0 0.5 (3.6000 8.3)	726.2 0.5 (6.7000 9.0)	825.0 0.5 (4.3000 9.3)	854.5 0.5 (7.2000 9.7)	866.0 0.5 (1.0000)		
	911.0 1.0 (1.5000)	932.8 0.5 (55.0000)	943.6 0.5 (100.0000)	958.0 1.0 (1.0000)	1050.0 1.0 (0.5000)		
	1123.8 0.5 (21.0000)	1192.7 0.5 (2.0000)	1207.5 0.5 (8.0000)	1233.5 0.5 (3.3000)	1249. 1. (0.5000)		
	1267.9 0.5 (6.2000)	1285. 1. (0.3000)	1331.8 0.5 (1.3000)	1360. 1. (1.0000)	1392.5 1.0 (0.6000)		
	1399.3 0.5 (1.8000)	1456. 1. (0.7000)	1470.2 1.0 (2.9000)	1517.5 1.0 (29.0000)	1538. 1. (0.7000)		
	1546. 1. (1.2000)	1554. 1. (0.8000)	1559. 1. (0.7000)	1573.9 1.0 (2.6000)	1609.3 1.0 (2.9000)		
	1721.7 0.5 (4.4000)	1757. 1. (1.5000)	1820.6 1.0 (2.1000)	1853.3 0.5 (8.8000)	1915. 1. (1.0000)		
	1956. 1. (0.8000)	1966.4 1.0 (2.5000)	1983. 1. (0.7000)	2015. 1. (0.5000)	2031. 1. (0.5000)		
	2114. 1. (0.5000)	2149. 1. (0.9000)	2169. 1. (0.5000)	2179.2 0.5 (4.4000)	2256. 1. (0.7000)		
	2335.4 1.0 (3.5000)	2354. 1. (0.8000)	2398. 1. (1.8000)	2496. 1. (0.7000)	2550. 1. (0.6000)		
	2662.5 1.0 (2.1000)						
SB 132	574.6 (*****)	1672. (*****)	1775.2 (*****)	(R)	SB 132 E- ===== 3.11M (N,F),	TE 132 *	4.33E+0
	2158.4 (*****)						
SB 134	115.37 0.08 (40.0000)	266.97 0.08 (97.0000)	706.4 0.5 (60.0000)	(R)	SB 134 E- ===== 10.6 S (N,F),	TE 134	7.92E+0
	1279.1 0.5 (100.0000)						
TE 121M	212.3 0.2 (82.0000)			(A)	TE 121M IT ===== 154. D (N,G), (P,N), (D,2N),	TE 121 *	3.86E-04
TE 121	66. (0.4000)	470. (1.4000)	507.5 0.2 (18.0000)	(A) TE 121M	==> TE 121 EC ===== 17. D (N,G), (P,N), (D,2N),	SB 121	2.27E-03
	572.9 0.2 (80.0000)						
TE 123M	88.46 0.02 (0.0880)	159.00 0.03 (83.5000)		(A)	TE 123M IT ===== 119.7 D (N,G), (D,2N),	TE 123	3.45E-02
TE 125M	35.46 0.02 (6.7600)	109.27 0.02 (0.2760)		(A) SB 125	==> TE 125M IT ===== 58. D (N,G), (N,F),	TE 125	2.35E-03
							3.20E-2
TE 127M	57.63 0.08 (0.0033 9.0)	88.26 0.08 (12.0000 8.3)	593.3 0.1 (0.0023 6.4)	(A) SB 127	==> TE 127M IT ===== 109. D (N,G), (N,F),	TE 127 *	3.22E-02
	628.6 0.3 (0.0001)	651.0 0.2 (0.0002)	658.9 0.1 (0.0130 7.7)				1.30E-1
TE 127	57.63 0.08 (0.5600 8.9)	145.2 0.1 (0.0032 7.7)	172.1 0.5 (0.0002)	(A) SB 127	==> TE 127 E- ===== 9.4 H (N,G), (N,F),	J 127	2.15E-01
	202.9 0.1 (0.0586 3.5)	215.1 0.1 (0.0391 4.4)	360.3 0.1 (0.1360 0.7)				1.30E-1
	375.0 0.4 (0.0002)	417.9 0.1 (1.0000)	618.6 0.3 (*****)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
TE 129M	556.65 0.05 (0.1140)	672.03 0.05 (0.0277)	695.98 0.05 (3.1700 5.9)	(A) SB 129	==> TE 129M ^{IT} ====> 33.5 D (N,G), (N,F),	TE 129 * 5.68E-03	8.00E-1
	701.8 0.1 (0.0221)	705.6 0.1 (0.0049)	729.62 0.05 (0.7600 7.9)				
	741.1 0.1 (0.0310 7.7)	768.95 0.07 (0.0034 8.1)	817.2 0.1 (0.0963 7.9)				
	844.9 0.1 (0.0373 6.2)	1022.6 0.1 (0.0226)	1050.4 0.1 (0.0209)	1373.8 0.1 (0.0013 7.6)	1401.6 0.1 (0.0058)		
TE 129	27.8 0.1 (17.4000 9.3)	208.98 0.05 (0.2030 6.0)	250.65 0.05 (0.4360 4.3)	(A) SB 129	==> TE 129 ^{E-} ====> 69. H (N,G), (N,F),	J 129 * 6.29E-02	8.00E-1
	270.7 0.4 (0.0058)	278.43 0.05 (0.6240 5.7)	281.1 0.1 (0.1630 4.8)				
	342.6 0.1 (0.0082)	342.8 0.1 (0.0402)	459.60 0.05 (7.7400 3.2)				
	487.39 0.05 (1.4700 3.4)	531.83 0.05 (0.0919 7.9)	551.5 0.1 (0.0116)	559.76 0.09 (0.0058)	624.4 0.1 (0.0919 7.9)		
	716.8 0.1 (0.0015)	741.1 0.1 (0.0372 9.3)	768.95 0.07 (0.0041)	794.5 0.1 (0.0023)	802.17 0.05 (0.2140 5.8)		
	829.85 0.07 (0.0083)	933.4 0.1 (0.0468 9.2)	925.8 0.1 (0.0007)	982.2 0.2 (0.0180)	1003.6 0.1 (0.0015)		
	1013.8 0.1 (0.0015)	1083.99 0.05 (0.6140 4.3)	1111.74 0.05 (0.2410 5.0)	1204.2 0.1 (0.0006)	1232.5 0.5 (0.0092)		
	1254.2 0.1 (0.0007)	1260.4 0.4 (0.0142)	1263.7 0.7 (0.0090)	1282.1 0.1 (0.0007)			
TE 131M	80.9 0.4 (5.9000)	102.3 0.4 (13.1000)	115. 2. (0.2500)	(A) SB 131	==> TE 131M ^{E-} ====> 30. H (N,G), (N,F),	J 131 * 1.76E-02	2.91E+0
	135. 1. (1.2000)	149.8 0.2 (34.4000)	183. 1. (2.2000)				
	189. 1. (0.3700)	200.7 0.4 (9.7000)	215. 2. (0.3700)				
	231. 1. (0.9800)	240.6 0.4 (11.2000)	254. 1. (1.5000)	279.5 0.5 (3.2000)	310. 1. (0.3700)		
	334.5 0.4 (12.3000)	342.9 0.2 (0.8600)	354. 1. (0.7400)	384.2 0.2 (0.6100)	434. 2. (0.8600)		
	452.5 0.2 (7.2000)	462.6 0.4 (2.8000)	492.8 0.2 (1.4000)	586. 2. (1.2000)	602.2 0.2 (1.2000)		
	665. 1. (4.1000)	712. 1. (1.4000)	744. 1. (1.7000)	773.7 0.4 (46.7000)	782.7 0.6 (9.8000)		
	793.6 0.4 (15.9000)	822.1 0.4 (6.8000)	852.1 0.4 (25.8000)	910. 1. (4.3000)	922. 2. (0.6100)		
	1059.7 0.5 (1.4000)	1125.5 0.4 (14.7000)	1148.5 0.5 (4.7000)	1206.5 0.5 (11.7000)	1238. 1. (0.6100)		
	1315. 1. (1.1000)	1646. 1. (1.7000)	1888. 1. (1.8000)	2001. 1. (2.5000)	2168. 1. (0.3700)		
	2270. 1. (0.3700)						
TE 131	109.8 0.2 (0.0940)	149.8 0.2 (67.0000)	221.4 0.2 (0.0470)	(A) SB 131	==> TE 131 ^{E-} ====> 25. H (N,G), (N,F),	J 131 * 9.68E-02	2.91E+0
	278.3 0.2 (0.6700)	288.3 0.2 (0.1800)	342.9 0.2 (0.7400)				
	353.0 1. (0.0470)	384.2 0.2 (0.7400)	402. 1. (0.0067)				
	421.0 0.2 (0.0340)	452.5 0.2 (16.0000)	492.8 0.2 (4.7000)	496. 1. (0.0270)	545.1 0.2 (0.2700)		
	550.6 0.2 (0.0200)	567.4 0.2 (0.0880)	575. 1. (0.0340)	602.2 0.2 (4.0000)	605.4 0.2 (0.0140)		
	654.0 0.2 (1.2000)	696.0 0.2 (0.3400)	727.0 0.2 (0.2700)	825. 1. (0.0540)	841.9 0.2 (0.1300)		
	853.6 0.2 (0.0540)	958.6 0.2 (0.2000)	934.6 0.2 (0.8100)	948.5 0.2 (2.0000)	951.8 0.2 (0.4000)		
	997.4 0.2 (3.4000)	1008.1 0.2 (1.0100)	1098.7 0.2 (0.5400)	1147.4 0.2 (6.3000)	1278.2 0.2 (0.1200)		
	1294.8 0.2 (0.9400)	1309. 1. (0.0067)	1351.6 0.2 (0.0610)	1427.5 0.2 (0.1100)	1501.0 0.2 (0.1200)		
	1527.9 0.2 (0.0540)	1579. 1. (0.0067)	1652. 1. (0.0067)				
TE 132	49.72 0.01 (13.9000 7.1)	53. 1. (17.0000)	111.76 0.08 (1.8000)	(A) SB 132	==> TE 132 ^{E-} ====> 78. H (N,F),	J 132 *	4.33E+0
	116.3 0.1 (1.9000)	228.16 0.06 (65.0000 5.6)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
TE 133M	74.1 0.2 (0.8000)	91.5 0.2 (0.8000)	88.0 0.2 (3.0000)	(R) SB 133	==> TE 133M ^{E-} ====> J 133 * 54. H		6.67E+0
	94.9 0.2 (6.0000)	164.34 0.09 (1.6000)	169.87 0.09 (12.0000)		(N,F),		
	177.1 0.2 (1.5000)	178.2 0.2 (1.0000)	184.5 0.1 (0.4000)				
	193.2 0.1 (1.2000)	198.2 0.2 (0.6000)	213.36 0.08 (4.2000)	220.9 0.1 (0.5000)	224.0 0.1 (0.4000)		
	244.3 0.1 (0.7000)	251.5 0.1 (0.6000)	257.64 0.09 (1.0000)	261.55 0.07 (14.0000)	334.14 0.07 (15.0000)		
	344.5 0.2 (1.5000)	347.22 0.09 (1.3000)	355.6 0.1 (0.6000)	362.8 0.2 (1.1000)	376.8 0.1 (0.6000)		
	396.96 0.09 (1.7000)	429.0 0.1 (3.6000)	444.90 0.09 (4.4000)	462.1 0.2 (3.4000)	471.85 0.09 (2.3000)		
	478.6 0.1 (1.8000)	519.6 0.2 (0.5000)	534.9 0.1 (2.0000)	574.0 0.1 (3.6000)	622.0 0.2 (1.6000)		
	647.40 0.08 (34.0000)	702.8 0.1 (4.3000)	731.7 0.2 (1.7000)	733.9 0.1 (3.3000)	779.8 0.1 (3.9000)		
	795.7 0.4 (1.5000)	800.5 0.2 (2.2000)	863.9 0.1 (29.0000)	882.8 0.1 (4.8000)	897.7 0.4 (0.5000)		
	912.6 0.1 (100.0000)	914.7 0.1 (19.0000)	934.4 0.3 (1.5000)	978.19 0.09 (9.3000)	980.4 0.2 (2.7000)		
	982.9 0.2 (1.3000)	1029.8 0.2 (1.8000)	1061.8 0.1 (3.1000)	1348.9 0.2 (2.9000)	1459.1 0.2 (2.5000)		
	1516.1 0.3 (1.1000)	1531.6 0.4 (1.0000)	1587.4 0.2 (2.2000)	1683.3 0.2 (6.7000)	1704.4 0.3 (1.1000)		
	1855.7 0.3 (1.3000)	2004.9 0.3 (5.4000)	2027.7 0.4 (1.4000)	2049.2 0.4 (1.7000)			
TE 134	74.0 0.5 (9.3000)	78.1 0.5 (15.4000)	100.8 0.5 (0.3000)	(A) SB 134	==> TE 134 ^{E-} ====> J 134 * 43. H		7.92E+0
	131.3 0.3 (0.2000)	180.1 0.5 (8.9000)	200.3 0.5 (4.3000)		(N,F),		
	209.8 0.5 (10.6000)	259.8 0.6 (0.2400)	277.8 0.5 (9.0000)				
	435.8 0.5 (6.4000)	462.4 0.5 (6.1000)	514.1 0.5 (2.6000)	566.5 0.5 (9.9000)	635.9 0.5 (1.2000)		
	742.4 0.5 (8.9000)	765.2 0.5 (19.7000)	801.5 0.5 (5.8000)	925.2 0.5 (0.8900)			
TE 135	87.4 (*****)	578.8 (*****)	621.3 (*****)	(R) SB 135	==> TE 135 ^{E-} ====> J 135 * 16.3 S		6.43E+0
	871.1 (*****)				(N,F),		
TE 136	267.7 (*****)	332.9 (*****)	403.5 (*****)	(R)	TE 136 ^{E-} ====> J 136 * 20.9 S		6.46E+0
	737.6 (*****)	774.6 (*****)	862.2 (*****)		(N,F),		
J 118	511.006 0.002 (*****)	545. (13.0000)	600. (13.0000)	(R)	J 118 ^{E+} ====> TE 118 * 14.3 H		
	606. (100.0000)	740. (2.0000)	1339. (9.0000)				
J 120M	511.006 0.002 (*****)	560.0 0.6 (100.0000)	601.0 0.6 (100.0000)	(R)	J 120M ^{E+} ====> TE 120 40. H		
	614.0 0.6 (81.0000)	728.5 0.7 (10.0000)	976. 1. (35.0000)				
	1054. 1. (9.7000)	1328.0 1.3 (0.5000)	1348.0 1.4 (26.0000)				
	1405.0 1.4 (20.0000)	1443.0 1.4 (12.0000)	1453.0 1.5 (12.0000)				
J 120	511.006 0.002 (*****)	561.0 0.6 (100.0000)	601.0 0.6 (7.4000)	(R)	J 120 ^{EC} ====> TE 120 1.35H		
	641. (12.0000)	1202. (1.3000)	1526. (20.0000)				
	2455. (16.0000)	2565. (14.0000)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
J 122	511.006 0.001 (200.0000)	564.0 0.2 (25.5000)	616.2 0.6 (0.0508)	(R)	J 122 ^{E+} ===== TE 122 3.5 H (P,N),		
	678. 1. (0.1780)	683.5 0.3 (1.3000)	692.6 0.3 (1.8700)				
	793.0 0.3 (1.8700)	953.2 0.7 (0.0203)	1037. 1. (0.0102)				
	1130. 1. (0.0204)	1188.1 0.5 (0.0408)	1257.0 0.3 (0.3940)	1336.0 0.4 (0.0465)	1357.6 0.4 (0.0178)		
	1376.4 0.3 (0.0533)	1499.4 0.4 (0.2080)	1534.6 0.4 (0.0595)	1723.5 0.4 (0.0612)	1733.3 0.8 (0.0331)		
	1747.1 0.3 (0.4650)	1752.7 0.5 (0.0819)	1794. 1. (0.0204)	1843.7 0.3 (0.1580)	1942. 2. (0.0144)		
	1944.4 0.6 (0.0433)	2030. 1. (0.0542)	2155.5 0.5 (0.0428)	2188. 1. (0.4080)	2192.7 0.7 (0.3740)		
	2226.3 0.8 (0.0203)	2233.9 0.8 (0.0122)	2286.2 0.8 (0.0180)	2312. 2. (0.0050)	2334. 2. (0.0050)		
	2347.0 0.8 (0.0203)	2481.0 0.5 (0.0241)	2488.6 0.5 (0.0122)	2582. 1. (0.0510)	2586.0 0.5 (0.0535)		
	2593. 1. (0.0076)	2719.7 0.5 (0.0294)	2739. 2. (0.0152)	2793. 2. (0.0025)	2919.5 0.5 (0.0224)		
	2981.9 0.9 (0.0152)	3045.0 0.7 (0.0090)	3208. 1. (0.0076)	3291. 1. (0.0050)			
J 123	159.1 (83.0000)	193.7 (0.0250)	192.7 (0.0250)	(A)	J 123 ^{EC} ===== TE 123 13.3 H		
	248.3 (0.0660)	281.0 (0.0660)	346.6 (0.0100)				
	440.4 (0.3500)	505.6 (0.2600)	529.0 (1.1000)				
	538.5 (0.2700)	624.9 (0.0660)	687.7 (0.0250)	736.1 (0.0330)	784.4 (0.0420)		
J 124	511.006 0.002 (46.0000 0.44)	541.2 0.1 (0.1900 5.3)	592.4 0.2 (0.2000)	(A)	J 124 ^{EC} ===== TE 124 4.17D (A,N),		
	602.71 0.02 (62.0000 0.32)	645.84 0.03 (0.9800 3.1)	713.82 0.04 (0.1000)				
	722.78 0.03 (10.2000 2.9)	968.22 0.03 (0.4200 2.4)	976.4 0.1 (0.1000)				
	1045.12 0.04 (0.4300 7.0)	1054.0 0.2 (0.1200 8.3)	1325.53 0.03 (1.4700 3.4)	1368.21 0.04 (0.3200)	1376.25 0.06 (1.7100 1.2)		
	1489.06 0.08 (0.1800)	1509.49 0.04 (3.0700 1.0)	1559.8 0.2 (0.1600)	1637.7 0.5 (0.2000)	1675.8 0.4 (0.1300)		
	1691.04 0.03 (10.7000)	1720.3 0.1 (0.1800)	1851.4 0.4 (1.1700)	1918.7 0.2 (0.1700)	2038.3 0.3 (0.3500 5.7)		
	2078.86 0.07 (0.3600 5.6)	2091.00 0.05 (0.5800 3.5)	2099.05 0.07 (0.1400)	2144.32 0.09 (0.1100)	2232.25 0.07 (0.5900 3.4)		
	2283.25 0.08 (0.6800 7.4)	2746.9 0.1 (0.5000)					
J 126	388.5 0.1 (34.0000)	491.9 0.3 (2.1000 5.0)	511.006 0.002 (0.8700 5.4)	(A)	J 126 ^{EC} ===== TE 126 12.8 D (D,N), (A,N), (P,N),		
	666.2 0.1 (30.0000 3.5)	753.8 0.1 (3.9000 3.9)	880.3 0.3 (0.6400)				
	1377.8 0.3 (0.0015)	1420.2 0.2 (0.2900 8.1)	2044.2 0.4 (0.0044)				
J 128	442.89 0.07 (14.0000)	526.6 0.1 (1.4000)	743. (0.2000)	(A)	J 128 ^{E-} ===== XE 128 25. H (N,G),	7.95E+00	
	969. (0.3000)						
J 130M	536.38 0.09 (15.8000)	586.1 0.1 (1.3800 5.2)	1028. 2. (0.0633)	(A)	J 130M ^{IT} ===== J 130 * 8.82H		
	1122.0 0.2 (0.1920 7.9)	1380. 2. (0.0475)	1615.0 0.5 (0.6050 6.2)				
	1687. 2. (0.0117)	1706. 2. (0.0127)	1760. 2. (0.0427)				
	1958. 2. (0.0301)	1966. 2. (0.0617)	2102. 2. (0.0348)	2150. 2. (0.0364)	2502. 2. (0.0237)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
J 134M	44.40 0.09 (12.2000 4.6)	232.0 0.4 (2.2500)	234.3 0.5 (1.9100)	(A)	J 134M ^{IT} =====> J 134 * 3.53M (N,F),		6.43E+0
	271.9 0.2 (94.5000 2.1)	316.3 0.3 (0.5740 3.0)					
J 134	135.3 0.3 (4.2000 4.4)	139.3 0.3 (0.7890 5.3)	162.4 0.3 (0.2660 3.2)	(A) TE 134 ==>	J 134 ^{E-} =====> XE 134 52. H (N,F),		7.92E+0
	187.5 0.6 (0.7460)	217.9 0.2 (0.1900 7.2)	235.36 0.07 (2.0300 1.9)				
	279.1 0.3 (0.1620)	313.1 0.2 (0.1330)	319.8 0.2 (0.4690 8.1)				
	351.4 0.2 (0.3430 4.7)	405.6 0.1 (7.2800 1.2)	411.5 0.2 (0.5510 3.8)	433.7 0.3 (4.2900 2.5)	459.7 0.3 (1.3100 2.4)		
	489.5 0.3 (1.5700 1.7)	514.9 0.3 (2.5500 3.7)	541.4 0.2 (8.0400 2.1)	565.9 0.2 (1.1700 4.4)	570.8 0.2 (0.4750)		
	595.6 0.1 (11.1000 1.2)	622.2 0.2 (10.8000 1.6)	628.5 0.2 (2.2200 2.8)	677.7 0.2 (7.5200 8.4)	731.0 0.2 (1.8400 2.5)		
	739.3 0.2 (0.5990 4.6)	767.0 0.2 (4.0700 1.8)	817.2 0.2 (0.7130 3.9)	836.7 0.2 (0.6180 5.5)	847.3 0.2 (0.9500 1.0)		
	857.8 0.2 (7.3200 3.5)	884.3 0.2 (64.4000 1.1)	948.3 0.2 (3.9000 3.0)	966.7 0.2 (0.4470 7.6)	974.8 0.2 (4.5900 2.2)		
	1040.1 0.3 (1.8100 2.5)	1072.6 0.3 (14.7000 1.3)	1099.1 0.3 (1.0600 5.0)	1103.6 0.2 (0.8360 4.2)	1136.4 0.2 (9.5800 1.5)		
	1159.4 0.2 (0.3520)	1191.3 0.2 (0.2660)	1270.2 0.2 (0.5800 5.9)	1323.0 0.2 (0.1810)	1337.1 0.2 (0.1330)		
	1354.3 0.2 (0.3900)	1456.2 0.2 (1.5800 2.9)	1470.7 0.3 (0.7320 5.6)	1542.6 0.2 (0.4560)	1614.1 0.2 (4.0400 2.1)		
	1629.5 0.3 (0.1330)	1645.0 0.2 (0.4180)	1656.4 0.3 (0.1520)	1741.7 0.2 (2.3400 2.8)	1806.7 0.2 (5.2400 2.1)		
	1925.6 0.2 (0.1710)	2020.5 0.2 (0.1620)	2157.3 0.5 (0.1430)	2260.0 0.6 (0.1140)	2310.4 0.7 (0.2090)		
	2407.9 0.9 (0.0667)	2450.4 0.9 (0.0665)	2467. 1. (0.1140)				
J 135	112.9 0.5 (0.0204)	165.6 0.5 (0.0321)	184.5 0.5 (0.0204)	(A) TE 135 ==>	J 135 ^{E-} =====> XE 135 * 6.7 H (N,F),		6.43E+0
	197.2 0.5 (0.0234)	220.0 0.2 (2.1100)	229.6 0.2 (0.2040)				
	255. 1. (0.0146)	254.3 0.5 (0.1750)	288.6 0.2 (3.2500 7.3)				
	290.4 0.5 (0.1750)	305.6 0.5 (0.0876)	334. 1. (0.0292)	343. 1. (0.0292)	362.0 0.5 (0.0876)		
	402.9 0.5 (0.1460)	414.8 0.5 (0.2340)	417.7 0.2 (3.1500 7.3)	429.9 0.5 (0.2340)	433.5 0.2 (0.5560)		
	451.8 0.5 (0.2340)	526.8 0.2 (12.7000)	531. 1. (0.5250)	546.5 0.2 (6.2800 7.3)	589. 1. (0.0584)		
	618.6 0.5 (0.0292)	649.5 0.5 (0.3800)	679. 1. (0.0292)	690. 1. (0.1170)	707.3 0.2 (0.6260 7.2)		
	785.3 0.5 (0.1460)	797.3 0.5 (0.1750)	808.1 0.5 (0.0584)	836.9 0.4 (5.3900 8.7)	860.9 0.5 (0.1170)		
	972.7 0.5 (1.1700)	994.8 0.5 (0.2040)	1038.8 0.2 (7.7400)	1097. 1. (0.2000)	1101.7 0.2 (1.5900 7.2)		
	1124.7 0.2 (3.5600 7.8)	1131.6 0.2 (19.2000)	1161. 1. (0.0976)	1169.0 0.2 (0.8560)	1180.4 0.5 (0.0876)		
	1240.5 0.5 (0.8470)	1260.4 0.2 (26.1000 4.1)	1368.2 0.5 (0.6130)	1448.6 0.5 (0.2920 2.5)	1457.3 0.2 (18.0000)		
	1503.0 0.4 (1.0300 2.6)	1566.4 0.5 (1.2600 3.1)	1678.0 0.2 (9.9300 2.4)	1706.7 0.2 (4.2600 2.8)	1791.7 0.4 (8.2400 2.4)		
	1830.9 0.2 (0.5870 2.4)	1927.8 0.5 (0.2920 2.5)	1949.1 0.5 (0.0584 2.5)	1969.0 0.5 (0.0292 2.4)	2046.7 0.4 (0.9000 2.4)		
	2113.7 0.5 (0.2000 2.5)	2153. 1. (0.0234 2.4)	2190. 1. (0.0146 2.4)	2256.7 0.4 (0.6140 2.4)	2409.9 0.4 (0.9590 2.4)		
	2467.5 0.5 (0.0584 2.5)						
J 136M	197.6 0.2 (80.0000 4.9)	370.6 0.2 (16.0000)	381.5 0.2 (100.0000)	(A)	J 136M ^{E-} =====> XE 136 48. S (N,F),		6.46E+0
	1313.0 0.2 (100.0000)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
XE 122	61.8 0.2 (1.8000)	73.3 0.6 (1.1000)	77. 2. (0.2000)	(R)	XE 122 ^{EC} ===== J 122 * 20.1 H		
	90.6 0.2 (2.8000)	103.7 0.3 (0.2000)	148.7 0.2 (16.0000)				
	163.4 0.3 (0.6200)	180.8 0.3 (0.3600)	253.7 0.6 (0.6000)				
	277. 1. (0.4900)	288.6 0.5 (2.2000)	350.1 0.1 (44.0000)	356. 2. (0.7600)			
	564.0 0.2 (100.0000)			416.9 0.2 (11.0000)			
XE 123	39.9 0.3 (0.0060)	138.1 0.2 (0.5000)	148.9 0.2 (100.0000)	(R)	XE 123 ^{E+} ===== J 123 * 2.1 H		
	178.1 0.2 (30.5000 4.9)	192.3 0.3 (0.1700)	330.2 0.2 (17.5000 5.7)				
	474.2 0.2 (0.2100)	511.006 0.002 (8.0900 1)	671.7 0.2 (0.1000)				
	680.5 0.2 (0.4100 7.3)	691.5 0.3 (0.2300)	718.5 0.2 (0.3500 8.6)	728.3 0.2 (0.2500)		752.4 0.2 (0.1200)	
	782.9 0.2 (0.9100 9.9)	802.7 0.3 (0.0400)	816.3 0.3 (0.1500)	820.1 0.3 (0.1200)		833.3 0.3 (0.0800)	
	842.7 0.3 (0.0800)	853.5 0.3 (0.0600)	859.7 0.3 (0.0900)	862.2 0.3 (0.0700)		870.7 0.3 (0.5800)	
	899.6 0.4 (5.0000)	909.0 0.4 (0.1800)	912.0 0.4 (0.1700)	934.9 0.3 (0.6400)		943.5 0.3 (0.1000)	
	949.5 0.3 (0.0600)	964.0 0.3 (1.1000)	979.4 0.3 (0.5800)	1004.2 0.3 (0.1500)		1011.3 0.5 (0.9000)	
	1013.5 0.5 (0.2400)	1041.0 0.3 (0.1500)	1048.9 0.3 (0.2800)	1060.7 0.4 (1.6000)		1064.3 0.4 (1.3500)	
	1093.4 0.3 (5.7000 8.8)	1113.1 0.3 (3.2000 9.4)	1132.2 0.3 (0.1200 8.3)	1153.8 0.3 (0.2000)		1161.3 0.3 (0.2100 9.5)	
	1169.9 0.3 (0.1100 9.1)	1201.5 0.3 (0.1900)	1237.1 0.4 (0.2000)	1242.0 0.4 (1.1500)		1264.7 0.4 (0.0600)	
	1274.6 0.3 (0.0900)	1296.3 0.3 (0.0600)	1310.3 0.3 (0.2700)	1334.3 0.3 (0.0500)		1390.9 0.3 (0.2400)	
	1508.4 0.3 (0.1000)	1534.9 0.3 (0.6200)	1603.9 0.3 (0.3500)	1625.9 0.3 (1.2000)		1656.8 0.4 (0.2700)	
	1686.8 0.3 (1.2500)	1715.9 0.3 (0.3900)	1732.2 0.3 (0.2900)	1756.1 0.3 (0.1900)		1778.2 0.3 (0.2000)	
	1785.4 0.3 (0.0600)	1807.3 0.3 (2.5500)	1822.3 0.3 (0.2500)	1864.7 0.3 (0.1300)		1871.1 0.3 (0.1200)	
	1884.5 0.3 (1.3000)	1913.5 0.4 (0.1500)	1919.8 0.4 (0.0500)	1934.2 0.3 (0.4500)		1955.9 0.3 (0.2000)	
	1974.3 0.3 (0.2800)	1992.5 0.4 (0.0900)	2003.3 0.4 (0.3800)	2037.6 0.4 (0.5000)		2052.4 0.4 (0.0900)	
	2058.9 0.4 (0.1500)	2062.6 0.4 (0.1000)	2071.9 0.4 (0.3400)	2101.3 0.4 (0.3200)		2107.0 0.5 (0.0400)	
	2136.4 0.4 (0.0500)	2144.6 0.4 (0.0700)	2151.7 0.5 (0.0300)	2173.5 0.5 (0.1300)		2178.5 0.5 (0.0800)	
	2189.8 0.4 (0.0400)	2201.2 0.4 (0.0900)	2211.7 0.4 (0.0800)	2218.8 0.4 (0.0700)		2249.6 0.4 (0.0250)	
	2277.0 0.5 (0.0150)	2280.8 0.5 (0.0150)	2306.5 0.5 (0.0200)	2327.3 0.5 (0.0700)		2455.5 0.5 (0.0300)	
XE 125	54.960 (0.9300 9.7)	74.86 (0.9900)	113.57 (1.0000)	(A)	XE 125 ^{EC} ===== J 125 * 16.8 H (N,G),	1.19E-01	
	188.43 (8.6200)	210.42 (0.0070)	243.40 (4.5000 4.4)				
	372.08 (0.0320 9.4)	453.83 (0.6700 7.5)	511.006 0.002 (0.0810)				
	553.9 0.6 (0.0045)	635.8 0.4 (0.0400)	717.1 0.7 (0.0021)	726.8 0.5 (0.0091)		809.4 0.7 (0.0009)	
	819.3 0.6 (0.0029)	846.5 0.4 (0.1900)	901.5 0.4 (0.1100 9.1)	937.3 0.4 (0.0250)		992.5 0.4 (0.0160)	
	1007.5 0.4 (0.0240)	1021.5 0.6 (0.0040)	1075.3 0.5 (0.0120)	1089.9 0.4 (0.0090)		1108.5 0.7 (0.0007)	
	1138.4 0.4 (0.0550 9.1)	1181.0 0.4 (0.1200 8.3)	1193.6 0.6 (0.0150)	1253.6 1.0 (0.0004)		1318.3 1.0 (0.0003)	
	1327.9 1.6 (0.0002)	1383.7 0.8 (0.0008)	1442.1 0.8 (0.0014)	1560.4 1.1 (0.0002)			
XE 131M	163.97 0.02 (2.0000)			(A)	XE 131M ^{IT} ===== J 131 12.0 D (N,G),	1.31E+00	

NUCL IDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
J 136	219.9 0.7 (0.7860)	345.4 0.2 (2.4900)	434. 1. (0.9830)	(A) TE 136	==> J 136 E- ===== 83. S (N,F),	XE 136	6.46E+0
	481.3 0.2 (0.5500)	751. 1. (0.7210)	812.9 0.2 (1.4400)				
	976.1 0.3 (2.9400)	1247.0 0.4 (2.2600)	1313.0 0.2 (65.5000 4.5)				
	1321.1 0.3 (23.8000 9.1)	1536.0 0.4 (1.5000)	1962.0 0.5 (2.4400)	2289.8 0.5 (10.4000)	2414.8 0.5 (6.6100)		
	2635.5 0.5 (7.5100 9.0)	2868.0 0.5 (4.1600)	2956.5 0.8 (0.6550)	3138. 1. (0.4590)	3208. 1. (0.3930)		
	3243. 1. (0.3280)						
J 139					J 139 E- ===== 2.3 S (N,F),	XE 139 *	6.28E+0
J 140					J 140 E- ===== 0.85S (N,F),	XE 140 *	6.30E+0
J 141					J 141 E- ===== 0.44S (N,F),	XE 141 *	5.81E+0
XE 121	57.8 0.2 (4.2000)	80.1 0.2 (19.0000 7.9)	95.7 0.2 (35.5000 8.5)	(R)	XE 121 E+ ===== 40.1 H (N,F),	J 121 *	
	132.8 0.2 (86.5000 8.1)	134.6 0.3 (5.2000)	157.0 0.2 (2.5000)				
	175.8 0.3 (33.5000)	177.7 0.3 (8.5000)	214.6 0.3 (4.6000)				
	252.7 0.2 (100.0000)	300.7 0.2 (20.5000 7.3)	310.5 0.2 (43.0000 9.3)	396.3 0.2 (7.2000 8.3)	433.4 0.2 (8.4000 8.3)		
	445.2 0.2 (61.5000 8.9)	485.3 0.3 (2.1000)	511.006 0.002 (*****)	516.7 0.3 (2.3000)	529.1 0.4 (11.0000)		
	649.7 0.3 (12.2000 9.8)	660.2 0.3 (3.0000)	753.9 0.3 (4.7000)	762.4 0.3 (2.2000)	772.8 0.3 (2.0000)		
	782.5 0.3 (4.5000)	809.0 0.4 (4.1000)	830.9 0.3 (3.3000)	842.5 0.3 (6.5000)	866.0 0.3 (3.8000)		
	931.0 0.3 (10.6000)	938.4 0.5 (1.9000)	939.8 0.5 (3.1000)	944.7 0.5 (2.4000)	958.0 0.3 (7.6000)		
	996.8 0.3 (3.1000)	1010.3 0.5 (1.9000)	1023.9 0.3 (8.8000)	1035.6 0.3 (8.4000)	1046.6 0.3 (4.3000)		
	1082.8 0.5 (4.0000)	1094.2 0.5 (1.7000)	1146.4 0.5 (2.8000)	1181.1 0.5 (2.6000)	1186.4 0.5 (5.3000)		
	1229.8 0.4 (2.1000)	1339.2 0.3 (3.6000)	1365.0 0.5 (1.7000)	1540.8 0.4 (4.4000)	1553.5 0.4 (3.3000)		
	1560.4 0.4 (1.6000)	1574.0 0.4 (2.0000)	1631.5 0.4 (4.5000)	1656.7 0.5 (3.0000)	1710.2 0.4 (1.7000)		
	1731.8 0.5 (1.5000)	1740.4 0.4 (1.8000)	1765.9 0.4 (1.4000)	1778.3 0.5 (2.0000)	1800.9 0.4 (4.5000)		
	1815.4 0.4 (1.5000)	1833.3 0.5 (1.4000)	1835.5 0.5 (2.5000)	1892.0 0.5 (2.3000)	1927.6 0.4 (1.5000)		
	1980.4 0.4 (2.8000)	2012.3 0.4 (2.0000)	2047.6 0.4 (2.5000)	2076.6 0.4 (1.7000)	2087.7 0.5 (3.6000)		
	2122.2 0.5 (1.4000)	2212.6 0.4 (2.0000)	2256.6 0.4 (1.4000)	2278.3 0.4 (2.0000)	2320.5 0.4 (1.6000)		
	2336.0 0.5 (2.0000)	2412.9 0.4 (1.8000)	2428.6 0.5 (5.6000)	2486.5 0.5 (2.0000)	2510.4 0.6 (2.6000)		
	2514.0 0.6 (2.0000)	2538.6 0.5 (1.6000)	2544.7 0.5 (8.5000)	2549.2 0.6 (1.6000)	2569.3 0.5 (1.7000)		
	2589.1 0.6 (2.4000)	2593.7 0.6 (2.9000)	2621.7 0.5 (6.2000)	2634.2 0.6 (3.0000)	2637.3 0.6 (4.7000)		
	2643.4 0.5 (17.5000)	2651.7 0.6 (1.4000)	2664.6 0.6 (1.4000)	2667.7 0.6 (1.3000)	2677.0 0.6 (1.7000)		
	2689.6 0.5 (1.9000)	2697.4 0.6 (1.5000)	2797.7 0.4 (7.0000)	2964.5 0.5 (1.5000)	3159.8 0.5 (1.7000)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
XE 133M	232.9 0.2 (14.0000)			(A)	IT =====> 2.26D (N,G), (N,F),	XE 133 * 7.33E-03	6.67E+0
XE 133	79.55 0.05 (0.4000)			(A) J 133	E- =====> 5.29D (N,G), (N,F),	CS 133 8.33E-02	6.67E+0
	223.43 0.0041 (0.1830)						
XE 135M	526.8 0.2 (80.0000)			(A) J 135	IT =====> 15.6 H (N,A), (N,F),	XE 135 *	6.43E+0
XE 135	158.5 0.4 (0.2400)			(A) XE 135M	E- =====> 9.14H (N,G), (N,A), (N,F),	CS 135 * 2.95E-02	6.43E+0
	358.6 0.4 (0.2200)						
XE 137	394. 0.5 (0.1700)			(A) J 137	E- =====> 229.1 S (N,G), (N,F),	CS 137 * 3.09E-02	6.18E+0
	684. 0.0200 (0.0200)						
XE 138	68.3 0.2 (0.0500)			(A) J 138	E =====> 14.17H (N,F),	CS 138 *	6.60E+0
	242.6 0.1 (3.7000 4.7)						
XE 138	371.4 0.2 (0.4000 8.0)						
	430.1 0.2 (0.2000)						
XE 138	500.3 0.2 (0.3200 9.2)						
	680.2 0.3 (0.0300)						
XE 138	869.3 0.4 (0.5900 7.0)						
	936.2 0.4 (0.1300)						
XE 138	1093.7 0.3 (0.3600 9.0)						
	1311.3 0.4 (0.2000)						
XE 138	1548.8 0.5 (0.1000)						
	1850.7 0.3 (1.3000 6.0)						
XE 138	2079.2 0.3 (1.2000 6.0)						
	2497.4 0.6 (0.1300)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
XE 139	120.8 0.9	175.0 0.3	218.7 0.2	(A) J 139	==> XE 139	E- =====> 39.685	6.28E+0
	(0.9000)	(29.0000)	(77.0000)				
	225.5 0.5	289.8 0.3	296.6 0.3		(N,F),		
	(2.0000)	(10.0000)	(24.0000)				
	339. 1.	358. 1.	393.8 0.3				
	(0.7000)	(6.5000)	(8.0000)				
XE 140	456. 2.	491.2 0.8	514.2 0.8	549. 2.	613.3 0.4		6.30E+0
	(0.1400)	(1.4000)	(2.1000)	(0.6000)	(4.4000)		
	649. 2.	723. 2.	732. 2.	788.1 0.8			
	(*****)	(0.9000)	(1.2000)	(3.2000)			
XE 140	50.6 0.3	80.1 0.1	84.5 0.3	(R) J 140	==> XE 140	E- =====> 13.605	6.30E+0
	(7.1500)	(22.1000 9.0)	(1.1700)				
	89.1 0.3	103.0 0.2	104.4 0.2		(N,F),		
	(1.5500)	(5.5300)	(6.4000)				
	112.5 0.1	118.5 0.1	167.3 0.2				
	(5.2300)	(22.2000 8.9)	(6.1900 9.6)				
XE 140	182.4 0.2	196.3 0.3	198.1 0.2	212.0 0.1	214.8 0.2		6.30E+0
	(1.2000 9.9)	(1.1400)	(2.8000)	(11.9000 9.3)	(1.5500)		
	242.0 0.2	277.0 0.1	281.0 0.1	290.6 0.1	331.0 0.2		
	(0.7200)	(2.8300)	(7.2700)	(2.2200 9.0)	(1.7100)		
	335.6 0.2	373.9 0.1	390.0 0.1	396.4 0.1	410.2 0.2		
	(1.1000)	(2.7300)	(7.3400 9.5)	(3.8300)	(0.9050)		
XE 140	429.4 0.1	435.5 0.3	438.7 0.1	441.2 0.3	445.1 0.2		6.30E+0
	(3.3200 9.0)	(1.0500)	(13.7000)	(2.6000)	(3.5300)		
	461.9 0.1	483.3 0.2	503.4 0.3	505.0 0.4	509.6 0.2		
	(7.4400 8.1)	(0.8400)	(0.9120)	(0.6500)	(4.2000)		
	514.9 0.2	518.9 0.2	524.5 0.2	547.8 0.1	557.3 0.1		
	(5.2200 9.5)	(5.1300 9.7)	(2.3000 8.8)	(5.7100 7.0)	(25.4000 7.5)		
XE 140	561.6 0.3	572.7 0.5	608.1 0.1	622.0 0.1	627.3 0.2		6.30E+0
	(1.4500)	(0.7500)	(11.6000 5.5)	(40.0000 7.1)	(4.8400)		
	639.2 0.2	653.4 0.1	655.7 0.3	672. 1.	686.2 0.3		
	(6.6200 9.0)	(24.7000 8.7)	(3.5000)	(1.5000)	(0.8800)		
	696.9 0.3	734.1 0.3	736.2 0.5	774.1 0.1	786.9 0.2		
	(0.9000)	(1.4200)	(1.0500)	(20.6000 5.7)	(2.0500)		
XE 140	800.1 0.4	805.5 0.1	842.2 0.2	847.1 0.3	850.4 0.2		6.30E+0
	(2.7000)	(100.0000)	(2.7000)	(1.0000)	(2.1000)		
	862.4 0.5	864.2 0.5	879.8 0.1	889.1 0.2	900.7 0.5		
	(0.8100)	(1.1000)	(13.4000 6.3)	(1.9300)	(1.0000)		
	902.9 0.3	912.8 0.2	925.0 0.2	951.9 0.2	963.6 0.5		
	(2.0000)	(4.4000 9.2)	(7.2000 8.4)	(4.3100 9.0)	(0.7000)		
XE 140	982.7 0.4	989.0 0.1	1018.5 0.2	1024.7 0.2	1078. 1.		6.30E+0
	(2.3000)	(15.3000 7.4)	(1.4400)	(1.2800)	(0.8000)		
	1079.8 0.5	1086.7 0.5	1122.8 0.5	1132.7 0.4	1137.1 0.1		
	(1.4000)	(1.3000)	(0.8000)	(3.3000)	(10.5000 9.3)		
	1141.5 0.4	1154.5 0.3	1176.7 0.2	1180.2 0.5	1190. 1.		
	(1.5000)	(1.5000)	(5.5000)	(0.7000)	(1.2000)		
XE 140	1193. 1.	1209.1 0.2	1215.4 0.3	1289.2 0.3	1309.1 0.1		6.30E+0
	(0.8000)	(6.7000)	(1.4000)	(1.0000)	(31.6000 8.5)		
	1315.1 0.1	1347.5 0.2	1413.7 0.1	1427.6 0.1	1585.7 0.3		
	(39.2000 8.8)	(6.7000)	(57.3000 8.3)	(5.5100)	(0.9000)		
	1661.2 0.3	1885.9 0.3	2074.0 0.3	2112.3 0.3	2286.0 0.3		
	(1.2000)	(1.7000)	(1.1000)	(1.8000)	(0.8000)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS-Y. (U 235)
XE 142	73.1 0.1 (45.0000)	124.31 0.04 (6.2000)	157.18 0.02 (13.0000)	(A)	XE 142 E- ====> 1.245 (N,F),	CS 142 *	5.84E+0
	164.81 0.02 (16.0000)	191.56 0.02 (28.0000)	197.19 0.07 (5.7000)				
	203.64 0.05 (50.0000)	211.56 0.06 (4.0000)	218.84 0.05 (4.7000)				
	230.22 0.05 (4.7000)	250.59 0.02 (26.0000)	286.89 0.04 (78.0000)	291.88 0.03 (15.0000)	308.59 0.05 (7.1000)		
	312.6 0.2 (2.7000)	333.7 0.2 (2.1000)	349.0 0.2 (5.8000)	352.84 0.05 (11.0000)	380.13 0.09 (6.3000)		
	394.03 0.05 (15.0000)	404.7 0.3 (2.8000)	406.5 0.2 (11.0000)	414.5 0.2 (43.0000)	428.1 0.1 (5.4000)		
	432.1 0.2 (3.8000)	438.1 0.1 (5.7000)	447.0 0.2 (5.1000)	453.05 0.04 (18.0000)	468.0 0.1 (22.0000)		
	497.6 0.3 (2.0000)	514.4 0.3 (4.0000)	524.3 0.1 (5.4000)	538.12 0.3 (75.0000)	547.4 0.1 (6.3000)		
	557.6 0.2 (5.1000)	562.3 0.5 (2.0000)	571.66 0.02 (100.0000)	578.3 0.3 (2.8000)	582.4 0.2 (5.2000)		
	586.7 0.2 (3.6000)	598.2 0.2 (5.2000)	605.47 0.06 (22.0000)	617.82 0.04 (76.0000)	642.5 0.3 (9.6000)		
	644.55 0.04 (63.0000)	656.83 0.08 (83.0000)	662.0 0.5 (2.8000)	664.4 0.2 (19.0000)	669.0 0.4 (2.0000)		
	672.0 0.2 (6.9000)	693.5 0.3 (4.8000)	734.6 0.3 (4.1000)	737.1 0.2 (16.0000)	740.5 0.2 (2.8000)		
	744.6 0.2 (2.2000)	761.1 0.3 (2.0000)	765.5 0.2 (4.1000)	775.5 0.4 (3.3000)	801.1 0.2 (6.8000)		
	806.7 0.2 (6.9000)	815.4 0.3 (3.7000)	863.9 0.5 (2.2000)	891.5 0.3 (12.0000)	917.9 0.3 (3.3000)		
	930.8 0.2 (2.1000)	943.4 0.5 (2.9000)	957.3 0.2 (6.6000)	982.4 0.4 (2.0000)	991.5 0.2 (7.9000)		
	997.0 0.3 (3.9000)	1019.6 0.5 (3.0000)	1068.2 0.4 (4.4000)	1108.3 0.5 (2.2000)	1156.9 0.2 (6.7000)		
	1164.7 0.4 (2.7000)	1183.7 0.5 (2.2000)	1187.3 0.2 (6.7000)	1194.6 0.2 (7.0000)	1219.18 0.09 (8.2000)		
	1227.12 0.07 (24.0000)	1232.9 0.2 (4.2000)	1258.2 0.1 (9.9000)	1300.24 0.08 (40.0000)	1303.6 0.5 (4.1000)		
	1312.34 0.09 (29.0000)	1338.3 0.5 (2.9000)	1410.5 0.2 (8.8000)	1472.8 0.3 (2.0000)	1602.4 0.2 (2.3000)		
	1607.0 0.2 (4.6000)	1633.1 0.2 (2.1000)	1711.0 0.2 (2.5000)	1832.4 0.4 (3.7000)	1837.0 0.3 (3.6000)		
	1844.3 0.2 (2.8000)	1862.2 0.2 (2.1000)	1875.5 0.3 (3.0000)	1902.1 0.2 (6.5000)	2078.5 0.4 (2.2000)		
CS 129	93.5 0.4 (1.4000)	267.0 0.2 (0.7200 9.7)	270.6 0.2 (0.4300)	(R)	CS 129 EC ====> 32.1 H	XE 129	
	278.8 0.2 (4.0600 4.9)	282.3 0.2 (0.6400 9.4)	318.4 0.2 (7.8500 5.1)				
	372.0 0.2 (100.0000)	411.7 0.3 (73.2000 5.5)	549.0 0.2 (10.8000 4.6)				
	588.5 0.2 (1.8600 8.1)	864.2 0.8 (0.0800)	906.3 0.2 (0.7500)	946.0 0.3 (0.2200)			
CS 130	511.006 0.002 (100.0000)	536.0 0.1 (4.3700)	686.1 0.1 (0.5070)	(R)	CS 130 E+ ====> 29.1 H	XE 130	
	894.0 0.1 (0.4590)	1122.5 0.4 (0.0786)	1250. 2. (0.0218)		(A,N),		
	1257.5 0.6 (0.0917)	1264.1 0.9 (0.0480)	1480.9 0.9 (0.0349)				
	1614.6 0.3 (0.2660)	1637.3 0.3 (0.2050)	1706.8 0.3 (0.1440)	1849.0 0.7 (0.0293)	1959. 1. (0.0149)		
	1996.3 0.5 (0.1750)	2093. 1. (0.0114)	2151. 1. (0.0086)				
CS 132	363. 1. (0.0710)	464.5 0.2 (1.9000)	505.3 0.2 (0.8100)	(A)	CS 132 EC ====> 6.470	XE 132	
	511.006 0.002 (0.3700)	566.9 0.3 (0.2500)	625.8 0.2 (1.0300)		(N,P),(N,2N), (P,N), (T,P),		
	664.5 1.0 (0.0640)	667.5 0.1 (99.0000)	772.5 0.3 (0.0750)				
	1031.7 0.3 (0.1250)	1135.6 0.2 (0.5100)	1297.86 0.3 (0.0570)	1317.8 0.2 (0.0590)	1965.7 0.4 (0.0710)		
CS 134M	127.3 0.2 (14.0000)			(A)	CS 134M IT ====> 2.9 H	CS 134 *	3.18E+00
					(N,G),		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
CS 134	242.69 0.04 (0.0235)	328.5 0.1 (0.0800)	475.36 0.04 (1.5600 4.6)	(A)	CS 134 E- =====> 2.06A (N,G),	BA 134 3.55E+01	
	562.33 0.04 (9.8700 4.5)	569.37 0.05 (15.9000 4.7)	604.74 0.03 (58.0000 6.0)				
	795.81 0.05 (86.5000 4.2)	801.9 0.3 (8.7600 4.4)	1038.6 0.5 (1.0000 4.8)				
	1168.0 0.4 (1.8800 4.9)	1365.1 0.3 (3.2400 4.6)					
CS 136	66.90 (1.0000)	85.43 (5.8000)	109.87 (0.4500)	(A)	CS 136 E- =====> 13.0 D (N,A), (D,A), (N,P),	BA 136	
	153.38 (8.2000)	164.04 (4.5000)	166.67 (0.6500)				
	176.75 (13.0000)	187.3 (0.5500)	273.76 (13.0000)				
	219.90 (0.6000)	340.60 (45.0000)	507.20 (1.0000)	818.48 (100.0000)	1048.10 (81.0000)		
	1235.41 (20.0000)						
CS 137	32.1 0.1 (5.7000)	36.5 0.1 (1.3000)	661.63 0.02 (85.1000)	(A) XE 137 ==>	CS 137 E- =====> 29.90A (N,F),	BA 137H*	6.17E+0
CS 138M	79. (2.5000)	113.5 (7.0000)	192.5 0.5 (72.0000)	(R)	CS 138M IT =====> 3.0 M (N,P),	CS 138 *	
	214. (*****)	325.5 (*****)	462.8 0.1 (100.0000)				
	1435.9 0.2 (100.0000)						
CS 138	137.8 0.2 (3.7000 1.0)	192.3 0.4 (2.0000 1.1)	193.7 0.5 (0.3530)	(A) XE 138 ==>	CS 138 E- =====> 32.8 S (N,P), (N,F),	BA 138	6.60E+0
	212.2 0.3 (0.1650)	227.6 0.2 (4.4000 1.9)	324.9 0.3 (0.1880)				
	333.9 0.3 (0.0540)	364.4 0.2 (0.4630)	409.0 0.2 (10.4000 1.7)				
	421.5 0.2 (0.1800)	462.79 0.08 (66.9000 1.6)	516.4 0.5 (0.2030)	547.00 0.09 (21.4000 1.3)	681.2 0.4 (0.0555)		
	767. 1. (0.0443)	772.7 0.4 (0.1280)	782.0 0.4 (0.1950)	871.7 0.2 (5.3500 5.5)	880.6 0.8 (0.0750)		
	935. 1. (0.1300)	1009.8 0.2 (52.7000 1.1)	1041.6 0.9 (0.0278)	1054.0 0.8 (0.0645)	1147.2 0.5 (0.5630)		
	1204. 1. (0.1880)	1265. 1. (0.1800)	1343.5 0.4 (0.9000)	1415.7 0.6 (0.3830)	1435.8 0.2 (76.1000 3.5)		
	1444.8 0.5 (0.3750)	1478. 1. (0.0225)	1495.8 0.9 (0.0975)	1555.3 0.4 (0.1950)	1573. 1. (0.0300)		
	1614. 1. (0.0525)	1717.4 0.6 (0.0375)	1727.7 0.6 (0.0450)	1747. 1. (0.0450)	1778.3 0.6 (0.0750)		
	1871. 2. (17.1000 0.1)	1981. 1. (0.1350)	2062. 1. (0.0435)	2212. 2. (0.1200)	2217.8 0.2 (15.4000 4.6)		
	2499.6 0.8 (0.1280)	2583.2 0.8 (0.2400)	2639.3 0.3 (7.6000 4.6)	2731. 1. (0.1200)	2807. 1. (0.1050)		
	2922. 1. (0.0087)	2931. 1. (0.0225)	3050. 1. (0.0285)	3072. 1. (0.0097)	3338.9 0.8 (0.1500)		
	3352. 2. (0.0413)	3365.9 0.8 (0.2180)	3442. 2. (0.0067)	3642. 2. (0.0195)	3937. 2. (0.0150)		
	4081. 2. (0.0113)						
CS 139	102. 2. (6.6000)	627. 2. (27.0000)	1107. 2. (100.0000)	(R) XE 139 ==>	CS 139 E- =====> 556. S (N,F),	BA 139 *	6.28E+0
	1284. 2. (6.5000)						
CS 140	528.2 0.5 (5.8000)	602.2 0.3 (100.0000)	671.9 1.0 (2.4000)	(R) XE 140 ==>	CS 140 E- =====> 63.7 S (N,F),	BA 140 *	6.30E+0
	735.5 1.0 (1.0000)	908.2 0.5 (16.0000)	1008.5 1.0 (2.0000)				
	1130.3 1.0 (5.5000)	1200. 1. (5.7000)	1221.2 1.0 (4.2000)				
	1246.2 1.0 (1.2000)	1390.8 1.0 (2.4000)	1499.9 1.0 (6.1000)	1633.8 1.5 (3.4000)	1827.0 2.0 (2.5000)		
	1852.6 0.5 (8.1000)	1948.2 1.5 (2.0000)	2099. 2. (4.7000)	2237. 2. (3.1000)	2330. 2. (3.6000)		
	2348. 2. (*****)	2429. 2. (4.6000)	2522. 2. (5.0000)	3055. 2. (*****)	3794. 2. (*****)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
CS 141				XE 141 ==>	CS 141 E- =====> 24.7 S (N,F),	BA 141 *	5.81E+0
CS 142	140.0 0.6 (0.7000)	175.7 0.7 (0.6000)	186.3 0.3 (0.5000)	(R) XE 142 ==>	CS 142 E- =====> 1.67S (N,F),	BA 142 *	6.46E+0
	208.8 0.4 (0.5000)	277.2 0.8 (0.5000)	281.9 0.6 (0.5000)				
	325.1 0.5 (0.6000)	359.52 0.02 (100.0000)	401.6 0.5 (0.7000)				
	459.3 0.6 (1.0000)	475.0 0.3 (1.2000)	857.3 0.5 (1.4000)	915.4 0.7 (1.1000)	932.9 0.2 (2.7000)		
	966.9 0.1 (37.0000)	986.2 0.4 (1.7000)	1015.3 0.5 (1.1000)	1064.2 0.4 (3.2000)	1100.6 0.3 (2.1000)		
	1118.2 0.6 (1.0000)	1137.5 0.5 (0.9000)	1175.88 0.08 (12.0000)	1192.6 0.4 (1.6000)	1243.5 0.1 (1.7000)		
	1279.88 0.07 (7.3000)	1326.48 0.02 (36.0000)	1333.1 0.2 (5.0000)	1422.96 0.05 (8.0000)	1556.7 0.1 (3.2000)		
	1610.9 0.2 (1.5000)	1768.5 0.1 (2.1000)	1818.1 0.1 (1.8000)	1898.81 0.09 (5.0000)	1915.6 0.2 (1.2000)		
	1935.3 0.2 (2.0000)	1957.0 0.5 (1.6000)	1960.9 0.5 (0.8000)	1982.1 0.1 (6.3000)	2057.2 0.5 (0.5000)		
	2152.0 0.5 (0.5000)	2165.4 0.5 (0.5000)	2246.5 0.1 (3.2000)	2254.1 0.2 (2.2000)	2300.0 0.4 (0.7000)		
	2334.6 0.4 (0.7000)	2341.4 0.2 (1.2000)	2351.2 0.3 (1.1000)	2393.4 0.5 (0.7000)	2397.6 0.2 (1.8000)		
	2411.7 0.4 (0.9000)	2455.2 0.5 (0.5000)	2508.3 0.4 (0.7000)	2522.6 0.2 (1.9000)	2544.5 0.4 (0.7000)		
	2575.7 0.7 (0.5000)	2613.6 0.3 (0.9000)	2655.2 0.4 (0.7000)	2676.5 0.4 (0.6000)	2720.0 0.8 (0.5000)		
	2725.3 0.2 (3.2000)	2757.2 0.2 (2.2000)	2784.6 0.3 (1.0000)	2795.7 0.5 (0.5000)	2840.2 0.3 (0.9000)		
	2856.1 0.5 (0.5000)	2882.5 0.1 (2.6000)	2924.1 0.1 (3.8000)	2939.1 0.4 (0.9000)	2987.5 0.6 (0.5000)		
	2992.6 0.5 (0.6000)	3079.7 0.7 (0.5000)	3144.4 0.2 (1.4000)	3167.3 0.4 (0.9000)	3182.3 0.6 (0.6000)		
	3262.0 0.4 (1.1000)	3282.9 0.2 (4.1000)	3368.9 0.5 (0.7000)	3426.1 0.2 (2.1000)	3573.03 0.09 (4.9000)		
	3662.5 0.4 (1.0000)	3786.6 0.2 (1.6000)	3798.2 0.2 (1.9000)	3835.0 0.2 (2.2000)	3852.7 0.7 (0.6000)		
	3870.5 0.2 (1.3000)	3876.8 0.8 (0.7000)	3897.3 0.4 (0.8000)	3931.7 0.2 (2.2000)	4028.1 0.4 (0.7000)		
	4036.6 0.4 (0.7000)	4086.5 0.5 (0.6000)	4096.1 0.3 (1.0000)	4237.1 0.2 (1.7000)	4249.4 0.4 (0.6000)		
	4276.5 0.3 (0.6000)	4369.3 0.2 (2.2000)	4418.0 0.2 (2.1000)	4494.2 0.4 (0.6000)	4564.8 0.4 (0.5000)		
CS 143				XE 143 ==>	CS 143 E- =====> 1.67S (N,F),	BA 143 *	5.87E+0
CS 144	199.3 0.2 (*****)			(R) XE 144 ==>	CS 144 E- =====> 1.01S (N,F),	BA 144 *	5.34E+0

NUCLIDE	ENERGY (KEV)			INTENSITY		ABS/REL	DECAY CHAIN		SAT. ACTIVITY	FISS. Y.	
									(CI/G)	(U 235)	
BA 129	129.1	0.1	135.6	0.3	176.9	0.3	(R)	BA 129	EC =====> 2.17H	CS 129 *	
	(51.0000)		(8.0000)		(12.0000)						
	182.3	0.1	202.3	0.1	214.3	0.1					
	(100.0000)		(39.0000)		(87.0000)						
	220.8	0.1	238.3	0.6	333.9	0.7					
	(53.0000)		(1.6000)		(0.3400)						
	366.4	0.2	392.4	0.4	420.2	0.2	426.7	0.4	435.1	0.5	
	(2.0000)		(13.0000)		(25.0000)		(0.9600)		(1.4000)		
	459.6	0.2	468.0	0.2	481.6	0.2	501.4	0.4	528.4	0.3	
	(14.0000)		(2.8000)		(8.2000)		(3.7000)		(2.2000)		
	534.6	0.3	543.2	0.2	546.8	0.3	554.1	0.2	566.1	0.3	
	(2.5000)		(4.2000)		(11.0000)		(16.0000)		(6.8000)		
	569.1	0.4	566.9	0.1	656.4	0.3	670.8	0.7	678.9	0.1	
	(2.2000)		(16.0000)		(4.5000)		(0.6800)		(15.0000)		
	684.4	0.7	693.4	0.2	700.6	0.3	712.2	0.3	744.9	0.4	
	(0.6500)		(4.0000)		(2.4000)		(2.8000)		(0.9000)		
	748.6	0.2	768.6	0.3	776.1	0.5	780.6	0.2	783.3	0.4	
	(6.8000)		(2.8000)		(0.6500)		(7.1000)		(1.3000)		
	802.5	0.3	804.0	0.3	820.3	0.3	829.3	0.3	833.6	0.3	
	(5.9000)		(4.5000)		(4.2000)		(1.4000)		(2.8000)		
	872.5	0.1	892.7	0.1	927.5	0.3	933.4	0.3	935.5	0.3	
	(5.9000)		(21.0000)		(1.5000)		(2.8000)		(3.1000)		
	944.5	0.4	947.5	0.4	957.3	0.3	962.7	0.3	991.4	0.3	
(0.7100)		(1.3000)		(5.4000)		(2.4000)		(1.5000)			
999.7	0.1	1035.1	0.3	1044.7	0.3	1047.6	0.6	1077.4	0.3		
(7.9000)		(9.0000)		(16.0000)		(5.7000)		(1.4000)			
1116.3	0.3	1122.4	0.2	1127.1	0.3	1164.6	0.2	1179.1	0.5		
(1.5000)		(7.1000)		(3.1000)		(8.8000)		(0.7300)			
1209.2	0.2	1221.8	0.1	1237.8	0.4	1250.8	0.3	1255.6	0.4		
(9.0000)		(8.5000)		(1.1000)		(1.9000)		(5.6000)			
1276.2	0.4	1293.1	0.4	1295.4	0.4	1370.3	0.4	1385.4	0.4		
(0.4000)		(0.8500)		(0.4000)		(1.1000)		(0.9600)			
1399.9	0.5	1421.6	0.4	1439.9	0.5	1444.2	0.5	1459.3	0.1		
(0.5100)		(0.2800)		(0.5600)		(0.5900)		(56.0000)			
1473.7	0.4	1492.3	0.4	1604.5	0.6	1610.0	0.3	1623.8	0.2		
(1.4000)		(0.6200)		(0.2800)		(1.8000)		(11.0000)			
1641.2	0.4	1654.0	0.2	1693.8	0.5	1701.5	0.5	1752.3	0.4		
(0.4200)		(3.7000)		(0.2500)		(0.3400)		(0.4000)			
1787.9	0.4	1805.4	0.4	1810.1	0.4	1818.6	0.3	1830.4	0.2		
(0.2300)		(0.7100)		(0.2000)		(0.5900)		(4.0000)			
1922.8	0.3	1947.7	0.3	2069.7	0.3	2287.1	1.0				
(0.3100)		(1.6000)		(0.2800)		(0.0800)					
BA 131M	108.2	0.2				(A)	BA 131M	IT =====> 14.5 H	BA 131 *	3.02E-03	
	(40.0000)						(N, G),				
BA 131	55.0	0.3	78.7	0.2	82.4	0.3	(A)	BA 131	EC =====> 11.8 D	CS 131 *	1.32E-02
	(0.1530)		(1.0800)	6.5	(0.0279)						
	92.3	0.2	123.5	0.5	133.4	0.5					
	(1.1500)	6.3	(40.0000)		(2.8400)		(N, G),				
	157.2	0.2	215.7	0.5	239.45	0.09					
	(0.3670)	8.2	(28.2000)	5.0	(3.8700)	6.0					
	247.0	0.3	249.4	0.2	294.4	0.2	351.7	0.3	373.0	0.5	
	(0.9680)	9.1	(4.5500)	4.9	(0.2460)		(0.2390)		(21.3000)		
	404.10	0.08	427.8	0.2	451.37	0.09	461.2	0.3	462.9	0.3	
	(1.8800)	7.1	(0.1490)		(0.1050)		(0.2910)		(0.1630)		
	480.5	0.2	486.5	0.2	496.23	0.06	572.95	0.08	585.0	0.1	
	(0.6520)		(2.7000)	6.9	(63.4000)	4.6	(0.2570)	9.8	(1.6800)	7.4	
620.19	0.09	674.8	0.2	696.5	0.1	832.0	0.2	914.8	0.3		
(1.8800)	7.1	(0.1890)		(0.2030)		(0.3390)		(0.1030)			
524.4	0.1	969.4	0.3	1048.3	0.3						
(1.0400)		(0.0719)		(1.9800)	5.1						
BA 133M	276.					(A)	BA 133M	IT =====> 38.9 H	BA 133 *	1.72E-04	
	(17.0000)						(N, G), (P, N), (D, 2N),				
BA 133	53.21	0.04	79.65	0.03	80.996	0.005	(A)	BA 133	EC =====> 10.35A	CS 133	9.77E-03
	(2.2100)	4.4	(2.8600)	6.1	(35.9000)	2.1					
	160.62	0.03	223.12	0.04	276.40	0.02					
	(0.7140)	2.7	(0.4830)	3.6	(7.2700)	1.4	(N, G), (P, N),				
BA 133	302.84	0.02	356.03	0.03	383.84	0.02					
	(18.6000)	1.4	(62.4000)	1.4	(8.9400)	1.4					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/PEL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
BA 135M	268.1 0.2 (18.6000)			(A)	BA 135M $\xrightarrow{IT}$ BA 135 28.7 H (N,G),	4.53E-03	
BA 137M	661.53 0.02 (89.0000)			(A) CS 137 $\Rightarrow$	BA 137M $\xrightarrow{IT}$ BA 137 2.55H (N,F),		6.18E+0
BA 139	165.85 0.02 (23.0000)	1053.0 0.4 (0.0006)	1090.8 0.2 (0.0140)	(A) CS 139 $\Rightarrow$	BA 139 $\xrightarrow{E-}$ LA 139 82.9 H (N,G), (N,F),	2.97E-01	6.28E+0
	1215.5 0.4 (0.0041)	1219.1 0.4 (5.2000)	1254.7 0.2 (0.0470)				
	1256.7 1.0 (0.0057)	1310.6 0.2 (0.0043)	1370.6 0.5 (0.0037)				
	1381.6 0.4 (0.0001)	1392.5 0.4 (0.0001)	1420.5 0.2 (0.3300)	1476.4 0.3 (0.0021)	1518. 1. (0.0001)		
	1536.3 0.3 (0.0029)	1558.3 0.3 (0.0003)	1578.2 0.4 (0.0007)	1595.5 0.3 (0.0026)	1601.4 1.0 (0.0003)		
	1683.2 0.3 (0.0034)	1691.2 1.0 (0.0003)	1754.6 0.5 (0.0001)	1762. 1. (0.0001)	1767.6 1.0 (0.0003)		
	1797.4 1.0 (0.0001)	1895.1 0.6 (0.0000)	1920.8 0.6 (0.0001)	2060.2 0.4 (0.0001)			
BA 140	13.85 0.05 (1.2900 3.1)	29.96 0.05 (14.0000)	34.15 (1.2400 7.3)	(A) CS 140 $\Rightarrow$	BA 140 $\xrightarrow{E-}$ LA 140 * 12.79D (N,F),		6.30E+0
	114.3 1.3 (0.0480)	132.76 0.08 (0.1700)	144. 5. (0.0400)				
	162.7 0.1 (6.2000 4.8)	177. 5. (0.1900)	304.83 0.02 (4.5000 6.7)				
	423.70 0.02 (3.2000 6.3)	437.57 0.02 (2.1000 9.5)	467.57 0.05 (0.2100)	498. 5. (0.4000)	512. 5. (0.2600 0)		
	537.29 0.04 (23.8000 5.0)	602. 5. (0.6000)	637. 5. (0.3000)	661. 5. (0.7000)			
BA 141	112.94 0.08 (2.3800 8.1)	163.0 0.1 (1.2500)	165.7 0.3 (0.7000 9.4)	(R) CS 141 $\Rightarrow$	BA 141 $\xrightarrow{E-}$ LA 141 * 18.27H (N,F),		5.81E+0
	180.66 0.06 (0.8490 6.7)	190.31 0.05 (10.0000)	276.94 0.03 (52.9000 4.6)				
	304.19 0.03 (96.7000)	343.66 0.03 (32.6000 5.0)	349.1 0.2 (0.9000 7.9)				
	364.7 0.1 (1.1100)	389.71 0.05 (3.0600 5.5)	457.61 0.04 (11.2000 5.4)	462.16 0.04 (11.3000 5.4)	467.27 0.04 (12.9000 8.0)		
	522.1 0.2 (1.2000 7.1)	524.3 0.2 (1.0000 7.1)	527.5 0.2 (1.0000 7.1)	572.0 0.2 (0.6000)	625.19 0.04 (7.0000 7.8)		
	635.9 0.2 (1.0000 7.1)	647.89 0.06 (12.5000 9.8)	660.8 0.2 (0.6000)	675.1 0.2 (1.1000)	698.5 0.2 (1.2000)		
	704.5 0.2 (1.0000 7.1)	739.01 0.07 (9.8100 6.8)	826.3 0.2 (1.0000)	831.60 0.07 (3.8000 7.1)	876.14 0.07 (7.8200 9.2)		
	929.4 0.2 (1.8000)	943.2 0.2 (2.4000)	981.5 0.2 (1.9000)	1160.7 0.2 (3.3000 7.1)	1197.3 0.2 (0.7280)		
	1224.7 0.2 (0.7000)	1264.0 0.2 (1.7000 8.3)	1273.4 0.2 (1.5000 9.4)	1278.1 0.2 (1.7000 8.3)	1310.9 0.2 (1.5000 9.4)		
	1323.7 0.2 (2.2000 9.7)	1346.1 0.3 (1.0000 7.1)	1377.8 0.2 (2.1000)	1405.2 0.2 (0.5000)	1436.7 0.2 (1.8000)		
	1458.6 0.2 (1.5000)	1501.4 0.2 (0.8000 8.8)	1551.0 0.3 (0.5000)	1568.8 0.3 (1.0000)	1653.7 0.2 (1.8000)		
	1682.3 0.2 (2.8000)	1712.9 0.3 (0.8000)	1735.3 0.3 (1.0000 7.1)	1740.8 0.3 (1.0000)	1795.4 0.3 (1.3000)		
	1989.6 0.2 (1.0000 7.1)	2026.4 0.2 (1.0000)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			AHS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
BA 142	69.7 0.1 (1.3300)	77.59 0.02 (41.8000 5.2)	77.6 0.1 (54.0000)	(R) CS 142 ==>	BA 142 E- =====> 10.65M LA 142 *		5.84E+0
	84.4 0.2 (1.0000 9.8)	123.01 0.05 (5.1000)	154.4 0.1 (2.7700 8.4)		(N,F),		
	162.0 0.2 (0.6000)	176.94 0.04 (6.5000)	216.30 0.06 (1.1900)				
	222.8 0.1 (1.6300)	231.57 0.04 (57.0000)	242.79 0.06 (1.4300 9.3)	255.20 0.06 (100.0000)	269.6 0.1 (4.6000)		
	283.9 0.3 (1.0000)	286.29 0.04 (5.9000)	309.09 0.05 (14.9000 6.3)	334.95 0.04 (7.6000)	337.3 0.1 (1.5300)		
	346.7 0.5 (0.8000)	363.89 0.05 (28.0000)	379.13 0.09 (3.0700)	381.0 0.7 (1.0000)	417.6 0.1 (2.1400 8.8)		
	424.99 0.04 (3.0000 0.8)	432.22 0.06 (6.0000)	448.1 0.5 (1.2000)	457.3 0.2 (2.2000)	473.31 0.07 (2.0700)		
	488.3 0.5 (0.6000)	513.3 0.5 (1.3000)	531.9 0.6 (0.5000)	537.5 0.5 (0.6000)	558.3 0.3 (1.7000)		
	590.4 0.2 (2.2000)	599.75 0.05 (12.0000 0.2)	604.2 0.3 (1.8000)	608.9 0.2 (2.0000)	769.5 0.1 (3.5600 8.8)		
	786.4 0.3 (1.4000)	792.2 0.4 (1.2000)	823.4 0.3 (2.3000)	840.27 0.05 (18.0000)	876.6 0.9 (0.4000)		
	894.97 0.06 (69.0000)	948.81 0.05 (58.0000)	1000.91 0.05 (52.0000)	1032.8 0.3 (2.7000)	1078.52 0.04 (59.0000)		
	1093.55 0.05 (16.0000)	1123.0 0.1 (1.9000)	1126.57 0.05 (8.9000)	1148.4 0.1 (2.2400)	1202.2 0.1 (30.0000)		
	1203.99 0.06 (97.0000)	1283.4 0.5 (0.9000)	1380.03 0.07 (15.0000)				
BA 143	81.4 0.1 (29.0000 8.6)	156.6 0.1 (65.0000)	172.8 0.1 (100.0000 1.7)	(R) CS 143 ==>	BA 143 E- =====> 13.7 S LA 143 *		5.87E+0
	289.8 0.1 (64.0000 3.7)	515.5 0.3 (88.0000 4.5)			(N,F),		
BA 144	388.5 0.2 (100.0000)	430.4 0.4 (75.0000)		(R) CS 144 ==>	BA 144 E- =====> 9.09S LA 144 *		5.34E+0
					(N,F),		
BA 145	297.8 0.4 (61.0000 3.9)	544.9 0.5 (100.0000)	571.1 0.3 (86.0000)	(R)	BA 145 E- =====> 5.6 S LA 145 *		3.88E+0
					(N,F),		
BA 146	327.0 0.3 (37.7000 5.1)	332.9 0.2 (100.0000)		(R)	BA 146 E- =====> 1.70S LA 146 *		2.96E+0
					(N,F),		

NUCL IDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
LA 132	193.	306.	430.	(A)	LA 132	E+ =====> 8A 132 4.5 H	
	(11.0000)	(0.5000)	(0.1500)				
	464.	499.	515.				
	(74.0000)	(0.6000)	(4.5000)				
	540.	553.	567.				
	(6.5000)	(0.2500)	(15.2000)				
	601.	644.	654.	663.	689.		
	(0.2000)	(0.2500)	(0.3500)	(8.7000)	(0.2500)		
	697.	801.	816.	847.	881.		
	(0.6000)	(0.2000)	(0.4500)	(0.2000)	(0.9000)		
	899.	940.	966.	976.	994.		
	(4.2000)	(0.2000)	(0.5000)	(0.4000)	(0.4000)		
	1031.	1046.	1188.	1196.	1208.		
	(8.5000)	(3.4000)	(0.4000)	(0.5000)	(0.5000)		
	1221.	1240.	1246.	1263.	1285.		
	(3.0000)	(0.2500)	(0.3500)	(0.2000)	(0.2500)		
	1308.	1342.	1366.	1370.	1390.		
	(0.2000)	(0.5000)	(0.3500)	(0.3500)	(0.2000)		
	1398.	1407.	1439.	1532.	1535.		
	(0.3000)	(0.2000)	(0.5000)	(2.6000)	(2.6000)		
	1556.	1581.	1603.	1704.	1755.		
	(0.2000)	(1.1000)	(4.0000)	(0.2000)	(0.2000)		
	1776.	1802.	1823.	1846.	1870.		
	(0.5000)	(0.5000)	(0.4000)	(0.5000)	(0.2000)		
	1877.	1909.	1948.	1998.	2041.		
	(0.4000)	(9.3000)	(0.2500)	(0.6000)	(0.8000)		
	2102.	2185.	2284.	2304.	2364.		
	(6.3000)	(0.3000)	(0.3500)	(0.4000)	(0.3500)		
	2390.	2410.	2453.	2462.	2557.		
	(1.1000)	(0.5500)	(0.6000)	(0.9000)	(0.2500)		
	2631.	2659.	2684.	2690.	2692.		
	(0.4500)	(0.2000)	(0.2000)	(0.9000)	(0.6500)		
	2709.	2741.	2754.	2776.	2912.		
	(0.2500)	(0.2000)	(1.9000)	(0.1500)	(0.2000)		
	2872.	2970.	3028.	3098.	3125.		
	(0.3000)	(0.1500)	(0.2000)	(0.6000)	(0.1500)		
	3143.	3154.	3168.	3185.	3197.		
	(0.1000)	(0.1000)	(0.3000)	(0.1000)	(0.9000)		
	3248.	3265.	3354.	3363.	3382.		
	(0.1500)	(0.2000)	(0.3500)	(0.2500)	(0.2000)		
	3437.	3477.	3506.	3605.	3633.		
	(0.1000)	(0.1000)	(0.1500)	(0.1500)	(0.4000)		
LA 134	563.0 0.6	605.2 0.5	1111.7 0.8	(R)	LA 134	E+ =====> 8A 134 6.7 H	
	(6.0000)	(100.0000)	(0.9000)				
	1168.5 0.6	1210.9 0.6	1320.5 0.8				
	(3.7000)	(4.1000)	(3.7000)				
	1396.6 0.7	1424.7 0.5	1483.6 0.6				
	(1.3000)	(8.2000)	(6.4000)				
	1554.8 0.6	1718.2 0.8	1732.1 0.5	1773.7 0.5	1778.7 1.2		
	(16.0000)	(0.4000)	(7.4000)	(1.7000)	(0.1000)		
	1959.2 0.7	1994.2 1.0	2028.5 1.0	2050.7 1.5	2088.1 0.7		
	(1.2000)	(1.0000)	(0.7000)	(0.1400)	(1.0000)		
LA 140	2090.0 1.0	2124.3 0.6	2143.2 0.6	2155.3 0.8	2158.3 0.8		
	(0.2000)	(0.4000)	(0.2000)	(0.0700)	(0.1000)		
	2223.6 0.5	2281.6 0.6	2336.0 1.5	2565.3 1.0	2571.3 1.0		
	(0.2000)	(0.1000)	(0.0500)	(0.0600)	(0.1300)		
	2600.2 1.0	2696.7 1.2	2851.5 1.5	2940.4 1.2			
	(0.0300)	(0.0200)	(0.0050)	(0.0100)			
LA 140	24.595 0.004	64.130 0.007	68.915 0.004	(A) BA 140 ==>	LA 140	E- =====> CE 140 40.27H	1.12E+01 6.30E+0
	(0.0100 1.0)	(0.0095)	(0.0603)				
	109.417 0.004	131.121 0.005	173.545 0.007		(N,G), (N,F),		
	(0.2190 7.3)	(0.5050)	(0.1280)				
	241.962 0.008	266.550 0.008	306.9 0.2				
	(0.4360)	(0.5280)	(0.0374)				
	328.760 0.009	397.80 0.07	432.51 0.02	438.5 0.4	446.0 0.5		
	(19.8000 7.2)	(0.1020)	(3.1400 8.1)	(0.0201)	(0.0239)		
	487.02 0.01	618.2 0.5	751.80 0.05	815.78 0.04	867.83 0.08		
	(44.7000 4.2)	(0.0429)	(4.3900 2.4)	(23.1000 2.0)	(5.4800 5.1)		
	919.6 0.1	925.24 0.09	936.9 0.4	950.8 0.4	1596.18 0.04		
	(2.5100 6.8)	(6.7900 4.5)	(0.0573)	(0.5870 9.7)	(95.6000 1.1)		
	1903.2 0.3	2348.3 0.4	2465.3 0.8	2521.9 0.3	2533.4 0.7		
	(0.0057)	(0.8600 4.5)	(0.0172)	(3.2300 5.5)	(0.0038)		
	2547.7 0.5	2899.7 0.4	3118.6 0.3	3319.6 0.9			
	(0.1080 7.4)	(0.0656)	(0.0267 9.6)	(0.0045)			

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS-V. (U 235)
LA 141	1370. (2.0000)			(A) BA 141	==> LA 141 E- =====> 3.87H (N,F),	CE 141 *	5.81E+0
LA 142	420.8 0.1 (0.4200)	433.4 0.1 (0.6300)	532.5 0.4 (0.2600)	(A) BA 142	==> LA 142 E- =====> 92.5 H (N,F), (N,P),	CE 142	5.87E+0
	578.09 0.04 (1.5000 8.6)	619.5 0.2 (0.1600)	641.17 0.03 (53.0000)				
	861.6 0.1 (2.0000 8.6)	870.2 0.3 (0.2100)	894.86 0.04 (9.6000 6.6)				
	962.2 0.1 (0.3700)	1006.7 0.2 (0.2600)	1011.4 0.1 (4.5000 6.0)	1043.7 0.1 (3.0000 7.9)	1061.8 0.2 (0.1600)		
	1070.3 0.3 (0.1600)	1088.9 0.1 (0.3200)	1130.5 0.3 (0.5300)	1144.5 0.2 (0.1600)	1160.2 0.1 (1.9000)		
	1174.3 0.3 (0.1600)	1191.1 0.2 (0.4200)	1231.5 0.5 (0.3200)	1233.1 0.1 (2.3000 7.8)	1242.4 0.3 (0.2100)		
	1323.2 0.2 (0.3700)	1332.3 0.4 (0.1100)	1363.0 0.1 (2.1000 9.4)	1373.6 0.7 (0.2100)	1389.3 0.1 (0.2100)		
	1395.3 0.2 (0.2100)	1402.2 0.2 (0.1600)	1445.5 0.3 (0.1600)	1493.7 0.2 (0.1600)	1516.3 0.2 (0.4700)		
	1535.6 0.3 (0.3200)	1540.2 0.2 (0.5300)	1545.8 0.1 (3.5000 8.4)	1618.3 0.2 (0.3200)	1651.6 0.4 (0.2100)		
	1688.1 0.3 (0.2600)	1722.9 0.1 (1.5000 9.1)	1756.4 0.1 (2.9000 6.8)	1768.7 0.7 (0.2100)	1771.0 0.5 (0.2100)		
	1806.3 0.5 (0.1600)	1885.4 0.7 (0.5800)	1901.3 0.1 (7.7000)	1923.1 0.3 (0.1600)	1933.5 0.5 (0.1600)		
	1948.2 0.4 (0.5300)	1960.6 0.5 (0.1600)	2004.3 0.1 (0.7900)	2025.4 0.2 (1.2000)	2038.7 0.2 (1.0000)		
	2050.4 0.2 (0.5300)	2055.2 0.1 (2.8000 9.0)	2076.9 0.2 (0.6300)	2086.1 0.2 (0.2600)	2100.3 0.2 (0.9500)		
	2126.2 0.3 (0.3700)	2139.4 0.2 (0.4700)	2180.3 0.2 (0.5800)	2187.2 0.1 (5.1000 9.1)	2290.5 0.6 (0.3700)		
	2358.4 0.2 (0.7900)	2364.3 0.3 (0.4200)	2397.7 0.1 (13.0000)	2419.5 0.4 (0.2100)	2459.4 0.4 (0.4200)		
	2513.2 0.6 (0.1600)	2532.4 0.5 (0.7900)	2542.6 0.1 (9.5000)	2663.5 0.3 (1.4000)	2666.8 0.1 (1.9000 6.8)		
	2672.7 0.7 (0.1100)	2782.0 0.6 (0.2600)	2800.7 0.4 (0.4200)	2818.1 0.1 (0.6300)	2828.6 0.2 (0.2600)		
	2971.0 0.4 (1.3000)	2999.9 0.2 (0.3700)	3007.1 0.5 (0.2100)	3012.9 0.2 (0.6800)	3034.3 0.2 (0.4200)		
	3046.8 0.2 (0.2600)	3062.4 0.7 (0.1600)	3075.8 0.3 (0.1600)	3155.0 0.3 (0.1100)	3180.9 0.3 (0.2100)		
	3236.7 0.2 (0.3200)	3242.4 0.3 (0.1600)	3273.7 0.8 (0.1100)	3314.6 0.2 (1.1000)	3401.8 0.3 (0.3200)		
	3459.3 0.2 (0.3200)	3612.2 0.2 (0.1600)	3632.8 0.2 (0.3700)	3719.1 0.2 (0.2600)	3850.5 0.3 (0.2600)		
LA 143	440. (13.0000)	625. (100.0000)	1980. (35.0000)	(R) BA 143	==> LA 143 E- =====> 14.3 H (N,F),	CE 143 *	5.87E+0
	2460. (13.0000)	2560. (27.0000)	2850. (15.0000)				
LA 144	397.5 0.5 (*****)			(R) BA 144	==> LA 144 E- =====> 39.9 S (N,F),	CE 144 *	5.34E+0
LA 145	160.3 0.3 (*****)			(R) BA 145	==> LA 145 E- =====> 29.2 S (N,F),	CE 145 *	3.88E+0
LA 146	296.0 0.2 (*****)			(R) BA 146	==> LA 146 E- =====> 2.97S (N,F),	CE 146 *	2.96E+0
LA 148	158.45 0.08 (*****)			(R)	LA 148 E- =====> 1.29S (N,F),	CE 148 *	1.66E+0

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
CE 135	34.49 0.02	86.93 0.04	88.69 0.07	{A}	CE 135 ^{EC} =====> LA 135 * 17. H		
	(0.9600)	(*****)	(*****)				
	117.9 0.5	119.42 0.06	132.8 1.0				
	(*****)	(*****)	(*****)				
	206.36 0.02	265.3 0.1	299.85 0.07				
	(3.1000)	(18.0000)	(10.0000)				
	379.0 0.7	387.0 0.7	397.5 0.6				
	(0.4600)	(0.1600)	(0.1300)				
	511.006 0.002	517.1 0.6	544.6 0.6				
	(0.8800)	(5.5000)	(0.1600)				
	605.7 0.7	621.0 0.8	664.4 0.7				
	(8.0000)	(0.0400)	(1.0000)				
	755.5 1.0	782.8 0.7	827.5 0.7				
	(0.2700)	(4.2000)	(2.0000)				
	904.9 0.7	964.1 0.7	1037.0 1.0				
	(0.5300)	(0.1100)	(0.0240)				
CE 137H	1148.7 0.7	1171.3 0.7	1183.1 0.7	{A}	CE 137H ^{IT} =====> CE 137 * 2.13E-03 34.4 H (N,G),		
	(0.2900)	(0.1800)	(0.4600)				
	1300.9 1.5	1439.6 1.4	1467.0 1.4				
	(0.0320)	(0.0480)	(0.0960)				
CE 137	1559.8 1.3	1587.9 2.0	1760.6 1.8	{A}	CE 137 ^{EC} =====> LA 137 * 1.41E-02 9. H (N,G),		
	(0.0400)	(0.0320)	(0.0160)				
	433.	436.	446.				
	(0.0500)	(0.3100)	(2.0400)				
CE 139H	479.	481.	492.	{A}	CE 139H ^{IT} =====> CE 139 * 4.36E-05 56.6 S (N,G), (P,N),		
	(0.0170)	(0.0400)	(0.0100)				
	698.	771.	781.				
	(0.0350)	(0.0090)	(0.0040)				
CE 139	916.	926.		{A}	CE 139 ^{EC} =====> LA 139 3.19E-03 137.2 D (N,G), (D,2N),		
	(0.0670)	(0.0340)					
CE 141	165.850 0.005			{A}	CE 141 ^{E-} =====> PR 141 1.22E-01 5.87E+0 32.5 D (N,G), (N,P), (N,F),		
	(82.6000)						
CE 143	145.440 0.003			{A} LA 141 ==>	CE 143 ^{E-} =====> PR 143 * 1.22E-01 5.87E+0 33.4 H (N,G), (N,F),		
	(48.0000)						
	57.4 0.001	137.7 0.2	231.56 0.03				
	(12.0000)	(0.0970)	(2.0000)				
	293.26 0.02	350.59 0.05	371.1 0.4				
	(41.3000)	(3.3000)	(0.0210)				
	389.5 0.2	433.02 0.07	447.2 0.1				
	(0.0290)	(0.1300)	(0.0660)				
	490.36 0.07	497.9 0.2	556.9 0.2				
	(1.9000)	(0.0330)	(0.0250)				
CE 144	722.0 0.1	791.1 0.3	806.5 0.2	{A} LA 144 ==>	CE 144 ^{E-} =====> PR 144 * 5.30E+0 284.9 D (N,F),		
	(5.0000)	(0.0170)	(0.0250)				
	891.1 0.4	937.8 0.3	1003.0 0.2				
	(0.0120)	(0.0310)	(0.0660)				
	1060.5 0.3	1103.0 0.2	1324.6 0.4				
	(0.0340)	(0.3600)	(0.0120)				
CE 144	133.53 0.03	40.93 0.03	53.41 0.05	{A} LA 144 ==>	CE 144 ^{E-} =====> PR 144 * 5.30E+0 284.9 D (N,F),		
	(10.8000 4.6)	(0.3900 7.7)	(0.1400)				
	59.03	80.13 0.02	99.95 0.05				
	(0.2200)	(1.5400)	(0.0580)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
CE 145	233. 5. (1.9900)	285. 2. (9.1800)	300. 5. (1.9900)	(A)	CE 145 E- =====> PR 145 * 3. M (N,F), (N,A),		3.80E+0
	351. 3. (5.5600)	423. 2. (3.9700)	424. 2. (7.8300)				
	440. 2. (9.2700)	492. 2. (2.9600)	725. 2. (67.1000)				
	863. 2. (3.5100)	915. 5. (4.6400)	1148. 2. (11.5000)	1215. 2. (1.9900)			
CE 146	23. 2. (0.5800)	52.0 0.2 (0.9800)	87.0 0.2 (0.5800)	(A)	CE 146 E- =====> PR 146 * 14.2 M (N,F),		2.96E+0
	98.3 0.3 (3.7000)	100.9 0.4 (2.5800)	106.4 0.3 (0.5800)				
	133.6 0.2 (10.1000)	141.2 0.3 (4.5000)	210.3 0.3 (6.3000)				
	218.3 0.3 (20.6000)	250.9 0.3 (3.3000)	264.7 0.3 (9.9000)	316.8 0.3 (52.8000)	351.9 0.5 (0.2600)		
	369.1 0.4 (0.2100)	415.6 0.3 (1.3000)	467.9 0.4 (0.7400)	503.0 0.3 (1.2000)			
PR 133	74. 1. (74.0000)	134.3 0.5 (100.0000)	149.2 0.5 (8.0000)	(R)	PR 133 E- =====> CE 133 * 6.5 M		
	183.4 0.5 (3.5000)	223.2 0.5 (5.0000)	241.9 0.5 (40.0000)				
	276.7 0.5 (6.4000)	315.6 0.5 (85.0000)	330.8 0.5 (43.0000)				
	362.6 0.5 (12.0000)	370.8 0.5 (2.2000)	436.1 0.5 (2.2000)	460.5 0.5 (17.0000)	465.0 0.5 (50.0000)		
	487.3 0.5 (1.4000)	496.1 0.5 (5.5000)	511.006 0.002 (175.0000)	522.5 0.5 (1.1000)	530.7 0.5 (1.4000)		
	537.6 0.5 (5.3000)	617.4 0.5 (3.5000)	644.9 0.5 (10.0000)	657.2 0.5 (1.4000)	700.6 0.5 (1.9000)		
	704.7 0.5 (2.0000)	779.6 0.5 (1.5000)	826.2 0.5 (2.8000)	834.8 0.5 (2.0000)	839.8 0.5 (1.0000)		
	843.7 0.5 (1.4000)	853.6 0.5 (3.2000)	898.0 0.5 (1.3000)	972.4 0.5 (1.3000)	976.3 0.5 (2.5000)		
	1046.8 0.5 (1.4000)	1147.7 0.5 (2.5000)	1320.9 0.5 (1.4000)	1323.3 0.5 (0.9000)	1343.5 0.5 (1.8000)		
	1406.5 0.5 (1.4000)	1451.9 0.5 (1.9000)	1461.0 0.5 (3.2000)	1494.8 0.5 (7.8000)	1512.5 0.5 (2.8000)		
	1625.6 0.5 (1.8000)	1639.1 0.5 (1.4000)	1803.3 0.5 (3.2000)	1831.2 0.5 (3.5000)	1864.1 0.5 (0.5000)		
	1875.5 0.5 (4.2000)	1949.7 0.5 (2.2000)	2021.1 0.5 (0.7000)				
PR 134	383. 1. (8.0000)	405. 1. (100.0000)	511.006 0.002 (*****)	(R)	PR 134 E+ =====> CE 134 * 17. M		
	557. 1. (22.0000)	639. 1. (36.0000)	966. 1.0 (14.0000)				
PR 135	82.64 0.07 (33.3000)	213.45 0.06 (31.8000)	296.12 0.05 (66.7000)	(R)	PR 135 E+ =====> CE 135 * 22. M		
	324.9 0.2 (1.9100)	484.3 0.3 (4.0000)	511.006 0.002 (100.0000)				
	538.2 0.5 (19.7000)	593.1 0.3 (0.7940)	613.8 0.2 (4.3500)				
	620.9 0.2 (3.8100)	697.5 0.2 (10.5000)	720.6 0.8 (1.1100)	724.4 0.6 (0.9530)	747. 1. (0.3180)		
	806.9 0.2 (2.8600)	934.1 0.2 (1.9100)	1016.9 0.2 (1.6200)	1107. 1. (0.2220)	1131.0 0.6 (0.4130)		
	1143. 2. (0.0953)	1214.2 0.8 (0.3180)	1284.6 0.8 (0.3180)	1367.3 0.6 (0.5080)	1432.9 0.6 (0.6990)		
	1460.8 0.6 (0.4130)	1538.9 0.4 (2.4100)	1646.0 0.8 (0.4450)	1678.9 0.6 (1.0500)	1707.4 0.8 (0.1910)		
	1751.9 0.6 (1.1400)	1755. 2. (0.2220)	1784. 1. (0.2220)	1845. 2. (0.1910)	1860. 2. (0.2540)		
	1867. 2. (0.4130)	1937. 2. (0.1910)	1951. 1. (0.4450)	1973. 1. (0.5400)	2020. 1. (0.2220)		
	2084. 2. (0.3180)	2107. 2. (0.4450)	2322. 3. (0.6990)	2356. 3. (0.1910)			

NUCLIDE	ENERGY (KEV)		INTENSITY		ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
PR 136	461.0 0.2 (4.8500 4.8)	511.006 0.002 (66.0000)	540.0 0.2 (29.1000 5.0)	(A)	PR 136	EC =====> 13.1 H	CE 136	
	552.2 0.2 (41.8000 5.0)	761.0 1.0 (C.5000)	974.9 0.4 (0.2000)					
	1000.7 0.2 (2.5000)	1063.0 0.2 (0.8000)	1092.3 0.2 (10.4000 4.8)					
	1206.0 1.0 (0.1300)	1283.0 1.0 (0.0100)	1359.6 0.2 (0.7000)	1371.0 0.2 (0.0100)	1425.0 0.2 (0.7000)			
	1501.6 0.6 (0.1000)	1515.0 0.2 (1.2000)	1537.7 0.5 (0.1300)	1591.5 0.5 (0.1300)	1602.7 0.2 (2.1000)			
	1774.1 0.3 (0.3000)	1813.2 0.3 (0.4000)	1899.2 0.3 (0.3000)	1965.2 0.2 (0.4000)	2021.0 0.4 (0.2000)			
	2042.6 0.2 (0.4000)	2059.0 0.5 (0.1300)	2067.2 0.2 (1.8000)	2082.4 0.5 (0.1300)	2113.2 0.5 (0.1300)			
	2131.5 0.5 (0.1300)	2141.1 0.6 (0.1000)	2154.7 0.3 (0.2500)	2172.9 0.4 (0.1700)	2190.6 0.6 (0.1000)			
	2216.2 0.4 (0.1700)	2242.5 0.2 (0.5000)	2270.4 0.5 (0.1000)	2273.9 0.7 (0.1000)	2291.7 0.5 (0.1300)			
	2313.7 0.2 (0.5300)	2353.3 0.4 (0.2000)	2370.0 0.7 (0.1000)	2380.0 0.4 (0.1700)	2451.2 0.2 (0.6300)			
	2463.5 0.3 (0.2700)	2470.1 0.3 (0.3000)	2559.2 0.4 (0.2000)	2596.9 0.4 (0.1700)	2613.2 0.3 (0.2300)			
	2622.5 0.3 (0.3000)	2681.0 0.3 (0.1700)	2683.0 0.4 (0.2000)	2713.3 0.5 (0.1300)	2730.3 0.3 (0.3000)			
	2795.0 0.5 (0.1300)	2810.1 0.3 (0.3300)	2844.1 0.3 (0.1700)	2866.4 0.7 (0.0700)	2932.3 0.4 (0.2300)			
	2942.5 0.7 (0.0700)	3027.4 0.5 (0.1300)	3036.3 0.7 (0.0700)	3153.7 0.6 (0.1000)	3174.9 0.6 (0.1000)			
	3265.2 0.3 (0.3000)	3283.3 1.0 (0.0300)	3362.4 1.0 (0.0300)	3579.6 0.7 (0.0700)				
PR 138M	79. 1. (0.1200)	158. 1. (C.1100)	178. 1. (0.0640)	(R)	PR 138M	EC =====> 2.1 H	CE 138	
	184. 1. (0.0530)	196. 1. (0.0830)	206. 1. (0.1600)					
	231. 1. (0.1200)	302.6 0.2 (81.7000 6.8)	351. 1. (0.1050)					
	390.9 0.1 (6.0500 6.4)	511.006 0.002 (63.0000)	547.8 0.1 (5.2200 6.3)	635.9 0.1 (1.7800 6.9)	680.8 0.5 (0.2100)			
	770.2 0.5 (0.6600)	788.9 0.1 (100.0000)	940. 2. (0.5000)	1038.1 0.2 (100.0000)	1239.4 0.1 (1.1000)			
	1258. 1. (0.0660)	1283. 1. (0.0660)	1348.0 0.4 (0.3470)	1392.1 0.5 (0.1200)	1417. 1. (0.0440)			
	1454. 1. (0.2500 7.9)	1512. 1. (0.0560)	1528.4 0.8 (0.1370)	1542.6 0.5 (0.1600)	1584. 1. (0.1240)			
	1672. 2. (0.1090)	1710.0 0.8 (0.0885)	1727. 1. (0.0230)	1800.3 0.5 (0.1000)	1808.5 0.3 (0.2330)			
	1855. 1. (0.0280)	1864.6 0.3 (0.1900)	1867.7 0.5 (0.2140 8.2)	1884.4 0.4 (0.1000)	1889.0 0.5 (0.0800)			
	1914. 1. (0.0160)	1928. 1. (0.0140)	1947. 1. (0.0230)	1956.7 0.5 (0.0812)	1961.7 0.5 (0.0940)			
	1969. 1. (0.0280)	1980. 1. (0.0140)	2016. 1. (0.0140)	2027.9 0.3 (0.2200)	2031.4 0.5 (0.1900 8.9)			
	2120. 1. (0.0380)	2199. 1. (0.0120)						
PR 138	511.006 0.002 (*****)	688.2 0.1 (33.0000)	722.3 0.2 (2.1000)	(R)	PR 138	EC =====> 1.5 H	CE 138	
	788.8 0.1 (100.0000)	1082.3 0.4 (1.5000)	1431. 4. (3.4000)		(P,N),			
	1447.9 0.4 (4.8000)	1510.5 0.3 (3.7000)	1551.5 0.2 (17.0000)					
	1893.5 0.3 (2.6000)	2116. 1. (1.2000)	2237. 1. (3.2000)	2472. 1. (2.6000)				
PR 139	254.7 0.3 (0.2700)	511.006 0.002 (18.0000)	1320.0 0.3 (0.0650)	(A)	PR 139	EC =====> 4.5 H	CE 139 *	
	1347.4 0.2 (0.5000)	1357.7 0.2 (0.1700)	1563.6 0.3 (0.0450)					
	1596.6 0.3 (0.0500)	1630.6 0.3 (C.3500)	1653.3 0.3 (0.0400)					
	1730.2 0.4 (0.0080)	1818.4 0.3 (0.0350)	1907.9 0.4 (0.0180)	2015.9 0.5 (0.0150)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.V. (U 235)
PR 140	306.9 0.2 (37.0000 7.7)	511.006 0.002 (*****)	618.2 0.2 (0.2000)	(R)	PR 140 ^{E+} ====> CE 140 3.4 H		
	751.8 0.2 (6.0000 5.9)	867.8 0.2 (0.4000)	924.24 0.06 (5.2000 6.8)				
	936.0 0.4 (0.7000)	950.7 0.2 (0.4000)	1420.3 0.4 (1.8000)				
	1596.5 0.2 (100.0000)	1903.5 0.4 (0.3000)	2348.3 0.4 (1.6300 6.1)	2521.7 0.4 (2.7800 5.1)	2533.0 0.7 (0.0480)		
	2547.5 0.5 (0.0480)	2900.0 0.7 (0.0400)	3120. 1. (0.2000)	3325. 2. (0.0280)			
PR 142	508.8 0.5 (0.0230)	642.0 1.0 (0.0022)	1575.6 0.5 (3.7000)	(A)	PR 142 ^{E-} ====> ND 142 19.2 H (N,G),	8.32E+00	
PR 144	626. (0.0020)	675. (0.0030)	696.4 0.2 (1.4700)	(A) CE 144 ==>	PR 144 ^{E-} ====> ND 144 17.3 H (N,F),		5.34E+0
	813.5 (0.0040)	836.6 (0.0040)	1388.6 (0.0070)				
	1488.4 0.2 (0.2900)	2185.8 0.2 (0.7300)					
PR 145	72. (0.9500)	345. (*****)	465. (*****)	(A) CE 145 ==>	PR 145 ^{E-} ====> ND 145 5.98H (N,F),		3.88E+0
	674. (0.4000)	749. (0.5000)	845. (0.0500)				
	922. (0.1200)	979. (0.1800)	1054. (0.1700)				
	1155. (0.1500)	1390. (*****)					
PR 146	453.6 (55.0000)	535. (0.3300)	561. (0.5500)	(A) CE 146 ==>	PR 146 ^{E-} ====> ND 146 24.2 H (N,P), (N,F),		2.96E+0
	590. (1.2000)	602. (3.8000)	711. (0.6600)				
	726. (0.5000)	736.2 (8.9000)	770. (0.6000)				
	924. (3.2000)	1017. (2.0000)	1081. (1.8000)	1144. (0.6000)	1233. (0.8200)		
	1284. (1.3000)	1333. (3.2000)	1378. (6.5000)	1452. (3.1000)	1470. (1.6000)		
	1498. (0.6000)	1526. (21.0000)	1660. (1.1000)	1685. (0.8800)	1745. (0.6600)		
	1810. (0.5000)	1900. (0.7200)	1985. (0.6000)	2058. (0.2000)	2121. (0.5000)		
	2226. (0.4400)	2250. (1.3000)	2351. (1.2000)	2462. (0.3300)	2512. (0.5500)		
	2675. (0.6000)	2774. (0.4000)	2828. (0.8260)	3187. (0.1100)	3275. (0.2200)		
	3365. (0.1100)						
PR 147	78. (17.0000)	565. (39.0000)	645. (24.0000)	(R)	PR 147 ^{E-} ====> ND 147 * 12.0 H (N,F),		2.25E+0
	1180. (2.0000)	1260. (11.0000)					
PR 150	130.12 0.06 (*****)			(R)	PR 150 ^{E-} ====> ND 150 6.1 S (N,F),		6.40E-1
ND 139H	114. (100.0000)	327. (20.0000)	511.006 0.002 (100.0000)	(R)	ND 139H ^{IT} ====> ND 139 * 5.5 H		
	708. (14.0000)	740. (21.0000)	984. (24.0000)				
ND 141	40.75 (*****)	146.6 0.3 (0.2000)	511.006 0.002 (6.0000)	(A)	ND 141 ^{EC} ====> PR 141 2.6 H (P,N), (D,2N),		
	1126.8 0.3 (1.0000)	1147.5 0.3 (0.4000)	1292.6 0.3 (0.3000)				
	1298.6 0.3 (0.3000)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
ND 147	91.4 0.2 (27.3000)	120.5 (0.3500)	196. (0.1800)	(A) PR 147	==> ND 147 E- ===== 10.98D (N,G), (N,F),	PH 147 * 2.53E-01	2.25E+0
	275.1 0.2 (0.8300)	319.4 0.2 (1.8700)	398.2 (0.8400)				
	410. (0.1900)	440.1 0.2 (1.1700)	488. (0.1900)				
	531.0 0.2 (12.8000)	589.6 (0.0350)	594.8 (0.2700)	679.4 (0.0300)	685.9 (0.8800)		
ND 149	58.85 (1.0100)	74.45 (1.8000)	97.05 (1.6000)	(A) PR 149	==> ND 149 E- ===== 1.73H (N,G), (N,F),	PH 149 * 1.62E-01	1.09E+0
	114.0 0.2 (18.0000)	156.0 0.2 (5.7000)	189. (2.1000)				
	199. (0.8000)	211.4 0.2 (26.7000)	229. (0.3200)				
	240.0 0.2 (4.5000)	245. (7.2000)	269.6 0.2 (8.6000)	312. (0.2700)	326.3 0.2 (4.9000)		
	349. (1.3000)	423.5 0.2 (8.4000)	444. (1.3000)	540.4 0.2 (8.5000)	556. (1.2000)		
	654.8 0.2 (8.8000)						
ND 151	85. (5.0000)	116.4 0.2 (41.7000)	139.0 0.2 (6.7000)	(A)	ND 151 E- ===== 12. H (N,G), (N,F),	PH 151 * 6.34E-02	4.20E-1
	171. (5.4000)	175. (5.4000)	183. (*****)				
	255.6 0.2 (11.6000)	320. (0.2100)	333. (0.2100)				
	403. (1.2000)	460. (0.8300)	525. (*****)	678. (0.8300)	735. (5.0000)		
	797. (3.3000)	1016. (1.7000)	1123. (2.5000)	1180.7 0.2 (9.2000)			
ND 152	122. (*****)	251. (*****)	279. (*****)	(R)	ND 152 E- ===== 11.5 H (N,F),	PH 152 *	2.50E-1
	295. (*****)	656. (*****)	841. (*****)				
	963. (*****)						
PH 141	194.4 0.3 (1.2000)	511.006 0.002 (100.0000)	622.0 0.3 (0.5900)	(R)	PH 141 E+ ===== 20.9 H ND 141		
	885.8 0.4 (1.4000)	1029. 1. (0.1600)	1223.2 0.5 (2.7000)				
	1344.3 0.7 (0.7600)	1402.2 0.7 (0.4600)	1565.0 0.8 (0.5400)				
	1596.2 0.8 (0.4600)	1879. 1.5 (0.3200)	2073. 1.5 (0.3500)				
PH 143	742. (38.5000 6.2)			(A) SH 143	==> PH 143 EC ===== 266. D (P,N),	ND 143	
PH 144	475.7 (43.0000)	618.1 (100.0000)	696.4 (99.0000)	(A)	PH 144 EC ===== 1. A (A,N), (P,N),	ND 144	
PH 147	121.2 (0.0080)			(A) ND 147	==> PH 147 E- ===== 2.61A (N,F),	SH 147	2.25E+0
PH 148H	98.4 (11.0000)	189.6 (1.3000)	288. (12.0000)	(A)	PH 148H E- ===== 41.8 D (N,G), (D,2N), (P,N),	SH 148	
	311.5 (3.9000)	414.1 (18.0000)	432.6 (6.7000)				
	501.3 (7.2000)	550.2 (92.0000)	599.5 (8.0000)				
	629.9 (88.0000)	725.7 (32.0000)	915.4 (20.0000)	1013.8 (20.0000)			
PH 148	550.2 (28.0000)	611.1 (1.3000)	912. (15.0000)	(A)	PH 148 E- ===== 5.4 D SH 148		
	1465.1 (22.0000)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS-V. (U 235)
PH 149	208.1 1.0 (0.0008)	242.4 1. (0.0009)	254.4 0.5 (0.0045)	(A) ND 149 ==>	PH 149 E- =====> 53.1 H (N,F),	SH 149	1.09E+0
	263.3 0.4 (0.0091)	276.9 0.4 (0.0270)	285.9 0.1 (3.1000)				
	304.9 0.4 (0.0022)	327.4 0.4 (0.0034)	350.6 0.4 (0.0023)				
	359.4 0.4 (0.0022)	531. 1. (0.0012)	535.8 0.4 (0.0130)	545. 1. (0.0025)	548. 1. (0.0019)		
	558.4 0.4 (0.0140)	568.5 0.4 (0.0180)	590.9 0.2 (0.0680)	613.9 0.4 (0.0130)	636.6 0.4 (0.0062)		
	807.8 0.5 (0.0150)	830.5 0.5 (0.0300)	833.2 0.5 (0.0300)	859.4 0.5 (0.1020)	881.9 0.5 (0.0230)		
PH 150	334. (71.0000)	402. (4.6000)	716. (9.2000)	(A)	PH 150 E- =====> 2.68H (P,N),	SH 150	
	831. (7.1000)	877. (4.3000)	1165. (10.5000)				
	1331. (10.5000)	1730. (4.3000)					
PH 151	25.70 0.03 (1.0600)	62.87 0.02 (0.2500)	64.89 0.01 (2.2900)	(A) ND 151 ==>	PH 151 E- =====> 28. H (N,G), (N,F),	SH 151 *	4.20E-1
	65.83 0.01 (1.3500)	69.70 0.04 (0.6900)	76.22 0.04 (0.2600)				
	98.05 0.01 (0.3800)	100.02 0.01 (2.6200 7.6)	101.93 0.01 (1.3500 7.4)				
	104.85 0.01 (3.7000 8.1)	109.6 0.1 (0.0800)	121.78 0.05 (0.0800)	130.3 0.1 (0.0700)	139.28 0.02 (0.4600 8.7)		
	143.18 0.05 (0.1800)	147.6 0.1 (0.1700)	156.04 0.05 (0.1500)	162.91 0.03 (0.8400 9.5)	163.55 0.03 (1.4800 5.4)		
	167.72 0.02 (7.7000 5.2)	168.39 0.05 (0.6000)	176.55 0.05 (0.8700 8.0)	177.13 0.03 (3.2000 4.6)	186.58 0.03 (0.1500)		
	201.8 0.2 (0.7600 9.2)	203.9 0.2 (0.1100)	208.9 0.2 (1.5100 4.6)	227.1 0.2 (0.3200)	232.3 0.2 (1.1000 9.3)		
	236.72 0.05 (0.8200 9.8)	239.96 0.04 (3.4000 7.3)	258.05 0.09 (0.5500 5.6)	275.18 0.03 (6.4000 5.6)	290.7 0.1 (0.7500)		
	306.7 0.2 (0.2100)	324.0 0.1 (1.1100 8.1)	340.07 0.03 (21.0000)	344.87 0.03 (2.0000 5.0)	379.78 0.05 (0.9900 7.1)		
	440.84 0.06 (1.4000 4.9)	445.69 0.06 (3.7000 4.9)	565.5 0.5 (0.2600)	574.0 1.0 (2.1000)	636.5 0.2 (1.2000)		
	665. (0.2100)	670.6 0.5 (1.2000)	704.5 0.5 (0.2800)	718.1 0.2 (4.0000)	735.6 0.5 (0.8000)		
	753.1 (1.0000)	772.6 0.5 (0.6000)	785.5 0.5 (0.2000)	818.6 2.5 (0.4000)	877.5 0.5 (0.1000)		
	949.5 0.2 (0.4000)	952. 1.0 (0.0700)	959. (0.0700)				
PH 152H	121.7 0.8 (100.0000)	244.5 0.8 (95.0000 5.3)	340.2 0.8 (47.0000 4.9)	(R)	PH 152H E- =====> 7.55H (N,P),	SH 152	
	360.7 0.8 (1.6000)	364.7 0.8 (2.2000)	431.9 0.8 (1.9000)				
	696.3 0.8 (8.1000)	780.1 0.8 (8.2000)	919.5 0.8 (2.0000)				
	1005.2 0.8 (4.0000)	1097.3 0.8 (43.0000 9.4)	1112.5 0.8 (4.0000)	1437.6 0.8 (41.0000)			
PH 152	121.7 0.8 (100.0000)	244.5 0.8 (2.6000)	440.5 0.8 (2.6000)	(R)	PH 152 E- =====> 3.8 H (N,P),	SH 152	
	564.0 0.8 (2.1000)	673.1 0.8 (6.9000)	688.3 0.8 (5.7000)				
	810.4 0.8 (1.9000)	841.7 0.8 (22.0000)	963. 1. (19.0000 9.0)				
	964. 1. (10.4000 8.7)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
PH 154H	81.9 0.1 (80.0000)	171.4 (8.0000)	184.8 0.1 (100.0000)	(R)	PH 154H E^- =====> SH 154 2.8 H		
	230.7 0.1 (20.0000)	280.1 0.1 (23.0000)	359.0 0.1 (11.0000)		(N,P),		
	402. (8.0000)	438.8 (9.0000)	526.2 (5.0000)				
	546.9 0.2 (34.0000)	636. (2.0000)	694. (3.0000)	742.9 0.3 (10.0000)	745.6 0.3 (9.0000)		
	834.8 0.3 (11.0000)	914.6 (4.0000)	930.5 0.3 (14.0000)	1041. (6.0000)	1172. (2.5000)		
	1189. (3.0000)	1272. (2.0000)	1280. (2.0000)	1317. (4.0000)	1357.0 0.3 (29.0000)		
	1393.4 (10.0000)	1440.0 0.3 (58.0000)	1450. (10.0000)	1502. (2.0000)	1549. (6.0000)		
	1625.5 (11.0000)	1655. (10.0000)	1719. (4.0000)	2348.8 (8.0000)			
PH 154	374.8 (7.1000)	664.6 (5.4000)	699. (1.8000)	(R)	PH 154 E^- =====> SH 154 1.8 H		1.60E-1
	839.8 0.3 (66.0000)	891.5 0.3 (37.0000)	911.3 0.3 (25.0000)		(N,P), (N,F),		
	921.5 (45.0000)	963.0 0.3 (27.0000)	969.8 0.2 (43.0000)				
	1017.7 0.2 (54.0000)	1055.4 0.3 (30.0000)	1147.1 0.3 (5.0000)	1177.0 0.3 (21.0000)	1204. (7.1000)		
	1219. (4.5000)	1393.4 0.3 (71.0000)	1809. (5.4000)	1891. (5.4000)	1987.8 (12.0000)		
	2058.6 0.3 (100.0000)	2070. (12.0000)	2141.0 0.3 (54.0000)				
SH 141H	108.5 0.3 (0.2720)	149.1 0.3 (0.3810)	196.6 0.3 (100.0000)	(R)	SH 141H E^+ =====> PH 141 * 22.1 H		
	247.9 0.2 (1.0400)	431.8 0.1 (54.4000 5.00)	511.006 0.003 (*****)				
	538.5 0.3 (11.4000 6.70)	577.8 0.3 (1.2000)	583.4 0.3 (0.3810)				
	607.9 0.2 (1.3600)	628.7 0.1 (3.5900 3.03)	648.7 0.3 (0.4890)	676.8 0.3 (1.8500)	684.6 0.2 (10.7000 7.65)		
	704.2 0.3 (0.5980)	725.7 0.5 (1.9600)	750.3 0.3 (2.1200)	764.3 0.3 (0.2170)	768.2 0.5 (0.2170)		
	777.4 0.3 (27.3000 3.98)	785.9 0.1 (9.1900 5.92)	805.9 0.1 (4.7800)	820.7 0.3 (0.2170)	837.1 0.2 (4.8300 3.38)		
	875.0 0.1 (1.6900 3.23)	882.0 0.3 (0.2170)	896.5 0.1 (1.9600)	911.3 0.3 (12.4000 2.63)	924.7 0.1 (3.1000)		
	952.1 0.2 (1.2000 4.55)	955.4 0.5 (0.9240 5.88)	974.1 0.5 (0.2720)	983.3 0.3 (9.7800 4.45)	995.8 0.5 (0.4890)		
	1009.1 0.4 (3.9100 8.33)	1029.6 0.6 (0.7070)	1108.4 0.2 (1.6900 9.68)	1117.6 0.2 (4.3500 7.50)	1145.1 0.2 (11.7000 3.70)		
	1287.6 0.4 (0.3810)	1380.9 0.6 (0.2720)	1434.9 0.4 (0.4890)	1463.4 0.6 (2.4500)	1490.3 0.1 (12.5000 6.55)		
	1786.4 0.4 (14.7000 4.06)	1898. 1. (0.5110)	1979.6 0.2 (0.5380)	2073.7 0.2 (1.9000)			
SH 143	511.006 0.002 (96.0000)	1055. (2.6000)	1170. (0.8000)	(A)	SH 143 EC =====> PH 143 * 8.83H		
	1510. (1.0000)	1770. (0.5000)			(N,2N),		
SH 145	61.2 0.2 (13.0000)			(A)	SH 145 EC =====> PH 145 * 340. D	2.34E-02	
					(N,G),		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (C/G)	FISS-Y. (U 235)
SH 153	69.67 0.01 (3.1900)	75.36 0.02 (0.1430)	83.37 0.02 (0.1480)	(A) PH 153 ==>	SH 153 E- =====> 46.8 H (N,G), (N,F),	EU 153 6.07E+01	1.60E-1
	89.47 0.02 (0.1400)	97.45 0.02 (0.7140)	103.18 0.09 (28.0000 9.8)				
	151.6 0.1 (0.0143)	172.86 0.09 (0.0841)	411.9 0.1 (0.0020)				
	424.2 0.2 (0.0017)	436.7 0.2 (0.0014)	462.0 0.3 (0.0014)	463.3 0.2 (0.0135 7.1)	484.5 0.2 (0.0003)		
	509.0 0.1 (0.0017)	521.1 0.1 (0.0070)	523.8 0.6 (0.0022)	531.9 0.2 (0.0775)	533.1 0.3 (0.0246)		
	539.1 0.2 (0.0173 9.5)	542.7 0.6 (0.0018)	555.0 0.1 (0.0045 8.1)	578.8 0.1 (0.0032)	584.8 0.5 (0.0013)		
	585.9 0.3 (0.0003 8.3)	587.7 0.6 (0.0003)	590.7 0.6 (0.0013)	595.0 0.2 (0.0120)	596.9 0.2 (0.0118)		
	603.5 0.2 (0.0050)	608.0 0.2 (0.0120)	609.4 0.1 (0.0147)	612. 1. (0.0005)	615.5 0.6 (0.0006)		
	618.0 0.6 (0.0009)	630.0 0.6 (0.0001)	636.4 0.2 (0.0021 9.8)	657.4 0.4 (0.0003)	662.4 0.6 (0.0001)		
	676. 1. (*****)	682. 1. (*****)	694. 1. (*****)	702. 1. (*****)	706. 1. (*****)		
	714.1 0.6 (0.0002)	719.1 0.6 (0.0000)	760.3 0.6 (0.0001)	763.8 0.6 (0.0000)			
SH 155	26. 0.6 (0.6300)	61.8 0.3 (0.4000)	64.5 0.5 (0.0070)	(A)	SH 155 E- =====> 22.7 H (N,G), (N,F),	EU 155 * 1.35E+00	3.10E-2
	78.5 0.5 (1.1800)	84.1 0.5 (0.0024)	90.1 0.5 (0.0100)				
	104.32 0.05 (72.0000)	138.6 0.3 (0.0640)	141.41 0.01 (2.3000)				
	167.5 0.3 (0.0480)	169.1 0.3 (0.0500)	178.3 0.5 (0.0020)	183.4 0.5 (0.0020)	195.7 0.4 (0.0090)		
	203.1 0.2 (0.0450)	220.1 0.6 (0.0022)	228.7 0.6 (0.0660)	229. 1. (0.0030)	245.72 0.05 (3.9000)		
	287.1 0.4 (0.0120)	307.3 0.3 (0.0120)	426.2 0.2 (0.0120)	460.80 0.13 (0.0700)	510.2 0.2 (0.0110)		
	522.5 0.2 (0.1500)	571.8 0.2 (0.0176)	603.8 0.2 (0.0084)	631.2 0.2 (0.0140)	648.6 0.2 (0.0076)		
	664.0 0.2 (0.0610)	677.2 0.3 (0.0067)	713.4 0.8 (0.0030)	768.4 0.4 (0.0055)	830. 2. (0.0010)		
	880. 1. (0.0030)	910. 2. (0.0010)	920. 2. (0.0010)	932.9 0.4 (0.0080)	997.9 0.4 (0.0100)		
	1002.7 0.3 (0.0120)	1080. 2. (0.0010)	1130. (0.0020)	1159.7 0.3 (0.0036)	1197.7 0.4 (0.0030)		
	1207.8 1.0 (0.0015)	1223. 0.3 (0.0190)	1262.4 0.5 (0.0024)	1301.2 0.2 (0.0670)			
SH 156	88. (15.0000)	166. (10.8000)	204. (20.0000)	(A)	SH 156 E- =====> 9.4 H (N,F),	EU 156 *	1.34E-2
	244. (1.0000)	269. (1.8000)	291. (2.2000)				
EU 142	511.006 0.003 (*****)	556.8 0.5 (94.0000)	563.9 0.5 (10.0000)	(R)	EU 142 E+ =====> 1.2 H	SH 142 *	
	768.2 0.4 (100.0000)	1015.7 0.5 (10.0000)	1022.9 0.4 (94.0000)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
EU 148	22.41 0.1 (*****)	116.3 0.2 (0.1000)	182.8 0.2 (0.1100)	(A)	EU 148 EC =====> SM 148 54. D (P,N), (D,N), (D,2N),		
	189.6 0.2 (0.1000)	241.5 0.1 (1.0400 9.6)	243.6 0.2 (0.2300)				
	287.9 0.2 (0.2200)	310.0 0.3 (0.2200)	311.4 0.1 (1.1400 8.8)				
	413.9 0.1 (18.6000 2.7)	422.6 0.1 (2.7900 7.2)	468.4 0.3 (0.4900)	481.2 0.5 (0.1600)	495.2 0.3 (0.2500)		
	501.3 0.1 (0.7500)	505.2 0.5 (0.2800)	511.006 0.003 (*****)	516.7 0.3 (0.4000)	528.5 0.3 (0.1900)		
	550.2 0.5 (99.0000)	553.2 0.1 (17.1000 2.5)	571.90 0.05 (9.1000 3.3)	590.1 0.2 (0.3200)	595.2 0.3 (0.2000)		
	599.5 0.2 (0.5100)	602.6 0.3 (0.2300)	611.26 0.05 (19.3000 2.6)	620.0 0.1 (1.0000)	629.90 0.05 (70.9000 4.2)		
	654.3 0.1 (1.3100)	657.0 0.5 (0.1700)	667.7 0.5 (0.1300)	669.9 0.2 (0.3400)	683.2 0.1 (1.0600 9.4)		
	714.8 0.1 (1.5400 7.8)	719.6 0.3 (0.1100)	725.7 0.1 (12.2000 8.2)	756.6 0.5 (0.1900)	770.4 0.2 (0.3800)		
	799.2 0.2 (0.3400)	870.0 0.1 (4.9000)	895.8 0.1 (0.5500)	903.9 0.2 (0.3400)	906.9 0.3 (0.1500)		
	915.3 0.1 (2.4000 8.3)	924.9 0.2 (0.2700)	930.5 0.1 (2.4000)	938.2 1.0 (0.1100)	949.7 0.2 (0.2100)		
	964.2 0.4 (0.2000)	967.3 0.1 (2.9000)	980.0 0.5 (0.1300)	989.7 0.2 (0.3900)	1013.9 0.2 (0.4100)		
	1034.1 0.1 (7.9000 8.9)	1047.5 0.3 (0.2000)	1066.8 0.2 (0.2900)	1069.2 0.4 (0.2200)	1082.2 0.5 (0.1700)		
	1089.3 0.5 (0.2000)	1057.5 0.7 (0.1000)	1104.3 0.2 (0.4500)	1107.9 0.3 (0.1000)	1113.8 0.3 (0.1300)		
	1126.9 0.5 (0.1000)	1146.9 0.1 (1.9000)	1180.5 0.5 (0.3000)	1183.3 0.1 (1.7000)	1194.1 0.5 (0.1300)		
	1207.4 0.2 (0.5900)	1236.6 0.2 (0.3900)	1309.8 0.2 (0.4600)	1328.5 0.2 (1.2200)	1344.6 0.1 (3.3000 9.1)		
	1353.6 0.2 (0.4700)	1362.6 0.2 (0.5500)	1409.0 0.6 (0.1000)	1454.3 0.3 (0.2500)	1460.5 0.2 (1.1200)		
	1503.0 0.3 (0.1300)	1521.9 0.3 (0.1100)	1543.1 0.2 (0.7100)	1560.7 0.2 (0.8700)	1621.5 0.1 (4.6000)		
	1635.3 0.3 (0.1800)	1650.4 0.1 (3.7000)	1677.8 0.1 (0.4200)	2173.2 0.3 (0.2200)			
EU 149	73. 1. (0.0079)	178. 1. (0.0170)	208. 1. (0.0059)	(A)	EU 149 EC =====> SM 149 106. D (P,N),		
	251. 1. (0.0140)	254.5 0.2 (0.6200 6.9)	277.0 0.2 (3.3200 5.2)				
	281.1 0.5 (0.0190)	327.5 0.2 (3.9000 4.7)	350.0 0.3 (0.3400 8.8)				
	505.9 0.2 (0.1800)	528.5 0.2 (0.5300 9.4)	535.9 0.3 (0.0460)	558.4 0.3 (0.0620)			
EU 152M	121.8 0.2 (8.0000)	271.0 0.2 (0.0800)	344.2 0.2 (2.5000)	(A)	EU 152M E- =====> EU 152 * 1.59E+03 9.3 H (N,G),		
	563. (0.3100)	700. (0.0600)	841.6 0.2 (13.0000)				
	963.5 0.2 (12.0000)	370. (0.5000)	1315.0 0.2 (1.2000)				
	1388.9 0.2 (1.1000)						
EU 152	121.775 0.005 (28.5000 4.7)	244.66 0.03 (7.6700 4.64)	295.97 0.07 (0.4480 7.67)	(A)	EU 152 EC =====> SM 152 2.31E+03 13.2 A (N,G),		
	344.31 0.03 (27.5000 3.65)	367.80 0.07 (0.8870 5.21)	411.13 0.05 (2.1700 5.00)				
	443.98 0.05 (3.2300 4.55)	488.70 0.09 (0.3700)	564.0 0.1 (0.6100 8.7)				
	586.1 0.1 (0.4100)	591.7 0.1 (0.5300 6.3)	678.5 0.1 (0.4100 9.8)	688.58 0.08 (0.7000)	756.64 0.05 (0.5900 5.5)		
	778.87 0.05 (13.4000 4.29)	867.33 0.05 (4.3000 4.38)	964.01 0.05 (15.0000 4.51)	1085.83 0.07 (10.8000)	1089.73 0.07 (1.9000)		
	1112.04 0.05 (14.1000 4.56)	1212.88 0.06 (1.4600 1.8)	1299.07 0.09 (1.6600 1.6)	1408.02 0.05 (22.2000 4.48)	1457.7 0.2 (0.5400)		
	1494.3 0.4 (0.0950)	1528.6 0.6 (0.3400 7.5)					
EU 154M	22.20 (0.1200)	27.51 (1.9000)	28.90 (2.4000)	(R)	EU 154M E- =====> GD 154 47. H (N,G),		
	31.80 (14.0000)	35.80 (39.0000)	68.20 (100.0000)				
	100.74 (69.0000)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
EU 154	123.065 0.005 (39.4000 7.6)	247.50 0.02 (6.7700 7.5)	444.34 0.07 (0.5660 9.4)	(A)	EU 154 E- =====> 16.01A (N,G),	GD 154	
	591.71 0.04 (5.1700 7.3)	692.42 0.06 (1.8200 7.7)	723.27 0.04 (21.2000 7.4)				
	756.82 0.05 (4.6100 7.3)	873.21 0.05 (12.4000 7.4)	996.30 0.05 (10.7000 7.5)				
	1004.78 0.05 (18.7000 7.4)	1274.42 0.05 (35.4000 7.0)	1494.08 0.07 (0.6720 8.7)	1596.45 0.07 (1.7500 7.6)			
EU 155	17.78 0.04 (0.0527)	26.51 0.02 (0.3100 4.6)	31.6 0.1 (0.0093)	(A) SM 155 ==>	EU 155 E- =====> 1.81A (N,F),	GD 155	3.10E-2
	45.297 0.001 (1.1800 9.1)	57.97 0.03 (0.0638)	60.009 0.002 (1.2400 4.4)				
	86.541 0.005 (0.1740)	105.305 0.002 (21.1000 2.8)	146.06 0.02 (0.0576)				
EU 156	88.95 (8.4000)	199.19 (0.7000)	599.6 (1.5000)	(A) SM 156 ==>	EU 156 E- =====> 15.17D (N,G),	GD 156	
	646.2 (6.5000)	709.9 (*****)	723.3 (5.9000)				
	811.6 (9.8000)	858.3 (*****)	860.0 (*****)				
	867.8 (1.5000)	960.3 (2.1000)	985.8 (*****)	1011.6 (*****)	1018.3 (*****)		
	1040.3 (*****)	1049.3 (*****)	1064.9 (6.1000)	1079.0 (*****)	1153.3 (5.7000)		
	1153.9 (5.6000)	1168.0 (*****)	1230.4 (9.2000)	1242.1 (6.1000)	1277.2 (*****)		
	1366.1 (1.5000)	1876.5 (2.2000)	1937.2 (2.3000)	1965.4 (5.3000)	2026.1 (2.9000)		
	2097.2 (3.6000)	2184. (6.4000)					
EU 157	54.5 1. (2.5000)	64. 1. (18.6000)	77. 1. (0.3100)	(A)	EU 157 E- =====> 15.15H (N,F),	GD 157	6.60E-3
	131.5 1. (0.2200)	160. (0.1200)	210. 3. (0.3000)				
	275. (0.1200)	320. 1. (3.0000)	336. 1. (1.0000)				
	361. 2. (0.5000)	373. 1. (13.0000)	382. 2. (0.3500)	401. 1. (1.6000)	413. 1. (23.0000)		
	423. 1. (0.8100)	437. 2. (0.3800)	453. 1. (1.2000)	463. 1. (0.9000)	477. 1. (2.6000)		
	493. 2. (0.2600)	526. 2. (0.2200)	571. 1. (2.0800)	593. 2. (0.1200)	619. 1. (5.4000)		
	683. 2. (0.5800)	687. 1. (1.5000)	701. 1. (0.3700)	752. 1. (0.5100)	765. 1. (0.5100)		
EU 158	80. 1. (11.0000)	182. 1. (3.0000)	527. 3. (2.0000)	(A)	EU 158 E- =====> 45.7 H (N,F),	GD 158	2.60E-3
	608. 3. (6.0000)	740. (5.0000)	899. 2. (20.0000)				
	925. 3. (4.0000)	946. 2. (55.0000)	964. 3. (1.0000)				
	978. 2. (12.0000)	1006. 3. (5.0000)	1108. 3. (7.0000)	1140. 5. (*****)	1163. 5. (*****)		
	1188. 3. (16.0000)	1220. 5. (*****)	1233. 5. (*****)	1264. 5. (4.0000)	1350. 5. (7.0000)		
	1430. 5. (6.0000)	1940. (4.0000)	2160. (3.0000)	2750. (1.0000)			
EU 160	75.1 0.1 (24.0000 5.)	173.1 0.2 (100.0000)	412.0 0.2 (55.5000)	(R)	EU 160 E- =====> 50. S (N,P),	GD 160	
	514.8 0.3 (60.0000)	737.0 0.5 (11.0000)	821.5 0.3 (49.0000)				
	924.7 0.3 (19.0000)	995. 0.5 (36.0000)	1148. 1. (6.0000)				
	1185. 1. (6.0000)	1234. 0.3 (12.0000)	1301. 0.4 (14.0000)	1385. 0.4 (19.0000)	1461.7 0.6 (9.0000)		
GD 146	114.7 0.7 (38.7000 5.6)	115.6 0.7 (39.6000 5.6)	154.7 0.7 (44.7000 2.5)	(A)	GD 146 EC =====> 48.3 D EU 146 *		
	230.3 0.7 (0.0447)	269.5 0.7 (0.0895)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS-Y- (U 235)
GD 147	106.52 0.02 (0.5100 9.3)	111.10 0.02 (0.6460)	126.0 0.1 (0.3400)	(R)	GD 147 ^{EC} =====> EU 147 * 35. H		
	164.6 0.1 (0.1090)	166.4 0.1 (0.5440)	209.2 0.1 (0.1090)		(D,N),		
	210.4 0.1 (0.1090)	216.4 (2.2500)	229.25 0.04 (100.0000 3.4)				
	240.63 0.04 (2.1600 3.4)	249.18 0.07 (0.5970 8.2)	261.0 0.2 (3.4700 8.9)	286.0 0.1 (0.6400 9.6)	287.4 0.1 (0.6400 9.6)		
	293.2 0.1 (0.6800)	309.95 0.07 (6.6300 3.6)	318.63 0.06 (3.4700 2.8)	346.4 0.1 (3.4000)	370.00 0.06 (27.1000 0.7)		
	396.02 0.06 (53.1000)	484.99 0.09 (5.1700 02.2)	512.7 0.5 (1.8400)	547.3 0.2 (0.9860)	549.4 0.3 (0.7820)		
	559.1 0.1 (10.8000 4.6)	560.3 0.1 (0.6800)	569.6 0.6 (0.2040)	570.5 0.6 (0.2040)	573.5 0.5 (0.2040)		
	595.5 0.6 (0.2040)	610.7 0.2 (2.7900 4.1)	619.1 0.2 (6.0100 6.1)	625.3 0.1 (7.8200 4.3)	632.8 0.3 (2.0400)		
	693.7 0.2 (0.6460)	701.8 0.4 (1.1600)	703.9 0.7 (1.1600)	704.8 0.7 (1.1600)	714.6 0.3 (0.5440)		
	755.2 0.2 (3.4000 7.1)	766.0 0.1 (18.2000 3.1)	776.5 0.2 (11.7000)	782.7 0.2 (3.2100 5.5)	787.4 0.2 (3.7700)		
	804.5 0.4 (0.5780)	820.6 0.4 (1.7000)	828.2 0.2 (0.7820)	840.2 0.3 (0.1360)	861.7 0.2 (2.5900)		
	893.6 0.2 (13.8000)	929.1 0.2 (33.1000 1.7)	954.7 0.7 (0.3740)	975. 1. (0.1500)	988.8 0.4 (0.4670)		
	995.4 0.2 (1.7000 2.8)	1006.6 0.2 (2.3300 2.1)	1040.6 0.4 (0.7210)	1046. 2. (0.2520)	1069.5 0.2 (12.3000 4.5)		
	1080. 1. (0.2040)	1122.9 0.3 (2.5000 6.4)	1130.9 0.2 (11.3000 4.3)	1148.4 0.7 (0.7620 8.0)	1159.9 0.2 (1.1500 8.0)		
	1196. 2. (0.0612)	1235.9 0.2 (1.8600 3.5)	1269.9 1.2 (0.0544)	1325.1 0.2 (1.6000 5.9)	1336.5 0.2 (0.6120)		
	1407. 1. (0.0340)	1467.0 0.8 (0.0544)	1475. 1. (0.1290)	1565.7 0.2 (0.4740 8.2)	1587.2 0.6 (0.9820 8.9)		
	1630. 2. (0.0272)	1641. 2. (0.0272)	1677. 1. (0.1320)	1722. 2. (0.0136)	1733. 2. (0.0136)		
	1756. 2. (0.0408)	1766. 2. (0.0408)	1775. 2. (0.0340)	1784. 2. (0.0680)	1795.7 0.4 (1.3600 1.9)		
	1816.7 0.4 (0.2370)	1826. 2. (0.0272)	1845. 2. (0.0544)	1901. 2. (0.0238)	1908. 2. (0.0612)		
	1913. 2. (0.0476)	1937. 3. (0.0136)	1951. 2. (0.1130)	1957. 3. (0.0170)	1963. 3. (0.0272)		
	1982. 2. (0.0272)	1987. 2. (0.1130)					
GD 149	149.6 0.2 (48.0000)	214.5 0.6 (0.1700)	252.3 0.7 (0.2200)	(A)	GD 149 ^{EC} =====> EU 149 * 9.4 D		
	260.5 0.3 (1.2000)	272.0 0.2 (3.0000)	298.5 0.2 (26.0000)				
	346.5 0.3 (21.0000)	405.5 0.7 (0.7600)	430.0 1.0 (6.8000)				
	459.9 0.3 (0.4900)	478.7 0.3 (0.2000)	496.4 0.3 (1.5000)	516.4 0.3 (2.3000)	534.2 0.3 (2.7000)		
	645.2 0.2 (1.2000)	663.3 0.7 (0.2300)	666.2 0.7 (0.8000)	748.2 0.3 (7.1000)	788.6 0.3 (6.1000)		
	812.4 0.5 (0.1100)	863. 1. (0.0660)	875.8 0.4 (0.1900)	933.3 0.5 (0.4500)	939.1 0.4 (1.9000)		
	947.7 0.5 (0.7600)						
GD 151	21.54 0.02 (46.2000 4.1)	106.51 0.06 (1.2900 4.6)	110.5 0.1 (0.1200 8.3)	(R)	GD 151 ^{EC} =====> EU 151 120. D		
	153.57 0.06 (100.0000)	174.65 0.06 (48.3000 3.1)	196.46 0.09 (0.4800 4.2)		(P,N),(D,2N),		
	222.2 0.5 (0.0640)	239.0 0.1 (2.3100 4.8)	243.22 0.06 (89.9000 3.0)				
	260.39 0.09 (0.8400 3.6)	285.0 0.2 (0.1000)	286.00 0.09 (1.3500 2.9)	306.5 0.2 (0.8600)	307.43 0.09 (16.5000 3.0)		
	328.23 0.09 (1.3200 3.8)	332.1 0.1 (0.1700)	353.51 0.09 (2.0400 2.9)	394.8 0.3 (0.0130)	416.3 0.3 (0.0095)		
GD 153	69.6 0.2 (2.5000)	84. (0.2300)	97.432 0.003 (31.7000)	(A)	GD 153 ^{EC} =====> EU 153 242. D		
	103.18 0.02 (23.0000)	173. (0.1900)			(N,G),(D,2N),		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
GD 159	58.00 0.01 (2.0000)	79.45 0.2 (0.0400)	137.7 0.3 (0.0047)	(A) EU 159 ==>	GD 159 E- =====> 18.56H (N,G);	TB 159 9.01E-01	1.05E-3
	210.8 0.3 (0.0100)	225.00 0.04 (0.1700)	236.9 0.4 (0.0062)				
	274.2 0.6 (0.0073)	290.2 0.3 (0.0320)	305.3 0.2 (0.0740)				
	348.1 0.2 (0.2200)	363.56 0.03 (9.3000)	536.7 0.4 (0.0020)	559.9 0.3 (0.0190)	581.1 0.3 (0.0560)		
	616.3 (0.0010)	617.7 0.3 (0.0160)	854.5 0.4 (0.0016)				
GD 161	56.2 (5.1000)	77.2 (1.9000)	85.5 (0.1900)	(A)	GD 161 E- =====> 3.7 H (N,G); (N,F);	TB 161 * 1.74E-01	8.20E-5
	102.2 0.2 (15.0000)	105.5 (0.6200)	134.0 (0.1600)				
	164.9 0.2 (2.2000)	181.1 (0.5000)	191.5 (0.5600)				
	258.5 (0.8100)	271.0 (0.8100)	283.3 0.2 (5.7000)	314.6 0.2 (23.0000)	338.1 (1.9000)		
	360.4 0.2 (62.0000)	354.4 (0.1900)	424.0 (0.1200)	480.1 0.2 (2.4000)	529.5 0.2 (1.2000)		
TB 147	119.7 0.5 (6.7000)	139.8 0.5 (33.7000)	184. 1. (0.4500)	(A)	TB 147 EC =====> 24. H GD 147 *		
	259.5 0.5 (2.5000)	347.4 0.5 (2.6000)	407.4 0.5 (1.6000)				
	511.006 0.002 (10.1000)	547.2 0.5 (1.8000)	554.9 0.5 (3.8000)				
	694.5 0.5 (30.6000)	936.0 0.5 (1.7000)	1153.0 0.5 (75.0000)	1293.0 0.5 (2.7000)	1629. 1. (2.4000)		
	1660. 1. (2.7000)	1949. 1. (1.5000)	2564. 1. (1.7000)	2684. 1. (3.4000)			
TB 148	142.0 0.3 (0.6800)	489.1 0.3 (29.5000 5.8)	511.0 0.1 (44.0000 3.7)	(R)	TB 148 EC =====> 70. H GD 148 *		
	631.1 0.3 (13.3000 3.8)	783.4 0.2 (100.0000)	807.2 0.4 (0.4600)				
	839.8 0.4 (0.4900)	957.9 0.2 (0.9000)	997.2 0.6 (0.5200)				
	1006.2 0.3 (1.1800)	1048.3 0.3 (0.6000)	1077.1 0.2 (13.8000 5.8)	1087.3 0.4 (2.0000)	1105.0 0.7 (0.9000)		
	1165.6 0.3 (0.3500)	1212. 1. (0.2000)	1227.3 0.4 (1.0700 6.5)	1340.7 0.7 (0.5800)	1401.4 0.2 (2.5000)		
	1422.7 0.6 (0.2700)	1446.6 0.3 (0.8600)	1466.0 0.3 (0.2800)	1472. 1. (0.3800)	1522.6 0.4 (0.6600)		
	1589.1 0.8 (0.3000)	1595.9 0.2 (1.2500)	1637.2 0.5 (1.2900)	1675.2 0.4 (0.2800)	1717.2 0.4 (1.8500)		
	1736. 1. (0.1600)	1798.6 0.3 (0.7500)	1813.5 0.5 (0.4900)	1826.7 0.3 (1.5100)	1846.1 0.6 (0.8100)		
	1860.1 0.2 (6.5200 3.7)	1909.8 0.8 (0.4100)	2099.1 0.5 (1.0000)	2126.5 0.4 (1.1000)	2131.1 0.4 (0.6200 8.1)		
	2150.2 0.4 (0.3600)	2164.5 0.5 (0.2900)	2184.6 0.2 (1.4300)	2241.1 0.9 (0.5100)	2247. 1. (0.4200)		
	2283.4 0.5 (0.4200)	2305.6 0.5 (0.9700)	2327.5 0.7 (0.4300)	2338.1 0.9 (0.3600)	2356.0 0.9 (0.3000)		
	2360.6 0.6 (0.3600)	2496.7 0.8 (0.4100)	2611. 2. (0.2500)	2628. 2. (0.2000)	2659.7 0.6 (0.3800)		
	2693.5 0.6 (0.4300)	3123. 2. (0.7700)	3579.1 0.5 (0.6000)	3729.7 0.6 (0.3100)	3829.8 0.6 (0.6100)		
TB 150M	95.5 0.2 (0.5000)	154.1 0.2 (1.0000)	162.0 0.2 (7.3000)	(R)	TB 150M E- =====> 5.8 H GD 150		
	179.4 0.6 (1.4000)	180.9 0.6 (1.4000)	275. 1. (1.9000)				
	343.1 0.1 (25.0000 8.0)	412.4 0.2 (9.8000 6.1)	415.3 0.2 (4.0000)				
	438.4 0.1 (42.0000)	455.7 0.2 (12.0000)	496.3 0.1 (23.5000)	566.5 0.1 (22.0000 9.1)	638. (100.0000)		
	648.4 0.3 (18.0000)	650.4 0.3 (70.0000 4.3)	789.9 0.4 (2.3000)	827.5 0.1 (41.0000 7.3)			

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY		ABS/REL		DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
TB 152	195.2 0.2 (0.6300)	271.1 0.1 (14.0000 6.4)	315.2 0.2 (1.3000 6.8)	(R)	TB 152 ^{EC} =====> GD 152 17.5 H		
	315.7 0.2 (0.3600)	344.3 0.1 (100.0000)	367.8 0.2 (0.5500)				
	387.8 0.2 (0.6400 9.4)	411.1 0.1 (6.3000 6.4)	494.0 0.3 (0.2100 9.5)				
	496.4 0.3 (0.2100 9.5)	511.066 0.002 (20.0000 0.8)	526.9 0.2 (0.4000 7.5)	543.7 0.2 (0.3000)	586.3 0.1 (15.0000 6.2)		
	622.8 0.2 (1.4000 6.9)	675.1 0.2 (0.8500 7.1)	678.6 0.2 (0.3200 9.4)	703.3 0.2 (3.8000 6.8)	738.7 0.2 (0.3400 8.8)		
	764.9 0.1 (4.5000 7.1)	778.9 0.1 (8.9000 6.6)	794.7 0.2 (0.2800)	812.8 0.2 (0.3600 8.3)	893.3 0.2 (1.0000 7.8)		
	902.4 0.2 (0.2300 8.7)	928.7 0.2 (0.7000)	930.7 0.2 (2.8000 7.5)	937.0 0.2 (0.2900)	970.4 0.2 (1.4000 9.8)		
	974.1 0.2 (4.8000 6.6)	990.3 0.2 (1.2000 7.5)	1010.7 0.2 (0.6500 7.7)	1086.3 0.3 (0.3800)	1089.9 0.2 (1.5000 7.1)		
	1106.7 0.2 (0.6500)	1109.2 0.2 (4.1000 7.1)	1137.6 0.2 (1.3000 7.0)	1160.0 0.2 (0.3800)	1185.6 0.5 (0.3700)		
	1190.5 0.2 (0.6900 8.7)	1209.1 0.3 (0.4500)	1261.4 0.2 (1.7000 6.0)	1299.1 0.1 (3.3000 9.7)	1314.7 0.2 (2.2000 9.1)		
	1316.1 0.3 (0.2900)	1318.2 0.3 (0.6000)	1325.8 0.2 (1.4000 7.1)	1336.6 0.2 (0.2100)	1348.1 0.2 (1.5000 6.2)		
	1369.2 0.4 (0.2100)	1400.6 0.3 (0.2500)	1446.5 0.3 (0.4100 9.8)	1517.8 0.2 (1.1000 7.3)	1570.8 0.4 (0.2400)		
	1586.2 0.2 (1.5000 6.7)	1556.9 0.4 (0.6000)	1598.9 0.4 (0.6500)	1605.8 0.2 (0.5500 9.1)	1631.5 0.2 (0.3900)		
	1667.4 0.2 (1.2000 6.9)	1757.4 0.2 (1.1000 7.2)	1771.4 0.2 (0.4600 8.7)	1789.1 0.2 (0.8800 8.0)	1797.8 0.3 (0.3000)		
	1825.2 0.5 (0.2200)	1857.3 0.4 (0.2700)	1861.9 0.2 (0.7600 7.9)	1902.4 0.2 (2.9000 6.8)	1920.9 0.2 (0.6600)		
	1941.1 0.2 (1.1000 7.2)	1955.3 0.2 (0.5400 9.3)	2033.8 0.3 (0.2100)	2093.3 0.3 (0.3200 9.4)	2150.9 0.3 (0.3500)		
	2185.0 0.3 (0.3300)	2342.8 0.4 (0.2200)	2365.3 0.3 (0.6700 6.0)	2375.3 0.3 (1.4000 6.6)	2384.7 0.5 (0.2800)		
	2405.0 0.3 (2.3000 6.1)	2536.3 0.4 (0.4900)	2570.0 0.4 (0.3400 8.8)	2588.3 0.4 (0.6400 9.4)	2619.7 0.4 (0.4700 8.5)		
	2663.0 0.4 (0.3500 8.6)	2667.9 0.4 (0.2400)	2697.9 0.4 (0.4100 9.8)	2709.4 0.3 (0.3800 7.9)	2719.8 0.3 (0.6000 8.3)		
	2754.7 0.4 (0.2000)	2961.2 0.8 (0.0400)	2966.0 0.1 (0.0200)	2971.0 0.15 (0.0130)	2980.0 0.1 (0.0600)		
TB 155	60.04 0.09 (5.0000)	86.60 0.07 (100.0000)	99.0 0.2 (*****)	(R)	TB 155 ^{EC} =====> GD 155 5.32D		
	101.1 0.2 (*****)	105.36 0.07 (72.5000)	120.5 0.2 (*****)				
	148.6 0.1 (7.2000)	162.3 (23.5000)	175.2 0.2 (*****)				
	180.1 0.1 (22.0000)	181.6 0.2 (*****)	203.0 0.2 (*****)	208.2 0.2 (0.7200)	216.1 0.2 (*****)		
	220.7 0.1 (2.0300)	226.9 0.2 (0.3600)	239.5 0.2 (0.5600)	263.2 0.1 (14.2000)	268.6 0.1 (2.1000)		
	281.0 0.2 (0.8700)	286.9 0.2 (0.8700)	321.8 0.2 (0.4800)	340.7 0.2 (3.1900)	367.3 0.2 (*****)		
	370.7 0.2 (*****)	402.1 0.3 (*****)	422.4 0.2 (*****)	559.1 0.3 (*****)			
TB 156	88.93 (29.0000)	111.92 (2.2000)	155.2 (2.7000)	(R)	TB 156 ^{EC} =====> GD 156 5.1 D		
	199.2 (61.0000)	262.5 (8.9000)	296.46 (6.5000)		(A,N), (P,N),		
	356.39 (19.0000)	381.4 (0.9800)	422.4 (12.0000)				
	534.1 0.3 (100.0000)	579.3 0.3 (0.8400)	686. 1. (0.6000)	690. 1. (0.3700)	747. 1. (0.2800)		
	780.4 1. (3.5000)	805. 1. (0.4200)	841. 1. (0.4700)	855. 1. (0.5100)	866. 1. (0.5600)		
	926.4 0.5 (6.3000)	949.5 1. (2.3000)	960.2 0.3 (2.6000)	1039.5 1. (1.6000)	1065. 1. (21.0000)		
	1067.0 1. (21.0000)	1129. 1. (0.2800)	1154.0 0.5 (16.0000)	1159.4 0.5 (12.0000)	1188. 1. (0.7000)		
	1222.1 0.5 (46.0000)	1228. 2. (1.2000)	1240. 1. (0.3700)	1265. 1. (1.8000)	1333. 1. (3.6000)		
	1420.0 0.5 (18.0000)	1644.5 0.5 (5.6000)	1814. 1. (0.7400)	1844.0 0.5 (6.2000)	1885. 1. (0.1900)		
	1889. 1. (0.0930)	1942.2 2. (0.0470)	2012.3 0.5 (1.6000)	2047.3 (0.0230)	2089. 1. (0.1000)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
DY 155	65.47 0.03 (2.6700 1.3)	71.14 0.03 (0.0680)	90.32 0.05 (15.7000 .0)	(A)	DY 155 EC =====> TB 155 * 9.6 H (A,N),		
	115.28 0.06 (0.2040)	118.33 0.06 (0.2720 0.2)	135.29 0.07 (0.1020)				
	155.8 0.2 (0.1700 0.2)	161.43 0.08 (1.1400 1.0)	181.0 0.3 (0.2040)				
	184.53 0.09 (3.7500 0.3)	205.52 0.09 (0.3270 0.5)	226.94 0.09 (68.0000 0.2)	267.3 0.1 (0.1700)	271.3 0.1 (1.3100 0.2)		
	296.1 0.3 (0.1360 2.5)	317.1 0.3 (0.1540)	383.0 0.3 (0.1900 0.9)	391.7 0.2 (0.0680)	403.2 0.3 (0.1290 1.2)		
	433.0 0.2 (0.6700)	451.7 0.2 (0.2840 3.5)	458.9 0.2 (0.3260 0.6)	484.1 0.2 (1.3600 0.7)	498.7 0.3 (2.5200 0.9)		
	508.3 0.1 (1.6300 2.7)	511.006 0.002 (5.0000 1.8)	549.6 0.1 (1.3100 .8)	559.3 0.1 (0.0842)	570.7 0.1 (0.1840)		
	586.5 0.1 (0.3880 0.5)	595.0 0.1 (0.1020)	640.9 0.1 (1.3100 0.5)	654.0 0.1 (0.3540 0.6)	664.0 0.1 (3.1800 0.5)		
	678.2 0.1 (0.3400 0.4)	683.9 0.2 (0.1560)	695.0 0.1 (0.5300 0.6)	703.0 0.1 (0.0680)	720.6 0.1 (0.3740 0.3)		
	726.0 0.1 (0.3740 0.6)	745.0 0.1 (0.5470 4.0)	760.8 0.2 (0.1090)	812.5 0.1 (0.5820 3.2)	829.3 0.1 (0.3130 0.7)		
	835.1 0.1 (0.4080 0.3)	841.2 0.1 (0.5850 0.5)	848.7 0.1 (0.3540 0.4)	860.0 0.1 (0.1020)	891.0 0.3 (0.8020 1.4)		
	905.1 0.1 (3.4000 4.9)	928.1 0.1 (0.9720 1.3)	939.0 0.1 (0.6500 3.5)	981.0 0.1 (0.3470 0.3)	999.2 0.1 (3.7600 1.0)		
	1011.0 0.1 (0.1500)	1025.0 0.1 (0.0752)	1062.0 0.1 (0.5100 1.1)	1068.0 0.1 (0.8560 1.0)	1088.9 0.1 (4.1500 0.9)		
	1100.0 0.2 (0.0824)	1115.0 0.1 (0.6180 2.0)	1156.6 0.2 (2.9300)	1166.8 0.1 (1.5700)	1203.0 0.1 (0.1020)		
	1215.0 0.1 (0.0680)	1225.0 0.1 (0.0680)	1244.0 0.2 (0.0877)	1253.7 0.4 (1.3600)	1285.0 0.1 (0.1020)		
	1296.0 0.1 (0.2650 1.4)	1305.0 0.1 (0.2110 1.0)	1313.0 0.1 (0.0476)	1317.2 0.1 (0.2580 1.6)	1332.0 0.1 (0.0884)		
	1338.0 0.2 (0.6930)	1348.0 0.1 (0.0884 0.8)	1368.0 0.1 (1.1600 2.0)	1371.0 0.1 (0.4010)	1378.0 0.1 (0.1020)		
	1387.9 0.1 (0.2310 2.8)	1393.6 0.6 (0.3870)	1415.0 0.1 (0.3810 0.9)	1429.0 0.2 (0.5640)	1440.0 0.2 (0.4150 1.0)		
	1450.1 0.2 (0.2170 1.5)	1481.3 0.3 (0.9450)	1494.3 0.2 (1.1000 0.4)	1509.1 0.6 (0.3710)	1566.0 0.1 (0.1360)		
	1575.0 0.2 (0.1900 0.5)	1579.0 0.1 (0.0544)	1596.0 0.2 (0.0884)	1599.0 0.1 (0.4760 0.6)	1638.0 0.1 (0.1360 0.2)		
	1656.0 0.1 (0.1360)	1665.0 0.1 (1.6100 1.1)	1685.0 0.1 (0.1900 0.7)	1792.0 0.1 (0.0631)			
DY 159	58.2 0.2 (4.0000)	80. (0.0001)	290. (0.0001)	(A)	DY 159 EC =====> TB 159 144. 0 (N,G),(D,2N), (P,N),	8.67E-04	
	348. (0.0009)						
DY 165M	57.8 0.2 (0.0092)	67.9 0.5 (0.0136)	87.7 0.2 (0.0126)	(A)	DY 165M IT =====> DY 165 * 1.26H (N,G),	6.21E+02	
	95.96 0.05 (0.0443)	108.159 0.003 (3.4100 9.0)	119.5 0.2 (0.0031)				
	153.800 0.009 (0.2750 9.0)	251.7 0.5 (0.0204)	361.671 0.006 (0.6060 9.0)				
	515.471 0.006 (1.7300 9.0)	676. 1. (0.0005)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
BY 165	29.7 0.3 (0.0049)	57.87 0.02 (0.0162)	67.7 0.3 (0.0167)	(A)	BY 165 E- ====> 139. H (N,G),	HO 165	1.41E+02
	71.50 0.05 (0.0027)	87.58 0.02 (0.0167)	89.8 0.1 (0.0033)				
	94.695 0.004 (4.1900 5.4)	95.93 0.05 (0.0011)	98.8 0.2 (0.0010)				
	109.6 0.5 (0.0007)	115.09 0.01 (0.0084 7.3)	119.489 0.005 (0.0084 7.3)	129.4 0.2 (0.0006)	140.6 0.2 (0.0025)		
	153.80 0.05 (0.0067 8.2)	170.26 0.07 (0.0035)	175.0 0.2 (0.0013)	209.8 0.3 (0.0012)	228.1 0.3 (0.0005)		
	259.53 0.01 (0.0171 6.3)	267.0 0.2 (0.0013)	279.76 0.01 (0.5830 5.4)	361.67 0.02 (0.9830 5.4)	405.33 0.05 (0.0125 5.4)		
	456.08 0.02 (0.0498 5.4)	472.1 0.2 (0.0017)	479.60 0.04 (0.0515 5.4)	489.8 0.1 (0.0040)	504.1 0.2 (0.0013)		
	512.8 0.3 (0.0037)	515.47 0.03 (0.0444 5.4)	540.62 0.05 (0.0066)	545.84 0.02 (0.1900 3.6)	565.71 0.02 (0.1550 3.6)		
	575.55 0.02 (0.0921 3.6)	588.58 0.05 (0.0038)	610.30 0.05 (0.0062)	620.63 0.02 (0.1140 4.5)	633.42 0.02 (0.6650 2.8)		
	660.08 0.03 (0.0312 5.4)	694.09 0.04 (0.0136 5.4)	715.33 0.02 (0.6250 2.8)	725.41 0.03 (0.0164)	820.11 0.03 (0.0094 7.3)		
	900.39 0.05 (0.0029)	976.8 0.2 (0.0003)	984.92 0.04 (0.0066 7.3)	995.09 0.03 (0.0645 3.6)	1045.7 0.2 (0.0006)		
	1055.76 0.03 (0.0366 5.4)	1079.62 0.03 (0.1070 3.6)	1091.89 0.08 (0.0012)	1140.35 0.05 (0.0016 7.3)	1186.6 0.1 (0.0005)		
HO 157	86.5 0.2 (26.0000)	109.8 0.2 (1.4000)	121.0 0.2 (0.3300)	(A)	HO 157 E+ ====> 14. H	BY 157 *	
	126.9 0.2 (0.6100)	147.7 0.2 (3.3000)	150.0 0.2 (0.8200)				
	153.1 0.2 (3.1000)	162.4 0.2 (2.1000)	163.8 0.2 (0.5500)				
	173.3 0.2 (0.6500)	188.1 0.2 (4.2000)	193.4 0.2 (9.6000)	196.5 0.2 (0.7400)	208.8 0.2 (1.3000)		
	224.2 0.2 (0.1400)	227.3 0.2 (0.2700)	234.6 0.2 (0.9600)	253.2 0.2 (0.1600)	258.1 0.2 (1.2000)		
	269.4 0.2 (0.1800)	272.2 0.2 (4.7000)	280. 0.2 (10.5000)	297.0 0.2 (0.7600)	320.2 0.2 (2.2000)		
	341.1 0.2 (17.0000)	347.0 0.2 (0.0600)	353.6 0.2 (0.2000)	359.0 0.2 (0.5300)	360.6 0.2 (0.5300)		
	365.1 0.2 (0.0400)	367.2 0.2 (0.2500)	379.2 0.2 (0.2000)	388.4 0.2 (0.4500)	394.2 0.2 (0.0600)		
	400.1 0.2 (0.1600)	405.8 0.2 (0.0800)	416.7 0.2 (0.0400)	420.1 0.2 (0.2900)	428.4 0.2 (0.1200)		
	430.4 0.2 (0.1200)	449.4 0.2 (0.1800)	463.3 0.2 (0.2900)	466.0 0.2 (0.1600)	468.0 0.2 (0.1600)		
	476.6 0.2 (0.5700)	508.3 0.2 (2.9000)	511.006 0.002 (*****)	522.8 0.2 (0.1000)	527.4 0.6 (0.0400)		
	540.5 0.6 (0.1200)	550.0 0.6 (0.1600)	555.6 0.6 (2.8000)	567.8 0.6 (0.1400)	570.2 0.6 (0.5500)		
	582.2 0.6 (0.0800)	597.5 0.6 (0.2000)	610.2 0.6 (0.1000)	649.1 0.6 (0.3300)	661.9 0.6 (0.2500)		
	685.5 0.6 (0.8600)	688.1 0.6 (0.3500)	703.0 0.6 (0.1800)	708.6 0.6 (1.3000)	748.9 0.6 (0.1800)		
	779.1 0.6 (0.4500)	791.2 0.6 (0.2500)	828.1 0.6 (0.6300)	835.4 0.6 (1.1000)	842.4 0.6 (0.1800)		
	870.0 0.6 (0.9400)	896.6 0.6 (4.1000)	929.0 0.6 (0.6100)	936.4 0.6 (0.1600)	946.2 0.6 (0.1800)		
	954.9 0.6 (0.0800)	963.0 0.6 (0.1200)	969.1 0.6 (0.0800)	1038.7 0.6 (0.1000)	1044.0 0.6 (0.0200)		
	1053.9 0.6 (0.0800)	1063.4 0.6 (0.1000)	1072.9 0.6 (0.0400)	1082.3 0.6 (0.0800)	1090.4 0.6 (0.0600)		
	1169.7 0.6 (0.2000)	1172.3 0.6 (0.0600)	1191.9 0.6 (0.1200)	1202.1 0.6 (0.0600)	1211.1 0.6 (2.2000)		
	1232.3 0.6 (0.0600)	1239.7 0.6 (0.0600)	1274.7 0.6 (0.0800)	1298.3 0.6 (0.0800)	1303.0 0.6 (0.0800)		
	1318.8 0.6 (0.1800)	1332.5 0.6 (0.0400)	1349.6 0.6 (0.0800)	1358.9 0.6 (0.0600)	1380.3 0.6 (0.2200)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
HO 159	30.6 (2.5000)	31.4 (2.5000)	41.1 (1.4000)	(R)	HO 159 EC =====> DY 159 * 33. H		
	56.7 (6.8000)	72.5 (0.7400)	79.9 (3.3000)				
	85.7 (0.5000)	88.3 (0.2500)	99.5 (0.8600)				
	100.6 (11.0000)	103.1 (0.4400)	121.0 (100.0000)	132.0 (67.0000)	136.4 (1.4000)		
	152.4 (3.5000)	155.8 (6.4000)	159.4 (1.2000)	173.1 (6.8000)	177.6 (18.0000)		
	186.3 (9.8000)	195.6 (0.2500)	217.7 (9.9000)	252.9 (41.0000)	258.9 (3.9000)		
	265.5 0.5 (0.4700)	268.2 0.5 (0.2100)	296.1 (2.5000)	309.6 (42.0000)	338.7 (1.7000)		
	352.8 0.5 (0.2000)	395.4 (0.7800)	620.9 (0.7400)	667.9 (0.1200)	706.7 (2.7000)		
	766.3 (0.2800)	780.6 (0.1400)	807.4 (2.8000)	816.7 0.5 (0.0910)	838.7 (8.6000)		
	850.7 (0.7000)	866.0 0.5 (0.0740)	881.3 (0.9500)	891.8 0.5 (0.2000)	898.1 (0.0860)		
	912.7 (0.6900)	939.2 0.5 (0.1500)	992.0 0.5 (0.1500)	1016.3 (1.1000)	1018.9 (0.5400)		
	1024.3 (0.4600)	1035.2 (0.1300)	1062.6 0.5 (0.1400)	1075.7 (0.3100)	1145.2 0.5 (0.1300)		
	1153.3 0.5 (0.1400)	1193.1 (0.1400)	1201.9 (0.4200)	1461.0 (0.1400)			
HO 162H	80.7 0.2 (31.1000)	161.2 0.3 (0.3200)	185.0 0.1 (100.0000)	(R)	HO 162H IT =====> HO 162 68. H		
	188.7 0.5 (0.7800)	205.5 0.3 (0.1600)	220. 1. (0.1200)		(A,N),		
	236.0 0.4 (0.2300)	246.8 0.6 (0.2000)	251.0 0.6 (0.2000)				
	259.5 0.6 (0.1200)	275.6 0.2 (2.7500)	278.4 0.6 (0.8000)	282.9 0.1 (39.3000 3.8)	302.9 0.3 (1.3100)		
	322.1 0.5 (0.2900)	329.4 0.4 (0.1900)	334.0 0.3 (1.0900)	347.6 0.5 (0.1000)	392.8 0.2 (0.8900 7.9)		
	424.7 0.2 (1.6200 4.3)	467.9 0.2 (0.8300 8.4)	634.5 0.3 (0.3800)	776.3 0.3 (0.3300)	795.3 0.2 (0.9200 9.8)		
	807.6 0.4 (0.4100)	842.0 0.2 (1.5600)	882. 1. (1.2600)	888. 1. (0.3400)	917.2 0.3 (2.0300 9.9)		
	937.2 0.2 (37.3000 3.2)	944.4 0.7 (0.5500)	980.5 0.5 (0.9000)	1124.9 0.2 (4.0700 4.7)	1129.3 0.3 (1.3100 9.9)		
	1134.6 0.4 (0.4300)	1188.0 0.3 (1.1600 9.5)	1220.0 0.2 (78.4000 4.5)	1276. 1. (0.1100)	1319.6 0.2 (7.2600 4.8)		
	1372.8 0.2 (1.6300 6.8)	1453. 1. (0.0700)	1806. 1. (0.0900)				
HO 162	80. (7.8000)	185. (9.2000)	283. (3.0000)	(A)	HO 162 EC =====> DY 162 15. H		
	511.006 0.002 (9.0000)	930. (4.7000)	1220. (4.3000)				
HO 164H	37.7 0.3 (4.5000)	45.9 0.2 (100.0000)	56.1 0.3 (5.8000)	(R)	HO 164H IT =====> HO 164 * 39.0 H		
					(N,2N),		
HO 164	73.5 0.2 (74.0000)	91.4 0.2 (100.0000)		(R)	HO 164 E- =====> DY 164 23.9 H		
					(N,2N),		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
HO 166H	80.6 0.2 (14.5000 3.3)	54.6 0.2 (0.1650)	112. 1. (0.7000)	(R)	HO 166H E- =====> ER 166 120.01E	3.45E+00	
	121.6 0.2 (0.7710)	136. 1. (0.1000)	160.7 C.2 (0.3530)		(N,G),		
	184.5 0.2 (100.0000)	215.6 0.2 (3.9300 2.2)	231.2 C.3 (0.3590 8.3)				
	260.2 0.3 (1.7700 6.6)	286.3 0.3 (38.6000 1.2)	300.5 0.3 (4.7700 1.9)	340. 2. (0.2500)	345. 2. (0.2500)		
	365.8 0.3 (2.9300 2.0)	411.0 0.3 (15.5000 1.2)	451.6 0.2 (3.4800 2.0)	464.9 0.2 (2.0000 3.5)	477. 2. (0.4000)		
	530.0 0.3 (10.2000 3.0)	570.5 0.3 (6.7700 2.0)	594.9 0.2 (1.2700)	611.0 0.2 (1.4800)	644. 2. (0.2700)		
	670.5 0.2 (7.0100 3.4)	682. 1. (0.3000)	691.2 0.2 (1.8500 4.8)	711.7 0.2 (71.7000 1.0)	725.5 0.2 (0.1950)		
	736.7 0.2 (0.4590 8.4)	752.5 0.2 (16.1000 2.4)	779.3 C.4 (3.7300 1.8)	793.1 0.2 (0.1850)	810.8 0.3 (76.4000 1.1)		
	830.8 0.3 (12.1000 2.0)	875.9 0.2 (1.1400 6.1)	889.2 0.2 (0.5630)	896.5 0.1 (0.5630)	951.5 0.2 (3.5100 3.9)		
	976. 2. (0.1200)	995.4 0.4 (0.6580)	1005. 2. (0.2000)	1012. 2. (0.1000)	1086. 1. (0.3000)		
	1118.1 0.5 (0.3440)	1122. 2. (0.3750)	1147.2 0.2 (0.3800)	1160. 2. (0.1000)	1225. 2. (0.2000)		
	1241.8 0.3 (1.2200 4.0)	1275.0 0.3 (0.4430)	1283.1 0.2 (0.3840 9.2)	1333. 2. (0.2000)	1401.3 0.2 (0.6420)		
	1408. 2. (0.4650 9.7)	1427.5 0.2 (0.6560 4.2)	1493. 3. (0.1000)	1510. 2. (0.1000)	1522. 2. (0.2000)		
HO 166	80.6 0.2 (5.4000)	675.1 0.5 (0.0200)	706.0 0.7 (0.0150)	(A) DY 166 ==>	HO 166 E- =====> ER 166 26.7 H	6.22E+01	
	786.1 0.7 (0.0080)	1378.4 0.7 (0.9000)	1580.5 0.2 (0.2000)		(N,G),		
	1663. 0.5 (0.1000)	1750.0 0.6 (0.0300)	1830.3 1.0 (0.0080)				
HO 167	73.8 0.2 (5.0000)	75.3 0.2 (14.0000)	83.5 0.2 (9.3000)	(A)	HO 167 E- =====> ER 167 3.1 H		
	106. 1. (0.3200)	131.7 0.3 (0.2600)	148.3 0.4 (0.2000)		(N,P),		
	207.8 0.2 (13.0000)	208.7 0.4 (0.2000)	237.9 0.2 (6.5000)				
	254.7 0.2 (0.2600)	303. 1. (0.0400)	315.0 0.5 (0.8000)	325.3 0.2 (2.7000 1)	332. 1. (0.2000)		
	346.5 0.2 (58.0000)	386.2 0.2 (3.7000)	398.6 0.3 (1.0000)	403.0 0.2 (3.5000)	430.0 0.5 (0.1300)		
	460.0 0.2 (2.2000)	463. 1. (0.5000)	480.0 0.5 (0.1500)	531.5 (0.0200)	668.0 0.5 (0.2300)		
	745.0 0.5 (0.1700)						
HO 170H	182. (67.0000)	672. (17.0000)	740. (37.0000)	(R)	HO 170H IT =====> HO 170 * 2.9 H		
	786. (47.0000)	853. (70.0000)	889. (57.0000)				
	932. (100.0000)	942. (33.0000)	1042. (30.0000)				
	1139. (57.0000)						
HO 170	79. (50.0000)	464. (*****)	543. (16.0000)	(R)	HO 170 E- =====> ER 170 42. S		
	685. (9.5000)	696. (26.0000)	911. (100.0000)		(N,P),		
	830. (11.5000)	878. (36.0000)	959. (29.5000)				
	1021. (30.5000)	1127. (21.0000)	1186. (42.5000)	1893. (54.5000)	1938. (12.5000)		
	1972. (43.5000)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
ER 161	76.23 0.06 (2.9900)	87.53 0.03 (0.3940)	94.13 0.03 (1.2300)	(A)	ER 161 EC =====> HO 161 * 3.1 H		
	99.63 0.03 (0.7290)	130.85 0.03 (0.6050)	148.16 0.03 (0.3130)				
	150.5 0.6 (0.0338 5.2)	201.46 0.03 (1.0900 9.3)	211.15 0.03 (27.6000 9.3)				
	236.43 0.03 (0.4540 6.5)	252.68 0.03 (0.4330 6.5)	294.00 0.04 (0.4010 6.0)	303.52 0.04 (0.3010 7.8)	309.1 0.3 (0.0658 3.0)		
	314.76 0.04 (2.5300 5.8)	421.7 0.1 (0.3460 2.5)	446.88 0.09 (0.3900 4.1)	507.6 0.2 (0.3090)	528.1 0.2 (0.3720 3.3)		
	549.4 0.2 (0.3150 7.7)	554.2 0.4 (0.0861 3.2)	592.65 0.07 (3.3200 5.9)	625.7 0.4 (0.0867 4.3)	649.1 0.2 (0.7460 6.2)		
	662.5 0.2 (0.1270 3.3)	690.9 0.2 (0.3240 3.9)	719.1 0.3 (0.0953 2.5)	727.0 0.2 (0.7810 7.9)	737.1 0.2 (0.2260 7.9)		
	745.4 0.5 (0.0486 3.0)	747.7 0.8 (0.0480 2.8)	767.1 0.6 (0.0387 2.7)	784.1 0.4 (0.0535 2.7)	799.4 0.2 (0.1470 3.7)		
	804.4 0.2 (0.2650)	808.7 0.2 (0.1650)	812.1 0.2 (0.3300)	826.55 0.07 (61.5000 4.8)	842.1 0.4 (0.0615 3.3)		
	859.2 0.7 (0.0301 2.8)	864.9 0.2 (1.2200 6.3)	868.8 0.2 (0.3330 4.8)	875.8 0.2 (0.3290)	878.5 0.3 (0.2190 6.9)		
	880.8 0.6 (0.0295 3.6)	885.1 0.7 (0.0498 2.4)	895.68 0.09 (0.1710)	898.2 0.5 (0.0812 3.1)	904.4 0.9 (0.0264 2.5)		
	913.3 0.9 (0.0203 3.0)	931.70 0.09 (0.1230)	935.6 0.6 (0.0806 4.0)	937.7 0.6 (0.0689 3.9)	941.0 0.2 (0.1330 2.5)		
	948.5 0.6 (0.2490 2.7)	951.3 0.6 (0.0258 2.5)	954.7 0.6 (0.0283 2.7)	962.4 0.2 (0.1440 4.4)	964.5 0.9 (0.0301 3.7)		
	970.5 0.3 (0.1040 3.1)	973.0 0.2 (0.2660 7.4)	980.3 0.2 (0.1020)	998.8 0.2 (0.1210)	1098.3 0.2 (0.2410 3.1)		
	1102.7 0.2 (0.1960 3.2)	1114.8 0.6 (0.0474 2.4)	1117.9 0.2 (0.2030 3.0)	1145.1 0.2 (0.5890)	1147.5 0.5 (0.1260 3.4)		
	1159.0 0.2 (0.5100 4.7)	1171.8 0.2 (0.3700)	1174.6 0.2 (0.6110)	1183.3 0.2 (0.3040 3.7)	1185.8 0.2 (0.3670 7.2)		
	1193.3 0.2 (0.4870)	1209.9 0.2 (0.3800 3.8)	1228.2 0.2 (0.1150 2.2)	1247.1 0.2 (0.2700 3.5)	1250.4 0.2 (0.3880 4.0)		
	1268.3 0.2 (0.2040)	1276.4 0.3 (0.1260 6.0)	1280.0 0.2 (0.5450 4.9)	1303.1 0.2 (0.3960)	1338.2 0.2 (0.2460 4.4)		
	1341.2 0.6 (0.0664 3.5)	1342.9 0.6 (0.0498 2.6)	1358.3 0.2 (0.6050 5.4)	1361.4 0.3 (0.1450)	1417.8 0.2 (0.6110 5.4)		
	1429.2 0.2 (0.3240 3.5)	1434.5 0.2 (0.2000 2.8)	1464.5 0.2 (0.2460 2.7)	1524.5 0.5 (0.0296 5.3)	1525.6 0.5 (0.0630)		
	1656.6 0.2 (0.5520 4.7)	1740.0 0.2 (0.3990 4.8)					
ER 163	100.0 0.1 (3.4500 6.1)	123.6 0.2 (0.4230)	164.6 0.2 (0.9390)	(R)	ER 163 EC =====> HO 163 * 75. M		
	192.6 0.2 (1.0300 9.5)	253.9 0.2 (0.7750)	257.8 0.1 (23.5000 2.8)				
	331.0 0.3 (0.4230)	339.8 0.2 (6.8100 4.5)	417.1 0.2 (1.7800 9.6)				
	431.2 0.2 (2.9400 7.7)	436.1 0.1 (58.2000 3.5)	439.9 0.1 (56.3000 3.5)	444.8 0.2 (1.8600)	452.3 0.2 (1.4100)		
	484.0 0.3 (0.5630)	552.0 0.3 (0.6570)	558.5 0.2 (1.2000)	568.4 0.2 (1.7600)	578.1 0.2 (2.7200 8.3)		
	614.3 0.1 (6.8100 4.5)	711.3 0.2 (2.5100 8.9)	875.8 0.2 (14.1000 5.7)	1013.6 0.3 (1.7600)	1113.5 0.3 (100.0000)		
ER 167H	207.8 (43.0000)			(A)	ER 167H IT =====> ER 167 2.28S (N,G),	3.25E+00	

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY		ABS/REL		DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
ER 171	85.6 (0.0600)	111.600 0.004 (20.5000 3.9)	116.710 0.007 (2.3000 2.6)	(A)	ER 171 E- =====> TM 171 * 7.52H	1.30E+00	
	124.120 0.005 (9.1000 2.9)	175.71 0.04 (0.0890)	197.7 (0.0270)		(N,G),		
	210.1 1.11 (0.0070)	210.63 0.04 (0.6400)	237.21 0.05 (0.3000)				
	261.4 (0.0200)	277.32 0.06 (0.5800)	286.5 (0.0080)	296.10 0.02 (29.0000)	308.18 0.02 (64.0000)		
	363.0 (0.0200)	372.0 (0.2600)	419.8 (0.0830)	424.8 (0.0220)	455.6 (0.0060)		
	487.9 (0.0050)	495.4 (0.0020)	506.6 (0.0230)	518.8 (0.0180)	547.6 (0.0170)		
	559.1 (0.0470)	573.5 (0.0098)	586.0 (0.0040)	608.6 (0.0470)	609.0 (0.0470)		
	620.6 (0.0890)	630.7 (0.0050)	670.7 (0.2500)	671.7 (0.0220)	675.7 (0.2900)		
	693.2 (0.0150)	705.8 (0.0120)	732.2 (0.0980)	744.9 (0.0066)	767.8 (0.0045)		
	783.8 (0.2400)	796.2 (0.6400)	860.0 (0.0015)	869.7 (0.0550)	871.5 (0.0200)		
	882.0 (0.0390)	907.8 (0.6400)	912.8 (0.0770)	966.4 (0.0260)	994.0 (0.0006)		
	1051.0 (0.0004)	1096.4 (0.0011)	1109.0 (0.0068)	1156.0 (0.0006)	1168.4 (0.0018)		
	1172.9 (0.0008)	1182.0 (0.0003)	1220.5 (0.0030)	1271.2 (0.0003)	1279.9 (0.0025)		
	1284.4 (0.0024)	1395.5 (0.0028)	1400.5 (0.0025)				
ER 172	29.32 0.05 (*****)	38.63 0.05 (*****)	59.67 0.05 (2.2000)	(A)	ER 172 E- =====> TM 172 * 49. H		
	62.4 0.1 (0.0989)	68.05 0.05 (3.4200)	74.9 0.5 (0.0961)				
	88.9 0.1 (*****)	127.68 0.05 (3.0500)	163.95 0.05 (0.9780)				
	202.8 0.8 (1.2400)	344.2 0.2 (0.5790)	383.5 0.3 (2.3900)	407.3 0.2 (42.2000)	445.9 0.2 (3.0500)		
	475.4 0.2 (1.0300)	535.1 0.1 (0.2830)	610.0 0.2 (43.2000)				
ER 173	94.2 0.2 (4.2400)	116.14 0.04 (16.6000)	118.6 0.2 (2.2500)	(A)	ER 173 E- =====> TM 173 * 1.4 H		
	122.40 0.04 (18.2000)	192.8 0.2 (41.1000)	199.2 0.2 (42.4000)				
	800.8 0.6 (8.4800)	895.2 0.4 (47.5000)					
TM 164H	80.32 0.05 (0.7440 9.7)	51.38 0.03 (5.2100)	101.2 0.1 (0.2040)	(A)	TM 164H =====> ER 164 5.1 H		
	139.43 0.08 (3.1900 3.8)	199.2 0.3 (0.0560)	208.08 0.03 (18.3000 3.0)		(P,N),		
	240.49 0.05 (9.3200 5.0)	256.5 0.8 (0.0840)	314.93 0.05 (12.0000)				
	385.5 0.1 (0.3480)	410.2 0.1 (1.7600 7.5)	547.0 0.1 (5.5400 5.6)	583.2 0.1 (0.8880 6.8)	625. 1. (0.3240)		
	646.94 0.07 (0.2160)	736.7 0.3 (0.1920)	743.9 0.3 (0.1320 5.1)	758.81 0.09 (0.5400 8.9)	820.7 0.1 (1.6300 5.2)		
	854.91 0.07 (0.9720 7.4)	897.91 0.05 (5.3200 4.5)	929.9 0.4 (0.1560 7.7)	960.7 0.8 (0.2160)	967.4 0.2 (0.1320 9.1)		
	1049.84 0.09 (1.9100 5.0)	1130.1 0.1 (0.4080 8.8)	1140.0 0.4 (0.2040)	1231.19 0.07 (5.0200 4.8)	1364.60 0.06 (5.1000 5.0)		
	1370.8 0.1 (1.1600)	1498.0 0.2 (0.1800)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
TM 164	91.39 0.03 (7.3000)	208.08 0.03 (1.2900 4.5)	315.46 0.06 (0.1310 5.6)	(A)	TM 164 EC =====> ER 164 2.0 H		
	511.006 0.002 (78.2000)	524.49 0.09 (0.0438)	561. 1. (0.0365)		(P,N),		
	595.14 0.05 (0.4600 3.2)	646.94 0.07 (0.0657)	689.66 0.06 (0.1170)				
	758.81 0.09 (0.0511)	768.92 0.04 (1.5600 3.3)	842.06 0.05 (0.4380 5.0)	854.91 0.07 (0.2990 4.9)	860.31 0.04 (1.2200 3.6)		
	905.66 0.05 (0.3650 6.0)	928.27 0.05 (0.0584)	934.9 0.7 (0.0511)	963.5 0.6 (0.0365)	1015.22 0.07 (0.1750 4.2)		
	1057.85 0.05 (0.4960 4.4)	1134.61 0.06 (0.0803 9.0)	1154.63 0.05 (1.8200 3.2)	1165.45 0.05 (0.8180 4.5)	1184.32 0.05 (0.1830)		
	1223.12 0.05 (0.6860 3.2)	1295.41 0.05 (1.0700 2.7)	1312.4 0.1 (0.4750 9.2)	1314.8 0.3 (0.3430)	1325.18 0.05 (0.8400 2.6)		
	1342.59 0.07 (0.1530 4.7)	1361.53 0.05 (0.0818 4.5)	1373.9 0.9 (0.0584)	1378.5 0.4 (0.0292)	1386.74 0.05 (0.7080 5.2)		
	1392.52 0.05 (0.1460 5.0)	1416. 1. (0.0292)	1417.99 0.05 (0.1750 8.3)	1460.3 0.5 (0.1020)	1483. 1. (0.0511)		
	1486.4 0.2 (0.4600)	1489.3 0.2 (0.4450)	1533.93 0.05 (0.1680 4.4)	1577.75 0.08 (0.1020 7.1)	1584.3 0.5 (0.0197)		
	1610.74 0.05 (1.2100 3.0)	1624.1 0.5 (0.0496)	1654. 1. (0.0292)	1674.35 0.05 (1.1100 3.3)	1696.86 0.06 (0.2990 4.9)		
	1714.1 0.2 (0.0569 5.1)	1742.09 0.05 (0.2410 3.0)	1783.70 0.09 (0.0657)	1788.7 0.5 (0.0511)	1819.84 0.09 (0.4450 4.9)		
	1833.42 0.09 (0.1100)	1862.52 0.05 (0.5690 5.1)	1873.5 0.8 (0.0657)	1900.5 0.5 (0.0365)	1910.92 0.09 (0.0547)		
	1934.92 0.05 (0.1970 3.7)	1944.7 0.2 (0.0591 9.8)	1955.24 0.08 (0.1020 7.1)	1977.8 0.2 (0.1100 6.7)	2010.7 0.5 (0.0182)		
	2035.6 0.4 (0.0876)	2052.2 0.5 (0.0365)	2055.52 0.08 (0.1100)	2081.61 0.06 (0.7010 5.2)	2186.3 0.5 (0.0365)		
	2278.0 0.1 (0.0803 9.0)	2353.1 0.2 (0.1390 5.2)	2383.63 0.06 (0.4600 4.8)	2421.6 0.3 (0.0584)	2449.4 0.2 (0.0730)		
	2476.5 0.5 (0.0139)	2484.1 0.1 (0.1100)	2489.7 0.2 (0.0657)	2521.8 0.1 (0.0511)	2530.9 0.5 (0.0511)		
	2571.4 0.5 (0.0438)	2641.2 0.5 (0.0438)	2690.5 0.2 (0.0234)	2763.0 0.5 (0.0365)	2881.2 0.5 (0.0270)		
	2958.7 0.5 (0.0219)	3002.4 0.3 (0.0387 9.3)	3021.9 0.5 (0.0219)	3044.1 0.5 (0.0219)	3081.4 0.4 (0.0161)		
	3108.1 0.4 (0.0182)	3121.5 0.5 (0.0219)	3134.6 0.4 (0.0314)	3315.6 0.5 (0.0219)			
TM 165	218.6 (9.6000)	223.9 (*****)	229. (*****)	(R)	TM 165 EC =====> ER 165 * 30.06H		
	242.7 (100.0000)	248.9 (*****)	249.7 (*****)				
	264.4 (1.6300)	279.1 (1.9200)	286.1 (*****)				
	292.3 (*****)	295.9 (*****)	297.2 (*****)	306.9 (0.4600)	312.2 (1.3500)		
	330. (0.3500)	336. (*****)	344. (*****)	346.6 (8.5600)	356.3 (7.8000)		
	363. (*****)	365.3 (1.5000)	377. (*****)	389.2 (7.7000)	400.2 (0.5600)		
	414. (*****)	420.7 (0.9600)	426.9 (*****)	429.9 (*****)	436. (*****)		
	442.4 (2.3000)	448.1 (5.5000)	456.0 (4.5000)	459.9 (10.6000)	471.8 (0.8700)		
	477.7 (1.1500)	487.0 (2.9800)	502. (*****)	507. (*****)	513.5 (0.9600)		
	526.8 (3.1000)	530.9 (*****)	542.2 (4.0400)	558.3 (1.8000)	563.7 (6.4000)		
	570. (*****)	573.8 (1.3500)	577.3 (0.6700)	589.4 (5.4800)	622.8 (0.8700)		
	630. (*****)	664. (1.1500)	677.3 (0.5800)	680.5 (0.3800)	698.6 (3.9000)		
	734. (*****)	747.4 (0.7700)	791.0 (1.7300)	806.8 (33.0000)	821.2 (*****)		
	837.7 (1.2500)	855. (0.3800)	952.8 (*****)	991. (*****)	1042. (*****)		
	1045.7 (*****)	1067. (*****)	1096. (*****)	1131.0 (4.6000)	1184.5 (7.1000)		
	1232.0 (0.0870)	1246.4 (*****)	1262. (0.0290)	1289. (0.3100)	1333. (0.0190)		
	1339. (0.0380)	1344. (0.0290)	1365. (0.1700)	1379.5 (0.8200)	1426.9 (1.8700)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
TM 166	73.50	80.57	82.3	(A)	TM 166	EC =====> ER 166 7.70H	
	(0.0140)	(6.2000)	(6.2000)		(A,N), (P,N),		
	84.15	96.7	96.7				
	(6.2000)	(*****)	(*****)				
	112.8	131.0	147.2 0.2				
	(*****)	(0.6300)	(0.3200)				
	154.8 0.3	164.2 0.2	194.9 0.1	215.4 0.4	280.4		
	(2.2000)	(16.6000)	(0.8400)	(5.5700)	(0.2900)		
	298.2	345.9	385.5	389.4	390.3		
	(0.3700)	(0.3600)	(*****)	(*****)	(0.6300)		
	404.0 0.1	410.7	430.0	459.8 0.2	472.5		
	(0.8600)	(*****)	(0.2300)	(2.8800)	(0.0930)		
	496.9	501.0 1.5	521.2 1.0	530.4 1.0	557.7 1.0		
	(*****)	(*****)	(*****)	(*****)	(0.2600)		
	563.2 1.0	554.8 0.8	599.0 0.8	604.5 1.0	616.9 1.0		
	(0.2200)	(3.5000)	(3.5000)	(*****)	(0.0880)		
	631.0 1.0	654.6 0.6	673.1 0.1	691.9 0.1	704.4 1.6		
	(0.1800)	(0.2600)	(9.0500)	(7.1000)	(11.4000)		
	712.4 0.5	729.5 1.0	759.2 1.0	779.9 0.5	786.6 0.5		
	(*****)	(0.2700)	(2.1000)	(20.4000)	(10.1000)		
	811.5 0.6	815.5 1.5	875.3 0.6	902.5 1.5	1080.0 1.0		
	(1.1000)	(0.0370)	(3.8000)	(0.1500)	(0.1500)		
	1085.0 1.5	1121.1 1.0	1132.0 1.5	1153.9 0.8	1162.0 2.0		
	(*****)	(0.1500)	(*****)	(1.3000)	(*****)		
	1177.9 0.5	1204.7 0.7	1217.2 0.7	1236.5 0.5	1250.3 1.5		
	(9.0000)	(1.2000)	(0.6000)	(1.7000)	(0.1200)		
	1265.3 1.0	1275.2 0.5	1302.3 0.7	1306.4 1.5	1315.2 1.5		
	(0.7000)	(14.0000)	(0.6000)	(0.6000)	(0.3000)		
	1348.8 0.6	1375.3 0.6	1432.5 1.0	1449.6 1.0	1475.4 2.0		
	(0.7400)	(4.6000)	(0.7000)	(0.5600)	(0.1200)		
	1497. 2.	1506.6 1.0	1600. 2.	1608.2 1.5	1625.0 1.0		
	(*****)	(0.8100)	(*****)	(0.0700)	(0.2300)		
	1654.6 1.5	1838.0 2.0	1868.5 0.7	1895.1 1.0	1908.1 2.0		
	(0.4600)	(*****)	(3.4000)	(1.0000)	(0.3000)		
	1978.2 1.5	2009.1 0.8	2020.5 2.0	2053.9 0.7	2081.0 0.7		
	(0.0460)	(0.0810)	(*****)	(18.0000)	(6.3000)		
	2094.6 0.7	2162.5 2.0	2178. 2.	2193.6 1.5	2212. 2.0		
	(1.5000)	(0.0420)	(0.0230)	(0.1700)	(0.0350)		
	2412.5 2.0	2424.5 2.0	2463.7 1.5	2519.3 2.0	2560. 2.0		
	(*****)	(0.0230)	(0.0230)	(0.0260)	(0.0230)		
	2598.2 1.5	2647.0 2.0	2670. 2.0	2679.6 1.5			
	(0.0560)	(0.0190)	(*****)	(0.0700)			
TM 167	207.8	250.2 0.5	266.5 0.5	(A)	TM 167	EC =====> ER 167 9.25D	
	(98.5000)	(0.0020)	(0.0020)				
	323.7 0.5	346.5 0.3	531.5				
	(0.0020)	(0.0200)	(1.5000)				
TM 168	79.8 0.2	99.1 0.2	173.5 0.3	(A)	TM 168	EC =====> ER 168 93.1 D	
	(9.1900)	(9.3000)	(0.0540)		(A,N), (P,N),		
	184.2 0.2	198.2 0.2	272.9 0.4				
	(17.2000)	(52.1000)	(0.1030)				
	348.5 0.3	422.2 0.4	447.4 0.2				
	(0.3300)	(0.3200)	(24.5000)				
	546.7 0.3	556.9 0.5	631.6 0.5	645.7 0.5	673.4 0.7		
	(2.8400)	(0.2060)	(8.9800)	(1.5200)	(0.2230)		
	720.3 0.2	730.6 0.2	741.3 0.2	748.2 0.3	815.9 0.2		
	(12.2000)	(5.1400)	(12.6000)	(0.4510)	(50.0000)		
	821.1 0.3	829.9 0.2	853.5 0.7	914.9 0.3	928.9 0.5		
	(11.7000)	(6.9500)	(0.0500)	(3.0000)	(0.0500)		
	1014.1 0.5	1167.5 0.5	1277.3 0.3	1322.6 0.7	1351.2 0.7		
	(0.9600)	(0.0850)	(1.7000)	(0.0300)	(0.1000)		
	1358.0 1.0	1461.3 0.4	1592.5 0.4				
	(0.0100)	(0.4200)	(*****)				
TM 170	84.257 0.003			(A)	TM 170	E- =====> YB 170 128.6 D	1.02E+02
	(3.4000)				(N,G), (P,N),		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
TM 174	76.45 0.05 (11.0000)	176.52 0.07 (79.0000)	223.4 1.0 (0.2600)	(R)	TM 174 E- =====> YB 174 5.2 H		
	272.7 0.1 (85.0000)	288.0 0.5 (1.5000)	319.8 1.0 (0.3500)		(N,P),		
	363.0 1.0 (2.6000)	366.4 0.2 (100.0000)	443.5 0.3 (1.2000)				
	494.0 0.2 (11.0000)	554.4 1.0 (0.6100)	628.4 0.3 (2.2000)	860.6 0.4 (2.6000)	991.8 0.1 (88.0000)		
	1242.1 0.5 (1.5000)	1264.5 0.4 (2.6000)	1304.7 0.7 (0.6100)				
TM 176	82.1 0.3 (31.7000)	96.1 0.3 (2.0300)	190.0 0.2 (100.0000)	(R)	TM 176 E- =====> YB 176 1.9 H		
	233.7 0.5 (7.3200)	239.3 0.5 (20.3000)	292.9 0.3 (9.7600)		(N,P),		
	300.2 0.5 (5.6900)	330.9 0.5 (18.7000 9.3)	343.6 0.5 (12.2000)				
	382.0 0.4 (48.0000 6.1)	389.7 0.4 (2.5000)	410.5 0.3 (8.1300)	423.9 0.4 (2.5200)	456.9 0.5 (4.6400)		
	621.7 0.6 (5.5300)	800.4 0.6 (8.9400)	895.2 0.4 (51.2000 8.6)	1012.6 0.7 (4.4700)	1050.3 0.7 (17.9000)		
	1069.6 0.5 (81.3000)	1099.6 0.6 (13.0000)	1111.2 0.6 (8.9400)	1179.2 0.8 (9.7600)	1254. 1. (6.0200)		
	1259.8 0.7 (10.6000)	1354. 2. (6.1800)	1590. 2. (8.1300)	1846. 2. (4.4700)	1971. 1. (4.8000)		
	2622. 1. (5.4500)	2682. 2. (4.1500)	2872. 2. (5.2000)	2915. 1. (6.9100)			
YB 162	44.66 0.06 (2.6200)	118.77 0.04 (0.3620)	163.47 0.06 (0.4100)	(A)	YB 162 EC =====> TM 162 * 18.9 H		
YB 163	63.58 0.03 (69.6000 5.1)	77.85 0.06 (2.2000 9.2)	123.21 0.05 (19.9000 5.1)	(R)	YB 163 EC =====> TM 163 * 10.96H		
	130.86 0.04 (17.0000 5.4)	136.77 0.04 (4.0000 5.1)	144.50 0.04 (5.1000 6.0)				
	161.54 0.05 (11.5000 5.3)	170.3 0.5 (3.1000 6.5)	182.0 0.1 (4.3000 4.8)				
	203.8 0.1 (7.4000 5.5)	217.2 0.1 (4.3000)	234.36 0.05 (7.5000 9.4)	304.3 0.3 (4.4000)	326.05 0.05 (17.2000 7.6)		
	352.99 0.05 (7.2000)	362.0 0.2 (3.6000)	366.28 0.07 (7.6000)	385.6 0.2 (1.8000)	404.1 0.3 (1.6000)		
	423.2 0.4 (1.4000)	435.5 0.2 (6.6000)	446.2 0.5 (2.2000)	539.4 0.4 (1.6000)	599.2 0.6 (2.4000)		
	605.9 0.2 (4.4000)	620.3 0.6 (1.9000)	623.0 0.6 (1.6000)	648.9 0.4 (2.7000)	687.0 0.2 (14.4000 9.8)		
	694.6 0.4 (3.5000)	736.9 0.2 (7.9000)	772.8 0.4 (2.3000)	803.5 0.5 (2.7000)	810.7 0.2 (4.5000)		
	860.26 0.08 (100.0000)	920.1 0.4 (2.8000)	942.2 0.3 (4.2000)	960.0 0.6 (3.0000)	970.1 0.7 (3.1000)		
	973.1 0.8 (2.4000)	1001.7 0.4 (3.1000)	1006.7 0.4 (4.1000)	1023.3 0.4 (2.7000)	1332.2 0.3 (5.8000)		
	1345.1 0.4 (5.6000)	1454.5 0.3 (10.5000)	1493.5 0.5 (2.7000)	1560.6 0.6 (1.9000)	1568.4 0.6 (1.0000)		
	1575.2 0.4 (3.6000)	1592.7 0.6 (1.4000)	1604.7 0.6 (1.4000)	1658.6 0.4 (4.8000)	1688.9 0.3 (7.4000 9.5)		
	1746.7 0.1 (17.2000 8.2)	1766.5 0.4 (3.8000)	1789. 1. (1.9000)	1908.1 0.2 (15.3000 5.3)			
YB 164	97.20 0.08 (40.6000)	362.79 0.05 (37.5000 8.4)	390.51 0.05 (78.1000 4.1)	(R)	YB 164 EC =====> TM 164 * 75.8 H		
	401.77 0.05 (31.3000)	415.58 0.05 (28.1000)	445.31 0.05 (93.8000 3.5)				
	601.87 0.07 (40.6000 7.8)	675.20 0.05 (100.0000 3.3)					
YB 169	63.125 0.003 (0.4500)	93.607 0.005 (2.5000)	110.0 0.2 (1.8000)	(A)	YB 169 EC =====> TM 169 32. D	6.98E+00	
	118.6 0.2 (1.8000)	130.7 0.2 (11.0000)	177.0 0.2 (22.0000)		(N,G),(D,2N),		
	197.8 0.2 (35.0000)	261.2 0.2 (1.7000)	307.5 0.2 (11.0000)				
YB 175	113.803 0.004 (2.0200)	137.656 0.006 (0.1090)	144.861 0.005 (0.3600)	(A)	YB 175 E- =====> LU 175 4.2 D	1.65E+01	
	251.47 0.02 (0.0960)	282.52 0.01 (3.2000)	296.22 0.02 (7.0000)		(N,G),		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
YB 177	121.620 0.003 (9.0000)	136.606 0.005 (2.7000)	147.165 0.005 (0.3300)	(A)	YB 177 E- ====> LU 177 * 6.59E-01 1.9 H (N,G),		
	150.392 0.003 (2.7100)	162.452 0.004 (0.1600)	268.80 0.01 (0.1500)				
	458.1 0.5 (0.0350)	760.4 0.3 (0.0500)	779.3 0.3 (0.1000)				
	899.2 0.3 (0.5500)	941.7 0.3 (0.8700)	961.5 0.5 (0.0170)	967.4 0.5 (0.0280)	1028.0 0.3 (0.5400)		
	1080.1 0.3 (4.7200)	1109.0 0.3 (0.1500)	1119.6 0.3 (0.4700)	1149.7 0.3 (0.5500)	1214.8 0.3 (0.0240)		
	1230.7 0.3 (0.3200)	1241.4 0.3 (2.8800)	1336.4 0.5 (0.0110)				
LU 168	87.8 0.1 (43.6000)	99.5 0.3 (0.9920)	111.9 0.3 (2.6900)	(R)	LU 168 EC ====> YB 168 7.0 H (P,N),		
	122.8 0.3 (1.0300)	130.2 0.3 (0.8040)	145.1 0.3 (0.9710)				
	147.9 0.3 (1.2500)	156.6 0.2 (6.4100)	179.6 0.2 (5.1700)				
	198.8 0.2 (100.0000)	223.6 0.2 (3.0800)	228.5 0.3 (4.8600)	246.6 0.4 (1.2700)	268.0 0.4 (1.9300)		
	298.62 0.09 (12.2000)	310.5 0.3 (2.2200)	324.7 0.2 (6.2000)	348.3 0.2 (9.8800)	371.8 0.4 (1.1000)		
	374.2 0.5 (0.9920)	379.9 0.3 (2.2500)	384.8 0.2 (3.8100)	393.3 0.6 (1.1500)	397.2 0.6 (1.5500)		
	401.1 0.3 (0.8550)	467.9 0.4 (2.0100)	479.5 0.7 (1.8400)	511.006 0.002 (8.1100)	539.8 0.2 (3.0400)		
	583.4 0.2 (5.9900)	606.8 0.3 (2.0500)	652.3 0.5 (0.8890)	697.5 0.3 (1.6700)	717.1 0.3 (2.8800)		
	730.3 0.3 (3.0800)	752.5 0.4 (1.5900)	780.5 0.3 (8.7700)	806.2 0.4 (1.0800)	853.5 0.2 (8.4500)		
	860.0 0.2 (2.6900)	884.7 0.2 (25.5000)	896.1 0.2 (24.9000)	902.3 0.4 (2.3600)	979.2 0.2 (38.9000)		
	983.8 0.2 (19.6000)	988.1 0.4 (2.8500)	1015.7 0.2 (9.6100)	1025.7 0.4 (1.2000)	1032.6 0.2 (18.3000)		
	1071.7 0.3 (5.0300)	1093.5 0.2 (12.1000)	1089.3 0.4 (1.8600)	1105.0 0.3 (0.4130)	1136.8 0.2 (20.9000 7.9)		
	1146.0 0.3 (0.4130)	1156.0 0.3 (0.0826)	1158.5 0.3 (0.7030)	1164.7 0.3 (21.1000 1.5)	1185.0 0.2 (9.5100 8.7)		
	1193.0 0.4 (1.2600)	1215.4 0.4 (1.8600)	1219.9 0.2 (16.7000 8.7)	1233.5 0.2 (6.6100 9.4)	1256.5 0.3 (3.1000)		
	1264.5 0.3 (6.6100 9.4)	1303.2 0.5 (0.8260)	1311.2 0.2 (6.8200 9.1)	1320.3 0.4 (0.7230)	1337.7 0.2 (6.8200 9.1)		
	1363.9 0.2 (7.9500)	1380.2 0.5 (0.5790)	1387.5 0.2 (7.2300 8.6)	1392.1 0.3 (2.1300)	1413.5 0.3 (3.3900)		
	1420.8 0.2 (14.1000)	1449.6 0.5 (2.2700)	1463.5 0.3 (4.3400)	1483.6 0.2 (14.9000)	1516.0 0.7 (0.3100)		
	1525.1 0.5 (0.9300)	1533.3 0.5 (0.5990)	1594.5 0.3 (0.4130)	1631.5 0.3 (0.4130)	1669. 1. (0.3100)		
	1686.0 0.5 (4.1300)	1712.0 0.5 (0.4130)	1848.6 0.8 (0.2690)	1872.3 0.8 (0.2690)	1898. 1. (0.1240)		
	1917.5 0.6 (0.7440)	1957. 1. (0.1030)	1969.5 0.5 (0.4960)	2093.0 0.8 (0.2690)	2141.4 0.5 (2.4800)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY		ABS/REL		DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
LU 169	24.20 0.02 (*****)	75.00 0.06 (1.4000)	87.27 0.06 (13.0000 6.9)	(R)	LU 169 EC ====> Y 169 * 34.06H		
	90.72 0.07 (1.5000)	91.91 0.06 (1.5000)	104.30 0.09 (3.5000)				
	109.00 0.09 (5.3000)	110.90 0.07 (6.3000)	144.6 0.1 (2.9000)				
	156.9 0.1 (8.6000)	161.7 0.2 (2.3000)	165.0 0.1 (4.9000)	166.5 0.1 (4.9000)	191.3 0.1 (95.0000 4.8)		
	198.4 0.2 (3.0000)	227. 1. (1.0000)	244.9 0.2 (1.8000)	259. 1. (1.5000)	292. 1. (1.5000)		
	369.3 0.1 (3.7000)	378.6 0.1 (9.5000 6.7)	404.2 0.2 (1.0000)	456.4 0.2 (2.5000)	470.6 0.4 (2.0000)		
	483. (0.9100)	489. (0.9100)	560. (0.9100)	563.1 (1.3000)	576.3 0.2 (3.9000)		
	590.6 0.2 (2.5000)	623. (1.1000)	633.3 0.7 (1.9000)	647. 1. (1.4000)	657.7 0.3 (0.8200)		
	690.7 0.2 (5.5000)	707.5 0.2 (2.1000)	725. 1. (1.4000)	729. 1. (1.4000)	760.7 0.3 (1.4000)		
	824.5 0.2 (0.9100)	879.7 0.2 (2.3000)	889.5 0.2 (20.0000)	960.3 0.1 (100.0000)	1060.1 0.3 (7.5000)		
	1064. 1. (1.4000)	1069.5 1.0 (0.9100)	1073.5 0.4 (2.8000)	1076.2 0.9 (1.6000)	1078.2 0.9 (1.6000)		
	1170.8 0.2 (2.9000)	1175.0 1.5 (0.9100)	1178.5 1.5 (0.9100)	1184.5 0.2 (9.1000)	1205.7 0.4 (2.5000)		
	1211.8 0.4 (2.0000)	1219. 1. (1.7000)	1232.4 0.4 (2.3000)	1250.9 0.4 (2.3000)	1271.6 0.5 (3.3000)		
	1276.6 0.6 (1.6000)	1282.9 0.5 (1.6000)	1290.2 0.4 (4.3000)	1311.5 1.5 (1.1000)	1326.3 0.5 (2.4000)		
	1338.1 0.6 (5.7000)	1354.5 1.5 (0.7300)	1372.5 1.5 (0.7300)	1375.8 0.8 (6.1000)	1378.8 0.4 (6.1000)		
	1391.7 0.4 (6.8000)	1429.0 0.3 (0.7300)	1431. (0.7300)	1450.4 0.2 (40.0000)	1462.8 0.4 (5.6000)		
	1466.2 0.3 (7.0000)	1467.0 0.3 (7.0000)	1497. 1. (0.7300)	1529.6 0.2 (2.6000)	1591.1 0.9 (2.2000)		
	1595.5 1.0 (0.6400)	1618.9 0.7 (2.3000)	1657.7 0.2 (2.7000)	1676.9 0.7 (2.0000)	1682.3 0.7 (2.0000)		
	1690. 1. (1.5000)	1708.5 0.7 (2.5000)	1761.9 0.9 (1.8000)	1781.5 0.7 (3.9000)	1870. 2. (0.6300)		
	1972. 1. (1.4000)	1984. 1. (1.8000)	1992. 2. (1.9000)	2093.2 1.2 (2.3000)	2139. 2. (0.8100)		
	2223. 2. (0.6300)	2236.6 1.5 (1.8000)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS-Y. (U 235)
LU 170	84.26 0.01 (85.0000)	152.8 0.2 (3.7000)	193.5 0.2 (25.0000)	(R)	LU 170 EC =====> 2.020 VB 170		
	283.4 0.4 (2.6000)	286.8 0.4 (7.6000)	323.6 0.1 (3.7000)				
	419.7 0.1 (5.7000)	492.5 0.2 (6.7000)	542.8 0.3 (4.0000)				
	544.3 0.1 (4.0000)	571.5 0.3 (6.2000)	572.3 0.2 (6.2000)	579.1 0.3 (4.3000)	688.1 0.3 (3.5000)		
	839.3 0.4 (5.0000)	855.2 0.3 (7.5000)	926.1 0.6 (4.5000)	938.6 0.3 (17.0000)	985.3 0.3 (83.0000 4.2)		
	999.3 0.2 (12.0000)	1003.0 0.2 (41.0000)	1028.5 0.3 (8.0000 6.3)	1050.4 0.3 (9.9000)	1054.0 0.2 (59.7000 8.3)		
	1061.0 1.0 (32.0000)	1101.3 0.3 (12.0000)	1133.2 0.2 (16.0000)	1138.3 0.2 (43.0000)	1145.4 0.5 (42.0000 9.5)		
	1217.8 0.3 (17.0000)	1221.7 0.2 (8.5000)	1225.1 0.3 (47.0000)	1256.8 0.3 (16.0000 8.9)	1263.0 0.3 (3.0000)		
	1279.8 0.2 (96.0000 2.6)	1294.4 0.3 (30.0000 4.8)	1306.9 0.3 (18.0000)	1312.7 (3.0000)	1340.6 0.3 (39.0000 5.1)		
	1364.1 0.2 (48.0000 3.1)	1395.4 0.3 (27.0000 9.1)	1404.9 0.3 (30.0000 8.1)	1413.0 0.3 (3.5000)	1427.8 0.2 (45.0000 4.3)		
	1449.9 0.1 (18.0000)	1455.1 0.2 (14.0000)	1459.6 0.3 (13.0000)	1481.6 0.3 (6.0000)	1512.5 0.3 (34.0000 2.9)		
	1534.2 0.3 (10.0000)	1550.5 0.2 (5.2000)	1564.1 1.0 (3.0000)	1574.8 0.4 (5.4000 9.1)	1610.5 0.3 (7.0000)		
	1634.8 1.0 (2.7000)	1638.3 0.9 (2.1000)	1641.7 0.5 (2.1000)	1673.5 1.0 (3.5000)	1679.8 1.0 (3.0000)		
	1702.7 1.1 (2.6000)	1775.4 1.0 (2.6000)	1801.7 1.1 (2.8000)	1808.9 1.1 (9.5000)	1859.2 1.2 (7.0000)		
	1877.5 1.2 (8.0000)	1900.6 1.2 (6.0000)	1955.3 0.3 (16.0000 6.2)	1960.9 1.2 (5.0000)	2025.9 0.6 (3.5000)		
	2029.3 1.2 (9.0000)	2041.4 0.2 (100.0000)	2115.6 1.6 (8.5000)	2125.6 0.3 (59.0000 5.0)	2190.6 0.4 (18.0000 5.3)		
	2240.0 1.0 (2.5000)	2275.6 1.4 (12.0000 8.2)	2363.5 0.4 (16.0000 6.1)	2399.0 0.4 (6.5000)	2410.6 1.4 (11.0000)		
	2423.2 1.4 (3.2000)	2494.6 1.4 (9.4000 7.9)	2663.4 0.6 (16.0000 6.1)	2691.0 1.5 (25.0000 5.8)	2698.2 1.5 (7.2000)		
	2747.8 0.6 (23.0000 6.3)	2782.2 0.6 (11.0000)	2845.5 1.5 (20.0000 7.1)	2855.8 1.5 (4.5000)	2881.9 1.2 (10.0000 7.1)		
	2929.2 0.7 (7.0000)	2939.2 0.6 (16.0000 8.8)	2947.2 0.6 (5.7000)	2965.0 0.6 (14.0000 7.0)	3030.6 1.6 (13.0000 7.1)		
	3064.0 1.2 (4.3000 8.0)	3093.4 1.2 (4.0000)	3100.0 1.2 (4.0000)	3115.3 0.6 (8.5000)	3147.2 1.0 (2.4000)		
LU 171	19.3 (*****)	27.0 (*****)	46.5 (*****)	(R)	LU 171 EC =====> 8.220 VB 171		
	55.7 (*****)	66.72 (*****)	72.3 (*****)		(P,N),		
	75.89 (*****)	85.5 (*****)	91.3 (*****)				
	109.2 (*****)	122.2 (*****)	132.2 (*****)	141.3 (*****)	154.6 (*****)		
	163.8 (*****)	170.6 (*****)	195.0 (*****)	518. (*****)	627. (*****)		
	668. (*****)	690. (*****)	714. (*****)	741. (*****)	768. (*****)		
	782. (*****)	827. (*****)	842. (*****)	854. (*****)			

NUCL IDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
LU 172	372.5 0.2 (100.0000)	377.5 0.2 (25.4000)	399.72 0.09 (32.5000)	(R)	LU 172 EC =====> Y8 172 6.7 D		
	410.31 0.09 (67.6000)	416.5 0.3 (5.2600)	422.6 0.2 (9.6500)		(P,N), (A,N),		
	427.3 0.2 (8.7700)	432.4 0.2 (8.7700)	437.6 0.2 (6.1400)				
	482.3 0.1 (11.4000)	486.2 0.1 (12.9000)	490.4 0.1 (38.6000 9.1)	512.7 0.2 (3.8600)	523.8 0.2 (2.1100)		
	528.22 0.07 (75.4000)	536.2 0.1 (11.2000)	540.14 0.09 (21.1000)	551.3 0.2 (2.0200)	565.0 0.2 (0.6580)		
	576.8 0.1 (4.4700)	583.0 0.2 (1.1400)	584.7 0.1 (5.0900)	594.4 0.1 (5.4400)	607.1 0.1 (2.3700)		
	622.5 0.2 (2.1100)	630.5 0.2 (6.1400)	642.8 0.2 (2.7200)	645.0 0.3 (0.7020)	650.2 0.2 (1.1400)		
	663.9 0.4 (1.4000)	681.9 0.2 (4.9100)	697.2 0.2 (46.5000)	709.1 0.2 (3.1600)	722.9 0.3 (1.6700)		
	809.9 0.1 (89.5000 5.9)	816.0 0.2 (8.5100)	900.6 0.1 (126.0000 4.9)	909.4 0.2 (3.7700)	911.9 0.2 (36.0000 4.9)		
	928.9 0.2 (11.6000 4.6)	967.7 0.2 (0.7280)	1002.5 0.2 (11.6000 5.3)	1022.3 0.2 (4.5600 7.7)	1039.1 0.5 (0.3070)		
	1041.0 0.4 (1.0700)	1090.5 0.2 (2.9000 6.1)	1093.4 0.1 (87.7000)	1112.8 0.2 (4.2100 6.3)	1115.3 0.2 (0.7980)		
	1124.8 0.3 (0.4390)	1184.2 0.2 (0.4470 5.8)	1202.0 0.4 (0.0965)	1205.0 0.4 (0.0526)	1288.9 0.4 (0.2460)		
	1322.4 0.4 (0.1010)	1386.9 0.3 (0.7810 5.0)	1397.1 0.3 (0.2110)	1402.1 0.3 (0.6050)	1439.8 0.4 (0.5090)		
	1465.8 0.4 (0.5970)	1470.1 0.4 (0.5790)	1477.8 0.7 (0.0351)	1488.7 0.2 (0.8770 8.0)	1542.4 0.3 (0.7900)		
	1569.6 0.9 (0.0158)	1577.0 0.7 (0.0535)	1583.6 0.2 (2.1900 4.0)	1602.2 0.4 (0.2460)	1608.3 0.9 (0.1490)		
	1621.6 0.3 (1.5400 7.4)	1669.8 0.4 (0.4650)	1724.2 0.8 (0.3510)	1812.3 0.6 (0.1050)	1914.3 0.8 (0.5090 8.6)		
	1994. 1. (0.0702)	2025. 1. (0.0570)	2083. 1. (0.1670)	2096. 1. (0.0439)			
LU 174M	76.9 0.5 (*****)	175.9 0.6 (13.0000)	272.9 0.4 (15.0000)	(R)	LU 174M IT =====> LU 174 * 140. D		
	365. 4. (*****)	620. 3. (*****)	991.7 0.6 (16.0000)		(P,N),		
	1241.5 1.0 (100.0000)	1264. 2. (0.4800)	1318. 2. (0.4200)				
LU 176M	88.35 (100.0000)	201.8 (0.0009)	936.4 (0.0011)	(R)	LU 176M E- =====> HF 176 3.69H	1.63E+01	
	957.4 (0.0002)	1061.6 (0.0045)	1138.3 (0.0013)		(N,G),		
	1159.3 (0.0003)	1204.8 (0.0005)	1226.7 (0.0007)				
	1247.7 (0.0001)						
LU 177M	55.15 0.02 (1.1700)	71.64 0.02 (0.8900)	105.35 0.02 (12.3000 8.5)	(A)	LU 177M E- =====> HF 177 155. D	2.41E-02	
	106.16 0.02 (0.1170)	112.951 0.002 (23.0000)	115.85 0.05 (0.7020)		(N,G),		
	117.02 0.05 (0.2500)	121.58 0.03 (7.0100 9.6)	128.48 0.02 (15.4000 5.4)				
	136.69 0.02 (1.6000)	145.64 0.08 (0.9500)	147.12 0.05 (3.4400)	153.26 0.03 (16.4000 9.4)	159.84 0.09 (0.6570)		
	171.84 0.06 (4.8000)	174.40 0.04 (12.7000 5.7)	177.04 0.06 (3.6500)	182. 1. (0.0976)	195.49 0.05 (0.9430)		
	204.05 0.05 (15.0000)	208.358 0.007 (63.0000)	214.42 0.06 (7.1000)	218.04 0.05 (3.7800)	228.45 0.05 (38.6000 9.8)		
	233.81 0.05 (5.3900)	249.66 0.05 (6.1000)	268.7 0.2 (3.4300)	281.78 0.06 (14.1000 9.7)	283.4 0.1 (0.6120)		
	291.5 0.1 (1.1200)	296.4 0.1 (5.7600)	299.0 0.1 (1.3300)	305.6 0.1 (1.7200)	313.68 0.08 (1.2600)		
	318.96 0.08 (10.1000)	321.3 0.1 (1.1900)	327.66 0.08 (17.6000)	341.65 0.08 (1.6800)	367.41 0.08 (2.9700)		
	378.50 0.08 (27.4000)	385.02 0.08 (3.3300)	413.7 0.1 (17.8000)	418.5 0.1 (21.2000)	426.3 0.1 (0.4430)		
	466.0 0.1 (2.5100)						
LU 177	71.64 0.02 (0.1000)	112.951 0.002 (4.2900)	208.358 0.007 (6.1400)	(A) Y8 177 ==>	LU 177 E- =====> HF 177 6.74D	5.06E+01	
	249.66 0.05 (0.1100)	321.3 0.1 (0.1000)			(N,G),		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
LU 180	69.0 0.2 (1.5800)	93.31 0.02 (13.2000)	215.24 0.02 (23.8000)	(A)	LU 180 E- =====> HF 180 5.3 H (N,P),		
	316.50 0.03 (15.0000)	407.96 0.03 (45.2000)	464.4 0.8 (*****)				
	891.60 0.05 (0.5420)	983.3 0.5 (3.3400)	1065.2 0.8 (*****)				
	1066.9 0.2 (2.6200)	1106.9 0.2 (23.6000)	1198.9 0.4 (18.1000)	1200.2 0.5 (21.7000)	1219.2 0.5 (0.4520)		
	1230.8 0.5 (0.4520)	1282.5 0.5 (0.4520)	1299.5 0.5 (14.7000)	1316.1 0.7 (1.4500)	1434.1 0.4 (5.4200)		
	1446.1 0.5 (0.6780)	1514.9 0.4 (10.0000)	1874. 2. (*****)				
HF 17C	100. 2. (25.0000)	123. 2. (100.0000)	162. 2. (89.5000)	(R)	HF 170 EC =====> LU 170 * 12. H		
	207. 2. (18.2000)	347. 2. (18.6000)	482. 2. (6.3600)				
	540. 2. (5.9100)	572. 2. (45.5000)	620. 2. (56.4000)				
HF 171	100. 2. (7.1000)	113. 2. (3.7500)	123. 2. (50.0000)	(R)	HF 171 EC =====> LU 171 * 12. H		
	137. 2. (23.5000)	144. 2. (5.7500)	147. 2. (5.7500)				
	192. 2. (6.6000)	269. 2. (8.6000)	295. 2. (35.0000)				
	305. 2. (5.7500)	347. 2. (40.0000)	469. 2. (42.0000)	662. 2. (76.0000)	1072. 2. (100.0000)		
HF 173	123. 2. (100.0000)	135. 2. (5.8000)	295. 2. (44.7000)	(R)	HF 173 EC =====> LU 173 * 26.6 H		
	306. 2. (7.5900)	311. 2. (11.6000)					
HF 175	89.6 0.2 (3.6000)	113.8 (0.3500)	229.5 0.2 (0.8700)	(R)	HF 175 EC =====> LU 175 70. D (N,G), (P,N), (D,2N),	6.57E-01	
	343.6 0.2 (100.0000)	432.8 0.2 (1.8000)					
HF 178M	88.8 (54.0000)	93.1 0.1 (14.0000)	213.6 0.1 (75.0000)	(A)	HF 178M IT =====> HF 178 4.3 S (N,G),		
	325.7 0.1 (94.0000)	426.9 0.1 (97.0000)					
HF 179M	160.6 0.2 (4.9000)	214.3 0.2 (94.0000)		(A)	HF 179M IT =====> HF 179 18.6 S (N,G),	1.24E+01	
HF 180M	57.54 0.03 (47.5000)	93.32 0.02 (16.7000)	215.25 0.01 (80.5000)	(A)	HF 180M IT =====> HF 180 5.5 H (N,G),	4.26E-02	
	332.28 0.01 (93.0000)	443.17 0.01 (84.0000)	500.70 0.02 (12.6000)				
HF 181	133.06 0.09 (41.0000)	136.3 0.2 (6.9000)	345.9 0.1 (12.0000)	(A)	HF 181 E- =====> TA 181 42.4 D (N,G),	4.05E+00	
	476. (1.7000)	482.2 0.2 (83.0000)	615. (0.2000)				
HF 182	97.89 0.01 (0.1000)	114.33 0.02 (3.3000)	156.09 0.02 (9.0000)	(R)	HF 182 E- =====> TA 182 * 900.04E		
	172.5 0.1 (0.2400)	270.41 0.01 (100.0000)					

NUCL IDE	ENERGY (KEV) [INTENSITY]			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
HF 183	73.16 0.02 (38.0000)	84.69 0.06 (0.0300)	113.72 0.03 (0.1400)	(A)	HF 183 E- =====> 63. M (N _r A),	TA 183 *	
	124.1 0.2 (0.0250)	131.0 0.3 (0.0180)	139.0 0.2 (0.0250)				
	143.19 0.02 (0.4700)	149.1 0.2 (0.0190)	153.8 0.2 (0.0340)				
	157.9 0.2 (0.0330)	160.78 0.02 (0.5200)	165.2 0.2 (0.0360)	180.4 0.2 (0.0310)	223.4 0.2 (0.0780)		
	225. 1. (0.1500)	284.10 0.05 (0.3600)	295.21 0.08 (0.1700)	315.66 0.02 (1.2200)	375.8 0.2 (0.0880)		
	397.86 0.02 (2.9000)	459.07 0.02 (27.3000)	466.7 0.2 (0.0850)	471.1 0.2 (0.1600)	476.9 0.2 (0.7200)		
	481.31 0.05 (0.7000)	500.7 0.3 (0.0800)	536.8 0.2 (0.1500)	594.8 0.3 (0.2100)	686.5 0.1 (0.2400)		
	691.7 0.1 (0.3000)	715. 1. (0.0440)	717. 1. (0.0710)	727.3 0.3 (0.0590)	735.05 0.08 (0.0800)		
	762.9 0.3 (0.0650)	769.3 0.3 (0.1400)	783.73 0.03 (0.0000)	797.2 0.5 (0.0200)	806.5 0.2 (0.1400)		
	856.8 0.2 (0.1100)	868.5 0.2 (0.0400)	875.5 0.3 (0.0620)	960. 1. (0.0260)	987.1 0.3 (0.0400)		
	1045.5 0.3 (0.0700)	1112.7 0.3 (0.0400)	1470.2 0.1 (2.7000)	1543. 1. (0.0200)	1784.3 0.2 (0.0700)		
TA 173	162. 2. (66.7000)	172. 2. (100.0000)	181. 2. (18.5000)	(R)	TA 173 EC =====> 3.5 H	HF 173 *	
	702. 2. (14.8000)						
TA 174	206.62 0.07 (61.2000)	310.82 0.06 (1.3100)	326.0 0.3 (0.3000)	(A)	TA 174 EC =====> 1.2 H	HF 174	
	453.1 0.2 (0.2680)	511.006 0.002 (47.9000)	563.0 0.3 (0.1000)				
	602.9 0.1 (0.5050)	700.8 0.3 (0.3900)	717.0 0.3 (0.1000)				
	764.9 0.2 (1.2600)	801.5 0.3 (0.1200)	809.28 0.07 (0.8580)	835.1 0.3 (0.3500)	878.0 0.4 (0.1000)		
	888.0 0.4 (0.1000)	900.1 0.5 (0.4630)	916.0 0.5 (0.1000)	939.0 0.5 (0.1000)	971.4 0.1 (1.0600)		
	996.9 0.3 (0.3070)	1022.1 0.3 (0.1420)	1029.3 0.4 (0.3700)	1051.0 0.5 (0.1400)	1065.9 0.5 (0.1400)		
	1067.4 0.5 (0.2000)	1083.2 0.4 (0.3550)	1085.7 0.5 (0.4500)	1096.5 0.2 (0.2830)	1098.1 0.5 (0.2600)		
	1127.7 0.4 (0.6990)	1136.1 0.1 (0.7170)	1151.9 0.4 (0.9510)	1175.1 0.5 (0.1100)	1176.9 0.5 (0.5500)		
	1185. 1. (0.1800)	1205.87 0.07 (4.3400)	1208.1 0.3 (1.1300)	1212.4 0.3 (0.6320)	1227.1 0.4 (1.8000)		
	1245.2 0.2 (0.6210)	1303.7 0.3 (0.2550)	1305.7 0.5 (0.2100)	1307.3 0.5 (0.2100)	1331.6 0.5 (0.1800)		
	1348.0 0.5 (0.1000)	1358.1 0.3 (1.3300)	1359.4 0.2 (1.9800)	1361.0 0.4 (0.7470)	1378.4 0.4 (0.1000)		
	1390.0 0.5 (0.1000)	1397.0 0.5 (0.1000)	1404.1 0.6 (0.1700)	1407.7 0.5 (0.6800)	1411.2 0.6 (0.2300)		
	1432.6 0.6 (0.2100)	1460.1 0.6 (0.1500)	1482.4 0.6 (0.1400)	1533.3 0.6 (0.1200)	1564.7 0.6 (0.1100)		
	1574.4 0.6 (0.1700)	1599.4 0.6 (0.1400)	1630. 1. (0.4310)	1704.0 0.7 (0.1600)	1771.1 0.7 (0.2800)		
	1826. 1. (0.2180)	1935.2 0.7 (0.1100)	1939.5 0.4 (0.2710)	1942.9 0.7 (0.2100)	1944.5 0.7 (0.1200)		
	1948.1 0.7 (0.1000)	1952.6 0.7 (0.1100)	1970.5 0.7 (0.0700)	1973.4 0.7 (0.1200)	2002.0 0.7 (0.1000)		
	2007.8 0.7 (0.1000)	2030.8 0.8 (0.1300)	2035. 1. (0.1870)	2039.5 0.8 (0.1300)	2091.5 0.8 (0.2000)		
	2193.1 0.7 (0.2710)	2293.3 0.5 (0.1130)	2295.7 0.8 (0.1200)	2399.5 0.7 (0.2140)	2401.8 0.8 (0.1600)		
	2405.5 0.8 (0.1300)	2435.9 0.5 (0.2120)	2439.1 0.8 (0.1700)	2478. 1. (0.1540)	2495. 1. (0.1600)		
	2499.9 0.7 (0.2910)	2507. 1. (0.1600)	2787. 1. (0.1000)	2793. 1. (0.1000)	2885. 1. (0.1000)		
	2925. 1. (0.1000)	2945. 1. (0.1000)	2960. 1. (0.1000)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
TA 176	156.84 0.07 (0.3310 8.9)	158.19 0.07 (0.2150)	175.50 0.07 (0.4010)	(A)	TA 176 ^{EC} =====> HF 176 8. H (P,N),		
	190.36 0.07 (0.3660 8.0)	201.84 0.06 (5.3100)	213.49 0.06 (0.3990)				
	239.62 0.06 (0.5120)	346.9 0.2 (0.1010 8.0)	380.5 0.2 (0.1160 8.0)				
	466.16 0.07 (0.9950 7.1)	473.21 0.07 (0.2460 8.0)	507.8 0.2 (1.2900 7.1)	511.006 0.002 (1.2500)	512.3 0.2 (0.3550 7.1)		
	532.5 0.1 (0.2130 7.1)	545.7 0.1 (0.2100)	546.5 0.1 (0.4720 8.0)	570.7 0.2 (0.4330)	571.30 0.09 (0.2360 8.0)		
	611.1 0.2 (1.1400 7.1)	616.81 0.2 (0.8860 7.1)	644.86 0.08 (0.8640 7.1)	677.10 0.2 (0.2990)	710.49 0.08 (4.6500 7.1)		
	819.5 0.1 (0.2310 8.0)	923.94 0.8 (0.6510 8.0)	936.42 0.08 (0.5270)	957.40 0.08 (0.3690)	1023.1 0.1 (2.3900 7.1)		
	1061.6 0.1 (0.6570)	1066.19 0.09 (0.5540 7.1)	1107.816 0.09 (0.2270 8.0)	1114.6 0.4 (0.4540 7.1)	1138.25 0.09 (0.5760 8.5)		
	1155.5 0.2 (0.5780 8.0)	1157.4 0.1 (3.1200 7.1)	1159.3 0.1 (21.8000 7.1)	1190.2 0.1 (3.5600 7.1)	1201.4 0.5 (0.3000)		
	1204.8 0.2 (0.3040 7.2)	1223.0 0.1 (1.7900 7.1)	1224.9 0.2 (5.0500 7.1)	1226.7 0.3 (0.3390 7.8)	1247.7 0.2 (0.4240)		
	1252.9 0.1 (0.2820)	1268.8 0.2 (1.1700 7.1)	1291.0 0.2 (1.2200 7.1)	1306.5 0.1 (0.1930 8.0)	1341.3 0.2 (2.9900 7.1)		
	1357.5 0.1 (1.8100 7.1)	1420.0 0.2 (0.3700)	1450.4 0.1 (0.3390)	1476.2 0.1 (0.4240 8.0)	1489.3 0.1 (0.6510 8.0)		
	1495.9 0.2 (0.1690 8.0)	1504.2 0.1 (0.6750 8.0)	1536.6 0.1 (0.3420 8.0)	1540.8 0.1 (0.2670)	1543.7 0.2 (0.2150 7.1)		
	1555.0 0.3 (3.5600 7.1)	1563.5 0.1 (0.1850)	1565.0 0.1 (0.3660)	1579.9 0.2 (0.2510 8.0)	1584.0 0.4 (4.8000 7.1)		
	1612.6 0.1 (0.1540 8.0)	1616.1 0.1 (1.1600 7.1)	1621.8 0.4 (0.4920 7.9)	1630.8 0.1 (1.5800 8.0)	1633.7 0.3 (2.5600 7.1)		
	1643.4 0.2 (2.0800 7.1)	1672.3 0.1 (1.1100)	1673.4 0.2 (0.4000 8.0)	1679.2 0.1 (1.0800 8.0)	1693.7 0.2 (0.4630 8.0)		
	1696.5 0.3 (4.2500 7.1)	1704.6 0.3 (1.2800 7.1)	1722.0 0.3 (2.9400 7.1)	1765.7 0.2 (0.4420)	1768.2 0.2 (0.1640 8.0)		
	1774.5 0.2 (1.4000 7.1)	1793.2 0.2 (0.1780 8.0)	1823.6 0.3 (4.0800 7.1)	1836.3 0.3 (0.1790)	1861.2 0.3 (0.2310 8.0)		
	1862.7 0.2 (2.5700 8.0)	1956.3 0.4 (0.7620 7.0)	1977.8 0.3 (0.7600 7.1)	2044.8 0.2 (1.2200 7.1)	2192.3 0.2 (0.2060 7.1)		
	2219.4 0.2 (0.2580 7.1)	2280.4 0.6 (0.1540 7.2)	2307.5 0.6 (0.1780 7.0)	2316.9 0.4 (0.2370)	2361.6 0.2 (0.1770 7.1)		
	2405.0 0.4 (0.4530 7.1)	2513.6 0.6 (0.6050 7.1)	2602.2 0.4 (0.3160 7.1)	2674.2 0.8 (0.1540)	2832.0 0.2 (3.8800 8.0)		
TA 178	151.3 0.1 (0.2300)	203.7 0.1 (0.3210)	204.1 0.2 (0.1840)	(R)	TA 178 ^{EC} =====> HF 178 9.3 H		
	213.39 0.06 (4.7400 4.8)	256.5 0.2 (0.1610)	269.4 0.1 (1.0700 5.4)				
	511.006 0.002 (100.0000)	790.02 0.05 (2.5500 5.2)	1081.52 0.07 (0.8560 5.7)				
	1106.11 0.07 (25.4000 4.4)	1174.63 0.07 (0.7500 9.1)	1183.40 0.07 (7.9200 5.1)	1189.5 0.1 (1.3000 4.0)	1199.2 0.1 (*****)		
	1216.8 0.1 (0.3170 6.5)	1254.7 0.1 (1.6500 4.8)	1269.23 0.08 (1.4000 5.0)	1276.56 0.08 (1.6000 4.7)	1309.90 0.08 (1.9700 4.9)		
	1340.84 0.09 (48.8000 4.4)	1350.55 0.09 (56.0000 4.3)	1402.87 0.09 (22.9000 4.3)	1420.5 0.1 (0.8800 3.4)	1468.1 0.1 (2.6900 3.1)		
	1473.3 0.1 (0.1490 8.3)	1496.1 0.1 (12.9000 4.4)	1513.6 0.1 (0.2160 6.1)	1561.3 0.1 (0.5000 5.5)	1678.8 0.2 (0.1610)		
TA 180M	93.3 0.2 (4.0000)	103.5 0.2 (0.6000)		(A)	TA 180M ^{EC} =====> HF 180 8.1 H (N,2N),(D,2N),		
TA 182M	146.79 0.01 (38.0000)	171.585 0.01 (40.0000)	184.951 0.01 (22.0000)	(A)	TA 182M ^{IT} =====> TA 182 * 7.19E-03 16.2 H (N,G),		
	318.401 0.04 (5.0000)	356.468 0.07 (0.3000)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (C/G)	FISS.Y. (U 235)
TA 182	65.7 0.2 (2.8300 3.6)	67.750 0.001 (41.7000 3.6)	84.679 0.002 (2.9700 3.6)	(A)	TA 182 E- =====> W 182 115.1 D	1.89E+01	
	100.105 0.001 (14.2000 3.6)	113.671 0.002 (1.9100 3.6)	116.416 0.003 (0.4600 3.6)		(N,G),		
	152.432 0.002 (7.2900 3.6)	156.389 0.004 (2.9700 3.6)	179.392 0.005 (3.2600 3.6)				
	198.353 0.005 (1.4200 3.6)	222.104 0.005 (7.6500 3.6)	229.317 0.008 (3.4000 3.6)	264.668 0.009 (3.5400 3.6)	891.98 0.02 (0.0509)		
	928.00 0.02 (0.6070 5.1)	959.73 0.02 (0.3460 5.9)	1001.69 0.02 (2.0300 5.1)	1044.41 0.02 (0.2340)	1113.40 0.05 (0.3830 8.8)		
	1121.29 0.01 (33.9000 1.0)	1157.31 0.01 (0.6240)	1158.08 0.02 (0.3360)	1189.04 0.01 (16.1000 1.5)	1221.40 0.01 (26.9000 1.6)		
	1231.01 0.01 (11.3000 1.6)	1257.41 0.01 (1.4700 1.7)	1273.72 0.01 (0.6450 2.2)	1289.14 0.01 (1.3700 1.8)	1342.71 0.05 (0.2540 2.7)		
	1373.83 0.01 (0.2240 3.1)	1387.40 0.01 (0.0736 4.6)	1410.1 0.1 (0.0397 6.9)	1453.12 0.01 (0.0417 8.1)			
TA 183	46.484 0.002 (5.4600)	52.596 0.002 (5.4600)	82.918 0.002 (0.3500)	(A)	TA 183 E- =====> W 183 5.1 D		
	84.711 0.002 (1.2700)	99.079 0.002 (6.7000)	101.94 0.02 (0.3000)		(N,G),		
	102.49 0.02 (0.1300)	103.14 0.02 (0.0870)	105.44 0.07 (*****)				
	107.931 0.002 (10.9000)	109.73 0.02 (0.5900)	111.90 0.04 (*****)	120.38 0.02 (0.0570)	123.31 0.06 (*****)		
	142.25 0.03 (0.3500)	144.125 0.003 (2.3600)	160.53 0.04 (2.7500)	161.36 0.04 (8.6800)	162.33 0.04 (4.7000)		
	192.643 0.006 (0.3400)	203.25 0.06 (0.3700)	205.06 0.06 (0.8400)	208.81 0.07 (0.5700)	209.87 0.07 (4.2000)		
	210.3 0.1 (*****)	244.26 0.09 (7.9400)	246.05 0.09 (24.8000)	291.719 0.008 (3.5000)	313.0 0.2 (6.7000)		
	353.993 0.007 (10.7000)	365.609 0.008 (0.5000)	394.2 0.3 (*****)	406.583 0.008 (0.4700)			
TA 186	91.0 0.5 (3.7000)	92.7 0.3 (2.8000)	122.3 0.1 (50.0000)	(R)	TA 186 E- =====> W 186 10. M		
	183.2 0.1 (6.0000)	184.2 0.3 (1.0000)	195.0 0.1 (1.5000)		(N,P),		
	197.9 0.1 (100.0000)	214.9 0.1 (84.5000 3.6)	268.8 0.2 (1.6000)				
	274.2 0.1 (13.5000 3.7)	277.0 0.1 (2.5000)	292.5 0.5 (6.9000)	293.7 0.5 (1.0000)	307.5 0.1 (19.3000 5.2)		
	309.2 0.1 (4.5000)	315.6 0.2 (3.0000)	327.2 0.5 (1.5000)	339. 1. (1.0000)	341. 1. (0.5000)		
	383.8 0.5 (1.0000)	402. 1. (1.5000)	412.0 0.2 (1.0000)	417.7 0.2 (25.0000 8.0)	440. 1. (1.6000)		
	442. 1. (1.6000)	448. 1. (1.0000)	457. 1. (4.3000)	465.0 0.5 (2.2000)	488. 2. (1.0000)		
	510.6 0.5 (75.0000 6.7)	541.4 0.5 (0.5000)	546.3 0.5 (1.0000)	567.2 0.3 (6.7000)	583.2 0.2 (2.2000)		
	596.5 0.5 (0.5000)	601.0 0.5 (1.0000)	610.5 0.2 (6.8000 7.4)	615.3 0.1 (56.0000 3.6)	618.3 0.3 (1.0000)		
	635.0 0.5 (1.0000)	642. 1. (0.7000)	647. 1. (0.3000)	649.5 0.5 (0.3000)	654.9 0.5 (3.0000)		
	703. 1. (1.0000)	707. 1. (2.0000)	709. 1. (2.0000)	726.0 0.5 (2.0000)	737.5 0.3 (58.0000 6.9)		
	739.2 0.3 (20.0000)	740.5 0.5 (4.0000)	745. 1. (0.5000)	759.4 0.5 (3.5000)	799.8 0.5 (4.8000)		
	814.0 0.5 (0.5000)	823.0 0.5 (0.5000)	830.0 0.5 (3.0000)	869.5 0.5 (0.5000)	884. 1. (3.9000)		
	893. 1. (1.5000)	909. 1. (1.0000)	923. 1. (2.3000)	935. 1. (1.3000)	937. 1. (0.5000)		
	948. 1. (0.5000)	952.5 0.5 (1.0000)	1046. 1. (0.5000)	1093. 1. (1.0000)	1125. 2. (1.0000)		
	1162. 1. (0.5000)	1175. 2. (0.5000)	1200. 1. (0.5000)	1210. 2. (0.5000)	1213. 2. (0.4000)		
	1224.62 (0.5000)	1231. 2. (0.3000)	1238. 2. (0.4000)	1248. 2. (1.0000)	1284. 2. (0.5000)		
	1298. 2. (0.5000)	1310. 2. (0.5000)	1322. 2. (0.6000)	1398. 1. (0.8000)	1409. 1. (1.0000)		
	1429. 1. (0.5000)	1485. 2. (0.5000)	1520. 2. (0.5000)				
W 181	136.1 0.1 (0.0364)	152.0 0.1 (0.0850)		(A)	W 181 EC =====> TA 181 121.6 D	1.23E-03	
					(N,G),		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. V. (U 235)
W 183M	46.48 (8.0000)	52.50 (11.0000)	99.08 (9.0000)	(A)	W 183M IT =====> W 183 5.6 S (N, G),		
	102.48 (4.0000)	107.93 (19.0000)	160.53 (6.0000)				
W 185M	42.7 0.5 (2.0000)	66.1 0.2 (100.0000)	94.3 0.3 (1.6000)	(R)	W 185M IT =====> W 185 1.7 H (N, G),	2.71E-03	
	107.7 0.3 (5.3000 9.4)	122.1 0.3 (1.6000)	131.7 0.2 (66.0000 6.1)				
	164.5 0.3 (9.9000)	173.8 0.2 (58.0000 6.9)	188.1 0.2 (14.5000 9.7)				
W 185	125.5 0.1 (0.0166)			(A) TA 185 ==>	W 185 E- =====> RE 185 75. D (N, G),	4.88E-01	
W 187	35.60 0.05 (*****)	71.99 0.03 (11.0000)	96.44 0.09 (*****)	(A)	W 187 E- =====> RE 187 23.9 H (N, G),	9.56E+00	
	106.57 0.04 (*****)	113.73 0.06 (0.0900)	134.247 0.007 (10.1000)				
	138.32 0.05 (*****)	143.88 0.07 (*****)	151.5 0.6 (*****)				
	167.99 0.07 (*****)	173.31 0.09 (*****)	188.9 0.1 (*****)	197.30 0.03 (*****)	201.14 0.04 (*****)		
	206.24 0.02 (0.1500)	211.64 0.05 (*****)	220.7 0.2 (*****)	223.1 0.2 (*****)	225.6 0.3 (*****)		
	239.20 0.02 (0.0900)	246.28 0.04 (0.1400)	252.2 0.3 (*****)	302.2 0.4 (*****)	437.5 0.5 (*****)		
	466.9 0.3 (*****)	473.8 0.3 (*****)	478.2 0.3 (*****)	479.58 0.05 (26.6000)	511.7 0.1 (0.7700)		
	529.6 0.3 (*****)	551.52 0.04 (6.0000)	588.96 0.06 (*****)	601.2 0.4 (*****)	618.3 0.2 (7.4000)		
	625.6 0.2 (1.2500)	685.74 0.05 (32.0000)	745.23 0.2 (0.3400)	772.51 0.06 (4.8000)	864.8 0.3 (0.4000)		
	879.6 0.2 (0.2800)						
W 188	63.58 0.03 (27.0000)	85.31 0.06 (0.6000)	105.85 0.07 (0.3000)	(R)	W 188 E- =====> RE 188 * 69.4 D (N, G),		
	141.78 0.03 (1.6000)	169.4 0.5 (*****)	205.3 0.5 (*****)				
	207.86 0.04 (2.0000)	227.09 0.02 (55.0000 3.6)	290.67 0.02 (100.0000 3.0)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
RE 181	19.7 (0.2000)	43.5 (1.3000)	65.0 (5.1000)	(R)	RE 181 EC =====> 19. H W 181 *		
	71.7 (0.2200)	72.7 (0.3400)	93.7 (0.2000)				
	102.7 (0.3900)	103.1 (0.2600)	109.9 (3.3000)				
	110.3 (1.6000)	113.3 (0.7200)	125.8 (0.1800)	144.3 (0.6000)	154.4 (0.3300)		
	163.9 (0.2200)	164.6 (0.2200)	165.8 (0.2200)	167.2 (0.1700)	175.2 (0.3000)		
	177.5 (2.9000)	186.2 (0.2700)	195.0 (0.3100)	197.0 (0.9600)	201.0 (0.3300)		
	252.2 (1.7000)	262.6 (0.3800)	276.4 (1.1000)	278.1 (0.2900)	296.0 (0.3700)		
	318.6 (2.0000)	331.9 (2.4000)	350.4 (0.6200)	353.6 (2.0000)	356.1 (3.0000)		
	360.7 (21.0000)	365.5 (100.0000)	376.8 (0.2300)	382.3 (0.4700)	398.0 (1.1000)		
	409.0 (0.4300)	412.3 (1.8000)	475.6 (1.8000)	487.1 (1.2000)	489.0 (1.3000)		
	515.7 (0.2900)	522.1 (0.4100)	524.4 (0.3400)	544.8 (0.5100)	557.8 (3.8000)		
	570.1 (0.8100)	587.4 (1.2000)	632.7 (0.2900)	639.0 (11.0000)	643.9 (1.0000)		
	651.2 (1.8000)	659.2 (0.4100)	661.8 (5.2000)	668.2 (0.5500)	693.9 (0.4300)		
	699.9 (0.2400)	719.9 (0.2400)	738.0 (0.5200)	769.7 (0.2800)	803.6 (2.6000)		
	805.2 (5.5000)	817.5 (0.2400)	822.7 (0.2900)	826.7 (0.3000)	835.7 (0.8100)		
	840.4 (0.5000)	848.5 (0.2400)	854.4 (0.3300)	862.7 (0.3000)	877.2 (0.8000)		
	879.8 (0.9000)	883.2 (0.4600)	889.5 (0.2100)	907.4 (1.8000)	946.9 (0.3900)		
	953.6 (6.3000)	965.1 (0.3700)	973.2 (0.2300)	980.7 (0.3300)	989.4 (1.6000)		
	993.7 (0.5200)	1000.2 (5.9000)	1009.4 (4.3000)	1057.1 (0.5200)	1068.3 (0.2700)		
	1075.6 (1.8000)	1086.6 (1.0000)	1103.5 (1.2000)	1132.3 (0.3900)	1172.3 (0.3400)		
	1200.8 (0.3500)	1384.2 (0.4100)	1440.7 (3.4000)	1469.2 (1.4000)	1538.0 (0.3400)		
RE 184H	216.4 0.3 (11.3000)	317.6 0.3 (8.1000)	384.0 0.5 (4.0500)	(R)	RE 184H IT =====> 165. D RE 184 *		
	536.5 1.0 (4.9000)	920.9 0.2 (100.0000)	1110.2 0.2 (0.6500)		(N,2N), (A,N),		
	1174.1 0.3 (1.1000)						
RE 184	111.1 0.2 (18.3000)	227. 1. (0.0305)	252.7 0.2 (2.6700)	(A)	RE 184 EC =====> 38. D W 184		
	483. 1. (0.0114)	539.2 0.5 (0.2780)	641.8 0.2 (1.9800 5.7)		(N,2N), (A,N),		
	757.2 0.5 (0.0686)	769.7 0.2 (0.6860)	791.9 0.2 (37.7000 5.3)				
	894.5 0.3 (16.4000)	903.0 0.2 (38.1000 5.2)	1010.2 0.3 (0.0876 8.8)	1022.6 0.2 (0.5330)	1121.1 0.5 (0.0229)		
	1275.1 0.2 (0.1140)	1313.7 0.3 (0.0114)	1386.4 0.2 (0.0991)				
RE 186	122.6 0.2 (0.6500)	137.0 0.2 (9.0000)	641.5 0.2 (0.0320)	(A)	RE 186 E- =====> 90.6 H OS 186 3.40E+01		
	769. (0.0350)				(N,G),		
RE 188H	63.58 (0.1500)	92.45 (4.8000)	105.96 (10.2000)	(A)	RE 188H IT =====> 18.6 H RE 188 * 1.10E+00		
	156.03 (0.5800)	169.54 (0.0970)			(N,G),		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
RE 188	155.03 0.03 (10.0000)	208.7 0.1 (0.0140)	220.1 0.2 (0.0200)	(A)	RE 188 E- ====> 16.98H (N,G),	OS 188	3.91E+01
	288.5 0.2 (0.0740)	375.2 0.3 (0.0052)	444.2 0.5 (0.0400)				
	452.8 0.3 (0.0460)	478.07 0.04 (0.6700)	480.0 0.6 (0.0340)				
	497.3 0.4 (0.0640)	516.9 0.4 (0.0300)	607.2 0.8 (0.0590)	633.07 0.05 (0.9900)	652.3 0.5 (0.0370)		
	664.2 0.4 (0.0330)	672.5 0.2 (0.0900)	789.4 0.5 (0.0210)	824.8 0.5 (0.0200)	828.9 0.5 (0.2900)		
	931.0 0.2 (0.4000)	1018.6 0.4 (0.0120)	1117.2 1.1 (0.0040)	1132.4 0.5 (0.0650)	1151.1 1.0 (0.0240)		
	1175.0 0.3 (0.0150)	1191.9 0.5 (0.0100)	1231.0 0.5 (0.0038)	1307.3 0.1 (0.0490)	1323.1 0.7 (0.0100)		
	1457.7 0.3 (0.0150)	1461.3 1.2 (0.0040)	1610.4 0.3 (0.0730)	1653.2 0.5 (0.0030)	1669.9 0.5 (0.0050)		
	1732.4 0.5 (0.0080)	1785.9 0.4 (0.0170)	1802.4 0.3 (0.0280)	1866.1 0.4 (0.0042)	1939.9 1.0 (0.0018)		
	1957.3 0.3 (0.0120)	2021.2 0.5 (0.0006)					
OS 182	55.5 0.5 (18.0000)	110.6 0.5 (0.6000)	115.9 0.5 (1.6000)	(R)	OS 182 EC ====> 21. H	RE 182 *	
	130.8 0.5 (6.5000)	136.9 0.5 (0.2000)	143.5 0.5 (0.0750)				
	172.4 0.5 (0.7000)	174.9 0.5 (0.7000)	180.2 0.5 (68.0000)				
	190. 1. (0.2000)	202.4 0.5 (0.1400)	208. 1. (0.0800)	216.9 0.5 (1.5000)	223. 1. (0.2000)		
	235.7 0.5 (1.4000)	241.4 0.5 (1.9000)	246.6 0.5 (1.1000)	263.2 0.5 (13.5000)	274.3 0.5 (3.4000)		
	286.3 0.5 (0.1200)	315.3 0.5 (0.0800)	373. 1. (0.0700)	379.2 0.5 (1.8000)	438. 1. (0.1200)		
	454.5 0.5 (0.6000)	459. 1. (0.0400)	486. 1. (0.0900)	494. 1. (0.4000)	498.8 0.5 (0.9000)		
	509.9 0.5 (100.0000)	554.2 0.5 (0.6000)	560. 1. (0.2500)	632. 1. (0.0300)			
OS 183H	126.2 0.1 (0.3800)	147.00 0.06 (1.0100)	163.2 0.1 (0.2530)	(R)	OS 183H EC ====> 10. H	RE 183 *	
	230. 1. (1.1400)	245.7 0.1 (0.7600)	251.7 0.1 (0.7600)				
	273. 1. (0.2530)	400. 1. (1.5200)	484.7 0.2 (3.1700)				
	586. 1. (0.3800)	762. 1. (0.2530)	796. 1. (1.0100)	803. 1. (0.6330)	840. 1. (1.0100)		
	878.4 0.7 (3.1700)	885. 1. (0.4430)	926. 1. (0.5060)	954.8 0.8 (2.1500)	1027. 1. (0.1900)		
	1034.8 0.5 (12.7000)	1041.3 0.7 (0.8860)	1102.1 0.6 (100.0000)	1108. 0.6 (45.6000)	1168. 1. (0.1900)		
	1228. 1. (0.0633)	1314. 1. (0.0886)	1341. 1. (0.1270)	1354. 1. (0.3040)	1626. 1. (0.1650)		
	1642. 1. (0.0760)	1650. 1. (0.0760)	1680. 2. (0.0760)	1707. 2. (0.0886)	1725. 2. (0.0760)		
	1787. 2. (0.1010)	1806. 2. (0.1650)	1826. 2. (0.1010)	1904. 2. (0.3540)	1920. 2. (0.0886)		
OS 183	114.43 0.04 (27.0000)	145.43 0.04 (1.9000)	151.00 0.05 (0.4000)	(R)	OS 183 EC ====> 14. H	RE 183 *	
	167.90 0.06 (10.0000)	175. 1. (0.7000)	197.2 0.1 (0.1600)				
	236.3 0.1 (2.9000)	259.9 0.1 (0.3000)	306. 1. (0.2000)				
	338. 1. (0.2000)	355.5 0.2 (0.6500)	381.8 0.2 (100.0000)	397. 1. (0.2000)	404. 1. (0.2000)		
	477.2 0.2 (0.2500)	496.1 0.2 (0.7000)	640. 1. (0.2000)	736.5 0.3 (0.4000)	807.8 0.3 (0.5000)		
	851.0 0.3 (5.0000)	887.5 0.4 (0.7000)	889.5 0.4 (0.7000)	1057.8 0.8 (0.6000)	1083. 1. (0.1600)		
	1091. 1. (0.1600)	1162.7 0.8 (1.5000)	1266. 1. (0.1300)	1285.6 0.8 (0.2300)	1294. 1. (0.1300)		
	1350. 1. (0.1100)	1366. 1. (0.0600)	1405. 1. (0.0500)	1412. 1. (0.1800)	1440. 1. (0.7000)		
	1453. 1. (0.0800)	1463. 1. (0.0300)	1534. 1. (0.3000)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/PEL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
US 185	71.3 0.8 (*****)	125.2 0.2 (0.4300)	162.7 0.2 (0.6300)	(A)	OS 185 $\xrightarrow{EC}$ RE 185 94. D	3.08E-02	
	234.2 0.3 (0.4700)	592.07 0.01 (1.3000)	646.11 0.02 (78.2000)		(N,G),(D,2N),		
	717.42 0.02 (4.2000)	806. (0.0023)	836. (0.0016)				
	874.81 0.02 (6.3000)	880.27 0.02 (5.2000)	931.1 0.4 (0.0490)				
OS 190H	186.7 0.2 (70.0000)	361.2 0.2 (94.0000)	503. (98.0000)	(A)	OS 190H $\xrightarrow{IT}$ OS 190 9.9 H	3.58E-03	
	510. (*****)	616.4 0.2 (99.0000)			(N,G),		
OS 191	129.4 0.2 (28.0000)			(A)	OS 191 $\xrightarrow{E-}$ IR 191H* 15. D	8.81E-01	
					(N,G),		
OS 193	41.18 0.07 (0.0003 5.5)	65.87 0.06 (0.0020 5.6)	73.039 0.009 (1.7100)	(A)	OS 193 $\xrightarrow{E-}$ IR 193 31. H	5.61E-01	
	88.70 0.09 (0.0134)	96.84 0.04 (0.0818 4.8)	98.77 0.06 (0.0132 5.7)		(N,G),		
	107.01 0.01 (0.4690 9.5)	136. 1. (0.0003)	138.92 0.02 (3.4100 3.6)				
	142.13 0.02 (0.0537)	154.74 0.03 (0.0220 9.6)	180.05 0.05 (0.1480 8.5)	181.83 0.03 (0.1560 8.1)	197.4 0.2 (0.0038)		
	201.5 0.3 (0.0022)	219.13 0.05 (0.2230 8.2)	234.58 0.05 (0.0403 8.1)	251.63 0.04 (0.1770 6.2)	280.45 0.02 (1.0400 5.0)		
	288.81 0.06 (0.1220 7.2)	298.82 0.05 (0.1550 6.3)	317. 1. (0.0008)	321.59 0.02 (1.0700 5.9)	333.2 0.2 (0.0015)		
	337.7 0.5 (0.0010)	350.2 0.2 (0.0055)	357.7 0.2 (0.0083)	361.83 0.05 (0.2230 6.2)	377.34 0.09 (0.0568 8.8)		
	378.8 0.5 (0.0014)	379.1 0.2 (0.0111)	387.48 0.03 (0.9950 5.2)	413.9 0.2 (0.0037)	418.35 0.08 (0.0439)		
	420.29 0.06 (0.1300 6.8)	440.95 0.05 (0.0735 6.4)	460.50 0.03 (3.2100 3.6)	484.25 0.05 (0.1430 6.7)	486.1 0.2 (0.0092)		
	512.3 0.3 (0.0013)	515.0 0.1 (0.0105)	516.3 0.4 (0.0019)	525.0 0.1 (0.0129 8.9)	532.04 0.07 (0.0688 6.5)		
	557.36 0.08 (1.0500 9.9)	559.25 0.07 (0.4210)	573.34 0.09 (0.0164 8.3)	598.3 0.2 (0.0006)	635.13 0.09 (0.0065)		
	667.0 0.4 (0.0010)	668.3 0.3 (0.0006)	695.16 0.09 (0.0025)	709.5 0.2 (0.0016)	712.10 0.09 (0.0146)		
	735.4 0.2 (0.9310)	775.9 0.3 (0.0003)	777.4 0.4 (0.0020)	778.5 0.2 (0.0013)	784.2 0.2 (0.0006)		
	800.9 0.3 (0.0003)	848.9 0.2 (0.0037)	874.3 0.1 (0.0173)	891.2 0.2 (0.0024)			
IR 181	93.0 0.7 (49.0000)	108.0 0.6 (192.0000)	185.3 0.7 (61.0000)	(R)	IR 181 $\xrightarrow{E-}$ OS 181 * 5. H		
	227.7 0.6 (114.0000)	232.6 0.7 (69.0000)	309.0 0.7 (37.0000)				
	319.0 0.7 (100.0000)	352. 1. (5.0000)	700.6 0.8 (34.0000)				
	873.0 0.8 (18.0000)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. V. (U 235)
IR 182	127.2 0.3 (80.0000)	136.3 0.3 (1.1600)	142.6 0.2 (2.1800 4.5)	(R)	IR 182	EC =====> OS 182 * 15. H	
	154.8 0.2 (1.6800 5.8)	166.1 0.4 (1.4800 6.1)	180.0 0.6 (2.6000 7.6)				
	197.2 0.2 (1.0000)	228.1 0.3 (1.5300)	236.2 0.3 (14.0000)				
	252.0 0.3 (2.0500 7.3)	264.5 0.4 (1.4400)	273.0 0.2 (100.0000)	281.7 0.4 (1.1000 8.1)	289.1 0.3 (2.4700 3.9)		
	295.3 0.3 (1.5200)	306.8 0.2 (0.6500)	335.5 0.6 (2.7200 5.8)	343.3 0.3 (2.8400 5.0)	351.6 0.2 (0.7600)		
	393.1 0.2 (7.1400 9.2)	357.0 0.7 (2.4000 8.3)	400.1 0.3 (2.0800)	405.0 0.5 (0.8000)	415.4 0.3 (1.2000 8.3)		
	430.0 0.4 (2.7000 3.5)	432.8 0.4 (2.1800 4.4)	464.8 0.4 (0.9500)	484.0 0.8 (0.9000)	492. 1. (0.4000)		
	498.0 0.4 (1.6000)	545.7 0.4 (0.7000)	549.3 0.3 (0.8400)	559.0 0.9 (0.4000)	581.3 0.4 (1.5200 8.7)		
	602.3 0.3 (0.9900 9.6)	631.9 0.4 (1.9300 7.7)	638.6 0.4 (2.3400 5.1)	647.4 0.5 (1.7800 5.0)	690.2 0.2 (0.8600)		
	747.1 0.2 (0.8840)	749.3 0.8 (1.3000)	764.0 0.4 (12.5000 5.7)	779.9 0.3 (1.5900 5.6)	790.1 0.2 (7.3300 3.9)		
	837.8 0.3 (1.0400)	890.9 0.2 (13.5000 4.6)	912.3 0.2 (20.7000 6.1)	932.5 0.2 (0.8000)	938.9 0.2 (2.4100)		
	953. 1. (1.4000)	977.1 0.2 (1.4400 6.2)	999.2 0.3 (3.4300 7.0)	1033.0 0.3 (2.0600 8.7)	1063.5 0.3 (5.0900 5.7)		
	1110.8 0.4 (1.1400 7.9)	1118.0 0.6 (5.9000)	1121.4 0.3 (1.0000)	1130.3 0.5 (1.3000 7.7)	1158.0 0.8 (2.6000)		
	1160.2 0.4 (2.4300)	1217.7 0.5 (3.3300 5.0)	1227.1 0.3 (1.1500)	1251.7 0.4 (3.6300)	1266.0 0.4 (3.2600)		
	1375.0 0.6 (2.4000)	1546.0 0.6 (2.7000)	1549. 1. (1.4000)	1652.0 0.6 (5.8000)			
IR 184	114.7 0.3 (1.2000)	120.2 0.4 (45.0000 8.9)	184.1 0.1 (1.4000 7.1)	(R)	IR 184	EC =====> OS 184 3.2 H	
	187.2 0.1 (2.3000 8.7)	213.0 0.1 (3.0000)	219.7 0.4 (1.4000 7.1)				
	264.3 0.3 (100.0000 5.0)	283.0 0.3 (0.4000)	325.8 0.1 (1.5000 6.7)				
	327.3 0.1 (2.8000 3.6)	335.5 0.1 (1.1000 9.1)	338.0 0.1 (1.0000)	349.0 0.3 (0.7000)	365.0 0.4 (1.8000)		
	382.8 0.5 (1.9000)	384.5 0.2 (2.6000 7.7)	390.6 0.2 (38.5000)	395.2 0.3 (1.6000)	406.8 0.1 (1.6000 6.3)		
	488.5 0.3 (1.2000 8.3)	493.2 0.3 (8.8000 9.1)	500.8 0.3 (1.4000 7.1)	502.7 0.3 (5.0000 2.0)	539.6 0.3 (8.6000)		
	550.6 0.3 (1.3000 7.7)	601.3 0.4 (5.3000)	611.3 0.3 (1.4000 7.1)	613.8 0.3 (2.5000 4.0)	626.5 0.3 (4.1000)		
	654.3 0.3 (2.2000)	658.0 0.3 (1.2000 8.3)	667.9 0.3 (1.0000)	682.3 0.3 (1.2000 8.3)	691.6 0.2 (1.0000)		
	697.0 0.4 (2.1000)	767.2 0.4 (1.4000)	778.2 0.4 (1.2000)	815.1 0.3 (1.1000 9.1)	823.3 0.3 (5.4000 5.6)		
	826.0 0.3 (1.5000 6.7)	841.0 0.4 (12.0000)	943.3 0.3 (9.4000 6.4)	953.4 0.3 (1.5000 6.7)	961.1 0.4 (19.0000)		
	1043.9 0.4 (8.6000)	1062.4 0.3 (5.5000 9.1)	1066.3 0.3 (2.8000 3.6)	1105.0 0.5 (9.5000)	1116.6 0.4 (1.9000)		
	1142.3 0.5 (1.4000 7.1)	1154.5 0.3 (1.3000 7.7)	1160.3 0.3 (1.3000)	1228.9 0.5 (1.8000)	1236.5 0.5 (3.1000)		
	1247.7 0.4 (3.8000)	1324.6 0.3 (2.5000)	1334.2 0.4 (3.7000)	1380.6 0.4 (1.0000)	1452.3 0.4 (1.5000 6.7)		
	1457.7 0.4 (3.0000)	1515.1 0.4 (1.1000 9.1)	1578.0 0.3 (1.0000)	1607.7 0.4 (0.7000)	1626. 0.4 (1.4000)		
	1672.5 0.4 (5.2000 3.9)	2063.3 0.6 (6.6000 6.1)					
IR 185	90.3 0.2 (9.8000)	94.6 0.2 (3.0000)	97.3 0.2 (31.7000)	(R)	IR 185	EC =====> OS 185 * 14. H	
	100.6 0.2 (18.3000)	119.8 0.2 (0.4000)	127.3 0.2 (11.4000)				
	142.1 0.2 (0.3000)	153.5 0.2 (15.2000)	158.2 0.2 (18.1000)				
	160.7 0.2 (13.2000)	185.0 0.2 (6.5000)	188.7 0.2 (0.9000)	220.4 0.2 (8.8000)	222.3 0.2 (12.6000)		
	223.8 0.2 (15.9000)	254.2 0.2 (100.0000)	282.5 0.2 (1.3000)	300.2 0.2 (4.9000)	314.1 0.2 (6.8000)		
	321.4 0.2 (2.1000)	377.6 0.2 (1.6000)	398.5 0.2 (2.4000)	406.9 0.2 (3.4000)	418.8 0.2 (2.0000)		
	507.0 0.2 (5.1000)	513.1 0.2 (6.9000)	539.2 0.2 (9.8000)	550.4 0.2 (8.8000)	627.2 0.2 (4.2000)		
	638.5 0.2 (2.2000)	646.2 0.2 (9.3000)	666.1 0.2 (3.8000)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CT/G)	FISS.Y. (U 235)
IR 186H	137.1 0.2 (100.0000)	296.9 0.2 (46.0000)	511.006 0.002 (4.000000)	(R)	IR 186H EC =====> OS 186 1.7 H		
	630.3 0.4 (62.0000)	636.2 0.4 (22.0000)	712.4 0.4 (20.0000)				
	767.3 0.4 (67.0000)	773.1 0.4 (40.0000)	987.1 0.7 (30.0000)				
IR 186	137.1 0.2 (3.1000 9.5)	142.8 0.3 (0.4150)	145.9 0.3 (0.4150)	(R)	IR 186 EC =====> OS 186 15. H		
	160.0 0.3 (0.1380)	207.8 0.4 (1.0200)	252.7 0.2 (0.4150)				
	276.7 0.2 (2.4000)	256.9 0.2 (100.0000)	302.7 0.3 (0.6910)				
	309.8 0.3 (0.5070)	330.0 0.3 (0.4150)	351.7 0.3 (2.6300)	365.2 0.2 (1.0600)	388.1 0.3 (0.0918)		
	403.2 0.3 (0.1850)	406.4 0.3 (0.1850)	420.6 0.3 (3.8300)	434.6 0.2 (46.1000 6.5)	441.4 0.3 (2.1200)		
	446.5 0.3 (0.2770)	476.4 0.4 (0.8760)	489.3 0.3 (1.6100)	542.2 0.3 (0.2770)	551.6 0.4 (0.5070)		
	558.0 0.2 (0.7830)	584.4 0.2 (6.7300)	622.3 0.5 (4.0100)	630.3 0.4 (6.2200 4.5)	636.2 0.4 (7.7000 3.6)		
	649.4 0.6 (1.8900 9.8)	662.4 0.4 (0.5990)	705.1 0.3 (1.2000 7.7)	712.4 0.3 (1.8900 9.8)	730.8 0.4 (1.5200)		
	760.0 0.4 (1.2000 7.7)	767.3 0.4 (7.1900 5.8)	773.1 0.4 (13.1000)	782.7 0.4 (0.7830)	805.3 0.4 (1.1100)		
	841.5 0.4 (5.9900 3.1)	906.2 0.4 (0.5070)	923.4 0.5 (0.6910)	933.2 0.4 (6.7300 7.6)	943.6 0.3 (0.8760)		
	987.1 0.4 (0.5070)	1010.5 0.3 (0.7380)	1057.1 0.2 (3.4100 5.4)	1080.9 0.4 (1.0200 9.1)	1095.5 0.5 (0.6910)		
	1107.3 0.3 (0.7830)	1188.1 0.2 (2.1200 8.7)	1264.3 0.6 (1.0200)	1270.6 0.4 (0.6910)	1314.8 0.4 (2.3100 8.0)		
	1324.0 0.5 (1.3800 6.7)	1378.6 0.5 (0.7830)	1435.3 0.5 (0.2770)	1442.2 0.8 (0.5990)	1468.5 0.6 (0.5990)		
	1508.0 0.5 (0.8760)	1567.6 0.5 (0.4150)	1597.6 0.3 (1.1100)	1617.8 0.6 (2.9000)	1623. 2. (2.2100 8.3)		
	1647.7 0.4 (5.1200 3.6)	1690.8 0.5 (0.4150)	1701.1 0.4 (2.1200 8.7)	1711.8 0.4 (1.0200)	1731.0 0.6 (0.7380)		
	1738.2 0.5 (0.5070)	1753.7 0.4 (0.8760)	1801.4 0.6 (0.2770)	1814.3 0.6 (0.5070)	1830.5 0.5 (0.2770)		
	1849.2 0.5 (0.1850)	1870.6 0.4 (0.5990)	1895.7 0.3 (0.2770)	1944.3 0.3 (0.7830)	1999.1 0.4 (0.4150)		
	2032.9 0.4 (0.5070)	2103.6 0.4 (0.2770)	2224.4 0.5 (0.7830)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY		ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
IR 187	84.86 0.07 (2.1400 6.7)	87.6 0.1 (0.1000)	112.4 0.2 (2.1400)	(R)	IR 187 EC =====> OS 187 11. H	
	113.2 0.1 (5.8000)	115.7 0.1 (1.2000)	146.0 0.2 (0.7000)			
	156.6 0.2 (0.9810)	159.1 0.2 (0.3100)	162.8 0.1 (3.6300)			
	163.5 0.2 (1.4000)	177.6 0.1 (54.6000 5.3)	180.8 0.1 (3.7500 8.6)	187.4 0.1 (35.6000 6.5)	198.40 0.09 (1.5300 7.4)	
	206.4 0.3 (0.1200)	212.2 0.1 (0.2900)	224.5 0.2 (0.8330)	232.4 0.2 (0.4600)	240.3 0.3 (1.9000)	
	249.2 0.3 (2.0000)	253.0 0.2 (1.1400)	258.60 0.09 (5.4100 7.6)	261.54 0.09 (4.2900 6.9)	265.96 0.09 (2.0000)	
	276.3 0.3 (1.4000)	278.9 0.3 (1.3000)	296.9 0.2 (2.5600)	299.6 0.2 (3.9500)	314.2 0.1 (19.1000 6.1)	
	323.1 0.2 (5.6400 5.8)	344.6 0.2 (0.6000)	348.9 0.2 (0.8000)	370.5 0.2 (1.3100)	377.1 0.2 (1.1700)	
	384.9 0.1 (6.0200 8.8)	395.9 0.2 (2.5000)	399.3 0.2 (9.5100)	400.9 0.3 (82.7000 4.2)	412.4 0.1 (4.0400)	
	427.1 0.1 (19.6000)	440.2 0.2 (1.2100)	448.1 0.1 (2.2500)	456.8 0.2 (9.4000 1.4)	462.2 0.4 (1.2000)	
	463.8 0.4 (2.3000)	485.93 0.09 (14.9000 7.6)	491.72 0.09 (26.8000 7.2)	501.50 0.09 (30.1000 6.5)	511.3 0.2 (2.4000)	
	515.7 0.1 (7.5900 6.1)	522.1 0.1 (5.3600 6.7)	564.4 0.3 (1.4000)	576.57 0.09 (17.0000 6.6)	586.3 0.1 (6.4100 6.3)	
	589.4 0.1 (5.7700 6.5)	608.4 0.2 (9.2000)	610.86 0.09 (78.2000 6.3)	636.4 0.2 (4.2600)	651.3 0.1 (8.3600 6.6)	
	654.3 0.1 (7.8300 7.8)	664.3 0.2 (2.9000)	672.9 0.2 (2.5000)	709.3 0.2 (7.1200)	711.7 0.2 (1.7000)	
	716.1 0.2 (4.9000 8.2)	725.7 0.1 (8.7100)	742.0 0.2 (1.0200)	747.6 0.1 (5.6900)	756.7 0.2 (3.4700)	
	799.9 0.1 (17.8000 6.7)	840.9 0.2 (6.3200)	860.8 0.4 (1.6300)	886.8 0.2 (2.3700 7.6)	889.9 0.2 (3.2000)	
	899.6 0.3 (2.7000)	902.9 0.1 (6.4600 6.2)	909.7 0.2 (9.6800)	912.82 0.09 (100.0000)	924.8 0.2 (0.8600)	
	977.4 0.1 (60.9000 6.6)	987.2 0.1 (54.3000 6.7)	1015.4 0.2 (1.2800)	1037.7 0.2 (4.4500 7.9)	1040.2 0.3 (1.7000)	
	1048.9 0.3 (0.7300)	1080.6 0.2 (2.7000)	1102.4 0.2 (3.0400 8.1)	1112.1 0.2 (9.9900 7.5)		
IR 188	155.0 (32.6000)	312.0 (7.8000)	322.9 (1.8700)	(A)	IR 188 EC =====> OS 188 41.5 H	
	350.0 (0.2500)	385.3 (0.2180)	478.0 (15.6000)			
	478.6 (0.5010)	511.0 (0.8740)	566.7 (0.4680)			
	594.0 (0.1870)	620.6 (0.9670)	634.8 (28.0000)	641.5 (0.5300)	672.3 (1.3600)	
	736.8 (0.2500)	747.6 (0.0624)	757.2 (0.2500)	777.5 (0.1870)	781.9 (0.1870)	
	810.5 (0.0920)	924.8 (1.5600)	829.5 (6.4700)	886.0 (0.4370)	940.0 (0.5620)	
	987.7 (0.7490)	1018.0 (0.9670)	1096.8 (1.3100)	1142.7 (0.4210)	1150.0 (0.5770)	
	1175.0 (0.9980)	1210.3 (5.6100)	1296.1 (0.2340)	1303.7 (0.4680)	1323.4 (0.6240)	
	1329.1 (0.2340)	1332.6 (0.3740)	1430.0 (0.2650)	1436.1 (1.3700)	1445.8 (0.4370)	
	1453.0 (1.1500)	1457.9 (1.1400)	1462.7 (0.4370)	1466.0 (0.7180)	1559.6 (0.6860)	
	1575.0 (1.9300)	1620.0 (0.5460)	1653.0 (0.2960)	1688.6 (0.4840)	1705.0 (1.1100)	
	1717.0 (3.9800)	1802.5 (0.6240)	1812. (0.2500)	1931.0 (0.2180)	1945.0 (2.7600)	
	2012.0 (0.4680)	2050.1 (3.4200)	2059.6 (4.6800)	2097.8 (3.4300)	2098.8 (3.4300)	
	2132.0 (0.1870)	2146.0 (0.0780)	2194.0 (1.5700)	2214.6 (12.5000)	2222.1 (0.2180)	
	2254.3 (0.2540)	2263.3 (0.0842)	2288.1 (0.0390)	2307.4 (0.0608)	2328.1 (0.0406)	
	2349.6 (0.4060)	2367.9 (0.0359)	2396.9 (0.0733)	2462.4 (0.1370)	2482.8 (0.0218)	
	2498.8 (0.0702)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
IR 189	25.7 (0.4000)	36.2 (11.2000 8.9)	56.5 (2.5000)	(R)	IR 189 ^{EC} =====> 13.3 D	OS 189	
	59.1 (21.0000 9.5)	69.5 (59.0000)	95.2 (6.4000 7.8)				
	97.8 (0.0100)	138.3 (1.1400)	147.1 (1.8000 7.8)				
	149.9 (1.4100 7.1)	164.0 (1.2300 4.9)	180.5 (0.4900)	185.9 (3.0000)	188.6 (0.8600 8.1)		
	197.4 (4.4000 4.6)	206.3 (1.3300 3.8)	216.7 (8.6000 4.6)	219.4 (8.8000 4.6)	233.5 (5.0000 4.0)		
	245.0 (100.0000)	275.8 (9.0000 5.6)	343.2 0.1 (0.9100 6.6)	369.1 (0.0100)	402.8 0.1 (0.1100 9.1)		
	438.5 0.1 (0.0600)						
IR 192H	56.8 (0.0050)			(A)	IR 192H ^{IT} =====> 1.4 H	IR 192 *	1.93E+02
					(N,G),(D,2N),		
IR 192	201.2 2. (0.5350 9.0)	206. 1. (3.6700 9.4)	295.444 0.005 (28.3000 8.9)	(A)	IR 192 ^{E-} =====> 74.2 D	PT 192	9.48E+01
	308.437 0.006 (27.0000 9.0)	316.498 0.007 (76.4000 7.0)	374. 1. (0.5350)		(N,G),(D,2N),		
	414. 1. (0.6110)	468.059 0.008 (49.0000 7.4)	484.57 0.01 (3.2900 9.9)				
	489. 2. (0.4580)	588.57 0.01 (4.2800 8.8)	604.40 0.01 (8.6300 7.9)	612.44 0.01 (5.5000 8.2)	628. 2. (0.3060)		
	884.52 0.02 (0.3820)	1062. 2. (0.0764)					
IR 194H	111.7 (9.1000)	328.5 (96.0000)	338.8 (57.0000)	(R)	IR 194H ^{E-} =====> 171. D	PT 194	
	390.8 (36.0000)	482.5 0.5 (100.0000)	562.4 (36.0000)				
	600.5 (64.0000)	687.8 (61.0000)	1011.8 (3.7000)				
IR 194	293.6 0.2 (1.9000)	301. (0.2560)	328.0 0.2 (10.0000)	(A) OS 194. ==>	IR 194 ^{E-} =====> 19.4 H	PT 194	5.84E+01
	364.6 0.5 (0.0410)	482.5 0.5 (0.0470)	509.7 0.5 (0.0500)		(N,G),		
	529.0 0.5 (0.0220)	589.0 0.5 (0.0980)	594.0 0.5 (0.0520)				
	621. (0.2400)	644.6 0.2 (0.8100)	699.0 1.0 (0.0280)	833.0 1.0 (0.0320)	890.0 (0.0690)		
	925. (0.0250)	938.4 0.2 (0.4500)	1000. (0.0270)	1049. (0.0310)	1105. (0.0250)		
	1149. (0.4800)	1176. (0.0150)	1183. (0.2300)	1209. (0.1000)	1219. (0.0490)		
	1294. (0.0350)	1343. (0.0210)	1469. (0.2800)	1512. (0.0390)	1623. (0.0720)		
PT 182	136. 2. (100.0000)	146. 2. (15.4000)	186. 2. (7.0000)	(R)	PT 182 ^{EC} =====> 2.6 H	IR 182 *	
	210. 1. (12.0000)						
PT 184	85.1 0.5 (2.0000)	92.6 0.3 (16.0000)	117.0 0.4 (7.5000)	(R)	PT 184 ^{EC} =====> 17.3 H	IR 184 *	
	134.9 0.6 (1.6000)	139.5 0.3 (5.6000)	144.0 0.4 (4.1000)				
	149.5 0.6 (4.5000)	154.9 0.3 (100.0000)	161.6 0.4 (6.5000)				
	169.9 0.5 (2.9000)	176.0 0.4 (2.1000)	182.9 0.3 (94.0000)	209.3 0.4 (6.2000)	211.6 0.5 (5.4000)		
	216.5 0.3 (17.0000)	225.7 0.4 (6.3000)	230.6 0.4 (7.4000)	236.8 0.5 (6.1000)	278.5 0.9 (3.5000)		
	315.2 0.9 (2.0000)	328.9 0.6 (4.0000)	336.5 0.9 (3.0000)	394.6 0.3 (16.0000)	415.9 0.9 (3.5000)		
	472. 1. (4.0000)	499. 1. (5.0000)	532. 1. (5.0000)	548.4 0.3 (77.0000)	610.7 0.9 (12.0000)		
	632. 9. (6.0000)	710. 2. (6.0000)	731.2 0.4 (43.0000)				

NUCL IDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
PT 186	109.1 0.4 (0.7000)	126.9 0.4 (0.4000)	149.6 0.4 (0.6000)	(R)	PT 186 EC =====> IR 186 * 2.0 H		
	180.5 0.4 (1.7000)	186.5 0.4 (0.8000)	205.4 0.3 (2.2000)				
	210.3 0.3 (2.6000)	252.8 0.8 (0.9000)	256.0 0.4 (2.0000)				
	276.7 0.6 (0.9000)	280.8 0.4 (2.4000)	366.7 0.4 (3.3000)	611.5 0.4 (8.6000)	635.6 0.4 (5.4000)		
	689.2 0.3 (100.0000)						
PT 187	83.0 0.2 (23.3000)	91.5 0.2 (8.7000)	97.5 0.2 (3.2000)	(R)	PT 187 EC =====> IR 187 * 2.3 H		
	106.4 0.2 (100.0000)	110.0 0.2 (65.2000)	122.0 0.2 (32.6000)				
	159.5 0.2 (4.6000)	166.5 0.2 (0.5000)	175.0 0.2 (8.0000)				
	186.8 0.2 (59.3000)	189.6 0.2 (10.8000)	199.2 0.2 (8.5000)	201.4 0.3 (81.5000)	205.2 0.2 (9.5000)		
	244.8 0.3 (17.1000)	247.6 0.2 (41.7000)	282.1 0.2 (27.4000)	284.9 0.2 (62.6000)	300.3 0.2 (12.5000)		
	304.8 0.2 (49.1000)	311.8 0.2 (20.8000)	329.8 0.2 (7.8000)	332.9 0.2 (2.9000)	361.3 0.2 (8.2000)		
	376.5 0.2 (4.1000)	385.2 0.2 (4.6000)	388.8 0.2 (8.3000)	480.6 0.2 (12.7000)	486.6 0.2 (14.0000)		
	507.9 0.2 (15.3000)	511.7 0.2 (16.4000)	530.0 0.2 (7.4000)	536.5 0.2 (6.3000)	622.5 0.2 (14.9000)		
	629.6 0.2 (31.2000)	709.2 0.2 (59.0000)	712.6 0.2 (11.6000)	816.5 0.2 (12.2000)	819.3 0.2 (42.3000)		
	861.1 0.2 (10.7000)	891.8 0.2 (7.5000)	895.4 0.2 (20.2000)	1145.5 0.2 (18.6000)	1149.4 0.2 (12.4000)		
	1157.0 0.2 (12.9000)	1255.4 0.2 (27.3000)	1269.5 0.2 (11.1000)				
PT 189	82.22 0.04 (31.2000)	94.34 0.04 (82.0000 7.)	113.82 0.04 (31.0000 7.)	(R)	PT 189 EC =====> IR 189 * 10.9 H		
	130.5 0.1 (0.8000)	141.18 0.04 (45.0000 5.)	176.53 0.07 (11.0000 5.)				
	181.3 0.1 (1.2000)	186.7 0.06 (24.0000)	190.83 0.1 (1.2000)				
	203.78 0.08 (5.2000)	212.7 0.1 (1.1000)	223.34 0.1 (16.0000)	243.5 0.1 (75.0000)	252.0 0.3 (0.5000)		
	258.4 0.1 (3.4000)	263.1 0.2 (0.4000)	284.6 0.1 (1.7000)	288.3 0.1 (0.7000)	300.5 0.1 (40.0000)		
	306.8 0.2 (0.3200)	317.65 0.06 (35.0000 5.)	343.2 0.2 (1.3000)	343.8 0.2 (1.3000)	351.1 0.3 (1.4000)		
	352.6 0.2 (1.7000)	383.8 0.2 (0.9000)	384.8 0.3 (0.5300)	403.9 0.2 (15.0000)	430.8 0.2 (1.7000)		
	459.6 0.2 (0.9000)	493.3 0.1 (3.4000 8.)	530.4 0.1 (2.5000 8.)	539.9 0.2 (3.1000)	544.9 0.1 (62.0000 4.)		
	568.9 0.1 (76.0000 4.)	576.9 0.2 (0.4800)	585.0 0.1 (0.7500)	594.6 0.1 (1.2000)	607.6 0.1 (87.0000)		
	616.1 0.2 (0.4800)	623.2 0.1 (2.5000)	627.1 0.1 (25.0000 4.)	640.5 0.4 (0.6000)	644.3 0.1 (6.8000 8.)		
	651.6 0.1 (1.1400)	655.6 0.1 (0.5000)	673.3 0.2 (0.4700)	674.0 0.1 (0.4800)	698.3 0.1 (2.3000)		
	714.9 0.2 (0.7500)	721.4 0.1 (100.0000)	733.7 0.2 (3.8000)	735.8 0.2 (4.0000)	744.3 0.2 (0.4500)		
	751.0 0.1 (0.6500)	756.0 0.2 (0.7500)	782.1 0.2 (0.6400)	788.5 0.2 (1.4000)	792.7 0.1 (15.0000)		
	798.2 0.1 (2.1000)	809.0 0.3 (0.6000)	811.1 0.2 (1.4000)	828.1 0.1 (3.2000)	836.0 0.8 (0.9000)		
	880.1 0.2 (0.9000)	885.6 0.1 (1.9000)	924.8 0.1 (3.0000)	986.6 0.1 (0.7700)	992.8 0.1 (0.8600)		
	1002.7 0.1 (0.5500)	1007.8 0.1 (1.0300)	1011.9 0.2 (0.5200)	1026.7 0.1 (3.7000 6.)	1033.7 0.1 (0.5000)		
	1044.1 0.1 (0.7800)	1070.7 0.1 (0.8500)	1080.8 0.1 (0.8000)	1089.6 0.2 (0.3300)	1106.3 0.2 (1.9000)		
	1108.7 0.2 (1.0000)	1143.9 0.2 (0.3300)	1168.0 0.2 (0.4000)	1184.2 0.2 (0.4000)	1230.7 0.2 (0.8000)		
	1256.0 0.1 (3.9000 6.)	1312.3 0.2 (0.6800)	1323.7 0.1 (2.9000 7.)	1344.6 0.2 (0.7000)	1362.6 0.2 (0.7500)		
	1381.6 0.3 (0.7000)	1395.2 0.3 (0.3300)	1406.0 0.3 (0.6300)	1408.5 0.3 (0.6100)	1423.0 0.2 (0.4400)		
	1446.4 0.3 (0.6400)	1457.9 0.2 (2.3000)	1571.6 0.2 (0.8000)	1653.6 0.3 (0.5600)	1767.1 0.4 (0.6000)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
PT 191	41.92 0.02 (*****)	47.05 0.03 (*****)	49.59 0.03 (*****)	(R)	PT 191 EC =====> 3.0 D (N,G),(D,2N),	IR 191 1.66E-02	
	82.50 0.02 (24.0000)	96.51 0.03 (20.1000 4.9)	129.50 0.01 (20.0000 4.4)				
	172.03 0.08 (22.5000 4.2)	179.01 0.02 (6.5500 4.7)	188.00 0.02 (2.6500 5.8)				
	209.3 0.1 (0.8600 6.3)	219.74 0.04 (5.8600 5.5)	221.78 0.04 (0.9140)		223.76 0.04 (0.6990)	267.99 0.06 (17.8000 5.1)	
	351.01 0.05 (22.3000 4.3)	360.00 0.01 (39.4000 3.0)	410.0 0.1 (51.8000 3.6)		445.2 0.2 (0.4410 9.8)	457.00 0.01 (12.1000)	
	479.9 0.2 (0.3280)	494.9 0.2 (0.4090)	539.00 0.01 (100.0000)		568.9 0.3 (0.3660 5.9)	576.6 0.3 (0.8660 5.6)	
	583.7 0.3 (0.7370 7.3)	588.1 0.3 (1.0300 5.2)	624.2 0.3 (11.0000 7.3)		632.9 0.5 (0.1990)	659.2 0.5 (0.1080)	
	679.8 0.5 (0.0591)	747.9 0.5 (0.0242)	756.2 0.8 (0.0080)		762.7 0.4 (0.0914)	805.9 0.5 (0.0242)	
	853. 1. (0.0080)	935.4 0.4 (0.0860)					
PT 195P	28.4 (*****)	30.9 (*****)	81.4 (0.0030)	(A)	PT 195P IT =====> 4.1 D (N,G),	PT 195 2.39E-02	
	98.8 0.3 (11.1000 9.0)	112.3 (0.0020)	129.7 0.3 (2.8300)				
	140.7 0.4 (0.0230)	199.8 0.3 (*****)	211.1 0.3 (0.0350)				
	239.5 0.3 (0.0620)						
PT 197H	279.3 (2.8800)	346.3 0.2 (13.7000)		(A)	PT 197H IT =====> 88. H (N,G),	PT 197 * 1.27E-02	
PT 197	77.35 (20.5000)	191.4 0.2 (5.1000)	269. (0.3100)	(A)	PT 197 E- =====> 18. H (N,G),	AU 197 1.90E-01	
PT 199H	393. (90.0000)			(A)	PT 199H IT =====> 14.1 S (N,G),	PT 199 * 1.27E-02	
PT 199	185.5 0.2 (5.0300)	191.8 0.2 (3.5100)	219.3 0.3 (0.6200)	(A)	PT 199 E- =====> 30. H (N,G),	AU 199 * 1.50E-02	
	225.6 0.3 (0.2520)	246.4 0.3 (3.4400)	317.0 0.2 (7.7300)				
	465.4 0.3 (1.4400)	468.4 0.3 (1.5800)	474.5 0.2 (1.8800)				
	493.3 0.2 (8.3800)	542.5 0.2 (22.9000)	714.0 0.3 (2.7500)		791.1 0.3 (1.7200)	967.5 0.5 (1.6300)	
AU 182	155. 1. (100.0000)	264. 1. (50.0000)		(R)	AU 182 =====> 19. S (N,G),	PT 182 *	
AU 184	163.2 0.5 (100.0000)	221.7 0.6 (4.5000)	230. 1. (1.0000)	(R)	AU 184 =====> 47. S \$\$\$\$		
	237. 1. (10.6000)	273.1 0.6 (76.7000)	296. 1. (3.4000)				
	329. 1. (4.5000)	350. 1. (2.0000)	358. 1. (2.0000)				
	361.9 0.8 (32.4000)	367. 1. (2.7000)	377. 1. (3.4000)		391. 1. (1.3000)	432. 1. (3.0000)	
	486.3 0.9 (11.9000)	493. 1. (6.0000)	524. 1. (0.8000)		531. 1. (0.8000)	594. 1. (14.8000)	
	648.1 0.9 (6.4500)	665. 1. (6.0000)	683. 1. (0.8000)		685. 1. (0.5000)	777. 1. (12.8000)	
	801. 1. (5.1000)	930. 1. (4.0000)	844. 1. (7.6000)		872. 1. (9.4000)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY		ABS/REL		DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
AU 186	191.5 0.3 (100.0000)	205.0 0.3 (3.3000 9.3)	225.1 0.3 (0.7000)	(R)	AU 186	EC =====> PT 186 * 12. H	
	231.7 0.3 (0.9300)	257.9 0.3 (1.4000 9.0)	266.5 0.4 (0.4200)				
	279.7 0.3 (2.2000 8.4)	298.6 0.3 (41.0000 8.5)	307.9 0.3 (0.6600)				
	326.8 0.3 (1.3000)	349.4 0.3 (2.1000 9.4)	384.3 0.3 (3.0000)		387.0 0.3 (1.7000)	415.5 0.3 (13.7000 8.3)	
	423.9 0.3 (1.0000)	430.3 0.3 (2.9000 9.8)	440.3 0.3 (2.0000 8.6)		461.8 0.3 (0.1600)	466.3 0.3 (2.1000 8.5)	
	471.6 0.5 (0.4000)	501.3 0.3 (3.5000)	607.2 0.3 (8.5000)		609.4 0.3 (2.4000)	615.6 0.3 (0.5000)	
	676.5 0.3 (5.3000 8.0)	704.4 0.3 (0.9000)	732.4 0.3 (1.8000 8.9)		765.4 0.3 (17.0000 8.8)	791.0 0.3 (2.0000 8.6)	
	796.4 0.4 (0.5000)	798.7 0.4 (8.6000)	810.7 0.3 (0.6100)		873. 2. (2.0000 8.6)	881.6 0.3 (3.4000 9.2)	
	905.10 0.03 (0.6000)	907.7 0.4 (0.5000)	917.5 0.4 (0.7000)		927.3 0.4 (0.4000)	956.7 0.4 (0.1000)	
	984.5 0.4 (2.1000)	1031.0 0.3 (2.2000 8.4)	1098.0 0.3 (0.6800)		1121.9 0.3 (0.7000)	1142.7 0.3 (0.6700)	
	1176.1 0.5 (1.0000)	1181.5 0.5 (1.0000)	1203.0 0.3 (1.4000)		1216.2 0.3 (6.0000 8.6)	1226.1 0.3 (1.6000 9.4)	
	1271.1 0.5 (0.8000)	1289.2 0.5 (3.3000 9.3)	1323.7 0.4 (0.8000)		1345.5 0.4 (0.8000)	1400.0 0.4 (0.5500)	
	1441.3 0.4 (0.7600)	1532.7 0.4 (1.6000)	1589.5 0.4 (0.7000)		1725.9 0.4 (2.0000)	1737.6 0.4 (3.0000)	
	2024.6 0.5 (3.2000)	2035.6 0.5 (4.6000 9.6)					
AU 187	181. 1. (40.0000)	185. 1. (100.0000)	190. 1. (78.1000)	(R)	AU 187	EC =====> PT 187 8. H	
	236. 1. (41.5000)	247. 1. (45.0000)	251. 1. (66.0000)				
	432. 1. (60.0000)						
AU 188	221.9 0.5 (0.0400)	234.8 0.5 (0.2700)	237.4 0.5 (0.2000)	(R)	AU 188	EC =====> PT 188 * 8. H	
	238.8 0.5 (0.1300)	245.2 0.5 (0.0300)	253.5 0.5 (0.1300)				
	265.6 0.5 (100.0000 2.4)	313.0 0.5 (0.1600)	316.0 0.5 (0.9700 3.1)				
	320.2 0.5 (0.1300)	330.3 0.5 (4.8000 4.2)	339.9 0.5 (23.5000 2.1)		375.9 0.5 (0.3700 5.4)	381.6 0.5 (0.3700 5.4)	
	405.0 0.5 (8.2000 2.5)	413.3 0.5 (0.5100 5.5)	425.8 0.5 (0.2800 7.1)		443.8 0.5 (1.0000 3.0)	447.9 0.5 (0.1100)	
	452.8 0.5 (0.0600)	455.8 0.5 (0.1600)	465.6 0.5 (0.1700 5.9)		470.4 0.5 (0.0600)	478.9 0.5 (1.0200 3.0)	
	492.2 0.5 (0.0500)	498.6 0.5 (0.1300 7.7)	532.9 0.5 (5.4900 2.0)		540.7 0.5 (0.5000 6.0)	550.2 0.5 (0.1000)	
	589.5 0.5 (0.0400)	591.4 0.5 (0.1500)	605.6 0.5 (14.6000 2.1)		618.8 0.5 (0.1000)	641.2 0.5 (0.5800 3.5)	
	667.0 0.5 (0.4800 4.2)	670.4 0.5 (7.3500 2.1)	678.7 0.5 (1.8400 2.7)		688.6 0.5 (0.3200 6.3)	695.4 0.5 (0.1900)	
	706.5 0.5 (0.9900 3.0)	713.5 0.5 (0.1200)	726.3 0.5 (0.1300)		736.4 0.5 (0.4900 4.1)	814.1 0.5 (0.0800)	
	819.5 0.5 (0.3600 5.6)	821.8 0.5 (0.0800)	849.3 0.5 (0.9300 3.2)		857.0 0.5 (0.1100)	873.8 0.5 (0.3700 5.4)	
	883.9 0.5 (0.1600)	921.7 0.5 (0.6100 4.9)	932.6 0.5 (0.1600)		948.5 0.5 (1.9700 3.1)	976.8 0.5 (1.0200 3.0)	
	1004.4 0.5 (0.1200)	1007.2 0.5 (0.2000)	1013.6 0.5 (0.3100 5.7)		1017.5 0.5 (1.1100 3.6)	1046.4 0.5 (1.4300 2.8)	
	1068.3 0.5 (0.2000)	1083.9 0.5 (5.4500 2.2)	1114.8 0.5 (4.0500 2.5)		1140.1 0.5 (0.1700)	1169.9 0.5 (2.4200 2.5)	
	1204.0 0.5 (1.2700 3.2)	1214.2 0.5 (0.4800 6.3)	1243.1 0.5 (0.3500 8.6)		1261.9 0.5 (0.7000 5.7)	1285.5 0.5 (0.2600 7.7)	
	1306.3 0.5 (0.4300 9.3)	1312.0 0.5 (2.0600 3.4)	1347.8 0.5 (0.8500 4.7)		1359.4 0.5 (0.8800 3.4)	1376.4 0.5 (0.1600)	
	1405.4 0.5 (0.2300)	1408.5 0.5 (0.6000 5.0)	1450.6 0.5 (0.2200 9.1)		1484.1 0.5 (0.4500 8.9)	1497.1 0.5 (0.2000)	
	1509.9 0.5 (2.1500 2.8)	1527.4 0.5 (0.6400 6.3)	1544.2 0.5 (1.8500 5.4)		1554.3 0.5 (0.7100 4.2)	1596.2 0.5 (0.6300 7.9)	
	1603.6 0.5 (0.2200)	1625.0 0.5 (0.6300 6.4)	1669.3 0.5 (0.3000)		1691.7 0.5 (0.1500)	1696.4 0.5 (0.4500 8.9)	
	1703.4 0.5 (0.2700)	1758.9 0.5 (0.8200 6.1)	1781.4 0.5 (0.7300 5.5)		1846.3 0.5 (0.2800)	1880.9 0.5 (1.2100 4.1)	
	1916.7 0.5 (0.3400 8.8)	1943.5 0.5 (0.4400 6.8)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV)				ABS/REL	DECAY CHAIN		SAT.ACTIVITY	FISS% (U 235)
	INTENSITY							(CI/G)	(U 235)
AU 189H	166.7	0.2	321.1	0.5	(R)	AU 189H	EC *****> 4.7 H	PT 189 *	
	(100.0000	)	(19.0000	8.6)					
AU 189	126.	1.	134.1	0.5	(R)	AU 189	EC *****> 29.7 H	PT 189 *	
	(4.1900	)	(11.4000	)	(41.3000)				
	195.	1.	215.5	0.3					
	(5.3900	)	(19.2000	)	(21.8000)				
	255.	2.	261.	2.					
	(16.8000	)	(16.8000	)	(29.0000)				
	304.3	0.5	329.9	0.5					
	(12.0000	)	(12.0000	)	(11.4000)	348.1 0.2	441.7 0.4		
						(55.9000 9.3)	(34.4000 9.3)		
	447.8	0.3	452.0	0.5					
	(54.4000 9.3)	(5.0000	)	(41.1000 9.3)		632.4 0.5	713.4 0.4		
						(15.3000 9.3)	(100.0000 9.3)		
	813.1	0.4	828.	1.					
	(58.3000 9.3)	(10.2000	)	(10.2000)	1071.5 0.6	1160.5 0.3			
					(26.4000)	(29.7000 9.3)			
AU 190	179.8	0.3	192.0	0.3	(R)	AU 190	EC *****> 39. H	PT 190	
	(0.1800	)	(0.1200	8.5)	(0.1000)				
	225.3	0.3	282.3	0.3					
	(0.4000	)	(1.0800	7.7)	(0.5400 5.9)				
	296.0	0.3	302.0	0.3					
	(100.0000	)	(33.0000	3.6)	(6.5000 5.0)				
	323.4	0.3	398.0	0.3					
	(1.4000 7.4)	(0.1200	)	(5.2500 2.8)	460.7 0.3	466.0 0.3			
					(0.1800)	(0.6700 6.3)			
	478.4	0.3	523.5	0.3					
	(0.5600 9.2)	(0.2400	8.6)	(0.6000	586.7 0.3	597.9 0.3			
					(0.1500 6.9)	(12.4000 3.1)			
	605.5	0.3	616.4	0.3					
	(2.1000 3.1)	(2.1700	4.2)	(3.3000 6.4)	625.3 0.3	634.0 0.3			
					(4.1000 5.3)	(0.2200)			
	657.9	0.3	675.3	0.3					
	(0.1700	)	(0.3200	9.6)	(1.2600 5.2)	756.5 0.4	779.6 0.3		
					(0.2000)	(0.4300)			
	797.0	0.3	816.1	0.3					
	(0.1500	)	(0.5700	5.6)	(0.2000)	864.5 0.3	869.0 0.3		
						(0.1700)	(0.4000)		
	907.5	0.3	912.2	0.3					
	(2.0500 3.2)	(0.1300	)	(0.2000)	987.6 0.3	1003.8 0.4			
					(0.9400 5.7)	(0.2600)			
	1006.0	0.4	1013.1	0.4					
	(0.7800	)	(0.1200	8.6)	(0.5000)	1057.9 0.4	1099.3 0.4		
						(4.4000 9.3)	(1.3300 5.6)		
	1139.4	0.4	1203.4	0.4					
	(2.0400 3.2)	(0.3000	)	(0.4100)	1279.6 0.4	1305.5 0.4			
					(0.9000 5.5)	(1.1600 4.8)			
	1308.0	0.4	1346.1	0.4					
	(0.5400	)	(0.8000	)	(2.9600)	1401.9 0.4	1441.2 0.4		
						(0.7200 4.6)	(4.5000 3.0)		
	1461.6	0.4	1581.5	0.4					
	(0.8300 9.9)	(1.0000	5.4)	(0.2500)	1622.9 0.4	1636.5 0.4			
						(0.2700)	(0.7500)		
	1672.4	0.4	1738.7	0.4					
	(0.7500	)	(1.1800	6.3)	(1.1000 5.0)	1764.9 0.4	1802.8 0.4		
						(2.8500 5.6)	(0.6500)		
	1836.1	0.4							
	(1.2000	)							

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY		ABS/REL		DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
AU 192	176.6 0.2 (0.2200 9.1)	185.7 0.2 (0.1000)	225.9 0.2 (0.3300 3.0)	(R)	AU 192 EC =====> PT 192 4.1 H		
	243.8 0.2 (0.0700)	249.8 0.2 (0.4800 6.3)	275.0 0.2 (0.2200 9.1)				
	295.94 0.01 (38.5000 1.3)	308.43 0.01 (5.9700 2.2)	316.49 0.01 (100.0000)				
	381.1 0.3 (0.0800)	416.3 0.2 (0.0900)	433.2 0.2 (0.1000)	468.05 0.02 (3.0400 3.4)	477.2 0.2 (1.8600)		
	485.1 0.2 (0.1200 8.3)	504.3 0.2 (0.1200 8.3)	517.8 0.2 (0.7280)	569.3 0.2 (0.4000)	582.58 0.09 (4.6500 2.8)		
	588.56 0.02 (0.5300 7.6)	593.27 0.09 (1.3800 5.0)	604.39 0.02 (1.7500 2.7)	612.44 0.02 (7.4800 0.8)	624.7 0.3 (0.1100 9.1)		
	655.2 0.2 (0.2750 6.8)	689.8 0.2 (0.3400 2.9)	710.2 0.2 (0.1500 6.7)	746.9 0.2 (0.3650)	759.1 0.2 (2.8800 3.7)		
	764.9 0.3 (0.1100 9.1)	798.8 0.2 (0.1600 6.3)	815.7 0.2 (0.0800)	822.8 0.1 (0.6650 4.1)	826.5 0.3 (0.1100 9.1)		
	865.3 0.2 (0.1800 5.6)	872.6 0.2 (0.2100 4.7)	878.7 0.1 (1.4200 4.0)	896.2 0.2 (0.3700 2.7)	934.3 0.2 (0.9000 3.3)		
	936.0 0.2 (0.5200 5.8)	960.0 0.2 (0.2750 9.1)	963.8 0.2 (0.6500)	969.3 0.4 (0.1300)	972.8 0.3 (0.2860 8.2)		
	973.5 0.2 (0.2700)	991.4 0.2 (0.0800)	997.1 0.2 (0.3300 6.1)	1016.6 0.3 (0.0700)	1052.6 0.2 (0.2110)		
	1054.9 0.3 (0.1000)	1061.6 0.2 (1.6100 3.6)	1108.0 0.4 (0.1100 9.1)	1113.8 0.4 (0.1100)	1116.4 0.3 (0.2380)		
	1122.7 0.2 (1.9100 3.1)	1127.0 0.2 (2.5400 3.8)	1133.3 0.5 (0.0700)	1140.3 0.2 (4.5500 4.5)	1173.1 0.4 (0.0600)		
	1181.0 0.3 (0.1300)	1195.0 0.3 (0.1000)	1207.1 0.3 (0.2400 8.3)	1250.5 0.2 (0.3710 5.2)	1257.1 0.3 (0.1700 5.9)		
	1267.6 0.3 (0.1200 8.3)	1270.4 0.3 (0.1970)	1282.0 0.2 (0.7480)	1288.0 0.3 (0.1400 7.1)	1291.2 0.3 (0.1500 6.7)		
	1313.1 0.3 (0.7400 2.7)	1316.5 0.2 (0.3900)	1336.4 0.2 (0.8890 9.7)	1352.9 0.3 (0.1000)	1363.7 0.3 (0.2200 4.6)		
	1386.8 0.2 (0.6480 7.7)	1414.7 0.3 (0.5920)	1423.0 0.2 (5.1500 3.1)	1429.6 0.3 (0.2140 9.9)	1435.4 0.2 (0.3860)		
	1439.2 0.3 (0.1000)	1449.9 0.4 (0.2830 6.9)	1504.8 0.3 (0.2780 7.0)	1514.0 0.5 (0.0600)	1517.3 0.3 (0.2200 9.1)		
	1536.9 0.2 (0.7430 8.6)	1548.8 0.8 (0.1820)	1559.0 0.2 (1.1100 6.4)	1576.6 0.2 (3.9200 3.4)	1580.0 0.3 (0.9060 5.5)		
	1587.9 0.3 (0.3100 6.4)	1624.4 0.2 (2.8900 3.0)	1644.4 0.2 (0.8460 5.7)	1659.7 0.3 (0.2540 8.3)	1683.2 0.3 (0.2260)		
	1692.9 0.4 (0.1940)	1706.6 0.2 (3.3400 4.9)	1723.1 0.2 (5.4400 7.1)	1731.5 0.2 (1.1600 5.1)	1739.5 0.2 (0.3600 5.6)		
AU 193	99.88 (*****)	110.28 (15.0000 5.8)	112.52 (15.0000 5.8)	(R)	AU 193 EC =====> PT 193 17.5 H		
	114.16 (7.9000)	117.99 (5.5000)	119.64 (1.7000)				
	155.68 (3.5000)	173.52 (29.0000)	180.0 0.2 (0.6100)				
	186.17 (100.0000 5.8)	187.83 (9.1000)	206.85 (0.8900)	215.6 0.2 (0.9500)	221.4 (0.7800)		
	230.5 (5.3000)	232.18 (5.3000)	251.4 0.5 (2.5000)	255.57 (67.0000 8.7)	259.05 (2.0000)		
	268.22 (39.0000 8.2)	269.84 (8.4000)	281.76 (1.6000)	290.3 (0.8600)	303.41 (2.7000)		
	317.73 (2.3000)	324.89 (3.5000)	334.7 0.3 (0.6300)	344.1 0.9 (0.2600)	369.9 0.2 (0.6000)		
	377.1 (5.0000)	383.4 0.4 (0.2300)	387.6 (3.8000)	401.3 0.3 (1.1000)	408.4 (1.3000)		
	421.3 0.4 (0.5300)	424.76 (1.5000)	431.4 0.3 (0.2800)	437.41 (5.0000)	439.04 (19.0000)		
	445.1 (0.1000)	459.1 0.5 (0.1400)	464.1 0.5 (0.2900)	476.98 (4.6000)	478.40 (1.2000)		
	483. 1. (0.1400)	489.61 (2.3000)	491.28 (7.0000)	505.66 (0.9500)	508.26 (0.5600)		
	520.97 (0.7800)	522.66 (0.7200)	529.7 0.4 (0.3700)	577.60 (0.4300)	628.55 (0.6600)		
	685. 1. (0.2100)	698. 1. (63.0000)	730. 1. (0.2000)	743. 1. (0.3500)	845. 2. (0.6900)		
	1124. 4. (0.4600)						
AU 195	30.94 0.05 (0.7300)	98.84 0.05 (11.3000)	129.78 0.03 (0.8200)	(A)	AU 195 EC =====> PT 195 183. D		
	199.8 (0.0110)	211.1 (0.0200)			(P,N),		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
AU 196	312. (0.0094)	332.9 0.3 (25.0000)	355.7 0.2 (94.0000)	(A)	AU 196 EC ===== PT 196 6.180 (N,2N), (D,2N), (P,N), (D,N), (A,N),		
	393.4 0.4 (0.0110)	426.0 0.2 (7.2000)	511.006 0.002 (0.0028)				
	521.3 0.2 (0.0420)	570.8 0.4 (0.0075)	659.5 0.3 (0.0040)				
	673.5 0.7 (0.0000)	688.7 (0.0066)	758.9 0.2 (0.0480)	1005.7 0.3 (0.0029)	1091.3 0.2 (0.1600)		
	1361.0 1.0 (0.0047)	1446.3 0.7 (0.0086)					
AU 197M	130.2 0.1 (3.2000)	201.8 0.1 (1.1700)	278.9 0.3 (72.8000)	(A)	AU 197M IT ===== AU 197 7.865		
	409.1 0.1 (0.1090)						
AU 198	411.794 0.008 (95.5000)	675.87 0.02 (1.0100)	1087.66 0.02 (0.1800)	(A)	AU 198 E- ===== HG 198 64.71H (N,G), (P,N),	8.16E+01	
AU 199	158.370 0.003 (37.0000)	208.196 0.005 (8.0000)		(A) PT 199 ==>	AU 199 E- ===== HG 199 3.150 (N,G), (D,N),		
AU 201	135.3 0.2 (0.3370)	167.4 0.1 (0.9910)	352.3 0.2 (0.3550)	(A)	AU 201 E- ===== HG 201 26.4 H (N,P),		
	385.1 0.2 (0.6360)	438.2 0.3 (0.3180)	517.0 0.3 (1.2900)				
	521.0 0.4 (0.5420)	526.9 0.2 (0.6920)	542.6 0.2 (1.8700 6.0)				
	552.8 0.3 (0.8230)	613.2 0.3 (1.2000)	645.0 0.4 (0.6550)	732.3 0.4 (0.4300)			
AU 202	439.6 0.1 (100.0000)	520.3 0.4 (11.0000)	908.6 0.4 (18.0000)	(R)	AU 202 E- ===== HG 202 27.6 S (N,P),		
	960. (4.0000)	1125.4 0.4 (25.0000)	1203.7 0.4 (21.0000)				
	1306.5 0.5 (23.0000)						
AU 204	436.6 0.2 (100.0000)	691.9 0.3 (25.0000)	723.0 0.3 (24.0000)	(R)	AU 204 E- ===== HG 204 40. S (N,P),		
	1392.1 0.4 (26.0000)	1405. 1. (4.0000)	1414.8 0.5 (9.0000)				
	1511.3 0.4 (31.0000)	1542. 1. (3.0000)	1553.1 0.4 (9.0000)				
	1704.2 0.6 (5.3000)	1828. 1. (3.1000)					
HG 182	129. 1. (100.0000)	217. 1. (75.0000)	413. 1. (53.0000)	(R)	HG 182 AL ===== PT 178 * 11.3 S		
HG 184	92. 1. (2.8000)	127.5 0.5 (3.3300)	141.7 0.9 (1.8000)	(R)	32.2 S		
	146. 2. (1.0000)	156.4 0.3 (67.3000)	159.5 0.9 (5.2000)				
	170. 1. (1.8000)	177. 1. (1.3000)	220. 1. (2.3000)				
	236.7 0.4 (100.0000)	259.5 0.5 (8.1200)	262.9 0.5 (5.5400)	295.8 0.6 (13.1000)	422. 2. (4.0000)		
HG 187	104. 1. (26.3000)	153. 1. (6.2000)	203. 1. (21.1000)	(R)	HG 187 EC ===== AU 187 * 2.2 H		
	205. 1. (11.4000)	220. 1. (23.2000)	233. 1. (100.0000)				
	240. 1. (33.8000)	271. 1. (37.0000)	284. 1. (5.0000)				
	378. 1. (50.0000)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY		ABS/REL		DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
HG 191	196.5 0.4 (4.5000)	224.9 0.4 (6.0000)	241.4 0.5 (21.0000)	(R)	HG 191 EC =====> 50.8 H AU 191*		
	252.6 0.4 (100.0000)	269.0 (*****)	274.1 1.0 (23.0000)				
	301.6 (1.7000)	331.6 0.9 (7.6000)	343.3 (2.6000)				
	357.0 0.4 (8.5000)	371.0 0.4 (11.0000)	386.0 (*****)	392.0 (*****)	409.7 0.9 (4.9000)		
	420.3 0.6 (33.0000)	441.0 (2.0000)	457.8 (1.0000)	487.0 (*****)	511.006 0.002 (4.0000)		
	521.5 0.7 (6.9000)	536.1 0.6 (14.0000)	545.6 0.5 (2.7000)	546.0 (0.9000)	549.5 (3.6000)		
	552.5 (2.8000)	578.7 0.4 (31.0000)	597.0 (1.4000)	610.6 0.6 (8.2000)	637.1 0.7 (2.5000)		
	644.5 (1.5000)	662.0 (2.0000)	671.0 0.7 (5.2000)	678.6 0.7 (3.8000)	683.2 (2.3000)		
	690.0 0.7 (3.8000)	718.0 0.7 (5.4000)	732.8 (0.9000)	777.8 0.8 (3.0000)	820.8 (2.1000)		
	829.0 (1.4000)	863.6 (1.4000)	887.0 0.8 (3.2000)	897.0 (1.0000)	908.3 (1.3000)		
	938.3 (2.0000)	949.4 (1.0000)	954.8 (1.1000)	970.0 (1.4000)	996.4 0.8 (4.1000)		
	1002.7 (2.7000)	1040.7 (0.9000)	1045.6 (1.1000)	1057.0 (1.4000)	1091.3 (2.1000)		
	1109.3 (3.1000)	1165.0 (1.5000)	1257.1 (0.9000)	1284.4 (3.4000)	1307.3 (1.7000)		
	1329.8 (5.1000)	1338.1 (1.9000)	1348.0 (1.0000)	1354.7 (1.2000)	1364.7 (1.5000)		
	1383.7 (1.0000)	1391.8 (1.9000)	1434.0 (1.3000)	1441.1 (1.4000)	1447.8 (2.7000)		
	1473.1 (1.1000)	1488.3 (1.3000)	1491.3 (1.7000)	1503.6 (3.5000)	1511.7 (1.4000)		
	1525.0 (1.2000)	1532.5 (1.8000)	1548.8 (3.4000)	1632.8 (1.0000)	1672.0 (1.6000)		
	1739.4 (2.5000)	1759.6 (1.7000)	1864.0 (1.1000)	1908.1 (2.8000)			
HG 195H	56.7 0.1 (100.0000)	172.4 0.1 (0.1240)	200.35 0.04 (2.0600)	(R)	HG 195H IT =====> 40. H HG 195 *		
	207.07 0.04 (1.0300)	261.75 0.04 (98.4000 9.2)	279.2 0.1 (0.3090)				
	287.6 0.3 (0.0226)	318.5 0.1 (0.4530)	364.40 0.05 (0.7610 4.3)				
	386.3 0.1 (0.6380)	387.92 0.05 (4.8800 3.4)	401.7 0.2 (0.0412)	419.0 0.1 (0.1440 7.6)	441.6 0.3 (0.0803)		
	452.02 0.05 (0.4530 2.9)	467.31 0.05 (0.6790 4.8)	518.6 0.2 (0.0720)	525.80 0.04 (1.1500 3.6)	542.5 0.3 (0.2880)		
	549.4 0.1 (0.1320)	560.24 0.04 (16.3000)	575.47 0.07 (0.4730 7.0)	665.5 0.1 (0.1440 7.4)	680.76 0.05 (0.5140)		
	693.3 0.2 (0.0926)	698.1 0.1 (0.1460 8.5)	727.3 0.2 (0.1030)	749.5 0.2 (0.0535)	754.7 0.1 (0.1420 8.0)		
	847.2 0.2 (0.0453)	853.07 0.06 (0.5760)	899.4 0.3 (0.0185)	961.85 0.09 (0.5350 9.4)	1027.5 0.1 (0.2680)		
	1086.1 0.2 (0.1090)	1241.0 0.1 (1.4800)	1286.5 0.4 (0.0124)				
HG 195	56.7 0.1 (2.5700)	61.43 0.03 (100.0000)	180.23 0.09 (5.2200 7.6)	(R)	HG 195 EC =====> 9.5 H AU 195 *		
	200.37 0.03 (0.0551)	207.07 0.04 (2.5800)	241.52 0.08 (0.1100)				
	261.75 0.03 (2.5200 9.2)	318.5 0.1 (0.0110)	439.50 0.09 (0.1430)				
	585.11 0.05 (2.5800 3.8)	599.66 0.04 (2.3800 3.0)	671.2 0.3 (0.0275)	779.78 0.05 (8.4200 4.0)	811.3 0.3 (0.0209)		
	821.06 0.07 (0.3410 8.0)	841.24 0.07 (0.3190 4.0)	868.9 0.4 (0.0043)	910.7 0.1 (0.0991)	930.83 0.08 (0.5950 7.0)		
	989.2 0.3 (0.0275)	1009.5 0.2 (0.0319)	1021.48 0.09 (0.2310 9.0)	1049.2 0.3 (0.0330)	1082.9 0.2 (0.0826)		
	1092.1 0.5 (0.0076)	1111.0 0.1 (1.7100 9.0)	1172.4 0.1 (1.6000 8.7)	1189.5 0.3 (0.0231)	1250.9 0.2 (0.0264)		
	1263.0 0.4 (0.0043)	1292.0 0.4 (0.0065)	1324.0 0.5 (0.0021)	1353.5 0.4 (0.0110)			
HG 197H	77.4 (*****)	130.2 (0.2100)	133.9 0.2 (43.0000)	(A)	HG 197H IT =====> 24. H HG 197 * 1.27E-01 (N,G), (P,N), (D,2N),		
	165.0 (0.4000)	201.8 (0.0860)	279.0 (6.2000)				
	409.1 (0.0090)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
HG 197	77. (18.0000)	191.4 0.2 (2.0000)	269. (0.1500)	(A)	HG 197 EC =====> AU 197 64.14H (N,G), (P,N), (D,2N),	3.66E+00	
HG 199H	158.3 0.1 (51.5000)	374.0 0.2 (13.9000)		(A)	HG 199H IT =====> HG 199 42.6 H (N,G), (N,N), (N,2N), (A,N),	1.46E-03	
HG 203	70.832 0.004 (***** 279.184 0.006 (81.5000 0.18)	72.873 0.001 (9.7000 5.1)	82.572 0.004 (2.8000 7.1)	(A)	HG 203 E- =====> TL 203 46.570 (N,G),	1.21E+00	
HG 205	203.7 0.2 (2.5000) 720.8 0.8 (0.0013) 1136.8 0.6 (0.5200) 1230.8 1.0 (0.0006)	415.6 0.3 (0.0150) 937.2 0.6 (0.0023) 1141.1 1.5 (0.0011) 1340.3 0.8 (0.0004)	618.6 0.7 (0.0022) 1014.7 0.8 (0.0008) 1218.7 0.4 (0.0069) 1433.9 0.5 (0.0049)	(A)	HG 205 E- =====> TL 205 5.6 H (N,G),	2.39E-02	
TL 189	216.3 0.7 (100.0000)	229.0 1.5 (40.0000)	335. (70.0000)	(R)	TL 189 =====> HG 189 * 1.4 H		
TL 190	305.0 1.5 (16.0000) 730.6 1.2 (32.0000)	416.8 0.8 (100.0000) 839.5 1.5 (23.0000)	625.5 1.0 (75.0000 5.3)	(R)	TL 190 =====> HG 190 * 3.4 H		
TL 191	215.7 0.8 (100.0000) 336.5 1.2 (34.0000)	264.7 0.8 (46.0000) 378.2 1.5 (27.0000)	326.1 1.0 (64.0000) 563.4 1.5 (17.0000)	(R)	TL 191 EC =====> HG 191 * 5.2 H		
TL 193	207.8 0.9 (21.0000) 335.3 1.0 (27.0000) 1047.7 0.9 (54.0000)	284.6 1.0 (22.0000) 344.1 1.0 (44.0000)	324.2 0.9 (100.0000) 676.2 0.9 (41.0000)	(R)	TL 193 EC =====> HG 193 * 21.6 H		
TL 194	98.9 0.1 (0.3640) 208.9 0.2 (3.6400) 233. 2. (1.2300) 284.0 0.2 (1.0900) 366.5 0.3 (1.0500) 446.5 0.7 (1.6800) 553.2 0.3 (2.7300) 664.2 0.7 (0.6820)	107.2 0.2 (0.4550) 219.0 0.5 (0.5910) 239.0 0.7 (0.5460) 259.1 0.2 (1.2300) 380.5 0.3 (0.8180) 451.0 0.7 (2.9600) 600.5 0.7 (1.0000) 735.0 0.3 (13.2000)	110.96 0.08 (3.7700) 227.98 0.08 (3.9100) 255.4 0.1 (5.4600) 299.5 0.5 (0.5910) 395.5 0.5 (0.9090) 462.5 0.7 (2.7300) 639.3 0.3 (68.2000) 749.0 0.3 (45.5000)	(R)	TL 194 EC =====> HG 194 33. H		
						352.2 0.3 (1.0000) 428.2 0.3 (100.0000) 510.9 0.3 (5.0000) 650.3 0.3 (4.0900) 1073.3 0.5 (1.8200)	

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
TL 198M	194.7 0.3 (1.5000)	215.6 0.3 (2.8000)	226.4 0.3 (14.1000 7.8)	(R)	TL 198M	IT =====> 1.87H	TL 198 *
	259.9 0.3 (7.8000 9.0)	274.0 0.3 (3.0000)	282.7 0.3 (52.5000 5.3)				
	375.5 0.3 (0.4000)	390.4 0.3 (3.1000)	411.7 0.3 (100.0000)				
	422.6 0.3 (4.3000 9.3)	441.8 0.3 (4.6000 8.7)	489.6 0.3 (8.6000)	499.3 0.3 (1.0000)	519.0 0.3 (5.6000)		
	540.9 0.3 (1.6000)	550.0 0.3 (0.3000)	566.2 0.3 (0.3000)	587.4 0.3 (89.7000 8.9)	597.0 0.3 (0.3000)		
	606.7 0.9 (0.5000)	636.8 0.3 (95.9000 8.3)	657.2 0.6 (0.4000)	675.9 0.5 (*****)	690.3 0.6 (0.9000)		
	744.4 0.7 (0.7000)	759.4 0.6 (0.4000)	767.5 0.3 (2.5000)	832.5 0.4 (1.0000)	876.2 0.6 (1.1000)		
	898.6 0.5 (1.3000)	1007.6 0.4 (0.5000)	1018.3 0.5 (0.4000)	1045.5 0.3 (0.7000)	1087.9 0.5 (0.6000)		
	1200.5 0.6 (0.6000)	1219.1 0.7 (0.5000)	1311.9 0.7 (0.4000)	1391.8 0.7 (0.9000)	1420.3 0.7 (*****)		
	1435.8 0.4 (0.4000)	1447.3 0.5 (0.5000)	1489.9 0.5 (0.3000)	1559.4 0.5 (0.5000)	1594.4 0.5 (0.5000)		
	1612.9 0.5 (0.6000)	1644.0 0.6 (0.6000)	1659.6 0.4 (0.3000)	1721.4 0.5 (1.3000)	1766.4 0.4 (0.8000)		
	1833.3 0.4 (0.3000)	1858.8 0.5 (0.4000)	1900.0 0.5 (0.3000)	2040.9 0.5 (0.3000)	2074.9 0.5 (0.3000)		
	2153.4 0.4 (0.3000)	2191.3 0.4 (0.9000)	2285.9 0.6 (0.3000)	2371.7 0.5 (0.3000)	2414.2 0.4 (0.3000)		
	2465.9 0.5 (0.3000)	2486.5 0.5 (0.3000)	2565.1 0.4 (0.3000)	2601.5 0.4 (0.3000)	2613.5 0.6 (0.3000)		
	2782.9 0.6 (0.3000)						
TL 198	194.7 0.3 (0.4000)	215.6 0.3 (0.4000)	226.4 0.3 (0.3000)	(R)	TL 198	EC =====> 5.3 H	HG 198
	259.9 0.3 (0.4000)	274.0 0.3 (0.3000)	282.7 0.3 (0.4000)				
	375.5 0.3 (0.3000)	390.4 0.3 (0.3000)	411.7 0.3 (100.0000)				
	422.6 0.3 (0.3000)	441.8 0.3 (0.3000)	489.6 0.3 (0.5000)	499.3 0.3 (1.3000)	519.0 0.3 (0.5000)		
	540.9 0.3 (0.3000)	550.0 0.3 (0.3000)	566.2 0.3 (0.5000)	587.4 0.3 (2.9000)	597.0 0.3 (1.5000)		
	606.7 0.9 (0.7000)	636.8 0.3 (13.4000 7.5)	657.2 0.6 (0.4000)	675.9 0.5 (12.8000 7.8)	690.3 0.6 (0.3000)		
	744.4 0.7 (0.4000)	759.4 0.6 (2.2000)	767.5 0.3 (0.4000)	832.5 0.4 (0.4000)	876.2 0.6 (0.4000)		
	898.6 0.5 (0.8000)	1007.6 0.4 (3.3000)	1018.3 0.5 (1.1000)	1045.5 0.3 (0.7000)	1087.9 0.5 (3.5000)		
	1200.5 0.6 (9.6000)	1219.1 0.7 (0.4000)	1311.9 0.7 (4.9000)	1391.8 0.7 (0.3000)	1420.3 0.7 (9.1000 8.8)		
	1435.8 0.4 (4.1000)	1447.3 0.5 (4.8000)	1489.9 0.5 (2.8000)	1559.4 0.5 (0.9000)	1594.4 0.5 (2.8000)		
	1612.9 0.5 (1.0000)	1644.0 0.6 (0.4000)	1659.6 0.4 (1.8000)	1721.4 0.5 (2.9000)	1766.4 0.4 (1.0000)		
	1833.3 0.4 (4.8000)	1858.8 0.5 (1.1000)	1900.0 0.5 (2.7000)	2040.9 0.5 (11.0000 7.3)	2074.9 0.5 (0.6000)		
	2153.4 0.4 (0.7000)	2191.3 0.4 (3.2000)	2285.9 0.6 (1.0000)	2371.7 0.5 (0.8000)	2414.2 0.4 (0.4000)		
	2465.9 0.5 (1.1000)	2486.5 0.5 (2.0000)	2565.1 0.4 (0.2000)	2601.5 0.4 (0.4000)	2613.5 0.6 (0.8000)		
	2782.9 0.6 (0.6000)						
TL 202	439.4 0.2 (91.9000)	520.3 0.3 (1.0000)	959.7 0.4 (0.0995)	(A)	TL 202	EC =====> 12.2 D	HG 202
				(D,N),(D,2N),			
TL 208	211.5 0.6 (0.1900)	233.5 0.8 (0.3100)	252.6 0.3 (0.8000)	(A) BI 212 ==>	TL 208	E- =====> 3.05H	PB 208
	277.35 0.06 (6.9000)	486.2 0.5 (0.0600)	510.80 0.08 (23.0000)				
	583.05 0.04 (86.0000)	722.3 1.0 (0.2700)	763.13 0.08 (1.8000)				
	821.1 0.8 (0.0900)	860.37 0.08 (12.0000)	927.7 0.3 (0.1300)	982.7 0.3 (0.1300)	982.8 0.3 (0.2000)		
	1093.1 0.1 (0.4000)	2614.6 0.1 (100.0000)					

NUCL IDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CT/G)	FISS.Y. (U 235)
TL 209	117. 1. (70.0000)	465. 1. (70.0000)	1566. 2. (85.0000)	(A)	TL 209 E- =====> 2.2 H	PB 209 *	
PB 195H	99.0 0.6 (0.5000)	313.3 0.4 (4.7000)	383.8 0.3 (100.0000)	(R)	PB 195H EC =====> 17. H	TL 195 *	
	394.3 0.4 (26.0000)	466.0 0.8 (3.1000)	608. 1. (*****)				
	630. 1. (*****)	708.3 1.1 (30.0000)	778.1 1.2 (*****)				
	880.0 1.5 (*****)						
PB 197H	222.4 0.3 (17.9000)	290.4 0.4 (0.6250)	308.0 0.4 (*****)	(R)	PB 197H EC =====> 42. H	TL 197 *	
	322.6 0.8 (0.2680)	375.3 0.4 (8.9300)	385.6 0.4 (100.0000)				
	415.5 0.6 (1.0700)	558.0 0.9 (3.0400)	608.5 0.9 (2.8600)				
	695. 1. (10.2000)	722. 1. (2.3200)	761. 1. (5.3600)	773. 1. (13.8000)	872. 1. (1.7500)		
	895. 2. (11.8000)	957. 2. (7.3200)	1261. 2. (6.6100)	1285. 2. (5.8900)			
PB 200	201.6 0.8 (0.7000)	245.0 0.4 (22.0000)	302.6 0.7 (2.2000)	(R)	PB 200 EC =====> 21.5 H	TL 200 *	
	348. 1. (2.0000)	419.6 0.4 (53.0000)	462.0 0.4 (63.0000)				
	493.6 0.6 (7.6000)	545.7 0.7 (4.6000)	810.2 0.9 (4.2000)				
	1026.3 0.5 (100.0000)						
PB 202H	124.75 0.09 (0.5610)	129.1 0.2 (0.0408)	148.6 0.2 (0.2300)	(A)	PB 202H IT =====> 3.62H	PB 202 *	
	211.92 0.07 (0.7650)	240.8 0.1 (1.1200)	335.6 0.1 (0.2300)				
	389.94 0.07 (6.3300)	417.3 0.2 (0.4080)	422.12 0.06 (87.8000)				
	459.72 0.07 (8.8300)	490.47 0.07 (9.3900)	547.6 0.3 (0.1280)	601.95 0.08 (0.6120)	657.49 0.06 (33.2000 9.7)		
	786.99 0.06 (51.0000 8.5)	954.5 0.2 (1.0200)	960.7 0.2 (93.9000)				
PB 203	279.16 0.02 (80.9000)	401.32 0.01 (3.7000)	680.50 0.02 (0.7400)	(A)	PB 203 EC =====> 52.1 H	TL 203	
					(0,2h),		
PB 211	65.5 0.1 (2.0000 6.1)	81.0 0.2 (1.1700)	83.8 0.1 (1.5000)	(R)	PB 211 E- =====> 36.1 H	BI 211 *	
	88.2 0.2 (0.4330)	94.3 0.3 (0.3000)	95.0 0.2 (0.4670)				
	97.3 0.2 (0.3000)	313.8 0.2 (0.8000)	342.7 0.2 (0.9000)				
	404.9 0.1 (100.0000 3.2)	427.0 0.1 (45.0000 4.1)	430. 1. (0.1670)	478.0 0.4 (0.3330)	481.1 0.4 (0.6670)		
	492.0 0.4 (0.3670)	503.3 0.4 (0.4000)	609.5 0.2 (0.6000)	675.0 0.5 (0.1670)	704.5 0.1 (12.6000 5.1)		
	766.4 0.2 (18.5000 5.1)	832.0 0.1 (99.3000 3.2)	865.6 0.3 (0.1670)	1014.7 0.2 (0.4670 8.1)	1080.2 0.1 (0.4000)		
	1090.5 0.5 (0.0667)	1103.4 0.4 (0.1330)	1109.5 0.2 (3.8300 7.1)	1196.6 0.2 (0.3330)	1234.3 0.4 (0.0333)		
	1270.8 0.2 (0.2330)						
BI 198	197.4 0.4 (62.0000)	317.5 0.5 (37.0000)	562.0 0.5 (66.0000)	(R)	BI 198 EC =====> 11.8 H	PB 198	
	1062.9 0.6 (100.0000)						

NUCL IDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
BI 203	60.13 0.05 (1.0400)	126.23 0.05 (4.2700)	186.39 0.05 (11.2000)	(R)	BI 203 ^{EC} =====> PB 203 11.8 H		
	264.1 0.2 (15.5000)	381.1 0.3 (2.2700)	483.0 0.4 (0.4800)				
	544. 1. (0.5330)	558. 1. (0.4000)	568.8 0.3 (3.4700)				
	594.8 0.7 (2.0500)	609.3 0.6 (2.4000)	621. 1. (0.8000)	632.5 0.5 (4.0000)	722.2 0.2 (16.3000)		
	745.2 0.3 (5.8700)	815. 1. (22.1000)	819.9 0.4 (100.0000)	825.2 0.4 (54.4000)	847.0 0.2 (26.7000)		
	866.7 0.4 (5.3300)	858.2 0.4 (55.5000)	933.5 0.4 (6.6700)	1033.3 0.2 (28.0000)	1058.4 0.7 (0.2930)		
	1087.6 0.5 (0.8530)	1119.9 0.5 (2.4000)	1124. 1. (0.6670)	1152.0 0.4 (0.6670)	1171.8 0.6 (2.9300)		
	1197.9 0.4 (7.4700)	1203.8 0.4 (6.6700)	1223.7 0.4 (2.9300)	1245.5 0.5 (1.6000)	1253.6 0.4 (3.7300)		
	1302.4 0.5 (1.7300)	1309.3 0.6 (0.8000)	1335.6 0.6 (1.3300)	1343.6 0.6 (0.8000)	1358.3 0.8 (0.4000)		
	1395.5 0.6 (0.9330)	1408.3 0.4 (5.3300)	1430.7 0.6 (0.6670)	1437.7 0.5 (1.4700)	1465.6 0.8 (2.2700)		
	1506.6 0.3 (11.5000)	1536.3 0.3 (25.1000)	1588. 1. (1.7300)	1592.1 0.4 (4.2700)	1634.2 0.3 (2.0000)		
	1679.6 0.3 (26.9000)	1689.9 0.6 (0.6130)	1719.2 0.5 (12.3000)	1739.4 0.9 (0.5330)	1748.3 0.3 (4.2700)		
	1800.9 0.4 (6.6700)	1817.3 0.3 (0.6670)	1847.3 0.3 (34.9000)	1888.4 0.8 (9.0700)	1893.3 0.5 (24.3000)		
	1928.1 0.5 (4.8000)	1983.1 0.3 (2.5300)	1991.1 0.8 (0.2670)	2000.8 0.4 (2.4000)	2011.1 0.4 (4.8000)		
	2114. 2. (0.2670)	2118. 2. (0.5330)	2144.7 0.8 (0.8800)	2181.4 0.5 (0.6670)	2204.0 0.5 (0.5600)		
	2224.8 0.5 (0.5870)	2332.5 0.4 (1.1700)	2429.2 0.4 (0.9600)	2584. 2. (0.2670)			
BI 204	78.6 0.1 (0.3300)	80.1 0.1 (0.7710)	140.6 0.2 (1.0100)	(R)	BI 204 ^{EC} =====> PB 204 11.2 H		
	169.7 0.3 (0.3130)	175.7 0.2 (1.2100)	212.2 0.3 (0.2250)		(D,2N),		
	215.8 0.2 (1.6900)	219.1 0.2 (2.4800)	221.9 0.2 (0.9240)				
	240.1 0.3 (0.3860)	248.7 0.2 (2.2000)	289.4 0.3 (2.9000)	291.8 0.7 (1.1300)	330.3 0.5 (0.5380)		
	340.5 0.5 (0.2170)	374.4 0.3 (80.4000)	405.7 0.5 (0.2170)	412.4 0.5 (0.3210)	421.3 0.3 (1.1300)		
	439.8 0.3 (3.5800)	446.8 0.4 (0.5380)	468.2 0.3 (0.5300)	501.6 0.5 (0.7470)	522.3 0.3 (0.6830)		
	532.2 0.5 (1.4600)	584.8 0.5 (0.3780)	597.4 0.5 (0.5710)	660.8 0.3 (2.5700)	663.5 0.8 (0.8600)		
	670.5 0.3 (10.5000)	683.4 0.5 (0.3780)	690.6 0.4 (1.0500)	709.5 0.3 (2.1900)	718.2 0.3 (0.9240)		
	724.9 0.3 (0.8680)	736.1 0.4 (0.6750)	753.6 0.3 (1.1400)	764.7 0.4 (0.5380)	769.3 0.6 (0.4180)		
	791.1 0.2 (2.9500)	833.8 0.3 (1.4600)	847.0 0.5 (0.5630)	859.9 0.8 (0.2810)	899.1 0.3 (100.0000)		
	911.9 0.2 (26.2000)	918.3 0.3 (1.1500)	933.5 0.5 (0.2410)	951.1 0.8 (0.3700)	963.9 0.5 (0.5300)		
	972.0 0.5 (0.2570)	984.0 0.2 (57.2000)	1043.5 0.3 (1.2100)	1048. 1. (0.2170)	1064.3 0.2 (0.6750)		
	1101.9 0.5 (0.3700)	1111.2 0.4 (1.3000)	1127. 1. (0.2650)	1133.1 0.6 (0.8200)	1139.5 0.5 (0.5630)		
	1157.9 0.3 (0.4740)	1203.8 0.3 (1.8700)	1211.9 0.3 (2.9100)	1232.4 0.3 (0.3780)	1258.5 0.4 (0.4260)		
	1273.9 0.4 (1.8100)	1327.0 0.5 (0.4900)	1351.3 0.4 (1.8100)	1373.9 0.5 (0.3940)	1381.6 0.6 (0.3130)		
	1414.0 0.5 (0.9640)	1447. 1. (0.2410)	1468.1 0.5 (0.5870)	1517.3 0.6 (0.4340)	1523.8 0.4 (0.9960)		
	1571.7 0.6 (0.4660)	1588.7 0.4 (0.4980)	1606.1 0.8 (0.2810)	1609.8 0.8 (0.2810)	1638.2 0.5 (0.4980)		
	1645.2 0.4 (0.8360)	1652.2 0.6 (1.1600)	1688.6 0.4 (0.5790)	1702.7 0.3 (1.9200)	1731.1 0.3 (0.5710)		
	1754.6 0.3 (1.2400)	1759. 1. (0.3300)	1781. 1. (0.2810)	1817.0 0.3 (0.5710)	1825.9 0.3 (0.4980)		
	1856.5 0.7 (0.3380)	1895.7 0.3 (1.3200)	1925.2 0.3 (0.5950)	1940.7 0.4 (0.7710)	1956.5 0.6 (0.2570)		
	1959. 1. (0.3540)	1964.0 0.7 (0.3700)	2262.7 0.5 (0.2570)	2681. 2. (0.3700)	2687. 2. (0.2250)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT.ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
BI 205	115.2 0.1 (0.2300)	185.3 0.1 (0.2800)	205.8 0.3 (0.1000)	(R)	BI 205	EC =====> 15.31D	PB 205 *
	221.0 0.1 (0.0900)	236.00 0.05 (0.1700)	260.51 0.05 (3.1000)				
	262.82 0.07 (1.1900)	282.3 0.1 (1.1500)	284.1 0.1 (4.8000)				
	310.37 0.07 (0.2700)	313.05 0.09 (0.1800)	349.55 0.05 (1.4800)	354.60 0.06 (0.0800)	361.6 0.1 (0.1800)		
	493.70 0.04 (0.9800)	511.006 0.002 (*****)	511.43 0.07 (3.2400)	549.86 0.03 (8.8800)	570.58 0.04 (13.2000)		
	573.87 0.04 (1.7300)	576.2 0.2 (1.0800)	579.78 0.03 (16.8000)	626.72 0.04 (1.7800)	646.07 0.07 (0.2000)		
	688.6 0.1 (0.6300)	703.40 0.04 (100.0000)	717.4 0.1 (0.7700)	720.8 0.2 (0.3700)	723.7 0.1 (0.5300)		
	729.7 0.2 (0.2600)	744.88 0.08 (2.3300)	759.12 0.06 (3.7300)	761.5 0.1 (2.1700)	772.1 0.3 (0.1100)		
	780.84 0.09 (1.5600)	787.8 0.1 (0.3600)	795.69 0.08 (0.4300)	806.43 0.05 (0.5300)	813.81 0.06 (1.4900)		
	828.2 0.1 (0.9600)	852.8 0.3 (0.2300)	860.1 0.1 (1.4000)	871.9 0.1 (1.3200)	890.09 0.04 (2.0600)		
	894.65 0.04 (2.7000)	901.8 0.2 (0.4200)	910.84 0.05 (5.2500)	931.3 0.7 (0.1800)	950.76 0.08 (1.2800)		
	971.5 0.2 (0.9100)	978.5 0.4 (0.1200)	987.56 0.04 (53.4000)	1001.90 0.05 (1.7900)	1014.22 0.07 (3.1000)		
	1043.66 0.06 (23.9000)	1066.0 0.1 (0.3400)	1072.21 0.09 (1.0000)	1107.5 0.1 (0.3700)	1189.94 0.05 (7.3400)		
	1199.8 0.2 (0.6300)	1208.57 0.09 (1.6500)	1264.4 0.3 (0.8400)	1351.5 0.1 (3.5000)	1500.9 0.6 (0.9500)		
	1522.1 1.1 (0.6400)	1550.8 0.2 (3.3000)	1563.1 0.1 (0.7300)	1577.4 0.3 (0.5100)	1594. 2. (0.3300)		
	1614.34 0.06 (6.4000)	1619.1 0.2 (0.7600)	1764.27 0.08 (93.1000)	1775.80 0.06 (11.1000)	1818.3 0.4 (0.1700)		
	1844.7 0.4 (0.0700)	1861.69 0.05 (17.5000)	1903.35 0.07 (6.7100)	1965.5 0.6 (0.0500)	2565.5 0.8 (0.1000)		
	2606.8 0.4 (0.0700)						
BI 207	569.67 0.02 (97.9000)	897.3 0.3 (0.1570)	1063.62 0.02 (74.4000 5.0)	(A)	BI 207	EC =====> 38. A	PB 207
	1770.22 0.04 (7.3400 5.0)				(D,N),		
BI 212	39.857 0.005 (3.0600 1.0)	144.0 0.2 (0.0280)	164.0 0.6 (0.0130)	(A) PB 212 ==>	BI 212	E- =====> 60.6 H	PD 212 *
	288.08 0.06 (0.9500 3.2)	295.1 0.2 (0.0670)	328.0 0.1 (0.3900 7.7)				
	433.5 0.5 (0.0400)	452.8 0.1 (0.9500 3.0)	473.5 0.2 (0.1400 7.1)				
	727.15 0.04 (18.5000 2.2)	785.40 0.05 (3.1200 3.5)	893.41 0.06 (1.0300 2.9)	952.1 0.1 (0.4900 6.1)	1074.0 0.5 (0.0440)		
	1078.62 0.07 (1.5100 5.3)	1512.8 0.1 (0.8900 6.8)	1620.54 0.06 (4.3000 3.5)	1679.8 0.4 (0.2000)	1806.0 0.4 (0.3300)		
PD 207	99.8 0.2 (0.2150)	149.6 0.2 (0.1490)	156.1 0.1 (*****)	(R)	PD 207	EC =====> 5.7 H	BI 207 *
	158.0 0.1 (0.9250)	177.7 0.1 (0.0299)	205.2 0.2 (*****)				
	214.4 0.1 (0.0597)	222.1 0.1 (2.5400)	222.7 0.2 (*****)				
	224.0 0.2 (0.3280)	249.6 0.1 (2.6900)	288.0 0.3 (0.0746)	297.2 0.1 (1.6700)	307.5 0.1 (1.0800)		
	330.1 0.2 (0.3880)	345.2 0.2 (3.3100)	369.5 0.1 (3.1900)	390.0 0.2 (0.1790)	402.4 0.4 (*****)		
	405.7 0.1 (16.8000)	503.3 0.4 (0.2990)	531.7 0.4 (0.9850)	628.9 0.1 (2.4500)	669.5 0.5 (0.8360)		
	687.6 0.1 (3.3700)	742.6 0.1 (48.4000)	770.7 0.7 (1.0500)	892.3 0.2 (0.0717)	911.8 0.1 (29.9000)		
	947.9 0.1 (1.7900)	992.3 0.1 (100.0000)	1020.0 0.2 (0.2990)	1148.3 0.1 (10.2000)	1211. 1. (0.2090)		
	1317.5 0.1 (0.1490)	1360.4 0.2 (1.0500)	1372.4 0.2 (2.3000)	1377.0 0.5 (0.2650)	1586.1 0.2 (0.1790)		
	1662.5 0.4 (0.6570)	1762.7 0.4 (0.4180)	1846.8 0.2 (0.5670)	2060.0 0.2 (2.3900)			

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS.Y. (U 235)
AT 209	104.2 0.1 (4.2000 9.5)	113.3 0.6 (6.6000)	151.4 0.2 (0.1500)	(R)	AT 209 EC =====> PD 209 * 5.3 H		
	190.8 0.2 (0.5000)	195.1 0.2 (25.9000 3.9)	233.2 0.3 (1.0000)				
	239.0 0.2 (13.5000 3.7)	343.1 0.3 (0.8000)	389.0 0.4 (0.5000)				
	405.8 0.7 (0.8000)	447.8 0.8 (0.2000)	545.1 0.1 (100.0000)	551.3 0.3 (6.5000 7.7)	666.1 0.2 (2.1000)		
	781.9 0.2 (94.0000 1.1)	790.3 0.2 (74.0000 1.4)	854.4 0.5 (0.5000)	863.8 0.4 (1.9000)	903.2 0.2 (9.2000 3.3)		
	911.6 0.3 (1.4000)	985.2 0.4 (0.1000)	1103.3 0.3 (6.5000 9.2)	1147.7 0.3 (3.1000 9.7)	1171.2 0.3 (3.8000 7.9)		
	1175.7 0.3 (2.8000)	1217.4 0.4 (1.5000)	1244.6 0.8 (0.1000)	1262.7 0.3 (3.5000 5.7)	1289.7 0.7 (0.3000)		
	1446.9 0.6 (6.7000)	1491.0 0.8 (0.2500)	1576.8 0.8 (1.6000)	1581.9 0.8 (2.7000)	1622.4 0.6 (0.2500)		
	1688.8 0.8 (0.6000)	1744.5 0.8 (0.2000)	1786.3 0.8 (0.2000)	1804.6 0.8 (0.1000)	2588. 1. (0.0200)		
AT 210	116.2 0.1 (0.6500 9.2)	201.8 0.2 (0.1500)	245.3 0.1 (80.0000 5.0)	(A)	AT 210 EC =====> PD 210 * 8.3 H		
	250.5 0.2 (0.2100)	298.8 0.2 (0.1100)	316.8 0.2 (0.1700 5.9)				
	402.0 0.2 (0.7800 2.6)	498.9 0.2 (0.1500 6.7)	506.8 0.2 (0.6900 2.9)				
	518.3 0.2 (0.1500 6.7)	527.6 0.1 (1.1500 3.5)	584.0 0.2 (0.3400 5.9)	602.5 0.2 (0.1200)	615.3 0.2 (0.3600 5.6)		
	623.0 0.2 (0.4300 4.7)	630.9 0.2 (0.3100 6.4)	639.4 0.2 (0.2600 7.7)	701.0 0.2 (0.4700 4.3)	721.6 0.3 (0.1000)		
	724.7 0.2 (0.2100)	798.6 0.3 (0.0600)	817.2 0.2 (1.7200 2.9)	852.7 0.2 (1.3900 3.6)	869.4 0.2 (0.1300)		
	881. 0.2 (0.2200 9.1)	909.2 0.3 (0.0900)	929.9 0.2 (0.7600 4.0)	955.8 0.1 (1.8100 3.3)	964.9 0.2 (0.1600)		
	976.5 0.2 (0.8100 4.9)	1041.6 0.2 (0.3000)	1045.9 0.3 (0.1600)	1087.2 0.3 (0.2200)	1181.4 0.1 (100.0000 2.5)		
	1201.2 0.2 (0.1600)	1205.4 0.2 (0.8000 3.8)	1289.0 0.2 (0.5200 3.9)	1324.1 0.2 (0.4700 4.3)	1436.7 0.1 (29.2000 4.5)		
	1483.3 0.1 (46.8000 4.3)	1543.5 0.3 (0.0300)	1552.7 0.2 (0.1700 5.9)	1599.5 0.1 (13.5000)	1648.4 0.2 (0.0720)		
	1684.6 0.5 (0.0260)	1955.0 0.2 (0.4100 4.9)	2001.7 0.2 (0.1100 9.1)	2051.9 0.3 (0.0710 4.2)	2226.0 0.3 (0.0460 6.4)		
	2237.9 0.5 (0.0180)	2246.6 0.5 (0.0260)	2254.0 0.2 (1.5300 3.3)	2266.8 0.3 (0.0290)	2272.7 0.3 (0.3500 2.9)		
	2284.5 0.3 (0.0190)	2290.0 0.3 (0.0120)	2306.2 0.3 (0.0370 5.4)	2352.8 0.2 (0.1400 7.1)	2386.8 0.3 (0.0079)		
RA 214M	74.9 0.5 (5.1700)	87.3 0.3 (16.2000)	101.1 0.5 (*****)	(R)			
	180.4 0.2 (6.7100)	256.6 0.2 (100.0000)					
RA 226	53.23 0.02 (2.2000)	186.0 0.1 (3.3000 3.0)	241.92 0.03 (7.4000 8.1)	(A)	RA 226 AL =====> RN 222 * 160.01E		
	258.8 0.1 (6.5600)	274.8 0.1 (0.4800)	295.22 0.04 (18.0000 5.5)				
	351.99 0.06 (35.0000 8.6)	386.8 0.7 (0.3700)	388.9 0.7 (0.4000)				
	405.9 0.4 (0.1500)	455.0 0.3 (0.2900)	462.1 0.2 (0.2100)	470.0 0.3 (0.1300)	480.5 0.2 (0.3400)		
	487.2 0.2 (0.4100)	533.8 0.2 (0.1700)	580.3 0.2 (0.3300)	609.4 0.2 (43.0000 7.0)	665.6 0.2 (1.5000)		
	703.1 0.2 (0.4800)	719.9 0.2 (0.4200)	753.0 0.3 (0.1100)	768.4 0.2 (5.0000)	786.1 0.2 (1.0300)		
	806.2 0.2 (1.2000)	821.2 0.3 (0.1600)	826. 1. (0.1300)	839.1 0.2 (0.5900)	934.1 0.2 (3.1000 9.7)		
	964.2 0.3 (0.3900)	1052.0 0.3 (0.3500)	1070.0 0.3 (0.2700)	1104.0 0.4 (0.1600)	1120.4 0.2 (14.0000 5.7)		
	1133.8 0.3 (0.2500)	1155.3 0.2 (1.7000)	1207.7 0.3 (0.5200)	1238.2 (6.4000 9.4)	1281.1 0.2 (1.6000)		
	1303.8 0.4 (0.1400)	1377.8 0.2 (4.6000 8.7)	1385.4 0.2 (1.0000 7.8)	1401.7 0.3 (1.7000)	1408.0 0.2 (2.8000)		
	1509.5 0.3 (2.2000 9.1)	1538.8 0.3 (0.5300 7.5)	1543.4 0.4 (0.4000)	1583.5 0.3 (0.7700 7.8)	1594.9 0.4 (0.3400 8.8)		
	1599.6 0.4 (0.4000)	1661.5 0.2 (1.2000 6.0)	1684.2 0.3 (0.2600 7.7)	1729.9 0.2 (3.2000 6.3)	1764.7 0.2 (17.0000 4.8)		
	1838.6 0.3 (0.3600 8.3)	1847.7 0.3 (2.2000 9.1)	1873.6 0.3 (0.2300 8.7)	1896.8 0.4 (0.1700)	2118.9 0.3 (1.3000 6.9)		
	2204.5 0.3 (5.4000 9.3)	2293.7 0.3 (6.3500 8.6)	2448.0 0.3 (1.8000 5.1)				

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
AC 228	57.9 0.3 (1.5000)	99.6 0.3 (3.2400)	129.0 0.3 (7.7500)	(R)	AC 228 E- ====> TH 228 * 6.13H		
	141. 1. (0.0900)	146.0 0.5 (0.4900)	154.2 0.3 (2.4600)				
	174. 1. (0.0900)	185. 1. (0.2000)	191.4 0.8 (0.3600)				
	199.7 0.5 (0.8200)	204.5 0.8 (0.3200)	209.5 0.3 (12.9000)	224.0 0.8 (0.2300)	232. 1. (0.1000)		
	257. 1. (0.1000)	263. 1. (0.1600)	270.0 0.3 (13.0000)	279. 1. (0.4400)	282. 1. (0.1700)		
	321.6 0.5 (0.9500)	327.8 0.3 (11.4000)	332.2 0.5 (2.0000)	338.4 0.3 (42.4000)	341. 2. (2.0000)		
	398. 1. (1.0000)	409.3 0.5 (7.3700)	440. 1. (0.4300)	449. 1. (0.1300)	462.8 0.3 (15.9000)		
	478.1 0.8 (1.0300)	503.5 0.8 (0.8400)	509. 1. (2.0000)	520. 1. (0.2500)	523. 1. (0.3500)		
	546.2 0.8 (0.7100)	555. 1. (0.1400)	562.2 0.5 (3.1000)	571.1 0.8 (0.9400)	615.8 0.8 (0.1700)		
	620.3 0.8 (0.2000)	629. 1. (0.1500)	640. 1. (0.2000)	651.3 0.8 (0.3600)	661. 1. (0.1700)		
	667. 1. (0.1700)	675. 1. (0.3000)	677. 1. (0.2500)	688. 1. (0.2000)	701.3 0.8 (0.6900)		
	707. 1. (0.4100)	726.8 0.8 (2.6000)	755. 5. (3.6500)	772.0 0.5 (5.3200)	781.8 0.5 (1.7500)		
	794.8 0.3 (16.3000)	820.2 0.5 (2.1000)	825. 1. (0.1000)	835.5 0.5 (6.0000)	840.2 0.5 (2.9200)		
	870. 1. (0.1600)	874. 1. (0.3100)	887. 1. (0.1100)	904.1 0.5 (3.2800)	911.1 0.3 (100.0000)		
	944.0 0.8 (0.3200)	948.0 0.8 (0.3200)	958.5 0.5 (1.2800)	964.6 0.5 (19.9000)	968.9 0.5 (59.9000)		
	976. 1. (0.2000)	988.0 0.5 (0.6000)	1016. 1. (0.1400)	1020. 1. (0.1400)	1033.2 0.5 (0.7900)		
	1040.2 0.8 (0.3100)	1054. 1. (0.1000)	1065.1 0.5 (0.5300)	1095.7 0.5 (0.4100)	1110.6 0.5 (1.1300)		
	1118. 1. (0.1500)	1153.6 0.8 (0.5400)	1164.8 0.8 (0.2500)	1217. 1. (0.1000)	1247.0 0.5 (2.3600)		
	1287.4 0.5 (0.4900)	1315. 1. (0.1000)	1358. 1. (0.1100)	1431. 1. (0.2000)	1459.2 0.5 (4.0300)		
	1496.0 0.5 (4.6800)	1501.4 0.5 (2.4700)	1528.8 0.8 (0.3000)	1537.7 0.8 (0.1500)	1548.6 0.8 (0.1800)		
	1557.0 0.5 (0.8300)						
TH 233	86.66 0.08 (9.0900)	88.1 0.1 (0.9090)	94.7 0.1 (5.4600)	(A)	TH 233 E- ====> PA 233 * 22.1 H	5.19E+00	
	117.55 0.07 (0.0496)	131.2 0.1 (0.1650)	143.32 0.06 (0.0661)		(N ₂ G),		
	151.4 0.1 (0.0331)	153.50 0.07 (0.2070)	162.66 0.09 (0.9670)				
	169.36 0.09 (1.5700)	171.2 0.3 (0.0331)	179.10 0.07 (0.1820)	186.80 0.07 (0.0785)	190.6 0.1 (0.5460)		
	195.00 0.05 (0.6030)	201.7 0.1 (0.1080)	210.68 0.08 (0.1900)	216.90 0.09 (0.1900)	226.30 0.07 (0.0827)		
	257.38 0.09 (0.3060)	285.3 0.2 (0.0827)	347.6 0.3 (0.0331)	359.90 0.07 (0.4220)	377.3 0.2 (0.1080)		
	431.9 0.2 (0.1570)	440.9 0.2 (0.9090)	447.6 0.2 (0.4880)	459.20 0.07 (4.5500)	467.8 0.2 (0.0785)		
	490.7 0.2 (0.4880)	498.8 0.2 (0.6610)	526.6 0.2 (0.2150)	552.3 0.2 (0.1570)	562.6 0.2 (0.3060)		
	573.5 0.2 (0.1490)	595.3 0.2 (0.4220)	599.3 0.2 (0.1410)	609.9 0.2 (0.2650)	642.8 0.2 (0.0992)		
	669.74 0.05 (2.1500)	677.8 0.2 (0.2810)	707.8 0.4 (0.0240)	716.7 0.2 (0.1820)	724.8 0.2 (0.2730)		
	740.9 0.2 (0.1820)	757.6 0.2 (0.1410)	764.3 0.2 (0.3640)	783.5 0.2 (0.0306)	805.3 0.2 (0.1160)		
	811.0 0.1 (0.0240)	816.1 0.2 (0.1160)	880.6 0.2 (0.0496)	889.9 0.2 (0.3640)	979.0 0.1 (0.0306)		

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS-V. (U 235)
PA 230	51.74 0.03 (0.0073)	53.20 0.02 (0.0873)	93.94 0.05 (*****)	(A)	PA 230 ^{EC} ====> U 230 * 17.5 0		
	98.40 0.05 (*****)	104.81 0.05 (*****)	105.55 0.05 (*****)		(D,2N),		
	108.46 0.05 (*****)	111.01 0.05 (*****)	120.9 0.2 (0.1390)				
	228.3 0.4 (0.0071)	230.4 0.5 (*****)	235.9 0.5 (*****)	242.1 0.1 (*****)	253.9 0.2 (0.0062)		
	266.0 0.5 (*****)	274.3 0.1 (0.0356)	293.8 0.2 (0.0285)	298.3 0.5 (*****)	299.9 0.1 (*****)		
	311.83 0.05 (*****)	316.9 0.1 (0.0499)	324.22 0.05 (*****)	332.3 0.1 (0.0267)	340.35 0.05 (*****)		
	366.6 0.1 (0.0285)	369.5 0.5 (*****)	375.8 0.2 (0.0098)	380.22 0.05 (0.0890)	398.0 0.1 (0.6590)		
	400.1 0.1 (0.2080)	401.0 0.8 (0.0098)	415.8 0.2 (*****)	441. 1. (0.0463)	443.8 0.1 (1.7800)		
	454.95 0.05 (*****)	463.63 0.05 (0.2830)	503. 1. (0.0214)	508.20 0.04 (1.1600)	518.55 0.05 (0.6550)		
	556.12 0.07 (0.0677)	571.07 0.05 (0.3630)	581.8 0.2 (0.0374)	607.7 0.2 (0.0232)	619.70 0.05 (0.0659)		
	624.5 0.2 (0.0148)	634.9 0.2 (*****)	651.7 0.5 (*****)	677.5 0.2 (0.0089)	728.18 0.05 (0.5610)		
	772.6 0.2 (0.0249)	781.31 0.05 (0.4540)	836.1 0.1 (0.0214)	898.69 0.04 (1.8000)	918.52 0.05 (2.5800)		
	951.98 0.04 (4.6600)	954. 1. (0.0534)	956.2 0.5 (0.5520)	959.6 0.2 (0.2320)	970. 1. (0.0044)		
	999.4 0.1 (0.0039)	1009.68 0.05 (0.3420)	1026.09 0.09 (0.4520)	1074.66 0.05 (0.2260)			
PA 232	47.65 0.05 (0.2200)	80.3 0.1 (0.1900)	105.47 0.05 (1.9000)	(A)	PA 232 ^{E-} ====> U 232 * 1.41E+02 1.310		
	108.96 0.05 (3.2000)	139.6 0.1 (0.6200)	150.1 0.1 (11.2000)		(N,G),(D,2N), (P,N),		
	184.0 0.3 (2.3000)	387.8 0.2 (7.9000 7.6)	421.9 0.2 (2.9000 6.9)				
	453.7 0.3 (9.1000 4.4)	472.4 0.2 (4.5000 4.4)	515.6 0.3 (6.9000 6.9)	563.1 0.2 (3.5000 5.7)	581.6 0.2 (5.8000 6.9)		
	675. 1. (0.0800)	686. 1. (0.0800)	690.8 1.0 (0.1200)	709.8 0.4 (0.2400 8.3)	754.5 0.4 (0.5000 8.0)		
	819.2 0.2 (7.5000 5.3)	866.4 0.2 (7.5000 5.3)	894.3 0.1 (20.0000 4.)	922.7 0.7 (0.0400)	969.3 0.1 (41.6000 2.9)		
	1003.3 0.3 (0.1600 6.3)	1016.4 0.4 (0.0200)	1051. 1. (0.0200)	1054.5 0.3 (0.0700 5.6)	1085.4 0.3 (0.0200)		
	1125.1 0.2 (0.2100 4.8)	1132.7 0.7 (0.0100)	1164.5 0.5 (0.0200)				
PA 233	75.29 0.01 (0.8000)	86.7 0.2 (1.7000)	103.88 0.09 (0.7000)	(A) TH 233 ==>	PA 233 ^{E-} ====> U 233 27.4 0		
	271.4 0.4 (0.2900)	300.2 0.3 (6.3000)	311.8 0.2 (34.0000)		(D,N),		
	340.3 0.2 (3.9000)	375.2 0.2 (0.5600)	398.2 0.2 (1.1000)				
	415.6 0.2 (1.5000)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
PA 234 ^m	185.5 0.5 (0.1000)	240.9 0.7 (0.2330)	257.9 0.2 (8.0000 6.3)	(R)	PA 234H ^{E- =====} U 234 1.18H		
	337.9 0.3 (0.2170)	387.6 0.3 (0.1670)	451.2 0.5 (0.4170 8.0)				
	453.6 0.6 (0.2170)	468.1 0.4 (0.4000 8.3)	473. 1. (0.0833)				
	475.5 0.5 (0.3500)	544.1 0.4 (0.3000)	691.0 0.3 (0.7330 9.1)	701.6 0.4 (0.7830)	706.3 0.4 (0.2500 6.7)		
	740.1 0.5 (1.2700 6.6)	743.0 0.3 (9.5000 5.3)	760. 1. (0.2000)	766.6 0.2 (34.3000 4.9)	782.3 0.5 (1.0200 6.6)		
	786.4 0.4 (5.7500 4.9)	806.0 0.6 (0.5500 9.1)	808.6 0.8 (0.5170 9.7)	851.9 0.6 (0.7000 9.5)	880.9 0.6 (1.5800 5.3)		
	887.5 0.6 (0.9000 3.7)	922.3 0.5 (1.2300 6.8)	936. 1. (0.1670)	942. 1. (0.2000)	946.3 0.5 (0.6670)		
	1001.2 0.3 (100.0000)	1042.3 0.9 (0.1170)	1061.9 0.6 (0.2000 8.3)	1085.7 0.8 (0.0500)	1120.6 0.5 (0.5170 6.5)		
	1125.7 0.5 (0.4830 6.9)	1194.1 0.5 (1.5300 2.2)	1237.4 0.6 (0.7000 4.8)	1393. 1. (0.2500)	1414. 1. (0.3000)		
	1434.3 0.8 (0.8170 6.1)	1510.5 0.7 (1.3500 6.2)	1527. 1. (0.2330)	1550. 1. (0.1330)	1554.1 0.7 (0.9000 5.6)		
	1558. 1. (0.0667)	1571. 1. (0.1170)	1593.7 0.6 (0.5330 9.4)	1602. 1. (0.0500)	1738.2 0.6 (2.0000 8.3)		
	1759. 1. (0.1170)	1764.1 0.6 (1.1500)	1796. 1. (0.0500)	1809.0 0.8 (0.3000)	1820. 1. (0.0667)		
	1831.5 0.8 (1.8300 9.1)	1864. 1. (0.1330)	1868.2 0.8 (0.8670 5.8)	1875.5 0.9 (0.9670)	1894. 1. (0.1670)		
	1911.8 0.9 (0.5500 6.1)	1938. 1. (0.2500 6.7)	1970. 1. (0.0333)	2020. 1. (0.0333)			
U 237	59.8 0.2 (36.0000)	164.6 0.2 (2.0000)	208.0 0.2 (28.0000)	(A)	U 237 ^{E- =====} NP 237 * 6.75D (N,G),(N,2N),		
	267.6 0.2 (0.7600)	332.4 0.2 (1.3000)	370. (0.0500)				
U 239	43.5 (1.2000)	74.7 (62.0000)	278. (0.0520)	(A)	U 239 ^{E- =====} NP 239 * 1.85E+00 23.5 H (N,G),		
	334. (0.0125)	345. (0.0075)	373. (0.0310)				
	377. (0.0170)	381. (0.0140)	421. (0.0082)				
	447. (0.0082)	449. (0.0082)	486. (0.0680)	492. (0.0160)	576. (0.0100)		
	588. (0.0225)	604. (0.0079)	631. (0.0510)	644. (0.0120)	662. (0.2030)		
	692. (0.0130)	723. (0.0330)	731. (0.0130)	749. (0.1270)	754. (0.0120)		
	775. (0.0170)	792. (0.0100)	814. (0.1100)	820. (0.1500)	845. (0.2200)		
	875. (0.0070)	884. (0.0100)	890. (0.0300)	915. (0.0040)	919. (0.0100)		
	934. (0.0600)	965. (0.1700)	994. (0.0050)				
NP 238	43.8 (0.0500)	173.8 0.1 (0.0200)	301.3 0.3 (0.0150)	(A)	NP 238 ^{E- =====} PU 238 * 1.17E+00 50.8 H (N,G),(D,2N), (P,N),		
	323.9 0.3 (0.0150)	357.35 0.04 (0.0500)	380.3 0.3 (0.0150)				
	420.95 0.07 (0.0300)	515.3 0.2 (0.0500)	560.83 0.07 (0.1000)				
	604.90 0.06 (0.0800)	617.21 0.06 (0.1000)	833.3 0.2 (0.9000)	882.37 0.06 (0.8000)	918.15 0.06 (0.5300)		
	923.7 0.2 (2.5000)	936.2 0.1 (0.3400)	941.09 0.08 (0.5000)	962.47 0.07 (0.6500)	984.3 0.3 (25.0000)		
	1025.9 0.4 (9.2000)	1027.4 0.3 (17.0000)	1029.7 0.3 (1.9000)				
NP 239	62. (*****)	106.1 0.2 (23.0000)	181.7 (0.0600)	(A) U 239 ==>	NP 239 ^{E- =====} PU 239 * 2.35D		
	209.8 (4.0000)	228.2 0.2 (12.7000)	254. (0.1200)				
	277.5 (14.0000)	285. (0.6300)	315.7 0.2 (1.5000)				
	334.1 0.2 (2.0000)						

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
PU 246	27.58 0.02 (14.0000)	43.81 0.02 (100.0000)	66.60 0.02 (1.0000)	(R)	PU 246 E- =====> AM 246 * 10.9 D		
	75.64 0.02 (0.7200)	149.42 0.03 (0.2300)	158.42 0.03 (0.1400)				
	179.94 0.02 (39.0000)	189.0 0.04 (0.1900)	216.55 0.04 (0.4500)				
	223.75 0.02 (94.0000)	232.75 0.03 (0.3200)	255.54 0.03 (0.9200)	299.34 0.06 (0.1200)			
AM 238	301.4 0.2 (2.0000)	357.7 0.1 (8.1000)	515.6 0.2 (1.7000)	(R)	AM 238 EC =====> PU 238 * 1.9 H		
	561.1 0.1 (39.0000)	605.2 0.1 (27.0000)	617.5 0.2 (2.7000)				
	679.8 0.5 (1.0000)	822.1 0.4 (1.0000)	897.4 0.5 (2.0000)				
	918.7 0.1 (1.0000)	941.4 0.2 (7.3000)	962.7 0.1 (100.0000)	1219.7 0.5 (0.5000)	1237.2 0.5 (0.5000)		
	1266.3 0.1 (6.2000)	1293.3 0.4 (1.3000)	1403.4 0.4 (2.4000)	1447.4 0.2 (2.0000)	1577.5 0.2 (11.0000)		
	1592.7 1.0 (2.5000)	1636.6 0.1 (4.5000)	1682.5 0.1 (2.0000)	1726.6 0.5 (1.0000)			
AM 239	181.2 (6.9000)	209.7 (24.0000)	226.1 (22.0000)	(R)	AM 239 EC =====> PU 239 12.1 H (P,N), (D,2N),		
	228.1 (86.0000)	254.6 (0.5000)	277.6 (100.0000)				
	285.4 (5.7000)	454.2 (0.1000)	503.7 (0.1000)				
AM 241	11.9 0.1 (0.8000)	13.9 0.1 (13.5000 2.4)	17.8 0.1 (18.4000 2.2)	(A)	AM 241 AL =====> NP 237 * 432.9 A		
	20.8 0.1 (5.0000)	26.345 0.001 (2.5000 8.0)	59.537 0.001 (35.9000 1.7)				
AM 243	43.531 (5.5000 5.5)	74.673 (66.0000 4.5)	99.536 (14.5000 4.1)	(A)	AM 243 AL =====> NP 239 * 795.01E		
	103.75 (22.2000 3.6)	106.14 (27.8000 3.2)	117.1 (8.9000 4.5)				
	120.6 (2.7700 3.6)	181.71 (0.0750)	209.76 (3.4200 2.9)				
	228.2 (11.4000 2.6)	254.41 (0.1100 9.1)	272.87 (0.0800)	277.62 (14.2000 2.8)	285.47 (76.0000)		
	315.91 (1.5200 3.3)	334.33 (1.9500 3.6)					
AM 244	99.3 0.2 (5.3000)	153.7 0.2 (17.9000)	205.4 0.2 (3.3000)	(A)	AM 244 E- =====> CM 244 * 10.1 H (N,G),		
	744.1 0.2 (66.2000)	818.1 0.2 (27.1000)					

NUCLIDE	ENERGY (KEV) INTENSITY			ABS/REL	DECAY CHAIN	SAT. ACTIVITY (CI/G)	FISS. Y. (U 235)
AM 246M	138.5 0.1 (0.0500)	170.96 0.03 (0.4800)	237.19 0.04 (0.5200)	(R)	AM 246M	E- =====> 25.0 M	CH 246
	238.61 0.03 (0.5300)	244.02 0.02 (2.5000 6.9)	246.09 0.02 (3.5000 5.7)				
	251.3 0.1 (0.0900)	261.67 0.03 (0.5600)	263.2 0.1 (0.1200)				
	270.05 0.02 (3.7000 4.9)	287.76 0.03 (0.4500)	321.1 0.1 (0.0610)	344.0 0.1 (0.0740)	347.2 0.1 (0.1000)		
	360.4 0.1 (0.2200)	401.70 0.03 (0.9500)	421.2 0.1 (0.0800)	465.8 0.2 (0.0900)	472.3 0.1 (0.1300)		
	477.0 0.2 (0.0700)	488.9 0.1 (0.3400)	493.5 0.1 (0.4300)	543.0 0.1 (0.1000)	565.9 0.1 (0.1400)		
	649.55 0.04 (1.3000 6.0)	678.0 0.2 (0.1700)	684.34 0.04 (2.2000 6.5)	698.3 0.1 (0.4200)	717.2 0.1 (0.9300)		
	724.8 0.1 (0.8600)	734.46 0.04 (4.7000 4.3)	745.2 0.1 (0.9000)	752.05 0.04 (3.2000 6.3)	759.60 0.04 (2.4000 7.0)		
	779.7 0.1 (0.2700)	781.24 0.04 (0.6800)	798.83 0.04 (100.0000 5.0)	833.62 0.04 (7.3000 5.5)	939.1 0.1 (0.3000)		
	986.06 0.04 (3.9000 4.9)	1023.5 0.4 (0.1100)	1036.03 0.04 (52.0000 5.8)	1062.07 0.04 (69.0000 5.8)	1078.90 0.04 (110.0000 5.3)		
	1085.1 0.1 (6.2000)	1113.2 0.1 (0.0210)	1122.9 0.1 (0.4500)	1124.4 0.1 (0.9300)	1158.4 0.2 (0.0800)		
	1176.5 0.9 (0.0270)	1206.96 0.05 (0.6600)	1249.8 0.1 (0.6400)	1257.6 0.1 (0.1700)	1274.7 0.1 (1.2000 6.1)		
	1306.0 0.1 (0.0500)	1324.0 0.1 (0.1600)	1348.9 0.1 (0.6300)	1383.9 0.2 (0.0330)	1409.3 0.1 (0.1500)		
	1435.6 0.1 (0.1100)	1452.0 0.1 (0.2000)	1479.6 0.2 (1.0000 5.9)	1529.7 0.5 (0.6700)	1551.1 0.1 (1.6000 5.0)		
	1561.4 0.1 (0.5000)	1590.9 0.1 (2.3000 4.9)	1604.3 0.1 (0.4500)	1619.0 0.1 (0.5700)	1628.4 0.2 (0.2400)		
	1638.1 0.1 (0.6900)	1661.8 0.1 (1.0000)	1669.8 0.1 (0.0700)	1738.2 0.1 (0.4900)	1802.1 0.1 (0.0410)		
	1827.8 0.1 (0.0830)	1837.2 0.3 (0.0160)	1867.2 0.2 (0.0270)	1881.8 0.2 (0.0300)	1887.3 0.2 (0.0540)		
	1924.7 0.2 (0.0310)						
AM 246	99.2 0.2 (9.0000)	127.4 0.5 (6.0000)	153.5 0.5 (48.0000)	(R)	AM 246	E- =====> 40. M	CH 246 *
	205. 1.0 (68.0000)	629. 1.0 (5.0000)	679. 1.0 (100.0000)				
	686. 2.0 (4.0000)	756. 1.0 (25.0000)	781. 1.0 (7.5000)				
	834. 1.0 (10.0000)	839. 2.0 (4.0000)					
CH 243	57.26 (0.1400 7.1)	99.536 (13.5000 3.7)	103.750 (20.8000 3.8)	(A)	CH 243	AL =====> 32. A	PU 239 *
	117.1 (7.6000 3.9)	120.6 (2.6000 3.8)	209.76 (3.3000 3.0)				
	228.2 (10.6000 2.8)	254.41 (0.1100 9.1)	272.87 (0.0800)				
	277.62 (14.0000 2.9)	285.47 (0.7300 2.7)	311.7 (0.0170)	315.91 (0.0180)	322.3 (0.0070)		
	337.33 (0.0240)						
CF 249	54.8 0.1 (0.1970 4.6)	92.5 0.1 (0.3400 2.9)	104.6 0.1 (2.4000 3.4)	(A)	CF 249	AL =====> 360. A	CH 245 *
	109.3 0.1 (3.7000 3.2)	123.4 0.2 (1.4000 4.3)	127.1 0.2 (0.4900 6.1)				
	240.8 0.2 (0.2200 9.1)	252.7 0.1 (2.6000 3.1)	266.6 0.1 (0.7200 4.2)				
	295.7 0.2 (0.1400 6.3)	321.3 0.2 (0.0620 9.7)	333.3 0.1 (15.0000 3.4)	388.1 0.1 (66.0000 3.0)			

Tabelle 2:

**Durch geladene Teilchen erzeugte Nuklide
geordnet nach Energien**

Einteilung der Tabelle 2

2.	1.					2.			5.	6.	7.
<u>166.30</u>	<u>AU 189</u>	713.40	813.10	348.10	447.80	<u>166.30</u> *	528.70	441.70	<u>HI 29.70M</u>	<u>NU:24</u>	<u>DI:PT 189 *</u>
<u>41.30</u>	-----	100.00	58.30	55.90	54.40	<u>41.30</u>	41.10	34.40	<u>NI:*****</u>		
3.						3.			8.		

1. Name des Nuklides
2. Energie in keV
3. Relative Intensität der Linie
4. Weitere Energien des Nuklides nach fallenden Intensitäten geordnet. Die unter 2. angegebene Linie ist durch einen Pfeil hervorgehoben. Aus Platzgründen konnten nur die 7 intensivsten Linien berücksichtigt werden. Unter 6. ist die Zahl der in Tabelle 1 enthaltenen Linien angegeben.
5. Halbwertszeit
6. Zahl der in Tabelle 1 angegebenen Linien
7. Zerfallsprodukt
Ist das Zerfallsprodukt selbst radioaktiv, so wurde es durch ein Sternchen gekennzeichnet.
8. Normierungsfaktor zur Umrechnung der relativen Intensitäten aus absolute Intensitäten. Ist die absolute Intensität unbekannt, so werden statt dessen Sternchen ausgedruckt.

Layout of table II

2. 166.30 41.30	1. AU 189 -----	713.40	813.10	348.10	447.80	2. 166.30<*	528.70	441.70	5. H: 29.70M	6. NU:24	7. D:PT 189 *
3.		100.00	58.30	55.90	54.40	41.30	41.10	34.40	8.		

1. Name of the nuclide

2. Energy in keV

3. Relative intensity

4. Associated energies of the nuclide ordered according to decreasing intensities. The line given under 2. is marked by an arrow. For reason of limited space only the 7 most intensive lines are listed (refer 6.).

5. Half-line

6. Number of lines given in table I.

7. Decay product

Radioactive decay products are marked by an asterisk.

8. Normalizing factor for converting relative to absolute intensity. If the absolute intensity is unknown, asterisks are printed.

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE 1	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
11.90 2.23	AM 241 -----	59.54 100.00	17.80 51.25	13.90 37.60	20.80 13.93	26.34 6.96	11.90<= 2.23		H: 432.90A N: 0.35900	NU: 6	D: NP 237 *
13.90 37.60	AM 241 -----	59.54 100.00	17.80 51.25	13.90<= 37.60	20.80 13.93	26.34 6.96	11.90 2.23		H: 432.90A N: 0.35900	NU: 6	D: NP 237 *
14.41 11.18	CO 57 -----	122.06 100.00	136.47 13.41	14.41<= 11.18	692.10 0.18	570.10 0.02	706.60 0.01	339.70 0.00	H: 271.60D N: 0.85000	NU: 10	D: FE 57
17.80 51.25	AM 241 -----	59.54 100.00	17.80<= 51.25	13.90 37.60	20.80 13.93	26.34 6.96	11.90 2.23		H: 432.90A N: 0.35900	NU: 6	D: NP 237 *
20.80 13.93	AM 241 -----	59.54 100.00	17.80 51.25	13.90 37.60	20.80<= 13.93	26.34 6.96	11.90 2.23		H: 432.90A N: 0.35900	NU: 6	D: NP 237 *
21.54 46.20	GD 151 -----	153.57 100.00	243.22 89.90	174.65 48.30	21.54<= 46.20	307.43 16.50	239.00 2.31	353.51 2.04	H: 120.00D N: *****	NU: 19	D: EU 151
24.40 20.30	PD 101 -----	296.25 100.00	590.36 62.00	269.66 30.90	24.40<= 20.30	565.77 18.00	723.76 12.00	1289.03 12.00	H: 8.30H N: *****	NU: 48	D: RH 101H*
26.34 6.96	AM 241 -----	59.54 100.00	17.80 51.25	13.90 37.60	20.80 13.93	26.34<= 6.96	11.90 2.23		H: 432.90A N: 0.35900	NU: 6	D: NP 237 *
27.58 14.00	PU 246 -----	43.81 100.00	223.75 94.00	179.94 39.00	27.58<= 14.00	66.60 1.00	255.54 0.92	75.64 0.72	H: 10.90D N: *****	NU: 13	D: AM 246 *
30.64 100.00	HG 28 -----	30.64<= 100.00	1342.00 72.63	399.80 32.63	941.50 29.47				H: 21.10H N: 0.95000	NU: 4	D: AL 28 *
30.94 6.46	AU 195 -----	98.84 100.00	129.78 7.26	30.94<= 6.46	211.10 0.18	199.80 0.10			H: 183.00D N: 0.11300	NU: 5	D: PT 195
36.20 11.20	IR 189 -----	245.00 100.00	69.50 59.00	59.10 21.00	36.20<= 11.20	275.80 9.00	219.40 8.80	216.70 8.60	H: 13.30D N: *****	NU: 25	D: OS 189
39.75 100.00	PD 103 -----	39.75<= 100.00	357.20 80.46	497.00 18.27	294.90 13.83	62.40 4.85	317.40 0.08	443.90 0.04	H: 18.40D N: 0.00079	NU: 8	D: RH 103
39.86 16.54	BI 212 -----	727.15 100.00	1620.54 23.24	785.40 16.86	39.86<= 16.54	1078.62 8.16	893.41 5.57	452.80 5.35	H: 60.60H N: 0.18500	NU: 19	D: PO 212 *
40.80 3.40	CU 58 -----	511.01 100.00	1454.10 7.75	1448.00 5.55	40.80<= 3.40	1321.40 0.55	1488.30 0.52	167.10 0.48	H: 3.20S N: 2.00000	NU: 25	D: NI 58
40.87 100.00	ZN 62 -----	40.87<= 100.00	548.29 62.22	243.41 10.31	393.84 9.24	247.02 8.27	260.41 5.96	636.90 3.31	H: 9.75H N: 0.22500	NU: 9	D: NI 62
41.00 18.00	SB 118H -----	1229.50 100.00	1050.80 98.00	253.90 93.00	511.01 32.00	41.00<= 18.00	1091.80 2.40	984.00 1.50	H: 5.10H N: 0.01000	NU: 8	D: SN 118
42.80 5.41	GE 64 -----	427.00 100.00	667.10 45.95	128.20 29.73	774.50 18.92	384.10 13.51	85.70 5.41	42.80<= 5.41	H: 63.00S N: 0.37000	NU: 7	D: GA 64
43.81 100.00	PU 246 -----	43.81<= 100.00	223.75 94.00	179.94 39.00	27.58 14.00	66.60 1.00	255.54 0.92	75.64 0.72	H: 10.90D N: *****	NU: 13	D: AM 246 *
44.66 100.00	YB 162 -----	44.66<= 100.00	163.47 15.65	118.77 13.82					H: 18.90H N: 0.02620	NU: 3	D: TP 162 *
45.50 50.00	KR 76 -----	315.70 100.00	270.20 54.47	45.50<= 50.00	406.50 30.73	451.90 25.14	252.00 16.20	355.30 12.60	H: 14.80H N: 0.35800	NU: 52	D: BR 76 *
53.21 3.54	BA 133 -----	356.03 100.00	81.00 57.53	302.84 29.81	383.84 14.33	276.40 11.65	79.65 4.58	53.21<= 3.54	H: 10.35A N: 0.62400	NU: 9	D: CS 133
53.80 2.73	GA 65 -----	511.01 100.00	115.10 30.60	61.10 6.56	153.00 4.97	751.80 4.54	53.80<= 2.73	206.90 1.42	H: 15.20H N: 1.83000	NU: 74	D: ZN 65 *
55.50 18.00	OS 182 -----	509.90 100.00	180.20 68.00	55.50<= 18.00	263.20 13.50	130.80 6.50	274.30 3.40	241.40 1.90	H: 21.00H N: *****	NU: 13	D: RE 182 *
56.70 100.00	HG 195H -----	56.70<= 100.00	261.75 98.40	560.24 16.30	387.93 4.88	200.35 2.06	1241.00 1.48	525.80 1.15	H: 40.00H N: *****	NU: 37	D: HG 195 *
56.70 2.57	HG 195 -----	61.43 100.00	779.78 8.42	180.23 5.22	585.11 2.58	207.07 2.58	56.70<= 2.57	261.75 2.52	H: 9.50H N: *****	NU: 13	D: AU 195 *
56.80 100.00	IR 192H -----	56.80<= 100.00							H: 1.40H N: 0.00005	NU: 1	D: IR 192 *
58.20 100.00	DY 159 -----	58.20<= 100.00	348.00 0.02	80.00 0.00	290.00 0.00				H: 144.00D N: 0.04000	NU: 4	D: TB 159
59.10 21.00	IR 189 -----	245.00 100.00	69.50 59.00	59.10<= 21.00	36.20 11.20	275.80 9.00	219.40 8.80	216.70 8.60	H: 13.30D N: *****	NU: 25	D: OS 189
59.54 100.00	AM 241 -----	59.54<= 100.00	17.80 51.25	13.90 37.60	20.80 13.93	26.34 6.96	11.90 2.23		H: 432.90A N: 0.35900	NU: 6	D: NP 237 *
59.67 5.09	ER 172 -----	610.00 100.00	407.30 97.69	68.05 7.92	445.90 7.06	127.68 7.06	383.50 5.53	59.67<= 5.09	H: 49.00H N: 0.43200	NU: 14	D: TH 172 *

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								HALF LIFE NUMBER OF	DAUGHTER ENERGIES IN	NORMAL FACTOR TABLE I
60.04 5.00	TB 155 -----	86.60 100.00	105.36 72.50	162.30 23.50	180.10 22.00	263.20 14.20	148.60 7.20	60.04<= 5.00	H: 5.32D N: *****	NU:16	D:GD 155	
60.10 100.00	IN 121H -----	60.10<= 100.00	1041.20 5.50	1102.20 4.50	321.00 2.50	1120.40 2.50	908.90 1.63	2803.80 0.55	H: 3.76H N: *****	NU:11	D:SN 121 *	
61.10 6.56	GA 65 -----	511.01 100.00	115.10 30.60	61.10<= 6.56	153.00 4.97	751.80 4.54	53.80 2.73	206.90 1.42	H: 15.20H N: 1.83000	NU:74	D:ZN 65 *	
61.43 100.00	HG 195 -----	61.43<= 100.00	779.78 8.42	180.23 5.22	585.11 2.58	207.07 2.58	56.70 2.57	261.75 2.52	H: 9.50H N: *****	NU:33	D:AU 195 *	
61.50 10.26	ZN 60 -----	511.01 100.00	670.20 25.85	61.50<= 10.26	273.40 4.51	334.40 3.76	364.60 1.36	572.40 1.06	H: 2.33H N: 1.95000	NU: 8	D:CU 60 *	
61.80 1.80	XE 122 -----	564.00 100.00	350.10 44.00	148.70 16.00	416.90 11.00	90.60 2.80	288.60 2.20	61.80<= 1.80	H: 20.10H N: *****	NU:15	D:J 122 *	
62.30 13.83	CR 49 -----	511.01 100.00	90.70 13.83	62.30<= 13.83	152.80 0.64				H: 41.70H N: 1.88000	NU: 4	D:V 49 *	
62.40 4.85	PD 103 -----	39.75 100.00	357.20 80.46	497.00 18.27	294.90 13.83	62.40<= 4.85	317.40 0.08	443.90 0.04	H: 18.40D N: 0.00079	NU: 8	D:RH 103	
63.58 69.60	YB 163 -----	860.26 100.00	63.58<= 69.60	123.21 19.90	326.05 17.20	1746.70 17.20	130.86 17.00	1908.10 15.30	H: 10.96H N: *****	NU:58	D:TM 163 *	
63.98 25.53	AG 105 -----	344.52 100.00	280.44 72.34	443.37 27.90	644.55 27.66	63.98<= 25.53	331.51 10.73	319.16 10.64	H: 40.00D N: 0.42300	NU:34	D:PD 105	
65.20 16.00	GE 66 -----	511.01 100.00	381.85 65.00	108.85 27.00	272.97 25.00	338.05 19.00	470.62 18.00	65.20<= 16.00	H: 2.40H N: *****	NU:89	D:GA 66 *	
65.50 2.00	PB 211 -----	404.90 100.00	832.00 99.30	427.00 45.00	766.40 18.50	704.50 12.60	1109.50 3.83	65.50<= 2.00	H: 36.10H N: *****	NU:30	D:BI 211 *	
66.00 0.50	TE 121 -----	572.90 100.00	507.50 22.50	470.00 1.75	66.00<= 0.50				H: 17.00D N: 0.80000	NU: 4	D:SB 121	
66.60 100.00	RB 77 -----	66.60<= 100.00	178.90 38.00	393.50 13.00	150.10 7.50	254.30 3.10	244.40 2.50		H: 3.90H N: *****	NU: 6	D:KR 77 *	
66.60 1.00	PU 246 -----	43.81 100.00	223.75 94.00	179.94 39.00	27.58 14.00	66.60<= 1.00	255.54 0.92	75.64 0.72	H: 10.90D N: *****	NU:13	D:AH 246 *	
66.70 7.20	CD 104 -----	83.50 100.00	709.20 24.50	559.00 8.00	66.70<= 7.20	625.60 2.70	123.70 0.55	150.20 0.17	H: 57.00H N: *****	NU: 7	D:AG 104 *	
66.90 14.00	CS 136 -----	818.48 100.00	1048.10 81.00	340.60 45.00	1235.41 20.00	66.90<= 14.00	176.75 13.00	273.76 13.00	H: 13.00D N: 1.00000	NU:15	D:BA 136	
67.00 57.03	SE 73 -----	511.01 100.00	360.90 78.13	67.00<= 57.03	864.90 0.43	1110.80 0.15	901.10 0.12	764.40 0.11	H: 7.10H N: 1.28000	NU:20	D:AS 73 *	
67.60 92.86	TI 44 -----	78.20 100.00	67.60<= 92.86						H: 48.00A N: 0.98000	NU: 2	D:SC 44 *	
67.60 3.58	CU 61 -----	511.01 100.00	283.00 10.83	656.01 8.00	67.60<= 3.58	1185.00 3.00	373.60 1.58	588.60 1.00	H: 3.35H N: 1.20000	NU:25	D:NI 61	
67.70 14.10	PD 98 -----	112.40 100.00	663.00 52.80	106.80 32.80	837.90 30.30	661.70 30.00	67.70<= 14.10	174.40 10.70	H: 17.90H N: *****	NU:10	D:RH 98 *	
68.05 7.92	ER 172 -----	610.00 100.00	407.30 97.69	68.05<= 7.92	445.90 7.06	127.68 7.06	383.50 5.53	59.67 5.09	H: 49.00H N: 0.43200	NU:14	D:TH 172 *	
69.50 59.00	IR 189 -----	245.00 100.00	69.50<= 59.00	59.10 21.00	36.20 11.20	275.80 9.00	219.40 8.80	216.70 8.60	H: 13.30D N: *****	NU:25	D:OS 189	
69.60 7.89	GD 153 -----	97.43 100.00	103.18 72.56	69.60<= 7.89	84.00 0.73	173.00 0.60			H: 242.00D N: 0.31700	NU: 5	D:EU 153	
74.00 42.29	PR 133 -----	511.01 100.00	134.30 57.14	315.60 48.57	74.00<= 42.29	465.00 28.57	330.80 24.57	241.90 22.86	H: 6.50H N: *****	NU:52	D:CE 133 *	
74.67 86.84	AM 243 -----	285.47 100.00	74.67<= 86.84	106.14 36.58	103.75 29.21	99.54 19.08	277.62 18.68	228.20 15.00	H: 795.01E N: 0.76000	NU:16	D:NP 239 *	
74.90 5.17	RA 214H -----	256.60 100.00	87.30 16.20	180.40 6.71	74.90<= 5.17				H: 0.0 N: *****	NU: 4	D:\$\$\$\$\$	
75.29 2.35	PA 233 -----	311.80 100.00	300.20 18.53	340.30 11.47	86.70 5.00	415.60 4.41	398.20 3.24	75.29<= 2.35	H: 27.40D N: 0.34000	NU:10	D:U 233	
75.64 0.72	PU 246 -----	43.81 100.00	223.75 94.00	179.94 39.00	27.58 14.00	66.60 1.00	255.54 0.92	75.64<= 0.72	H: 10.90D N: *****	NU:13	D:AF 246 *	
76.23 4.86	ER 161 -----	826.55 100.00	211.15 44.88	592.65 5.40	76.23<= 4.86	314.76 4.11	94.13 2.00	864.90 1.98	H: 3.10H N: 0.61500	NU:96	D:HO 161 *	
77.00 100.00	HG 197 -----	77.00<= 100.00	191.40 11.11	269.00 0.83					H: 64.14H N: 0.18000	NU: 3	D:AU 197	

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	N: NORMAL FACTOR
78.20 100.00	TI 44 -----	78.20<= 100.00	67.60 92.86							H: 48.00A N: 0.9000	NU: 2	D: SC 44 *
79.65 4.58	BA 133 -----	356.03 100.00	81.00 57.53	302.84 29.81	383.84 14.33	276.40 11.65	79.65<= 4.58	53.21 3.54		H: 10.35A N: 0.62400	NU: 9	D: CS 133
80.00 0.00	DY 159 -----	58.20 100.00	348.00 0.02	80.00<= 0.00	290.00 0.00					H: 144.00D N: 0.04000	NU: 4	D: TB 159
80.00 94.78	HO 162 -----	185.00 100.00	511.01 97.83	90.00<= 84.78	930.00 51.00	1220.00 46.74	283.00 32.61			H: 15.00H N: 0.09200	NU: 6	D: DY 162
80.70 31.10	HO 162H -----	185.00 100.00	1220.00 78.40	282.90 39.30	937.20 27.80	80.70<= 31.10	1319.60 7.26	1124.90 4.07		H: 68.00H N: *****	NU: 42	D: HO 162
80.80 100.00	DY 153 -----	80.80<= 100.00	82.50 100.00	100.00 88.54	255.00 66.67	274.00 57.29	148.00 38.54	245.00 30.21		H: 6.29H N: 0.09600	NU: 7	D: TB 153 *
81.00 57.53	BA 133 -----	356.03 100.00	81.00<= 57.53	302.84 29.81	383.84 14.33	276.40 11.65	79.65 4.58	53.21 3.54		H: 10.35A N: 0.62400	NU: 9	D: CS 133
82.50 100.00	DY 153 -----	80.80 100.00	82.50<= 100.00	100.00 88.54	255.00 66.67	274.00 57.29	148.00 38.54	245.00 30.21		H: 6.29H N: 0.09600	NU: 7	D: TB 153 *
82.50 24.00	PT 191 -----	539.00 100.00	410.00 51.80	360.00 39.40	82.50<= 24.00	172.03 22.50	351.01 22.30	96.51 20.10		H: 3.00D N: *****	NU: 33	D: IR 191
82.64 33.30	PR 135 -----	511.01 100.00	296.12 66.70	82.64<= 33.30	213.45 31.80	538.20 19.70	697.50 10.50	613.80 4.35		H: 22.00H N: *****	NU: 43	D: CE 135 *
83.50 100.00	CD 104 -----	83.50<= 100.00	709.20 24.50	559.00 8.00	66.70 7.20	625.60 2.70	123.70 0.55	150.20 0.17		H: 57.00H N: *****	NU: 7	D: AG 104 *
84.00 0.73	GD 153 -----	97.43 100.00	103.18 72.56	69.60 7.89	84.00<= 0.73	173.00 0.60				H: 242.00D N: 0.31700	NU: 5	D: EU 153
84.26 100.00	TM 170 -----	84.26<= 100.00								H: 128.60D N: 0.03400	NU: 1	D: YB 170
84.26 35.00	LU 170 -----	2041.40 100.00	1279.80 56.00	84.26<= 85.00	985.30 83.00	1054.00 59.70	2125.60 50.00	1364.10 48.00		H: 2.02D N: *****	NU: 99	D: YB 170
84.50 5.60	SE 73H -----	511.01 100.00	253.80 66.70	84.50<= 5.60	393.30 4.90	401.60 3.80	577.50 2.90	320.40 2.60		H: 43.00H N: *****	NU: 32	D: AS 73 *
85.70 5.41	GE 64 -----	427.00 100.00	667.10 45.95	128.20 29.73	774.50 18.92	384.10 13.51	85.70<= 5.41	42.80 5.41		H: 63.00S N: 0.37000	NU: 7	D: GA 64
86.50 100.00	HO 157 -----	86.50<= 100.00	341.10 65.38	280.00 40.38	193.40 36.92	272.20 18.08	199.10 16.15	896.60 15.77		H: 14.00H N: 0.26000	NU: 98	D: DY 157 *
86.60 100.00	TB 155 -----	86.60<= 100.00	105.36 72.50	162.30 23.50	180.10 22.00	263.20 14.20	148.60 7.20	60.04 5.00		H: 5.32D N: *****	NU: 16	D: GD 155
86.70 5.00	PA 233 -----	311.80 100.00	300.20 18.53	340.30 11.47	66.70<= 5.00	415.60 4.41	308.20 3.24	75.29 2.35		H: 27.40D N: 0.34000	NU: 10	D: U 233
87.27 13.00	LU 169 -----	960.30 100.00	191.30 95.00	1450.40 40.00	889.50 20.00	87.27<= 13.00	376.60 0.50	1184.50 9.10		H: 34.06H N: *****	NU: 95	D: Y 169 *
87.30 16.20	RA 214H -----	256.60 100.00	87.30<= 16.20	180.40 6.71	74.90 5.17					H: 0.0 N: *****	NU: 4	D: \$\$\$\$
87.80 43.60	LU 168 -----	158.80 100.00	87.80<= 43.60	979.20 36.90	884.70 25.50	896.10 24.90	1164.70 21.10	1136.80 20.90		H: 7.00H N: *****	NU: 04	D: YB 168
88.00 8.93	BR 77 -----	239.00 100.00	520.00 85.71	297.00 15.00	250.00 10.36	579.00 10.36	88.00<= 8.93	282.00 8.21		H: 57.00H N: 0.28000	NU: 32	D: SE 77
88.00 100.00	AG 109H -----	83.00<= 100.00								H: 40.00S N: 0.05000	NU: 1	D: AG 109
88.04 100.00	CD 109 -----	88.04<= 100.00								H: 453.00D N: 0.08000	NU: 1	D: AG 109H*
88.46 0.11	TE 123H -----	159.00 100.00	88.46<= 0.11							H: 119.70D N: 0.93500	NU: 2	D: TE 123
88.93 29.00	TB 156 -----	534.10 100.00	189.20 61.00	1222.10 46.00	88.93<= 29.00	1067.00 21.00	1065.00 21.00	356.35 19.00		H: 5.10D N: *****	NU: 44	D: GD 156
89.50 51.14	RH 99 -----	523.52 100.00	353.00 88.00	89.50<= 81.14	511.01 34.29	322.31 16.20	618.00 10.57	175.45 5.06		H: 16.00D N: 0.35000	NU: 37	D: RU 99
89.60 3.60	HF 175 -----	343.60 100.00	89.60<= 3.60	432.80 1.80	229.50 0.87	113.80 0.35				H: 70.00D N: *****	NU: 5	D: LU 175
89.80 83.30	SB 120H -----	157.30 100.00	1171.70 98.00	1023.30 97.10	89.80<= 83.30	1113.40 0.88				H: 5.80D N: *****	NU: 5	D: SN 120
90.32 23.00	DY 155 -----	226.94 100.00	90.32<= 23.00	511.01 7.35	1088.90 6.10	999.20 5.53	184.53 5.51	905.10 5.00		H: 9.60H N: 0.68000	NU: 98	D: TB 155 *

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE 1	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
90.60 2.80	XE 122	564.00 100.00	350.10 44.00	149.70 16.00	416.90 11.00	90.60<= 2.80	288.60 2.20	61.80 1.80		H: 20.10H N: *****	NU: 15	D: J 122 *
90.70 13.83	CR 49	511.01 100.00	90.70<= 13.83	62.30 13.83	152.80 0.64					H: 41.70H N: 1.98000	NU: 4	D: V 49 *
91.30 13.80	GA 67	184.50 100.00	300.20 88.61	393.40 27.43	91.30<= 13.80	208.96 8.44	494.40 0.84	887.90 0.84		H: 78.00H N: 0.23700	NU: 7	D: ZN 67
91.31 15.53	CU 67	184.54 100.00	93.31 35.96	91.31<= 15.53	300.18 1.57	393.57 0.43	208.94 0.23			H: 61.90H N: 0.47000	NU: 6	D: ZN 67
91.39 28.47	TM 164M	208.08 100.00	314.93 65.57	240.49 50.93	547.00 30.27	897.91 29.07	91.39<= 28.47	1364.60 27.87		H: 5.10H N: 0.18300	NU: 31	D: ER 164
91.39 9.34	TM 164	511.01 100.00	91.39<= 9.34	1154.63 2.33	768.92 1.99	208.08 1.65	860.31 1.56	1610.74 1.55		H: 2.00H N: 0.78200	NU: 93	D: ER 164
92.60 16.00	PT 184	154.90 100.00	182.90 94.00	548.40 77.00	731.20 43.00	216.50 17.00	92.60<= 16.00	394.60 16.00		H: 17.30H N: *****	NU: 32	D: IR 184 *
93.00 23.52	IR 181	108.00 100.00	227.70 59.38	319.00 52.08	232.60 35.94	185.30 31.77	93.00<= 23.52	309.00 19.27		H: 5.00H N: *****	NU: 10	D: OS 181 *
93.20 100.00	AG 107M	93.20<= 100.00								H: 44.30S N: 0.05000	NU: 1	D: AG 107
93.30 100.00	TA 180M	93.30<= 100.00	103.50 15.00							H: 8.10H N: 0.04000	NU: 2	D: HF 180
93.31 35.96	CU 67	184.54 100.00	93.31<= 35.96	91.31 15.53	300.18 1.57	393.57 0.43	208.94 0.23			H: 61.90H N: 0.47000	NU: 6	D: ZN 67
93.50 1.40	CS 129	372.00 100.00	411.70 73.20	549.00 10.80	318.40 7.85	278.80 4.06	588.50 1.86	93.50<= 1.40		H: 32.10H N: *****	NU: 13	D: XE 129
93.61 7.14	YB 169	197.80 100.00	177.00 62.86	130.70 31.43	307.50 31.43	93.61<= 7.14	110.00 5.14	118.60 5.14		H: 32.00D N: 0.35000	NU: 9	D: TM 169
94.13 2.00	ER 161	826.55 100.00	211.15 44.88	592.65 5.40	76.23 4.86	314.76 4.11	94.13<= 2.00	864.90 1.98		H: 3.10H N: 0.61500	NU: 96	D: HC 161 *
94.20 8.93	ER 173	895.20 100.00	199.20 89.26	192.80 86.53	122.40 38.32	116.14 34.95	800.80 17.85	94.20<= 8.93		H: 1.40H N: 0.47500	NU: 8	D: TM 173 *
94.34 82.00	PT 189	721.40 100.00	607.60 87.00	94.34<= 82.00	568.90 76.00	243.50 75.00	544.90 62.00	141.18 45.00		H: 10.90H N: *****	NU: 99	D: IR 189 *
95.70 35.50	XE 121	252.70 100.00	132.80 86.50	445.20 61.50	310.50 43.00	95.70<= 35.50	175.80 33.50	300.70 20.50		H: 40.10H N: *****	NU: 98	D: J 121 *
96.51 20.10	PT 191	539.00 100.00	410.00 51.80	360.00 39.40	82.50 24.00	172.03 22.50	351.01 22.30	96.51<= 20.10		H: 3.00D N: *****	NU: 33	D: IR 191
96.90 2.38	AG 111	341.90 100.00	245.60 15.00	96.90<= 2.38	620.60 0.43	866.70 0.14	524.40 0.00			H: 7.45D N: 0.08000	NU: 6	D: CD 111
97.20 40.60	YB 164	675.20 100.00	445.31 93.80	390.51 78.10	601.87 40.60	97.20<= 40.60	362.79 37.50	401.77 21.30		H: 75.80H N: *****	NU: 8	D: TM 164 *
97.30 31.70	IR 185	254.20 100.00	97.30<= 31.70	100.60 18.30	158.20 18.10	223.80 15.90	153.50 15.20	160.70 13.20		H: 14.00H N: *****	NU: 32	D: OS 185 *
97.43 100.00	GD 153	97.43<= 100.00	103.18 72.56	69.60 7.89	84.00 0.73	173.00 0.60				H: 242.00D N: 0.31700	NU: 5	D: EU 153
97.80 0.10	HF 182	270.41 100.00	156.09 9.00	114.33 3.30	172.50 0.24	97.89<= 0.10				H: 500.04E N: *****	NU: 5	D: TA 182 *
98.84 100.00	AU 195	98.84<= 100.00	129.78 7.26	30.94 6.46	211.10 0.18	199.80 0.10				H: 183.00D N: 0.11300	NU: 5	D: PT 195
99.00 0.50	PB 195M	383.80 100.00	708.30 30.00	394.30 26.00	313.20 4.70	466.00 3.10	99.00<= 0.50			H: 17.00H N: *****	NU: 6	D: TL 195 *
99.20 9.00	AM 246	679.00 100.00	205.00 68.00	153.50 48.00	756.00 25.00	834.00 10.00	99.20<= 9.00	781.00 7.50		H: 40.00H N: *****	NU: 11	D: CM 246 *
99.54 19.08	AM 243	285.47 100.00	74.67 86.84	106.14 36.58	103.75 29.21	99.54<= 19.08	277.62 18.68	228.20 15.00		H: 795.01E N: 0.76000	NU: 16	D: NP 239 *
99.54 64.90	CM 243	193.75 100.00	277.62 67.31	99.54<= 64.90	228.20 50.96	117.10 36.54	209.76 15.87	120.60 12.50		H: 32.00A N: 0.20800	NU: 15	D: PU 239 *
100.00 58.54	DY 153	80.80 100.00	82.50 100.00	100.00<= 88.54	255.00 66.67	274.00 57.29	148.00 38.54	245.00 30.21		H: 6.25H N: 0.09600	NU: 7	D: TB 153 *
100.00 25.00	HF 170	123.00 100.00	162.00 89.50	620.00 56.40	572.00 45.50	100.00<= 25.00	347.00 18.60	207.00 18.20		H: 12.00H N: *****	NU: 9	D: LU 170 *
100.60 11.00	HO 159	121.00 100.00	132.00 67.00	309.60 42.00	252.90 41.00	177.60 18.00	100.60<= 11.00	217.70 9.90		H: 33.00H N: *****	NU: 58	D: DY 159 *

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
										NU: NUMBER OF ENERGIES IN	TABLE 1	
100.60 18.30	IR 185 -----	254.20 100.00	97.30 31.70	100.60<= 18.30	158.20 18.10	223.80 15.90	153.50 15.20	160.70 13.20	H: 14.00H N: *****	NU: 32	D: OS 185 *	
103.10 66.00	RB 78 -----	455.60 100.00	103.10<= 66.00	663.80 30.00	726.00 10.00	1141.70 9.00			H: 6.00H N: *****	NU: 5	D: KR 78	
103.18 72.56	GD 153 -----	97.43 100.00	103.18<= 72.56	69.60 7.89	84.00 0.73	173.00 0.60			H: 242.00D N: 0.31700	NU: 5	D: EU 153	
103.50 15.00	TA 180H -----	93.30 100.00	103.50<= 15.00						H: 8.10H N: 0.04000	NU: 2	D: HF 180	
103.75 29.21	AM 243 -----	285.47 100.00	74.67 86.84	106.14 36.58	103.75<= 29.21	99.54 19.08	277.62 18.68	228.20 15.00	H: 795.01E N: 0.76000	NU: 16	D: NP 239 *	
103.75 100.00	CM 243 -----	103.75<= 100.00	277.62 67.31	99.54 64.90	228.20 50.96	117.10 36.54	209.76 15.87	120.60 12.50	H: 32.00A N: 0.20800	NU: 15	D: PU 239 *	
104.00 26.30	HG 187 -----	233.00 100.00	378.00 50.00	271.00 37.00	240.00 33.80	104.00<= 26.30	220.00 23.20	203.00 21.10	H: 2.20H N: *****	NU: 10	D: AU 187 *	
104.50 55.59	NB 91H -----	1205.00 100.00	104.50<= 55.59						H: 62.00D N: 0.03400	NU: 2	D: NB 91 *	
104.60 3.64	CF 249 -----	388.10 100.00	333.30 22.73	109.30 5.61	252.70 3.94	104.60<= 3.64	123.40 2.12	266.60 1.09	H: 360.00A N: 0.66000	NU: 13	D: CM 245 *	
105.36 72.50	TB 155 -----	86.60 100.00	105.36<= 72.50	162.30 23.50	180.10 22.00	263.20 14.20	148.60 7.20	60.04 5.00	H: 5.32D N: *****	NU: 16	D: GD 155	
106.00 0.82	KR 77 -----	511.01 100.00	129.70 52.91	146.50 24.94	312.10 2.15	276.10 1.96	106.00<= 0.82	734.60 0.22	H: 1.20H N: 1.58000	NU: 28	D: BR 77 *	
106.10 100.00	NP 239 -----	106.10<= 100.00	277.50 60.87	228.20 55.22	209.80 17.39	334.10 8.70	315.70 6.52	285.00 2.74	H: 2.35H N: 0.23000	NU: 9	D: PU 239 *	
106.14 36.58	AM 243 -----	285.47 100.00	74.67 86.84	106.14<= 36.58	103.75 29.21	99.54 19.08	277.62 18.68	228.20 15.00	H: 795.01E N: 0.76000	NU: 16	D: NP 239 *	
106.40 100.00	PT 187 -----	106.40<= 100.00	201.40 81.50	110.00 65.20	284.90 62.60	186.80 59.30	709.20 59.00	304.80 49.10	H: 2.30H N: *****	NU: 47	D: IR 187 *	
106.80 32.80	PD 98 -----	112.40 100.00	663.00 52.80	106.80<= 32.80	837.90 30.30	661.70 30.00	67.70 14.10	174.40 10.70	H: 17.90H N: *****	NU: 10	D: RH 98 *	
108.00 100.00	IR 181 -----	108.00<= 100.00	227.70 59.38	319.00 52.08	232.60 35.94	185.30 31.77	93.00 25.52	309.00 19.27	H: 5.00H N: *****	NU: 10	D: OS 181 *	
108.85 27.00	GE 66 -----	511.01 100.00	381.85 65.00	108.85<= 27.00	272.97 25.00	338.05 19.00	470.62 18.00	65.20 16.00	H: 2.40H N: *****	NU: 89	D: GA 66 *	
108.90 0.16	RU 97 -----	215.20 100.00	324.40 11.76	570.00 0.88	560.60 0.42	108.90<= 0.16	461.30 0.13	785.50 0.09	H: 2.88D N: 0.91000	NU: 12	D: TC 97 *	
109.30 5.61	CF 249 -----	388.10 100.00	333.30 22.73	109.30<= 5.61	252.70 3.94	104.60 3.64	123.40 2.12	266.60 1.09	H: 360.00A N: 0.66000	NU: 13	D: CM 245 *	
110.00 5.14	YB 169 -----	197.80 100.00	177.00 62.86	130.70 31.43	307.50 31.43	93.61 7.14	110.00<= 5.14	118.60 5.14	H: 32.00D N: 0.35000	NU: 9	D: TM 169	
110.00 65.20	PT 187 -----	106.40 100.00	201.40 81.50	110.00<= 65.20	284.90 62.60	186.80 59.30	709.20 59.00	304.80 49.10	H: 2.30H N: *****	NU: 47	D: IR 187 *	
110.28 15.00	AU 193 -----	186.17 100.00	255.57 67.00	698.00 63.00	268.22 39.00	173.52 29.00	439.04 19.00	110.28<= 15.00	H: 17.50H N: *****	NU: 59	D: PT 193	
111.10 48.03	RE 184 -----	903.00 100.00	791.90 98.95	111.10<= 48.03	894.50 43.04	252.70 7.01	641.80 5.20	769.70 1.80	H: 38.00D N: 0.38100	NU: 17	D: W 184	
112.40 100.00	PD 98 -----	112.40<= 100.00	663.00 52.80	106.80 32.80	837.90 30.30	661.70 30.00	67.70 14.10	174.40 10.70	H: 17.90H N: *****	NU: 10	D: RH 98 *	
113.80 0.35	HF 175 -----	343.60 100.00	89.60 3.60	432.80 1.80	229.50 0.87	113.80<= 0.35			H: 70.00D N: *****	NU: 5	D: LU 175	
113.90 0.70	MO 93H -----	1477.20 100.00	684.70 92.00	263.10 53.00	1364.70 0.94	113.90<= 0.70	947.87 0.20		H: 6.90H N: *****	NU: 6	D: MO 93 *	
114.00 100.00	ND 139H -----	114.00<= 100.00	511.01 100.00	984.00 24.00	740.00 21.00	327.00 20.00	708.00 14.00		H: 5.50H N: *****	NU: 6	D: ND 139 *	
114.33 3.30	HF 182 -----	270.41 100.00	156.09 9.00	114.33<= 3.30	172.50 0.24	97.89 0.10			H: 900.04E N: *****	NU: 5	D: TA 182 *	
114.43 27.00	OS 183 -----	381.80 100.00	114.43<= 27.00	167.90 10.00	851.00 5.00	236.30 2.90	145.43 1.90	1162.70 1.50	H: 14.00H N: *****	NU: 37	D: RE 183 *	
114.70 36.58	GD 146 -----	154.70 100.00	115.60 88.59	114.70<= 86.58	269.50 0.20	230.30 0.10			H: 48.30D N: 0.44700	NU: 5	D: EU 146 *	
115.10 30.60	GA 65 -----	511.01 100.00	115.10<= 30.60	61.10 6.56	153.00 4.97	751.80 4.54	53.80 2.73	206.90 1.42	H: 15.20H N: 1.83000	NU: 74	D: ZN 65 *	

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	N: NORMAL FACTOR
115.60 59.59	GD 146 -----	154.70 100.00	115.60<= 89.59	114.70 86.58	269.50 0.20	230.30 0.10			H: 48.30D N: 0.44700	NU: 5	D: EU 146 *
115.70 63.00	SR 70 -----	188.90 100.00	166.40 73.00	115.70<= 63.00	559.90 63.00	444.20 37.00	611.20 26.00	255.70 8.00	H: 8.10H N: *****	NU: 7	D: RB 79 *
116.14 34.95	ER 173 -----	895.20 100.00	199.20 89.26	192.80 86.53	122.40 38.32	116.14<= 34.95	800.80 17.85	94.20 8.93	H: 1.40H N: 0.47500	NU: 8	D: TM 173 *
117.00 82.35	TL 209 -----	1566.00 100.00	465.00 82.35	117.00<= 82.35					H: 2.20H N: 0.85000	NU: 3	D: PB 209 *
117.10 36.54	CM 243 -----	103.75 100.00	277.62 67.31	99.54 64.90	228.20 50.96	117.10<= 36.54	209.76 15.87	120.60 12.50	H: 32.00A N: 0.20800	NU: 15	D: PU 239 *
118.60 5.14	YB 169 -----	197.80 100.00	177.00 62.86	130.70 31.43	307.50 31.43	93.61 7.14	110.00 5.14	118.60<= 5.14	H: 32.00D N: 0.35000	NU: 9	D: TM 169
118.77 13.82	YB 162 -----	44.66 100.00	163.47 15.65	118.77<= 13.82					H: 18.90H N: 0.02620	NU: 3	D: TM 162 *
119.70 8.93	TB 147 -----	1153.00 100.00	139.80 44.93	694.50 40.80	511.01 13.47	119.70<= 8.93	554.90 5.07	2684.00 4.53	H: 24.00H N: 0.75000	NU: 18	D: GD 147 *
120.20 45.00	IR 184 -----	264.30 100.00	120.20<= 45.00	390.60 38.50	961.10 19.00	841.00 12.00	1105.00 9.50	943.30 9.40	H: 3.20H N: *****	NU: 66	D: CS 184
120.60 12.50	CM 243 -----	103.75 100.00	277.62 67.31	99.54 64.90	228.20 50.96	117.10 36.54	209.76 15.87	120.60<= 12.50	H: 32.00A N: 0.20800	NU: 15	D: PU 239 *
121.00 100.00	HD 159 -----	121.00<= 100.00	132.00 67.00	309.60 42.00	252.90 41.00	177.60 18.00	100.60 11.00	217.70 9.90	H: 33.00H N: *****	NU: 58	D: DY 159 *
121.11 10.49	SE 75 -----	264.56 100.00	136.00 94.08	279.53 42.30	400.64 20.98	121.11<= 10.49	198.60 2.34	303.91 2.30	H: 120.40D N: 0.59100	NU: 14	D: AS 75
122.06 100.00	MN 57 -----	122.06<= 100.00	692.00 28.48	136.47 11.52	353.00 10.89	1613.00 3.47	569.00 2.10	367.00 1.90	H: 1.70H N: 0.09550	NU: 13	D: FE 57
122.06 100.00	CO 57 -----	122.06<= 100.00	136.47 13.41	14.41 11.18	692.10 0.18	570.10 0.02	706.60 0.01	339.70 0.00	H: 271.60D N: 0.85000	NU: 10	D: FE 57
122.37 82.55	MD 90 -----	257.34 100.00	122.37<= 82.55	511.01 63.21	203.10 8.17	445.40 7.75	162.93 7.66	941.50 7.10	H: 5.70H N: 0.79100	NU: 23	D: NB 90 *
122.40 38.32	ER 173 -----	895.20 100.00	199.20 89.26	192.80 86.53	122.40<= 38.32	116.14 34.95	800.80 17.85	94.20 8.93	H: 1.40H N: 0.47500	NU: 8	D: TM 173 *
123.00 100.00	HF 170 -----	123.00<= 100.00	162.00 89.50	620.00 56.40	572.00 45.50	100.00 25.00	347.00 18.60	207.00 18.20	H: 12.00H N: *****	NU: 9	D: LU 170 *
123.00 50.00	HF 171 -----	1072.00 100.00	662.00 76.00	123.00<= 50.00	469.00 42.00	347.00 40.00	295.00 35.00	137.00 23.50	H: 12.00H N: *****	NU: 14	D: LU 171 *
123.00 100.00	HF 173 -----	123.00<= 100.00	295.00 44.70	311.00 11.60	306.00 7.59	135.00 5.80			H: 26.60H N: *****	NU: 5	D: LU 173 *
123.21 19.90	YB 163 -----	860.26 100.00	63.58 69.60	123.21<= 19.90	326.05 17.20	1746.70 17.20	130.86 17.00	1908.10 15.30	H: 10.96H N: *****	NU: 58	D: TM 163 *
123.40 2.12	CF 249 -----	388.10 100.00	333.30 22.73	109.30 5.61	252.70 3.94	104.60 3.64	123.40<= 2.12	266.60 1.09	H: 360.00A N: 0.66000	NU: 13	D: CP 245 *
123.70 0.55	CD 104 -----	83.50 100.00	709.20 24.50	559.00 8.00	66.70 7.20	625.60 2.70	123.70<= 0.55	150.20 0.17	H: 57.00H N: *****	NU: 7	D: AG 104 *
127.10 18.99	NI 57 -----	1377.70 100.00	511.01 97.47	127.10<= 18.99	1919.50 18.99	1757.70 8.35	1046.40 0.16	2804.00 0.13	H: 35.94H N: 0.79000	NU: 18	D: CO 57 *
127.13 1.20	RH 101M -----	306.76 100.00	545.20 5.60	127.13<= 1.20	179.50 0.90	237.60 0.50	233.20 0.40	183.90 0.30	H: 4.40D N: *****	NU: 8	D: RU 101
127.13 90.00	RH 101 -----	158.00 100.00	127.13<= 90.00	325.80 23.00	295.40 0.90	439.55 0.06			H: 3.00A N: *****	NU: 5	D: RU 101
127.20 80.00	IR 182 -----	273.00 100.00	127.20<= 80.00	912.30 20.70	236.20 14.00	890.90 13.50	764.00 12.50	790.10 7.33	H: 15.00H N: *****	NU: 68	D: OS 182 *
127.68 7.06	ER 172 -----	610.00 100.00	407.30 97.63	68.05 7.92	445.90 7.06	127.68<= 7.06	383.50 5.53	59.67 5.09	H: 49.00H N: 0.43200	NU: 14	D: TM 172 *
128.20 29.73	GE 64 -----	427.00 100.00	667.10 45.95	128.20<= 29.73	774.50 18.92	384.10 13.51	85.70 5.41	42.80 5.41	H: 63.00S N: 0.37000	NU: 7	D: GA 64
129.00 100.00	HG 182 -----	129.00<= 100.00	217.00 75.00	413.00 53.00					H: 11.30S N: *****	NU: 3	D: PT 178 *
129.10 51.00	BA 120 -----	182.30 100.00	214.30 87.00	1459.30 56.00	220.80 53.00	129.10<= 51.00	202.30 39.00	420.20 25.00	H: 2.17H N: *****	NU: 98	D: CS 129 *
129.70 52.91	KR 77 -----	511.01 100.00	129.70<= 52.91	146.50 24.94	312.10 2.15	276.10 1.96	106.00 0.82	734.60 0.22	H: 1.20H N: 1.58000	NU: 29	D: BR 77 *

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE 1	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
129.78 7.26	AU 195 -----	98.84 100.00	129.78<= 7.26	30.94 6.46	211.10 0.18	199.80 0.10			H: 183.0CD N: 0.11300	NU: 5	D: PT 195
130.20 4.40	AU 197M -----	278.90 100.00	130.20<= 4.40	201.80 1.61	409.10 0.15				H: 7.86S N: 0.72800	NU: 4	D: AU 197
130.20 0.49	HG 197M -----	133.90 100.00	279.00 14.42	165.00 0.93	130.20<= 0.49	201.80 0.20	409.10 0.02		H: 24.00H N: 0.43000	NU: 6	D: HG 197 *
130.70 31.43	YB 169 -----	197.80 100.00	177.00 62.86	130.70<= 31.43	307.50 31.43	93.61 7.14	110.00 5.14	118.60 5.14	H: 32.00D N: 0.35000	NU: 9	D: TM 169
130.80 6.50	OS 182 -----	509.90 100.00	180.20 68.00	55.50 18.00	263.20 13.50	130.80<= 6.50	274.30 3.40	241.40 1.90	H: 21.00H N: 0.00000	NU: 33	D: RE 182 *
130.86 17.00	YB 163 -----	860.26 100.00	63.58 69.60	123.21 19.90	326.05 17.20	1746.70 17.20	130.86<= 17.00	1908.10 15.30	H: 10.96M N: 0.00000	NU: 58	D: TP 163 *
132.00 67.00	HO 159 -----	121.00 100.00	132.00<= 67.00	309.60 42.00	252.90 41.00	177.60 18.00	100.60 11.00	217.70 9.90	H: 33.00M N: 0.00000	NU: 58	D: DY 159 *
132.60 4.94	NB 90 -----	1129.10 100.00	2318.60 92.13	141.15 75.28	2186.20 20.11	132.60<= 4.94	1612.10 4.49	827.70 2.25	H: 14.60H N: 0.85000	NU: 12	D: ZR 90
132.80 86.50	XE 121 -----	252.70 100.00	132.80<= 86.50	445.20 61.50	310.50 43.00	95.70 35.50	175.80 33.50	300.70 20.50	H: 40.10M N: 0.00000	NU: 98	D: J 121 *
133.90 100.00	HG 197M -----	133.90<= 100.00	279.00 14.42	165.00 0.93	130.20 0.49	201.80 0.20	409.10 0.02		H: 24.00H N: 0.43000	NU: 6	D: HG 197 *
134.30 57.14	PR 132 -----	511.01 100.00	134.30<= 57.14	315.60 48.57	74.00 42.29	465.00 28.57	330.80 24.57	241.90 22.86	H: 6.50M N: 0.00000	NU: 52	D: CE 133 *
135.00 5.80	HF 173 -----	123.00 100.00	295.00 44.70	311.00 11.60	306.00 7.59	135.00<= 5.80			H: 26.60H N: 0.00000	NU: 5	D: LU 173 *
136.00 94.08	SE 75 -----	244.56 100.00	136.00<= 94.08	279.53 42.30	400.64 20.98	121.11 10.49	198.60 2.34	303.91 2.30	H: 120.40D N: 0.59100	NU: 14	D: AS 75
136.00 100.00	PT 182 -----	136.00<= 100.00	146.00 15.40	210.00 12.00	186.00 7.00				H: 2.60M N: 0.00000	NU: 4	D: IR 182 *
136.40 100.00	PD 99 -----	136.40<= 100.00	263.50 28.00	673.00 19.00	399.60 6.60	386.00 5.80	785.00 5.00	427.50 4.30	H: 22.00M N: 0.00000	NU: 12	D: RH 99 *
136.47 11.52	MN 57 -----	122.06 100.00	692.00 28.48	136.47<= 11.52	353.00 10.89	1613.00 3.47	569.00 2.10	367.00 1.90	H: 1.70M N: 0.09550	NU: 13	D: FE 57
136.47 13.41	CO 57 -----	122.06 100.00	136.47<= 13.41	14.41 11.18	692.10 0.18	570.10 0.02	706.60 0.01	339.70 0.00	H: 271.60D N: 0.85000	NU: 10	D: FE 57
137.00 23.50	HF 171 -----	1072.00 100.00	662.00 76.00	123.00 50.00	469.00 42.00	347.00 40.00	295.00 35.00	137.00<= 23.50	H: 12.00H N: 0.00000	NU: 14	D: LU 171 *
137.10 100.00	IR 186M -----	137.10<= 100.00	767.30 67.00	630.30 62.00	296.90 46.00	773.10 40.00	987.10 30.00	636.20 22.00	H: 1.70H N: 0.00000	NU: 8	D: GS 186
139.80 44.93	TB 147 -----	1153.00 100.00	139.80<= 44.93	694.50 40.80	511.01 13.47	119.70 8.93	554.90 5.07	2684.00 4.53	H: 24.00M N: 0.75000	NU: 18	D: GD 147 *
140.60 100.00	TC 99M -----	140.60<= 100.00							H: 6.05H N: 0.90000	NU: 1	D: TC 99 *
141.15 75.28	NB 90 -----	1129.10 100.00	2318.60 92.13	141.15<= 75.28	2186.20 20.11	132.60 4.94	1612.10 4.49	827.70 2.25	H: 14.60H N: 0.85000	NU: 12	D: ZR 90
141.18 45.00	PT 189 -----	721.40 100.00	607.60 87.00	94.34 82.00	568.90 76.00	243.50 75.00	544.90 62.00	141.18<= 45.00	H: 10.90H N: 0.00000	NU: 99	D: IR 189 *
141.20 4.53	BR 75 -----	511.01 100.00	286.50 60.00	141.20<= 4.53	427.80 3.00	431.80 2.67	377.40 2.67	292.90 1.80	H: 101.50H N: 1.50000	NU: 56	D: SE 75 *
143.40 55.00	RB 79 -----	153.40 100.00	687.50 82.00	143.40<= 55.00	351.20 40.00	397.80 30.00	303.10 26.00	182.50 19.00	H: 22.10M N: 0.00000	NU: 18	D: KR 79 *
145.43 1.90	OS 183 -----	381.80 100.00	114.43 27.00	167.90 10.00	851.00 5.00	236.30 2.90	145.43<= 1.90	1162.70 1.50	H: 14.00H N: 0.00000	NU: 37	D: RE 183 *
146.00 15.40	PT 182 -----	136.00 100.00	146.00<= 15.40	210.00 12.00	186.00 7.00				H: 2.60M N: 0.00000	NU: 4	D: IR 182 *
146.50 45.00	CL 34M -----	511.01 100.00	146.50<= 45.00	2128.50 38.00	1177.50 12.00	3305.00 12.00			H: 32.00M N: 1.00000	NU: 5	D: CL 34 *
146.50 24.94	KR 77 -----	511.01 100.00	129.70 52.91	146.50<= 24.94	312.10 2.15	276.10 1.96	106.00 0.82	734.60 0.22	H: 1.20H N: 1.58000	NU: 28	D: BR 77 *
146.60 3.33	ND 141 -----	511.01 100.00	1126.80 16.67	1147.50 6.67	1292.60 5.00	1298.60 5.00	146.60<= 3.33		H: 2.60H N: 0.06000	NU: 6	D: PR 141
148.00 38.54	DY 153 -----	90.80 100.00	82.50 100.00	100.00 89.54	255.00 66.67	274.00 57.29	148.00<= 38.54	245.00 30.21	H: 6.29H N: 0.09600	NU: 7	D: TB 153 *

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
148.60 7.20	TR 155 -----	86.60 100.00	105.36 72.50	162.30 23.50	180.10 22.00	263.20 14.20	148.60<= 7.20	60.04 5.00	H: 5.32D N: *****	NU:16	D:GD 155	
148.70 16.00	XE 122 -----	564.00 100.00	350.10 44.00	148.70<= 16.00	416.90 11.00	90.60 2.80	288.60 2.20	61.80 1.80	H: 20.10H N: *****	NU:15	D:J 122 *	
148.90 100.00	XE 123 -----	148.90<= 100.00	178.10 30.50	330.20 17.50	511.01 8.09	1093.40 5.70	899.60 5.00	1113.10 3.20	H: 2.10H N: *****	NU:99	D:J 123 *	
149.60 100.00	GD 149 -----	149.60<= 100.00	258.50 54.17	346.50 43.75	748.20 14.79	430.00 14.17	788.60 12.71	272.00 6.25	H: 9.40D N: 0.48000	NU:25	D:EU 149 *	
150.10 7.50	RB 77 -----	66.60 100.00	178.90 38.00	393.50 13.00	150.10<= 7.50	254.30 3.10	244.40 2.50		H: 3.50M N: *****	NU: 6	D:KR 77 *	
150.10 26.92	PA 232 -----	969.30 100.00	894.30 48.08	150.10<= 26.92	453.70 21.88	387.80 18.99	819.20 18.03	866.40 18.03	H: 1.31D N: 0.41600	NU:32	D:U 232 *	
150.20 0.17	CD 104 -----	83.50 100.00	709.20 24.50	559.00 8.00	66.70 7.20	625.60 2.70	123.70 0.55	150.20<= 0.17	H: 57.00M N: *****	NU: 7	D:AG 104 *	
150.99 100.00	KR 85M -----	150.99<= 100.00	304.47 18.92						H: 4.40H N: 0.74000	NU: 2	D:RB 85	
151.22 14.12	SR 85M -----	231.60 100.00	151.22<= 14.12	238.60 0.39					H: 67.60M N: 0.85000	NU: 3	D:SR 85 *	
152.80 0.64	CR 49 -----	511.01 100.00	90.70 13.83	62.30 13.83	152.80<= 0.64				H: 41.70M N: 1.88000	NU: 4	D:V 49 *	
153.00 4.97	GA 65 -----	511.01 100.00	115.10 30.60	61.10 6.56	153.00<= 4.97	751.80 4.54	53.80 2.73	206.90 1.42	H: 15.20M N: 1.83000	NU:74	D:ZN 65 *	
153.40 100.00	RB 79 -----	153.40<= 100.00	687.50 82.00	143.40 55.00	351.20 40.00	397.80 30.00	303.10 26.00	182.50 19.00	H: 22.10M N: *****	NU:18	D:KR 79 *	
153.50 15.20	IR 185 -----	254.20 100.00	97.30 31.70	100.60 18.30	158.20 18.10	223.80 15.90	153.50<= 15.20	160.70 13.20	H: 14.00H N: *****	NU:32	D:OS 185 *	
153.50 48.00	AM 246 -----	679.00 100.00	205.00 68.00	153.50<= 48.00	756.00 25.00	834.00 10.00	99.20 9.00	781.00 7.50	H: 40.00H N: *****	NU:11	D:CP 246 *	
153.57 100.00	GD 151 -----	153.57<= 100.00	243.22 89.90	174.65 48.30	21.54 46.20	307.43 16.50	239.00 2.31	353.51 2.04	H:120.00D N: *****	NU:19	D:EU 151	
154.70 100.00	GD 146 -----	154.70<= 100.00	115.60 88.59	114.70 86.58	269.50 0.20	230.30 0.10			H: 48.30D N: 0.44700	NU: 5	D:EU 146 *	
154.90 100.00	PT 184 -----	154.90<= 100.00	182.90 94.00	549.40 77.00	731.20 43.00	216.50 17.00	92.60 16.00	394.60 16.00	H: 17.30M N: *****	NU:32	D:IR 184 *	
155.00 100.00	IR 188 -----	155.00<= 100.00	634.80 85.89	478.00 47.85	2214.60 38.34	312.00 23.93	1210.30 20.28	829.50 19.85	H: 41.50H N: 0.32600	NU:75	D:OS 188	
155.00 100.00	AU 182 -----	155.00<= 100.00	264.00 50.00						H: 19.00S N: *****	NU: 2	D:PT 182 *	
156.00 9.00	HF 182 -----	270.41 100.00	156.09<= 9.00	114.33 3.30	172.50 0.24	97.89 0.10			H:900.04E N: *****	NU: 5	D:TA 182 *	
156.40 67.30	HG 184 -----	236.70 100.00	156.40<= 67.30	295.80 13.10	259.50 8.12	262.90 5.54	159.50 5.20	422.00 4.00	H: 32.20S N: *****	NU:14	D:\$\$\$\$	
158.20 18.10	IR 185 -----	254.20 100.00	97.30 31.70	100.60 18.30	158.20<= 18.10	223.80 15.90	153.50 15.20	160.70 13.20	H: 14.00H N: *****	NU:32	D:OS 185 *	
158.30 100.00	HG 199M -----	158.30<= 100.00	374.00 26.99						H: 42.60M N: 0.51500	NU: 2	D:HG 199	
158.37 100.00	AU 199 -----	158.37<= 100.00	208.20 21.62						H: 3.15D N: 0.37000	NU: 2	D:HG 199	
158.50 100.00	SB 117 -----	158.50<= 100.00	511.01 5.75	861.70 0.33	1004.50 0.26	1021.00 0.11	1020.60 0.11	553.10 0.08	H: 2.80H N: 0.87000	NU:14	D:SN 117	
159.00 100.00	TE 123M -----	159.00<= 100.00	89.46 0.11						H:119.70D N: 0.83500	NU: 2	D:TE 123	
159.10 100.00	J 123 -----	159.10<= 100.00	529.00 1.33	440.40 0.42	538.50 0.33	505.60 0.31	246.30 0.08	281.00 0.08	H: 13.30H N: 0.83000	NU:14	D:TE 123	
159.50 5.20	HG 184 -----	236.70 100.00	156.40 67.30	295.80 13.10	259.50 8.12	262.90 5.54	159.50<= 5.20	422.00 4.00	H: 32.20S N: *****	NU:14	D:\$\$\$\$	
160.70 13.20	IR 185 -----	254.20 100.00	97.30 31.70	100.60 18.30	158.20 18.10	223.80 15.90	153.50 15.20	160.70<= 13.20	H: 14.00H N: *****	NU:32	D:OS 185 *	
162.00 99.50	HF 170 -----	123.00 100.00	162.00<= 69.50	620.00 56.40	572.00 45.50	100.00 25.00	347.00 18.60	207.00 18.20	H: 12.00H N: *****	NU: 9	D:LU 170 *	
162.00 66.70	TA 173 -----	172.00 100.00	162.00<= 66.70	131.00 18.50	702.00 14.80				H: 3.50H N: *****	NU: 4	D:HF 173 *	

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
162.30 23.50	TB 155 -----	86.60 100.00	105.36 72.50	162.30<= 23.50	180.10 22.00	263.20 14.20	148.60 7.20	60.04 5.00	H: 5.32D N: *****	NU: 16	D: GD 155	
162.70 0.81	OS 185 -----	646.11 100.00	874.81 8.06	880.27 6.65	717.42 5.37	592.07 1.66	162.70<= 0.81	234.20 0.60	H: 94.00D N: 0.78200	NU: 11	D: RE 185	
162.93 7.66	MO 90 -----	257.34 100.00	122.37 82.55	511.01 63.21	203.10 8.17	445.40 7.75	162.93<= 7.66	941.50 7.10	H: 5.7CH N: 0.79100	NU: 23	D: NB 90 *	
163.20 100.00	AU 184 -----	163.20<= 100.00	273.10 76.70	361.90 32.40	594.00 14.80	777.00 12.80	486.30 11.90	237.00 10.60	H: 47.00S N: *****	NU: 28	D: \$\$\$\$	
163.47 15.65	YB 162 -----	44.66 100.00	163.47<= 15.65	118.77 13.82					H: 18.90H N: 0.02620	NU: 3	D: TM 162 *	
165.00 0.93	HG 197H -----	133.90 100.00	279.00 14.42	165.00<= 0.93	130.20 0.49	201.80 0.20	409.10 0.02		H: 24.00H N: 0.43000	NU: 6	D: HG 197 *	
165.85 100.00	CE 139 -----	165.85<= 100.00							H: 137.20D N: 0.82600	NU: 1	D: LA 139	
165.90 0.04	GA 68 -----	511.01 100.00	1077.50 1.98	1883.50 0.08	1261.30 0.05	805.70 0.05	165.90<= 0.04	578.40 0.02	H: 68.30H N: 1.76000	NU: 9	D: ZN 68	
166.30 41.30	AU 189 -----	713.40 100.00	813.10 58.30	348.10 55.90	447.80 54.40	166.30<= 41.30	528.70 41.10	441.70 34.40	H: 29.70H N: *****	NU: 24	D: PT 189 *	
166.40 73.00	SR 79 -----	188.90 100.00	166.40<= 73.00	115.70 63.00	559.90 63.00	444.20 37.00	611.20 26.00	255.70 8.00	H: 8.10H N: *****	NU: 7	D: RB 79 *	
166.70 100.00	AU 189H -----	166.70<= 100.00	321.10 19.00						H: 4.70H N: *****	NU: 2	D: PT 189 *	
167.10 0.48	CU 58 -----	511.01 100.00	1454.10 7.75	1448.00 5.55	40.80 3.40	1321.40 0.55	1448.30 0.52	167.10<= 0.48	H: 3.20S N: 2.00000	NU: 25	D: NI 58	
167.90 10.00	OS 183 -----	381.80 100.00	114.43 27.00	167.90<= 10.00	851.00 5.00	236.30 2.90	145.43 1.90	1162.70 1.50	H: 14.00H N: *****	NU: 37	D: RE 183 *	
171.20 94.68	IN 111 -----	245.30 100.00	171.20<= 94.68						H: 2.81D N: 0.94000	NU: 2	D: CD 111	
172.00 100.00	TA 173 -----	172.00<= 100.00	162.00 66.70	181.00 18.50	702.00 14.80				H: 3.50H N: *****	NU: 4	D: HF 173 *	
172.03 22.50	PT 191 -----	539.00 100.00	410.00 51.80	360.00 39.40	82.50 24.00	172.03<= 22.50	351.01 22.30	96.51 20.10	H: 3.00D N: *****	NU: 33	D: IR 191	
172.50 0.24	HF 182 -----	270.41 100.00	156.09 9.00	114.33 3.30	172.50<= 0.24	97.89 0.10			H: 900.04E N: *****	NU: 5	D: TA 182 *	
173.00 0.60	GD 153 -----	97.43 100.00	103.18 72.56	69.60 7.89	84.00 0.73	173.00<= 0.60			H: 242.00D N: 0.31700	NU: 5	D: EU 153	
173.52 29.00	AU 193 -----	186.17 100.00	255.57 67.00	698.00 63.00	268.22 39.00	173.52<= 29.00	439.04 19.00	110.28 15.00	H: 17.50H N: *****	NU: 59	D: PT 193	
174.30 100.00	K 45 -----	174.30<= 100.00	1705.60 87.00	2354.20 17.00	1260.70 8.70	2598.80 4.40			H: 16.30H N: *****	NU: 5	D: CA 45 *	
174.40 10.70	PD 98 -----	112.40 100.00	663.00 52.80	106.80 32.80	837.90 30.30	661.70 30.00	67.70 14.10	174.40<= 10.70	H: 17.60H N: *****	NU: 10	D: RH 98 *	
174.65 48.30	GD 151 -----	153.57 100.00	243.22 89.90	174.65<= 48.30	21.54 46.20	307.43 16.50	239.00 2.31	353.51 2.04	H: 120.00D N: *****	NU: 19	D: EU 151	
174.90 100.00	AS 71 -----	174.90<= 100.00	1095.50 4.50	499.90 3.70	326.80 3.30	526.60 0.87	1139.30 0.83	391.40 0.67	H: 64.00H N: *****	NU: 72	D: GE 71 *	
175.40 6.00	SC 48 -----	983.50 100.00	1312.10 100.00	1037.50 98.00	175.40<= 6.00	1212.60 2.20			H: 1.84D N: 1.00000	NU: 5	D: TI 48	
175.45 5.06	RH 99 -----	528.52 100.00	353.00 88.00	89.50 81.14	511.01 34.29	322.31 16.20	618.08 10.57	175.45<= 5.06	H: 16.00D N: 0.35000	NU: 37	D: RU 99	
175.80 33.50	XE 121 -----	252.70 100.00	132.80 86.50	445.20 61.50	310.50 43.00	95.70 35.50	175.80<= 33.50	300.70 20.50	H: 40.10H N: *****	NU: 98	D: J 121 *	
175.90 13.00	LU 174H -----	1241.50 100.00	991.70 16.00	272.90 15.00	175.90<= 13.00	1264.00 0.48	1318.00 0.42		H: 140.00D N: *****	NU: 6	D: LU 174 *	
176.75 13.00	CS 136 -----	818.48 100.00	1048.10 81.00	340.60 45.00	1235.41 20.00	66.90 14.00	176.75<= 13.00	273.76 13.00	H: 13.00D N: 1.00000	NU: 15	D: BA 136	
177.00 62.86	YB 169 -----	157.80 100.00	177.00<= 62.86	130.70 31.43	307.50 31.43	93.61 7.14	110.00 5.14	118.60 5.14	H: 32.00D N: 0.35000	NU: 9	D: TM 169	
177.60 18.00	HO 159 -----	121.00 100.00	132.00 67.00	309.60 42.00	252.90 41.00	177.60<= 18.00	100.60 11.00	217.70 9.90	H: 33.00H N: *****	NU: 58	D: DY 159 *	
177.60 54.60	IR 187 -----	912.82 100.00	400.90 82.70	610.86 78.20	977.40 69.90	177.60<= 54.60	987.20 54.30	167.40 35.60	H: 11.00H N: *****	NU: 8	D: CS 187	

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
178.10 30.50	XE 123 -----	149.90 100.00	178.10<= 30.50	330.20 17.50	511.01 8.09	1093.40 5.70	899.60 5.00	1113.10 3.20	H: 2.10H N: *****	NU: 99	D: J 123 *	
178.90 38.00	RB 77 -----	66.60 100.00	178.90<= 38.00	393.50 13.00	150.10 7.50	254.30 3.10	244.40 2.50		H: 3.90H N: *****	NU: 6	D: KR 77 *	
179.50 0.90	RH 101M -----	306.76 100.00	545.20 5.60	127.13 1.20	179.50<= 0.90	237.60 0.50	233.20 0.40	183.90 0.30	H: 4.40D N: *****	NU: 8	D: RU 101	
179.94 39.00	PU 246 -----	43.81 100.00	223.75 94.90	179.94<= 39.00	27.58 14.00	66.60 1.00	255.54 0.92	75.64 0.72	H: 10.90D N: *****	NU: 13	D: AP 246 *	
180.10 22.00	TB 155 -----	86.60 100.00	105.36 72.50	162.30 23.50	180.10<= 22.00	263.20 14.20	148.60 7.20	60.04 5.00	H: 5.32D N: *****	NU: 16	D: GD 155	
180.20 68.00	OS 182 -----	509.90 100.00	180.20<= 68.00	55.50 18.00	263.20 13.50	130.80 6.50	274.30 3.40	241.40 1.90	H: 21.00H N: *****	NU: 33	D: RE 182 *	
180.23 5.22	HG 195 -----	61.43 100.00	779.78 8.42	180.23<= 5.22	585.11 2.58	207.07 2.58	56.70 2.57	261.75 2.52	H: 9.50H N: *****	NU: 33	D: AU 195 *	
180.40 6.71	RA 214M -----	256.60 100.00	87.30 16.20	180.40<= 6.71	74.90 5.17				H: 0.0 N: *****	NU: 4	D: \$\$\$\$	
181.00 18.50	TA 173 -----	172.00 100.00	162.00 66.70	181.00<= 18.50	702.00 14.80				H: 3.50H N: *****	NU: 4	D: HF 173 *	
181.00 40.00	AU 187 -----	185.00 100.00	190.00 78.10	251.00 66.00	432.00 60.00	247.00 45.00	236.00 41.50	181.00<= 40.00	H: 8.00H N: *****	NU: 7	D: PT 187	
181.20 6.90	AM 239 -----	277.60 100.00	228.10 86.00	209.70 24.00	226.10 22.00	181.20<= 6.90	285.40 5.70	254.60 0.50	H: 12.10H N: *****	NU: 9	D: PU 239	
182.00 67.00	HD 170M -----	932.00 100.00	853.00 70.00	182.00<= 67.00	889.00 57.00	1139.00 57.00	786.00 47.00	740.00 37.00	H: 2.90H N: *****	NU: 10	D: HO 170 *	
182.30 100.00	BA 129 -----	182.30<= 100.00	214.30 87.00	1459.30 56.00	220.80 53.00	129.10 51.00	202.30 39.00	420.20 25.00	H: 2.17H N: *****	NU: 99	D: CS 129 *	
182.50 19.00	RB 79 -----	153.40 100.00	687.50 82.00	143.40 55.00	351.20 40.00	397.80 30.00	303.10 26.00	182.50<= 19.00	H: 22.10H N: *****	NU: 18	D: KR 79 *	
182.90 94.00	PT 184 -----	154.90 100.00	182.90<= 94.00	548.40 77.00	731.20 43.00	216.50 17.00	92.60 16.00	394.60 16.00	H: 17.30H N: *****	NU: 32	D: IR 184 *	
183.90 0.30	RH 101M -----	306.76 100.00	545.20 5.60	127.13 1.20	179.50 0.90	237.60 0.50	233.20 0.40	183.90<= 0.30	H: 4.40D N: *****	NU: 8	D: RU 101	
184.20 81.37	TM 166 -----	779.90 100.00	2053.90 89.24	184.20<= 81.37	1275.20 68.63	704.40 55.88	786.60 49.51	673.10 44.36	H: 7.70H N: 0.20400	NU: 77	D: ER 166	
184.20 33.01	TM 168 -----	199.20 100.00	815.90 95.97	447.40 47.02	184.20<= 33.01	741.30 24.18	720.30 23.42	821.10 22.46	H: 93.10D N: 0.52100	NU: 31	D: ER 168	
184.50 100.00	GA 67 -----	184.50<= 100.00	300.20 88.61	393.40 27.43	91.30 13.80	208.96 8.44	404.40 0.84	887.90 0.84	H: 78.00H N: 0.23700	NU: 7	D: ZN 67	
184.53 5.51	DY 155 -----	226.94 100.00	90.32 23.09	511.01 7.35	1088.90 6.10	999.20 5.53	184.53<= 5.51	905.10 5.00	H: 9.60H N: 0.68000	NU: 98	D: TB 155 *	
184.54 100.00	CU 67 -----	184.54<= 100.00	93.31 35.96	91.31 15.53	300.18 1.57	393.57 0.43	208.94 0.23		H: 61.90H N: 0.47000	NU: 6	D: ZN 67	
185.00 100.00	HD 162M -----	185.00<= 100.00	1220.00 78.40	282.90 39.30	937.20 37.30	80.70 31.10	1319.60 7.26	1124.90 4.07	H: 68.00H N: *****	NU: 42	D: HC 162	
185.00 100.00	HD 162 -----	185.00<= 100.00	511.01 97.83	80.00 84.78	930.00 51.09	1220.00 46.74	283.00 32.61		H: 15.00H N: 0.09200	NU: 6	D: DY 162	
185.00 100.00	AU 187 -----	185.00<= 100.00	190.00 78.10	251.00 66.00	432.00 60.00	247.00 45.00	236.00 41.50	181.00 40.00	H: 8.00H N: *****	NU: 7	D: PT 187	
185.30 31.77	IP 181 -----	108.00 100.00	227.70 59.38	319.00 52.08	232.60 35.94	185.30<= 31.77	93.00 25.52	309.00 19.27	H: 5.00H N: *****	NU: 10	D: CS 181 *	
186.00 7.00	PT 182 -----	136.00 100.00	146.00 15.40	210.00 12.00	186.00<= 7.00				H: 2.60H N: *****	NU: 4	D: IR 182 *	
186.17 100.00	AU 193 -----	186.17<= 100.00	255.57 67.00	698.00 63.00	268.22 39.00	173.52 29.00	439.04 19.00	110.28 15.00	H: 17.50H N: *****	NU: 59	D: PT 193	
186.80 59.30	PT 187 -----	106.40 100.00	201.40 81.50	110.00 65.20	284.90 62.60	186.80<= 59.30	709.20 59.00	304.80 49.10	H: 2.30H N: *****	NU: 47	D: IR 187 *	
187.40 35.60	IP 187 -----	912.82 100.00	400.90 82.70	610.86 78.20	977.40 60.90	177.60 54.60	987.20 54.30	187.40<= 35.60	H: 11.00H N: *****	NU: 88	D: CS 187	
188.10 16.15	HD 157 -----	86.50 100.00	341.10 65.38	280.00 40.38	193.40 36.92	272.20 18.08	188.10<= 16.15	896.60 15.77	H: 14.00H N: 0.26000	NU: 98	D: DY 157 *	
188.90 100.00	SR 79 -----	188.90<= 100.00	166.40 73.00	115.70 63.00	559.90 63.00	444.20 37.00	611.20 26.00	255.70 8.00	H: 8.10H N: *****	NU: 7	D: RB 79 *	

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H+HALF LIFE NU:NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D+DAUGHTER NU:NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	K+NORMAL FACTOR
190.00 100.00	KR 81M -----	190.00<=							H: 13.0CS N: 0.65000	NU: 1	D:KR 81
190.00 78.10	AU 187 -----	185.00 100.00	190.00<=	251.00 66.00	432.00 60.00	247.00 45.00	236.00 41.50	181.00 40.00	H: 8.00M N: 0.00000	NU: 7	D:PT 187
191.30 95.00	LU 169 -----	960.30 100.00	191.30<=	1450.40 40.00	889.50 20.00	87.27 13.00	378.60 9.50	1184.50 9.10	H: 34.06H N: 0.00000	NU:95	D:Y 169 *
191.40 11.11	HG 197 -----	77.00 100.00	191.40<=	269.00 0.83					H: 64.14H N: 0.18000	NU: 3	D:AU 197
191.50 100.00	AU 186 -----	191.50<=	298.60 41.00	765.40 17.00	415.50 13.70	798.70 8.60	607.20 8.50	1216.20 6.00	H: 12.00H N: 0.00000	NU:61	D:PT 186 *
192.80 86.53	ER 173 -----	895.20 100.00	199.20 89.26	192.80<=	122.40 38.32	116.14 34.95	800.80 17.85	94.20 8.93	H: 1.40H N: 0.47500	NU: 8	D:TM 173 *
193.00 14.86	LA 132 -----	464.00 100.00	567.00 20.54	193.00<=	1909.00 12.57	663.00 11.76	1031.00 11.49	540.00 8.78	H: 4.50H N: 0.74000	NU:99	D:BA 132
193.40 36.92	HO 157 -----	86.50 100.00	341.10 65.38	280.00 40.38	193.40<=	272.20 18.08	188.10 16.15	896.60 15.77	H: 14.00H N: 0.26000	NU:98	D:OY 157 *
194.40 1.20	PM 141 -----	511.01 100.00	1223.20 2.70	885.80 1.40	194.40<=	1344.30 1.20	622.00 0.59	1565.00 0.54	H: 20.90H N: 0.00000	NU:12	D:ND 141
195.10 25.90	AT 209 -----	545.10 100.00	781.90 94.00	790.30 74.00	195.10<=	239.00 13.50	903.20 9.20	551.30 6.50	H: 5.30H N: 0.00000	NU:39	D:PD 209 *
196.60 100.00	SM 141M -----	196.60<=	431.80 54.40	777.40 27.30	1786.40 14.70	1490.30 12.50	911.30 12.40	1145.10 11.70	H: 22.10H N: 0.00000	NU:47	D:PP 141 *
197.30 100.00	SB 120M -----	197.30<=	1171.70 98.00	1023.30 97.10	89.80 83.30	1113.40 0.88			H: 5.80D N: 0.00000	NU: 5	D:SN 120
197.40 62.00	BI 198 -----	1062.90 100.00	562.00 66.00	197.40<=	317.50 37.00				H: 11.80H N: 0.00000	NU: 4	D:PB 198
197.80 100.00	YB 169 -----	197.80<=	177.00 62.86	130.70 31.43	307.50 31.43	93.61 7.14	110.00 5.14	118.60 5.14	H: 32.00D N: 0.35000	NU: 9	D:TM 169
198.00 100.00	RH 101 -----	198.00<=	127.13 90.00	325.80 23.00	295.40 0.90	439.55 0.06			H: 3.00A N: 0.00000	NU: 5	D:RU 101
198.20 100.00	TM 168 -----	198.20<=	815.90 95.97	447.40 47.02	184.20 33.01	741.30 24.18	720.30 23.42	821.10 22.46	H: 53.10D N: 0.52100	NU:31	D:ER 168
198.60 2.34	SE 75 -----	264.56 100.00	136.00 94.08	279.53 42.30	400.64 20.98	121.11 10.49	198.60<=	303.91 2.30	H:120.40D N: 0.59100	NU:14	D:AS 75
198.80 100.00	LU 168 -----	198.80<=	87.80 43.60	979.20 38.90	884.70 25.50	896.10 24.90	1164.70 21.10	1136.80 20.90	H: 7.00H N: 0.00000	NU:94	D:YB 168
199.20 61.00	TB 156 -----	534.10 100.00	199.20<=	1222.10 46.00	88.93 29.00	1067.00 21.00	1065.00 21.00	356.39 19.00	H: 5.10D N: 0.00000	NU:44	D:GD 156
199.20 89.26	ER 173 -----	895.20 100.00	199.20<=	192.80 86.53	122.40 38.32	116.14 34.95	800.80 17.85	94.20 8.93	H: 1.40H N: 0.47500	NU: 8	D:TM 173 *
199.80 0.10	AU 195 -----	98.84 100.00	129.78 7.26	30.94 6.46	211.10 0.18	199.80<=	0.10		H:183.00D N: 0.11300	NU: 5	D:PT 195
200.35 2.06	HG 195M -----	56.70 100.00	261.75 98.40	560.24 16.30	387.93 4.88	200.35<=	1241.00 1.48	525.80 1.15	H: 40.00H N: 0.00000	NU:37	D:HG 195 *
201.40 81.50	PT 187 -----	106.40 100.00	201.40<=	110.00 65.20	284.90 62.60	186.80 59.30	709.20 59.00	304.80 49.10	H: 2.30H N: 0.00000	NU:47	D:IR 187 *
201.80 1.61	AU 197M -----	278.90 100.00	130.20 4.40	201.80<=	409.10 0.15				H: 7.86S N: 0.72800	NU: 4	D:AU 197
201.80 0.20	HG 197M -----	133.90 100.00	279.00 14.42	165.00 0.93	130.20 0.49	201.80<=	409.10 0.02		H: 24.00H N: 0.43000	NU: 6	D:HG 197 *
201.84 24.36	TA 176 -----	1159.30 100.00	201.84<=	1224.90 23.17	1584.00 22.02	710.49 21.33	1696.50 19.50	1823.60 18.72	H: 8.00H N: 0.21800	NU:99	D:HF 176
202.30 39.00	BA 129 -----	182.30 100.00	214.30 87.00	1459.30 56.00	220.80 53.00	129.10 51.00	202.30<=	420.20 25.00	H: 2.17H N: 0.00000	NU:98	D:CS 129 *
202.40 100.00	Y 90M -----	202.40<=	479.30 95.66						H: 3.10H N: 0.96700	NU: 2	D:Y 90 *
203.00 21.10	HG 187 -----	233.00 100.00	378.00 50.00	271.00 37.00	240.00 33.80	104.00 26.30	220.00 23.20	203.00<=	H: 2.20H N: 0.00000	NU:10	D:AU 187 *
203.10 8.17	MO 90 -----	257.34 100.00	122.37 82.55	511.01 63.21	203.10<=	445.40 8.17	162.93 7.66	941.50 7.10	H: 5.70H N: 0.79100	NU:23	D:NB 90 *
203.30 100.00	IN 109 -----	203.30<=	623.80 7.10	1148.80 7.00	426.20 5.30	650.10 3.80	1622.50 2.00	614.00 2.80	H: 4.30H N: 0.00000	NU:55	D:CD 109 *

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE 1	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
204.12 100.00	TC 95M -----	204.12<=	582.07 55.00	835.13 45.00	786.18 15.00	820.61 8.00	765.80 6.00	1039.25 5.00	H: 60.00D N: 6.000000	NU: 13	D: PC 95	
205.00 100.00	IN 107 -----	205.00<=	505.40 26.50	320.90 20.00	1268.40 9.00	365.60 7.40	728.10 5.80	809.00 5.00	H: 32.00H N: 6.000000	NU: 98	D: CD 107 *	
205.00 68.00	AM 246 -----	205.00<=	679.00 100.00	205.00<=	153.50 48.00	756.00 25.00	834.00 10.00	99.20 9.00	H: 40.00H N: 6.000000	NU: 11	D: CH 246 *	
205.40 2.20	PT 186 -----	205.40<=	689.20 100.00	611.50 8.60	635.60 5.40	366.70 3.30	210.30 2.60	280.80 2.40	H: 2.00H N: 6.000000	NU: 15	D: IR 186 *	
206.36 17.22	CE 135 -----	206.36<=	265.30 100.00	299.85 55.56	605.70 44.44	517.10 30.56	571.20 29.44	782.80 23.33	H: 17.00H N: 0.180000	NU: 43	D: LA 135 *	
206.62 100.00	TA 174 -----	206.62<=	511.01 100.00	1205.87 7.09	1359.40 3.24	1227.10 2.94	1358.10 2.17	310.82 2.14	H: 1.20H N: 0.612000	NU: 97	D: HF 174	
206.90 1.42	GA 65 -----	206.90<=	511.01 100.00	115.10 30.60	61.10 6.56	153.00 4.97	751.80 4.54	53.80 2.73	H: 15.20H N: 1.830000	NU: 74	D: ZN 65 *	
207.00 18.20	HF 170 -----	207.00<=	123.00 100.00	162.00 89.50	620.00 56.40	572.00 45.50	100.00 25.00	347.00 18.60	H: 12.00H N: 6.000000	NU: 9	D: LU 170 *	
207.07 2.58	HG 195 -----	207.07<=	61.43 100.00	779.78 8.42	180.23 5.22	585.11 2.58	207.07<=	56.70 2.52	H: 9.50H N: 6.000000	NU: 33	D: AU 195 *	
207.80 100.00	TM 167 -----	207.80<=	531.50 100.00	346.50 0.02	323.70 0.00	250.20 0.00	266.50 0.00		H: 9.25D N: 0.985000	NU: 6	D: ER 167	
207.80 21.00	TL 193 -----	207.80<=	324.20 100.00	1047.70 54.00	344.10 44.00	676.20 41.00	335.30 27.00	284.60 22.00	H: 21.60H N: 6.000000	NU: 7	D: HG 193 *	
208.08 100.00	TM 164M -----	208.08<=	314.93 100.00	240.49 50.93	547.00 30.27	897.91 29.07	91.39 28.47	1364.60 27.87	H: 5.10H N: 0.183000	NU: 31	D: ER 164	
208.08 1.65	TM 164 -----	208.08<=	511.01 100.00	91.39 9.34	1154.63 2.33	768.92 1.99	208.08<=	860.31 1.56	H: 2.00H N: 0.782000	NU: 93	D: ER 164	
208.20 21.62	AU 199 -----	208.20<=	158.37 100.00	21.62					H: 3.15D N: 0.370000	NU: 2	D: HG 199	
208.94 0.23	CU 67 -----	208.94<=	184.54 100.00	93.31 35.96	91.31 15.53	300.18 1.57	393.57 0.43	208.94<=	H: 61.90H N: 0.470000	NU: 6	D: ZN 67	
208.96 8.44	GA 67 -----	208.96<=	184.50 100.00	300.20 88.61	393.40 27.43	91.30 13.80	208.96<=	494.40 0.84	H: 78.00H N: 0.237000	NU: 7	D: ZN 67	
209.70 24.00	AM 239 -----	209.70<=	277.60 100.00	228.10 86.00	209.70<=	226.10 22.00	181.20 6.90	285.40 5.70	H: 12.10H N: 6.000000	NU: 9	D: PU 239	
209.76 15.87	CM 243 -----	209.76<=	103.75 100.00	277.62 67.31	99.54 64.90	228.20 50.96	117.10 36.54	209.76<=	H: 32.00A N: 0.208000	NU: 15	D: PU 239 *	
209.80 17.39	NP 239 -----	209.80<=	106.10 100.00	277.50 60.87	228.20 55.22	209.80<=	334.10 8.70	315.70 6.52	H: 2.35D N: 0.230000	NU: 9	D: PU 239 *	
210.00 12.00	PT 182 -----	210.00<=	136.00 100.00	146.00 15.40	210.00<=	186.00 7.00			H: 2.60H N: 6.000000	NU: 4	D: IR 182 *	
210.30 2.60	PT 186 -----	210.30<=	689.20 100.00	611.50 8.60	635.60 5.40	366.70 3.30	210.30<=	280.80 2.40	H: 2.00H N: 6.000000	NU: 15	D: IR 186 *	
211.10 0.18	AU 195 -----	211.10<=	98.84 100.00	129.78 7.26	30.94 6.46	211.10<=	199.80 0.18		H: 183.00D N: 0.113000	NU: 5	D: PT 195	
211.15 44.88	ER 161 -----	211.15<=	826.55 100.00	211.15<=	592.65 5.40	76.23 4.86	314.76 4.11	94.13 2.00	H: 3.10H N: 0.615000	NU: 96	D: HG 161 *	
212.30 100.00	TE 121M -----	212.30<=	100.00						H: 154.00D N: 0.820000	NU: 1	D: TE 121 *	
213.45 31.80	PR 135 -----	213.45<=	511.01 100.00	296.12 66.70	82.64 33.30	213.45<=	538.20 19.70	697.50 10.50	H: 22.00H N: 6.000000	NU: 43	D: CE 135 *	
214.30 87.00	BA 129 -----	214.30<=	182.30 100.00	214.30<=	1459.30 56.00	220.80 53.00	129.10 51.00	202.30 39.00	H: 2.17H N: 6.000000	NU: 98	D: CS 129 *	
215.20 100.00	RU 97 -----	215.20<=	324.40 100.00	570.00 0.88	560.60 0.42	108.90 0.16	461.30 0.13	785.50 0.09	H: 2.88D N: 0.910000	NU: 12	D: TC 97 *	
215.40 56.92	RB 84M -----	215.40<=	248.00 100.00	215.40<=	463.70 49.23				H: 21.00H N: 0.650000	NU: 3	D: RB 84 *	
215.70 100.00	TL 191 -----	215.70<=	326.10 100.00	264.70 64.00	336.50 34.00	378.20 27.00	563.40 17.00		H: 5.20H N: 6.000000	NU: 6	D: HG 191 *	
216.30 100.00	TL 180 -----	216.30<=	335.00 100.00	229.00 40.00					H: 1.40H N: 6.000000	NU: 3	D: HG 139 *	
216.40 11.30	RE 184M -----	216.40<=	920.90 100.00	216.40<=	317.60 8.10	536.50 4.90	384.00 4.05	1174.10 1.10	H: 165.00D N: 6.000000	NU: 7	D: RE 184 *	

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
216.50 17.00	PT 184 -----	154.90 100.00	182.90 94.00	548.40 77.00	731.20 43.00	216.50<= 17.00	92.60 16.00	394.60 16.00	H: 17.30H N: *****	NU: 32	D: IR 184 *
216.70 8.60	IR 189 -----	245.00 100.00	69.50 59.00	59.10 21.00	36.20 11.20	275.80 9.00	219.40 8.80	216.70<= 8.60	H: 13.30D N: *****	NU: 25	D: OS 189
217.00 75.00	HG 182 -----	129.00 100.00	217.00<= 75.00	413.00 53.00					H: 11.30S N: *****	NU: 3	D: PT 178 *
217.20 12.00	KR 79 -----	511.01 100.00	261.40 73.33	397.50 53.33	606.00 53.33	306.60 14.67	217.20<= 12.00	389.10 9.33	H: 34.90H N: 0.15000	NU: 38	D: BR 79
217.70 9.90	HO 159 -----	121.00 100.00	132.00 67.00	309.60 42.00	252.90 41.00	177.60 18.00	100.60 11.00	217.70<= 9.90	H: 33.00H N: *****	NU: 58	D: DY 159 *
218.60 9.60	TH 165 -----	242.70 100.00	806.80 33.00	459.90 10.60	218.60<= 9.60	346.60 8.56	356.30 7.80	389.20 7.70	H: 30.06H N: *****	NU: 49	D: ER 165 *
219.00 5.14	BR 74 -----	634.60 100.00	728.30 34.70	1269.10 8.14	1249.60 5.83	1714.60 5.83	615.10 5.57	219.00<= 5.14	H: 43.70H N: *****	NU: 61	D: SE 74
219.40 8.80	IR 189 -----	245.00 100.00	69.50 59.00	59.10 21.00	36.20 11.20	275.80 9.00	219.40<= 8.80	216.70 8.60	H: 13.30D N: *****	NU: 25	D: CS 189
220.00 5.80	K 43 -----	372.90 100.00	617.30 87.00	397.00 14.00	593.30 13.00	220.00<= 5.80	1021.80 2.70	989.90 1.00	H: 22.20H N: *****	NU: 12	D: CA 43
220.00 23.20	HG 187 -----	233.00 100.00	378.00 50.00	271.00 37.00	240.00 33.80	104.00 26.30	220.00<= 23.20	203.00 21.10	H: 2.20H N: *****	NU: 10	D: AU 187 *
220.60 53.00	BA 129 -----	182.30 100.00	114.30 87.00	1459.30 56.00	220.60<= 53.00	123.10 51.00	202.30 39.00	420.20 25.00	H: 2.17H N: *****	NU: 98	D: CS 129 *
222.40 17.90	PB 197M -----	385.60 100.00	222.40<= 17.90	773.00 13.80	895.00 11.60	695.00 10.20	375.30 6.93	957.00 7.32	H: 42.00H N: *****	NU: 17	D: TL 197 *
223.75 94.00	PU 246 -----	49.81 100.00	223.75<= 94.00	179.94 39.00	27.50 14.00	60.60 1.00	255.54 0.92	75.64 0.72	H: 10.90D N: *****	NU: 12	D: AM 246 *
223.80 15.90	IR 185 -----	254.20 100.00	97.30 31.70	100.60 18.30	158.20 18.10	223.80<= 15.90	153.50 15.20	160.70 13.20	H: 14.00H N: *****	NU: 32	D: OS 185 *
225.20 66.00	IN 106 -----	511.01 100.00	1716.50 87.00	632.80 67.00	225.20<= 66.00	861.80 18.00	998.50 6.00	1009.60 4.00	H: 5.38H N: *****	NU: 33	D: CO 106
226.10 22.00	AM 239 -----	277.60 100.00	228.10 86.00	209.70 24.00	226.10<= 22.00	181.20 6.90	285.40 5.70	254.60 0.50	H: 12.10H N: *****	NU: 9	D: PU 239
226.40 14.10	TL 198M -----	411.70 100.00	636.80 95.90	587.40 89.70	282.70 52.50	226.40<= 14.10	489.60 8.60	259.90 7.80	H: 1.87H N: *****	NU: 63	D: TL 198 *
226.94 100.00	DY 155 -----	226.94<= 100.00	90.32 23.09	511.01 7.35	1088.90 6.10	999.20 5.53	184.53 5.51	905.10 5.00	H: 9.60H N: 0.68000	NU: 98	D: TB 155 *
227.70 59.38	IR 181 -----	109.00 100.00	227.70<= 59.38	319.00 52.08	232.60 35.94	185.30 31.77	93.00 25.52	309.00 19.27	H: 5.00H N: *****	NU: 10	D: OS 181 *
228.10 86.00	AM 239 -----	277.60 100.00	228.10<= 86.00	209.70 24.00	226.10 22.00	181.20 6.90	285.40 5.70	254.60 0.50	H: 12.10H N: *****	NU: 9	D: PU 239
228.20 55.22	NP 239 -----	106.10 100.00	277.50 60.87	228.20<= 55.22	209.80 17.39	334.10 8.70	315.70 6.52	285.00 2.74	H: 2.35D N: 0.23000	NU: 9	D: PU 239 *
228.20 15.00	AM 243 -----	285.47 100.00	74.67 86.84	106.14 36.58	103.75 29.21	99.54 19.08	277.62 18.68	228.20<= 15.00	H: 795.01E N: 0.76000	NU: 16	D: NP 239 *
228.20 50.96	CM 243 -----	103.75 100.00	277.62 67.31	99.54 64.90	228.20<= 50.96	117.10 36.54	209.76 15.87	120.60 12.50	H: 32.00A N: 0.20800	NU: 15	D: PU 239 *
229.00 40.00	TL 189 -----	216.30 100.00	335.00 70.00	229.00<= 40.00					H: 1.40H N: *****	NU: 3	D: HG 189 *
229.25 100.00	GD 147 -----	229.25<= 100.00	396.02 53.10	929.10 33.10	370.00 27.10	766.00 18.20	893.60 13.80	1069.50 12.30	H: 35.00H N: *****	NU: 96	D: EU 147 *
229.50 0.87	HF 175 -----	343.60 100.00	89.60 3.60	432.80 1.80	229.50<= 0.87	113.80 0.35			H: 70.00D N: *****	NU: 5	D: LU 175
230.30 0.10	GD 146 -----	154.70 100.00	115.60 88.59	114.70 86.58	269.50 0.20	230.30<= 0.10			H: 48.30D N: 0.44700	NU: 5	D: EU 146 *
231.60 100.00	SR 85M -----	231.60<= 100.00	151.22 14.12	238.60 0.39					H: 67.60H N: 0.95000	NU: 3	D: SR 85 *
232.00 100.00	Y P5 -----	232.00<= 100.00	2123.00 25.00	768.00 20.00	1404.00 15.43	2173.00 11.13	1220.00 7.60	1029.00 7.42	H: 4.90H N: 0.22100	NU: 29	D: SR 85 *
232.60 35.94	IR 181 -----	109.00 100.00	227.70 59.38	319.00 52.08	232.60<= 35.94	185.30 31.77	93.00 25.52	309.00 19.27	H: 5.00H N: *****	NU: 10	D: OS 181 *
233.00 100.00	HG 187 -----	233.00<= 100.00	378.00 50.00	271.00 37.00	240.00 33.80	104.00 26.30	220.00 23.20	203.00 21.10	H: 2.20H N: *****	NU: 10	D: AU 187 *

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
233.20 0.40	RH 101H -----	306.76 100.00	545.20 5.60	127.13 1.20	179.50 0.90	237.60 0.50	233.20<= 0.40	183.90 0.30	H: 4.40D N: *****	NU: 8	D:RU 101	
234.20 0.60	OS 185 -----	646.11 100.00	874.81 8.06	880.27 6.65	717.42 5.37	592.07 1.66	162.70 0.81	234.20<= 0.60	H: 94.00D N: 0.78200	NU:11	D:RE 185	
236.00 41.50	AU 187 -----	185.00 100.00	190.00 78.10	251.00 66.00	432.00 60.00	247.00 45.00	236.00<= 41.50	181.00 40.00	H: 8.00H N: *****	NU: 7	D:PT 187	
236.20 14.00	IR 182 -----	273.00 100.00	127.20 80.00	912.30 20.70	236.20<= 14.00	890.90 13.50	764.00 12.50	790.10 7.33	H: 15.00H N: *****	NU:68	D:OS 182 *	
236.30 2.90	OS 183 -----	381.80 100.00	114.43 27.00	167.90 10.00	851.00 5.00	236.30<= 2.90	145.43 1.90	1162.70 1.50	H: 14.00H N: *****	NU:37	D:RE 183 *	
236.70 100.00	HG 184 -----	236.70<= 100.00	156.40 67.30	295.80 13.10	259.50 8.12	262.90 5.54	159.50 5.20	422.00 4.00	H: 32.20S N: *****	NU:14	D:\$\$\$\$\$	
237.00 10.60	AU 184 -----	163.20 100.00	273.10 76.70	361.90 32.40	594.00 14.80	777.00 12.80	486.30 11.90	237.00<= 10.60	H: 47.00S N: *****	NU:28	D:\$\$\$\$\$	
237.60 0.50	RH 101H -----	306.76 100.00	545.20 5.60	127.13 1.20	179.50 0.90	237.60<= 0.50	233.20 0.40	183.90 0.30	H: 4.40D N: *****	NU: 8	D:RU 101	
238.60 0.39	SR 85H -----	231.60 100.00	151.22 14.12	238.60<= 0.39					H: 67.60H N: 0.85000	NU: 3	D:SR 85 *	
239.00 100.00	BR 77 -----	239.00<= 100.00	520.00 85.71	297.00 15.00	250.00 10.36	579.00 10.36	88.00 8.93	282.00 8.21	H: 57.00H N: 0.28000	NU:32	D:SE 77	
239.00 2.31	GD 151 -----	153.57 100.00	243.22 89.90	174.65 48.30	21.54 46.20	307.43 16.50	239.00<= 2.31	353.51 2.04	H:120.00D N: *****	NU:19	D:EU 151	
239.00 13.50	AT 209 -----	545.10 100.00	781.90 94.00	790.30 74.00	195.10 25.90	239.00<= 13.50	903.20 9.20	551.30 6.50	H: 5.30H N: *****	NU:39	D:PO 209 *	
240.00 33.80	HG 187 -----	233.00 100.00	378.00 50.00	271.00 37.00	240.00<= 33.80	104.00 26.30	220.00 23.20	203.00 21.10	H: 2.20H N: *****	NU:10	D:AU 187 *	
240.49 50.93	TH 164H -----	208.08 100.00	314.93 65.57	240.49<= 50.93	547.00 30.27	897.91 29.07	91.39 28.47	1364.60 27.87	H: 5.10H N: 0.18300	NU:31	D:ER 164	
241.40 1.90	OS 182 -----	509.90 100.00	180.20 68.00	55.50 18.00	263.20 13.50	130.80 6.50	274.30 3.40	241.40<= 1.90	H: 21.00H N: *****	NU:33	D:RE 182 *	
241.40 21.00	HG 191 -----	252.60 100.00	420.30 33.00	578.70 31.00	274.10 23.00	241.40<= 21.00	536.10 14.00	371.00 11.00	H: 50.80H N: *****	NU:79	D:AU 191*	
241.90 22.86	PR 133 -----	511.01 100.00	134.30 57.14	315.60 48.57	74.00 42.29	465.00 28.57	330.80 24.57	241.90<= 22.86	H: 6.50H N: *****	NU:52	D:CE 133 *	
241.92 17.21	RA 226 -----	609.40 100.00	351.99 81.40	295.22 41.86	1764.70 39.53	1120.40 32.56	241.92<= 17.21	1238.20 14.88	H:160.01E N: 0.43000	NU:62	D:RN 222 *	
242.70 100.00	TH 165 -----	242.70<= 100.00	806.80 33.00	459.90 10.60	218.60 9.60	346.60 8.56	356.30 7.80	389.20 7.70	H: 30.06H N: *****	NU:49	D:ER 165 *	
243.22 89.90	GD 151 -----	153.57 100.00	243.22<= 89.90	174.65 48.30	21.54 46.20	307.43 16.50	239.00 2.31	353.51 2.04	H:120.00D N: *****	NU:19	D:EU 151	
243.41 10.31	ZN 62 -----	40.67 100.00	548.29 62.22	243.41<= 10.31	393.84 9.24	247.02 8.27	260.41 5.96	636.90 3.31	H: 9.75H N: 0.22500	NU: 9	D:NI 62	
243.50 75.00	PT 189 -----	721.40 100.00	607.60 87.00	94.34 82.00	568.90 76.00	243.50<= 75.00	544.90 62.00	141.18 45.00	H: 10.90H N: *****	NU:99	D:IR 189 *	
244.40 2.50	RB 77 -----	66.60 100.00	178.90 38.00	393.50 13.00	150.10 7.50	254.30 3.10	244.40<= 2.50		H: 3.90H N: *****	NU: 6	D:KR 77 *	
245.00 30.21	DY 153 -----	80.80 100.00	82.50 100.00	100.00 88.54	255.00 66.67	274.00 57.29	148.00 38.54	245.00<= 30.21	H: 6.29H N: 0.09600	NU: 7	D:TB 153 *	
245.00 100.00	IR 189 -----	245.00<= 100.00	69.50 59.00	59.10 21.00	36.20 11.20	275.80 9.00	219.40 8.80	216.70 8.60	H: 13.30D N: *****	NU:25	D:OS 189	
245.00 22.00	PB 200 -----	1026.30 100.00	462.00 63.00	419.60 53.00	245.00<= 22.00	493.60 7.60	545.70 4.60	810.20 4.20	H: 21.50H N: *****	NU:10	D:TL 200 *	
245.30 100.00	IN 111 -----	245.30<= 100.00	171.20 94.68						H: 2.81D N: 0.94000	NU: 2	D:CD 111	
245.30 80.00	AT 210 -----	1181.40 100.00	245.30<= 80.00	1483.30 46.80	1436.70 29.20	1599.50 13.50	955.80 1.81	817.20 1.72	H: 8.30H N: 1.00000	NU:59	D:PO 210 *	
245.60 15.00	AG 111 -----	341.90 100.00	245.60<= 15.00	96.90 2.38	620.60 0.43	866.70 0.14	524.40 0.00		H: 7.45D N: 0.08000	NU: 6	D:CD 111	
247.00 45.00	AU 187 -----	185.00 100.00	190.00 78.10	251.00 66.00	432.00 60.00	247.00<= 45.00	236.00 41.50	181.00 40.00	H: 8.00H N: *****	NU: 7	D:PT 187	
247.02 8.27	ZN 62 -----	40.67 100.00	548.29 62.22	243.41 10.31	393.84 9.24	247.02<= 8.27	260.41 5.96	636.90 3.31	H: 9.75H N: 0.22500	NU: 9	D:NI 62	

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER	D: DAUGHTER OF ENERGIES IN TABLE 1	N: NORMAL FACTOR
248.00 100.00	RB 84H -----	248.00<= 100.00	215.40 56.92	463.70 49.23						H: 21.00M N: 0.65000	NU: 3	D: RB 84 *
248.30 0.08	J 123 -----	159.10 100.00	529.00 1.33	440.40 0.42	538.50 0.33	505.60 0.31	248.30<= 0.08	281.00 0.08		H: 13.30H N: 0.83000	NU: 14	D: TE 123
250.00 10.36	BR 77 -----	239.00 100.00	520.00 85.71	297.00 15.00	250.00<= 10.36	579.00 10.36	88.00 8.93	282.00 8.21		H: 57.00H N: 0.28000	NU: 32	D: SE 77
250.20 0.00	TM 167 -----	207.80 100.00	531.50 1.52	346.50 0.02	323.70 0.00	250.20<= 0.00	266.50 0.00			H: 9.25D N: 0.98500	NU: 6	D: ER 167
250.30 87.04	CL 39 -----	1267.20 100.00	250.30<= 87.04	1517.40 70.37	1091.00 4.81	985.80 4.07	1561.60 0.57	1312.10 0.54		H: 56.20M N: 0.54000	NU: 11	D: AR 39 *
251.00 66.00	AU 187 -----	185.00 100.00	190.00 78.10	251.00<= 66.00	432.00 60.00	247.00 45.00	236.00 41.50	181.00 40.00		H: 8.00M N: *****	NU: 7	D: PT 187
252.00 16.20	KR 76 -----	315.70 100.00	270.20 54.47	45.50 50.00	406.50 30.73	451.90 25.14	252.00<= 16.20	355.30 12.60		H: 14.80H N: 0.35800	NU: 52	D: BR 76 *
252.60 100.00	HG 191 -----	252.60<= 100.00	420.30 33.00	578.70 31.00	274.10 23.00	241.40 21.00	536.10 14.00	371.00 11.00		H: 50.80M N: *****	NU: 79	D: AU 191*
252.60 0.80	TL 208 -----	2614.60 100.00	583.06 86.00	510.80 23.00	860.37 12.00	277.35 6.90	763.13 1.80	252.60<= 0.80		H: 3.05M N: 1.00000	NU: 16	D: PB 208
252.70 100.00	XE 121 -----	252.70<= 100.00	132.80 86.50	445.20 61.50	310.50 43.00	95.70 35.50	175.80 33.50	300.70 20.50		H: 40.10M N: *****	NU: 98	D: J 121 *
252.70 7.01	RE 184 -----	903.00 100.00	791.90 98.95	111.10 48.03	894.50 43.04	252.70<= 7.01	641.80 5.20	769.70 1.80		H: 38.00D N: 0.38100	NU: 17	D: W 184
252.70 3.94	CF 249 -----	388.10 100.00	333.30 22.73	109.30 5.61	252.70<= 3.94	104.60 3.64	123.40 2.12	266.60 1.09		H: 360.00A N: 0.66000	NU: 13	D: CP 245 *
252.90 41.00	HO 159 -----	121.00 100.00	132.00 67.00	309.60 42.00	252.90<= 41.00	177.60 18.00	100.60 11.00	217.70 9.90		H: 33.00M N: *****	NU: 58	D: DY 159 *
253.80 66.70	SE 73H -----	511.01 100.00	253.80<= 66.70	84.50 5.60	393.30 4.90	401.60 3.80	577.50 2.90	320.40 2.60		H: 43.00M N: *****	NU: 32	D: AS 73 *
253.90 93.00	SB 118M -----	1229.50 100.00	1050.80 98.00	253.90<= 93.00	511.01 32.00	41.00 18.00	1091.80 2.40	984.00 1.50		H: 5.10H N: 0.01000	NU: 8	D: SN 118
254.20 100.00	IR 185 -----	254.20<= 100.00	97.30 31.70	100.60 18.30	158.20 18.10	223.80 15.90	153.50 15.20	160.70 13.20		H: 14.00H N: *****	NU: 32	D: CS 185 *
254.30 3.10	RB 77 -----	66.60 100.00	178.90 38.00	393.50 13.00	150.10 7.50	254.30<= 3.10	244.40 2.50			H: 3.90M N: *****	NU: 6	D: KR 77 *
254.50 15.90	EU 149 -----	327.50 100.00	277.00 85.13	254.50<= 15.90	528.50 13.59	350.00 8.72	558.40 1.59	535.90 1.18		H: 106.00D N: 0.03900	NU: 13	D: SM 149
254.60 0.50	AM 239 -----	277.60 100.00	228.10 86.00	209.70 24.00	226.10 22.00	181.20 6.90	285.40 5.70	254.60<= 0.50		H: 12.10H N: *****	NU: 9	D: PU 239
254.70 1.50	PR 139 -----	511.01 100.00	1347.40 2.78	1630.60 1.94	254.70<= 1.50	1357.70 0.94	1320.00 0.36	1596.60 0.28		H: 4.50H N: 0.18000	NU: 13	D: CE 139 *
255.00 66.67	DY 153 -----	80.80 100.00	82.50 100.00	100.00 88.54	255.00<= 66.67	274.00 57.29	148.00 38.54	245.00 30.21		H: 6.29H N: 0.09600	NU: 7	D: TB 153 *
255.04 3.23	SN 113 -----	391.65 100.00	255.04<= 3.23							H: 115.10D N: 0.64100	NU: 2	D: IN 113 *
255.40 5.46	TL 194 -----	428.20 100.00	639.30 68.20	749.00 45.50	735.00 13.20	255.40<= 5.46	645.20 5.46	510.90 5.00		H: 33.00M N: *****	NU: 34	D: HG 194
255.54 0.92	PU 246 -----	43.81 100.00	223.75 94.00	179.94 39.00	27.58 14.00	66.60 1.00	255.54<= 0.92	75.64 0.72		H: 10.90D N: *****	NU: 13	D: AP 246 *
255.57 67.00	AU 193 -----	186.17 100.00	255.57<= 67.00	698.00 63.00	268.22 39.00	173.52 29.00	439.04 19.00	110.28 15.00		H: 17.50H N: *****	NU: 59	D: PT 193
255.70 8.00	SR 79 -----	188.90 100.00	166.40 73.00	115.70 63.00	559.90 63.00	444.20 37.00	611.20 26.00	255.70<= 8.00		H: 8.10M N: *****	NU: 7	D: RB 79 *
256.60 100.00	RA 214H -----	256.60<= 100.00	87.30 16.20	180.40 6.71	74.90 5.17					H: 0.0 N: *****	NU: 4	D: \$\$\$\$
257.34 100.00	MO 90 -----	257.34<= 100.00	122.37 82.55	511.01 63.21	203.10 8.17	445.40 7.75	162.93 7.66	941.50 7.10		H: 5.70H N: 0.79100	NU: 23	D: NB 90 *
257.90 8.00	PA 234H -----	1001.20 100.00	766.60 34.30	743.00 9.50	257.90<= 8.00	786.40 5.75	1738.20 2.00	1831.50 1.83		H: 1.18M N: *****	NU: 63	D: U 234
259.50 8.12	HG 184 -----	236.70 100.00	156.40 67.30	255.80 13.10	259.50<= 8.12	262.90 5.54	159.50 5.20	422.00 4.00		H: 32.20S N: *****	NU: 14	D: \$\$\$\$
259.90 7.80	TL 198H -----	411.70 100.00	636.80 95.90	587.40 89.70	282.70 52.50	226.40 14.10	489.60 8.60	259.90<= 7.80		H: 1.87H N: *****	NU: 63	D: TL 198 *

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN	D: DAUGHTER NU: NUMBER OF ENERGIES IN	N: NORMAL FACTOR TABLE I
260.00 4.30	IN 121 -----	925.30 100.00	657.70 6.00	260.00<= 4.30						H: 25.00S N: *****	NU: 3	D: SN 121 *
260.41 5.96	ZN 62 -----	40.87 100.00	548.29 62.22	243.41 10.31	393.84 9.24	247.02 8.27	260.41<= 5.96	636.90 3.31		H: 9.75H N: 0.22500	NU: 9	D: NI 62
261.40 73.33	KR 79 -----	511.01 100.00	261.40<= 73.33	357.50 53.33	606.00 53.33	306.60 14.67	217.20 12.00	389.10 9.33		H: 34.90H N: 0.15000	NU: 38	D: BR 79
261.75 98.40	HG 195M -----	56.70 100.00	261.75<= 98.40	560.24 16.30	387.93 4.88	200.35 2.06	1241.00 1.48	525.80 1.15		H: 40.00H N: *****	NU: 37	D: HG 195 *
261.75 2.52	HG 195 -----	61.43 100.00	779.78 8.42	180.23 5.22	585.11 2.58	207.07 2.58	56.70 2.57	261.75<= 2.52		H: 9.50H N: *****	NU: 33	D: AU 195 *
262.90 5.54	HG 184 -----	236.70 100.00	156.40 67.30	295.80 13.10	259.50 8.12	262.90<= 5.54	159.50 5.20	422.00 4.00		H: 32.20S N: *****	NU: 14	D: \$\$\$\$
263.10 53.00	MO 93M -----	1477.20 100.00	684.70 92.00	263.10<= 53.00	1364.70 0.94	113.90 0.70	947.87 0.20			H: 6.90H N: *****	NU: 6	D: MO 93 *
263.20 14.20	TB 155 -----	86.60 100.00	105.36 72.50	162.30 23.50	180.10 22.00	263.20<= 14.20	146.60 7.20	60.04 5.00		H: 5.32D N: *****	NU: 16	D: GD 155
263.20 13.50	OS 182 -----	509.90 100.00	180.20 68.00	55.50 18.00	263.20<= 13.50	130.80 6.50	274.30 3.40	241.40 1.90		H: 21.00H N: *****	NU: 33	D: RE 182 *
263.50 28.00	PD 99 -----	136.40 100.00	263.50<= 28.00	673.00 19.00	399.60 6.60	386.00 5.80	785.00 5.00	427.50 4.30		H: 22.00H N: *****	NU: 12	D: RH 99 *
264.00 50.00	AU 182 -----	155.00 100.00	264.00<= 50.00							H: 19.00S N: *****	NU: 2	D: PT 182 *
264.30 100.00	IR 184 -----	264.30<= 100.00	120.20 45.00	390.60 38.50	961.10 19.00	841.00 12.00	1105.00 9.50	943.30 9.40		H: 3.20H N: *****	NU: 66	D: OS 184
264.56 100.00	SE 75 -----	264.56<= 100.00	136.00 94.08	279.53 42.30	400.64 20.98	121.11 10.49	198.60 2.34	303.91 2.30		H: 120.40D N: 0.59100	NU: 14	D: AS 75
264.70 46.00	TL 191 -----	215.70 100.00	326.10 64.00	264.70<= 46.00	336.50 34.00	378.20 27.00	561.40 17.00			H: 5.20M N: *****	NU: 6	D: HG 191 *
265.30 100.00	CE 135 -----	265.30<= 100.00	299.85 55.56	605.70 44.44	517.10 30.56	571.20 29.44	782.80 23.33	206.36 17.22		H: 17.00H N: 0.18000	NU: 43	D: LA 135 *
265.60 100.00	AU 186 -----	265.60<= 100.00	339.90 23.50	605.60 14.60	405.00 8.20	670.40 7.35	532.90 5.49	1083.90 5.45		H: 8.00M N: *****	NU: 96	D: PT 188 *
266.50 0.00	TM 167 -----	207.80 100.00	531.50 1.52	346.50 0.02	323.70 0.00	250.20 0.00	266.50<= 0.00			H: 9.25D N: 0.98500	NU: 6	D: ER 167
266.60 1.09	CF 249 -----	388.10 100.00	333.30 22.73	109.30 5.61	252.70 3.94	104.60 3.64	123.40 2.12	266.60<= 1.09		H: 360.00A N: 0.66000	NU: 13	D: CF 245 *
268.22 39.00	AU 193 -----	186.17 100.00	55.57 67.00	698.00 63.00	268.22<= 39.00	173.52 29.00	439.04 19.00	110.28 15.00		H: 17.50H N: *****	NU: 59	D: PT 193
269.00 0.83	HG 197 -----	77.00 100.00	191.40 11.11	269.00<= 0.83						H: 64.14H N: 0.18000	NU: 3	D: AU 197
269.50 0.20	GD 146 -----	154.70 100.00	115.60 88.50	114.70 86.58	269.50<= 0.20	230.30 0.10				H: 48.30D N: 0.44700	NU: 5	D: EU 146 *
269.66 30.90	PD 101 -----	296.25 100.00	590.36 62.00	269.66<= 30.90	24.40 20.30	565.77 18.00	723.76 12.00	1289.03 12.00		H: 8.30H N: *****	NU: 48	D: RH 101M*
270.00 13.00	AC 228 -----	911.10 100.00	568.90 59.90	338.40 42.40	964.60 19.90	794.80 16.30	462.80 15.90	270.00<= 13.00		H: 6.13H N: *****	NU: 95	D: TH 228 *
270.20 54.47	KR 76 -----	315.70 100.00	270.20<= 54.47	45.50 50.00	406.50 30.73	451.90 25.14	252.00 16.20	355.30 12.60		H: 14.80H N: 0.35800	NU: 52	D: BR 76 *
270.41 100.00	HF 182 -----	270.41<= 100.00	156.00 9.00	114.33 3.30	172.50 0.24	97.89 0.10				H: 900.04E N: *****	NU: 5	D: TA 182 *
271.00 37.00	HG 187 -----	233.00 100.00	378.00 50.00	271.00<= 37.00	240.00 33.80	104.00 26.30	220.00 23.20	203.00 21.10		H: 2.20M N: *****	NU: 10	D: AU 187 *
271.10 14.00	TB 152 -----	344.30 100.00	511.01 20.00	586.30 15.00	271.10<= 14.00	778.90 8.90	411.10 6.30	974.10 4.80		H: 17.50H N: *****	NU: 54	D: GD 152
271.19 100.00	SC 44M -----	271.19<= 100.00	1157.00 3.14							H: 2.44D N: 0.86000	NU: 2	D: SC 44 *
272.00 6.25	GD 149 -----	149.60 100.00	298.50 54.17	346.50 43.75	749.20 14.79	430.00 14.17	788.60 12.71	272.00<= 6.25		H: 9.40D N: 0.48000	NU: 25	D: EU 149 *
272.20 18.00	HO 157 -----	86.50 100.00	341.10 65.38	280.00 40.38	193.40 36.92	272.20<= 18.00	188.10 16.15	896.60 15.77		H: 14.00M N: 0.26000	NU: 99	D: DY 157 *
272.90 15.00	LU 174M -----	1241.50 100.00	991.70 16.00	272.90<= 15.00	175.90 13.00	1264.00 0.48	1318.00 0.42			H: 140.00D N: *****	NU: 6	D: LU 174 *

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
272.97 25.00	GE 66 -----	511.01 100.00	381.85 65.00	108.85 27.00	272.97<= 25.00	338.05 19.00	470.62 18.00	65.20 16.00	H: 2.40H N: 0.00000	NU: 89	D: GA 66 *	
273.00 100.00	IR 182 -----	273.00<= 100.00	127.20 80.00	912.30 20.70	236.20 14.00	890.90 13.50	764.00 12.50	790.10 7.33	H: 15.00H N: 0.00000	NU: 68	D: OS 182 *	
273.10 76.70	AU 184 -----	163.20 100.00	273.10<= 76.70	361.90 32.40	594.00 14.80	777.00 12.80	486.30 11.90	237.00 10.60	H: 47.00S N: 0.00000	NU: 28	D: \$\$\$\$	
273.40 4.51	ZN 60 -----	511.01 100.00	670.20 25.85	61.50 10.26	273.40<= 4.51	334.40 3.76	364.60 1.36	572.40 1.06	H: 2.33H N: 1.95000	NU: 8	D: CU 60 *	
273.76 13.00	CS 136 -----	818.48 100.00	1048.10 81.00	340.60 45.00	1235.41 20.00	66.90 14.00	176.75 13.00	273.76<= 13.00	H: 13.00D N: 1.00000	NU: 15	D: BA 136	
274.00 57.20	DY 153 -----	80.80 100.00	82.50 100.00	100.00 88.54	255.00 66.67	274.00<= 57.29	148.00 38.54	245.00 30.21	H: 6.25H N: 0.09600	NU: 7	D: TB 153 *	
274.10 23.00	HG 191 -----	252.60 100.00	420.30 33.00	578.70 31.00	274.10<= 23.00	241.40 21.00	536.10 14.00	371.00 11.00	H: 50.80H N: 0.00000	NU: 79	D: AU 191 *	
274.30 3.40	OS 182 -----	509.90 100.00	180.20 68.00	55.50 18.00	263.20 13.50	130.80 6.50	274.30<= 3.40	241.40 1.90	H: 21.00H N: 0.00000	NU: 33	D: RE 182 *	
275.80 9.00	IR 189 -----	245.00 100.00	69.50 59.00	59.10 21.00	36.20 11.20	275.80<= 9.00	219.40 8.80	216.70 8.60	H: 13.30D N: 0.00000	NU: 25	D: OS 189	
276.00 100.00	BA 133H -----	276.00<= 100.00							H: 38.90H N: 0.17000	NU: 1	D: BA 133 *	
276.10 1.96	KR 77 -----	511.01 100.00	129.70 52.91	146.50 24.94	312.10 2.15	276.10<= 1.96	106.00 0.82	734.60 0.22	H: 1.20H N: 1.58000	NU: 28	D: BR 77 *	
276.40 11.65	BA 133 -----	356.03 100.00	81.00 57.53	302.84 29.81	383.84 14.33	276.40<= 11.65	79.65 4.58	53.21 3.54	H: 10.35A N: 0.62400	NU: 9	D: CS 133	
277.00 85.13	EU 149 -----	327.50 100.00	277.00<= 85.13	254.50 15.90	528.50 13.59	350.00 8.72	558.40 1.59	535.90 1.18	H: 106.00D N: 0.03900	NU: 13	D: SP 149	
277.35 6.90	TL 208 -----	2614.60 100.00	583.06 86.00	510.80 23.00	860.37 12.00	277.35<= 6.90	763.13 1.80	252.60 0.80	H: 3.05H N: 1.00000	NU: 16	D: PB 208	
277.50 60.87	NP 239 -----	106.10 100.00	277.50<= 60.87	228.20 55.22	209.80 17.39	334.10 8.70	315.70 6.52	285.00 2.74	H: 2.35D N: 0.23000	NU: 9	D: PU 239 *	
277.60 100.00	AM 239 -----	277.60<= 100.00	228.10 86.00	209.70 24.00	226.10 22.00	181.20 6.90	285.40 5.70	254.60 0.50	H: 12.10H N: 0.00000	NU: 9	D: PU 239	
277.62 18.63	AM 243 -----	285.47 100.00	74.67 86.84	106.14 36.58	103.75 29.21	99.54 19.08	277.62<= 18.68	228.20 15.00	H: 755.01E N: 0.76000	NU: 16	D: NP 239 *	
277.62 67.31	CM 243 -----	103.75 100.00	277.62<= 67.31	99.54 64.90	228.20 50.96	117.10 36.54	209.76 15.87	120.60 12.50	H: 32.00A N: 0.20800	NU: 15	D: PU 239 *	
278.80 4.06	CS 129 -----	372.00 100.00	411.70 73.20	549.00 10.80	318.40 7.85	278.80<= 4.06	588.50 1.86	93.50 1.40	H: 32.10H N: 0.00000	NU: 13	D: XE 129	
278.90 100.00	AU 197H -----	278.90<= 100.00	130.20 4.40	201.80 1.61	409.10 0.15				H: 7.86S N: 0.72800	NU: 4	D: AU 197	
279.00 14.42	HG 197H -----	133.90 100.00	279.00<= 14.42	165.00 0.93	130.20 0.49	201.80 0.20	409.10 0.02		H: 24.00H N: 0.43000	NU: 6	D: HG 197 *	
279.16 100.00	PB 203 -----	279.16<= 100.00	401.32 4.57	680.50 0.91					H: 52.10H N: 0.80500	NU: 3	D: TL 203	
279.53 42.30	SE 75 -----	244.56 100.00	136.00 94.08	279.53<= 42.30	400.64 20.98	121.11 10.49	198.60 2.34	303.01 2.30	H: 120.40D N: 0.59100	NU: 14	D: AS 75	
280.00 40.38	HO 157 -----	86.50 100.00	341.10 65.38	280.00<= 40.38	193.40 36.92	272.20 18.08	188.10 16.15	896.60 15.77	H: 14.00H N: 0.26000	NU: 98	D: DY 157 *	
280.44 72.34	AG 105 -----	344.52 100.00	280.44<= 72.34	443.37 27.90	644.55 27.66	63.98 25.53	331.51 10.73	319.16 10.64	H: 40.00D N: 0.42300	NU: 34	D: PD 105	
280.80 2.40	PT 186 -----	689.20 100.00	611.50 8.60	635.60 5.40	366.70 3.30	210.30 2.60	280.80<= 2.40	205.40 2.20	H: 2.00H N: 0.00000	NU: 15	D: IR 186 *	
281.00 0.08	J 123 -----	159.10 100.00	529.00 1.33	440.40 0.42	538.50 0.33	505.60 0.31	248.30 0.08	281.00<= 0.08	H: 13.30H N: 0.83000	NU: 14	D: TE 123	
282.00 8.21	BR 77 -----	239.00 100.00	520.00 85.71	297.00 15.00	250.00 10.36	579.00 10.36	88.00 8.93	282.00<= 8.21	H: 57.00H N: 0.28000	NU: 32	D: SE 77	
282.70 52.50	TL 198H -----	411.70 100.00	636.80 95.90	587.40 89.70	282.70<= 52.50	226.40 14.10	489.60 8.60	259.90 7.80	H: 1.87H N: 0.00000	NU: 63	D: TL 198 *	
282.90 39.30	HO 162H -----	185.00 100.00	1220.00 78.40	282.90<= 39.30	937.20 27.30	80.70 31.10	1319.60 7.26	1124.90 4.07	H: 68.00H N: 0.00000	NU: 42	D: HO 162	
283.00 10.83	CU 61 -----	511.01 100.00	283.00<= 10.83	656.01 8.00	67.60 3.58	1185.00 3.00	373.60 1.58	598.60 1.00	H: 3.35H N: 1.20000	NU: 25	D: NI 61	

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H: HALF LIFE NU: NUMBER OF	D: DAUGHTER NU: NUMBER OF	N: NORMAL FACTOR IN TABLE 1
283.00 32.61	HO 162 -----	165.00 100.00	511.01 97.83	80.00 84.78	930.00 51.09	1220.00 46.74	283.00<= 32.61		H: 15.00H N: 0.09200	NU: 6	D: DY 162
284.60 22.00	TL 193 -----	324.20 100.00	1047.70 54.00	344.10 44.00	676.20 41.00	335.30 27.00	284.60<= 22.00	207.80 21.00	H: 21.60H N: *****	NU: 7	D: HG 193 *
284.90 62.60	PT 187 -----	166.40 100.00	201.40 81.50	110.00 65.20	284.90<= 62.60	186.80 59.30	709.20 59.00	304.80 49.10	H: 2.30H N: *****	NU: 47	D: IR 187 *
285.00 2.74	NP 239 -----	166.10 100.00	277.50 60.87	228.20 55.22	209.80 17.39	334.10 8.70	315.70 6.52	285.00<= 2.74	H: 2.350 N: 0.23000	NU: 9	D: PU 239 *
285.40 5.70	AM 239 -----	277.60 100.00	228.10 86.00	209.70 24.00	226.10 22.00	181.20 6.90	285.40<= 5.70	254.60 0.50	H: 12.10H N: *****	NU: 9	D: PU 239
285.47 100.00	AM 243 -----	285.47<= 100.00	74.67 86.84	106.14 36.58	103.75 29.21	99.54 19.08	277.62 18.68	228.20 15.00	H: 795.01E N: 0.76000	NU: 16	D: NP 239 *
286.50 60.00	BR 75 -----	511.01 100.00	286.50<= 60.00	141.20 4.53	427.80 3.00	431.80 2.67	377.40 2.67	292.90 1.80	H: 101.50H N: 1.50000	NU: 56	D: SE 75 *
288.00 13.04	PM 148H -----	550.20 100.00	629.90 95.65	725.70 34.78	915.40 21.74	1013.80 21.74	414.10 19.57	288.00<= 13.04	H: 41.80D N: 0.92000	NU: 13	D: SM 148
288.60 2.20	XE 122 -----	564.00 100.00	350.10 44.00	148.70 16.00	416.90 11.00	90.60 2.80	288.60<= 2.20	61.80 1.80	H: 20.10H N: *****	NU: 15	D: J 122 *
290.00 0.00	DY 159 -----	58.20 100.00	348.00 0.02	80.00 0.00	290.00<= 0.00				H: 144.00D N: 0.04000	NU: 4	D: TB 159
292.90 1.80	BR 75 -----	511.01 100.00	286.50 60.00	141.20 4.53	427.80 3.00	431.80 2.67	377.40 2.67	292.90<= 1.80	H: 101.50H N: 1.50000	NU: 56	D: SE 75 *
294.90 13.83	PD 103 -----	39.75 100.00	357.20 80.46	497.00 18.27	294.90<= 13.83	62.40 4.85	317.40 0.08	443.90 0.04	H: 18.40D N: 0.00079	NU: 8	D: RH 103
295.00 35.00	HF 171 -----	1072.00 100.00	662.00 76.00	123.00 50.00	469.00 42.00	347.00 40.00	295.00<= 35.00	137.00 23.50	H: 12.00H N: *****	NU: 14	D: LU 171 *
295.00 44.70	HF 173 -----	123.00 100.00	295.00<= 44.70	311.00 11.60	306.00 7.59	135.00 5.80			H: 26.60H N: *****	NU: 5	D: LU 173 *
295.22 41.86	RA 226 -----	609.40 100.00	351.99 81.40	295.22<= 41.86	1764.70 39.53	1120.40 32.56	241.92 17.21	1238.20 14.88	H: 160.01E N: 0.43000	NU: 62	D: RN 222 *
295.40 0.90	RH 101 -----	198.00 100.00	127.13 90.00	325.80 23.00	295.40<= 0.90	439.55 0.06			H: 3.00A N: *****	NU: 5	D: RU 101
295.44 37.04	IR 192 -----	316.50 100.00	468.06 64.14	295.44<= 37.04	308.44 35.34	604.40 11.30	612.44 7.20	588.57 5.60	H: 74.20D N: 0.76400	NU: 16	D: PT 192
295.80 13.10	HG 184 -----	236.70 100.00	156.40 67.30	295.80<= 13.10	259.50 8.12	262.90 5.54	159.50 5.20	422.00 4.00	H: 32.20S N: *****	NU: 14	D: \$\$\$\$
295.90 0.17	AG 110 -----	657.70 100.00	815.50 0.85	1125.90 0.33	295.90<= 0.17	1674.90 0.15	1784.40 0.13	1474.50 0.10	H: 24.60S N: 0.04500	NU: 12	D: CD 110
295.94 38.50	AU 192 -----	316.49 100.00	295.94<= 38.50	612.44 7.48	308.43 5.97	1723.10 5.44	1423.00 5.15	582.58 4.65	H: 4.10H N: *****	NU: 99	D: PT 192
296.00 100.00	AU 190 -----	296.00<= 100.00	302.00 33.00	597.90 12.40	319.30 6.50	441.50 5.25	1441.20 4.50	1057.90 4.40	H: 39.00H N: *****	NU: 65	D: PT 190
296.12 66.70	PR 135 -----	511.01 100.00	296.12<= 66.70	82.64 33.30	213.45 31.80	538.20 19.70	697.50 10.50	613.80 4.35	H: 22.00H N: *****	NU: 43	D: CE 135 *
296.25 100.00	PD 101 -----	296.25<= 100.00	590.36 62.00	269.66 30.90	24.40 20.30	565.77 18.00	723.76 12.00	1289.03 12.00	H: 8.30H N: *****	NU: 48	D: RH 101P*
296.90 46.00	IR 186H -----	137.10 100.00	767.30 67.00	630.30 62.00	296.90<= 46.00	773.10 40.00	987.10 30.00	636.20 22.00	H: 1.70H N: *****	NU: 8	D: OS 186
296.90 100.00	IR 186 -----	296.90<= 100.00	434.60 46.10	773.10 13.10	636.20 7.70	767.30 7.19	584.40 6.73	933.20 6.73	H: 15.00H N: *****	NU: 82	D: OS 186
297.00 15.00	BR 77 -----	239.00 100.00	520.00 85.71	297.00<= 15.00	250.00 10.36	579.00 10.36	88.00 8.93	282.00 8.21	H: 57.60H N: 0.28000	NU: 32	D: SE 77
297.80 23.50	ER 163 -----	1113.50 100.00	436.10 58.20	439.90 56.30	297.80<= 23.50	875.80 14.10	339.80 6.81	614.30 6.81	H: 75.00H N: *****	NU: 24	D: HO 163 *
298.50 54.17	GD 149 -----	149.60 100.00	298.50<= 54.17	346.50 43.75	748.20 14.79	430.00 14.17	788.60 12.71	272.00 6.25	H: 9.40D N: 0.48000	NU: 25	D: EU 149 *
298.60 41.00	AU 186 -----	191.50 100.00	298.60<= 41.00	765.40 17.00	415.50 13.70	798.70 8.60	607.20 8.50	1216.20 6.00	H: 12.00H N: *****	NU: 61	D: PT 186 *
299.85 55.56	CE 135 -----	265.30 100.00	299.85<= 55.56	605.70 44.44	517.10 30.56	571.20 29.44	782.80 23.33	206.36 17.22	H: 17.00H N: 0.18000	NU: 43	D: LA 135 *
300.18 1.57	CU 67 -----	184.54 100.00	93.31 35.96	91.31 15.53	300.18<= 1.57	393.57 0.43	208.94 0.23		H: 61.90H N: 0.47000	NU: 6	D: ZN 67

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
300.20 88.61	GA 67 -----	184.50 100.00	300.20<= 88.61	393.40 27.43	91.30 13.80	208.96 8.44	494.40 0.84	887.90 0.84	H: 78.CCH N: 0.23700	NU: 7	D: ZN 67	
300.20 18.53	PA 233 -----	311.80 100.00	300.20<= 18.53	340.30 11.47	86.70 5.00	415.60 4.41	398.20 3.24	75.29 2.35	H: 27.40D N: 0.34000	NU: 10	D: U 233	
300.70 20.50	XE 121 -----	252.70 100.00	132.80 86.50	445.20 61.50	310.50 43.00	95.70 35.50	175.80 33.50	300.70<= 20.50	H: 40.1CH N: *****	NU: 98	D: J 121 *	
302.00 33.00	AU 190 -----	296.00 100.00	302.00<= 33.00	597.90 12.40	319.30 6.50	441.50 5.25	1441.20 4.50	1057.90 4.40	H: 39.00H N: *****	NU: 65	D: PT 190	
302.60 81.70	PR 138M -----	788.90 100.00	1038.10 100.00	302.60<= 81.70	511.01 63.00	390.90 6.05	547.80 5.22	635.90 1.78	H: 2.10H N: *****	NU: 51	D: CE 138	
302.80 100.00	RH 107 -----	302.80<= 100.00	392.50 13.28	312.20 7.27	348.20 3.44	321.80 3.43	670.10 3.37	367.30 2.90	H: 22.00H N: 0.65900	NU: 31	D: PD 107	
302.84 29.81	BA 133 -----	356.03 100.00	81.00 57.53	302.84<= 29.81	383.84 14.33	276.40 11.65	79.65 4.58	53.21 3.54	H: 10.35A N: 0.62400	NU: 9	D: CS 133	
303.10 26.00	RB 79 -----	153.40 100.00	687.50 82.00	143.40 55.00	351.20 40.00	397.80 30.00	303.10<= 26.00	182.50 19.00	H: 22.10H N: *****	NU: 18	D: KR 79 *	
303.91 2.30	SE 75 -----	264.56 100.00	136.00 94.08	279.53 42.30	400.64 20.98	121.11 10.49	198.60 2.34	303.91<= 2.30	H: 120.40D N: 0.59100	NU: 14	D: AS 75	
304.47 18.92	KR 85M -----	150.99 100.00	304.47<= 18.92						H: 4.40H N: 0.74000	NU: 2	D: RB 85	
304.80 49.10	PT 187 -----	106.40 100.00	201.40 81.50	110.00 65.20	284.90 62.60	186.80 59.30	709.20 59.00	304.80<= 49.10	H: 2.30H N: *****	NU: 47	D: IR 187 *	
305.00 16.00	TL 190 -----	416.80 100.00	625.50 75.00	730.60 32.00	839.50 23.00	305.00<= 16.00			H: 3.40H N: *****	NU: 5	D: HG 190 *	
306.00 7.59	HF 173 -----	123.00 100.00	295.00 44.70	311.00 11.60	306.00<= 7.59	135.00 5.80			H: 26.6CH N: *****	NU: 5	D: LU 173 *	
306.60 14.67	KR 79 -----	511.01 100.00	261.40 73.33	397.50 53.33	606.00 53.33	306.60<= 14.67	217.20 12.00	389.10 9.33	H: 34.90H N: 0.15000	NU: 38	D: BR 79	
306.76 100.00	RH 101M -----	306.76<= 100.00	545.20 5.60	127.13 1.20	179.50 0.90	237.60 0.50	233.20 0.40	183.90 0.30	H: 4.40D N: *****	NU: 8	D: RU 101	
306.90 37.00	PR 140 -----	1596.50 100.00	306.90<= 37.00	751.80 6.00	924.24 5.20	2521.70 2.78	1420.30 1.80	2348.30 1.63	H: 3.40H N: *****	NU: 17	D: CE 140	
307.43 16.50	GD 151 -----	153.57 100.00	243.22 89.90	174.65 48.30	21.54 46.20	307.43<= 16.50	239.00 2.31	353.51 2.04	H: 120.00D N: *****	NU: 19	D: EU 151	
307.50 31.43	YB 169 -----	197.80 100.00	177.00 62.86	130.70 31.43	307.50<= 31.43	93.61 7.14	110.00 5.14	118.60 5.14	H: 32.00D N: 0.35000	NU: 9	D: TM 169	
308.43 5.97	AU 192 -----	316.49 100.00	295.94 38.50	612.44 7.48	308.43<= 5.97	1723.10 5.44	1423.00 5.15	582.58 4.65	H: 4.10H N: *****	NU: 99	D: PT 192	
308.44 35.34	IR 192 -----	316.50 100.00	468.06 64.14	295.44 37.04	308.44<= 35.34	604.40 11.30	612.44 7.20	588.57 5.60	H: 74.2CD N: 0.76400	NU: 16	D: PT 192	
309.00 19.27	IR 181 -----	108.00 100.00	227.70 59.38	319.00 52.08	232.60 35.94	185.30 31.77	93.00 25.52	309.00<= 19.27	H: 5.00H N: *****	NU: 10	D: OS 181 *	
309.60 42.00	HD 159 -----	121.00 100.00	132.00 67.00	309.60<= 42.00	252.90 41.00	177.60 18.00	100.60 11.00	217.70 9.90	H: 33.00H N: *****	NU: 58	D: DY 159 *	
310.50 43.00	XE 121 -----	252.70 100.00	132.80 86.50	445.20 61.50	310.50<= 43.00	95.70 35.50	175.80 33.50	300.70 20.50	H: 40.10H N: *****	NU: 98	D: J 121 *	
310.82 2.14	TA 174 -----	206.62 100.00	511.01 78.27	1205.87 7.09	1359.40 3.24	1227.10 2.94	1358.10 2.17	310.82<= 2.14	H: 1.2CH N: 0.61200	NU: 97	D: HF 174	
311.00 11.60	HF 173 -----	123.00 100.00	295.00 44.70	311.00<= 11.60	306.00 7.59	135.00 5.80			H: 26.60H N: *****	NU: 5	D: LU 173 *	
311.30 100.00	IN 119M -----	311.30<= 100.00	1065.10 9.09	1249.60 6.82	1225.60 5.46	1163.70 4.63	897.60 1.36	920.60 1.18	H: 18.00H N: *****	NU: 8	D: SN 119	
311.80 100.00	PA 233 -----	311.80<= 100.00	300.20 18.53	340.30 11.47	86.70 5.00	415.60 4.41	398.20 3.24	75.29 2.35	H: 27.40D N: 0.34000	NU: 10	D: U 233	
312.00 23.93	IR 188 -----	155.00 100.00	634.80 85.89	478.00 47.85	2214.60 38.34	312.00<= 23.93	1210.30 20.28	829.50 19.85	H: 41.50H N: 0.32600	NU: 75	D: OS 188	
312.10 2.15	KR 77 -----	511.01 100.00	129.70 52.91	146.50 24.94	312.10<= 2.15	276.10 1.96	106.00 0.82	734.60 0.22	H: 1.2CH N: 1.58000	NU: 28	D: BR 77 *	
312.20 7.27	RH 107 -----	302.80 100.00	392.50 13.28	312.20<= 7.27	348.20 3.44	321.80 3.43	670.10 3.37	367.30 2.90	H: 22.00H N: 0.65900	NU: 31	D: PD 107	
313.30 4.70	PR 195M -----	363.80 100.00	708.30 30.00	394.30 26.00	313.30<= 4.70	466.00 3.10	99.00 0.50		H: 17.00H N: *****	NU: 6	D: TL 195 *	

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN	D: DAUGHTER TABLE I	N: NORMAL FACTOR
314.40 2.29	TC 96 -----	778.30 100.00	850.00 97.40	812.70 82.20	1126.90 14.40	314.40<= 2.29	316.40 1.68	1091.40 0.95	H: 4.30D N: 1.00000	NU:22	D:MO 96	
314.76 4.11	ER 161 -----	826.55 100.00	211.15 44.88	592.65 5.40	76.23 4.86	314.76<= 4.11	94.13 2.00	864.90 1.98	H: 3.10H N: 0.61500	NU:96	D:HO 161 *	
314.93 65.57	TH 164H -----	208.08 100.00	314.93<= 65.57	240.49 50.93	547.00 30.27	897.91 29.07	91.39 28.47	1364.60 27.87	H: 5.10M N: 0.18300	NU:31	D:ER 164	
315.60 48.57	PR 133 -----	511.01 100.00	134.30 57.14	315.60<= 48.57	74.00 42.29	465.00 28.57	330.80 24.57	241.90 22.86	H: 6.50H N: *****	NU:52	D:CE 133 *	
315.70 100.00	KR 76 -----	315.70<= 100.00	270.20 54.47	45.50 50.00	406.50 30.73	451.90 25.14	252.00 16.20	355.30 12.60	H: 14.80H N: 0.35800	NU:52	D:BR 76 *	
315.70 6.52	NP 239 -----	106.10 100.00	277.50 60.87	228.20 55.22	209.80 17.39	334.10 8.70	315.70<= 6.52	285.00 2.74	H: 2.35D N: 0.23000	NU: 9	D:PU 239 *	
316.40 1.68	TC 96 -----	778.30 100.00	850.00 97.40	812.70 82.20	1126.90 14.40	314.40 2.29	316.40<= 1.68	1091.40 0.95	H: 4.30D N: 1.00000	NU:22	D:MO 96	
316.49 100.00	AU 192 -----	316.49<= 100.00	295.94 38.50	612.44 7.48	308.43 5.97	1723.10 5.44	1423.00 5.15	582.58 4.65	H: 4.10H N: *****	NU:99	D:PT 192	
316.50 100.00	IR 192 -----	316.50<= 100.00	468.06 64.14	295.44 37.04	308.44 35.34	604.40 11.30	612.44 7.20	588.57 5.60	H: 74.20D N: 0.76400	NU:16	D:PT 192	
317.40 0.08	PD 103 -----	39.75 100.00	357.20 80.46	497.00 18.27	294.90 13.83	62.40 4.85	317.40<= 0.08	443.90 0.04	H: 18.40D N: 0.00079	NU: 8	D:RH 103	
317.50 37.00	BI 198 -----	1062.90 100.00	562.00 66.00	197.40 62.00	317.50<= 37.00				H: 11.80M N: *****	NU: 4	D:PB 198	
317.60 8.10	RE 184H -----	920.90 100.00	216.40 11.30	317.60<= 8.10	536.50 4.90	384.00 4.05	1174.10 1.10	1110.20 0.65	H: 165.00D N: *****	NU: 7	D:RE 184 *	
318.40 7.85	CS 129 -----	372.00 100.00	411.70 73.20	549.00 10.80	318.40<= 7.85	278.80 4.06	588.50 1.86	93.50 1.40	H: 32.10H N: *****	NU:13	D:XE 129	
319.00 52.08	IR 181 -----	108.00 100.00	227.70 59.38	319.00<= 52.08	232.60 35.94	185.30 31.77	93.00 25.52	309.00 19.27	H: 5.00M N: *****	NU:10	D:CS 181 *	
319.16 10.64	AG 105 -----	344.52 100.00	280.44 72.34	443.37 27.90	644.55 27.66	63.98 25.53	331.51 10.73	319.16<= 10.64	H: 40.00D N: 0.42300	NU:34	D:PD 105	
319.30 6.50	AU 190 -----	296.00 100.00	302.00 33.00	597.90 12.40	319.30<= 6.50	441.50 5.25	1441.20 4.50	1057.90 4.40	H: 39.00M N: *****	NU:65	D:PT 190	
320.40 2.60	SE 73M -----	511.01 100.00	253.80 66.70	84.50 5.60	393.30 4.90	401.60 3.80	577.50 2.90	320.40<= 2.60	H: 43.00M N: *****	NU:32	D:AS 73 *	
320.90 20.00	IN 107 -----	205.00 100.00	505.40 26.50	320.90<= 20.00	1268.40 9.00	365.60 7.40	728.10 5.80	809.00 5.00	H: 32.00M N: *****	NU:98	D:CD 107 *	
321.00 2.50	IN 121M -----	60.10 100.00	1041.20 5.50	1102.20 4.50	321.00<= 2.50	1120.40 2.50	908.90 1.63	2803.80 0.55	H: 3.76M N: *****	NU:11	D:SN 121 *	
321.10 19.00	AU 189M -----	166.70 100.00	321.10<= 19.00						H: 4.70M N: *****	NU: 2	D:PT 189 *	
321.80 3.43	RH 107 -----	302.80 100.00	392.50 13.28	312.20 7.27	348.20 3.44	321.80<= 3.43	670.10 3.37	367.30 2.90	H: 22.00M N: 0.65900	NU:31	D:PD 107	
322.31 16.20	RH 99 -----	528.52 100.00	353.00 88.00	89.50 81.14	511.01 34.29	322.31<= 16.20	618.08 10.57	175.45 5.06	H: 16.00D N: 0.35000	NU:37	D:RU 99	
323.70 0.00	TM 167 -----	207.80 100.00	531.50 1.52	346.50 0.02	323.70<= 0.00	250.20 0.00	266.50 0.00		H: 9.25D N: 0.98500	NU: 6	D:ER 167	
324.20 100.00	TL 193 -----	324.20<= 100.00	1047.70 54.00	344.10 44.00	676.20 41.00	335.30 27.00	284.60 22.00	207.80 21.00	H: 21.60M N: *****	NU: 7	D:HG 193 *	
324.40 11.76	RU 97 -----	215.20 100.00	324.40<= 11.76	570.00 0.88	560.60 0.42	108.90 0.16	461.30 0.13	785.50 0.09	H: 2.88D N: 0.91000	NU:12	D:TC 97 *	
325.80 23.00	RH 101 -----	199.00 100.00	127.13 90.00	325.80<= 23.00	295.40 0.90	439.55 0.06			H: 3.00A N: *****	NU: 5	D:RU 101	
326.05 17.20	YB 163 -----	860.26 100.00	63.58 69.60	123.21 19.90	326.05<= 17.20	1746.70 17.20	130.86 17.00	1908.10 15.30	H: 10.96H N: *****	NU:58	D:TP 163 *	
326.10 64.00	TL 191 -----	215.70 100.00	326.10<= 64.00	264.70 46.00	336.50 34.00	378.20 27.00	563.40 17.00		H: 5.20M N: *****	NU: 6	D:HG 191 *	
326.80 3.30	AS 71 -----	174.90 100.00	1095.50 4.50	499.90 3.70	326.80<= 3.30	526.60 0.87	1139.30 0.83	391.40 0.67	H: 64.00H N: *****	NU:72	D:GE 71 *	
327.00 20.00	NO 139M -----	114.00 100.00	511.01 100.00	984.00 24.00	740.00 21.00	327.00<= 20.00	708.00 14.00		H: 5.5CH N: *****	NU: 6	D:NO 139 *	
327.50 100.00	EU 149 -----	327.50<= 100.00	277.00 85.13	254.50 15.90	528.50 13.59	350.00 8.72	558.40 1.59	535.90 1.18	H: 106.00D N: 0.03900	NU:13	D:SM 149	

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
										NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I		
328.50 96.00	IR 194M -----	482.50 100.00	328.50<= 96.00	600.50 64.00	687.80 61.00	338.80 57.00	390.80 36.00	562.40 36.00	H: 171.00D N: *****	NU: 9	D: PT 194	
330.20 17.50	XE 123 -----	148.90 100.00	178.10 30.50	330.20<= 17.50	511.01 8.09	1093.40 5.70	899.60 5.00	1113.10 3.20	H: 2.10H N: *****	NU: 99	D: J 123 *	
330.80 24.57	PR 133 -----	511.01 100.00	134.30 57.14	315.60 48.57	74.00 42.29	465.00 28.57	330.80<= 24.57	241.90 22.86	H: 6.50H N: *****	NU: 52	D: CE 133 *	
331.51 10.73	AG 105 -----	344.52 100.00	280.44 72.34	443.37 27.90	644.55 27.66	63.98 25.53	331.51<= 10.73	319.16 10.64	H: 40.00D N: 0.42300	NU: 34	D: PD 105	
332.90 26.60	AU 196 -----	355.70 100.00	332.90<= 26.60	426.00 7.66	1091.30 0.17	758.90 0.05	521.30 0.04	393.40 0.01	H: 6.18D N: 0.94000	NU: 16	D: PT 196	
333.30 22.73	CF 249 -----	388.10 100.00	333.30<= 22.73	109.30 5.61	252.70 3.94	104.60 3.64	123.40 2.12	266.60 1.09	H: 360.00A N: 0.66000	NU: 13	D: CM 245 *	
334.00 100.00	PM 150 -----	334.00<= 100.00	1165.00 14.79	1331.00 14.79	716.00 12.96	831.00 10.00	402.00 6.48	877.00 6.06	H: 2.68H N: 0.71000	NU: 8	D: SM 150	
334.10 8.70	NP 239 -----	106.10 100.00	277.50 60.87	228.20 55.22	209.80 17.39	334.10<= 8.70	315.70 6.52	285.00 2.74	H: 2.35D N: 0.23000	NU: 9	D: PU 239 *	
334.40 3.76	ZN 60 -----	511.01 100.00	670.20 25.85	61.50 10.26	273.40 4.51	334.40<= 3.76	364.60 1.36	572.40 1.06	H: 2.33H N: 1.95000	NU: 8	D: CU 60 *	
335.00 70.00	TL 189 -----	216.30 100.00	335.00<= 70.00	229.00 40.00					H: 1.40H N: *****	NU: 3	D: HG 189 *	
335.30 27.00	TL 193 -----	324.20 100.00	1047.70 54.00	344.10 44.00	676.20 41.00	335.30<= 27.00	284.60 22.00	207.80 21.00	H: 21.60H N: *****	NU: 7	D: HG 193 *	
336.40 100.00	RU 95 -----	336.40<= 100.00	511.01 42.86	1096.90 31.43	626.84 25.71	1178.80 7.57	806.40 6.00	1182.00 5.71	H: 1.65H N: 0.70000	NU: 38	D: TC 95 *	
336.50 34.00	TL 191 -----	215.70 100.00	326.10 64.00	264.70 46.00	336.50<= 34.00	378.20 27.00	563.40 17.00		H: 5.20H N: *****	NU: 6	D: HG 191 *	
338.05 19.00	GE 66 -----	511.01 100.00	381.85 65.00	108.85 27.00	272.97 25.00	338.05<= 19.00	470.62 18.00	65.20 16.00	H: 2.40H N: *****	NU: 89	D: GA 66 *	
338.40 42.40	AC 228 -----	911.10 100.00	968.90 59.90	338.40<= 42.40	964.60 19.90	794.80 16.30	462.80 15.90	270.00 13.00	H: 6.13H N: *****	NU: 95	D: TH 228 *	
338.80 57.00	IR 194H -----	482.50 100.00	328.50 96.00	600.50 64.00	687.80 61.00	338.80<= 57.00	390.80 36.00	562.40 36.00	H: 171.00D N: *****	NU: 9	D: PT 194	
339.70 0.00	CO 57 -----	122.06 100.00	136.47 13.41	14.41 11.18	692.10 0.18	570.10 0.02	706.60 0.01	339.70<= 0.00	H: 271.60D N: 0.85000	NU: 10	D: FE 57	
339.80 6.81	ER 163 -----	1113.50 100.00	436.10 58.20	439.90 56.30	297.80 23.50	875.80 14.10	339.80<= 6.81	614.30 6.81	H: 75.00H N: *****	NU: 24	D: HO 163 *	
339.90 23.50	AU 188 -----	265.60 100.00	339.90<= 23.50	605.60 14.60	405.00 8.20	670.40 7.35	532.90 5.49	1083.90 5.45	H: 8.00H N: *****	NU: 96	D: PT 188 *	
340.30 11.47	PA 233 -----	311.80 100.00	300.20 18.53	340.30<= 11.47	86.70 5.00	415.60 4.41	398.20 3.24	75.29 2.35	H: 27.40D N: 0.34000	NU: 10	D: U 233	
340.60 100.00	RH 99H -----	340.60<= 100.00	511.01 34.38	1260.70 24.22	618.00 20.78	1209.10 20.00	937.40 4.34	528.40 2.95	H: 4.70H N: 0.64000	NU: 29	D: RU 99	
340.60 45.00	CS 136 -----	818.48 100.00	1049.10 81.00	340.60<= 45.00	1235.41 20.00	66.90 14.00	176.75 13.00	273.76 13.00	H: 13.00D N: 1.00000	NU: 15	D: BA 136	
341.10 65.38	HO 157 -----	66.50 100.00	341.10<= 65.38	280.00 40.38	193.40 36.92	272.20 18.08	188.10 16.15	896.60 15.77	H: 14.00H N: 0.26000	NU: 98	D: OY 157 *	
341.90 100.00	AG 111 -----	341.90<= 100.00	245.60 15.00	96.90 2.38	620.60 0.43	866.70 0.14	524.40 0.00		H: 7.45D N: 0.08000	NU: 6	D: CD 111	
343.10 25.00	TB 150H -----	639.00 100.00	650.40 70.00	438.40 42.00	827.50 41.00	343.10<= 25.00	496.30 23.50	566.50 22.00	H: 5.80H N: *****	NU: 18	D: GD 150	
343.60 100.00	HF 175 -----	343.60<= 100.00	89.60 3.60	432.80 1.80	229.50 0.87	113.80 0.35			H: 70.00D N: *****	NU: 5	D: LU 175	
344.10 44.00	TL 193 -----	324.20 100.00	1047.70 54.00	344.10<= 44.00	676.20 41.00	335.30 27.00	284.60 22.00	207.80 21.00	H: 21.60H N: *****	NU: 7	D: HG 193 *	
344.30 100.00	TB 152 -----	344.30<= 100.00	511.01 20.00	586.30 15.00	271.10 14.00	778.90 8.90	411.10 6.30	974.10 4.80	H: 17.50H N: *****	NU: 94	D: GD 152	
344.52 100.00	AG 105 -----	344.52<= 100.00	280.44 72.34	443.37 27.90	644.55 27.66	63.98 25.53	331.51 10.73	319.16 10.64	H: 40.00D N: 0.42300	NU: 34	D: PD 105	
345.20 3.31	PO 207 -----	692.30 100.00	742.60 48.40	911.80 29.90	405.70 16.80	1148.30 10.20	687.60 3.37	345.20<= 3.31	H: 5.70H N: *****	NU: 39	D: BI 207 *	
346.50 43.75	GD 149 -----	149.60 100.00	298.50 54.17	346.50<= 43.75	748.20 14.79	430.00 14.17	786.60 12.71	272.00 6.25	H: 9.40D N: 0.48000	NU: 25	D: EU 149 *	

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN	D: DAUGHTER NU: NUMBER OF ENERGIES IN	N: NORMAL FACTOR TABLE 1
346.50 0.02	TM 167 -----	207.80 100.00	531.50 1.52	346.50<= 0.02	323.70 0.00	250.20 0.00	266.50 0.00			H: 9.25D N: 0.98500	NU: 6	D: ER 167
346.60 8.56	TM 165 -----	242.70 100.00	806.80 33.00	459.90 10.60	218.60 9.60	346.60<= 8.56	356.30 7.80	389.20 7.70		H: 30.06H N: *****	NU: 49	D: ER 165 *
347.00 18.60	HF 170 -----	123.00 100.00	162.00 89.50	620.00 56.40	572.00 45.50	100.00 25.00	347.00<= 18.60	207.00 18.20		H: 12.00H N: *****	NU: 9	D: LU 170 *
347.00 40.00	HF 171 -----	1072.00 100.00	662.00 76.00	123.00 50.00	469.00 42.00	347.00<= 40.00	295.00 35.00	137.00 23.50		H: 12.00H N: *****	NU: 14	D: LU 171 *
347.10 3.20	CD 105 -----	510.80 100.00	2300.80 46.00	961.10 3.80	1301.80 3.80	606.60 3.80	347.10<= 3.20	1692.90 3.10		H: 55.00H N: *****	NU: 89	D: AG 105 *
348.00 0.02	DY 159 -----	58.20 100.00	348.00<= 0.02	80.00 0.00	290.00 0.00					H: 144.00D N: 0.04000	NU: 4	D: TB 159
348.10 55.90	AU 189 -----	713.40 100.00	813.10 58.30	348.10<= 55.90	447.80 54.40	166.30 41.30	528.70 41.10	441.70 34.40		H: 29.70H N: *****	NU: 24	D: PT 189 *
348.20 3.44	RH 107 -----	302.80 100.00	392.50 13.28	312.20 7.27	348.20<= 3.44	321.80 3.43	670.10 3.37	367.30 2.90		H: 22.00H N: 0.65900	NU: 31	D: PD 107
350.00 8.72	EU 149 -----	327.50 100.00	277.00 85.13	254.50 15.90	528.50 13.59	350.00<= 8.72	558.40 1.59	535.90 1.18		H: 106.00D N: 0.03900	NU: 13	D: SH 149
350.10 44.00	XE 122 -----	564.00 100.00	350.10<= 44.00	148.70 16.00	416.90 11.00	90.60 2.80	288.60 2.20	61.80 1.80		H: 20.10H N: *****	NU: 15	D: J 122 *
351.01 22.30	PT 191 -----	539.00 100.00	410.00 51.80	360.00 39.40	82.50 24.00	172.03 22.50	351.01<= 22.30	96.51 20.10		H: 3.00D N: *****	NU: 33	D: IR 191
351.20 40.00	RB 79 -----	153.40 100.00	687.50 82.00	143.40 55.00	351.20<= 40.00	397.80 30.00	303.10 26.00	182.50 19.00		H: 22.10H N: *****	NU: 18	D: KR 79 *
351.99 81.40	RA 226 -----	609.40 100.00	351.99<= 81.40	295.22 41.86	1764.70 39.53	1120.40 32.56	241.92 17.21	1238.20 14.88		H: 160.01E N: 0.43000	NU: 62	D: RN 222 *
353.00 10.89	MN 57 -----	122.06 100.00	692.00 28.48	136.47 11.52	353.00<= 10.89	1613.00 3.47	569.00 2.10	367.00 1.90		H: 1.70H N: 0.09550	NU: 13	D: FE 57
353.00 88.00	RH 99 -----	528.52 100.00	353.00<= 88.00	89.50 81.14	511.01 34.29	322.31 16.20	618.08 10.57	175.45 5.06		H: 16.00D N: 0.35000	NU: 37	D: RU 99
353.51 2.04	GD 151 -----	153.57 100.00	243.22 89.90	174.65 48.30	21.54 46.20	307.43 16.50	239.00 2.31	353.51<= 2.04		H: 120.00D N: *****	NU: 19	D: EU 151
355.30 12.60	KR 76 -----	315.70 100.00	270.20 54.47	45.50 50.00	406.50 30.73	451.90 25.14	252.00 16.20	355.30<= 12.60		H: 14.80H N: 0.35800	NU: 52	D: BR 76 *
355.70 100.00	AU 196 -----	355.70<= 100.00	332.90 26.60	426.00 7.66	1091.30 0.17	758.90 0.05	521.30 0.04	393.40 0.01		H: 6.18D N: 0.94000	NU: 16	D: PT 196
356.03 100.00	BA 133 -----	356.03<= 100.00	81.00 57.53	302.84 29.81	383.84 14.33	276.40 11.65	79.65 4.58	53.21 3.54		H: 10.35A N: 0.62400	NU: 9	D: CS 133
356.30 7.80	TM 165 -----	242.70 100.00	806.80 33.00	459.90 10.60	218.60 9.60	346.60 8.56	356.30<= 7.80	389.20 7.70		H: 30.06H N: *****	NU: 49	D: ER 165 *
356.39 19.00	TB 156 -----	534.10 100.00	199.20 61.00	1222.10 46.00	88.93 29.00	1067.00 21.00	1065.00 21.00	356.39<= 19.00		H: 5.10D N: *****	NU: 44	D: GD 156
357.20 80.46	PD 103 -----	39.75 100.00	357.20<= 80.46	497.00 18.27	294.90 13.83	62.40 4.85	317.40 0.08	443.90 0.04		H: 18.40D N: 0.00079	NU: 8	D: RH 103
357.70 8.10	AM 238 -----	942.70 100.00	561.10 39.00	605.20 27.00	1577.50 11.00	357.70<= 8.10	941.40 7.30	1266.30 6.20		H: 1.90H N: *****	NU: 23	D: PU 238 *
360.00 39.40	PT 191 -----	539.00 100.00	410.00 51.80	360.00<= 39.40	82.50 24.00	172.03 22.50	351.01 22.30	96.51 20.10		H: 3.00D N: *****	NU: 33	D: IR 191
360.70 21.00	RE 181 -----	365.50 100.00	360.70<= 21.00	639.00 11.00	953.60 6.30	1000.20 5.90	805.20 5.50	661.80 5.20		H: 19.00H N: *****	NU: 99	D: W 181 *
360.90 78.13	SE 73 -----	511.01 100.00	360.90<= 78.13	67.00 57.03	864.90 0.43	1110.80 0.15	901.10 0.12	764.40 0.11		H: 7.10H N: 1.28000	NU: 20	D: AS 73 *
361.00 32.40	AU 184 -----	163.20 100.00	273.10 76.70	361.90<= 32.40	594.00 14.80	777.00 12.80	486.30 11.90	237.00 10.60		H: 47.00S N: *****	NU: 28	D: \$\$\$\$
362.79 37.50	YB 164 -----	675.20 100.00	445.31 93.80	390.51 78.10	601.87 40.60	97.20 40.60	362.79<= 37.50	401.77 31.30		H: 75.80H N: *****	NU: 8	D: TP 164 *
364.60 1.36	ZN 60 -----	511.01 100.00	670.20 25.85	61.50 10.26	273.40 4.51	334.40 3.76	364.60<= 1.36	572.40 1.06		H: 2.33H N: 1.95000	NU: 8	D: CU 60 *
365.50 100.00	RE 181 -----	365.50<= 100.00	360.70 21.00	639.00 11.00	953.60 6.30	1000.20 5.90	805.20 5.50	661.80 5.20		H: 19.00H N: *****	NU: 99	D: W 181 *
365.60 7.40	IN 107 -----	205.00 100.00	505.40 26.50	320.90 20.00	1268.40 9.00	365.60<= 7.40	728.10 5.80	809.00 5.00		H: 32.00H N: *****	NU: 98	D: CD 107 *

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H: HALF LIFE	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
									NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE 1		
366.70 3.30	PT 186 -----	699.20 100.00	611.50 8.60	635.60 5.40	366.70<= 3.30	210.30 2.60	280.80 2.40	205.40 2.20	H: 2.00H N: *****	NU: 15	D: IR 186 *
367.00 1.90	MN 57 -----	122.06 100.00	692.00 28.48	136.47 11.52	353.00 10.89	1613.00 3.47	569.00 2.10	367.00<= 1.90	H: 1.70H N: 0.09550	NU: 13	D: FE 57
367.30 2.90	RH 107 -----	302.80 100.00	392.50 13.28	312.20 7.27	348.20 3.44	321.80 3.43	670.10 3.37	367.30<= 2.90	H: 22.00H N: 0.65900	NU: 31	D: PD 107
370.00 27.10	GD 147 -----	229.25 100.00	396.02 53.10	929.10 33.10	370.00<= 27.10	766.00 18.20	893.60 13.80	1069.50 12.30	H: 35.00H N: *****	NU: 96	D: EU 147 *
371.00 11.00	HG 191 -----	252.60 100.00	420.30 23.00	578.70 31.00	274.10 23.00	241.40 21.00	536.10 14.00	371.00<= 11.00	H: 50.80H N: *****	NU: 79	D: AU 191 *
372.00 100.00	CS 129 -----	372.00<= 100.00	411.70 73.20	549.00 10.80	318.40 7.85	278.80 4.06	588.50 1.86	93.50 1.40	H: 32.10H N: *****	NU: 13	D: XE 129
372.50 79.37	LU 172 -----	900.60 100.00	372.50<= 79.37	809.90 71.03	1093.40 69.60	528.22 59.84	410.31 53.65	697.20 36.90	H: 6.70D N: *****	NU: 78	D: YB 172
372.90 100.00	K 43 -----	372.90<= 100.00	617.30 87.00	397.00 14.00	593.30 13.00	220.00 5.80	1021.80 2.70	989.90 1.00	H: 22.20H N: *****	NU: 12	D: CA 43
373.60 1.58	CU 61 -----	511.01 100.00	283.00 10.83	656.01 8.00	67.60 3.58	1185.00 3.00	373.60<= 1.58	588.60 1.00	H: 3.35H N: 1.20000	NU: 25	D: NI 61
374.00 26.99	HG 199H -----	158.30 100.00	374.00<= 26.99						H: 42.60H N: 0.51500	NU: 2	D: HG 199
374.40 80.40	BI 204 -----	899.10 100.00	374.40<= 80.40	984.00 57.20	911.90 26.20	670.50 10.50	439.80 3.58	791.10 2.95	H: 11.20H N: *****	NU: 99	D: PB 204
375.30 8.93	PB 197H -----	385.60 100.00	222.40 17.90	773.00 13.80	895.00 11.80	695.00 10.20	375.30<= 8.93	957.00 7.32	H: 42.00H N: *****	NU: 17	D: TL 197 *
377.20 16.33	FE 53 -----	511.01 100.00	377.20<= 16.33						H: 8.50H N: 1.96000	NU: 2	D: MN 53
377.40 2.67	BR 75 -----	511.01 100.00	286.50 60.00	141.20 4.53	427.80 3.00	431.80 2.67	377.40<= 2.67	292.90 1.80	H: 101.50H N: 1.50000	NU: 56	D: SE 75 *
378.00 50.00	HG 187 -----	233.00 100.00	378.00<= 50.00	271.00 37.00	240.00 33.80	104.00 26.30	220.00 23.20	203.00 21.10	H: 2.20H N: *****	NU: 10	D: AU 187 *
378.20 27.00	TL 191 -----	215.70 100.00	326.10 64.00	264.70 46.00	336.50 34.00	378.20<= 27.00	563.40 17.00		H: 5.20H N: *****	NU: 6	D: HG 191 *
378.60 6.30	TC 100 -----	539.60 100.00	590.80 81.71	689.40 7.20	378.60<= 6.30	1512.20 6.27	822.50 0.97	1362.10 0.86	H: 17.00S N: 0.06670	NU: 20	D: RU 100
378.60 9.50	LU 169 -----	960.30 100.00	191.30 95.00	1450.40 40.00	889.50 20.00	87.27 13.00	378.60<= 9.50	1184.50 9.10	H: 34.06H N: *****	NU: 95	D: Y 169 *
381.10 100.00	Y 87H -----	381.10<= 100.00							H: 13.20H N: 0.77000	NU: 1	D: Y 87 *
381.40 35.04	SR 83 -----	511.01 100.00	762.90 61.31	381.40<= 35.04	418.40 10.80	423.10 4.09	1562.40 3.80	778.20 2.92	H: 32.40H N: 0.68500	NU: 73	D: RB 83 *
381.80 3.20	Y 94 -----	918.20 100.00	1139.10 20.00	550.10 8.40	1668.60 6.20	750.50 4.60	381.80<= 3.20	1915.61 2.80	H: 19.40H N: 0.50000	NU: 15	D: ZR 94
381.80 100.00	OS 183 -----	381.80<= 100.00	114.43 27.00	167.90 10.00	851.00 5.00	236.30 2.90	145.43 1.90	1162.70 1.50	H: 14.00H N: *****	NU: 37	D: RE 183 *
381.85 65.00	GE 66 -----	511.01 100.00	381.85<= 65.00	108.85 27.00	272.97 25.00	338.05 19.00	470.62 18.00	65.20 16.00	H: 2.40H N: *****	NU: 89	D: GA 66 *
383.00 8.00	PR 134 -----	409.00 100.00	639.00 36.00	557.00 22.00	966.00 14.00	383.00<= 8.00			H: 17.00H N: *****	NU: 5	D: CE 134 *
383.50 5.53	ER 172 -----	610.00 100.00	407.30 97.69	68.05 7.92	445.90 7.06	127.68 7.06	383.50<= 5.53	59.67 5.09	H: 49.00H N: 0.43200	NU: 14	D: TM 172 *
383.80 100.00	PB 195H -----	383.80<= 100.00	708.30 30.00	394.30 26.00	313.30 4.70	466.00 3.10	99.00 0.50		H: 17.00H N: *****	NU: 6	D: TL 195 *
383.84 14.33	BA 133 -----	356.03 100.00	81.00 57.53	302.84 29.81	383.84<= 14.33	276.40 11.65	79.65 4.58	53.21 3.54	H: 10.35A N: 0.62400	NU: 9	D: CS 133
384.00 4.05	RE 184H -----	920.90 100.00	216.40 11.30	317.60 8.10	536.50 4.90	384.00<= 4.05	1174.10 1.10	1110.20 0.65	H: 165.00D N: *****	NU: 7	D: RE 184 *
384.10 13.51	GE 64 -----	427.00 100.00	667.10 45.95	128.20 29.73	774.50 18.92	384.10<= 13.51	85.70 5.41	42.80 5.41	H: 63.00S N: 0.37000	NU: 7	D: GA 64
385.60 100.00	PB 197H -----	385.60<= 100.00	222.40 17.90	773.00 13.80	895.00 11.80	695.00 10.20	375.30 8.93	957.00 7.32	H: 42.00H N: *****	NU: 17	D: TL 197 *
386.00 5.80	PD 99 -----	136.40 100.00	263.50 28.00	673.00 19.00	390.60 6.60	386.00<= 5.80	785.00 5.00	427.50 4.30	H: 22.00H N: *****	NU: 12	D: RH 99 *

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	N: NORMAL FACTOR
387.80 18.99	PA 232 -----	969.30 100.00	894.30 48.08	150.10 26.92	453.70 21.88	387.80<= 18.99	819.20 18.03	866.40 18.03	H: 1.31D N: 0.41600	NU: 32	D: U 232 *	
387.93 4.88	HG 195M -----	56.70 100.00	261.75 98.40	560.24 16.30	387.93<= 4.88	200.35 2.06	1241.00 1.48	525.80 1.15	H: 40.00H N: *****	NU: 37	D: HG 195 *	
388.10 100.00	CF 249 -----	388.10<= 100.00	333.30 22.73	109.30 5.61	252.70 3.94	104.60 3.64	123.40 2.12	266.60 1.09	H: 360.00A N: 0.66000	NU: 13	D: CM 245 *	
388.40 100.00	SR 87M -----	388.40<= 100.00							H: 2.83H N: 0.78900	NU: 1	D: SR 87	
388.40 82.09	Y 87 -----	484.80 100.00	388.40<= 82.09	511.01 2.00					H: 80.30H N: 0.91000	NU: 3	D: SR 87	
388.50 100.00	J 126 -----	388.50<= 100.00	666.20 88.24	753.80 11.47	491.90 6.18	511.01 2.56	880.30 1.88	1420.20 0.85	H: 12.80D N: 0.34000	NU: 9	D: TE 126	
389.10 9.33	KR 79 -----	511.01 100.00	261.40 73.33	397.50 53.33	606.00 53.33	306.60 14.67	217.20 12.00	389.10<= 9.33	H: 34.90H N: 0.15000	NU: 38	D: BR 79	
389.20 7.70	TM 165 -----	242.70 100.00	806.80 33.00	459.90 10.60	218.60 9.60	346.60 8.56	356.30 7.80	389.20<= 7.70	H: 30.06H N: *****	NU: 49	D: ER 165 *	
389.94 6.74	PB 202M -----	960.70 100.00	422.12 93.50	786.99 54.31	657.49 35.36	490.47 10.00	459.72 9.40	389.94<= 6.74	H: 3.62H N: 0.93900	NU: 17	D: PB 202 *	
390.51 78.10	YB 164 -----	675.20 100.00	445.31 93.80	390.51<= 78.10	601.87 40.60	97.20 40.60	362.79 37.50	401.77 31.30	H: 75.80H N: *****	NU: 8	D: TM 164 *	
390.60 38.50	IR 184 -----	264.30 100.00	120.20 45.00	390.60<= 38.50	961.10 19.00	841.00 12.00	1105.00 9.50	943.30 9.40	H: 3.20H N: *****	NU: 66	D: OS 184	
390.80 36.00	IR 194M -----	482.50 100.00	328.50 96.00	600.50 64.00	687.80 61.00	338.80 57.00	390.80<= 36.00	562.40 36.00	H: 171.00D N: *****	NU: 9	D: PT 194	
390.90 6.05	PR 138M -----	788.90 100.00	1038.10 100.00	302.60 81.70	511.01 63.00	390.90<= 6.05	547.80 5.22	635.90 1.78	H: 2.10H N: *****	NU: 51	D: CE 138	
391.40 0.67	AS 71 -----	174.90 100.00	1095.50 4.50	499.90 3.70	326.80 3.30	526.60 0.87	1139.30 0.83	391.40<= 0.67	H: 64.00H N: *****	NU: 72	D: GE 71 *	
391.69 100.00	SN 113 -----	391.69<= 100.00	255.04 3.23						H: 115.10D N: 0.64100	NU: 2	D: IN 113 *	
391.72 100.00	IN 113M -----	391.72<= 100.00							H: 99.48H N: 0.64400	NU: 1	D: IN 113	
392.50 13.28	RH 107 -----	302.60 100.00	392.50<= 13.28	312.20 7.27	348.20 3.44	321.80 3.43	670.10 3.37	367.30 2.90	H: 22.00H N: 0.65900	NU: 31	D: PD 107	
393.30 4.90	SE 73M -----	511.01 100.00	253.80 66.70	84.50 5.60	393.30<= 4.90	401.60 3.80	577.50 2.90	320.40 2.60	H: 43.00H N: *****	NU: 32	D: AS 73 *	
393.40 27.43	GA 67 -----	184.50 100.00	300.20 88.61	393.40<= 27.43	91.30 13.80	208.96 8.44	494.40 0.84	887.90 0.84	H: 78.00H N: 0.23700	NU: 7	D: IN 67	
393.40 0.01	AU 196 -----	355.70 100.00	332.90 26.60	426.00 7.66	1091.30 0.17	758.90 0.05	521.30 0.04	393.40<= 0.01	H: 6.18D N: 0.94000	NU: 16	D: PT 196	
393.50 13.00	RB 77 -----	66.60 100.00	178.90 38.00	393.50<= 13.00	150.10 7.50	254.30 3.10	244.40 2.50		H: 3.90H N: *****	NU: 6	D: KR 77 *	
393.57 0.43	CU 67 -----	184.54 100.00	93.31 35.96	91.31 15.53	300.18 1.57	393.57<= 0.43	208.94 0.23		H: 61.90H N: 0.47000	NU: 6	D: IN 67	
393.84 9.24	ZN 62 -----	40.27 100.00	548.29 62.22	243.41 10.31	393.84<= 9.24	247.02 8.27	260.41 5.96	636.90 3.31	H: 9.75H N: 0.22500	NU: 9	D: NI 62	
394.30 26.00	PB 195M -----	383.80 100.00	708.30 30.00	394.30<= 26.00	313.30 4.70	466.00 3.10	99.00 0.50		H: 17.00H N: *****	NU: 6	D: TL 195 *	
394.60 16.00	PT 184 -----	154.90 100.00	182.90 94.00	548.40 77.00	731.20 43.00	216.50 17.00	92.60 16.00	394.60<= 16.00	H: 17.30H N: *****	NU: 32	D: IR 184 *	
396.02 53.10	GD 147 -----	229.25 100.00	396.02<= 53.10	929.10 33.10	370.00 27.10	766.00 18.20	893.60 13.80	1069.50 12.30	H: 35.00H N: *****	NU: 96	D: EU 147 *	
397.00 14.00	K 43 -----	372.90 100.00	617.30 87.00	397.00<= 14.00	593.30 13.00	220.00 5.80	1021.80 2.70	989.90 1.00	H: 22.20H N: *****	NU: 12	D: CA 43	
397.50 53.33	KR 79 -----	511.01 100.00	261.40 73.33	397.50<= 53.33	606.00 53.33	306.60 14.67	217.20 12.00	389.10 9.33	H: 34.90H N: 0.15000	NU: 38	D: BR 79	
397.80 30.00	RB 79 -----	153.40 100.00	687.50 82.00	143.40 55.00	351.20 40.00	397.80<= 30.00	303.10 26.00	182.50 19.00	H: 22.10H N: *****	NU: 18	D: KR 79 *	
397.90 0.03	AL 29 -----	1273.50 100.00	2425.70 6.04	2027.80 3.74	1152.40 0.90	754.50 0.24	397.90<= 0.03	1795.70 0.02	H: 6.60H N: 0.91000	NU: 8	D: SI 29	
398.00 14.14	PA 230 -----	951.98 100.00	918.52 55.36	898.69 38.62	443.80 38.20	508.20 24.89	398.00<= 14.14	518.55 14.06	H: 17.50D N: 0.04660	NU: 43	D: U 230 *	

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
										NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I		
398.20 3.24	PA 233 -----	311.80 100.00	300.20 18.53	340.30 11.47	86.70 5.00	415.60 4.41	398.20<= 3.24	75.29 2.35	H: 27.40D N: 0.34000	NU: 10	D: U 233	
399.60 6.60	PD 99 -----	136.40 100.00	263.50 28.00	673.00 19.00	399.60<= 6.60	386.00 5.80	785.00 5.00	427.50 4.30	H: 22.00H N: *****	NU: 12	D: RH 99 *	
399.80 32.63	HG 28 -----	30.64 100.00	1342.00 72.63	399.80<= 32.63	941.50 29.47				H: 21.10H N: 0.95000	NU: 4	D: AL 28 *	
400.00 1.52	OS 183H -----	1102.10 100.00	1108.00 45.60	1034.80 12.70	878.40 3.17	484.70 3.17	954.80 2.15	400.00<= 1.52	H: 10.00H N: *****	NU: 39	D: RE 183 *	
400.64 20.98	SE 75 -----	264.56 100.00	136.00 94.08	279.53 42.30	400.64<= 20.98	121.11 10.49	198.60 2.34	303.91 2.30	H: 120.40D N: 0.59100	NU: 14	D: AS 75	
400.90 82.70	IR 187 -----	912.82 100.00	400.90<= 82.70	610.86 78.20	977.40 60.90	177.60 54.60	987.20 54.30	187.40 35.60	H: 11.00H N: *****	NU: 88	D: CS 187	
401.32 4.57	PB 203 -----	279.16 100.00	401.32<= 4.57	680.50 0.91					H: 52.1CH N: 0.80900	NU: 3	D: TL 203	
401.60 3.80	SE 73H -----	511.61 100.00	253.80 66.70	84.50 5.60	393.30 4.90	401.60<= 3.80	577.50 2.90	320.40 2.60	H: 43.00H N: *****	NU: 32	D: AS 73 *	
401.77 31.30	YB 164 -----	675.20 100.00	445.31 93.80	390.51 78.10	601.87 40.60	97.20 40.60	362.79 37.50	401.77<= 31.30	H: 75.80H N: *****	NU: 8	D: Tm 164 *	
402.00 6.48	PH 150 -----	334.00 100.00	1165.00 14.79	1331.00 14.79	716.00 12.96	831.00 10.00	402.00<= 6.48	877.00 6.06	H: 2.68H N: 0.71000	NU: 8	D: SM 150	
404.90 100.00	PB 211 -----	404.90<= 100.00	832.00 99.30	427.00 45.00	766.40 18.50	704.50 12.60	1109.50 3.83	65.50 2.00	H: 36.10H N: *****	NU: 30	D: BI 211 *	
405.00 8.20	AU 188 -----	265.60 100.00	339.90 23.50	605.60 14.60	405.00<= 8.20	670.40 7.35	532.90 5.49	1083.90 5.45	H: 8.00H N: *****	NU: 96	D: PT 188 *	
405.70 16.80	PD 207 -----	992.30 100.00	742.60 48.40	911.80 29.90	405.70<= 16.80	1148.30 10.20	687.60 3.37	345.20 3.31	H: 5.70H N: *****	NU: 39	D: BI 207 *	
406.50 30.73	KR 76 -----	315.70 100.00	270.20 54.47	45.50 50.00	406.50<= 30.73	451.90 25.14	252.00 16.20	355.30 12.60	H: 14.80H N: 0.35800	NU: 52	D: BR 76 *	
407.30 97.69	ER 172 -----	610.00 100.00	407.30<= 97.69	68.05 7.92	445.90 7.06	127.68 7.06	383.50 5.53	59.67 5.09	H: 49.00H N: 0.43200	NU: 14	D: Tm 172 *	
409.00 100.00	PR 134 -----	409.00<= 100.00	639.00 36.00	557.00 22.00	966.00 14.00	383.00 8.00			H: 17.00H N: *****	NU: 5	D: CE 134 *	
409.10 0.15	AU 197H -----	278.90 100.00	130.20 4.40	201.80 1.61	409.10<= 0.15				H: 7.86S N: 0.72800	NU: 4	D: AU 197	
409.10 0.02	HG 197H -----	133.90 100.00	279.00 14.42	165.00 0.93	130.20 0.49	201.80 0.20	409.10<= 0.02		H: 24.00H N: 0.43000	NU: 6	D: HG 197 *	
410.00 51.80	PT 191 -----	539.00 100.00	410.00<= 51.80	360.00 39.40	82.50 24.00	172.03 22.50	351.01 22.30	96.51 20.10	H: 3.00D N: *****	NU: 33	D: IR 191	
410.31 53.65	LU 172 -----	900.60 100.00	372.50 79.37	809.90 71.03	1093.40 69.60	528.22 59.84	410.31<= 53.65	697.20 36.90	H: 6.70D N: *****	NU: 78	D: YB 172	
411.10 6.30	TB 152 -----	344.30 100.00	511.01 20.00	586.30 15.00	271.10 14.00	778.90 8.90	411.10<= 6.30	974.10 4.80	H: 17.50H N: *****	NU: 94	D: GD 152	
411.70 73.20	CS 129 -----	372.00 100.00	411.70<= 73.20	549.00 10.80	319.40 7.85	278.80 4.06	588.50 1.86	93.50 1.40	H: 32.10H N: *****	NU: 13	D: XE 129	
411.70 100.00	TL 198H -----	411.70<= 100.00	636.80 95.90	587.40 89.70	282.70 52.50	226.40 14.10	489.60 8.60	259.90 7.80	H: 1.87H N: *****	NU: 63	D: TL 198 *	
411.70 100.00	TL 198 -----	411.70<= 100.00	636.80 13.40	675.90 12.80	2040.90 11.00	1200.50 9.60	1420.30 9.10	1311.90 4.90	H: 5.30H N: *****	NU: 65	D: HG 198	
411.70 100.00	AU 198 -----	411.79<= 100.00	675.87 1.06	1087.66 0.19					H: 64.71H N: 0.95500	NU: 3	D: HG 198	
413.00 53.00	HG 182 -----	129.00 100.00	217.00 75.00	413.00<= 53.00					H: 11.30S N: *****	NU: 3	D: PT 178 *	
413.90 18.70	EU 148 -----	550.20 100.00	629.90 71.62	611.26 19.49	413.90<= 18.70	553.20 17.27	725.70 12.32	571.90 9.19	H: 54.00D N: 0.99000	NU: 86	D: SM 148	
414.10 19.57	PM 148H -----	550.20 100.00	629.90 95.65	725.70 34.78	915.40 21.74	1013.80 21.74	414.10<= 19.57	288.00 13.04	H: 41.80D N: 0.92090	NU: 13	D: SM 148	
415.50 13.70	AU 186 -----	191.50 100.00	298.60 41.00	765.40 17.00	415.50<= 13.70	798.70 8.60	607.20 8.50	1216.20 6.00	H: 12.00H N: *****	NU: 61	D: PT 186 *	
415.60 4.41	PA 233 -----	311.80 100.00	300.20 18.53	340.30 11.47	86.70 5.00	415.60<= 4.41	398.20 3.24	75.29 2.35	H: 27.40D N: 0.34000	NU: 10	D: U 233	
416.30 8.70	SI 33 -----	1847.70 100.00	1431.40 15.00	2539.00 9.60	416.30<= 8.70	1107.60 0.87	601.30 0.43		H: 6.3CS N: *****	NU: 6	D: P 33 *	

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN	D: DAUGHTER NU: NUMBER OF ENERGIES IN	N: NORMAL FACTOR TABLE I
416.80 100.00	TL 190 -----	416.80<= 100.00	625.50 75.00	730.60 32.00	839.50 23.00	305.00 16.00			H: 3.40M N: *****	NU: 5	D: HG 190 *
416.90 11.00	XE 122 -----	564.00 100.00	350.10 44.00	148.70 16.00	416.90<= 11.00	90.60 2.80	288.60 2.20	61.80 1.80	H: 20.10H N: *****	NU: 15	D: J 122 *
418.00 31.86	J 130 -----	536.08 100.00	668.46 97.49	739.45 82.06	418.00<= 31.86	1157.25 12.83	586.10 1.54	686.06 0.92	H: 12.30H N: 0.99800	NU: 24	D: XE 130
418.40 10.80	SR 83 -----	511.01 100.00	762.90 61.31	381.40 35.04	418.40<= 10.80	423.10 4.09	1562.40 3.80	778.20 2.92	H: 32.40H N: 0.68500	NU: 73	D: RB 83 *
418.50 9.89	RH 102M -----	475.06 100.00	631.29 58.95	697.49 46.32	766.84 35.79	1046.59 35.79	418.50<= 9.89	628.05 8.74	H: 2.90A N: 0.95000	NU: 15	D: RU 102
419.60 53.00	PB 200 -----	1026.30 100.00	462.00 63.00	419.60<= 53.00	245.00 22.00	493.60 7.60	545.70 4.60	810.20 4.20	H: 21.50H N: *****	NU: 10	D: TL 200 *
420.20 25.00	BA 129 -----	182.30 100.00	214.30 87.00	1459.30 56.00	220.80 53.00	129.10 51.00	202.30 39.00	420.20<= 25.00	H: 2.17H N: *****	NU: 98	D: CS 129 *
420.30 33.00	HG 191 -----	252.60 100.00	420.30<= 33.00	578.70 31.00	274.10 23.00	241.40 21.00	536.10 14.00	371.00 11.00	H: 50.80M N: *****	NU: 79	D: AU 191*
422.00 4.00	HG 184 -----	236.70 100.00	156.40 67.30	295.80 13.10	259.50 8.12	262.90 5.54	159.50 5.20	422.00<= 4.00	H: 32.20S N: *****	NU: 14	D: \$\$\$\$
422.12 93.50	PB 202M -----	960.70 100.00	422.12<= 93.50	786.99 54.31	657.49 35.36	490.47 10.00	459.72 9.40	389.94 6.74	H: 3.62H N: 0.93900	NU: 17	D: PB 202 *
422.60 7.14	CD 107 -----	511.01 100.00	828.90 37.50	796.00 14.46	422.60<= 7.14	898.00 2.68	1130.00 2.14	596.80 1.79	H: 6.50H N: 0.00560	NU: 16	D: AG 107M*
423.10 4.00	SR 83 -----	511.01 100.00	762.90 61.31	381.40 35.04	418.40 10.80	423.10<= 4.09	1562.40 3.80	778.20 2.92	H: 32.40H N: 0.68500	NU: 73	D: RB 83 *
425.00 0.01	TI 45 -----	511.01 100.00	719.60 0.09	1408.10 0.05	1660.90 0.02	425.00<= 0.01	1236.50 0.01	974.00 0.00	H: 3.08H N: 1.68000	NU: 13	D: SC 45
426.00 7.66	AU 196 -----	355.70 100.00	332.90 26.60	426.00<= 7.66	1091.30 0.17	758.90 0.05	521.30 0.04	393.40 0.01	H: 6.18D N: 0.94000	NU: 16	D: PT 196
426.20 5.30	IN 109 -----	203.30 100.00	623.80 7.10	1148.80 7.00	426.20<= 5.30	650.10 3.80	1622.50 3.00	614.00 2.80	H: 4.30H N: *****	NU: 55	D: CD 109 *
427.00 100.00	GE 64 -----	427.00<= 100.00	667.10 45.95	129.20 29.73	774.50 18.92	384.10 13.51	85.70 5.41	42.80 5.41	H: 63.00S N: 0.37000	NU: 7	D: GA 64
427.00 45.00	PB 211 -----	404.90 100.00	832.00 99.30	427.00<= 45.00	766.40 18.50	704.50 12.60	1109.50 3.83	65.50 2.00	H: 36.10M N: *****	NU: 30	D: BI 211 *
427.50 4.30	PD 99 -----	136.40 100.00	263.50 28.00	673.00 19.00	399.60 6.60	386.00 5.80	785.00 5.00	427.50<= 4.30	H: 22.00M N: *****	NU: 12	D: RH 99 *
427.80 3.00	BR 75 -----	511.01 100.00	286.50 60.00	141.20 4.53	427.80<= 3.00	431.80 2.67	377.40 2.67	292.90 1.80	H: 101.50M N: 1.50000	NU: 56	D: SE 75 *
428.20 100.00	TL 194 -----	428.20<= 100.00	639.30 68.20	749.00 45.50	735.00 13.20	255.40 5.46	645.20 5.46	510.90 5.00	H: 33.00M N: *****	NU: 34	D: HG 194
429.00 17.00	AG 106M -----	511.01 100.00	450.60 31.00	717.20 30.00	1043.90 30.00	747.50 22.00	615.10 22.00	429.00<= 17.00	H: 8.50D N: *****	NU: 34	D: PD 106
430.00 14.17	GD 149 -----	149.60 100.00	298.50 54.17	346.50 43.75	748.20 14.79	430.00<= 14.17	788.60 12.71	272.00 6.25	H: 9.40D N: 0.48000	NU: 25	D: EU 149 *
431.80 2.67	BR 75 -----	511.01 100.00	286.50 60.00	141.20 4.53	427.80 3.00	431.80<= 2.67	377.40 2.67	292.90 1.80	H: 101.50M N: 1.50000	NU: 56	D: SE 75 *
431.80 54.40	SH 141M -----	196.60 100.00	431.80<= 54.40	777.40 27.30	1786.40 14.70	1490.30 12.50	911.30 12.40	1145.10 11.70	H: 22.10M N: *****	NU: 47	D: PH 141 *
432.00 60.00	AU 187 -----	185.00 100.00	190.00 78.10	251.00 66.00	432.00<= 60.00	247.00 45.00	236.00 41.50	181.00 40.00	H: 8.00M N: *****	NU: 7	D: PT 187
432.80 1.80	HF 175 -----	343.60 100.00	89.60 3.60	432.80<= 1.80	229.50 0.87	113.80 0.35			H: 70.00D N: *****	NU: 5	D: LU 175
434.60 46.10	IR 186 -----	256.90 100.00	434.60<= 46.10	773.10 13.10	636.20 7.70	767.30 7.19	584.40 6.73	933.20 6.73	H: 15.00H N: *****	NU: 82	D: OS 186
436.10 58.20	ER 163 -----	1113.50 100.00	436.10<= 58.20	439.90 56.30	297.80 23.50	875.80 14.10	339.80 6.81	614.30 6.81	H: 75.00M N: *****	NU: 24	D: HD 163 *
438.40 42.00	TB 150M -----	638.00 100.00	650.40 70.00	438.40<= 42.00	827.50 41.00	343.10 25.00	496.30 23.50	566.50 22.00	H: 5.80M N: *****	NU: 18	D: GD 150
438.70 100.00	ZN 69M -----	438.70<= 100.00	574.30 0.03						H: 13.80H N: 0.99900	NU: 2	D: ZN 69 *
439.04 19.00	AI 193 -----	186.17 100.00	255.57 67.00	698.00 63.00	268.22 39.00	173.52 29.00	439.04<= 19.00	110.28 15.00	H: 17.50H N: *****	NU: 59	D: PT 193

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							HI HALF LIFE NU:NUMBER OF	DI DAUGHTER NU:NUMBER OF	NI NORMAL FACTOR NI:NUMBER OF
439.40 100.00	TL 202 -----	439.40<=	520.30	959.70					H: 12.20D N: 0.91900	NU: 3	D:HG 202
439.55 0.06	RH 101 -----	198.00	127.13	325.80	295.40	439.55<=			H: 3.00A N: *****	NU: 5	D:RU 101
439.80 3.58	BI 204 -----	899.10	374.40	984.00	911.90	670.50	439.80<=	791.10	H: 11.20H N: *****	NU:99	D:PB 204
439.90 56.30	ER 163 -----	1113.50	436.10	439.90<=	297.80	875.80	339.80	614.30	H: 75.00H N: *****	NU:24	D:HO 163 *
440.00 4.50	HG 23 -----	511.01	440.00<=						H: 12.00S N: 2.00000	NU: 2	D:NA 23
440.40 0.42	J 123 -----	159.10	529.00	440.40<=	538.50	505.60	248.30	281.00	H: 13.30H N: 0.83000	NU:14	D:TE 123
441.50 5.25	AU 190 -----	296.00	302.00	597.90	319.30	441.50<=	1441.20	1057.90	H: 39.00H N: *****	NU:65	D:PT 190
441.70 34.40	AU 189 -----	713.40	813.10	348.10	447.80	166.30	528.70	441.70<=	H: 29.70H N: *****	NU:24	D:PT 189 *
442.00 21.95	Y 86 -----	1076.00	1153.00	627.70	1920.00	778.50	1854.50	442.00<=	H: 14.74H N: 0.82000	NU:78	D:SR 86
443.37 27.90	AG 105 -----	344.52	280.44	443.37<=	644.55	63.98	331.51	319.16	H: 40.00D N: 0.42300	NU:34	D:PD 105
443.80 38.20	PA 230 -----	951.98	918.52	898.69	443.80<=	508.20	398.00	518.55	H: 17.50D N: 0.04660	NU:43	D:U 230 *
443.90 0.04	PD 103 -----	39.75	357.20	497.00	294.90	62.40	317.40	443.90<=	H: 18.40D N: 0.00079	NU: 8	D:RH 103
444.20 37.00	SR 79 -----	188.90	166.40	115.70	559.90	444.20<=	611.20	255.70	H: 8.10H N: *****	NU: 7	D:RB 79 *
445.20 61.50	XE 121 -----	252.70	132.80	445.20<=	310.50	95.70	175.80	300.70	H: 40.10H N: *****	NU:98	D:J 121 *
445.31 93.80	YB 164 -----	675.20	445.31<=	390.51	601.87	97.20	362.79	401.77	H: 75.80H N: *****	NU: 8	D:TM 164 *
445.40 7.75	HO 90 -----	257.34	122.37	511.01	203.10	445.40<=	162.93	941.50	H: 5.70H N: 0.79100	NU:23	D:NB 90 *
445.50 15.80	RH 100 -----	539.40	2376.00	1552.50	822.20	1362.40	1106.30	445.50<=	H: 20.00H N: *****	NU:31	D:RU 100
445.90 7.06	ER 172 -----	610.00	407.30	68.05	445.90<=	127.68	383.50	59.67	H: 49.00H N: 0.43200	NU:14	D:TP 172 *
447.40 47.02	TM 168 -----	198.20	815.90	447.40<=	184.20	741.30	720.30	821.10	H: 93.10D N: 0.52100	NU:31	D:ER 168
447.80 54.40	AU 189 -----	713.40	813.10	348.10	447.80<=	166.30	528.70	441.70	H: 29.70H N: *****	NU:24	D:PT 189 *
448.50 16.43	Y 92 -----	934.50	1405.40	561.10	448.50<=	844.30	912.80	492.60	H: 3.50H N: 0.14000	NU:19	D:ZR 92
449.00 2.50	TC 94 -----	916.20	849.70	870.90	702.60	511.01	449.00<=	531.60	H: 4.90H N: *****	NU:11	D:PO 94
450.00 0.13	ZN 63 -----	511.01	669.70	962.00	1411.90	450.00<=	1391.60	1123.70	H: 37.85H N: 1.86000	NU:47	D:CU 63 *
450.60 31.00	AG 106H -----	511.01	450.60<=	717.20	1043.90	747.50	615.10	429.00	H: 8.50D N: *****	NU:34	D:PD 106
450.80 27.91	RH 106H -----	511.70	1046.70	716.60	450.80<=	616.10	748.50	1529.40	H: 2.20H N: 0.86000	NU:38	D:PD 106
451.90 25.14	KR 76 -----	315.70	270.20	45.50	406.50	451.90<=	252.00	355.30	H: 14.80H N: 0.35800	NU:52	D:BR 76 *
452.80 5.35	BI 212 -----	727.15	1620.54	785.40	39.86	1078.62	893.41	452.80<=	H: 60.60H N: 0.18500	NU:19	D:PC 212 *
453.70 21.88	PA 232 -----	969.30	894.30	150.10	453.70<=	387.80	819.20	866.40	H: 1.31D N: 0.41600	NU:32	D:U 232 *
455.60 100.00	RB 78 -----	455.60<=	103.10	663.80	726.00	1141.70			H: 6.00H N: *****	NU: 5	D:KR 78
459.72 9.40	PB 202H -----	960.70	422.12	786.99	657.49	490.47	459.72<=	389.94	H: 3.62H N: 0.93900	NU:17	D:PB 202 *
459.90 10.60	TM 165 -----	242.70	806.80	459.90<=	218.60	346.60	356.30	389.20	H: 30.06H N: *****	NU:49	D:ER 165 *

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
460.10 26.80	NB 96 -----	778.20 100.00	568.70 56.00	1091.40 51.00	460.10<= 26.80	849.80 21.00	1200.50 20.50	810.40 9.00	H: 23.50H N: *****	NU: 20	D: MD 96	
461.00 9.00	IN 110H -----	937.50 100.00	706.80 46.00	641.60 38.00	997.50 15.00	581.60 10.00	584.20 10.00	461.00<= 8.00	H: 4.90H N: *****	NU: 42	D: CD 110	
461.00 7.35	PR 136 -----	511.01 100.00	552.20 63.33	540.00 44.09	1092.30 15.76	461.00<= 7.35	1000.70 3.79	1602.70 3.18	H: 13.10H N: 0.66000	NU: 68	D: CE 136	
461.30 0.13	RU 97 -----	215.20 100.00	324.40 11.76	570.00 0.88	560.60 0.42	108.90 0.16	461.30<= 0.13	785.50 0.09	H: 2.88D N: 0.91000	NU: 12	D: TC 97 *	
462.00 63.00	PB 200 -----	1026.30 100.00	462.00<= 63.00	419.60 53.00	245.00 22.00	493.60 7.60	545.70 4.60	810.20 4.20	H: 21.50H N: *****	NU: 10	D: TL 200 *	
462.80 15.90	AC 228 -----	911.10 100.00	568.90 59.90	338.40 42.40	964.60 19.90	794.80 16.30	462.80<= 15.90	270.00 13.00	H: 6.13H N: *****	NU: 95	D: TH 228 *	
463.70 49.23	PB 84H -----	248.00 100.00	215.40 56.92	463.70<= 49.23					H: 21.00H N: 0.65000	NU: 3	D: RB 84 *	
464.00 100.00	LA 132 -----	464.00<= 100.00	567.00 20.54	193.00 14.86	1909.00 12.57	663.00 11.76	1031.00 11.49	540.00 8.78	H: 4.50H N: 0.74000	NU: 99	D: BA 132	
464.50 1.92	CS 132 -----	667.50 100.00	464.50<= 1.92	629.80 1.04	505.80 0.82	1135.60 0.52	511.01 0.37	566.90 0.25	H: 6.47D N: 0.59000	NU: 14	D: XE 132	
465.00 28.57	PR 133 -----	511.01 100.00	134.30 57.14	315.60 48.57	74.00 42.29	465.00<= 28.57	330.80 24.57	241.90 22.86	H: 6.50H N: *****	NU: 52	D: CE 133 *	
465.00 82.35	TL 209 -----	1566.00 100.00	465.00<= 82.35	117.00 82.35					H: 2.20H N: 0.85000	NU: 3	D: PB 209 *	
466.00 3.10	PB 195H -----	383.80 100.00	708.30 30.00	394.30 26.00	313.30 4.70	466.00<= 3.10	99.00 0.50		H: 17.00H N: *****	NU: 6	D: TL 195 *	
468.06 64.14	IR 192 -----	316.50 100.00	468.06<= 64.14	295.44 37.04	308.44 35.34	604.40 11.30	612.44 7.20	588.57 5.60	H: 74.20D N: 0.76400	NU: 16	D: PT 192	
468.58 6.30	RH 102 -----	475.06 100.00	511.01 54.35	628.05 9.78	468.58<= 6.30	1103.16 6.30	556.60 4.35	680.66 1.26	H: 206.00D N: 0.46000	NU: 25	D: RU 102	
469.00 42.00	HF 171 -----	1072.00 100.00	662.00 76.00	123.00 50.00	469.00<= 42.00	347.00 40.00	295.00 35.00	137.00 23.50	H: 12.00H N: *****	NU: 14	D: LU 171 *	
470.00 1.75	TE 121 -----	572.90 100.00	507.50 22.50	470.00<= 1.75	66.00 0.50				H: 17.00D N: 0.80000	NU: 4	D: SB 121	
470.62 18.00	GE 66 -----	511.01 100.00	361.85 65.00	108.85 27.00	272.97 25.00	338.05 19.00	470.62<= 18.00	65.20 16.00	H: 2.40H N: *****	NU: 89	D: GA 66 *	
475.06 100.00	RH 102H -----	475.06<= 100.00	631.29 58.95	697.49 46.32	766.84 35.79	1046.59 35.79	418.50 9.89	628.05 8.74	H: 2.90A N: 0.95000	NU: 15	D: RU 102	
475.06 100.00	RH 102 -----	475.06<= 100.00	511.01 54.35	628.05 9.78	468.58 6.30	1103.16 6.30	556.60 4.35	680.66 1.26	H: 206.00D N: 0.46000	NU: 25	D: RU 102	
475.20 8.08	ZN 61 -----	511.01 100.00	475.20<= 8.08	1660.50 3.74	970.00 1.21	1185.40 0.81	690.40 0.81	1997.10 0.61	H: 86.00S N: 1.98000	NU: 47	D: CU 61 *	
475.70 43.00	PM 144 -----	618.10 100.00	696.40 99.00	475.70<= 43.00					H: 1.00A N: 1.00000	NU: 3	D: ND 144	
477.59 100.00	BE 7 -----	477.59<= 100.00							H: 53.00D N: *****	NU: 1	D: LI 7	
478.00 47.85	IR 188 -----	155.00 100.00	634.80 85.89	478.00<= 47.85	2214.60 38.34	312.00 23.93	1210.30 20.28	829.50 19.85	H: 41.50H N: 0.32600	NU: 75	D: OS 188	
479.30 95.66	Y 90H -----	202.40 100.00	479.30<= 95.66						H: 3.10H N: 0.96700	NU: 2	D: Y 90 *	
480.70 17.30	TC 96H -----	778.30 100.00	1200.30 55.80	849.80 18.50	480.70<= 17.30	719.70 14.20	967.30 6.60	1498.30 6.31	H: 51.50H N: *****	NU: 15	D: TC 96 *	
482.50 100.00	IR 194H -----	482.50<= 100.00	328.50 96.00	600.50 64.00	687.80 61.00	338.80 57.00	390.80 36.00	562.40 36.00	H: 171.00D N: *****	NU: 9	D: PT 194	
484.70 3.17	OS 183H -----	1102.10 100.00	1108.00 45.60	1034.80 12.70	878.40 3.17	484.70<= 3.17	954.80 2.15	400.00 1.52	H: 10.00H N: *****	NU: 39	D: RE 183 *	
484.80 100.00	Y 87 -----	484.80<= 100.00	388.40 82.09	511.01 2.00					H: 80.30H N: 0.91000	NU: 3	D: SR 87	
486.30 11.90	AU 184 -----	163.20 100.00	273.10 76.70	361.90 32.40	594.00 14.80	777.00 12.80	486.30<= 11.90	237.00 10.60	H: 47.00S N: *****	NU: 28	D: \$\$\$	
489.10 29.50	TB 148 -----	783.40 100.00	511.00 44.00	489.10<= 29.50	1077.10 13.80	631.10 13.30	1860.10 6.52	1401.40 2.50	H: 70.00H N: *****	NU: 59	D: GD 148 *	
489.60 8.60	TL 198H -----	411.70 100.00	636.80 95.90	587.40 89.70	282.70 52.50	226.40 14.10	489.60<= 8.60	259.90 7.80	H: 1.87H N: *****	NU: 63	D: TL 198 *	

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
490.47 10.00	PB 202M -----	560.70 100.00	422.12 93.50	786.99 54.31	657.49 35.36	490.47<= 10.00	459.72 9.40	389.94 6.74	H: 3.62H N: 0.93900	NU: 17	D: PB 202 *	
491.90 6.18	J 126 -----	388.50 100.00	666.20 88.24	753.80 11.47	491.90<= 6.18	511.01 2.56	880.30 1.86	1420.20 0.85	H: 12.80D N: 0.34000	NU: 9	D: TE 126	
492.60 3.50	Y 92 -----	934.50 100.00	1405.40 34.29	561.10 17.14	448.50 16.43	844.30 9.29	912.80 4.50	492.60<= 3.50	H: 3.50H N: 0.14000	NU: 19	D: ZR 92	
493.60 7.60	PB 200 -----	1026.30 100.00	462.00 63.00	419.60 53.00	245.00 22.00	493.60<= 7.60	545.70 4.60	810.20 4.20	H: 21.50H N: *****	NU: 10	D: TL 200 *	
494.40 0.84	GA 67 -----	184.50 100.00	300.20 89.61	393.40 27.43	91.30 13.80	208.96 8.44	494.40<= 0.84	867.90 0.84	H: 78.00H N: 0.23700	NU: 7	D: ZN 67	
496.30 23.50	TB 150M -----	638.00 100.00	650.40 70.00	438.40 42.00	827.50 41.00	343.10 25.00	496.30<= 23.50	566.50 22.00	H: 5.80H N: *****	NU: 18	D: GD 150	
497.00 18.27	PD 103 -----	39.75 100.00	357.20 80.46	497.00<= 18.27	294.90 13.83	62.40 4.85	317.40 0.08	443.90 0.04	H: 18.40D N: 0.00079	NU: 8	D: RH 103	
499.90 3.70	AS 71 -----	174.90 100.00	1095.50 4.50	499.90<= 3.70	326.80 3.30	526.60 0.87	1139.30 0.83	391.40 0.67	H: 64.00H N: *****	NU: 72	D: GE 71 *	
505.40 26.50	IN 107 -----	205.00 100.00	505.40<= 26.50	320.90 20.00	1268.40 9.00	365.60 7.40	728.10 5.80	809.00 5.00	H: 32.00H N: *****	NU: 98	D: CD 107 *	
505.60 0.31	J 123 -----	159.10 100.00	529.00 1.33	440.40 0.42	538.50 0.33	505.60<= 0.31	248.30 0.08	281.00 0.08	H: 13.30H N: 0.83000	NU: 14	D: TE 123	
505.80 0.82	CS 132 -----	667.50 100.00	464.50 1.92	629.80 1.04	505.80<= 0.82	1135.60 0.52	511.01 0.37	566.90 0.25	H: 6.47D N: 0.99000	NU: 14	D: XE 132	
507.50 22.50	TE 121 -----	572.90 100.00	507.50<= 22.50	470.00 1.75	66.00 0.50				H: 17.00D N: 0.80000	NU: 4	D: SB 121	
508.20 24.89	PA 230 -----	951.98 100.00	918.52 55.36	898.69 38.63	443.80 38.20	508.20<= 24.89	398.00 14.14	518.55 14.06	H: 17.50D N: 0.04660	NU: 43	D: U 230 *	
509.90 100.00	OS 182 -----	509.90<= 100.00	180.20 68.00	55.50 18.00	263.20 13.50	130.80 6.50	274.30 3.40	241.40 1.90	H: 21.00H N: *****	NU: 33	D: RE 182 *	
510.80 100.00	CD 105 -----	510.80<= 100.00	2300.80 46.09	961.10 3.80	1301.80 3.80	606.60 3.80	347.10 3.20	1692.90 3.10	H: 55.00H N: *****	NU: 89	D: AG 105 *	
510.80 23.00	TL 208 -----	2614.60 100.00	583.06 86.00	510.80<= 23.00	860.37 12.00	277.35 6.90	763.13 1.60	252.60 0.80	H: 3.05H N: 1.00000	NU: 16	D: PB 208	
510.90 5.00	TL 194 -----	428.20 100.00	639.30 68.20	749.00 45.50	735.00 13.20	255.40 5.46	645.20 5.46	510.90<= 5.00	H: 33.00H N: *****	NU: 34	D: HG 194	
511.00 44.00	TB 148 -----	783.40 100.00	511.00<= 44.00	489.10 29.50	1077.10 13.80	631.10 13.30	1860.10 6.52	1401.40 2.50	H: 70.00H N: *****	NU: 59	D: GD 148 *	
511.01 100.00	C 11 -----	511.01<= 100.00							H: 20.30H N: 2.00000	NU: 1	D: B 11	
511.01 100.00	N 13 -----	511.01<= 100.00							H: 9.96H N: 2.00000	NU: 1	D: C 13	
511.01 100.00	O 15 -----	511.01<= 100.00							H: 2.03H N: 2.00000	NU: 1	D: N 15	
511.01 100.00	F 18 -----	511.01<= 100.00							H: 109.80H N: 1.94000	NU: 1	D: C 18	
511.01 100.00	NA 22 -----	511.01<= 100.00	1274.52 55.25						H: 2.60A N: 1.81000	NU: 2	D: NE 22	
511.01 100.00	MG 23 -----	511.01<= 100.00	440.00 4.50						H: 12.00S N: 2.00000	NU: 2	D: NA 23	
511.01 100.00	AL 26 -----	511.01<= 100.00	1809.00 62.38	1130.00 1.56	2938.00 0.15				H: 6.40S N: 1.60000	NU: 4	D: PG 26	
511.01 100.00	CL 34H -----	511.01<= 100.00	146.50 45.00	2128.50 38.00	1177.50 12.00	3305.00 12.00			H: 32.00H N: 1.00000	NU: 5	D: CL 34 *	
511.01 100.00	CL 34 -----	511.01<= 100.00							H: 1.60S N: 2.00000	NU: 1	D: S 34	
511.01 100.00	K 38 -----	511.01<= 100.00	2167.60 50.00						H: 7.61H N: 2.00000	NU: 2	D: AR 38	
511.01 100.00	SC 44 -----	511.01<= 100.00	1157.00 50.00	1499.60 0.43	2656.60 0.11				H: 3.90H N: 1.88000	NU: 4	D: CA 44	
511.01 100.00	TI 45 -----	511.01<= 100.00	719.60 0.09	1408.10 0.05	1660.90 0.02	425.00 0.01	1236.50 0.01	974.00 0.00	H: 3.08H N: 1.60000	NU: 13	D: SC 45	
511.01 100.00	V 48 -----	511.01<= 100.00	983.40 98.04	1311.90 97.06	944.20 8.73	2240.10 2.35	928.40 1.18	1437.60 0.12	H: 15.57D N: 1.02000	NU: 9	D: TI 48	

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
511.01 100.00	CR 49 -----	511.01<= 90.70 100.00 13.83	62.30 13.83	152.80 0.64						H: 41.70M N: 1.88000	NU: 4	D: V 49 *
511.01 100.00	MN 50 -----	511.01<= 1098.00 100.00 48.60	783.30 47.15	1443.30 32.55	1282.40 15.55	661.50 11.80	1944.50 1.84			H: 1.75M N: 2.00000	NU: 15	D: CR 50
511.01 55.00	MN 52 -----	1434.40 744.20 100.00 85.00	935.60 84.00	511.01<= 1332.80 55.00 5.10	1247.00 4.70	848.40 3.20				H: 5.67D N: 1.00000	NU: 14	D: CR 52
511.01 100.00	FE 53 -----	511.01<= 377.20 100.00 16.33								H: 8.50M N: 1.96000	NU: 2	D: PN 53
511.01 48.48	CO 56 -----	846.74 1238.28 100.00 69.94	511.01<= 1037.85 48.48 30.47	2598.57 16.90	1771.48 15.79	2034.90 7.82				H: 77.30D N: 0.98800	NU: 45	D: FE 56
511.01 31.16	CO 58 -----	810.74 511.01<= 863.94 100.00 31.16 0.64	1674.74 0.50							H: 71.30D N: 0.99500	NU: 4	D: FE 58
511.01 97.47	NI 57 -----	1377.70 511.01<= 127.10 100.00 97.47 18.99	1919.50 18.99	1757.70 8.35	1046.40 0.16	2804.00 0.13				H: 35.94M N: 0.79000	NU: 18	D: CO 57 *
511.01 100.00	CU 58 -----	511.01<= 1454.10 100.00 7.75	1448.00 5.55	40.80 3.40	1321.40 0.55	1488.30 0.52	167.10 0.48			H: 3.20S N: 2.00000	NU: 25	D: NI 58
511.01 100.00	CU 60 -----	511.01<= 1332.50 100.00 47.45	1791.60 24.18	826.40 11.14	3124.40 2.57	1861.60 2.54	1035.10 1.91			H: 24.00M N: 1.84000	NU: 74	D: NT 60
511.01 100.00	CU 61 -----	511.01<= 283.00 100.00 10.83	656.01 8.00	67.60 3.58	1185.00 3.00	373.60 1.58	588.60 1.00			H: 3.35H N: 1.20000	NU: 25	D: NI 61
511.01 100.00	CU 62 -----	511.01<= 1173.00 100.00 0.18	875.70 0.08	2301.00 0.02	1129.10 0.02	3369.90 0.01	2084.70 0.00			H: 9.75M N: 1.96000	NU: 16	D: NI 62
511.01 100.00	ZN 60 -----	511.01<= 670.20 100.00 25.85	61.50 10.26	273.40 4.51	334.40 3.76	364.60 1.36	572.40 1.06			H: 2.33M N: 1.95000	NU: 8	D: CU 60 *
511.01 100.00	ZN 61 -----	511.01<= 475.20 100.00 8.08	1660.50 3.74	970.00 1.21	1185.40 0.81	690.40 0.81	1997.10 0.61			H: 86.00S N: 1.98000	NU: 47	D: CU 61 *
511.01 100.00	ZN 63 -----	511.01<= 669.70 100.00 47.74	962.00 3.74	1411.90 0.41	450.00 0.13	1391.60 0.08	1123.70 0.07			H: 37.85M N: 1.86000	NU: 47	D: CU 63 *
511.01 100.00	GA 64 -----	511.01<= 992.20 100.00 22.96	3366.90 8.16	809.40 7.14	1387.80 6.63	2195.60 6.12	919.10 3.88			H: 2.60M N: 1.96000	NU: 29	D: ZN 64
511.01 100.00	GA 65 -----	511.01<= 115.10 100.00 30.60	61.10 6.56	153.00 4.97	751.80 4.54	53.80 2.73	206.90 1.42			H: 15.20M N: 1.83000	NU: 74	D: ZN 65 *
511.01 100.00	GA 66 -----	511.01<= 1039.30 100.00 32.17	2752.00 20.00	833.50 5.13	2189.90 4.87	4295.80 2.96	1918.64 1.83			H: 9.30M N: 1.15000	NU: 61	D: ZN 66
511.01 100.00	GA 68 -----	511.01<= 1077.50 100.00 1.98	1883.50 0.08	1261.30 0.05	805.70 0.05	165.90 0.04	578.40 0.02			H: 68.30M N: 1.76000	NU: 9	D: ZN 68
511.01 100.00	GE 66 -----	511.01<= 381.85 100.00 65.00	108.85 27.00	272.97 25.00	338.05 19.00	470.62 18.00	65.20 16.00			H: 2.40H N: *****	NU: 89	D: GA 66 *
511.01 100.00	AS 68 -----	511.01<= 1016.50 100.00 32.83	762.60 11.62	651.20 11.62	1778.70 10.61	613.50 2.78	1263.50 1.82			H: 159.00S N: 1.98000	NU: 21	D: GE 68 *
511.01 100.00	AS 70 -----	511.01<= 1039.60 100.00 51.00	744.00 12.97	668.20 12.97	1114.40 12.97	1707.90 11.00	595.20 10.00			H: 53.00M N: 0.90200	NU: 67	D: GE 70
511.01 100.00	AS 74 -----	511.01<= 595.83 100.00 98.02	634.78 24.71	608.43 0.94	1204.35 0.45	635.00 0.06	887.00 0.05			H: 17.90D N: 0.60700	NU: 15	D: GE 74
511.01 100.00	SE 73M -----	511.01<= 253.80 100.00 66.70	84.50 5.60	393.30 4.90	401.60 3.80	577.50 2.90	320.40 2.60			H: 43.00M N: *****	NU: 32	D: AS 73 *
511.01 100.00	SE 73 -----	511.01<= 360.90 100.00 78.13	67.00 57.03	864.90 0.43	1110.80 0.15	901.10 0.12	764.40 0.11			H: 7.10H N: 1.28000	NU: 20	D: AS 73 *
511.01 100.00	BR 75 -----	511.01<= 286.50 100.00 60.00	141.20 4.53	427.80 3.00	431.80 2.67	377.40 2.67	292.90 1.80			H: 101.50M N: 1.50000	NU: 56	D: SE 75 *
511.01 100.00	BR 76 -----	511.01<= 559.40 100.00 52.63	657.00 10.53	1852.50 10.53	1216.30 6.84	2949.00 4.96	2793.40 4.21			H: 16.00M N: 1.33000	NU: 99	D: SE 76
511.01 100.00	BR 78 -----	511.01<= 613.90 100.00 7.61	694.80 0.05	1020.30 0.04	884.50 0.04	1720.60 0.03	1922.60 0.03			H: 6.50H N: 1.84000	NU: 20	D: SE 78
511.01 83.33	BR 80 -----	617.00 511.01<= 665.70 100.00 83.33 16.67	639.90 3.17	704.10 2.50	1256.60 1.15	813.00 0.50				H: 17.60M N: 0.06000	NU: 7	D: KR 80
511.01 100.00	KR 77 -----	511.01<= 129.70 100.00 52.91	146.50 24.94	312.10 2.15	276.10 1.96	106.00 0.82	734.60 0.22			H: 1.20H N: 1.58000	NU: 28	D: BR 77 *
511.01 100.00	KR 79 -----	511.01<= 261.40 100.00 73.33	397.50 53.33	606.00 53.33	306.60 14.67	217.20 12.00	389.10 9.33			H: 34.90M N: 0.15000	NU: 38	D: BR 79
511.01 56.76	RB 84 -----	881.50 511.01<= 1897.40 100.00 56.76 10.81	1015.90 0.68							H: 34.50D N: 0.74000	NU: 4	D: KR 84

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
		NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE 1										
511.01 100.00	SR 83 -----	511.01<= 100.00	762.90 61.31	381.40 35.04	418.40 10.80	423.10 4.09	1562.40 3.80	778.20 2.92		H: 32.40H N: 0.68500	NU: 73	D: RB 83 *
511.01 2.00	Y 87 -----	484.80 100.00	388.40 82.09	511.01<= 2.00						H: 80.30H N: 0.91000	NU: 3	D: SR 87
511.01 0.40	Y 88 -----	1836.08 100.00	897.02 91.95	2734.17 0.62	511.01<= 0.40					H: 107.40D N: 0.99400	NU: 4	D: SR 88
511.01 100.00	ZR 87 -----	511.01<= 100.00	1228.00 2.30	1210.00 0.73	793.00 0.36	1202.00 0.25	2220.00 0.23	1160.00 0.16		H: 1.60H N: 1.65000	NU: 15	D: Y 87**
511.01 3.68	ZR 89H -----	588.00 100.00	1508.40 7.24	511.01<= 3.68						H: 4.20H N: 0.87000	NU: 3	D: ZR 89 *
511.01 44.27	ZR 89 -----	909.20 100.00	511.01<= 44.27	1712.60 0.82	1744.50 0.13	1657.30 0.11	1620.80 0.07			H: 78.40H N: 0.59400	NU: 6	D: Y 89
511.01 63.21	MO 90 -----	257.34 100.00	122.37 82.55	511.01<= 63.21	203.10 8.17	445.40 7.75	162.93 7.66	941.50 7.10		H: 5.70H N: 0.79100	NU: 23	D: NB 90 *
511.01 20.60	TC 94 -----	916.20 100.00	849.70 93.00	870.90 93.00	702.60 93.00	511.01<= 20.60	449.00 2.50	531.60 1.10		H: 4.90H N: *****	NU: 11	D: MO 94
511.01 42.86	RU 95 -----	336.40 100.00	511.01<= 42.86	1096.90 31.43	626.84 25.71	1178.80 7.57	806.40 6.00	1182.00 5.71		H: 1.65H N: 0.70000	NU: 38	D: TC 95 *
511.01 34.38	RH 99H -----	340.60 100.00	511.01<= 34.38	1260.70 24.22	618.00 20.78	1209.10 20.00	937.40 4.34	528.40 2.95		H: 4.70H N: 0.64000	NU: 29	D: RU 99
511.01 34.29	RH 99 -----	528.52 100.00	353.00 88.00	89.50 81.14	511.01<= 34.29	322.31 16.20	618.08 10.57	175.45 5.06		H: 16.00D N: 0.35000	NU: 37	D: RU 99
511.01 54.35	RH 102 -----	475.06 100.00	511.01<= 54.35	628.05 9.78	468.58 6.30	1103.16 6.30	556.60 4.35	680.66 1.26		H: 206.00D N: 0.46000	NU: 25	D: RU 102
511.01 100.00	AG 106H -----	511.01<= 100.00	450.60 31.00	717.20 30.00	1043.90 30.00	747.50 22.00	615.10 22.00	429.00 17.00		H: 8.50D N: *****	NU: 34	D: PD 106
511.01 100.00	AG 106 -----	511.01<= 100.00	511.80 15.65	622.00 1.30	873.30 0.62	1050.10 0.54	616.00 0.40	1127.90 0.23		H: 24.00H N: 1.24000	NU: 13	D: PD 106
511.01 100.00	CD 107 -----	511.01<= 100.00	828.90 37.50	796.00 14.46	422.60 7.14	898.00 2.68	1130.00 2.14	596.80 1.79		H: 6.50H N: 0.00560	NU: 16	D: AG 107**
511.01 100.00	IN 106 -----	511.01<= 100.00	1716.50 87.00	632.80 67.00	225.20 66.00	861.80 18.00	998.50 6.00	1009.60 4.00		H: 5.38H N: *****	NU: 33	D: CD 106
511.01 100.00	SN 111 -----	511.01<= 100.00	1152.00 3.09	761.00 1.89	1914.00 1.89	1610.00 1.39	1541.00 0.90	2099.00 0.46		H: 35.50H N: 0.54000	NU: 9	D: IN 111 *
511.01 5.75	SB 117 -----	158.50 100.00	511.01<= 5.75	861.70 0.33	1004.50 0.26	1021.00 0.11	1020.60 0.11	553.10 0.08		H: 2.80H N: 0.87000	NU: 14	D: SN 117
511.01 32.00	SB 118H -----	1229.50 100.00	1050.80 98.00	253.90 93.00	511.01<= 32.00	41.00 18.00	1091.80 2.40	984.00 1.50		H: 5.10H N: 0.01000	NU: 8	D: SN 118
511.01 100.00	SB 118 -----	511.01<= 100.00	1229.50 1.64	1267.00 0.38	528.20 0.25	826.90 0.24	1699.70 0.04	1172.90 0.03		H: 3.50H N: 1.51000	NU: 14	D: SN 118
511.01 100.00	SB 120 -----	511.01<= 100.00	1171.50 4.12	704.00 0.45	989.10 0.19					H: 15.90H N: 1.02000	NU: 4	D: SN 120
511.01 100.00	J 122 -----	511.01<= 100.00	564.00 12.75	692.60 0.94	793.00 0.94	683.50 0.65	1747.10 0.23	2188.00 0.20		H: 3.50H N: *****	NU: 48	D: TE 122
511.01 74.19	J 124 -----	602.71 100.00	511.01<= 74.19	1691.04 17.26	722.78 16.45	1509.49 4.95	1376.25 2.76	1325.53 2.37		H: 4.17D N: 0.62000	NU: 31	D: TE 124
511.01 2.56	J 126 -----	388.50 100.00	666.20 88.24	753.80 11.47	491.90 6.18	511.01<= 2.56	880.30 1.88	1420.20 0.85		H: 12.80D N: 0.34000	NU: 9	D: TE 126
511.01 8.09	XE 123 -----	148.90 100.00	178.10 30.50	330.20 17.50	511.01<= 8.09	1093.40 5.70	899.60 5.00	1113.10 3.20		H: 2.10H N: *****	NU: 99	D: J 123 *
511.01 100.00	CS 130 -----	511.01<= 100.00	536.00 4.37	686.10 0.51	894.00 0.46	1614.60 0.27	1687.30 0.20	1996.30 0.17		H: 29.10H N: *****	NU: 17	D: XE 130
511.01 0.37	CS 132 -----	667.50 100.00	464.50 1.92	629.80 1.04	505.80 0.82	1135.60 0.52	511.01<= 0.37	566.90 0.25		H: 6.47D N: 0.99000	NU: 14	D: XE 132
511.01 100.00	PR 133 -----	511.01<= 100.00	134.30 57.14	315.60 48.57	74.00 42.20	465.00 28.57	330.80 24.57	241.90 22.86		H: 6.50H N: *****	NU: 52	D: CE 133 *
511.01 100.00	PR 135 -----	511.01<= 100.00	256.12 66.70	82.64 33.30	213.45 31.80	538.20 19.70	697.50 10.50	613.80 4.35		H: 22.00H N: *****	NU: 43	D: CE 135 *
511.01 100.00	PR 136 -----	511.01<= 100.00	552.20 63.33	540.00 44.09	1092.30 15.76	461.00 7.35	1000.70 3.79	1602.70 3.18		H: 13.10H N: 0.66000	NU: 68	D: CE 136
511.01 63.00	PR 138H -----	788.90 100.00	1038.10 100.00	302.60 81.70	511.01<= 63.00	390.90 6.05	547.80 5.22	635.90 1.78		H: 2.10H N: *****	NU: 51	D: CE 138

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER	D: DAUGHTER OF ENERGIES IN	N: NORMAL FACTOR TABLE I
511.01 100.00	PR 139 -----	511.01<= 100.00	1347.40 2.78	1630.60 1.94	254.70 1.50	1357.70 0.94	1320.00 0.36	1596.60 0.28	H: 4.50H N: 0.18000	NU:13	D:CE 139 *	
511.01 100.00	ND 139H -----	114.00 100.00	511.01<= 100.00	984.00 24.00	740.00 21.00	327.00 20.00	708.00 14.00		H: 5.50H N: *****	NU: 6	D:ND 139 *	
511.01 100.00	ND 141 -----	511.01<= 100.00	1126.80 16.67	1147.50 6.67	1292.60 5.00	1298.60 5.00	146.60 3.33		H: 2.60H N: 0.06000	NU: 6	D:PR 141	
511.01 100.00	PH 141 -----	511.01<= 100.00	1223.20 2.70	885.80 1.40	194.40 1.20	1344.30 0.76	622.00 0.59	1565.00 0.54	H: 20.90H N: *****	NU:12	D:ND 141	
511.01 13.47	TB 147 -----	1153.00 100.00	139.80 44.93	694.50 40.80	511.01<= 13.47	119.70 8.93	554.90 5.07	2684.00 4.53	H: 24.00H N: 0.75000	NU:18	D:GD 147 *	
511.01 20.00	TB 152 -----	344.30 100.00	511.01<= 20.00	586.30 15.00	271.10 14.00	778.90 8.90	411.10 6.30	974.10 4.80	H: 17.50H N: *****	NU:94	D:GD 152	
511.01 7.35	DY 155 -----	226.94 100.00	90.32 23.09	511.01<= 7.35	1088.90 6.10	999.20 5.53	184.53 5.51	905.10 5.00	H: 9.60H N: 0.68000	NU:98	D:TB 155 *	
511.01 97.83	HO 162 -----	185.00 100.00	511.01<= 97.83	80.00 84.78	930.00 51.09	1220.00 46.74	283.00 32.61		H: 15.00H N: 0.09200	NU: 6	D:DY 162	
511.01 100.00	TM 164 -----	511.01<= 100.00	91.30 9.34	1154.63 2.33	768.92 1.99	208.08 1.65	860.31 1.56	1610.74 1.55	H: 2.00H N: 0.78200	NU:93	D:ER 164	
511.01 78.27	TA 174 -----	206.62 100.00	511.01<= 78.27	1205.87 7.09	1359.40 3.24	1227.10 2.94	1358.10 2.17	310.82 2.14	H: 1.20H N: 0.61200	NU:97	D:HF 174	
511.01 100.00	TA 178 -----	511.01<= 100.00	1350.55 56.00	1340.84 48.80	1106.11 25.40	1402.87 22.90	1496.10 12.90	1183.40 7.92	H: 9.30H N: *****	NU:28	D:HF 178	
511.70 100.00	RH 106H -----	511.70<= 100.00	1046.70 36.05	716.60 33.72	450.80 27.91	616.10 23.60	748.50 22.09	1529.40 20.93	H: 2.20H N: 0.86000	NU:38	D:PD 106	
511.80 15.65	AG 106 -----	511.61 100.00	511.80<= 15.65	622.00 1.30	873.30 0.62	1050.10 0.54	616.00 0.40	1127.90 0.23	H: 24.00H N: 1.24000	NU:13	D:PD 106	
513.99 100.00	SR 85 -----	513.99<= 100.00							H: 64.80D N: 0.98200	NU: 1	D:RB 85	
517.10 30.56	GE 135 -----	265.30 100.00	299.85 55.56	605.70 44.44	517.10<= 30.56	571.20 29.44	782.80 23.33	206.36 17.22	H: 17.00H N: 0.18000	NU:43	D:LA 135 *	
518.55 14.06	PA 230 -----	951.98 100.00	918.52 55.36	898.69 38.63	443.80 38.20	508.20 24.89	398.00 14.14	518.55<= 14.06	H: 17.50D N: 0.04660	NU:43	D:U 230 *	
520.00 85.71	BR 77 -----	239.00 100.00	520.00<= 85.71	297.00 15.00	250.00 10.36	579.00 10.36	88.00 8.93	282.00 8.21	H: 57.00H N: 0.28000	NU:32	D:SE 77	
520.30 1.09	TL 202 -----	439.40 100.00	520.30<= 1.09	959.70 0.11					H: 12.20D N: 0.91900	NU: 3	D:HG 202	
520.90 100.00	RB 83 -----	520.90<= 100.00	529.30 67.54	552.50 34.86	796.80 1.96				H: 83.00D N: 0.45900	NU: 4	D:KR 83H*	
521.30 0.04	AU 196 -----	355.70 100.00	332.90 26.60	426.00 7.66	1091.30 0.17	758.90 0.05	521.30<= 0.04	393.40 0.01	H: 6.18D N: 0.94000	NU:16	D:PT 196	
524.40 0.00	AG 111 -----	341.90 100.00	245.60 15.00	96.90 2.38	620.60 0.43	866.70 0.14	524.40<= 0.00		H: 7.45D N: 0.08000	NU: 6	D:CO 111	
525.80 1.15	HG 195H -----	56.70 100.00	261.75 98.40	560.24 16.30	387.93 4.88	200.35 2.06	1241.00 1.48	525.80<= 1.15	H: 40.00H N: *****	NU:37	D:HG 195 *	
526.60 0.87	AS 71 -----	174.90 100.00	1095.50 4.50	499.90 3.70	326.80 3.30	526.60<= 0.87	1139.30 0.83	391.40 0.67	H: 64.00H N: *****	NU:72	D:GE 71 *	
528.20 0.25	SB 118 -----	511.01 100.00	1229.50 1.64	1267.00 0.38	528.20<= 0.25	826.90 0.24	1699.70 0.04	1172.90 0.03	H: 3.50H N: 1.51000	NU:14	D:SN 118	
528.22 59.84	LU 172 -----	900.60 100.00	372.50 79.37	809.90 71.03	1093.40 69.60	528.22<= 59.84	410.31 53.65	697.20 36.90	H: 6.70D N: *****	NU:78	D:YB 172	
528.40 2.95	RH 99H -----	340.60 100.00	511.01 34.38	1260.70 24.22	618.00 20.78	1209.10 20.00	937.40 4.34	528.40<= 2.95	H: 4.70H N: 0.64000	NU:29	D:RU 99	
528.50 13.59	EU 149 -----	327.50 100.00	277.00 85.13	254.50 15.90	528.50<= 13.59	350.00 8.72	558.40 1.59	535.90 1.18	H:106.00D N: 0.03900	NU:13	D:SP 149	
528.52 100.00	RH 99 -----	528.52<= 100.00	353.00 88.00	89.50 81.14	511.01 34.29	322.31 16.20	618.08 10.57	175.45 5.06	H: 16.00D N: 0.35000	NU:37	D:RU 99	
528.70 41.10	AU 189 -----	713.40 100.00	813.10 58.30	348.10 55.99	447.80 54.40	166.30 41.30	528.70<= 41.10	441.70 34.40	H: 29.70H N: *****	NU:24	D:PT 189 *	
529.00 1.33	J 123 -----	159.10 100.00	529.00<= 1.33	440.40 0.42	538.50 0.33	505.60 0.31	248.30 0.08	281.00 0.08	H: 13.30H N: 0.83000	NU:14	D:TE 123	
529.30 67.54	RB 83 -----	520.90 100.00	529.30<= 67.54	552.50 34.86	796.80 1.96				H: 83.00D N: 0.45900	NU: 4	D:KR 83H*	

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H: HALF LIFE NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	N: NORMAL FACTOR
521.50 1.52	TM 167	207.80 100.00	521.50<= 1.52	346.50 0.02	323.70 0.00	250.20 0.00	266.50 0.00		H: 9.25D N: 0.98500	NL: 6	D: ER 167
521.60 1.10	TC 94	916.20 100.00	849.70 93.00	870.90 93.00	702.60 93.00	511.01 20.60	449.00 2.50	531.60<= 1.10	H: 4.90H N: *****	NU: 11	D: PO 94
522.90 5.49	AU 188	265.60 100.00	339.90 23.50	605.60 14.60	405.00 8.20	670.40 7.35	532.90<= 5.49	1083.90 5.45	H: 8.00H N: *****	NU: 96	D: PT 188 *
534.10 100.00	TB 156	534.10<= 100.00	199.20 61.00	1222.10 46.00	68.93 29.00	1067.00 21.00	1065.00 21.00	356.39 19.00	H: 5.10D N: *****	NU: 44	D: GD 156
535.90 1.18	EU 149	327.50 100.00	277.00 85.13	254.50 15.90	528.50 12.59	350.00 8.72	552.40 1.59	535.90<= 1.18	H: 106.00D N: 0.03900	NU: 13	D: SP 149
536.00 4.37	CS 130	511.01 100.00	536.00<= 4.37	686.10 0.51	894.00 0.46	1614.60 0.27	1687.30 0.20	1996.30 0.17	H: 29.10M N: *****	NU: 17	D: XE 130
536.08 100.00	J 130H	536.08<= 100.00	586.10 8.73	1615.00 3.63	1122.00 1.22	1028.00 0.40	1966.00 0.39	1380.00 0.30	H: 8.82M N: 0.15800	NU: 14	D: J 130 *
536.08 100.00	J 130	536.08<= 100.00	668.46 97.49	739.45 82.06	416.00 31.86	1157.25 12.83	586.10 1.54	686.06 0.92	H: 12.30H N: 0.99800	NU: 24	D: XE 130
536.10 14.00	HG 191	252.60 100.00	420.30 33.00	578.70 31.00	274.10 23.00	241.40 21.00	536.10<= 14.00	371.00 11.00	H: 50.80M N: *****	NU: 79	D: AU 191 *
536.50 4.90	RE 184H	920.90 100.00	216.40 11.30	317.60 8.10	536.50<= 4.90	384.00 4.05	1174.10 1.10	1110.20 0.65	H: 165.00D N: *****	NU: 7	D: RE 184 *
538.20 19.70	PR 135	511.01 100.00	296.12 66.70	82.64 33.30	213.45 31.80	538.20<= 19.70	697.50 10.50	613.80 4.35	H: 22.00M N: *****	NU: 43	D: CE 135 *
538.50 0.33	J 123	159.10 100.00	529.00 1.33	440.40 0.42	538.50<= 0.33	505.60 0.31	248.30 0.08	281.00 0.08	H: 13.30H N: 0.83000	NU: 14	D: TE 123
539.00 100.00	PT 191	539.00<= 100.00	410.00 51.80	360.00 39.40	82.50 24.00	172.03 22.50	351.01 22.30	56.51 20.10	H: 3.00D N: *****	NU: 33	D: IR 191
539.40 100.00	RH 100	539.40<= 100.00	2376.00 40.00	1552.50 28.00	822.20 27.00	1362.40 20.00	1106.30 18.00	445.50 15.80	H: 20.00H N: *****	NU: 31	D: RU 100
539.60 100.00	TC 100	539.60<= 100.00	590.80 81.71	689.40 7.20	378.60 6.30	1512.20 6.27	822.50 0.97	1362.10 0.86	H: 17.00S N: 0.06670	NU: 20	D: PU 100
540.00 8.78	LA 132	464.00 100.00	567.00 20.54	193.00 14.86	1909.00 12.57	663.00 11.76	1031.00 11.49	540.00<= 8.78	H: 4.5CH N: 0.74000	NU: 99	D: BA 132
540.00 44.00	PR 136	511.01 100.00	552.20 63.33	540.00<= 44.00	1092.30 15.76	461.00 7.35	1000.70 3.79	1602.70 3.18	H: 13.10M N: 0.66000	NU: 68	D: CE 136
544.90 62.00	PT 189	721.40 100.00	607.60 87.00	94.34 82.00	568.90 76.00	243.50 75.00	544.90<= 62.00	141.18 45.00	H: 10.90H N: *****	NU: 99	D: IR 189 *
545.00 13.00	J 118	606.00 100.00	600.00 13.00	545.00<= 13.00	1339.00 9.00	740.00 2.00			H: 14.30M N: *****	NU: 5	D: TE 118 *
545.10 100.00	AT 209	545.10<= 100.00	781.90 94.00	790.30 74.00	195.10 25.90	239.00 13.50	903.20 9.20	551.30 6.50	H: 5.30H N: *****	NU: 30	D: PO 209 *
545.20 5.60	RH 101H	306.76 100.00	545.20<= 5.60	127.13 1.20	179.50 0.90	237.60 0.50	233.20 0.40	183.90 0.30	H: 4.40D N: *****	NU: 8	D: RU 101
545.70 4.60	PR 200	1026.30 100.00	462.00 63.00	419.60 53.00	245.00 22.00	493.60 7.60	545.70<= 4.60	810.20 4.20	H: 21.50H N: *****	NU: 10	D: TL 200 *
547.00 30.27	TM 164H	208.08 100.00	314.93 65.57	240.49 50.93	547.00<= 30.27	897.91 29.07	91.39 28.47	1364.60 27.87	H: 5.10M N: 0.18300	NU: 31	D: ER 164
547.80 5.22	PP 138H	788.90 100.00	1038.10 100.00	302.60 81.70	511.01 63.00	390.90 6.05	547.80<= 5.22	635.90 1.78	H: 2.1CH N: *****	NU: 51	D: CE 138
548.20 62.22	ZN 62	40.87 100.00	548.29<= 62.22	243.41 10.31	393.84 9.24	247.02 8.27	260.41 5.96	636.90 3.31	H: 9.75M N: 0.22500	NU: 9	D: NI 62
548.40 77.00	PT 184	154.90 100.00	182.90 94.00	548.40<= 77.00	731.20 43.00	216.50 17.00	92.60 16.00	394.60 16.00	H: 17.30M N: *****	NU: 32	D: IR 184 *
549.00 10.80	CS 129	372.00 100.00	411.70 73.20	549.00<= 10.80	319.40 7.85	278.80 4.06	588.50 1.66	93.50 1.40	H: 32.1CH N: *****	NU: 13	D: XE 129
550.10 8.40	Y 94	913.20 100.00	1136.10 20.00	550.10<= 8.40	1668.60 6.20	750.50 4.60	381.80 3.20	1915.61 2.80	H: 19.40M N: 0.50000	NU: 15	D: ZR 94
550.20 100.00	PM 148H	550.20<= 100.00	629.90 55.65	725.70 34.78	915.40 21.74	1013.80 21.74	414.10 19.57	288.00 13.04	H: 41.80D N: 0.32000	NU: 13	D: SP 148
550.20 100.00	PM 148	550.20<= 100.00	1465.10 78.57	912.00 53.57	611.10 4.64				H: 5.40D N: 0.28000	NU: 4	D: SP 148
550.20 100.00	EU 148	550.20<= 100.00	629.90 71.62	611.26 19.40	413.90 19.70	553.20 17.27	725.70 12.32	571.90 9.19	H: 54.00D N: 0.39000	NU: 86	D: SP 148

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE 1	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
551.30 6.50	AT 209 -----	545.10 100.00	781.90 94.00	790.30 74.00	195.10 25.90	239.00 13.50	903.20 9.20	551.30<= 6.50	H: 5.30H N: *****	NU: 39	D: PO 209 *
552.20 63.33	PR 136 -----	511.01 100.00	552.20<= 63.33	540.00 44.09	1092.30 15.76	461.00 7.35	1000.70 3.79	1602.70 3.18	H: 13.10H N: 0.66000	NU: 68	D: CE 136
552.50 34.86	RB 83 -----	520.90 100.00	529.30 67.54	552.50<= 34.86	796.80 1.96				H: 83.00D N: 0.45900	NU: 4	D: KR 83M
553.10 0.08	SB 117 -----	158.50 100.00	511.01 5.75	961.70 0.33	1004.50 0.26	1021.00 0.11	1020.60 0.11	553.10<= 0.08	H: 2.80H N: 0.87000	NU: 14	D: SN 117
553.20 17.27	EU 148 -----	550.20 100.00	629.90 71.62	611.26 19.49	413.90 18.79	553.20<= 17.27	725.70 12.32	571.90 9.19	H: 54.00D N: 0.99000	NU: 86	D: SM 148
554.90 5.07	TB 147 -----	1153.00 100.00	139.80 44.93	694.50 49.80	511.01 13.47	119.70 8.93	554.90<= 5.07	2684.00 4.53	H: 24.00H N: 0.75000	NU: 18	D: GD 147 *
555.80 100.00	AG 104M -----	555.80<= 100.00	1238.80 4.26	2276.70 2.62	1761.80 2.30	785.70 2.13	1720.80 1.97	2139.20 1.80	H: 33.50H N: 0.61000	NU: 38	D: PD 104
555.80 100.00	AG 104 -----	555.80<= 100.00	767.60 72.00	941.60 27.00	925.90 14.00	857.90 11.00	785.70 10.00	1341.80 7.90	H: 69.20H N: 1.00000	NU: 37	D: PD 104
556.60 4.35	RH 102 -----	475.06 100.00	511.01 54.35	628.05 9.78	468.58 6.30	1103.16 6.30	556.60<= 4.35	680.66 1.26	H: 206.00D N: 0.46000	NU: 25	D: RU 102
556.70 100.00	AG 102M -----	556.70<= 100.00	1834.70 23.13	2054.50 15.63	2159.40 11.88	3238.60 11.56	1461.10 10.63	2017.80 6.56	H: 8.00H N: *****	NU: 14	D: PD 102
556.70 100.00	AG 102 -----	556.70<= 100.00	719.40 59.42	1522.70 27.54	1744.50 17.68	1581.60 14.06	835.40 14.06	1257.10 13.04	H: 13.00H N: *****	NU: 21	D: PD 102
556.80 94.00	EU 142 -----	768.20 100.00	556.80<= 94.00	1022.90 94.00	1015.70 10.00	563.90 10.00			H: 1.20H N: *****	NU: 5	D: SM 142 *
557.00 22.00	PR 134 -----	409.00 100.00	639.00 36.00	557.00<= 22.00	966.00 14.00	383.00 8.00			H: 17.00H N: *****	NU: 5	D: CE 134 *
558.40 1.59	EU 145 -----	327.50 100.00	277.00 85.13	254.50 15.90	528.50 13.59	350.00 8.72	558.40<= 1.59	535.90 1.18	H: 106.00D N: 0.03900	NU: 13	D: SP 149
559.00 8.00	CD 104 -----	83.50 100.00	709.20 24.50	559.00<= 8.00	66.70 7.20	625.60 2.70	123.70 0.55	150.20 0.17	H: 57.00H N: *****	NU: 7	D: AG 104 *
559.40 52.63	BR 76 -----	511.01 100.00	559.40<= 52.63	657.00 10.53	1852.50 10.53	1216.30 6.84	2949.00 4.96	2793.40 4.21	H: 16.00H N: 1.33000	NU: 99	D: SE 76
559.90 63.00	SR 79 -----	188.90 100.00	166.40 73.00	115.70 63.00	559.90<= 63.00	444.20 37.00	611.20 26.00	255.70 8.00	H: 8.10H N: *****	NU: 7	D: RB 79 *
560.00 100.00	J 120M -----	560.00<= 100.00	601.00 100.00	614.00 81.00	976.00 35.00	1348.00 26.00	1405.00 20.00	1443.00 12.00	H: 40.00H N: *****	NU: 11	D: TE 120
560.24 16.30	HG 195M -----	56.70 100.00	261.75 98.40	560.24<= 16.30	387.93 4.88	200.35 2.06	1241.00 1.48	525.80 1.15	H: 40.00H N: *****	NU: 37	D: HG 195 *
560.60 0.42	RU 97 -----	215.20 100.00	324.40 11.76	570.00 0.88	560.60<= 0.42	108.90 0.16	461.30 0.13	785.50 0.09	H: 2.88D N: 0.91000	NU: 12	D: TC 97 *
561.00 100.00	J 120 -----	561.00<= 100.00	1526.00 20.00	2455.00 16.00	2565.00 14.00	641.00 12.00	601.00 7.40	1202.00 1.30	H: 1.35H N: *****	NU: 7	D: TE 120
561.10 17.14	Y 92 -----	934.50 100.00	1405.40 34.20	561.10<= 17.14	448.50 16.43	844.30 9.29	912.80 4.50	492.60 3.50	H: 3.50H N: 0.14000	NU: 19	D: ZR 92
561.10 39.00	AM 238 -----	962.70 100.00	561.10<= 39.00	605.20 27.00	1577.50 11.00	357.70 8.10	941.40 7.30	1266.30 6.20	H: 1.90H N: *****	NU: 23	D: PU 238 *
562.00 66.00	BI 198 -----	1062.90 100.00	562.00<= 66.00	197.40 62.00	317.50 37.00				H: 11.80H N: *****	NU: 4	D: PB 198
562.40 36.00	IR 194M -----	482.50 100.00	328.50 96.00	600.50 64.00	687.80 61.00	338.80 57.00	390.80 36.00	562.40<= 36.00	H: 171.00D N: *****	NU: 9	D: PT 194
563.00 6.00	LA 134 -----	605.20 100.00	1554.80 16.00	1424.70 8.20	1732.10 7.40	1483.60 6.40	563.00<= 6.00	1210.90 4.10	H: 6.70H N: *****	NU: 33	D: BA 134
563.40 17.00	TL 191 -----	215.70 100.00	326.10 64.00	264.70 46.00	336.50 34.00	378.20 27.00	563.40<= 17.00		H: 5.20H N: *****	NU: 6	D: HG 191 *
563.90 10.00	EU 142 -----	768.20 100.00	556.80 94.00	1022.90 94.00	1015.70 10.00	563.90<= 10.00			H: 1.20H N: *****	NU: 5	D: SM 142 *
564.00 12.75	J 122 -----	511.01 100.00	564.00<= 12.75	692.60 0.94	793.00 0.94	683.50 0.65	1747.10 0.23	2188.00 0.20	H: 3.50H N: *****	NU: 48	D: TE 122
564.00 170.00	XE 122 -----	564.00<= 100.00	350.10 44.00	148.70 16.00	416.90 11.00	90.60 2.80	288.60 2.20	61.80 1.80	H: 20.10H N: *****	NU: 15	D: J 122 *
565.77 18.00	PD 101 -----	296.25 100.00	590.36 62.00	269.66 30.90	24.40 20.30	565.77<= 18.00	723.76 12.00	1289.03 12.00	H: 8.30H N: *****	NU: 48	D: RH 101M

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H: HALF LIFE N: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE 1	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
566.50 22.00	TB 150H -----	433.00 100.00	650.40 70.00	438.40 42.00	827.50 41.00	343.10 25.00	496.30 23.50	566.50<= 22.00	H: 5.80H N: *****	NU:18	D:GD 150
566.90 0.25	CS 132 -----	667.50 100.00	464.50 1.92	629.80 1.04	505.80 0.82	1135.60 0.52	511.01 0.37	566.90<= 0.25	H: 6.470 N: 0.99000	NU:14	D:XE 132
567.00 20.54	LA 132 -----	464.00 100.00	567.00<= 20.54	193.00 14.86	1909.00 12.57	663.00 11.76	1031.00 11.49	540.00 8.78	H: 4.50H N: 0.74000	NU:99	D:BA 132
568.70 56.00	NB 96 -----	778.20 100.00	568.70<= 56.00	1091.40 51.00	460.10 26.80	849.80 21.00	1200.50 20.50	810.40 9.00	H: 23.50H N: *****	NU:20	D:PC 96
568.90 76.00	PT 189 -----	721.40 100.00	607.60 87.00	94.34 82.00	568.90<= 76.00	243.50 75.00	544.90 62.00	141.18 45.00	H: 10.90H N: *****	NU:99	D:IR 189 *
569.00 2.10	MN 57 -----	122.06 100.00	692.00 28.48	136.47 11.52	353.00 10.89	1613.00 3.47	569.00<= 2.10	367.00 1.90	H: 1.70H N: 0.09550	NU:13	D:FE 57
569.67 100.00	BI 207 -----	569.67<= 100.00	1063.62 76.00	1770.22 7.50	897.30 0.16				H: 38.00A N: 0.97900	NU: 4	D:PB 207
570.00 0.98	RU 97 -----	215.20 100.00	324.40 11.76	570.00<= 0.88	560.60 0.42	108.90 0.16	461.30 0.13	785.50 0.09	H: 2.88D N: 0.91000	NU:12	D:TC 97 *
570.10 0.02	CO 57 -----	122.06 100.00	136.47 13.41	14.41 11.18	692.10 0.18	570.10<= 0.02	706.60 0.01	339.70 0.00	H: 271.60D N: 0.85000	NU:10	D:FE 57
570.58 13.20	BI 205 -----	703.40 100.00	1764.27 93.10	987.56 53.40	1043.66 23.90	1861.69 17.50	579.78 16.80	570.58<= 13.20	H: 15.31D N: *****	NU:79	D:PB 205 *
571.20 29.44	CE 135 -----	265.30 100.00	299.85 55.56	605.70 44.44	517.10 30.56	571.20<= 29.44	782.80 23.33	206.36 17.22	H: 17.00H N: 0.18000	NU:43	D:LA 135 *
571.90 9.19	EU 148 -----	550.20 100.00	629.90 71.62	611.26 19.49	413.90 18.79	553.20 17.27	725.70 12.32	571.90<= 9.19	H: 54.00D N: 0.99000	NU:86	D:SM 148
572.00 45.50	HF 170 -----	123.00 100.00	162.00 89.50	620.00 56.40	572.00<= 45.50	100.00 25.00	347.00 18.60	207.00 18.20	H: 12.00H N: *****	NU: 9	D:LU 170 *
572.40 1.06	ZN 60 -----	511.01 100.00	670.20 25.85	61.50 10.26	273.40 4.51	334.40 3.76	364.60 1.36	572.40<= 1.06	H: 2.33H N: 1.95000	NU: 8	D:CU 60 *
572.90 100.00	TE 121 -----	572.90<= 100.00	507.50 22.50	470.00 1.75	66.00 0.50				H: 17.00D N: 0.80000	NU: 4	D:SB 121
574.30 0.03	ZN 69H -----	438.70 100.00	574.30<= 0.03						H: 13.00H N: 0.99500	NU: 2	D:ZN 69 *
577.50 2.90	SE 73H -----	511.01 100.00	253.80 66.70	84.50 5.60	393.30 4.90	401.60 3.80	577.50<= 2.90	320.40 2.60	H: 43.00H N: *****	NU:32	D:AS 73 *
578.40 0.02	GA 68 -----	511.01 100.00	1077.50 1.98	1883.50 0.08	1261.30 0.05	805.70 0.05	165.90 0.04	578.40<= 0.02	H: 68.30H N: 1.76000	NU: 9	D:ZN 68
578.70 31.00	HG 191 -----	252.60 100.00	420.30 33.00	578.70<= 31.00	274.10 23.00	241.40 21.00	536.10 14.00	371.00 11.00	H: 50.80H N: *****	NU:79	D:AU 191*
579.00 10.36	BR 77 -----	239.00 100.00	520.00 85.71	297.00 15.00	250.00 10.36	579.00<= 10.36	89.00 8.93	282.00 8.21	H: 57.00H N: 0.28000	NU:32	D:SE 77
579.78 16.80	BI 205 -----	703.40 100.00	1764.27 93.10	987.56 53.40	1043.66 23.90	1861.69 17.50	579.78<= 16.80	570.58 13.20	H: 15.31D N: *****	NU:79	D:PB 205 *
581.60 10.00	IN 110H -----	937.50 100.00	706.80 46.00	641.60 38.00	997.50 15.00	581.60<= 10.00	584.20 10.00	461.00 8.00	H: 4.90H N: *****	NU:42	D:CD 110
582.07 55.00	TC 95H -----	204.12 100.00	582.07<= 55.00	935.13 45.00	786.18 15.00	820.61 8.00	765.80 6.00	1039.25 5.00	H: 60.00D N: *****	NU:13	D:PC 95
582.58 4.65	AU 192 -----	316.49 100.00	295.94 38.50	612.44 7.48	308.43 5.97	1723.10 5.44	1423.00 5.15	582.58<= 4.65	H: 4.10H N: *****	NU:99	D:PT 192
583.06 86.00	TL 208 -----	2614.60 100.00	583.06<= 86.00	510.80 23.00	860.37 12.00	277.35 6.90	763.13 1.80	252.60 0.80	H: 3.05H N: 1.00000	NU:16	D:PB 208
584.20 10.00	IN 110H -----	937.50 100.00	706.80 46.00	641.60 38.00	997.50 15.00	581.60 10.00	584.20<= 10.00	461.00 8.00	H: 4.90H N: *****	NU:42	D:CD 110
584.40 6.73	IR 186 -----	256.90 100.00	434.60 46.10	773.10 13.10	636.20 7.70	767.30 7.19	584.40<= 6.73	933.20 6.73	H: 15.00H N: *****	NU:82	D:CS 186
585.11 2.58	HG 195 -----	61.43 100.00	779.78 8.42	180.23 5.22	585.11<= 2.58	207.07 2.58	56.70 2.57	261.75 2.52	H: 9.50H N: *****	NU:33	D:AU 195 *
586.10 8.73	J 130H -----	536.68 100.00	586.10<= 8.73	1615.00 3.83	1122.00 1.22	1028.00 0.40	1966.00 0.39	1380.00 0.30	H: 8.82H N: 0.15800	NU:14	D:J 130 *
586.10 1.54	J 130 -----	536.68 100.00	668.46 97.49	739.45 82.06	418.00 31.86	1157.25 12.83	586.10<= 1.54	686.06 0.92	H: 12.30H N: 0.99800	NU:24	D:XE 130
586.30 15.00	TB 152 -----	344.30 100.00	511.01 20.09	586.30<= 15.00	271.10 14.00	778.90 8.90	411.10 6.30	974.10 4.90	H: 17.50H N: *****	NU:94	D:GD 152

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER	D: DAUGHTER OF ENERGIES IN TABLE I	N: NORMAL FACTOR
587.40 89.70	TL 198M -----	411.70 100.00	636.80 95.90	587.40<= 89.70	282.70 52.50	226.40 14.10	489.60 8.60	259.90 7.80	H: 1.87H N: *****	NU: 63	D: TL 198 *	
588.00 100.00	ZR 89M -----	588.00<= 100.00	1508.40 7.24	511.01 3.68					H: 4.20H N: 0.87000	NU: 3	D: ZR 89 *	
588.50 1.86	CS 129 -----	372.00 100.00	411.70 73.20	549.00 10.80	318.40 7.85	278.80 4.06	588.50<= 1.86	93.50 1.40	H: 32.10H N: *****	NU: 13	D: XE 129	
588.57 5.60	IR 192 -----	316.50 100.00	468.06 64.14	295.44 37.04	308.44 35.34	604.40 11.30	612.44 7.20	588.57<= 5.60	H: 74.200 N: 0.76400	NU: 16	D: PT 192	
588.60 1.00	CU 61 -----	511.01 100.00	283.00 10.83	656.01 8.00	67.60 3.58	1185.00 3.00	373.60 1.58	588.60<= 1.00	H: 3.35H N: 1.20000	NU: 25	D: NI 61	
590.36 62.00	PD 101 -----	296.25 100.00	590.36<= 62.00	269.66 30.90	24.40 20.30	565.77 18.00	723.76 12.00	1289.03 12.00	H: 8.30H N: *****	NU: 48	D: RH 101P*	
590.80 81.71	TC 100 -----	539.60 100.00	590.80<= 81.71	689.40 7.20	378.60 6.30	1512.20 6.27	822.50 0.97	1362.10 0.86	H: 17.00S N: 0.06670	NU: 20	D: RU 100	
592.07 1.66	OS 185 -----	646.11 100.00	874.81 8.06	880.27 6.65	717.42 5.37	592.07<= 1.66	162.70 0.81	234.20 0.60	H: 94.00D N: 0.78200	NU: 11	D: RE 185	
592.65 5.40	ER 161 -----	826.55 100.00	211.15 44.88	592.65<= 5.40	76.23 4.86	314.76 4.11	94.13 2.00	864.90 1.98	H: 3.10H N: 0.61500	NU: 96	D: HO 161 *	
593.30 13.00	K 43 -----	372.90 100.00	617.30 87.00	397.00 14.00	593.30<= 13.00	220.00 5.80	1021.80 2.70	989.90 1.00	H: 22.20H N: *****	NU: 12	D: CA 43	
594.00 14.80	AU 184 -----	163.20 100.00	273.10 76.70	361.90 32.40	594.00<= 14.80	777.00 12.80	486.30 11.90	237.00 10.60	H: 47.00S N: *****	NU: 28	D: \$\$\$\$	
595.20 10.00	AS 70 -----	511.01 100.00	1039.60 51.00	744.00 12.97	668.20 12.97	1114.40 12.97	1707.90 11.00	595.20<= 10.00	H: 53.00H N: 0.80200	NU: 67	D: GE 70	
595.83 98.02	AS 74 -----	511.01 100.00	595.83<= 98.02	634.78 24.71	608.43 0.94	1204.35 0.45	635.00 0.06	887.00 0.05	H: 17.90D N: 0.60700	NU: 15	D: GE 74	
596.80 1.79	CD 107 -----	511.01 100.00	828.90 37.50	796.00 14.46	422.60 7.14	898.00 2.68	1130.00 2.14	596.80<= 1.79	H: 6.50H N: 0.00560	NU: 16	D: AG 107P*	
597.70 0.80	RH 98 -----	652.60 100.00	745.40 5.60	1817.00 5.00	1164.40 4.80	762.30 1.80	1414.90 1.20	597.70<= 0.80	H: 8.30H N: *****	NU: 7	D: RU 98	
597.90 12.40	AU 190 -----	296.00 100.00	302.00 33.00	597.90<= 12.40	319.30 6.50	441.50 5.25	1441.20 4.50	1057.90 4.40	H: 39.00H N: *****	NU: 65	D: PT 190	
600.00 13.00	J 118 -----	606.00 100.00	600.00<= 13.00	545.00 13.00	1339.00 9.00	740.00 2.00			H: 14.30H N: *****	NU: 5	D: TE 118 *	
600.50 64.00	IR 194M -----	482.50 100.00	328.50 96.00	600.50<= 64.00	687.80 61.00	338.80 57.00	390.80 36.00	562.40 36.00	H: 171.00D N: *****	NU: 9	D: PT 194	
601.00 100.00	J 120M -----	560.00 100.00	601.00<= 100.00	614.00 81.00	976.00 35.00	1348.00 26.00	1405.00 20.00	1443.00 12.00	H: 40.00H N: *****	NU: 11	D: TE 120	
601.00 7.40	J 120 -----	561.00 100.00	1526.00 20.00	2455.00 16.00	2565.00 14.00	641.00 12.00	601.00<= 7.40	1202.00 1.30	H: 1.35H N: *****	NU: 7	D: TE 120	
601.87 40.60	YB 164 -----	675.20 100.00	445.31 93.80	390.51 78.10	601.87<= 40.60	97.20 40.60	362.79 37.50	401.77 31.30	H: 75.80H N: *****	NU: 8	D: TP 164 *	
602.71 100.00	J 124 -----	602.71<= 100.00	511.01 74.19	1691.04 17.26	722.78 16.45	1509.49 4.95	1376.25 2.76	1325.53 2.37	H: 4.17D N: 0.62000	NU: 31	D: TE 124	
604.40 11.30	IR 192 -----	316.50 100.00	468.06 64.14	295.44 37.04	308.44 35.34	604.40<= 11.30	612.44 7.20	588.57 5.60	H: 74.20D N: 0.76400	NU: 16	D: PT 192	
605.00 0.10	TC 95 -----	765.80 100.00	1074.10 4.00	947.80 0.20	605.00<= 0.10				H: 20.00H N: *****	NU: 4	D: PD 95	
605.20 100.00	LA 134 -----	605.20<= 100.00	1554.80 16.00	1424.70 8.20	1732.10 7.40	1483.60 6.40	563.00 6.00	1210.90 4.10	H: 6.70H N: *****	NU: 33	D: BA 134	
605.20 27.00	AM 238 -----	962.70 100.00	561.10 39.00	605.20<= 27.00	1577.50 11.00	357.70 8.10	941.40 7.30	1266.30 6.20	H: 1.90H N: *****	NU: 23	D: PU 238 *	
605.60 14.60	AU 188 -----	265.60 100.00	339.90 23.50	605.60<= 14.60	405.00 8.20	670.40 7.35	532.90 5.49	1083.90 5.45	H: 8.00H N: *****	NU: 96	D: PT 188 *	
605.70 44.44	CE 135 -----	265.30 100.00	299.85 55.56	605.70<= 44.44	517.10 30.56	571.20 29.44	782.80 23.33	206.36 17.22	H: 17.00H N: 0.18000	NU: 43	D: LA 135 *	
606.00 53.33	KR 79 -----	511.01 100.00	261.40 73.33	397.50 53.33	606.00<= 53.33	306.60 14.67	217.20 12.00	389.10 9.33	H: 34.90H N: 0.15000	NU: 38	D: BR 79	
606.00 100.00	J 118 -----	606.00<= 100.00	600.00 13.00	545.00 13.00	1339.00 9.00	740.00 2.00			H: 14.30H N: *****	NU: 5	D: TE 118 *	
606.40 8.14	AG 112 -----	617.00 100.00	1387.20 12.33	606.40<= 8.14	1613.20 6.74	694.20 6.05	2106.10 5.12	1311.70 2.56	H: 3.15H N: 0.43000	NU: 98	D: CD 112	

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE 1	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
606.40 23.40	IN 112 -----	619.20 100.00	606.40<= 23.40	1252.60 5.60	1489.00 1.20	1278.00 0.20	5653.00 0.10		H: 14.4CM N: *****	NU: 6	D: CD 112
606.60 3.80	CD 105 -----	510.80 100.00	2300.80 46.00	961.10 3.80	1301.80 3.80	606.60<= 3.80	347.10 3.20	1692.90 3.10	H: 55.00M N: *****	NU: 89	D: AG 105 *
607.20 8.50	AU 186 -----	191.50 100.00	298.60 41.00	765.40 17.00	415.50 13.70	798.70 8.60	607.20<= 8.50	1216.20 6.00	H: 12.00M N: *****	NU: 61	D: PT 186 *
607.60 87.00	PT 189 -----	721.40 100.00	607.60<= 87.00	94.34 82.00	568.90 76.00	243.50 75.00	544.90 62.00	141.18 45.00	H: 10.90H N: *****	NU: 99	D: IR 189 *
608.43 0.94	AS 74 -----	511.01 100.00	595.83 98.02	634.78 24.71	608.43<= 0.94	1204.35 0.45	635.00 0.06	887.00 0.05	H: 17.90D N: 0.60700	NU: 15	D: GE 74
609.40 100.00	RA 226 -----	609.40<= 100.00	351.99 81.40	295.22 41.86	1764.70 39.53	1120.40 32.56	241.92 17.21	1238.20 14.88	H: 160.01E N: 0.43000	NU: 62	D: RN 222 *
610.00 190.00	ER 172 -----	610.00<= 100.00	407.30 97.69	68.05 7.92	445.90 7.06	127.68 7.06	383.50 5.53	59.67 5.09	H: 49.00H N: 0.43200	NU: 14	D: TP 172 *
610.86 78.20	IR 187 -----	912.82 100.00	400.90 82.70	610.86<= 78.20	977.40 60.90	177.60 54.60	987.20 54.30	187.40 35.60	H: 11.00H N: *****	NU: 88	D: CS 187
611.10 4.64	PM 148 -----	550.20 100.00	1465.10 78.57	912.00 53.57	611.10<= 4.64				H: 5.40D N: 0.28000	NU: 4	D: SH 148
611.20 26.00	SR 79 -----	188.90 100.00	166.40 73.00	115.70 63.00	559.90 63.00	444.20 37.00	611.20<= 26.00	255.70 8.00	H: 8.10H N: *****	NU: 7	D: RB 79 *
611.26 19.49	EU 148 -----	550.20 100.00	629.90 71.62	611.26<= 19.49	413.90 18.79	553.20 17.27	725.70 12.32	571.90 9.19	H: 54.00D N: 0.99000	NU: 86	D: SM 148
611.50 8.60	PT 186 -----	689.20 100.00	611.50<= 8.60	635.60 5.40	366.70 3.30	210.30 2.60	280.80 2.40	205.40 2.20	H: 2.00H N: *****	NU: 15	D: IR 186 *
612.44 7.20	IR 192 -----	316.50 100.00	468.06 64.14	295.44 37.04	308.44 35.34	604.40 11.30	612.44<= 7.20	588.57 5.60	H: 74.20D N: 0.76400	NU: 16	D: PT 192
612.44 7.48	AU 192 -----	316.49 100.00	295.94 38.50	612.44<= 7.48	308.43 5.97	1723.10 5.44	1423.00 5.15	582.58 4.65	H: 4.10H N: *****	NU: 99	D: PT 192
613.50 2.78	AS 68 -----	511.01 100.00	1016.50 32.83	762.60 11.62	651.20 11.62	1778.70 10.61	613.50<= 2.78	1263.50 1.82	H: 159.00S N: 1.98000	NU: 21	D: GE 68 *
613.80 4.35	PR 135 -----	511.01 100.00	296.12 66.70	82.64 33.30	213.45 31.80	538.20 19.70	697.50 10.50	613.80<= 4.35	H: 22.00M N: *****	NU: 43	D: CE 135 *
613.90 7.61	BR 78 -----	511.01 100.00	613.90<= 7.61	694.80 0.05	1020.30 0.04	884.50 0.04	1720.60 0.03	1922.60 0.03	H: 6.50M N: 1.84000	NU: 20	D: SE 78
614.00 2.80	IN 109 -----	203.30 100.00	623.80 7.10	1148.80 7.00	426.20 5.30	650.10 3.80	1622.50 3.00	614.00<= 2.80	H: 4.30H N: *****	NU: 55	D: CD 109 *
614.00 81.00	J 120M -----	560.00 100.00	601.00 100.00	614.00<= 81.00	976.00 35.00	1348.00 26.00	1405.00 20.00	1443.00 12.00	H: 40.00M N: *****	NU: 11	D: TE 120
614.30 6.81	ER 163 -----	1113.50 100.00	436.10 58.20	439.90 56.30	297.80 23.50	875.80 14.10	339.80 6.81	614.30<= 6.81	H: 75.00H N: *****	NU: 24	D: HO 163 *
615.10 5.57	BR 74 -----	634.60 100.00	728.30 34.70	1269.10 8.14	1249.60 5.83	1714.60 5.83	615.10<= 5.57	219.00 5.14	H: 43.70M N: *****	NU: 61	D: SE 74
615.10 22.00	AG 106M -----	511.01 100.00	450.60 31.00	717.20 30.00	1043.90 30.00	747.50 22.00	615.10<= 22.00	429.00 17.00	H: 8.50D N: *****	NU: 34	D: PD 106
616.00 0.40	AG 106 -----	511.01 100.00	511.80 15.65	622.00 1.30	873.30 0.62	1050.10 0.54	616.00<= 0.40	1127.90 0.23	H: 24.00M N: 1.24000	NU: 13	D: PD 106
616.10 23.60	RH 106M -----	511.70 100.00	1046.70 36.05	716.60 33.72	450.80 27.91	616.10<= 23.60	748.50 22.09	1529.40 20.93	H: 2.20H N: 0.86000	NU: 38	D: PD 106
617.00 100.00	BR 80 -----	617.00<= 100.00	511.01 83.33	665.70 16.67	639.90 3.17	704.10 2.50	1256.60 1.15	813.00 0.50	H: 17.60M N: 0.06000	NU: 7	D: KR 80
617.00 100.00	AG 112 -----	617.00<= 100.00	1387.20 12.33	606.40 8.14	1613.20 6.74	694.20 6.05	2106.10 5.12	1311.70 2.56	H: 3.15H N: 0.43000	NU: 98	D: CD 112
617.30 87.00	K 43 -----	372.90 100.00	617.30<= 87.00	397.00 14.00	593.30 13.00	220.00 5.80	1021.80 2.70	989.90 1.00	H: 22.20H N: *****	NU: 12	D: CA 43
618.00 20.78	RH 99M -----	340.60 100.00	511.01 34.38	1260.70 24.22	618.00<= 20.78	1209.10 20.00	937.40 4.34	528.40 2.95	H: 4.70H N: 0.64000	NU: 29	D: RU 99
618.08 10.57	RH 99 -----	528.52 100.00	353.00 88.00	89.50 81.14	511.01 34.29	322.31 16.20	618.08<= 10.57	175.45 5.06	H: 16.00D N: 0.35000	NU: 37	D: RU 99
618.10 100.00	PM 144 -----	618.10<= 100.00	696.40 99.00	475.70 43.00					H: 1.00A N: 1.00000	NU: 3	D: ND 144
618.20 100.00	IN 112 -----	618.20<= 100.00	606.40 23.40	1252.60 5.60	1489.00 1.20	1278.00 0.20	5653.00 0.10		H: 14.40M N: *****	NU: 6	D: CD 112

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								HALF LIFE NU:NUMBER	DAUGHTER OF ENERGIES	NORMAL.FACTOR IN TABLE I
620.00 56.40	HF 170 -----	123.00 100.00	162.00 89.50	620.00<= 56.40	572.00 45.50	100.00 25.00	347.00 18.60	207.00 18.20	H: 12.00H N: *****	NU: 9	D:LU 170 *	
620.60 0.43	AG 111 -----	341.90 100.00	245.60 15.00	96.90 2.38	620.60<= 0.43	866.70 0.14	524.40 0.00		H: 7.45D N: 0.08000	NU: 6	D:CD 111	
622.00 1.30	AG 106 -----	511.01 100.00	511.80 15.65	622.00<= 1.30	873.30 0.62	1050.10 0.54	616.00 0.40	1127.90 0.23	H: 24.00H N: 1.24000	NU:13	D:PD 106	
622.00 0.59	PM 141 -----	511.01 100.00	1223.20 2.70	885.80 1.40	194.40 1.20	1344.30 0.76	622.00<= 0.59	1565.00 0.54	H: 20.90H N: *****	NU:12	D:ND 141	
623.80 7.10	IN 109 -----	203.30 100.00	623.80<= 7.10	1148.80 7.00	426.20 5.30	650.10 3.80	1622.50 3.00	614.00 2.80	H: 4.30H N: *****	NU:55	D:CD 109 *	
625.50 75.00	TL 190 -----	416.80 100.00	625.50<= 75.00	730.60 32.00	839.50 23.00	305.00 16.00			H: 3.40H N: *****	NU: 5	D:HG 190 *	
625.60 2.70	CD 104 -----	83.50 100.00	709.20 24.50	559.00 8.00	66.70 7.20	625.60<= 2.70	123.70 0.55	150.20 0.17	H: 57.00H N: *****	NU: 7	D:AG 104 *	
626.84 25.71	RU 95 -----	336.40 100.00	511.01 42.86	1096.90 31.43	626.84<= 25.71	1178.80 7.57	806.40 6.00	1182.00 5.71	H: 1.65H N: 0.70000	NU:38	D:TC 95 *	
627.70 35.37	Y 86 -----	1076.00 100.00	1153.00 36.59	627.70<= 35.37	1920.00 30.49	778.50 25.61	1854.50 21.95	442.00 21.95	H: 14.74H N: 0.82000	NU:78	D:SR 86	
628.05 8.74	RH 102M -----	475.06 100.00	631.29 58.95	697.49 46.32	766.84 35.79	1046.59 35.79	418.50 9.89	628.05<= 8.74	H: 2.90A N: 0.95000	NU:15	D:RU 102	
628.05 9.78	RH 102 -----	475.06 100.00	511.01 54.35	628.05<= 9.78	468.58 6.30	1103.16 6.30	556.60 4.35	680.66 1.26	H:206.00D N: 0.46000	NU:25	D:RU 102	
629.80 1.04	CS 132 -----	667.50 100.00	464.50 1.92	629.80<= 1.04	505.80 0.82	1135.60 0.52	511.01 0.37	566.90 0.25	H: 6.47D N: 0.99000	NU:14	D:XE 132	
629.90 95.65	PM 148M -----	550.20 100.00	629.90<= 95.65	725.70 34.78	915.40 21.74	1013.80 21.74	414.10 19.57	288.00 13.04	H: 41.80D N: 0.92000	NU:13	D:SM 148	
629.90 71.62	EU 148 -----	550.20 100.00	629.90<= 71.62	611.26 19.49	413.90 18.79	553.20 17.27	725.70 12.32	571.90 9.19	H: 54.00D N: 0.99000	NU:86	D:SM 148	
629.93 10.20	AS 72 -----	834.00 100.00	629.93<= 10.20	1464.00 1.43	1050.76 1.23	894.27 0.99	2105.90 0.93	2201.74 0.65	H: 26.00H N: *****	NU:60	D:GE 72	
630.30 62.00	IR 186M -----	137.10 100.00	767.30 67.00	630.30<= 62.00	296.90 46.00	773.10 40.00	987.10 30.00	636.20 22.00	H: 1.70H N: *****	NU: 8	D:CS 186	
630.70 78.00	RM 96 -----	684.60 100.00	832.30 100.00	630.70<= 78.00	741.20 32.00	1228.40 16.00	1164.40 6.20	1738.50 5.40	H: 9.50H N: *****	NU:20	D:RU 96	
631.10 13.30	TB 148 -----	783.40 100.00	511.00 44.00	489.10 29.50	1077.10 13.80	631.10<= 13.30	1860.10 6.52	1401.40 2.50	H: 70.00H N: *****	NU:59	D:GD 148 *	
631.29 58.95	RH 102M -----	475.06 100.00	631.29<= 58.95	697.49 46.32	766.84 35.79	1046.59 35.79	418.50 9.89	628.05 8.74	H: 2.90A N: 0.95000	NU:15	D:RU 102	
632.80 67.00	IN 106 -----	511.01 100.00	1716.50 87.00	632.80<= 67.00	225.20 66.00	861.80 18.00	998.50 6.00	1009.60 4.00	H: 5.38H N: *****	NU:33	D:CD 106	
634.60 100.00	BR 74 -----	634.60<= 100.00	728.30 34.70	1269.10 8.14	1249.60 5.83	1714.60 5.83	615.10 5.57	219.00 5.14	H: 43.70H N: *****	NU:61	D:SE 74	
634.78 24.71	AS 74 -----	511.01 100.00	595.83 98.02	634.78<= 24.71	608.43 0.94	1204.35 0.45	635.00 0.06	887.00 0.05	H: 17.90D N: 0.60700	NU:15	D:GE 74	
634.80 85.89	IR 188 -----	155.00 100.00	634.80<= 85.89	478.00 47.85	2214.60 38.34	312.00 23.93	1210.30 20.28	829.50 19.85	H: 41.50H N: 0.32600	NU:75	D:DS 188	
635.00 0.06	AS 74 -----	511.01 100.00	595.83 98.02	634.78 24.71	608.43 0.94	1204.35 0.45	635.00<= 0.06	887.00 0.05	H: 17.90D N: 0.60700	NU:15	D:GE 74	
635.60 5.40	PT 186 -----	689.20 100.00	611.50 8.60	635.60<= 5.40	366.70 3.30	210.30 2.60	260.80 2.40	205.40 2.20	H: 2.00H N: *****	NU:15	D:IR 186 *	
635.90 1.78	PR 138M -----	788.90 100.00	1038.10 100.00	302.60 81.70	511.01 63.00	390.90 6.05	547.80 5.22	635.90<= 1.78	H: 2.10H N: *****	NU:51	D:CE 138	
636.20 22.00	IR 186M -----	137.10 100.00	767.30 67.00	630.30 62.00	296.90 46.00	773.10 40.00	987.10 30.00	636.20<= 22.00	H: 1.70H N: *****	NU: 8	D:CS 186	
636.20 7.70	IR 186 -----	296.90 100.00	434.60 46.10	773.10 13.10	636.20<= 7.70	767.30 7.19	584.40 6.73	933.20 6.73	H: 15.00H N: *****	NU:92	D:CS 186	
636.80 95.90	TL 198M -----	411.70 100.00	636.80<= 95.90	587.40 89.70	282.70 52.50	226.40 14.10	489.60 8.60	259.90 7.80	H: 1.87H N: *****	NU:63	D:TL 198 *	
636.80 13.40	TL 198 -----	411.70 100.00	636.80<= 13.40	675.90 12.80	2040.90 11.00	1200.50 9.60	1420.30 9.10	1311.90 4.90	H: 5.30H N: *****	NU:65	D:HG 198	
636.90 3.31	ZN 62 -----	40.87 100.00	548.29 62.22	243.41 10.31	393.84 9.24	247.02 8.27	260.41 5.96	636.90<= 3.31	H: 9.75H N: 0.22500	NU: 9	D:NI 62	

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER NU: NORMAL FACTOR
638.00 100.00	TB 150M -----	638.00<= 100.00	650.40 70.00	438.40 42.00	827.50 41.00	343.10 25.00	496.30 23.50	566.50 22.00	H: 5.80M N: *****	NU: 18	D: GD 150
639.00 36.00	PR 134 -----	409.00 100.00	639.00<= 36.00	557.00 22.00	966.00 14.00	383.00 8.00			H: 17.00M N: *****	NU: 5	D: CE 134 *
639.00 11.00	RE 181 -----	365.50 100.00	360.70 21.00	639.00<= 11.00	953.60 6.30	1000.20 5.90	805.20 5.50	661.80 5.20	H: 19.00M N: *****	NU: 99	D: H 181 *
639.30 68.20	TL 194 -----	428.20 100.00	639.30<= 68.20	749.00 45.50	735.00 13.20	255.40 5.46	645.20 5.46	510.90 5.00	H: 33.00M N: *****	NU: 34	D: HG 194
639.90 3.17	BR 80 -----	617.00 100.00	511.01 83.33	665.70 16.67	639.90<= 3.17	704.10 2.50	1256.60 1.15	813.00 0.50	H: 17.60M N: 0.06000	NU: 7	D: KR 80
641.00 12.00	J 120 -----	561.00 100.00	1526.00 20.00	2455.00 16.00	2565.00 14.00	641.00<= 12.00	601.00 7.40	1202.00 1.30	H: 1.35H N: *****	NU: 7	D: TE 120
641.60 38.00	IN 110H -----	937.50 100.00	706.80 46.00	641.60<= 38.00	997.50 15.00	581.60 10.00	584.20 10.00	461.00 8.00	H: 4.90M N: *****	NU: 42	D: CD 110
641.80 5.20	RE 184 -----	903.00 100.00	791.90 98.95	111.10 48.03	894.50 43.04	252.70 7.01	641.80<= 5.20	769.70 1.80	H: 38.00D N: 0.38100	NU: 17	D: H 184
644.55 27.66	AG 105 -----	344.52 100.00	280.44 72.34	443.37 27.90	644.55<= 27.66	63.98 25.53	331.51 10.73	319.16 10.64	H: 40.00D N: 0.42300	NU: 34	D: PD 105
645.20 5.46	TL 194 -----	428.20 100.00	639.30 68.20	749.00 45.50	735.00 13.20	255.40 5.46	645.20<= 5.46	510.90 5.00	H: 33.00M N: *****	NU: 34	D: HG 194
646.11 100.00	OS 185 -----	646.11<= 100.00	874.81 8.06	880.27 6.65	717.42 5.37	592.07 1.66	162.70 0.81	234.20 0.60	H: 94.00D N: 0.78200	NU: 11	D: RE 185
650.10 3.80	IN 109 -----	203.30 100.00	623.80 7.10	1148.80 7.00	426.20 5.30	650.10<= 3.80	1622.50 3.00	614.00 2.80	H: 4.30M N: *****	NU: 55	D: CD 109 *
650.40 70.00	TB 150M -----	638.00 100.00	650.40<= 70.00	438.40 42.00	827.50 41.00	343.10 25.00	496.30 23.50	566.50 22.00	H: 5.80M N: *****	NU: 18	D: GD 150
651.20 11.62	AS 68 -----	511.01 100.00	1016.50 32.83	762.60 11.62	651.20<= 11.62	1778.70 10.61	613.50 2.78	1263.50 1.82	H: 159.00S N: 1.98000	NU: 21	D: GE 68 *
652.60 100.00	RH 98 -----	652.60<= 100.00	745.40 5.60	1817.00 5.00	1164.40 4.80	762.30 1.80	1414.90 1.20	597.70 0.80	H: 8.30M N: *****	NU: 7	D: RU 98
652.80 100.00	MO 91M -----	652.80<= 100.00	1507.60 43.64	1208.00 34.87	2240.70 1.62	2238.50 1.53	1032.80 1.29	1082.30 0.87	H: 1.02H N: 0.45600	NU: 10	D: MO 91 *
656.01 8.00	CU 61 -----	511.01 100.00	283.00 10.83	656.01<= 8.00	67.60 3.58	1185.00 3.00	373.60 1.58	588.60 1.00	H: 3.35H N: 1.20000	NU: 25	D: NI 61
657.00 10.53	BR 76 -----	511.01 100.00	559.40 52.63	657.00<= 10.53	1852.50 10.53	1216.30 6.84	2949.00 4.96	2793.40 4.21	H: 16.00M N: 1.33000	NU: 99	D: SE 76
657.49 35.36	PB 202M -----	960.70 100.00	422.12 93.50	786.99 54.31	657.49<= 35.36	490.47 10.00	459.72 9.40	389.94 6.74	H: 3.62M N: 0.93900	NU: 17	D: PB 202 *
657.70 100.00	AG 110 -----	657.70<= 100.00	815.50 0.85	1125.90 0.33	295.90 0.17	1674.90 0.15	1784.40 0.13	1474.50 0.10	H: 24.60S N: 0.04500	NU: 12	D: CD 110
657.70 6.00	IN 121 -----	925.30 100.00	657.70<= 6.00	260.00 4.30					H: 25.00S N: *****	NU: 3	D: SN 121 *
661.50 11.80	MN 50 -----	511.01 100.00	1098.00 48.60	783.30 47.15	1443.30 32.55	1282.40 15.55	661.50<= 11.80	1944.50 1.84	H: 1.75H N: 2.00000	NU: 15	D: CR 50
661.70 30.00	PD 98 -----	112.40 100.00	663.00 52.80	106.80 32.80	837.90 30.30	661.70<= 30.00	67.70 14.10	174.40 10.70	H: 17.90M N: *****	NU: 10	D: RH 98 *
661.80 5.20	RE 181 -----	365.50 100.00	360.70 21.00	639.00 11.00	953.60 6.30	1000.20 5.90	805.20 5.50	661.80<= 5.20	H: 19.00M N: *****	NU: 99	D: H 181 *
662.00 76.00	HF 171 -----	1072.00 100.00	662.00<= 76.00	123.00 50.00	469.00 42.00	347.00 40.00	295.00 35.00	137.00 23.50	H: 12.00M N: *****	NU: 14	D: LU 171 *
663.00 52.80	PD 98 -----	112.40 100.00	663.00<= 52.80	106.80 32.80	837.90 30.30	661.70 30.00	67.70 14.10	174.40 10.70	H: 17.90M N: *****	NU: 10	D: RH 98 *
663.00 11.76	LA 132 -----	464.00 100.00	567.00 20.54	193.00 14.86	1909.00 12.57	663.00<= 11.76	1031.00 11.49	540.00 8.78	H: 4.50M N: 0.74000	NU: 99	D: BA 132
663.80 30.00	RB 78 -----	455.60 100.00	103.10 66.00	663.80<= 30.00	726.00 10.00	1141.70 9.00			H: 6.00M N: *****	NU: 5	D: KR 78
665.70 16.67	BR 80 -----	617.00 100.00	511.01 83.33	665.70<= 16.67	639.90 3.17	704.10 2.50	1256.60 1.15	813.00 0.50	H: 17.60M N: 0.06000	NU: 7	D: KR 80
666.20 88.24	J 126 -----	388.50 100.00	666.20<= 88.24	753.80 11.47	491.90 6.18	511.01 2.56	880.30 1.88	1420.20 0.85	H: 12.80D N: 0.34000	NU: 9	D: TE 126
667.10 45.95	GE 64 -----	427.00 100.00	667.10<= 45.95	128.20 20.73	774.50 18.02	384.10 13.51	85.70 5.41	42.80 5.41	H: 63.00S N: 0.37000	NU: 7	D: GA 64

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE 1	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
667.50 100.00	CS 132	667.50<= 100.00	464.50 1.92	629.80 1.04	505.80 0.82	1135.60 0.52	511.01 0.37	566.90 0.25	H: 6.47D NU: 0.99000	NU: 14	D: XE 132	
668.20 12.97	AS 70	511.01 100.00	1039.60 51.00	744.00 12.97	668.20<= 12.97	1114.40 12.97	1707.90 11.00	595.20 10.00	H: 53.00M NU: 0.80200	NU: 67	D: GE 70	
668.46 97.49	J 130	536.08 100.00	668.46<= 97.49	739.45 82.06	418.00 31.86	1157.25 12.83	586.10 1.54	686.06 0.92	H: 12.30H NU: 0.99800	NU: 24	D: XE 130	
669.70 47.74	ZN 63	511.01 100.00	669.70<= 47.74	962.00 3.74	1411.90 0.41	450.00 0.13	1391.60 0.08	1123.70 0.07	H: 37.85H NU: 1.86000	NU: 47	D: CU 63 *	
670.10 3.37	RH 107	302.80 100.00	392.50 13.28	312.20 7.27	348.20 3.44	321.80 3.43	670.10<= 3.37	367.30 2.90	H: 22.00M NU: 0.65500	NU: 31	D: PD 107	
670.20 25.85	ZN 60	511.01 100.00	670.20<= 25.85	61.50 10.26	273.40 4.51	334.40 3.76	364.60 1.36	572.40 1.06	H: 2.33M NU: 1.95000	NU: 8	D: CU 60 *	
670.40 7.35	AU 188	265.60 100.00	339.90 23.50	605.60 14.60	405.00 8.20	670.40<= 7.35	532.90 5.49	1083.90 5.45	H: 8.00M NU: *****	NU: 96	D: PT 188 *	
670.50 10.50	BI 204	899.10 100.00	374.40 80.40	984.00 57.20	911.90 26.20	670.50<= 10.50	439.80 3.58	791.10 2.95	H: 11.20H NU: *****	NU: 99	D: PB 204	
673.00 19.00	PD 99	136.40 100.00	263.50 28.00	673.00<= 19.00	399.60 6.60	386.00 5.80	785.00 5.00	427.50 4.30	H: 22.00H NU: *****	NU: 12	D: RH 99 *	
673.10 44.36	TH 166	779.90 100.00	2053.90 88.24	184.20 81.37	1275.20 68.63	704.40 55.88	786.60 49.51	673.10<= 44.36	H: 7.70H NU: 0.20400	NU: 77	D: ER 166	
675.20 100.00	YB 164	675.20<= 100.00	445.31 93.80	390.51 78.10	601.87 40.60	97.20 40.60	362.79 37.50	401.77 31.30	H: 75.80M NU: *****	NU: 8	D: TH 164 *	
675.87 1.06	AU 198	411.79 100.00	675.87<= 1.06	1087.66 0.19					H: 64.71H NU: 0.95500	NU: 3	D: HG 198	
675.90 12.80	TL 198	411.70 100.00	636.80 13.40	675.90<= 12.80	2040.90 11.00	1200.50 9.60	1420.30 9.10	1311.90 4.90	H: 5.30H NU: *****	NU: 65	D: HG 198	
676.20 41.00	TL 193	324.20 100.00	1047.70 54.00	344.10 44.00	676.20<= 41.00	335.30 27.00	284.60 22.00	207.80 21.00	H: 21.60H NU: *****	NU: 7	D: HG 193 *	
679.00 100.00	AM 246	679.00<= 100.00	205.00 68.00	153.50 48.00	756.00 25.00	834.00 10.00	99.20 9.00	781.00 7.50	H: 40.00M NU: *****	NU: 11	D: CH 246 *	
680.50 0.91	PB 203	279.16 100.00	401.32 4.57	680.50<= 0.91					H: 52.10H NU: 0.80900	NU: 3	D: TL 203	
680.66 1.26	RH 102	475.06 100.00	511.01 54.35	628.05 9.78	468.58 6.30	1103.16 6.30	556.60 4.35	680.66<= 1.26	H: 206.00D NU: 0.46000	NU: 25	D: PU 102	
683.50 0.65	J 122	511.01 100.00	564.00 12.75	692.60 0.94	793.00 0.94	683.50<= 0.65	1747.10 0.23	2188.00 0.20	H: 3.50M NU: *****	NU: 48	D: TE 122	
684.60 100.00	RH 96	684.60<= 100.00	832.30 100.00	630.70 78.00	741.20 32.00	1228.40 16.00	1164.40 6.20	1738.50 5.40	H: 9.50H NU: *****	NU: 20	D: RU 96	
684.70 92.00	MO 93M	1477.20 100.00	684.70<= 92.00	263.10 53.00	1364.70 0.94	113.90 0.70	947.87 0.20		H: 6.90H NU: *****	NU: 6	D: MO 93 *	
686.06 0.92	J 130	536.08 100.00	668.46 97.49	739.45 82.06	418.00 31.86	1157.25 12.83	586.10 1.54	686.06<= 0.92	H: 12.30H NU: 0.99800	NU: 24	D: XE 130	
686.10 0.51	CS 130	511.01 100.00	536.00 4.37	686.10<= 0.51	894.00 0.46	1614.60 0.27	1687.30 0.20	1996.30 0.17	H: 29.10M NU: *****	NU: 17	D: XE 130	
687.50 82.00	RB 79	153.40 100.00	687.50<= 82.00	143.40 55.00	351.20 40.00	397.80 30.00	303.10 26.00	182.50 19.00	H: 22.10M NU: *****	NU: 18	D: KR 79 *	
687.60 3.37	PO 207	992.30 100.00	742.60 48.40	911.80 29.90	405.70 16.80	1148.30 10.20	687.60<= 3.37	345.20 3.31	H: 5.70H NU: *****	NU: 39	D: BI 207 *	
687.80 61.00	IR 194M	482.50 100.00	328.50 96.00	600.50 64.00	687.80<= 61.00	338.80 57.00	390.80 36.00	562.40 36.00	H: 171.00D NU: *****	NU: 9	D: PT 194	
688.20 33.00	PR 138	788.80 100.00	688.20<= 33.00	1551.50 17.00	1447.90 4.80	1510.50 3.70	1431.00 3.40	2237.00 3.20	H: 1.50M NU: *****	NU: 12	D: CE 138	
689.20 100.00	PT 186	689.20<= 100.00	611.50 9.60	635.60 5.40	366.70 3.30	210.30 2.60	280.80 2.40	205.40 2.20	H: 2.00H NU: *****	NU: 15	D: IR 186 *	
689.40 7.20	TC 100	539.60 100.00	590.80 81.71	689.40<= 7.20	378.60 6.30	1512.20 6.27	822.50 0.97	1362.10 0.86	H: 17.00S NU: 0.06670	NU: 20	D: RU 100	
690.40 0.81	ZN 61	511.01 100.00	475.20 8.08	1660.50 3.74	970.00 1.21	1185.40 0.81	690.40<= 0.81	1997.10 0.61	H: 86.00S NU: 1.98000	NU: 47	D: CU 61 *	
691.30 0.43	SI 33	1847.70 100.00	1431.40 15.00	2539.00 9.60	416.30 8.70	1107.60 0.87	691.30<= 0.43		H: 6.30S NU: *****	NU: 6	D: P 33 *	
692.00 28.48	MN 57	122.06 100.00	692.00<= 28.48	136.47 11.52	353.00 10.89	1613.00 3.47	569.00 2.10	367.00 1.90	H: 1.70M NU: 0.09550	NU: 13	D: FE 57	

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF	D: DAUGHTER ENERGIES IN	N: NORMAL FACTOR TABLE I
692.10 0.18	CO 57 -----	122.06 100.00	136.47 13.41	14.41 11.18	692.10<= 0.18	570.10 0.02	706.60 0.01	339.70 0.00	H: 271.60D N: 0.85000	NU: 10	D: FE 57	
692.60 0.94	J 122 -----	511.01 100.00	564.00 12.75	692.60<= 0.94	793.00 0.94	683.50 0.65	1747.10 0.23	2188.00 0.20	H: 3.50H N: *****	NU: 48	D: TE 122	
694.20 6.05	AG 112 -----	617.00 100.00	1387.20 12.33	606.40 8.14	1613.20 6.74	694.20<= 6.05	2106.10 5.12	1311.70 2.56	H: 3.15H N: 0.43000	NU: 98	D: CD 112	
694.50 40.80	TB 147 -----	1153.00 100.00	139.80 44.93	694.50<= 40.80	511.01 13.47	119.70 8.93	554.90 5.07	2684.00 4.53	H: 24.00H N: 0.75000	NU: 18	D: GD 147 *	
694.80 0.05	BR 78 -----	511.01 100.00	613.90 7.61	694.80<= 0.05	1020.30 0.04	884.50 0.04	1720.60 0.03	1922.60 0.03	H: 6.50H N: 1.84000	NU: 20	D: SE 78	
695.00 10.20	PB 197H -----	385.60 100.00	222.40 17.90	773.00 13.80	895.00 11.80	695.00<= 10.20	375.30 8.93	957.00 7.32	H: 42.00H N: *****	NU: 17	D: TL 197 *	
696.40 99.00	PM 144 -----	618.10 100.00	696.40<= 99.00	475.70 43.00					H: 1.00A N: 1.00000	NU: 3	D: ND 144	
697.20 36.90	LU 172 -----	900.60 100.00	372.50 79.37	809.90 71.03	1093.40 69.60	528.22 59.84	410.31 53.65	697.20<= 36.90	H: 6.70D N: *****	NU: 78	D: YB 172	
697.49 46.32	RH 102H -----	475.06 100.00	631.29 58.95	697.49<= 46.32	766.84 35.79	1046.59 35.79	418.50 9.89	628.05 8.74	H: 2.90A N: 0.95000	NU: 15	D: RU 102	
697.50 10.50	PR 135 -----	511.01 100.00	296.12 66.70	82.64 33.30	213.45 31.80	538.20 19.70	697.50<= 10.50	613.80 4.35	H: 22.00H N: *****	NU: 43	D: CE 135 *	
697.80 0.37	IN 119 -----	763.10 100.00	1214.80 0.47	697.80<= 0.37	1273.00 0.19	944.00 0.09			H: 2.30H N: *****	NU: 5	D: SN 119	
698.00 63.00	AU 193 -----	186.17 100.00	255.57 67.00	698.00<= 63.00	268.22 39.00	173.52 29.00	439.04 19.00	110.28 15.00	H: 17.50H N: *****	NU: 59	D: PT 193	
702.00 14.80	TA 173 -----	172.00 100.00	162.00 66.70	181.00 18.50	702.00<= 14.80				H: 3.50H N: *****	NU: 4	D: HF 173 *	
702.60 93.00	TC 94 -----	916.20 100.00	849.70 93.00	870.90 93.00	702.60<= 93.00	511.01 20.60	449.00 2.50	531.60 1.10	H: 4.90H N: *****	NU: 11	D: PO 94	
703.40 100.00	BI 205 -----	703.40<= 100.00	1764.27 93.10	987.56 53.40	1043.66 23.90	1861.69 17.50	579.78 16.80	570.58 13.20	H: 15.31D N: *****	NU: 79	D: PB 205 *	
704.00 0.45	SB 120 -----	511.01 100.00	1171.50 4.12	704.00<= 0.45	989.10 0.19				H: 15.50H N: 1.02000	NU: 4	D: SN 120	
704.10 2.50	BR 80 -----	617.00 100.00	511.01 83.33	665.70 16.67	639.90 3.17	704.10<= 2.50	1256.60 1.15	813.00 0.50	H: 17.60H N: 0.06000	NU: 7	D: KR 80	
704.40 55.88	TM 166 -----	779.90 100.00	2053.90 88.24	184.20 81.37	1275.20 68.63	704.40<= 55.88	786.60 49.51	673.10 44.36	H: 7.70H N: 0.20400	NU: 77	D: ER 166	
704.50 12.60	PB 211 -----	404.90 100.00	832.00 99.30	427.00 45.00	766.40 18.50	704.50<= 12.60	1109.50 3.83	65.50 2.00	H: 36.10H N: *****	NU: 30	D: BI 211 *	
706.60 0.01	CO 57 -----	122.06 100.00	136.47 13.41	14.41 11.18	692.10 0.18	570.10 0.02	706.60<= 0.01	339.70 0.00	H: 271.60D N: 0.85000	NU: 10	D: FE 57	
706.80 46.00	IN 110H -----	937.50 100.00	706.80<= 46.00	641.60 38.00	997.50 15.00	581.60 10.00	584.20 10.00	461.00 8.00	H: 4.90H N: *****	NU: 42	D: CD 110	
708.00 14.00	ND 139H -----	114.00 100.00	511.01 100.00	984.00 24.00	740.00 21.00	327.00 20.00	708.00<= 14.00		H: 5.50H N: *****	NU: 6	D: ND 139 *	
708.30 30.00	PB 195H -----	383.80 100.00	708.30<= 30.00	394.30 26.00	313.30 4.70	466.00 3.10	99.00 0.50		H: 17.00H N: *****	NU: 6	D: TL 195 *	
709.20 24.50	CD 104 -----	83.50 100.00	709.20<= 24.50	559.00 8.00	66.70 7.20	625.60 2.70	123.70 0.55	150.20 0.17	H: 57.00H N: *****	NU: 7	D: AG 104 *	
709.20 59.00	PT 167 -----	106.40 100.00	201.40 81.50	110.00 65.20	284.90 62.60	186.80 59.30	709.20<= 59.00	304.80 49.10	H: 2.30H N: *****	NU: 47	D: IR 167 *	
710.49 21.33	TA 176 -----	1159.30 100.00	201.84 24.26	1224.90 23.17	1584.00 22.02	710.49<= 21.33	1696.50 19.50	1823.60 18.72	H: 8.00H N: 0.21800	NU: 99	D: HF 176	
713.40 100.00	AU 189 -----	713.40<= 100.00	813.10 58.30	348.10 55.90	447.80 54.40	166.30 41.30	528.70 41.10	441.70 34.40	H: 29.70H N: *****	NU: 24	D: PT 189 *	
716.00 12.96	PM 150 -----	334.00 100.00	1165.00 14.79	1321.00 14.79	716.00<= 12.96	831.00 10.00	402.00 6.48	877.00 6.06	H: 2.68H N: 0.71000	NU: 8	D: SM 150	
716.60 33.72	RH 106H -----	511.70 100.00	1046.70 36.05	716.60<= 33.72	450.80 27.91	616.10 23.60	748.50 22.09	1529.40 20.93	H: 2.20H N: 0.86000	NU: 38	D: PD 106	
717.20 30.00	AG 106H -----	511.01 100.00	450.60 31.00	717.20<= 30.00	1043.90 30.00	747.50 22.00	615.10 22.00	429.00 17.00	H: 8.50D N: *****	NU: 34	D: PD 106	
717.42 5.37	OS 185 -----	646.11 100.00	874.81 8.06	880.27 6.65	717.42<= 5.37	592.07 1.66	162.70 0.81	234.20 0.60	H: 94.00D N: 0.78200	NU: 11	D: RE 185	

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE 1	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
719.40 59.42	AG 102 -----	556.70 100.00	719.40<= 59.42	1522.70 27.54	1744.50 17.68	1581.60 14.06	835.40 14.06	1257.10 13.04	H: 13.00H N: *****	NU: 21	D: PD 102	
719.60 0.09	TI 45 -----	511.01 100.00	719.60<= 0.09	1408.10 0.05	1660.90 0.02	425.00 0.01	1236.50 0.01	974.00 0.00	H: 3.08H N: 1.68000	NU: 13	D: SC 45	
719.70 14.20	TC 96M -----	778.30 100.00	1200.30 55.80	849.80 18.50	480.70 17.30	719.70<= 14.20	967.30 6.60	1498.30 6.31	H: 51.50H N: *****	NU: 15	D: TC 96 *	
720.30 23.42	TM 168 -----	198.20 100.00	815.90 95.97	447.40 47.02	184.20 33.01	741.30 24.18	720.30<= 23.42	821.10 22.46	H: 93.10D N: 0.52100	NU: 31	D: ER 168	
721.40 100.00	PT 189 -----	721.40<= 100.00	607.60 87.00	94.34 82.00	568.90 76.00	243.50 75.00	544.90 62.00	141.18 45.00	H: 10.90H N: *****	NU: 99	D: IR 189 *	
722.78 16.45	J 124 -----	602.71 100.00	511.01 74.19	1691.04 17.26	722.78<= 16.45	1509.49 4.95	1376.25 2.76	1325.53 2.37	H: 4.17D N: 0.62000	NU: 31	D: TE 124	
723.76 12.00	PD 101 -----	256.25 100.00	590.36 62.00	269.66 30.90	24.40 20.30	565.77 18.00	723.76<= 12.00	1289.03 12.00	H: 8.30H N: *****	NU: 48	D: RH 101P*	
725.70 34.78	PM 148M -----	550.20 100.00	629.90 95.65	725.70<= 34.78	915.40 21.74	1013.80 21.74	414.10 19.57	288.00 13.04	H: 41.80D N: 0.92000	NU: 13	D: SM 148	
725.70 12.32	EU 148 -----	550.20 100.00	629.90 71.62	611.26 19.49	413.90 18.79	553.20 17.27	725.70<= 12.32	571.90 9.19	H: 54.00D N: 0.99000	NU: 86	D: SM 148	
726.00 10.00	RB 78 -----	455.60 100.00	103.10 66.00	663.80 30.00	726.00<= 10.00	1141.70 9.00			H: 6.00H N: *****	NU: 5	D: KR 78	
727.15 100.00	BI 212 -----	727.15<= 100.00	1620.54 23.24	785.40 16.86	39.86 16.54	1078.62 8.16	893.41 5.57	452.80 5.35	H: 60.60H N: 0.18500	NU: 19	D: PD 212 *	
728.10 5.80	IN 107 -----	205.00 100.00	505.40 26.50	320.90 20.00	1268.40 9.00	365.60 7.40	728.10<= 5.80	809.00 5.00	H: 32.00H N: *****	NU: 98	D: CD 107 *	
728.30 34.70	BR 74 -----	634.60 100.00	728.30<= 34.70	1269.10 8.14	1249.60 5.83	1714.60 5.83	615.10 5.57	219.00 5.14	H: 43.70H N: *****	NU: 61	D: SE 74	
730.60 32.00	TL 190 -----	416.80 100.00	625.50 75.00	730.60<= 32.00	839.50 23.00	305.00 16.00			H: 3.40H N: *****	NU: 5	D: HG 190 *	
731.20 43.00	PT 184 -----	154.90 100.00	182.90 94.00	548.40 77.00	731.20<= 43.00	216.50 17.00	92.60 16.00	394.60 16.00	H: 17.30H N: *****	NU: 32	D: IR 184 *	
734.46 4.27	AM 246M -----	1078.90 100.00	798.83 90.91	1062.07 62.73	1036.03 47.27	833.62 6.64	1085.10 5.64	734.46<= 4.27	H: 25.00H N: *****	NU: 80	D: CP 246	
734.60 0.22	KR 77 -----	511.01 100.00	129.70 52.91	146.50 24.94	312.10 2.15	276.10 1.96	106.00 0.82	734.60<= 0.22	H: 1.20H N: 1.58000	NU: 28	D: BR 77 *	
735.00 13.20	TL 194 -----	428.20 100.00	639.30 68.20	749.00 45.50	735.00<= 13.20	255.40 5.46	645.20 5.46	510.90 5.00	H: 33.00H N: *****	NU: 34	D: HG 194	
739.45 82.06	J 130 -----	536.08 100.00	668.46 97.49	739.45<= 82.06	418.00 31.86	1157.25 12.83	586.10 1.54	686.06 0.92	H: 12.30H N: 0.99800	NU: 24	D: XE 130	
740.00 2.00	J 118 -----	606.00 100.00	600.00 13.00	545.00 13.00	1339.00 9.00	740.00<= 2.00			H: 14.30H N: *****	NU: 5	D: TE 118 *	
740.00 21.00	ND 139M -----	114.00 100.00	511.01 100.00	984.00 24.00	740.00<= 21.00	327.00 20.00	708.00 14.00		H: 5.50H N: *****	NU: 6	D: ND 139 *	
740.00 37.00	HJ 170M -----	932.00 100.00	853.00 70.00	182.00 67.00	889.00 57.00	1139.00 57.00	786.00 47.00	740.00<= 37.00	H: 2.90H N: *****	NU: 10	D: HO 170 *	
741.20 32.00	RH 96 -----	684.60 100.00	832.30 100.00	630.70 78.00	741.20<= 32.00	1228.40 16.00	1164.40 6.20	1738.50 5.40	H: 9.50H N: *****	NU: 20	D: RU 96	
741.30 24.18	TH 168 -----	198.20 100.00	815.90 95.97	447.40 47.02	184.20 33.01	741.30<= 24.18	720.30 23.42	821.10 22.46	H: 93.10D N: 0.52100	NU: 31	D: ER 168	
742.00 100.00	PM 143 -----	742.00<= 100.00							H: 266.00D N: 0.38500	NU: 1	D: ND 143	
742.60 48.40	PD 207 -----	992.30 100.00	742.60<= 48.40	911.80 29.90	405.70 16.80	1148.30 10.20	687.60 3.37	345.20 3.31	H: 5.70H N: *****	NU: 39	D: BI 207 *	
743.00 9.50	PA 234M -----	1001.20 100.00	766.60 34.30	743.00<= 9.50	257.90 8.00	786.40 5.75	1738.20 2.00	1831.50 1.83	H: 1.18H N: *****	NU: 63	D: U 234	
744.00 12.97	AS 70 -----	511.01 100.00	1039.60 51.00	744.00<= 12.97	668.20 12.97	1114.40 12.97	1707.90 11.00	595.20 10.00	H: 53.00H N: 0.80200	NU: 67	D: GE 70	
744.20 85.00	MN 52 -----	1434.40 100.00	744.20<= 85.00	935.60 84.00	511.01 55.00	1332.80 5.10	1247.00 4.70	848.40 3.20	H: 5.67D N: 1.00000	NU: 14	D: CR 52	
745.40 5.60	RH 98 -----	652.60 100.00	745.40<= 5.60	1817.00 5.00	1164.40 4.80	762.30 1.80	1414.90 1.20	597.70 0.80	H: 8.30H N: *****	NU: 7	D: RU 98	
747.50 22.00	AG 106M -----	511.01 100.00	450.60 31.00	717.20 30.00	1043.90 30.00	747.50<= 22.00	615.10 22.00	429.00 17.00	H: 8.50D N: *****	NU: 34	D: PD 106	

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER	D: DAUGHTER OF ENERGIES IN	N: NORMAL FACTOR TABLE I
748.20 14.79	GD 149 -----	149.60 100.00	298.50 54.17	346.50 43.75	748.20<= 14.79	430.00 14.17	788.60 12.71	272.00 6.25	H: 9.40D N: 0.48000	NU: 25	D: EU 149 *	
748.50 22.09	RH 106M -----	511.70 100.00	1046.70 36.05	716.60 33.72	450.80 27.91	616.10 23.60	748.50<= 22.09	1529.40 20.93	H: 2.2CH N: 0.96000	NU: 38	D: PD 106	
749.00 45.50	TL 194 -----	428.20 100.00	639.30 68.20	749.00<= 45.50	735.00 13.20	255.40 5.46	645.20 5.46	510.90 5.00	H: 33.00N N: *****	NU: 34	D: HG 194	
750.50 4.60	Y 94 -----	918.20 100.00	1139.10 20.00	550.10 8.40	1668.60 6.20	750.50<= 4.60	381.80 3.20	1915.61 2.80	H: 19.4CH N: 0.50000	NU: 15	D: ZR 94	
751.80 4.54	GA 65 -----	511.01 100.00	115.10 30.60	61.10 6.56	153.00 4.97	751.80<= 4.54	53.80 2.73	206.90 1.42	H: 15.20M N: 1.83000	NU: 74	D: ZN 65 *	
751.80 6.00	PR 140 -----	1596.50 100.00	306.90 37.00	751.80<= 6.00	924.24 5.20	2521.70 2.78	1420.30 1.80	2348.30 1.63	H: 3.40M N: *****	NU: 17	D: CE 140	
753.80 11.47	J 126 -----	388.50 100.00	666.20 89.24	753.80<= 11.47	491.90 6.18	511.01 2.56	880.30 1.88	1420.20 0.85	H: 12.80D N: 0.34000	NU: 9	D: TE 126	
754.00 100.00	CE 139M -----	754.00<= 100.00							H: 56.6CS N: 0.93000	NU: 1	D: CE 139 *	
754.50 0.24	AL 29 -----	1273.50 100.00	2425.70 6.04	2027.80 3.74	1152.40 0.90	754.50<= 0.24	397.90 0.03	1795.70 0.02	H: 6.60M N: 0.91000	NU: 8	D: SI 29	
756.00 25.00	AM 246 -----	679.00 100.00	205.00 68.00	153.50 48.00	756.00<= 25.00	834.00 10.00	99.20 9.00	781.00 7.50	H: 40.0CM N: *****	NU: 11	D: CP 246 *	
758.90 0.05	AU 196 -----	355.70 100.00	332.90 26.60	426.00 7.66	1091.30 0.17	758.90<= 0.05	521.30 0.04	393.40 0.01	H: 6.18D N: 0.94000	NU: 16	D: PT 196	
761.00 1.89	SN 111 -----	511.01 100.00	1152.00 3.09	761.00<= 1.89	1914.00 1.89	1610.00 1.39	1541.00 0.90	2099.00 0.46	H: 35.50M N: 0.54000	NU: 9	D: IN 111 *	
762.30 1.80	RH 98 -----	652.60 100.00	745.40 5.60	1817.00 5.00	1164.40 4.80	762.30<= 1.80	1414.90 1.20	597.70 0.80	H: 8.30M N: *****	NU: 7	D: RU 98	
762.60 11.62	AS 68 -----	511.01 100.00	1016.50 32.83	762.60<= 11.62	651.20 11.62	1778.70 10.61	613.50 2.78	1263.50 1.82	H: 159.00S N: 1.98000	NU: 21	D: GE 68 *	
762.90 61.31	SR 83 -----	511.01 100.00	762.90<= 61.31	381.40 35.04	418.40 10.80	423.10 4.09	1562.40 3.80	778.20 2.92	H: 32.40H N: 0.68500	NU: 73	D: RB 83 *	
763.10 100.00	IN 119 -----	763.10<= 100.00	1214.80 0.47	697.80 0.37	1273.00 0.19	944.00 0.09			H: 2.30M N: *****	NU: 5	D: SN 119	
763.13 1.80	TL 208 -----	2614.60 100.00	583.06 86.00	510.80 23.00	860.37 12.00	277.35 6.90	763.13<= 1.80	252.60 0.80	H: 3.05M N: 1.00000	NU: 16	D: PB 208	
764.00 12.50	IR 182 -----	273.00 100.00	127.20 80.00	912.30 20.70	236.20 14.00	890.90 13.50	764.00<= 12.50	790.10 7.33	H: 15.0CM N: *****	NU: 68	D: OS 182 *	
764.40 0.11	SE 73 -----	511.01 100.00	360.90 78.13	67.00 57.03	864.90 0.43	1110.80 0.15	901.10 0.12	764.40<= 0.11	H: 7.10H N: 1.28000	NU: 20	D: AS 73 *	
765.40 17.00	AU 186 -----	191.50 100.00	298.60 41.00	765.40<= 17.00	415.50 13.70	798.70 8.60	607.20 8.50	1216.20 6.00	H: 12.00M N: *****	NU: 61	D: PT 186 *	
765.80 6.00	TC 95M -----	204.12 100.00	582.07 55.00	835.13 45.00	786.18 15.00	820.61 8.00	765.80<= 6.00	1039.25 5.00	H: 60.00D N: *****	NU: 13	D: PO 95	
765.80 100.00	TC 95 -----	765.80<= 100.00	1074.10 4.00	947.80 0.20	605.00 0.10				H: 20.00H N: *****	NU: 4	D: PO 95	
766.00 18.20	GD 147 -----	229.25 100.00	396.02 53.10	929.10 33.10	370.00 27.10	766.00<= 18.20	893.60 13.80	1069.50 12.30	H: 35.0CH N: *****	NU: 96	D: EU 147 *	
766.40 18.50	PB 211 -----	404.90 100.00	832.00 99.30	427.00 45.00	766.40<= 18.50	704.50 12.60	1109.50 3.83	65.50 2.00	H: 36.1CM N: *****	NU: 30	D: BI 211 *	
766.60 34.30	PA 234M -----	1001.20 100.00	766.60<= 34.30	743.00 9.50	257.90 8.00	786.40 5.75	1738.20 2.00	1831.50 1.83	H: 1.18M N: *****	NU: 63	D: U 234	
766.84 35.79	RH 102M -----	475.06 100.00	631.29 58.95	697.49 46.32	766.84<= 35.79	1046.59 35.79	418.50 9.89	628.05 8.74	H: 2.90A N: 0.95000	NU: 15	D: RU 102	
767.30 67.00	IR 186M -----	137.10 100.00	767.30<= 67.00	630.30 62.00	296.90 46.00	773.10 40.00	987.10 30.00	636.20 22.00	H: 1.70H N: *****	NU: 8	D: OS 186	
767.30 7.19	IR 186 -----	256.90 100.00	434.60 46.10	773.10 13.10	636.20 7.70	767.30<= 7.19	584.40 6.73	933.20 6.73	H: 15.00H N: *****	NU: 82	D: CS 186	
767.60 72.00	AG 104 -----	555.80 100.00	767.60<= 72.00	941.60 27.00	925.90 14.00	857.90 11.00	785.70 10.00	1341.80 7.90	H: 69.20M N: 1.00000	NU: 37	D: PD 104	
768.00 20.00	Y 85 -----	232.00 100.00	2123.00 25.93	768.00<= 20.00	1404.00 15.43	2173.00 11.13	1220.00 7.60	1029.00 7.42	H: 4.90H N: 0.22100	NU: 28	D: SR 65 *	
768.20 100.00	EU 142 -----	768.20<= 100.00	556.80 94.00	1022.90 94.00	1015.70 10.00	563.90 10.00			H: 1.20M N: *****	NU: 5	D: SM 142 *	

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER	D: DAUGHTER OF ENERGIES IN TABLE I	N: NORMAL FACTOR
768.92 1.99	TM 164 -----	511.01 100.00	91.39 9.34	1154.63 2.33	768.92<= 1.99	208.08 1.65	860.31 1.56	1610.74 1.55	H: 2.00H N: 0.78200	NU: 93	D: ER 164	
769.70 1.80	RE 184 -----	903.00 100.00	791.90 98.95	111.10 48.03	894.50 43.04	252.70 7.01	641.80 5.20	769.70<= 1.80	H: 38.00D N: 0.38100	NU: 17	D: M 184	
773.00 13.80	PB 197H -----	385.60 100.00	222.40 17.90	773.00<= 13.80	895.00 11.80	695.00 10.20	375.30 8.93	957.00 7.32	H: 42.00H N: *****	NU: 17	D: TL 197 *	
773.10 40.00	IR 186H -----	137.10 100.00	767.30 67.00	630.30 62.00	296.90 46.00	773.10<= 40.00	987.10 30.00	636.20 22.00	H: 1.70H N: *****	NU: 8	D: OS 186	
773.10 13.10	IR 186 -----	296.90 100.00	434.60 46.10	773.10<= 13.10	636.20 7.70	767.30 7.19	584.40 6.73	933.20 6.73	H: 15.00H N: *****	NU: 82	D: OS 186	
774.50 18.92	GE 64 -----	427.00 100.00	667.10 45.95	128.20 29.73	774.50<= 18.92	384.10 13.51	85.70 5.41	42.80 5.41	H: 63.00S N: 0.37000	NU: 7	D: GA 64	
777.00 12.80	AU 184 -----	163.20 100.00	273.10 76.70	361.90 32.40	594.00 14.80	777.00<= 12.80	486.30 11.90	237.00 10.60	H: 47.00S N: *****	NU: 28	D: \$\$\$\$	
777.40 27.30	SM 141H -----	156.60 100.00	431.80 54.40	777.40<= 27.30	1786.40 14.70	1490.30 12.50	911.30 12.40	1145.10 11.70	H: 22.10H N: *****	NU: 47	D: PM 141 *	
777.80 2.00	CO 62 -----	1173.02 100.00	1163.50 71.00	2003.90 19.00	1719.10 7.10	2104.90 6.40	777.80<= 2.00	2302.00 1.80	H: 13.50H N: *****	NU: 12	D: NI 62	
778.20 2.92	SR 83 -----	511.01 100.00	762.90 61.31	381.40 35.04	418.40 10.80	423.10 4.09	1562.40 3.80	778.20<= 2.92	H: 32.40H N: 0.68500	NU: 73	D: RB 83 *	
778.20 100.00	NB 96 -----	778.20<= 100.00	568.70 56.00	1091.40 51.00	460.10 26.80	849.80 21.00	1200.50 20.50	810.40 9.00	H: 23.50H N: *****	NU: 20	D: MO 96	
778.30 100.00	TC 96H -----	778.30<= 100.00	1200.30 55.80	849.80 18.50	480.70 17.30	719.70 14.20	967.30 6.60	1498.30 6.31	H: 51.50H N: *****	NU: 15	D: TC 96 *	
778.30 100.00	TC 96 -----	778.30<= 100.00	850.00 97.40	812.70 82.20	1126.90 14.40	314.40 2.29	316.40 1.68	1091.40 0.95	H: 4.30D N: 1.00000	NU: 22	D: MO 96	
778.50 25.61	Y 86 -----	1076.00 100.00	1153.00 36.59	627.70 35.37	1920.00 30.49	778.50<= 25.61	1854.50 21.95	442.00 21.95	H: 14.74H N: 0.82000	NU: 78	D: SR 86	
778.90 8.90	TB 152 -----	344.30 100.00	511.01 20.00	586.30 15.00	271.10 14.00	778.90<= 8.90	411.10 6.30	974.10 4.80	H: 17.50H N: *****	NU: 94	D: GO 152	
779.78 8.42	HG 195 -----	61.43 100.00	779.78<= 8.42	180.23 5.22	585.11 2.58	207.07 2.58	56.70 2.57	261.75 2.52	H: 9.50H N: *****	NU: 33	D: AU 195 *	
779.90 100.00	TM 166 -----	779.90<= 100.00	2053.90 88.24	184.20 81.37	1275.20 68.63	704.40 55.88	786.60 49.51	673.10 44.36	H: 7.70H N: 0.20400	NU: 77	D: ER 166	
781.00 7.50	AM 246 -----	679.00 100.00	205.00 68.00	153.50 48.00	756.00 25.00	834.00 10.00	99.20 9.00	781.00<= 7.50	H: 40.00H N: *****	NU: 11	D: CM 246 *	
781.90 94.00	AT 209 -----	545.10 100.00	781.90<= 94.00	790.30 74.00	195.10 25.90	239.00 13.50	903.20 9.20	551.30 6.50	H: 5.30H N: *****	NU: 39	D: PO 209 *	
782.80 23.33	CE 135 -----	265.30 100.00	299.85 55.56	605.70 44.44	517.10 30.56	571.20 29.44	782.80<= 23.33	206.36 17.22	H: 17.00H N: 0.18000	NU: 43	D: LA 135 *	
783.30 47.15	MN 50 -----	511.01 100.00	1098.00 48.60	783.30<= 47.15	1443.30 32.55	1282.40 15.55	661.50 11.80	1944.50 1.84	H: 1.75H N: 2.00000	NU: 15	D: CR 50	
783.40 100.00	TB 148 -----	783.40<= 100.00	511.00 44.00	489.10 29.50	1077.10 13.80	631.10 13.30	1860.10 6.52	1401.40 2.50	H: 70.00H N: *****	NU: 59	D: GO 148 *	
785.00 5.00	PD 99 -----	136.40 100.00	263.50 28.00	673.00 19.00	399.60 6.60	386.00 5.80	785.00<= 5.00	427.50 4.30	H: 22.00H N: *****	NU: 12	D: RH 99 *	
785.40 16.86	BI 212 -----	727.15 100.00	1620.54 23.24	785.40<= 16.86	39.86 16.54	1078.62 8.16	893.41 5.57	452.80 5.35	H: 60.60H N: 0.18500	NU: 19	D: PO 212 *	
785.50 0.09	RU 97 -----	215.20 100.00	324.40 11.76	570.00 0.88	560.60 0.42	108.90 0.16	461.30 0.13	785.50<= 0.09	H: 2.88D N: 0.91000	NU: 12	D: TC 97 *	
785.70 2.13	AG 104H -----	555.80 100.00	1238.80 4.26	2276.70 2.62	1781.80 2.30	785.70<= 2.13	1720.80 1.97	2139.20 1.80	H: 33.50H N: 0.61000	NU: 38	D: PD 104	
785.70 10.00	AG 104 -----	555.80 100.00	767.60 72.00	941.60 27.00	925.90 14.00	857.90 11.00	785.70<= 10.00	1341.80 7.90	H: 69.20H N: 1.00000	NU: 37	D: PD 104	
786.00 47.00	HO 170H -----	932.00 100.00	853.00 70.00	182.00 67.00	889.00 57.00	1139.00 57.00	786.00<= 47.00	740.00 37.00	H: 2.90H N: *****	NU: 10	D: HO 170 *	
786.18 15.00	TC 95H -----	204.12 100.00	582.07 55.00	835.13 45.00	786.18<= 15.00	820.61 8.00	765.80 6.00	1039.25 5.00	H: 60.00D N: *****	NU: 13	D: PO 95	
786.40 5.75	PA 234H -----	1001.20 100.00	766.60 34.30	743.00 9.50	257.90 8.00	786.40<= 5.75	1738.20 2.00	1831.50 1.83	H: 1.18H N: *****	NU: 63	D: U 234	
786.60 49.51	TM 166 -----	779.90 100.00	2053.90 88.24	184.20 81.37	1275.20 68.63	704.40 55.88	786.60<= 49.51	673.10 44.36	H: 7.70H N: 0.20400	NU: 77	D: ER 166	

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER	D: DAUGHTER OF ENERGIES IN	N: NORMAL FACTOR TABLE I
786.99 54.31	PB 202H -----	960.70 100.00	422.12 93.50	786.99<= 54.31	657.49 35.36	490.47 10.00	459.72 9.40	389.94 6.74	H: 3.62H N: 0.93900	NU:17	D:PB 202 *	
788.60 12.71	GD 149 -----	149.60 100.00	298.50 54.17	346.50 43.75	748.20 14.79	430.00 14.17	788.60<= 12.71	272.00 6.25	H: 9.40D N: 0.48000	NU:25	D:EU 149 *	
788.80 100.00	PR 138 -----	788.80<= 100.00	688.20 33.00	1551.50 17.00	1447.90 4.80	1510.50 3.70	1431.00 3.40	2237.00 3.20	H: 1.50H N: *****	NU:12	D:CE 138	
788.90 100.00	PR 136H -----	788.90<= 100.00	1038.10 100.00	302.60 81.70	511.01 63.00	390.90 6.05	547.80 5.22	635.90 1.78	H: 2.10H N: *****	NU:51	D:CE 138	
790.10 7.33	IR 182 -----	273.00 100.00	127.20 80.00	912.30 20.70	236.20 14.00	890.90 13.50	764.00 12.50	790.10<= 7.33	H: 15.00H N: *****	NU:168	D:OS 182 *	
790.30 74.00	AT 209 -----	545.10 100.00	781.90 94.00	790.30<= 74.00	195.10 25.90	239.00 13.50	903.20 9.20	551.30 6.50	H: 5.30H N: *****	NU:39	D:PO 209 *	
791.10 2.95	BI 204 -----	899.10 100.00	374.40 80.40	984.00 57.20	911.90 26.20	670.50 10.50	439.80 3.58	791.10<= 2.95	H: 11.20H N: *****	NU:99	D:PB 204	
791.90 98.95	RE 184 -----	903.00 100.00	791.90<= 98.95	111.10 48.03	894.50 43.04	252.70 7.01	641.80 5.20	769.70 1.80	H: 38.00D N: 0.38100	NU:17	D:W 184	
793.00 0.36	ZR 87 -----	511.01 100.00	1228.00 2.30	1210.00 0.73	793.00<= 0.36	1202.00 0.25	2220.00 0.23	1160.00 0.16	H: 1.60H N: 1.65000	NU:15	D:Y 87P*	
793.00 0.94	J 122 -----	511.01 100.00	564.00 12.75	692.60 0.94	793.00<= 0.94	683.50 0.65	1747.10 0.23	2188.00 0.20	H: 3.50H N: *****	NU:48	D:TE 122	
794.80 16.30	AC 228 -----	911.10 100.00	968.90 59.90	338.40 42.40	964.60 19.90	794.80<= 16.30	462.80 15.90	270.00 13.00	H: 6.13H N: *****	NU:95	D:TH 228 *	
796.00 14.46	CD 107 -----	511.01 100.00	828.90 37.50	796.00<= 14.46	422.60 7.14	898.00 2.68	1130.00 2.14	596.80 1.79	H: 6.50H N: 0.00560	NU:16	D:AG 107H*	
796.80 1.96	RB 83 -----	520.90 100.00	529.30 67.54	552.50 34.86	796.80<= 1.96				H: 83.00D N: 0.45900	NU: 4	D:KR 83P*	
798.70 8.60	AU 186 -----	191.50 100.00	298.60 41.00	765.40 17.00	415.50 13.70	798.70<= 8.60	607.20 8.50	1216.20 6.00	H: 12.00H N: *****	NU:61	D:PT 186 *	
798.83 90.91	AH 246H -----	1078.90 100.00	798.83<= 90.91	1062.07 62.73	1036.03 47.27	833.62 6.64	1085.10 5.64	734.46 4.27	H: 25.00H N: *****	NU:80	D:CH 246	
800.80 17.85	ER 173 -----	895.20 100.00	199.20 89.26	192.80 86.53	122.40 38.32	116.14 34.95	800.80<= 17.85	94.20 8.93	H: 1.40H N: 0.47500	NU: 8	D:TH 173 *	
805.20 5.50	RE 181 -----	365.50 100.00	360.70 21.00	639.00 11.00	953.60 6.30	1000.20 5.90	805.20<= 5.50	661.80 5.20	H: 19.00H N: *****	NU:99	D:W 181 *	
805.70 0.05	GA 68 -----	511.01 100.00	1077.50 1.98	1883.50 0.08	1261.30 0.05	805.70<= 0.05	165.90 0.04	578.40 0.02	H: 68.30H N: 1.76000	NU: 9	D:ZN 68	
806.40 6.00	RU 95 -----	336.40 100.00	511.01 42.86	1096.90 31.43	626.84 25.71	1178.80 7.57	806.40<= 6.00	1182.00 5.71	H: 1.65H N: 0.70000	NU:38	D:TC 95 *	
806.80 33.00	TH 165 -----	242.70 100.00	806.80<= 33.00	459.90 10.60	218.60 9.60	346.60 8.56	356.30 7.80	389.20 7.70	H: 30.06H N: *****	NU:49	D:ER 165 *	
809.00 5.00	IN 107 -----	205.00 100.00	505.40 26.50	320.90 20.00	1268.40 9.00	365.60 7.40	728.10 5.80	809.00<= 5.00	H: 32.00H N: *****	NU:98	D:CD 107 *	
809.40 7.14	GA 64 -----	511.01 100.00	992.20 22.96	3366.90 8.16	809.40<= 7.14	1387.80 6.63	2195.60 6.12	919.10 3.88	H: 2.60H N: 1.96000	NU:29	D:ZN 64	
809.90 71.03	LU 172 -----	900.60 100.00	372.50 79.37	809.90<= 71.03	1093.40 69.60	528.22 59.84	410.31 53.65	697.20 36.90	H: 6.70D N: *****	NU:78	D:YB 172	
810.20 4.20	PB 200 -----	1026.30 100.00	462.00 63.00	419.60 53.00	245.00 22.00	493.60 7.60	545.70 4.60	810.20<= 4.20	H: 21.50H N: *****	NU:10	D:TL 200 *	
810.40 9.00	NB 96 -----	778.20 100.00	568.70 56.00	1091.40 51.00	460.10 26.80	849.80 21.00	1200.50 20.50	810.40<= 9.00	H: 23.50H N: *****	NU:20	D:PC 96	
810.74 100.00	CO 58 -----	810.74<= 100.00	511.01 31.16	863.94 0.64	1674.74 0.50				H: 71.30D N: 0.99500	NU: 4	D:FE 58	
812.70 82.20	TC 96 -----	778.30 100.00	850.00 97.40	812.70<= 82.20	1126.90 14.40	314.40 2.29	316.40 1.68	1091.40 0.95	H: 4.30D N: 1.00000	NU:22	D:MO 96	
813.00 0.50	BR 80 -----	617.00 100.00	511.01 83.33	665.70 16.67	639.90 3.17	704.10 2.50	1256.60 1.15	813.00<= 0.50	H: 17.60H N: 0.06000	NU: 7	D:KR 80	
813.10 58.30	AU 189 -----	713.40 100.00	813.10<= 58.30	348.10 55.90	447.80 54.40	166.30 41.30	528.70 41.10	441.70 34.40	H: 29.70H N: *****	NU:24	D:PT 189 *	
815.50 0.85	AG 110 -----	657.70 100.00	815.50<= 0.85	1125.90 0.33	295.90 0.17	1674.90 0.15	1784.40 0.13	1474.50 0.10	H: 24.60S N: 0.04500	NU:12	D:CD 110	
815.90 95.97	TH 168 -----	198.20 100.00	815.90<= 95.97	447.40 47.02	184.20 33.01	741.30 24.18	720.30 23.42	821.10 22.46	H: 93.10D N: 0.52100	NU:31	D:ER 168	

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR	
817.20 1.72	AT 210 -----	1181.40 100.00	245.30 80.00	1483.30 46.80	1436.70 29.20	1599.50 13.50	955.80 1.81	817.20<= 1.72	H: 8.30H N: 1.00000	NU: 59		D: PO 210 *
818.48 100.00	CS 136 -----	818.48<= 100.00	1048.10 81.00	340.60 45.00	1235.41 20.00	66.90 14.00	176.75 13.00	273.76 13.00	H: 13.00D N: 1.00000	NU: 15		D: BA 136
819.20 18.03	PA 232 -----	969.30 100.00	894.30 48.08	150.10 26.92	453.70 21.88	387.80 18.99	819.20<= 18.03	866.40 18.03	H: 1.31D N: 0.41600	NU: 32		D: U 232 *
819.90 100.00	BI 203 -----	819.90<= 100.00	898.20 55.50	825.20 54.40	1847.30 34.90	1033.30 28.00	1679.60 26.90	847.00 26.70	H: 11.80H N: *****	NU: 73		D: PB 203
820.61 8.00	TC 95M -----	204.12 100.00	582.07 55.00	835.13 45.00	766.18 15.00	820.61<= 8.00	765.80 6.00	1039.25 5.00	H: 60.00D N: *****	NU: 13		D: PD 95
821.10 22.46	TM 168 -----	198.20 100.00	815.90 95.97	447.40 47.02	184.20 33.01	741.30 24.18	720.30 23.42	821.10<= 22.46	H: 93.10D N: 0.52100	NU: 31		D: ER 168
822.20 27.00	RH 100 -----	539.40 100.00	2376.00 40.00	1552.50 28.00	822.20<= 27.00	1362.40 20.00	1106.30 18.00	445.50 15.80	H: 20.00H N: *****	NU: 31		D: RU 100
822.50 0.97	TC 100 -----	539.60 100.00	590.80 81.71	689.40 7.20	378.60 6.30	1512.20 6.27	822.50<= 0.97	1362.10 0.86	H: 17.00S N: 0.06670	NU: 20		D: RU 100
825.20 54.40	BI 203 -----	819.90 100.00	898.20 55.50	825.20<= 54.40	1847.30 34.90	1033.30 28.00	1679.60 26.90	847.00 26.70	H: 11.80H N: *****	NU: 73		D: PB 203
826.40 11.14	CU 60 -----	511.01 100.00	1332.50 47.45	1791.60 24.18	826.40<= 11.14	3124.40 2.57	1861.60 2.54	1035.10 1.91	H: 24.00H N: 1.84000	NU: 74		D: NT 60
826.55 100.00	ER 161 -----	826.55<= 100.00	211.15 44.88	592.65 5.40	76.23 4.86	314.76 4.11	94.13 2.00	864.90 1.98	H: 3.10H N: 0.61500	NU: 96		D: HO 161 *
826.90 0.24	SB 118 -----	511.01 100.00	1229.50 1.64	1267.00 0.38	528.20 0.25	826.90<= 0.24	1699.70 0.04	1172.90 0.03	H: 3.50H N: 1.51000	NU: 14		D: SN 118
827.50 41.00	TB 150M -----	638.00 100.00	650.40 70.00	438.40 42.00	827.50<= 41.00	343.10 25.00	496.30 23.50	566.50 22.00	H: 5.80H N: *****	NU: 18		D: GO 150
827.70 2.25	NB 90 -----	1129.10 100.00	2318.60 92.13	141.15 75.28	2186.20 20.11	132.60 4.94	1612.10 4.49	827.70<= 2.25	H: 14.60H N: 0.89000	NU: 12		D: ZR 90
828.90 37.50	CO 107 -----	511.01 100.00	828.90<= 37.50	796.00 14.46	422.60 7.14	898.00 2.68	1130.00 2.14	596.80 1.79	H: 6.50H N: 0.00560	NU: 16		D: AG 107P*
829.50 19.85	IR 188 -----	155.00 100.00	634.80 85.89	478.00 47.85	2214.60 38.34	312.00 23.93	1210.30 20.28	829.50<= 19.85	H: 41.5CH N: 0.32600	NU: 75		D: OS 188
831.00 10.00	PM 150 -----	334.00 100.00	1165.00 14.79	1331.00 14.79	716.00 12.96	831.00<= 10.00	402.00 6.48	877.00 6.06	H: 2.68H N: 0.71000	NU: 8		D: SP 150
832.00 99.30	PB 211 -----	404.90 100.00	832.00<= 99.30	427.00 45.00	766.40 18.50	704.50 12.60	1109.50 3.83	65.50 2.00	H: 36.1CH N: *****	NU: 30		D: BI 211 *
832.30 100.00	RH 96M -----	832.30<= 100.00	1097.80 29.00	1692.30 25.00	2164.10 12.00	2256.50 7.00	1907.50 5.00	2456.00 3.50	H: 1.45H N: *****	NU: 11		D: RU 96
832.30 100.00	RH 96 -----	684.60 100.00	832.30<= 100.00	630.70 78.00	741.20 32.00	1228.40 16.00	1164.40 6.20	1738.50 5.40	H: 9.50H N: *****	NU: 20		D: RU 96
833.30 3.60	NP 238 -----	984.30 100.00	1027.40 68.00	1025.90 36.80	923.70 10.00	1029.70 7.60	833.30<= 3.60	882.37 3.20	H: 50.8CH N: 0.25000	NU: 22		D: PU 238 *
833.50 5.13	GA 66 -----	511.01 100.00	1039.30 32.17	2752.00 20.00	833.50<= 5.13	2189.90 4.87	4295.80 2.96	1918.64 1.83	H: 9.30H N: 1.15000	NU: 61		D: ZN 66
833.62 6.64	AM 246M -----	1078.90 100.00	798.83 90.91	1062.07 62.73	1036.03 47.27	833.62<= 6.64	1085.10 5.64	734.46 4.27	H: 25.00H N: *****	NU: 80		D: CH 246
834.00 100.00	AS 72 -----	834.00<= 100.00	629.93 10.20	1464.00 1.43	1050.76 1.23	894.27 0.99	2105.90 0.93	2201.74 0.65	H: 26.00H N: *****	NU: 60		D: GE 72
834.00 10.00	AM 246 -----	679.00 100.00	205.00 68.00	153.50 48.00	756.00 25.00	834.00<= 10.00	99.20 9.00	781.00 7.50	H: 40.00H N: *****	NU: 11		D: CH 246 *
834.83 100.00	HN 54 -----	834.83<= 100.00							H: 312.70D N: 1.00000	NU: 1		D: CR 54
835.13 45.00	TC 95M -----	204.12 100.00	582.07 55.00	835.13<= 45.00	766.18 15.00	820.61 8.00	765.80 6.00	1039.25 5.00	H: 60.00D N: *****	NU: 13		D: PD 95
835.40 14.06	AG 102 -----	556.70 100.00	719.40 59.42	1522.70 27.54	1744.50 17.68	1581.60 14.06	835.40<= 14.06	1257.10 13.04	H: 13.00H N: *****	NU: 21		D: PD 102
837.90 20.30	PD 98 -----	112.40 100.00	663.90 52.80	106.80 32.80	837.90<= 30.30	661.70 30.00	67.70 14.10	174.40 10.70	H: 17.90H N: *****	NU: 10		D: RH 98 *
839.50 23.00	TL 190 -----	416.80 100.00	625.50 75.00	730.60 32.00	839.50<= 23.00	305.00 16.00			H: 3.40H N: *****	NU: 5		D: HG 190 *
841.00 12.00	IR 184 -----	264.30 100.00	120.20 45.00	390.60 38.50	961.10 19.00	841.00<= 12.00	1105.00 9.50	943.30 9.40	H: 3.20H N: *****	NU: 66		D: OS 184

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								HALF LIFE NU:NUMBER OF ENERGIES IN	DAUGHTER NU:NUMBER OF ENERGIES IN	NORMAL FACTOR TABLE 1
844.30 9.29	Y 92 -----	934.50 100.00	1405.40 34.29	561.10 17.14	448.50 16.43	844.30<= 9.29	912.80 4.50	492.60 3.50	H: 3.50H N: 0.14000	NU:19	D:ZR 92	
846.74 100.00	CO 56 -----	846.74<= 100.00	1238.28 69.94	511.01 48.48	1037.85 30.47	2598.57 16.90	1771.48 15.79	2034.90 7.82	H: 77.30D N: 0.98800	NU:45	D:FE 56	
847.00 26.70	BI 203 -----	819.90 100.00	898.20 55.50	825.20 54.40	1847.30 34.90	1033.30 28.00	1679.60 26.90	847.00<= 26.70	H: 11.8CH N: *****	NU:73	D:PB 203	
848.40 3.20	MN 52 -----	1434.40 100.00	744.20 85.00	935.60 84.00	511.01 55.00	1332.80 5.10	1247.00 4.70	848.40<= 3.20	H: 5.67D N: 1.00000	NU:14	D:CR 52	
849.70 93.00	TC 94 -----	916.20 100.00	849.70<= 93.00	870.90 93.00	702.60 93.00	511.01 20.60	449.00 2.50	531.60 1.10	H: 4.90H N: *****	NU:11	D:MO 94	
849.80 21.00	NB 96 -----	778.20 100.00	568.70 56.00	1091.40 51.00	460.10 26.80	849.80<= 21.00	1200.50 20.50	810.40 9.00	H: 23.50H N: *****	NU:20	D:MO 96	
849.80 18.50	TC 96M -----	778.30 100.00	1200.30 55.80	849.80<= 18.50	480.70 17.30	719.70 14.20	967.30 6.60	1498.30 6.31	H: 51.50H N: *****	NU:15	D:TC 96 *	
850.00 97.40	TC 96 -----	778.30 100.00	850.00<= 97.40	812.70 82.20	1126.90 14.40	314.40 2.29	316.40 1.68	1091.40 0.95	H: 4.30D N: 1.00000	NU:22	D:MO 96	
851.00 5.00	OS 183 -----	381.80 100.00	114.43 27.00	167.90 10.00	851.00<= 5.00	236.30 2.90	145.43 1.90	1162.70 1.50	H: 14.0CH N: *****	NU:37	D:RE 183 *	
853.00 70.00	HO 170M -----	932.00 100.00	853.00<= 70.00	182.00 67.00	889.00 57.00	1139.00 57.00	786.00 47.00	740.00 37.00	H: 2.90H N: *****	NU:10	D:HO 170 *	
857.90 11.00	AG 104 -----	555.80 100.00	767.60 72.00	941.60 27.00	925.90 14.00	857.90<= 11.00	785.70 10.00	1341.80 7.90	H: 69.2CH N: 1.00000	NU:37	D:PD 104	
860.26 100.00	YB 163 -----	860.26<= 100.00	63.58 69.60	123.21 19.90	326.05 17.20	1746.70 17.20	130.86 17.00	1908.10 15.30	H: 10.96H N: *****	NU:58	D:TY 163 *	
860.31 1.56	TM 164 -----	511.01 100.00	91.39 9.34	1154.63 2.33	768.92 1.99	208.08 1.65	860.31<= 1.56	1610.74 1.55	H: 2.00H N: 0.78200	NU:93	D:ER 164	
860.37 12.00	TL 208 -----	2614.60 100.00	583.06 86.00	510.80 23.00	860.37<= 12.00	277.35 6.90	763.13 1.80	252.60 0.80	H: 3.05H N: 1.00000	NU:16	D:PB 208	
861.70 0.33	SB 117 -----	158.50 100.00	511.01 5.75	861.70<= 0.33	1004.50 0.26	1021.00 0.11	1020.60 0.11	553.10 0.08	H: 2.80H N: 0.87000	NU:14	D:SN 117	
861.80 18.00	IN 106 -----	511.01 100.00	1716.50 87.00	632.80 67.00	225.20 66.00	861.80<= 18.00	998.50 6.00	1009.60 4.00	H: 5.38H N: *****	NU:33	D:CD 106	
863.94 0.64	CO 58 -----	810.74 100.00	511.01 31.16	863.94<= 0.64	1674.74 0.50				H: 71.3CD N: 0.99500	NU: 4	D:FE 58	
864.90 0.43	SE 73 -----	511.01 100.00	360.90 78.13	67.00 57.03	864.90<= 0.43	1110.80 0.15	901.10 0.12	764.40 0.11	H: 7.10H N: 1.28000	NU:20	D:AS 73 *	
864.90 1.98	ER 161 -----	826.55 100.00	211.15 44.88	592.65 5.40	76.23 4.86	314.76 4.11	94.13 2.00	864.90<= 1.98	H: 3.10H N: 0.61500	NU:96	D:HO 161 *	
866.40 18.03	PA 232 -----	969.30 100.00	894.30 48.08	150.10 26.92	453.70 21.88	387.80 18.99	819.20 18.03	866.40<= 18.03	H: 1.31D N: 0.41600	NU:32	D:U 232 *	
866.70 0.14	AG 111 -----	341.90 100.00	245.60 15.00	96.90 2.38	620.60 0.43	866.70<= 0.14	524.40 0.00		H: 7.45D N: 0.08000	NU: 6	D:CD 111	
870.90 93.00	TC 94 -----	916.20 100.00	849.70 93.00	870.90<= 93.00	702.60 93.00	511.01 20.60	449.00 2.50	531.60 1.10	H: 4.90H N: *****	NU:11	D:MO 94	
871.10 100.00	TC 94M -----	871.10<= 100.00	1522.00 5.90	1868.80 5.80	2740.00 3.80	993.10 2.60	3129.20 1.20	1196.20 0.90	H: 52.00H N: *****	NU:10	D:MO 94	
873.30 0.62	AG 106 -----	511.01 100.00	511.80 15.65	622.00 1.30	873.30<= 0.62	1050.10 0.54	616.00 0.40	1127.90 0.23	H: 24.0CH N: 1.24000	NU:13	D:PD 106	
874.81 8.06	OS 185 -----	646.11 100.00	874.81<= 8.06	880.27 6.65	717.42 5.37	592.07 1.66	162.70 0.81	234.20 0.60	H: 94.00D N: 0.78200	NU:11	D:RE 185	
875.70 0.08	CU 62 -----	511.01 100.00	1173.00 0.18	875.70<= 0.08	2301.00 0.02	1129.10 0.02	3369.90 0.01	2084.70 0.00	H: 9.75H N: 1.96000	NU:16	D:NI 62	
875.80 14.10	ER 163 -----	1113.50 100.00	436.10 58.20	439.90 56.30	297.80 23.50	875.80<= 14.10	339.80 6.81	614.30 6.81	H: 75.0CH N: *****	NU:24	D:HO 163 *	
877.00 6.06	PM 150 -----	334.00 100.00	1165.00 14.79	1331.00 14.79	716.00 12.96	831.00 10.00	402.00 6.48	877.00<= 6.06	H: 2.68H N: 0.71000	NU: 8	D:SM 150	
878.40 3.17	OS 183M -----	1102.10 100.00	1108.00 45.60	1034.80 12.70	878.40<= 3.17	484.70 3.17	954.80 2.15	400.00 1.52	H: 10.0CH N: *****	NU:39	D:RE 183 *	
880.27 6.65	OS 185 -----	646.11 100.00	874.81 8.06	880.27<= 6.65	717.42 5.37	592.07 1.66	162.70 0.81	234.20 0.60	H: 94.00D N: 0.78200	NU:11	D:RE 185	
880.30 1.88	J 126 -----	389.50 100.00	666.20 88.24	753.80 11.47	491.90 6.18	511.01 2.56	880.30<= 1.88	1420.20 0.85	H: 12.80D N: 0.34000	NU: 9	D:TE 126	

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN	D: DAUGHTER NU: NUMBER OF ENERGIES IN	N: NORMAL FACTOR TABLE 1
881.50 100.00	RB 84 -----	881.50<=	511.01 56.76	1897.40 10.81	1015.90 0.68					H: 34.50D N: 0.74000	NU: 4	D: KR 84
882.37 3.20	NP 238 -----	984.30 100.00	1027.40 68.00	1025.90 36.80	923.70 10.00	1029.70 7.60	833.30 3.60	882.37<=	3.20	H: 50.80H N: 0.25000	NU: 22	D: PU 238 *
884.50 0.04	BR 78 -----	511.01 100.00	613.90 7.61	694.80 0.05	1020.30 0.04	884.50<=	1720.60 0.03	1922.60 0.03		H: 6.50H N: 1.84000	NU: 20	D: SE 78
884.70 25.50	LU 168 -----	198.80 100.00	87.80 43.60	979.20 38.90	884.70<=	896.10 24.90	1164.70 21.10	1136.80 20.90		H: 7.00H N: *****	NU: 94	D: YB 168
885.80 1.40	PM 141 -----	511.01 100.00	1223.20 2.70	885.80<=	194.40 1.20	1344.30 0.76	622.00 0.59	1565.00 0.54		H: 20.90H N: *****	NU: 12	D: ND 141
887.00 0.05	AS 74 -----	511.01 100.00	595.83 98.02	634.78 24.71	608.43 0.94	1204.35 0.45	635.00 0.06	887.00<=	0.05	H: 17.90D N: 0.60700	NU: 15	D: GE 74
887.90 0.84	GA 67 -----	184.50 100.00	300.20 88.61	393.40 27.43	91.30 13.80	208.96 8.44	494.40 0.84	887.90<=	0.84	H: 78.00H N: 0.23700	NU: 7	D: ZN 67
889.00 57.00	HO 170H -----	932.00 100.00	853.00 70.00	182.00 67.00	889.00<=	1139.00 57.00	786.00 47.00	740.00 37.00		H: 2.90H N: *****	NU: 10	D: HO 170 *
889.50 20.00	LU 169 -----	960.30 100.00	191.30 95.00	1450.40 40.00	889.50<=	87.27 13.00	378.60 9.50	1184.50 9.10		H: 34.06H N: *****	NU: 95	D: Y 169 *
890.90 13.50	IR 182 -----	273.00 100.00	127.20 80.00	912.30 20.70	236.20 14.00	890.90<=	764.00 12.50	790.10 7.33		H: 15.00H N: *****	NU: 68	D: OS 182 *
893.41 5.57	BI 212 -----	727.15 100.00	1620.54 23.24	785.40 16.86	39.86 16.54	1078.62 8.16	893.41<=	452.80 5.35		H: 60.60H N: 0.18500	NU: 19	D: PO 212 *
893.60 13.80	GD 147 -----	229.25 100.00	396.02 53.10	929.10 33.10	370.00 27.10	766.00 18.20	893.60<=	1069.50 12.30		H: 35.00H N: *****	NU: 96	D: EU 147 *
894.00 0.46	CS 130 -----	511.01 100.00	536.00 4.37	686.10 0.51	894.00<=	1614.60 0.27	1687.30 0.20	1996.30 0.17		H: 29.10H N: *****	NU: 17	D: XE 130
894.27 0.99	AS 72 -----	834.00 100.00	629.93 10.20	1464.00 1.43	1050.76 1.23	894.27<=	2105.90 0.93	2201.74 0.65		H: 26.0CH N: *****	NU: 60	D: GE 72
894.30 48.08	PA 232 -----	969.30 100.00	894.30<=	150.10 26.92	453.70 21.88	387.80 18.99	819.20 18.03	866.40 18.03		H: 1.31D N: 0.41600	NU: 32	D: U 232 *
894.50 43.04	RE 184 -----	903.00 100.00	791.90 98.95	111.10 48.03	894.50<=	252.70 43.04	641.80 5.20	769.70 1.80		H: 38.00D N: 0.38100	NU: 17	D: W 184
895.00 11.80	PB 197H -----	385.60 100.00	222.40 17.90	773.00 13.80	895.00<=	695.00 10.20	375.30 8.93	957.00 7.32		H: 42.00H N: *****	NU: 17	D: TL 197 *
895.20 100.00	ER 173 -----	895.20<=	199.20 89.26	192.80 86.53	122.40 38.32	116.14 34.95	800.80 17.85	94.20 8.93		H: 1.40H N: 0.47500	NU: 8	D: TH 173 *
896.10 24.90	LU 168 -----	198.80 100.00	87.80 43.60	979.20 38.90	884.70 25.50	896.10<=	1164.70 21.10	1136.80 20.90		H: 7.00H N: *****	NU: 94	D: YB 168
896.60 15.77	HO 157 -----	86.50 100.00	341.10 65.38	280.00 40.38	193.40 36.92	272.20 18.08	188.10 16.15	896.60<=	15.77	H: 14.00H N: 0.26000	NU: 98	D: DY 157 *
897.02 91.95	Y 88 -----	1836.08 100.00	897.02<=	2734.17 0.62	511.01 0.40					H: 107.40D N: 0.99400	NU: 4	D: SR 88
897.30 0.16	BI 207 -----	569.67 100.00	1063.62 76.00	1770.22 7.50	897.30<=	0.16				H: 38.00A N: 0.97900	NU: 4	D: PB 207
897.60 1.36	IN 119H -----	311.30 100.00	1065.10 9.09	1249.60 6.82	1225.60 5.46	1163.70 4.63	897.60<=	920.60 1.18		H: 18.00H N: *****	NU: 8	D: SN 119
897.91 29.07	TM 164H -----	208.08 100.00	314.93 65.57	240.49 50.93	547.00 30.27	897.91<=	91.39 28.47	1364.60 27.87		H: 5.10H N: 0.18300	NU: 31	D: ER 164
898.00 2.68	CD 107 -----	511.01 100.00	828.90 37.50	796.00 14.46	422.60 7.14	898.00<=	1130.00 2.14	596.80 1.79		H: 6.50H N: 0.00560	NU: 16	D: AG 107H*
898.20 55.50	BI 203 -----	819.90 100.00	898.20<=	825.20 54.40	1847.30 34.90	1033.30 28.00	1679.60 26.90	847.00 26.70		H: 11.80H N: *****	NU: 73	D: PB 203
898.69 38.63	PA 230 -----	951.98 100.00	918.52 55.36	898.69<=	443.80 38.20	508.20 24.89	398.00 14.14	518.55 14.06		H: 17.50D N: 0.04660	NU: 43	D: U 230 *
899.10 100.00	BI 204 -----	899.10<=	374.40 80.40	984.00 57.20	911.90 26.20	670.50 10.50	439.80 3.58	791.10 2.95		H: 11.20H N: *****	NU: 99	D: PB 204
899.60 5.00	XE 123 -----	148.90 100.00	178.10 30.50	330.20 17.50	511.01 8.09	1093.40 5.70	899.60<=	1113.10 3.20		H: 2.10H N: *****	NU: 99	D: J 123 *
900.60 100.00	LU 172 -----	900.60<=	372.50 79.37	809.90 71.03	1093.40 69.60	528.22 59.84	410.31 53.65	697.20 36.90		H: 6.70D N: *****	NU: 78	D: YB 172
901.10 0.12	SE 73 -----	511.01 100.00	360.00 78.13	67.00 57.03	864.90 0.43	1110.80 0.15	901.10<=	764.40 0.11		H: 7.10H N: 1.28000	NU: 20	D: AS 73 *

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H:HALF LIFE NU:NUMBER OF ENERGIES IN TABLE 1	D:DAUGHTER	N:NORMAL FACTOR
903.00 100.00	RE 184 -----	903.00<= 100.00	791.90 98.95	111.10 48.03	894.50 43.04	252.70 7.01	641.80 5.20	769.70 1.80	H: 38.00D N: 0.38100	NU:17	D:W 184
903.20 9.20	AT 209 -----	545.10 100.00	781.90 94.00	790.30 74.00	195.10 25.90	239.00 13.50	903.20<= 9.20	551.30 6.50	H: 5.30H N: *****	NU:39	D:PD 209 *
905.10 5.00	DY 155 -----	226.94 100.00	90.32 23.09	511.01 7.35	1088.90 6.10	999.20 5.53	184.53 5.51	905.10<= 5.00	H: 9.60H N: 0.68000	NU:98	D:TB 155 *
908.90 1.63	IN 121H -----	60.10 100.00	1041.20 5.50	1102.20 4.50	321.00 2.50	1120.40 2.50	908.90<= 1.63	2803.80 0.55	H: 3.76H N: *****	NU:11	D:SN 121 *
909.10 100.00	Y 89H -----	909.10<= 100.00							H: 15.80S N: 0.99000	NU: 1	D:Y 89
909.20 100.00	ZR 89 -----	909.20<= 100.00	511.01 44.27	1712.60 0.82	1744.50 0.13	1657.30 0.11	1620.80 0.07		H: 78.40H N: 0.99400	NU: 6	D:Y 89
911.10 100.00	AC 228 -----	911.10<= 100.00	568.90 59.90	338.40 42.40	964.60 19.90	794.80 16.30	462.80 15.90	270.00 13.00	H: 6.13H N: *****	NU:95	D:TH 228 *
911.30 12.40	SM 141H -----	156.60 100.00	431.80 54.40	777.40 27.30	1786.40 14.70	1490.30 12.50	911.30<= 12.40	1145.10 11.70	H: 22.10H N: *****	NU:47	D:PM 141 *
911.80 29.90	PD 207 -----	992.30 100.00	742.60 48.40	911.80<= 29.90	405.70 16.80	1148.30 10.20	687.60 3.37	345.20 3.31	H: 5.70H N: *****	NU:39	D:BI 207 *
911.90 26.20	BI 204 -----	899.10 100.00	374.40 80.40	984.00 57.20	911.90<= 26.20	670.50 10.50	439.80 3.58	791.10 2.95	H: 11.20H N: *****	NU:99	D:PB 204
912.00 53.57	PM 148 -----	550.20 100.00	1465.10 78.57	912.00<= 53.57	611.10 4.64				H: 5.40D N: 0.28000	NU: 4	D:SM 148
912.30 20.70	IR 182 -----	273.00 100.00	127.20 80.00	912.30<= 20.70	236.20 14.00	890.90 13.50	764.00 12.50	790.10 7.33	H: 15.00H N: *****	NU:68	D:OS 182 *
912.80 4.50	Y 92 -----	934.50 100.00	1405.40 34.29	561.10 17.14	448.50 16.43	844.30 9.29	912.80<= 4.50	492.60 3.50	H: 3.50H N: 0.14000	NU:19	D:ZR 92
912.82 100.00	IR 187 -----	912.82<= 100.00	400.90 82.70	610.86 78.20	977.40 60.90	177.60 54.60	987.20 54.30	187.40 35.60	H: 11.00H N: *****	NU:88	D:OS 187
915.40 21.74	PM 148H -----	550.20 100.00	629.90 95.65	725.70 34.78	915.40<= 21.74	1013.80 21.74	414.10 19.57	288.00 13.04	H: 41.80D N: 0.92000	NU:13	D:SM 148
916.20 100.00	TC 94 -----	916.20<= 100.00	849.70 93.00	870.90 93.00	702.60 93.00	511.01 20.60	449.00 2.50	531.60 1.10	H: 4.90H N: *****	NU:11	D:PD 94
918.20 100.00	Y 94 -----	918.20<= 100.00	1139.10 20.00	550.10 8.40	1668.60 6.20	750.50 4.60	381.80 3.20	1915.61 2.80	H: 19.40H N: 0.50000	NU:15	D:ZR 94
918.52 55.36	PA 230 -----	951.98 100.00	918.52<= 55.36	898.69 38.63	443.80 38.20	508.20 24.89	398.00 14.14	518.55 14.06	H: 17.50D N: 0.04660	NU:43	D:U 230 *
919.10 3.88	GA 64 -----	511.01 100.00	992.20 22.96	3366.90 8.16	809.40 7.14	1387.80 6.63	2195.60 6.12	919.10<= 3.88	H: 2.60H N: 1.96000	NU:29	D:ZN 64
920.60 1.18	IN 119H -----	311.30 100.00	1065.10 9.09	1249.60 6.82	1225.60 5.46	1163.70 4.63	897.60 1.36	920.60<= 1.18	H: 18.00H N: *****	NU: 8	D:SN 119
920.90 100.00	RE 184H -----	920.90<= 100.00	216.40 11.30	317.60 8.10	536.50 4.90	384.00 4.05	1174.10 1.10	1110.20 0.65	H:165.00D N: *****	NU: 7	D:RE 184 *
923.70 10.00	NP 238 -----	984.30 100.00	1027.40 68.00	1025.90 36.80	923.70<= 10.00	1029.70 7.60	833.30 3.60	882.37 3.20	H: 50.80H N: 0.25000	NU:22	D:PU 238 *
924.24 5.20	PR 140 -----	1596.50 100.00	306.90 37.00	751.80 6.00	924.24<= 5.20	2521.70 2.78	1420.30 1.80	2348.30 1.63	H: 3.40H N: *****	NU:17	D:CE 140
925.30 100.00	IN 121 -----	925.30<= 100.00	657.70 6.00	260.00 4.30					H: 25.00S N: *****	NU: 3	D:SN 121 *
925.90 14.00	AG 104 -----	555.80 100.00	767.60 72.00	941.60 27.00	925.90<= 14.00	857.90 11.00	785.70 10.00	1341.80 7.90	H: 69.20H N: 1.00000	NU:37	D:PD 104
928.40 1.18	V 48 -----	511.01 100.00	983.40 98.04	1311.90 97.06	944.20 8.73	2240.10 2.35	928.40<= 1.18	1437.60 0.12	H: 15.57D N: 1.02000	NU: 9	D:TI 48
929.10 33.10	GD 147 -----	229.25 100.00	356.02 53.10	929.10<= 33.10	370.00 27.10	766.00 18.20	893.60 13.80	1069.50 12.30	H: 35.00H N: *****	NU:96	D:EU 147 *
930.00 51.09	HO 162 -----	185.00 100.00	511.01 97.83	80.00 84.78	930.00<= 51.09	1220.00 46.74	283.00 32.61		H: 15.00H N: 0.09200	NU: 6	D:DY 162
932.00 100.00	HO 170H -----	932.00<= 100.00	853.00 70.00	182.00 67.00	889.00 57.00	1139.00 57.00	786.00 47.00	740.00 37.00	H: 2.90H N: *****	NU:10	D:HO 170 *
933.20 6.73	IR 186 -----	296.90 100.00	434.60 46.10	773.10 13.10	636.20 7.70	767.30 7.19	584.40 6.73	933.20<= 6.73	H: 15.00H N: *****	NU:82	D:OS 186
934.50 100.00	Y 92 -----	934.50<= 100.00	1405.40 34.29	561.10 17.14	448.50 16.43	844.30 9.29	912.80 4.50	492.60 3.50	H: 3.50H N: 0.14000	NU:19	D:ZR 92

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN	D: DAUGHTER TABLE 1	N: NORMAL FACTOR
935.60 84.00	MN 52 -----	1434.40 100.00	744.20 85.00	935.60<= 84.00	511.01 55.00	1332.80 5.10	1247.00 4.70	848.40 3.20	H: 5.67D N: 1.00000	NU: 14	D: CR 52	
937.20 37.30	HO 162H -----	185.00 100.00	1220.00 78.40	282.90 39.30	937.20<= 37.30	80.70 31.10	1319.60 7.26	1124.90 4.07	H: 68.00H N: *****	NU: 42	D: HO 162	
937.40 4.34	RH 99H -----	340.60 100.00	511.01 34.38	1260.70 24.22	618.00 20.78	1209.10 20.00	937.40<= 4.34	528.40 2.95	H: 4.70H N: 0.64000	NU: 29	D: RU 99	
937.50 100.00	IN 110H -----	937.50<= 100.00	706.80 46.00	641.60 38.00	997.50 15.00	581.60 10.00	584.20 10.00	461.00 8.00	H: 4.90H N: *****	NU: 42	D: CO 110	
941.40 7.30	AM 238 -----	962.70 100.00	561.10 39.00	605.20 27.00	1577.50 11.00	357.70 8.10	941.40<= 7.30	1266.30 6.20	H: 1.90H N: *****	NU: 23	D: PU 238 *	
941.50 29.47	HG 28 -----	30.64 100.00	1342.00 72.63	399.80 32.63	941.50<= 29.47				H: 21.10H N: 0.95000	NU: 4	D: AL 28 *	
941.50 7.10	HO 90 -----	257.34 100.00	122.37 82.55	511.01 63.21	203.10 8.17	445.40 7.75	162.93 7.66	941.50<= 7.10	H: 5.70H N: 0.79100	NU: 23	D: NB 90 *	
941.60 27.00	AG 104 -----	555.80 100.00	767.60 72.00	941.60<= 27.00	925.90 14.00	857.90 11.00	785.70 10.00	1341.80 7.90	H: 69.20H N: 1.00000	NU: 37	D: PD 104	
943.30 9.40	IR 184 -----	264.30 100.00	120.20 45.00	390.60 38.50	961.10 19.00	841.00 12.00	1105.00 9.50	943.30<= 9.40	H: 3.20H N: *****	NU: 66	D: CS 184	
944.00 0.09	IN 119 -----	763.10 100.00	1214.80 0.47	697.80 0.37	1273.00 0.19	944.00<= 0.09			H: 2.30H N: *****	NU: 5	D: SN 119	
944.20 8.73	V 48 -----	511.01 100.00	983.40 98.04	1311.90 97.06	944.20<= 8.73	2240.10 2.35	928.40 1.18	1437.60 0.12	H: 15.97D N: 1.02000	NU: 9	D: TI 48	
947.80 0.20	TC 95 -----	765.80 100.00	1074.10 4.00	947.80<= 0.20	605.00 0.10				H: 20.00H N: *****	NU: 4	D: PO 95	
947.87 0.20	HO 92H -----	1477.20 100.00	684.70 92.00	263.10 53.00	1364.70 0.94	113.90 0.70	947.87<= 0.20		H: 6.90H N: *****	NU: 6	D: PO 93 *	
951.98 100.00	PA 230 -----	951.98<= 100.00	918.52 55.36	898.69 38.63	443.80 38.20	508.20 24.89	398.00 14.14	518.55 14.06	H: 17.50D N: 0.04660	NU: 43	D: U 230 *	
953.60 6.30	RE 181 -----	365.50 100.00	360.70 21.00	639.00 11.00	953.60<= 6.30	1000.20 5.90	805.20 5.50	661.80 5.20	H: 19.00H N: *****	NU: 99	D: K 181 *	
954.80 2.15	OS 183H -----	1102.10 100.00	1108.00 45.60	1034.80 12.70	878.40 3.17	484.70 3.17	954.80<= 2.15	400.00 1.52	H: 10.00H N: *****	NU: 39	D: RE 183 *	
955.80 1.81	AT 210 -----	1181.40 100.00	245.30 80.00	1483.30 46.80	1436.70 29.20	1599.50 13.50	955.80<= 1.81	817.20 1.72	H: 8.30H N: 1.00000	NU: 59	D: PO 210 *	
957.00 7.32	PB 197H -----	385.60 100.00	222.40 17.90	773.00 13.80	895.00 11.80	695.00 10.20	375.30 8.93	957.00<= 7.32	H: 42.00H N: *****	NU: 17	D: TL 197 *	
959.70 0.11	TL 202 -----	439.40 100.00	520.30 1.09	959.70<= 0.11					H: 12.20D N: 0.91900	NU: 3	D: HG 202	
960.30 100.00	LU 169 -----	960.30<= 100.00	191.30 95.00	1450.40 40.00	889.50 20.00	87.27 13.00	378.60 9.50	1184.50 9.10	H: 34.06H N: *****	NU: 95	D: Y 169 *	
960.70 100.00	PB 202H -----	960.70<= 100.00	422.12 93.50	786.99 54.31	657.49 35.36	490.47 10.00	459.72 9.40	389.94 6.74	H: 3.62H N: 0.93500	NU: 17	D: PB 202 *	
961.10 3.80	CO 105 -----	510.80 100.00	2300.80 46.00	961.10<= 3.80	1301.80 3.80	606.60 3.80	347.10 3.20	1692.90 3.10	H: 55.00H N: *****	NU: 89	D: AG 105 *	
961.10 19.00	IR 184 -----	264.30 100.00	120.20 45.00	390.60 38.50	961.10<= 19.00	841.00 12.00	1105.00 9.50	943.30 9.40	H: 3.20H N: *****	NU: 66	D: OS 184	
962.00 3.74	ZN 63 -----	511.01 100.00	669.70 47.74	962.00<= 3.74	1411.90 0.41	450.00 0.13	1391.60 0.08	1123.70 0.07	H: 37.85H N: 1.86000	NU: 47	D: CU 63 *	
962.70 100.00	AM 238 -----	962.70<= 100.00	561.10 39.00	605.20 27.00	1577.50 11.00	357.70 8.10	941.40 7.30	1266.30 6.20	H: 1.90H N: *****	NU: 23	D: PU 238 *	
964.60 19.90	AC 228 -----	911.10 100.00	968.90 59.90	338.40 42.40	964.60<= 19.90	794.80 16.30	462.80 15.90	270.00 13.00	H: 6.13H N: *****	NU: 95	D: TH 228 *	
966.00 14.00	PR 134 -----	409.00 100.00	639.00 36.00	557.00 22.00	966.00<= 14.00	383.00 8.00			H: 17.00H N: *****	NU: 5	D: CE 134 *	
967.30 6.60	TC 96H -----	773.30 100.00	1200.30 55.80	849.80 18.50	480.70 17.30	719.70 14.20	967.30<= 6.60	1498.30 6.31	H: 51.50H N: *****	NU: 15	D: TC 96 *	
968.00 59.90	AC 228 -----	911.10 100.00	968.90<= 59.90	338.40 42.40	964.60 19.90	794.80 16.30	462.80 15.90	270.00 13.00	H: 6.13H N: *****	NU: 95	D: TH 228 *	
969.30 100.00	PA 232 -----	969.30<= 100.00	894.30 48.08	150.10 26.92	453.70 21.88	387.80 18.99	819.20 18.03	866.40 18.03	H: 1.31D N: 0.41600	NU: 32	D: U 232 *	
970.00 1.21	ZN 61 -----	511.01 100.00	475.20 8.09	1660.50 3.74	970.00<= 1.21	1185.40 0.81	690.40 0.81	1997.10 0.61	H: 86.00S N: 1.98000	NU: 47	D: CU 61 *	

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN	D: DAUGHTER NU: NUMBER OF ENERGIES IN	N: NORMAL FACTOR TABLE I
974.00 0.00	TI 45 -----	511.01 100.00	719.60 0.09	1408.10 0.05	1660.90 0.02	425.00 0.01	1236.50 0.01	974.00<= 0.00	H: 3.08H N: 1.68000	NU: 13	D: SC 45
974.10 4.80	TB 152 -----	344.30 100.00	511.01 20.00	586.30 15.00	271.10 14.00	778.90 8.90	411.10 6.30	974.10<= 4.80	H: 17.50H N: *****	NU: 94	D: GD 152
976.00 35.00	J 120H -----	560.00 100.00	601.00 100.00	614.00 81.00	976.00<= 35.00	1348.00 26.00	1405.00 20.00	1443.00 12.00	H: 40.00H N: *****	NU: 11	D: TE 120
977.40 60.90	IR 187 -----	912.82 100.00	400.90 82.70	610.86 78.20	977.40<= 60.90	177.60 54.60	987.20 54.30	187.40 35.60	H: 11.00H N: *****	NU: 88	D: OS 187
979.20 38.90	LU 168 -----	198.80 100.00	87.80 43.60	979.20<= 38.90	884.70 25.50	896.10 24.90	1164.70 21.10	1136.80 20.90	H: 7.00H N: *****	NU: 94	D: YB 168
983.40 98.04	V 48 -----	511.01 100.00	983.40<= 98.04	1311.90 97.06	944.20 8.73	2240.10 2.35	928.40 1.18	1437.60 0.12	H: 15.97D N: 1.02000	NU: 9	D: TI 48
983.50 100.00	SC 48 -----	983.50<= 100.00	1312.10 100.00	1037.50 100.00	175.40 6.00	1212.60 2.20			H: 1.84D N: 1.00000	NU: 5	D: TI 48
984.00 1.50	SB 118H -----	1229.50 100.00	1050.80 98.00	253.90 93.00	511.01 32.00	41.00 18.00	1091.80 2.40	984.00<= 1.50	H: 5.10H N: 0.01000	NU: 8	D: SN 118
984.00 24.00	ND 139H -----	114.00 100.00	511.01 100.00	984.00<= 24.00	740.00 21.00	327.00 20.00	708.00 14.00		H: 5.50H N: *****	NU: 6	D: ND 139 *
984.00 57.20	BI 204 -----	899.10 100.00	374.40 80.40	984.00<= 57.20	911.90 26.20	670.50 10.50	439.80 3.58	791.10 2.95	H: 11.20H N: *****	NU: 99	D: PB 204
984.30 100.00	HP 238 -----	984.30<= 100.00	1027.40 68.00	1025.90 36.80	923.70 10.00	1029.70 7.60	833.30 3.60	882.37 3.20	H: 50.80H N: 0.25000	NU: 122	D: PU 238 *
985.30 83.00	LU 170 -----	2041.40 100.00	1279.80 96.00	84.26 85.00	985.30<= 83.00	1054.00 59.70	2125.60 59.00	1364.10 48.00	H: 2.02D N: *****	NU: 99	D: YB 170
985.80 4.07	CL 39 -----	1267.20 100.00	250.30 87.04	1517.40 70.37	1091.00 4.81	985.80<= 4.07	1561.60 0.57	1312.10 0.54	H: 56.20H N: 0.54000	NU: 11	D: AR 39 *
987.10 30.00	IR 186H -----	137.10 100.00	767.30 67.00	630.30 62.00	296.90 46.00	773.10 40.00	987.10<= 30.00	636.20 22.00	H: 1.70H N: *****	NU: 8	D: OS 186
987.20 54.30	IR 187 -----	912.82 100.00	400.90 82.70	610.86 78.20	977.40 60.90	177.60 54.60	987.20<= 54.30	187.40 35.60	H: 11.00H N: *****	NU: 88	D: OS 187
987.56 53.40	BI 205 -----	703.40 100.00	1764.27 93.10	987.56<= 53.40	1043.66 23.90	1861.69 17.50	579.78 16.80	570.58 13.20	H: 15.31D N: *****	NU: 79	D: PB 205 *
989.10 0.19	SB 120 -----	511.01 100.00	1171.50 4.12	704.00 0.45	989.10<= 0.19				H: 15.50H N: 1.02000	NU: 4	D: SN 120
989.90 1.00	K 43 -----	372.90 100.00	617.30 87.00	397.00 14.00	593.30 13.00	220.00 5.80	1021.80 2.70	989.90<= 1.00	H: 22.20H N: *****	NU: 12	D: CA 43
991.70 16.00	LU 174H -----	1241.50 100.00	991.70<= 16.00	272.90 15.00	175.90 13.00	1264.00 0.48	1318.00 0.42		H: 140.00D N: *****	NU: 6	D: LU 174 *
992.20 22.96	GA 64 -----	511.01 100.00	992.20<= 22.96	3366.90 8.16	809.40 7.14	1387.80 6.63	2195.60 6.12	919.10 3.88	H: 2.60H N: 1.96000	NU: 129	D: ZN 64
992.30 100.00	PD 207 -----	992.30<= 100.00	742.60 48.40	911.80 29.90	405.70 16.80	1148.30 10.20	687.60 3.37	345.20 3.31	H: 5.70H N: *****	NU: 139	D: BI 207 *
993.10 2.60	TC 94H -----	871.10 100.00	1522.00 5.90	1868.80 5.80	2740.00 3.80	993.10<= 2.60	3120.20 1.20	1196.20 0.90	H: 52.00H N: *****	NU: 110	D: MC 94
997.50 15.00	IN 110H -----	937.50 100.00	706.80 46.00	641.60 38.00	997.50<= 15.00	581.60 10.00	584.20 10.00	461.00 8.00	H: 4.90H N: *****	NU: 42	D: CD 110
998.50 6.00	IN 106 -----	511.01 100.00	1716.50 87.00	632.80 67.00	225.20 66.00	861.80 18.00	998.50<= 6.00	1009.60 4.00	H: 5.38H N: *****	NU: 133	D: CD 106
999.20 5.53	DY 155 -----	226.94 100.00	90.32 23.09	511.01 7.35	1088.90 6.10	999.20<= 5.53	184.53 5.51	905.10 5.00	H: 9.60H N: 0.68000	NU: 98	D: TB 155 *
1000.20 5.90	RE 181 -----	365.50 100.00	360.70 21.00	639.00 11.00	953.60 6.30	1000.20<= 5.90	805.20 5.50	661.80 5.20	H: 19.00H N: *****	NU: 99	D: H 181 *
1000.70 3.79	PR 136 -----	511.01 100.00	552.20 63.33	540.00 44.09	1092.30 15.76	461.00 7.35	1000.70<= 3.79	1602.70 3.18	H: 13.10H N: 0.66000	NU: 168	D: CF 136
1001.20 100.00	PA 234H -----	1001.20<= 100.00	766.60 34.30	743.00 9.50	257.90 8.00	786.40 5.75	1738.20 2.00	1831.50 1.83	H: 1.18H N: *****	NU: 163	D: U 234
1004.50 0.26	SB 117 -----	158.50 100.00	511.01 5.75	861.70 0.33	1004.50<= 0.26	1021.00 0.11	1020.60 0.11	553.10 0.08	H: 2.80H N: 0.87000	NU: 14	D: SN 117
1009.60 4.00	IN 106 -----	511.01 100.00	1716.50 87.00	632.80 67.00	225.20 66.00	861.80 18.00	998.50 6.00	1009.60<= 4.00	H: 5.38H N: *****	NU: 133	D: CD 106
1013.80 21.74	PM 148H -----	550.20 100.00	629.90 95.65	725.70 24.78	915.40 21.74	1013.80<= 21.74	414.10 19.57	288.00 13.04	H: 41.80D N: 0.92000	NU: 113	D: SP 148

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
										NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I		
1015.70 10.00	EU 142 -----	768.20 100.00	556.80 94.00	1022.90 94.00	1015.70<= 10.00	563.90 10.00				H: 1.20H N: *****	NU: 5	D: SP 142 *
1015.90 0.68	RB 84 -----	881.50 100.00	511.01 56.76	1897.40 10.81	1015.90<= 0.68					H: 34.50D N: 0.74000	NU: 4	D: KR 84
1016.50 32.83	AS 68 -----	511.01 100.00	1016.50<= 32.83	762.60 11.62	651.20 11.62	1778.70 10.61	613.50 2.78	1263.50 1.82		H: 159.00S N: 1.98000	NU: 21	D: GE 68 *
1020.30 0.04	BR 78 -----	511.01 100.00	613.90 7.61	694.80 0.05	1020.30<= 0.04	884.50 0.04	1720.60 0.03	1922.60 0.03		H: 6.50H N: 1.84000	NU: 20	D: SE 78
1020.60 0.11	SB 117 -----	158.50 100.00	511.01 5.75	861.70 0.33	1004.50 0.26	1021.00 0.11	1020.60<= 0.11	553.10 0.08		H: 2.80H N: 0.87000	NU: 14	D: SN 117
1021.00 0.11	SB 117 -----	158.50 100.00	511.01 5.75	861.70 0.33	1004.50 0.26	1021.00<= 0.11	1020.60 0.11	553.10 0.08		H: 2.80H N: 0.87000	NU: 14	D: SN 117
1021.80 2.70	K 43 -----	372.90 100.00	617.30 87.00	397.00 14.00	593.30 13.00	220.00 5.80	1021.80<= 2.70	989.90 1.00		H: 22.20H N: *****	NU: 12	D: CA 43
1022.90 94.00	EU 142 -----	768.20 100.00	556.80 94.00	1022.90<= 94.00	1015.70 10.00	563.90 10.00				H: 1.20H N: *****	NU: 5	D: SM 142 *
1023.30 97.10	SB 120H -----	197.30 100.00	1171.70 98.00	1023.30<= 97.10	89.80 83.30	1113.40 0.88				H: 5.80D N: *****	NU: 5	D: SN 120
1025.90 36.80	NP 238 -----	984.30 100.00	1027.40 68.00	1025.90<= 36.80	923.70 10.00	1029.70 7.60	833.30 3.60	882.37 3.20		H: 50.80H N: 0.25000	NU: 22	D: PU 238 *
1026.30 100.00	PB 200 -----	1026.30<= 100.00	462.00 63.00	419.60 53.00	245.00 22.00	493.60 7.60	545.70 4.60	810.20 4.20		H: 21.50H N: *****	NU: 10	D: TL 200 *
1027.40 68.00	NP 238 -----	984.30 100.00	1027.40<= 68.00	1025.90 36.80	923.70 10.00	1029.70 7.60	833.30 3.60	882.37 3.20		H: 50.80H N: 0.25000	NU: 22	D: PU 238 *
1028.00 0.40	J 130H -----	536.08 100.00	586.10 8.73	1615.00 3.83	1122.00 1.22	1028.00<= 0.40	1966.00 0.39	1380.00 0.30		H: 8.82H N: 0.15800	NU: 14	D: J 130 *
1029.00 7.42	Y 85 -----	232.00 100.00	2123.00 25.93	768.00 20.00	1404.00 15.43	2173.00 11.13	1220.00 7.60	1029.00<= 7.42		H: 4.90H N: 0.22100	NU: 28	D: SR 85 *
1029.70 7.60	NP 238 -----	984.30 100.00	1027.40 68.00	1025.90 36.80	923.70 10.00	1029.70<= 7.60	833.30 3.60	882.37 3.20		H: 50.80H N: 0.25000	NU: 22	D: PU 238 *
1031.00 11.49	LA 132 -----	464.00 100.00	567.00 20.54	193.00 14.86	1909.00 12.57	663.00 11.76	1031.00<= 11.49	540.00 8.78		H: 4.50H N: 0.74000	NU: 99	D: BA 132
1032.80 1.29	MO 91H -----	652.80 100.00	1507.60 43.64	1208.00 34.87	2240.70 1.62	2238.50 1.53	1032.80<= 1.29	1082.30 0.87		H: 1.02H N: 0.45600	NU: 10	D: MO 91 *
1033.30 28.00	BI 203 -----	819.90 100.00	898.20 55.50	825.20 54.40	1847.30 34.90	1033.30<= 28.00	1679.60 26.90	847.00 26.70		H: 11.80H N: *****	NU: 73	D: PB 203
1034.80 12.70	OS 183H -----	1102.10 100.00	1108.00 45.60	1034.80<= 12.70	878.40 3.17	484.70 3.17	954.80 2.15	400.00 1.52		H: 10.00H N: *****	NU: 39	D: RE 183 *
1035.10 1.91	CU 60 -----	511.01 100.00	1332.50 47.45	1791.60 24.18	826.40 11.14	3124.40 2.57	1861.60 2.54	1035.10<= 1.91		H: 24.00H N: 1.84000	NU: 74	D: NT 60
1036.03 47.27	AM 246H -----	1078.90 100.00	798.83 90.91	1062.07 62.73	1036.03<= 47.27	833.62 6.64	1085.10 5.64	734.46 4.27		H: 25.00H N: *****	NU: 80	D: CM 246
1037.50 98.00	SC 48 -----	983.50 100.00	1312.10 100.00	1037.50<= 98.00	175.40 6.00	1212.60 2.20				H: 1.84D N: 1.00000	NU: 5	D: TI 48
1037.85 30.47	CO 56 -----	846.74 100.00	1238.28 69.94	511.01 48.48	1037.85<= 30.47	2598.57 16.90	1771.48 15.79	2034.90 7.82		H: 77.30D N: 0.98800	NU: 45	D: FE 56
1038.10 100.00	PR 138H -----	738.90 100.00	1038.10<= 100.00	302.60 81.70	511.01 63.00	390.90 6.05	547.80 5.22	635.90 1.78		H: 2.10H N: *****	NU: 51	D: CE 138
1039.25 5.00	TC 95H -----	204.12 100.00	582.07 55.00	835.13 45.00	786.18 15.00	820.61 8.00	765.80 6.00	1039.25<= 5.00		H: 60.00D N: *****	NU: 13	D: MO 95
1039.30 32.17	GA 66 -----	511.01 100.00	1039.30<= 32.17	2752.00 20.00	833.50 5.13	2189.90 4.87	4295.80 2.96	1918.64 1.83		H: 9.30H N: 1.15000	NU: 61	D: ZN 66
1039.60 51.00	AS 70 -----	511.01 100.00	1039.60<= 51.00	744.00 12.97	668.20 12.97	1114.40 12.97	1707.90 11.00	595.20 10.00		H: 53.00H N: 0.80200	NU: 67	D: GE 70
1041.20 5.50	IN 121H -----	60.10 100.00	1041.20<= 5.50	1102.20 4.50	321.00 2.50	1120.40 2.50	908.90 1.63	2803.80 0.55		H: 3.76H N: *****	NU: 11	D: SN 121 *
1043.66 23.90	BI 205 -----	703.40 100.00	1764.27 93.10	987.56 53.40	1043.66<= 23.90	1861.69 17.50	579.78 16.80	570.58 13.20		H: 15.31D N: *****	NU: 79	D: PB 205 *
1043.90 30.00	AG 106H -----	511.01 100.00	450.60 31.00	717.20 30.00	1043.90<= 30.00	747.50 22.00	615.10 22.00	429.00 17.00		H: 8.50D N: *****	NU: 34	D: PD 106
1046.40 0.16	NI 57 -----	1377.70 100.00	511.01 97.47	127.10 18.99	1919.50 18.99	1757.70 8.35	1046.40<= 0.16	2804.00 0.13		H: 35.94H N: 0.79000	NU: 19	D: CO 57 *

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE N: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER N: NORMAL FACTOR	
1046.59 35.79	RH 102H -----	475.06 100.00	631.29 58.95	697.49 46.32	766.84 35.79	1046.59<= 35.79	418.50 9.89	628.05 8.74	H: 2.90A N: 0.95000	NU:15	D:RU 102	
1046.70 36.05	RH 106H -----	511.70 100.00	1046.70<= 36.05	716.60 33.72	450.80 27.91	616.10 23.60	748.50 22.09	1529.40 20.93	H: 2.20H N: 0.86000	NU:38	D:PD 106	
1047.70 54.00	TL 193 -----	324.20 100.00	1047.70<= 54.00	344.10 44.00	676.20 41.00	335.30 27.00	284.60 22.00	207.80 21.00	H: 21.60H N: *****	NU: 7	D:HG 193 *	
1048.10 81.00	CS 136 -----	818.48 100.00	1048.10<= 81.00	340.60 45.00	1235.41 20.00	66.90 14.00	176.75 13.00	273.76 13.00	H: 13.00D N: 1.00000	NU:15	D:BA 136	
1050.10 0.54	AG 106 -----	511.01 100.00	511.80 15.65	622.00 1.30	873.30 0.62	1050.10<= 0.54	616.00 0.40	1127.90 0.23	H: 24.00H N: 1.24000	NU:13	D:PD 106	
1050.76 1.23	AS 72 -----	834.00 100.00	629.93 10.20	1464.00 1.43	1050.76<= 1.23	894.27 0.99	2105.90 0.93	2201.74 0.65	H: 26.00H N: *****	NU:60	D:GE 72	
1050.80 98.00	SB 118H -----	1229.50 100.00	1050.80<= 98.00	253.90 93.00	511.01 32.00	41.00 18.00	1091.80 2.40	984.00 1.50	H: 5.10H N: 0.01000	NU: 8	D:SN 118	
1054.00 59.70	LU 170 -----	2041.40 100.00	1279.80 96.00	84.26 85.00	985.30 83.00	1054.00<= 59.70	2125.60 59.00	1364.10 48.00	H: 2.02D N: *****	NU:99	D:YB 170	
1057.90 4.40	AU 190 -----	296.00 100.00	302.00 33.00	597.90 12.40	319.30 6.50	441.50 5.25	1441.20 4.50	1057.90<= 4.40	H: 39.00H N: *****	NU:65	D:PT 190	
1062.07 62.73	AH 246H -----	1078.90 100.00	798.83 90.91	1062.07<= 62.73	1036.03 47.27	833.62 6.64	1085.10 5.64	734.46 4.27	H: 25.00H N: *****	NU:80	D:CM 246	
1062.90 100.00	BI 198 -----	1062.90<= 100.00	562.00 66.00	197.40 62.00	317.50 37.00				H: 11.80H N: *****	NU: 4	D:PB 198	
1063.62 76.00	BI 207 -----	569.67 100.00	1063.62<= 76.00	1770.22 7.50	897.30 0.16				H: 38.00A N: 0.97900	NU: 4	D:PB 207	
1065.00 21.00	TB 156 -----	534.10 100.00	199.20 61.00	1222.10 46.00	88.93 29.00	1067.00 21.00	1065.00<= 21.00	356.39 19.00	H: 5.10D N: *****	NU:44	D:GD 156	
1065.10 9.09	IN 119H -----	311.30 100.00	1065.10<= 9.09	1249.60 6.82	1225.60 5.46	1163.70 4.63	897.60 1.36	920.60 1.18	H: 18.00H N: *****	NU: 8	D:SN 119	
1067.00 21.00	TB 156 -----	534.10 100.00	199.20 61.00	1222.10 46.00	88.93 29.00	1067.00<= 21.00	1065.00 21.00	356.39 19.00	H: 5.10D N: *****	NU:44	D:GD 156	
1069.50 12.30	GD 147 -----	229.25 100.00	396.02 53.10	929.10 33.10	370.00 27.10	766.00 18.20	893.60 13.80	1069.50<= 12.30	H: 35.00H N: *****	NU:96	D:EU 147 *	
1072.00 100.00	HF 171 -----	1072.00<= 100.00	662.00 76.00	123.00 50.00	469.00 42.00	347.00 40.00	295.00 35.00	137.00 23.50	H: 12.00H N: *****	NU:14	D:LU 171 *	
1074.10 4.00	TC 95 -----	765.80 100.00	1074.10<= 4.00	947.80 0.20	605.00 0.10				H: 20.00H N: *****	NU: 4	D:MO 95	
1076.00 100.00	Y 86 -----	1076.00<= 100.00	1153.00 36.59	627.70 35.37	1920.00 30.49	778.50 25.61	1854.50 21.95	442.00 21.95	H: 14.74H N: 0.82000	NU:78	D:SR 86	
1077.10 13.80	TB 148 -----	783.40 100.00	511.00 44.00	489.10 29.50	1077.10<= 13.80	631.10 13.30	1860.10 6.52	1401.40 2.50	H: 70.00H N: *****	NU:59	D:GD 148 *	
1077.50 1.98	GA 68 -----	511.01 100.00	1077.50<= 1.98	1883.50 0.08	1261.30 0.05	805.70 0.05	165.90 0.04	578.40 0.02	H: 68.30H N: 1.76000	NU: 9	D:ZN 68	
1078.62 8.16	BI 212 -----	727.15 100.00	1620.54 23.24	785.40 16.86	39.86 16.54	1078.62<= 8.16	893.41 5.57	452.80 5.35	H: 60.60H N: 0.18500	NU:19	D:PO 212 *	
1078.90 100.00	AH 246H -----	1078.90<= 100.00	798.83 90.91	1062.07 62.73	1036.03 47.27	833.62 6.64	1085.10 5.64	734.46 4.27	H: 25.00H N: *****	NU:80	D:CP 246	
1082.30 0.87	MO 91H -----	652.80 100.00	1507.60 43.64	1208.00 34.87	2240.70 1.62	2238.50 1.53	1022.80 1.29	1082.30<= 0.87	H: 1.02H N: 0.45600	NU:10	D:MO 91 *	
1083.90 5.45	AU 188 -----	265.60 100.00	339.90 23.50	605.60 14.60	405.00 8.20	670.40 7.35	532.90 5.49	1083.90<= 5.45	H: 8.00H N: *****	NU:96	D:PT 188 *	
1085.10 5.64	AH 246H -----	1078.90 100.00	798.83 90.91	1062.07 62.73	1036.03 47.27	833.62 6.64	1085.10<= 5.64	734.46 4.27	H: 25.00H N: *****	NU:80	D:CM 246	
1087.66 0.19	AU 198 -----	411.79 100.00	675.87 1.06	1087.66<= 0.19					H: 64.71H N: 0.95500	NU: 3	D:HG 198	
1088.90 6.10	OY 155 -----	226.94 100.00	90.32 23.09	511.01 7.35	1088.90<= 6.10	999.20 5.53	184.53 5.51	905.10 5.00	H: 9.60H N: 0.68000	NU:98	D:TB 155 *	
1091.00 4.81	CL 39 -----	1267.20 100.00	250.30 87.04	1517.40 70.37	1091.00<= 4.81	985.80 4.07	1561.60 0.57	1312.10 0.54	H: 56.20H N: 0.54000	NU:11	D:AR 39 *	
1091.30 0.17	AU 196 -----	355.70 100.00	332.90 26.60	426.00 7.66	1091.30<= 0.17	758.90 0.05	521.30 0.04	393.40 0.01	H: 6.18D N: 0.94000	NU:16	D:PT 196	
1091.40 51.00	NB 96 -----	778.20 100.00	568.70 56.00	1091.40<= 51.00	460.10 26.80	849.80 21.00	1200.50 20.50	810.40 9.00	H: 23.50H N: *****	NU:20	D:MO 96	

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE 1	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
1091.40 0.95	TC 96 -----	778.30 100.00	850.00 97.40	812.70 82.20	1126.90 14.40	314.40 2.29	316.40 1.68	1091.40<= 0.95	H: 4.30D N: 1.00000	NU: 22	D: MO 96	
1091.80 2.40	SB 118M -----	1229.50 100.00	1050.80 98.00	253.90 93.00	511.01 32.00	41.00 18.00	1091.80<= 2.40	984.00 1.50	H: 5.10H N: 0.01000	NU: 8	D: SN 118	
1092.30 15.76	PR 136 -----	511.01 100.00	552.20 63.33	540.00 44.09	1092.30<= 15.76	461.00 7.35	1000.70 3.79	1602.70 3.18	H: 13.1CM N: 0.66000	NU: 68	D: CE 136	
1093.40 5.70	XE 123 -----	148.90 100.00	178.10 30.50	330.20 17.50	511.01 8.09	1093.40<= 5.70	899.60 5.00	1113.10 3.20	H: 2.1CH N: *****	NU: 99	D: J 123 *	
1093.40 69.60	LU 172 -----	900.60 100.00	372.50 79.37	809.90 71.03	1093.40<= 69.60	528.22 59.84	410.31 53.65	697.20 36.90	H: 6.7CD N: *****	NU: 78	D: YB 172	
1095.50 4.50	AS 71 -----	174.90 100.00	1095.50<= 4.50	499.90 3.70	326.80 3.30	526.60 0.87	1139.30 0.83	391.40 0.67	H: 64.00H N: *****	NU: 72	D: GE 71 *	
1096.90 31.43	RU 95 -----	336.40 100.00	511.01 42.86	1096.90<= 31.43	626.84 25.71	1178.80 7.57	806.40 6.00	1182.00 5.71	H: 1.65H N: 0.70000	NU: 138	D: TC 95 *	
1097.80 29.00	RH 96M -----	832.30 100.00	1097.80<= 29.00	1692.30 25.00	2164.10 12.00	2256.50 7.00	1907.50 5.00	2456.00 3.50	H: 1.45H N: *****	NU: 11	D: RU 96	
1098.00 48.60	MN 50 -----	511.01 100.00	1098.00<= 48.60	783.30 47.15	1443.30 32.55	1282.40 15.55	661.50 11.80	1944.50 1.84	H: 1.75M N: 2.00C00	NU: 15	D: CR 50	
1102.10 100.00	OS 183M -----	1102.10<= 100.00	1108.00 45.60	1034.80 12.70	878.40 3.17	484.70 3.17	954.80 2.15	400.00 1.52	H: 10.00H N: *****	NU: 39	D: RE 183 *	
1102.20 4.50	IN 121M -----	60.10 100.00	1041.20 5.50	1102.20<= 4.50	321.00 2.50	1120.40 2.50	908.90 1.63	2803.80 0.55	H: 3.76M N: *****	NU: 11	D: SN 121 *	
1103.16 6.30	RH 102 -----	475.06 100.00	511.01 54.35	628.05 9.78	468.58 6.30	1103.16<= 6.30	556.60 4.35	680.66 1.26	H: 206.0CD N: 0.46000	NU: 25	D: RU 102	
1105.00 9.50	IR 184 -----	264.30 100.00	120.20 45.00	390.60 38.50	961.10 19.00	841.00 12.00	1105.00<= 9.50	943.30 9.40	H: 3.2CH N: *****	NU: 66	D: CS 184	
1106.11 25.40	TA 178 -----	511.01 100.00	1350.55 56.00	1340.84 48.80	1106.11<= 25.40	1402.87 22.90	1496.10 12.90	1183.40 7.92	H: 9.30M N: *****	NU: 28	D: HF 178	
1106.30 18.00	RH 100 -----	539.40 100.00	2376.00 40.00	1552.50 28.00	822.20 27.00	1362.40 20.00	1106.30<= 18.00	445.50 15.80	H: 20.00H N: *****	NU: 31	D: RU 100	
1107.60 0.87	SI 33 -----	1647.70 100.00	1431.40 15.00	2539.00 9.60	416.30 8.70	1107.60<= 0.87	691.30 0.43		H: 6.30S N: *****	NU: 6	D: P 33 *	
1108.00 45.60	OS 183M -----	1102.10 100.00	1108.00<= 45.60	1034.80 12.70	878.40 3.17	484.70 3.17	954.80 2.15	400.00 1.52	H: 10.00H N: *****	NU: 39	D: RE 183 *	
1109.50 3.83	PB 211 -----	404.90 100.00	832.00 99.30	427.00 45.00	766.40 18.50	704.50 12.60	1109.50<= 3.83	65.50 2.00	H: 36.10M N: *****	NU: 30	D: BI 211 *	
1110.20 0.65	RE 184M -----	920.90 100.00	216.40 11.30	317.60 8.10	536.50 4.90	384.00 4.05	1174.10 1.10	1110.20<= 0.65	H: 165.00D N: *****	NU: 7	D: RE 184 *	
1110.80 0.15	SE 73 -----	511.01 100.00	360.90 78.13	67.00 57.03	864.90 0.43	1110.80<= 0.15	901.10 0.12	764.40 0.11	H: 7.10H N: 1.28000	NU: 20	D: AS 73 *	
1113.10 3.20	XE 123 -----	148.90 100.00	178.10 30.50	330.20 17.50	511.01 8.09	1093.40 5.70	899.60 5.00	1113.10<= 3.20	H: 2.10H N: *****	NU: 99	D: J 123 *	
1113.40 0.88	SB 120M -----	197.30 100.00	1171.70 98.00	1023.30 97.10	89.80 83.30	1113.40<= 0.88			H: 5.80D N: *****	NU: 5	D: SN 120	
1113.50 100.00	ER 163 -----	1113.50<= 100.00	436.10 58.20	439.90 56.30	297.80 23.50	875.80 14.10	339.80 6.81	614.30 6.81	H: 75.0CM N: *****	NU: 24	D: HO 163 *	
1114.40 12.97	AS 70 -----	511.01 100.00	1039.60 51.00	744.00 12.97	668.20 12.97	1114.40<= 12.97	1707.90 11.00	595.20 10.00	H: 53.0CM N: 0.80200	NU: 67	D: GE 70	
1120.40 2.50	IN 121M -----	60.10 100.00	1041.20 5.50	1102.20 4.50	321.00 2.50	1120.40<= 2.50	908.90 1.63	2803.80 0.55	H: 3.76M N: *****	NU: 11	D: SN 121 *	
1120.40 32.56	RA 226 -----	609.40 100.00	351.99 81.40	295.22 41.86	1764.70 39.53	1120.40<= 32.56	241.92 17.21	1238.20 14.88	H: 160.01E N: 0.43000	NU: 62	D: RN 222 *	
1122.00 1.22	J 130M -----	536.08 100.00	586.10 8.73	1615.00 3.83	1122.00<= 1.22	1028.00 0.40	1966.00 0.39	1380.00 0.30	H: 8.82M N: 0.15800	NU: 14	D: J 130 *	
1123.70 0.07	ZN 63 -----	511.01 100.00	669.70 47.74	962.00 3.74	1411.90 0.41	450.00 0.13	1391.60 0.08	1123.70<= 0.07	H: 37.85M N: 1.86000	NU: 47	D: CU 63 *	
1124.90 4.07	HO 162M -----	185.00 100.00	1220.00 78.40	282.90 39.30	937.20 37.30	80.70 31.10	1319.60 7.26	1124.90<= 4.07	H: 68.0CM N: *****	NU: 42	D: HO 162	
1125.00 0.33	AG 110 -----	657.70 100.00	815.50 0.85	1125.90<= 0.33	295.90 0.17	1674.90 0.15	1764.40 0.13	1474.50 0.10	H: 24.60S N: 0.04500	NU: 12	D: CD 110	
1126.80 16.67	NO 141 -----	511.01 100.00	1126.80<= 16.67	1147.50 6.67	1292.60 5.00	1298.60 5.00	146.60 3.33		H: 2.60H N: 0.06000	NU: 6	D: PR 141	

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
										NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I		
1126.90 14.40	TC 96 -----	778.30 100.00	850.00 97.40	812.70 92.20	1126.90<= 14.40	314.40 2.29	316.40 1.68	1091.40 0.95	H: 4.30D N: 1.00000	NU: 22	D: PO 96	
1127.90 0.23	AG 106 -----	511.01 100.00	511.80 15.65	622.00 1.30	873.30 0.62	1050.10 0.54	616.00 0.40	1127.90<= 0.23	H: 24.00H N: 1.24000	NU: 13	D: PD 106	
1128.99 16.00	CO 62M -----	1173.02 100.00	2301.96 19.00	1128.99<= 16.00	1985.00 2.80	2345.80 1.30	3158.40 1.00	1886.30 0.50	H: 1.40H N: *****	NU: 9	D: NI 62	
1129.10 0.02	CU 62 -----	511.01 100.00	1173.00 0.18	875.70 0.08	2301.00 0.02	1129.10<= 0.02	3369.90 0.01	2084.70 0.00	H: 9.75H N: 1.96000	NU: 16	D: NI 62	
1129.10 100.00	HB 90 -----	1129.10<= 100.00	2318.60 92.13	141.15 75.28	2186.20 20.11	132.60 4.94	1612.10 4.49	827.70 2.25	H: 14.60H N: 0.89000	NU: 12	D: ZR 90	
1130.00 1.56	AL 26 -----	511.01 100.00	1809.00 62.38	1130.00<= 1.56	2938.00 0.15				H: 6.40S N: 1.60000	NU: 4	D: PG 26	
1130.00 2.14	CO 107 -----	511.01 100.00	828.90 37.50	796.00 14.46	422.60 7.14	898.00 2.68	1130.00<= 2.14	596.80 1.79	H: 6.50H N: 0.00560	NU: 16	D: AG 107M*	
1135.60 0.52	CS 132 -----	667.50 100.00	464.50 1.92	629.80 1.04	505.80 0.82	1135.60<= 0.52	511.01 0.37	566.90 0.25	H: 6.47D N: 0.99000	NU: 14	D: XE 132	
1136.80 20.90	LU 168 -----	198.80 100.00	87.80 43.60	979.20 38.90	884.70 25.50	896.10 24.90	1164.70 21.10	1136.80<= 20.90	H: 7.00H N: *****	NU: 94	D: YB 168	
1139.00 57.00	HO 170M -----	932.00 100.00	853.00 70.00	182.00 67.00	889.00 57.00	1139.00<= 57.00	786.00 47.00	740.00 37.00	H: 2.90H N: *****	NU: 10	D: HO 170 *	
1139.10 20.00	Y 94 -----	918.20 100.00	1139.10<= 20.00	550.10 8.40	1668.60 6.20	750.50 4.60	381.80 3.20	1915.61 2.80	H: 19.40H N: 0.50000	NU: 15	D: ZR 94	
1139.30 0.83	AS 71 -----	174.90 100.00	1095.50 4.50	499.90 3.70	326.80 3.30	526.60 0.87	1139.30<= 0.83	391.40 0.67	H: 64.00H N: *****	NU: 72	D: GE 71 *	
1141.70 9.00	RB 78 -----	455.60 100.00	103.10 66.00	663.80 30.00	726.00 10.00	1141.70<= 9.00			H: 6.00H N: *****	NU: 5	D: KR 78	
1145.10 11.70	SM 141M -----	196.60 100.00	431.80 54.40	777.40 27.30	1786.40 14.70	1490.30 12.50	911.30 12.40	1145.10<= 11.70	H: 22.10H N: *****	NU: 47	D: PM 141 *	
1147.50 6.67	ND 141 -----	511.01 100.00	1126.80 16.67	1147.50<= 6.67	1292.60 5.00	1298.60 5.00	146.60 3.33		H: 2.60H N: 0.06000	NU: 6	D: PR 141	
1148.30 10.20	PO 207 -----	992.30 100.00	742.60 48.40	911.80 29.90	405.70 16.80	1148.30<= 10.20	687.60 3.37	345.20 3.31	H: 5.70H N: *****	NU: 39	D: BI 207 *	
1148.80 7.00	IN 109 -----	203.30 100.00	623.80 7.10	1148.80<= 7.00	426.20 5.30	650.10 3.80	1622.50 3.00	614.00 2.80	H: 4.30H N: *****	NU: 55	D: CO 109 *	
1152.00 3.09	SN 111 -----	511.01 100.00	1152.00<= 3.09	761.00 1.89	1914.00 1.89	1610.00 1.39	1541.00 0.90	2099.00 0.46	H: 35.50H N: 0.54000	NU: 9	D: IN 111 *	
1152.40 0.90	AL 29 -----	1273.50 100.00	2425.70 6.04	2027.80 3.74	1152.40<= 0.90	754.50 0.24	397.90 0.03	1795.70 0.02	H: 6.60H N: 0.91000	NU: 8	D: SI 29	
1153.00 36.59	Y 86 -----	1076.00 100.00	1153.00<= 36.59	627.70 35.37	1920.00 30.49	778.50 25.61	1854.50 21.95	442.00 21.95	H: 14.74H N: 0.82000	NU: 78	D: SR 86	
1153.00 100.00	TB 147 -----	1153.00<= 100.00	139.80 44.93	694.50 40.80	511.01 13.47	119.70 8.93	554.90 5.07	2684.00 4.53	H: 24.00H N: 0.75000	NU: 18	D: GD 147 *	
1154.63 2.33	TM 164 -----	511.01 100.00	91.39 9.34	1154.63<= 2.33	768.92 1.99	208.08 1.65	860.31 1.56	1610.74 1.55	H: 2.00H N: 0.78200	NU: 93	D: ER 164	
1157.00 3.14	SC 44M -----	271.19 100.00	1157.00<= 3.14						H: 2.44D N: 0.86000	NU: 2	D: SC 44 *	
1157.00 50.00	SC 44 -----	511.01 100.00	1157.00<= 50.00	1499.60 0.43	2656.60 0.11				H: 3.90H N: 1.88000	NU: 4	D: CA 44	
1157.25 12.83	J 130 -----	536.08 100.00	668.46 97.49	739.45 82.06	418.00 31.86	1157.25<= 12.83	586.10 1.54	696.06 0.92	H: 12.30H N: 0.99800	NU: 24	D: XE 130	
1159.30 100.00	TA 176 -----	1159.30<= 100.00	201.84 24.36	1224.90 23.17	1584.00 22.02	710.49 21.33	1696.50 19.50	1823.60 18.72	H: 8.00H N: 0.21900	NU: 99	D: HF 176	
1160.00 0.16	ZP 87 -----	511.01 100.00	1228.00 2.30	1210.00 0.73	793.00 0.36	1202.00 0.25	2220.00 0.23	1160.00<= 0.16	H: 1.60H N: 1.65000	NU: 15	D: Y 87M*	
1162.70 1.50	OS 183 -----	381.80 100.00	114.43 27.00	167.90 10.00	851.00 5.00	236.30 2.90	145.43 1.90	1162.70<= 1.50	H: 14.00H N: *****	NU: 37	D: RE 183 *	
1163.50 71.00	CO 62 -----	1173.02 100.00	1163.50<= 71.00	2003.90 19.00	1719.10 7.10	2104.90 6.40	777.80 2.00	2302.00 1.90	H: 13.50H N: *****	NU: 12	D: NI 62	
1163.70 4.63	IN 119M -----	311.30 100.00	1065.10 9.09	1249.60 6.82	1225.60 5.46	1163.70<= 4.63	897.60 1.36	920.60 1.18	H: 18.00H N: *****	NU: 8	D: SN 119	
1164.40 6.20	RH 96 -----	684.60 100.00	832.30 100.00	630.70 78.00	741.20 32.00	1228.40 16.00	1164.40<= 6.20	1738.50 5.40	H: 5.50H N: *****	NU: 20	D: RU 96	

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE N: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE 1	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
1164.40 4.80	RH 98 -----	652.60 100.00	745.40 5.60	1817.00 5.00	1164.40<= 4.80	762.30 1.80	1414.90 1.20	597.70 0.80		H: 8.30H N: *****	NU: 7	D: RU 98
1164.70 21.10	LU 168 -----	158.80 100.00	87.80 43.60	979.20 38.90	884.70 25.50	896.10 24.90	1164.70<= 21.10	1136.80 20.90		H: 7.00H N: *****	NU: 94	D: YB 168
1165.00 14.79	PH 150 -----	334.00 100.00	1165.00<= 14.79	1331.00 14.79	716.00 12.96	831.00 10.00	402.00 6.48	877.00 6.06		H: 2.68H N: 0.71000	NU: 8	D: SM 150
1171.50 4.12	SB 120 -----	511.01 100.00	1171.50<= 4.12	704.00 0.45	989.10 0.19					H: 15.90H N: 1.02000	NU: 4	D: SN 120
1171.70 98.00	SB 120H -----	197.30 100.00	1171.70<= 98.00	1023.30 97.10	89.80 83.30	1113.40 0.88				H: 5.80D N: *****	NU: 5	D: SN 120
1172.90 0.03	SB 118 -----	511.01 100.00	1229.50 1.64	1267.00 0.38	528.20 0.25	826.90 0.24	1699.70 0.04	1172.90<= 0.03		H: 3.50H N: 1.51000	NU: 14	D: SN 118
1173.00 0.18	CU 62 -----	511.01 100.00	1173.00<= 0.18	875.70 0.08	2301.00 0.02	1129.10 0.02	3369.90 0.01	2084.70 0.00		H: 9.75H N: 1.96000	NU: 16	D: NI 62
1173.02 100.00	CO 62H -----	1173.02<= 100.00	2301.96 19.00	1128.99 16.00	1985.00 2.80	2345.80 1.30	3158.40 1.00	1886.30 0.50		H: 1.40H N: *****	NU: 9	D: NI 62
1173.02 100.00	CO 62 -----	1173.02<= 100.00	1163.50 71.00	2003.00 19.00	1718.10 7.10	2104.90 6.40	777.80 2.00	4302.00 1.80		H: 17.10H N: *****	NU: 12	D: NI 62
1174.10 1.10	RE 184H -----	920.90 100.00	216.40 11.30	317.60 8.10	536.50 4.90	384.00 4.05	1174.10<= 1.10	1110.20 0.65		H: 165.00D N: *****	NU: 7	D: RE 184 *
1177.50 12.00	CL 34H -----	511.01 100.00	146.50 45.00	2128.50 38.00	1177.50<= 12.00	3305.00 12.00				H: 32.00H N: 1.00000	NU: 5	D: CL 34 *
1178.80 7.57	RU 95 -----	336.40 100.00	511.01 42.86	1096.90 31.43	626.84 25.71	1178.80<= 7.57	806.40 6.00	1182.00 5.71		H: 1.65H N: 0.70000	NU: 38	D: TC 95 *
1181.40 100.00	AT 210 -----	1181.40<= 100.00	245.30 80.00	1483.30 46.80	1436.70 29.20	1599.50 13.50	955.80 1.81	817.20 1.72		H: 8.30H N: 1.00000	NU: 59	D: PO 210 *
1182.00 5.71	RU 95 -----	336.40 100.00	511.01 42.86	1096.90 31.43	626.84 25.71	1178.80 7.57	806.40 6.00	1182.00<= 5.71		H: 1.65H N: 0.70000	NU: 38	D: TC 95 *
1183.40 7.92	TA 178 -----	511.01 100.00	1350.55 56.00	1340.84 48.80	1106.11 25.40	1402.87 22.90	1496.10 12.90	1183.40<= 7.92		H: 9.30H N: *****	NU: 28	D: HF 178
1184.50 9.10	LU 169 -----	960.30 100.00	191.30 95.00	1450.40 40.00	889.50 20.00	87.27 13.00	378.60 9.50	1184.50<= 9.10		H: 34.06H N: *****	NU: 95	D: Y 169 *
1185.00 3.00	CU 61 -----	511.01 100.00	263.00 10.83	656.01 8.00	67.60 3.58	1185.00<= 3.00	373.60 1.58	588.60 1.00		H: 3.35H N: 1.20000	NU: 25	D: NI 61
1185.40 0.81	ZN 61 -----	511.01 100.00	475.20 8.08	1660.50 3.74	970.00 1.21	1185.40<= 0.81	690.40 0.81	1997.10 0.61		H: 86.00S N: 1.98000	NU: 47	D: CU 61 *
1196.20 0.90	TC 94H -----	871.10 100.00	1522.00 5.90	1868.80 5.80	2740.00 3.80	993.10 2.60	3129.20 1.20	1196.20<= 0.90		H: 52.00H N: *****	NU: 10	D: PO 94
1200.30 55.80	TC 96H -----	778.30 100.00	1200.30<= 55.80	849.80 18.50	480.70 17.30	719.70 14.20	967.30 6.60	1498.30 6.31		H: 51.50H N: *****	NU: 15	D: TC 96 *
1200.50 20.50	NB 96 -----	778.20 100.00	568.70 58.00	1451.40 91.00	460.10 26.80	849.80 21.00	1200.50<= 20.50	1190.40 9.00		H: 23.50H N: *****	NU: 20	D: MC 96
1200.50 9.60	YL 198 -----	411.70 100.00	636.80 13.40	675.90 12.80	2040.90 11.00	1200.50<= 9.60	1420.30 9.10	1311.90 4.90		H: 5.3CH N: *****	NU: 65	D: HG 198
1202.00 0.25	ZR 87 -----	511.01 100.00	1228.00 2.30	1210.00 0.73	793.00 0.36	1202.00<= 0.25	2220.00 0.23	1160.00 0.16		H: 1.60H N: 1.65000	NU: 15	D: Y 87*
1202.00 1.30	J 120 -----	561.00 100.00	1526.00 20.00	2455.00 16.00	2565.00 14.00	641.00 12.00	601.00 7.40	1202.00<= 1.30		H: 1.35H N: *****	NU: 7	D: TE 120
1204.35 0.45	AS 74 -----	511.01 100.00	595.83 98.02	634.78 24.71	608.43 0.94	1204.35<= 0.45	635.00 0.06	887.00 0.05		H: 17.90D N: 0.60700	NU: 15	D: GE 74
1205.00 100.00	NB 91H -----	1205.00<= 100.00	104.50 55.59							H: 62.00D N: 0.03400	NU: 2	D: NB 91 *
1205.87 7.09	TA 174 -----	206.62 100.00	511.01 78.27	1205.87<= 7.09	1359.40 3.24	1227.10 2.94	1358.10 2.17	310.82 2.14		H: 1.20H N: 0.61200	NU: 97	D: HF 174
1208.00 34.87	MO 91H -----	652.80 100.00	1507.60 43.64	1208.00<= 34.87	2240.70 1.62	2238.50 1.53	1032.80 1.29	1082.30 0.87		H: 1.02H N: 0.45600	NU: 10	D: PO 91 *
1209.10 20.00	RH 99H -----	340.60 100.00	511.01 34.38	1260.70 24.22	618.00 20.78	1209.10<= 20.00	937.40 4.34	528.40 2.95		H: 4.70H N: 0.64000	NU: 29	D: RU 99
1210.00 0.73	ZR 87 -----	511.01 100.00	1228.00 2.30	1210.00<= 0.73	793.00 0.36	1202.00 0.25	2220.00 0.23	1160.00 0.16		H: 1.60H N: 1.65000	NU: 15	D: Y 87*
1210.30 20.28	IR 188 -----	155.00 100.00	634.80 85.89	478.00 47.85	2214.60 38.34	312.00 23.93	1210.30<= 20.28	829.50 19.85		H: 41.50H N: 0.32600	NU: 75	D: CS 188

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN	D: DAUGHTER NU: NUMBER OF ENERGIES IN	N: NORMAL FACTOR TABLE I
1210.90 4.10	LA 134 -----	605.20 100.00	1554.80 16.00	1424.70 8.20	1732.10 7.40	1483.60 6.40	563.00 6.00	1210.90<= 4.10	H: 6.70H N: *****	NU: 133	D: BA 134
1212.60 2.20	SC 48 -----	983.50 100.00	1312.10 100.00	1037.50 98.00	175.40 6.00	1212.60<= 2.20			H: 1.84D N: 1.00000	NU: 5	D: TI 48
1214.80 0.47	IN 119 -----	763.10 100.00	1214.80<= 0.47	697.80 0.37	1273.00 0.19	944.00 0.09			H: 2.3CH N: *****	NU: 5	D: SN 119
1216.20 6.00	AU 186 -----	191.50 100.00	298.60 41.00	765.40 17.00	415.50 13.70	798.70 8.60	607.20 8.50	1216.20<= 6.00	H: 12.00H N: *****	NU: 161	D: PT 186 *
1216.30 6.84	BR 76 -----	511.01 100.00	559.40 52.63	657.00 10.53	1852.50 10.53	1216.30<= 6.84	2949.00 4.96	2793.40 4.21	H: 16.00H N: 1.33000	NU: 99	D: SE 76
1220.00 7.60	Y 85 -----	232.00 100.00	2123.00 25.93	768.00 20.00	1404.00 15.43	2173.00 11.13	1220.00<= 7.60	1029.00 7.42	H: 4.90H N: 0.22100	NU: 128	D: SR 85 *
1220.00 78.40	HO 162H -----	185.00 100.00	1220.00<= 78.40	282.90 39.30	937.20 37.30	80.70 31.10	1319.60 7.26	1124.90 4.07	H: 68.00H N: *****	NU: 142	D: HO 162
1220.00 46.74	HO 162 -----	185.00 100.00	511.01 97.83	80.00 84.78	930.00 51.09	1220.00<= 46.74	283.00 32.61		H: 15.00H N: 0.09200	NU: 6	D: DY 162
1222.10 46.00	TB 156 -----	534.10 100.00	199.20 61.00	1222.10<= 46.00	88.93 29.00	1067.00 21.00	1065.00 21.00	356.39 19.00	H: 5.10D N: *****	NU: 144	D: GD 156
1223.20 2.70	PM 141 -----	511.01 100.00	1223.20<= 2.70	885.80 1.40	194.40 1.20	1344.30 0.76	622.00 0.59	1565.00 0.54	H: 20.90H N: *****	NU: 112	D: ND 141
1224.90 23.17	TA 176 -----	1159.30 100.00	201.84 24.36	1224.90<= 23.17	1584.00 22.02	710.49 21.33	1696.50 19.50	1823.60 18.72	H: 8.00H N: 0.21800	NU: 99	D: HF 176
1225.60 5.46	IN 119H -----	311.30 100.00	1065.10 9.09	1249.60 6.82	1225.60<= 5.46	1163.70 4.63	897.60 1.36	920.60 1.18	H: 18.00H N: *****	NU: 8	D: SN 119
1227.10 2.94	TA 174 -----	206.62 100.00	511.01 78.27	1205.87 7.09	1359.40 3.24	1227.10<= 2.94	1358.10 2.17	310.82 2.14	H: 1.20H N: 0.61200	NU: 97	D: HF 174
1228.00 2.30	ZR 87 -----	511.01 100.00	1228.00<= 2.30	1210.00 0.73	793.00 0.36	1202.00 0.25	2220.00 0.23	1160.00 0.16	H: 1.60H N: 1.65000	NU: 15	D: Y 87**
1228.40 16.00	RH 96 -----	684.60 100.00	832.30 100.00	630.70 78.00	741.20 32.00	1228.40<= 16.00	1164.40 6.20	1738.50 5.40	H: 9.50H N: *****	NU: 20	D: RU 96
1229.50 100.00	SB 118H -----	1229.50<= 100.00	1050.80 98.00	253.90 93.00	511.01 32.00	41.00 18.00	1091.80 2.40	984.00 1.50	H: 5.10H N: 0.01000	NU: 8	D: SN 118
1229.50 1.64	SB 118 -----	511.01 100.00	1229.50<= 1.64	1267.00 0.38	528.20 0.25	826.90 0.24	1699.70 0.04	1172.90 0.03	H: 3.50H N: 1.51000	NU: 14	D: SN 118
1235.41 20.00	CS 136 -----	818.48 100.00	1048.10 81.00	340.60 45.00	1235.41<= 20.00	66.90 14.00	176.75 13.00	273.76 13.00	H: 13.00D N: 1.00000	NU: 15	D: BA 136
1236.50 0.01	TI 45 -----	511.01 100.00	719.60 0.09	1408.10 0.05	1660.90 0.02	425.00 0.01	1236.50<= 0.01	974.00 0.00	H: 3.08H N: 1.68000	NU: 13	D: SC 45
1238.20 14.88	RA 226 -----	609.40 100.00	351.99 81.40	295.22 41.86	1764.70 39.53	1120.40 32.56	241.92 17.21	1238.20<= 14.88	H: 160.01E N: 0.43000	NU: 62	D: RN 222 *
1238.28 69.94	CO 56 -----	846.74 100.00	1238.28<= 69.94	511.01 48.48	1037.85 30.47	2598.57 16.90	1771.48 15.79	2034.90 7.82	H: 77.30D N: 0.98800	NU: 45	D: FE 56
1238.80 4.26	AG 104H -----	555.80 100.00	1238.80<= 4.26	2276.70 2.62	1781.80 2.30	785.70 2.13	1720.80 1.97	2139.20 1.80	H: 33.5CH N: 0.61000	NU: 38	D: PD 104
1241.00 1.48	HG 195H -----	56.70 100.00	261.75 98.40	560.24 16.30	387.93 4.88	200.35 2.06	1241.00<= 1.48	525.80 1.15	H: 40.00H N: *****	NU: 37	D: HG 195 *
1241.50 100.00	LU 174H -----	1241.50<= 100.00	991.70 16.00	272.90 15.00	175.90 13.00	1264.00 0.48	1318.00 0.42		H: 140.00D N: *****	NU: 6	D: LU 174 *
1247.00 4.70	MN 52 -----	1434.40 100.00	744.20 85.00	935.60 84.00	511.01 55.00	1332.80 5.10	1247.00<= 4.70	848.40 3.20	H: 5.67D N: 1.00000	NU: 14	D: CR 52
1249.60 5.83	BR 74 -----	634.60 100.00	728.30 34.70	1269.10 8.14	1249.60<= 5.83	1714.60 5.83	615.10 5.57	219.00 5.14	H: 43.70M N: *****	NU: 61	D: SE 74
1249.60 6.82	IN 119H -----	311.30 100.00	1065.10 9.09	1249.60<= 6.82	1225.60 5.46	1163.70 4.63	897.60 1.36	920.60 1.18	H: 18.00H N: *****	NU: 8	D: SN 119
1252.60 5.60	IN 112 -----	618.20 100.00	606.40 23.40	1252.60<= 5.60	1489.00 1.20	1278.00 0.20	5653.00 0.10		H: 14.40M N: *****	NU: 6	D: CO 112
1256.60 1.15	BR 80 -----	617.00 100.00	511.01 83.33	665.70 16.67	639.90 3.17	704.10 2.50	1256.60<= 1.15	813.00 0.50	H: 17.60M N: 0.06000	NU: 7	D: KR 80
1257.10 13.04	AG 102 -----	556.70 100.00	719.40 59.42	1522.70 27.54	1744.50 17.68	1581.60 14.06	835.40 14.06	1257.10<= 13.04	H: 13.00M N: *****	NU: 21	D: PD 102
1260.70 8.70	K 45 -----	174.30 100.00	1705.60 87.00	2354.20 17.00	1260.70<= 8.70	2598.80 4.40			H: 16.30M N: *****	NU: 5	D: CA 45 *

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
1260.70 24.22	RH 99M -----	340.60 100.00	511.01 34.38	1260.70<= 24.22	618.00 20.78	1209.10 20.00	937.40 4.34	528.40 2.95	H: 4.70H N: 0.64000	NU: 29	D: PU 99	
1261.30 0.05	GA 68 -----	511.01 100.00	1077.50 1.08	1883.50 0.08	1261.30<= 0.05	805.70 0.05	165.90 0.04	578.40 0.02	H: 68.30H N: 1.76000	NU: 9	D: ZN 68	
1263.50 1.82	AS 68 -----	511.01 100.00	1016.50 32.83	762.60 11.62	651.20 11.62	1778.70 10.61	613.50 2.78	1263.50<= 1.82	H: 159.00S N: 1.98000	NU: 21	D: GE 68 *	
1264.00 0.48	LU 174M -----	1241.50 100.00	991.70 16.00	272.90 15.00	175.90 13.00	1264.00<= 0.48	1318.00 0.42	H: 140.00D N: *****	NU: 6	D: LU 174 *		
1266.30 6.20	AM 238 -----	962.70 100.00	561.10 39.00	605.20 27.00	1577.50 11.00	357.70 8.10	941.40 7.30	1266.30<= 6.20	H: 1.90H N: *****	NU: 23	D: PU 238 *	
1267.00 0.38	SB 118 -----	511.01 100.00	1229.50 1.64	1267.00<= 0.38	528.20 0.25	826.90 0.24	1699.70 0.04	1172.90 0.03	H: 3.50H N: 1.51000	NU: 14	D: SN 118	
1267.20 100.00	CL 39 -----	1267.20<= 100.00	250.30 87.04	1517.40 70.37	1091.00 4.81	985.80 4.07	1561.60 0.57	1312.10 0.54	H: 56.20H N: 0.54000	NU: 11	D: AR 39 *	
1268.40 9.00	IN 107 -----	205.00 100.00	505.40 26.50	320.90 20.00	1268.40<= 9.00	365.60 7.40	728.10 5.80	809.00 5.00	H: 32.00H N: *****	NU: 98	D: CD 107 *	
1269.10 8.14	BR 74 -----	634.60 100.00	728.30 34.70	1269.10<= 8.14	1249.60 5.83	1714.60 5.83	615.10 5.57	219.00 5.14	H: 43.70H N: *****	NU: 61	D: SE 74	
1273.00 0.19	IN 119 -----	763.10 100.00	1214.80 0.47	697.80 0.37	1273.00<= 0.19	944.00 0.09	H: 2.30H N: *****	NU: 5	D: SN 119			
1273.50 100.00	AL 29 -----	1273.50<= 100.00	2425.70 6.04	2027.80 3.74	1152.40 0.90	754.50 0.24	397.90 0.03	1795.70 0.02	H: 6.60H N: 0.91000	NU: 8	D: SI 29	
1274.52 55.25	NA 22 -----	511.01 100.00	1274.52<= 55.25	H: 2.60A N: 1.81000	NU: 2	D: NE 22						
1275.20 68.63	TM 166 -----	779.90 100.00	2053.90 88.24	184.20 81.37	1275.20<= 68.63	704.40 55.88	786.60 49.51	673.10 44.36	H: 7.70H N: 0.20400	NU: 77	D: ER 166	
1278.00 0.20	IN 112 -----	618.20 100.00	606.40 23.40	1252.60 5.60	1489.00 1.20	1278.00<= 0.20	5653.00 0.10	H: 14.40M N: *****	NU: 6	D: CD 112		
1279.80 96.00	LU 170 -----	2041.40 100.00	1279.80<= 96.00	84.26 85.00	985.30 83.00	1054.00 59.70	2125.60 59.00	1364.10 48.00	H: 2.02D N: *****	NU: 99	D: YB 170	
1282.40 15.55	MN 50 -----	511.01 100.00	1098.00 48.60	783.30 47.15	1443.30 32.55	1282.40<= 15.55	661.50 11.80	1944.50 1.84	H: 1.75H N: 2.00000	NU: 15	D: CR 50	
1289.03 12.00	PD 101 -----	296.25 100.00	590.36 62.00	269.66 30.90	24.40 20.30	565.77 18.00	723.76 12.00	1289.03<= 12.00	H: 8.30H N: *****	NU: 48	D: RH 101P*	
1292.60 5.00	ND 141 -----	511.01 100.00	1126.80 16.67	1147.50 6.67	1292.60<= 5.00	1298.60 5.00	146.60 3.33	H: 2.60H N: 0.06000	NU: 6	D: PR 141		
1298.60 5.00	ND 141 -----	511.01 100.00	1126.80 16.67	1147.50 6.67	1292.60 5.00	1298.60<= 5.00	146.60 3.33	H: 2.60H N: 0.06000	NU: 6	D: PR 141		
1301.80 3.80	CD 105 -----	510.80 100.00	2300.80 46.00	961.10 3.80	1301.80<= 3.80	606.60 3.80	347.10 3.20	1692.90 3.10	H: 55.00M N: *****	NU: 89	D: AG 105 *	
1311.70 2.56	AG 112 -----	617.00 100.00	1387.20 12.33	606.40 8.14	1613.20 6.74	694.20 6.05	2106.10 5.12	1311.70<= 2.56	H: 3.15H N: 0.43000	NU: 98	D: CD 112	
1311.90 97.06	V 48 -----	511.01 100.00	983.40 98.04	1311.90<= 97.06	944.20 8.73	2240.10 2.35	928.40 1.18	1437.60 0.12	H: 15.97D N: 1.02000	NU: 9	D: TI 48	
1311.90 4.90	TL 198 -----	411.70 100.00	636.80 13.40	675.90 12.80	2040.90 11.00	1200.50 9.60	1420.30 9.10	1311.90<= 4.90	H: 5.30H N: *****	NU: 65	D: HG 198	
1312.10 0.54	CL 39 -----	1267.20 100.00	250.30 87.04	1517.40 70.37	1091.00 4.81	985.80 4.07	1561.60 0.57	1312.10<= 0.54	H: 56.20M N: 0.54000	NU: 11	D: AR 39 *	
1312.10 100.00	SC 48 -----	983.50 100.00	1312.10<= 100.00	1037.50 98.00	175.40 6.00	1212.60 2.20	H: 1.84D N: 1.00000	NU: 5	D: TI 48			
1318.00 0.42	LU 174M -----	1241.50 100.00	991.70 16.00	272.90 15.00	175.90 13.00	1264.00 0.48	1318.00<= 0.42	H: 140.00D N: *****	NU: 6	D: LU 174 *		
1319.60 7.26	HO 162M -----	185.00 100.00	1220.00 78.40	282.90 39.30	937.20 37.30	80.70 31.10	1319.60<= 7.26	1124.90 4.07	H: 68.00M N: *****	NU: 42	D: HO 162	
1320.00 0.36	PR 139 -----	511.01 100.00	1347.40 2.78	1630.60 1.94	254.70 1.50	1357.70 0.94	1320.00<= 0.36	1596.60 0.28	H: 4.50H N: 0.18000	NU: 13	D: CE 139 *	
1321.40 0.55	CU 58 -----	511.01 100.00	1454.10 7.75	1448.00 5.55	40.80 3.40	1321.40<= 0.55	1488.30 0.52	167.10 0.48	H: 3.20S N: 2.00000	NU: 25	D: NI 58	
1325.53 2.37	J 124 -----	602.71 100.00	511.01 74.19	1691.04 17.26	722.78 16.45	1509.49 4.95	1376.25 2.76	1325.53<= 2.37	H: 4.17D N: 0.62000	NU: 31	D: TE 124	
1331.00 14.79	PM 150 -----	334.00 100.00	1165.00 14.79	1331.00<= 14.79	716.00 12.96	831.00 10.00	402.00 6.48	877.00 6.06	H: 2.68H N: 0.71000	NU: 8	D: SM 150	

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								HALF LIFE	DAUGHTER	NORMAL.FACTOR
										NUMBER OF ENERGIES	IN	TABLE I
1332.50 47.45	CU 60 -----	511.01 100.00	1332.50<= 47.45	1791.60 24.18	826.40 11.14	3124.40 2.57	1861.60 2.54	1035.10 1.91	H: 24.00H N: 1.84000	NU: 74	D: AT	60
1332.80 5.10	HN 52 -----	1434.40 100.00	744.20 85.00	935.60 84.00	511.01 55.00	1332.80<= 5.10	1247.00 4.70	848.40 3.20	H: 5.67D N: 1.00000	NU: 14	D: CR	52
1339.00 9.00	J 118 -----	606.00 100.00	600.00 13.00	545.00 13.00	1339.00<= 9.00	740.00 2.00			H: 14.30H N: *****	NU: 5	D: TE	118 *
1340.84 48.80	TA 178 -----	511.01 100.00	1350.55 56.00	1340.84<= 48.80	1106.11 25.40	1402.87 22.90	1496.10 12.90	1183.40 7.92	H: 9.30H N: *****	NU: 28	D: HF	178
1341.80 7.90	AG 104 -----	555.80 100.00	767.60 72.00	941.60 27.00	925.90 14.00	857.90 11.00	785.70 10.00	1341.80<= 7.90	H: 69.20H N: 1.00000	NU: 37	D: PD	104
1342.00 72.63	HG 28 -----	30.64 100.00	1342.00<= 72.63	399.80 32.63	941.50 29.47				H: 21.10H N: 0.95000	NU: 4	D: AL	28 *
1344.30 0.76	PM 141 -----	511.01 100.00	1223.20 2.70	885.80 1.40	194.40 1.20	1344.30<= 0.76	622.00 0.59	1565.00 0.54	H: 20.50H N: *****	NU: 12	D: ND	141
1347.40 2.78	PR 139 -----	511.01 100.00	1347.40<= 2.78	1630.60 1.94	254.70 1.50	1357.70 0.94	1320.00 0.36	1596.60 0.28	H: 4.50H N: 0.18000	NU: 13	D: CE	139 *
1348.00 26.00	J 120H -----	560.00 100.00	601.00 100.00	614.00 81.00	976.00 35.00	1348.00<= 26.00	1405.00 20.00	1443.00 12.00	H: 40.00H N: *****	NU: 11	D: TE	120
1350.55 56.00	TA 178 -----	511.01 100.00	1350.55<= 56.00	1340.84 48.80	1106.11 25.40	1402.87 22.90	1496.10 12.90	1183.40 7.92	H: 9.30H N: *****	NU: 28	D: HF	178
1357.70 0.94	PR 139 -----	511.01 100.00	1347.40 2.78	1630.60 1.94	254.70 1.50	1357.70<= 0.94	1320.00 0.36	1596.60 0.28	H: 4.50H N: 0.18000	NU: 13	D: CE	139 *
1358.10 2.17	TA 174 -----	206.62 100.00	511.01 78.27	1205.87 7.09	1359.40 3.24	1227.10 2.94	1358.10<= 2.17	310.82 2.14	H: 1.20H N: 0.61200	NU: 97	D: HF	174
1359.40 3.24	TA 174 -----	206.62 100.00	511.01 78.27	1205.87 7.09	1359.40<= 3.24	1227.10 2.94	1358.10 2.17	310.82 2.14	H: 1.20H N: 0.61200	NU: 97	D: HF	174
1362.10 0.86	TC 100 -----	539.60 100.00	590.80 81.71	689.40 7.20	378.60 6.30	1512.20 6.27	822.50 0.97	1362.10<= 0.86	H: 17.00S N: 0.06670	NU: 20	D: RU	100
1362.40 20.00	RH 100 -----	539.40 100.00	2376.00 40.00	1552.50 28.00	622.20 27.00	1362.40<= 20.00	1106.30 16.00	445.50 15.80	H: 20.00H N: *****	NU: 31	D: RU	100
1364.10 48.00	LU 170 -----	2041.40 100.00	1279.80 96.00	84.26 85.00	985.30 83.00	1054.00 59.70	2125.60 59.00	1364.10<= 48.00	H: 2.02D N: *****	NU: 59	D: YB	170
1364.60 27.87	TM 164H -----	208.08 100.00	314.93 65.57	240.49 50.93	547.00 30.27	897.91 29.07	91.39 28.47	1364.60<= 27.87	H: 5.10H N: 0.18300	NU: 31	D: ER	164
1364.70 0.94	MD 93H -----	1477.20 100.00	684.70 92.00	263.10 53.00	1364.70<= 0.94	113.90 0.70	947.87 0.20		H: 6.90H N: *****	NU: 6	D: MO	93 *
1376.25 2.76	J 124 -----	602.71 100.00	511.01 74.19	1691.04 17.26	722.78 16.45	1509.49 4.95	1376.25<= 2.76	1325.53 2.37	H: 4.17D N: 0.62000	NU: 31	D: TE	124
1377.70 100.00	NI 57 -----	1377.70<= 100.00	511.01 97.47	127.10 18.99	1919.50 18.99	1757.70 8.35	1046.40 0.16	2804.00 0.13	H: 35.54H N: 0.79000	NU: 18	D: CO	57 *
1380.00 0.30	J 130H -----	536.08 100.00	586.10 8.73	1615.00 3.83	1122.00 1.22	1028.00 0.40	1966.00 0.39	1380.00<= 0.30	H: 8.82H N: 0.15800	NU: 14	D: J	130 *
1387.20 12.33	AG 112 -----	617.00 100.00	1387.20<= 12.33	606.40 8.14	1613.20 6.74	694.20 6.05	2106.10 5.12	1311.70 2.56	H: 3.15H N: 0.43000	NU: 98	D: CD	112
1387.80 6.63	GA 64 -----	511.01 100.00	992.20 22.96	3366.90 8.16	809.40 7.14	1387.80<= 6.63	2195.60 6.12	919.10 3.88	H: 2.60H N: 1.96000	NU: 29	D: ZK	64
1391.60 0.08	ZN 63 -----	511.01 100.00	669.70 47.74	962.00 3.74	1411.90 0.41	450.00 0.13	1391.60<= 0.08	1123.70 0.07	H: 37.85H N: 1.96000	NU: 47	D: CU	63 *
1401.40 2.50	TB 148 -----	783.40 100.00	511.00 44.00	489.10 29.50	1077.10 13.80	631.10 13.30	1960.10 6.52	1401.40<= 2.50	H: 70.00H N: *****	NU: 59	D: GD	148 *
1402.87 22.90	TA 178 -----	511.01 100.00	1350.55 56.00	1340.84 48.80	1106.11 25.40	1402.87<= 22.90	1496.10 12.90	1183.40 7.92	H: 9.30H N: *****	NU: 28	D: HF	178
1404.00 15.43	Y 85 -----	232.00 100.00	2123.00 25.93	768.00 20.00	1404.00<= 15.43	2173.00 11.13	1220.00 7.60	1029.00 7.42	H: 4.90H N: 0.22100	NU: 28	D: SR	85 *
1405.00 20.00	J 120H -----	560.00 100.00	601.00 100.00	614.00 81.00	976.00 35.00	1348.00 26.00	1405.00<= 20.00	1443.00 12.00	H: 40.00H N: *****	NU: 11	D: TE	120
1405.40 34.29	Y 92 -----	934.50 100.00	1405.40<= 34.29	561.10 17.14	448.50 16.43	844.30 9.29	912.80 4.50	492.60 3.50	H: 3.50H N: 0.14000	NU: 19	D: ZR	92
1408.10 0.05	TI 45 -----	511.01 100.00	719.60 0.09	1408.10<= 0.05	1660.90 0.02	425.00 0.01	1236.50 0.01	974.00 0.00	H: 3.08H N: 1.68000	NU: 13	D: SC	45
1411.90 0.41	ZN 63 -----	511.01 100.00	669.70 47.74	962.00 3.74	1411.90<= 0.41	450.00 0.13	1391.60 0.08	1123.70 0.07	H: 37.85H N: 1.86000	NU: 47	D: CU	63 *

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
1414.90 1.20	RH 98 -----	652.60 100.00	745.40 5.60	1817.00 5.00	1164.40 4.80	762.30 1.80	1414.90<= 1.20	597.70 0.80	H: 8.30H N: *****	NU: 7	D: RU 98
1420.20 0.85	J 126 -----	388.50 100.00	666.20 88.24	753.80 11.47	491.90 6.18	511.01 2.56	880.30 1.88	1420.20<= 0.85	H: 12.80D N: 0.34000	NU: 9	D: TE 126
1420.30 1.80	PR 140 -----	1596.50 100.00	306.90 37.00	751.80 6.00	924.24 5.20	2521.70 2.78	1420.30<= 1.80	2348.30 1.63	H: 3.40H N: *****	NU: 17	D: CE 140
1420.30 9.10	TL 198 -----	411.70 100.00	636.80 13.40	675.90 12.80	2040.90 11.00	1200.50 9.60	1420.30<= 9.10	1311.90 4.90	H: 5.30H N: *****	NU: 65	D: HG 198
1423.00 5.15	AU 192 -----	316.49 100.00	295.94 38.50	612.44 7.48	308.43 5.97	1723.10 5.44	1423.00<= 5.15	582.58 4.65	H: 4.10H N: *****	NU: 99	D: PT 192
1424.70 8.20	LA 134 -----	605.20 100.00	1554.80 16.00	1424.70<= 8.20	1732.10 7.40	1483.60 6.40	563.00 6.00	1210.90 4.10	H: 6.70H N: *****	NU: 33	D: BA 134
1431.00 3.40	PR 138 -----	788.80 100.00	688.20 33.00	1551.50 17.00	1447.90 4.80	1510.50 3.70	1431.00<= 3.40	2237.00 3.20	H: 1.50H N: *****	NU: 12	D: CE 138
1431.40 15.00	SI 33 -----	1847.70 100.00	1431.40<= 15.00	2539.00 9.60	416.30 8.70	1107.60 0.87	691.30 0.43		H: 6.30S N: *****	NU: 6	D: P 33 *
1434.40 190.00	MN 52 -----	1434.40<= 100.00	744.20 85.00	935.60 84.00	511.01 55.00	1332.80 5.10	1247.00 4.70	848.40 3.20	H: 5.67D N: 1.00000	NU: 14	D: CR 52
1436.70 29.20	AT 210 -----	1181.40 100.00	245.30 80.00	1483.30 46.80	1436.70<= 29.20	1599.50 13.50	955.80 1.81	817.20 1.72	H: 8.30H N: 1.00000	NU: 59	D: PD 210 *
1437.60 0.12	V 48 -----	511.01 100.00	983.40 98.04	1311.90 97.06	944.20 8.73	2240.10 2.35	928.40 1.18	1437.60<= 0.12	H: 15.57D N: 1.02000	NU: 9	D: TI 48
1441.20 4.50	AU 190 -----	296.00 100.00	302.00 33.00	597.90 12.40	319.30 6.50	441.50 5.25	1441.20<= 4.50	1057.90 4.40	H: 39.00H N: *****	NU: 65	D: PT 190
1443.00 12.00	J 120M -----	560.00 100.00	601.00 100.00	614.00 81.00	976.00 35.00	1348.00 26.00	1405.00 20.00	1443.00<= 12.00	H: 40.00H N: *****	NU: 11	D: TE 120
1443.30 32.55	MN 50 -----	511.01 100.00	1098.00 48.60	783.30 47.15	1443.30<= 32.55	1282.40 15.55	661.50 11.80	1944.50 1.84	H: 1.75H N: 2.00000	NU: 15	D: CR 50
1447.90 4.80	PR 138 -----	788.80 100.00	688.20 33.00	1551.50 17.00	1447.90<= 4.80	1510.50 3.70	1431.00 3.40	2237.00 3.20	H: 1.50H N: *****	NU: 12	D: CE 138
1448.00 5.55	CU 58 -----	511.01 100.00	1454.10 7.75	1448.00<= 5.55	40.80 3.40	1321.40 0.55	1488.30 0.52	167.10 0.48	H: 3.20S N: 2.00000	NU: 25	D: NI 58
1450.40 40.00	LU 169 -----	960.30 100.00	191.30 95.00	1450.40<= 40.00	889.50 20.00	87.27 13.00	378.60 9.50	1184.50 9.10	H: 34.06H N: *****	NU: 95	D: Y 169 *
1454.10 7.75	CU 58 -----	511.01 100.00	1454.10<= 7.75	1448.00 5.55	40.80 3.40	1321.40 0.55	1488.30 0.52	167.10 0.48	H: 3.20S N: 2.00000	NU: 25	D: NI 58
1459.30 56.00	BA 129 -----	182.30 100.00	214.30 87.00	1459.30<= 56.00	220.80 53.00	129.10 51.00	202.30 39.00	420.20 25.00	H: 2.17H N: *****	NU: 98	D: CS 129 *
1460.95 100.00	K 40 -----	1460.95<= 100.00							H: 126.07E N: 0.10700	NU: 1	D: CA 40
1461.10 10.63	AG 102H -----	556.70 100.00	1834.70 23.13	2054.50 15.63	2159.40 11.88	3238.60 11.56	1461.10<= 10.63	2017.80 6.56	H: 8.00H N: *****	NU: 14	D: PD 102
1464.00 1.43	AS 72 -----	834.00 100.00	629.93 10.20	1464.00<= 1.43	1050.76 1.23	894.27 0.99	2105.90 0.93	2201.74 0.65	H: 26.00H N: *****	NU: 60	D: GE 72
1465.10 78.57	PM 148 -----	550.20 100.00	1465.10<= 78.57	912.00 53.57	611.10 4.64				H: 5.40D N: 0.28000	NU: 4	D: SP 148
1474.50 0.10	AG 110 -----	657.70 100.00	815.50 0.85	1125.90 0.33	295.90 0.17	1674.90 0.15	1784.40 0.13	1474.50<= 0.10	H: 24.60S N: 0.04500	NU: 12	D: CD 110
1477.20 100.00	MO 93M -----	1477.20<= 100.00	684.70 92.00	263.10 53.00	1364.70 0.94	113.90 0.70	947.87 0.20		H: 6.60H N: *****	NU: 6	D: MO 93 *
1483.30 46.80	AT 210 -----	1181.40 100.00	245.30 80.00	1483.30<= 46.80	1436.70 29.20	1599.50 13.50	955.80 1.81	817.20 1.72	H: 8.30H N: 1.00000	NU: 59	D: PC 210 *
1483.60 6.40	LA 134 -----	605.20 100.00	1554.80 16.00	1424.70 8.20	1732.10 7.40	1483.60<= 6.40	563.00 6.00	1210.90 4.10	H: 6.70H N: *****	NU: 33	D: BA 134
1488.30 0.52	CU 58 -----	511.01 100.00	1454.10 7.75	1448.00 5.55	40.80 3.40	1321.40 0.55	1488.30<= 0.52	167.10 0.48	H: 3.20S N: 2.00000	NU: 25	D: NI 58
1489.00 1.20	IN 112 -----	618.20 100.00	606.40 23.40	1252.60 5.60	1489.00<= 1.20	1278.00 0.20	5653.00 0.10		H: 14.40H N: *****	NU: 6	D: CD 112
1490.30 12.50	SM 141H -----	196.60 100.00	421.80 54.40	777.40 27.30	1786.40 14.70	1490.30<= 12.50	911.30 12.40	1145.10 11.70	H: 22.10H N: *****	NU: 47	D: PM 141 *
1496.10 12.90	TA 178 -----	511.01 100.00	1350.55 56.00	1340.84 48.80	1106.11 25.40	1402.87 22.90	1496.10<= 12.90	1183.40 7.92	H: 9.30H N: *****	NU: 28	D: HF 178

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE N: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE 1	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
1498.30 6.31	TC 96H -----	778.30 100.00	1200.30 55.80	849.80 18.50	480.70 17.30	719.70 14.20	967.30 6.60	1498.30<= 6.31		H: 51.50H N: *****	NU:15	D:TC 96 *
1499.60 0.43	SC 44 -----	511.01 100.00	1157.00 50.00	1499.60<= 0.43	2656.60 0.11					H: 3.90H N: 1.88000	NU: 4	D:CA 44
1507.60 43.64	MO 91H -----	652.80 100.00	1507.60<= 43.64	1208.00 34.87	2240.70 1.62	2238.50 1.53	1032.80 1.29	1082.30 0.87		H: 1.02H N: 0.45600	NU:10	D:MO 91 *
1508.40 7.24	ZR 89H -----	589.00 100.00	1508.40<= 7.24	511.01 3.68						H: 4.20H N: 0.87000	NU: 3	D:ZR 89 *
1509.49 4.95	J 124 -----	602.71 100.00	511.01 74.19	1691.04 17.26	722.78 16.45	1509.49<= 4.95	1376.25 2.76	1325.53 2.37		H: 4.17D N: 0.62000	NU:31	D:TE 124
1510.50 3.70	PR 138 -----	788.80 100.00	688.20 33.00	1551.50 17.00	1447.90 4.80	1510.50<= 3.70	1431.00 3.40	2237.00 3.20		H: 1.50H N: *****	NU:12	D:CE 138
1512.20 6.27	TC 100 -----	539.60 100.00	590.80 81.71	689.40 7.20	378.60 6.30	1512.20<= 6.27	822.50 0.97	1362.10 0.86		H: 17.00S N: 0.06670	NU:20	D:RU 100
1517.40 70.37	CL 39 -----	1267.20 100.00	250.30 87.04	1517.40<= 70.37	1091.00 4.81	985.80 4.07	1561.60 0.57	1312.10 0.54		H: 56.20H N: 0.54000	NU:11	D:AP 39 *
1522.00 5.90	TC 94H -----	871.10 100.00	1522.00<= 5.90	1868.80 5.80	2740.00 3.80	993.10 2.60	3129.20 1.20	1196.20 0.90		H: 52.00H N: *****	NU:10	D:MO 94
1522.70 27.54	AG 102 -----	556.70 100.00	719.40 59.42	1522.70<= 27.54	1744.50 17.68	1581.60 14.06	835.40 14.06	1257.10 13.04		H: 13.00H N: *****	NU:21	D:PD 102
1526.00 20.00	J 120 -----	561.00 100.00	1526.00<= 20.00	2455.00 16.00	2565.00 14.00	641.00 12.00	601.00 7.40	1202.00 1.30		H: 1.35H N: *****	NU: 7	D:TE 120
1529.40 20.93	RH 106H -----	511.70 100.00	1046.70 36.05	716.60 33.72	450.80 27.91	616.10 23.60	748.50 22.09	1529.40<= 20.93		H: 2.20H N: 0.86000	NU:38	D:PD 106
1541.00 0.90	SN 111 -----	511.01 100.00	1152.00 3.09	761.00 1.89	1914.00 1.89	1610.00 1.39	1541.00<= 0.90	2099.00 0.46		H: 35.50H N: 0.54000	NU: 9	D:IN 111 *
1551.50 17.00	PR 138 -----	788.80 100.00	688.20 33.00	1551.50<= 17.00	1447.90 4.80	1510.50 3.70	1431.00 3.40	2237.00 3.20		H: 1.50H N: *****	NU:12	D:CE 138
1552.50 28.00	RH 100 -----	539.40 100.00	2376.00 40.00	1552.50<= 28.00	822.20 27.00	1362.40 20.00	1106.30 18.00	445.50 15.80		H: 20.00H N: *****	NU:31	D:RU 100
1554.80 16.00	LA 134 -----	605.20 100.00	1554.80<= 16.00	1424.70 8.20	1732.10 7.40	1483.60 6.40	562.00 6.00	1210.90 4.10		H: 6.70H N: *****	NU:33	D:BA 134
1561.60 0.57	CL 39 -----	1267.20 100.00	250.30 87.04	1517.40 70.37	1091.00 4.81	985.80 4.07	1561.60<= 0.57	1312.10 0.54		H: 56.20H N: 0.54000	NU:11	D:AR 39 *
1562.40 3.80	SR 83 -----	511.01 100.00	762.90 61.31	381.40 35.04	418.40 10.80	423.10 4.09	1562.40<= 3.80	778.20 2.92		H: 32.40H N: 0.68500	NU:73	D:RB 83 *
1565.00 0.54	PM 141 -----	511.01 100.00	1223.20 2.70	885.80 1.40	194.40 1.20	1344.30 0.76	622.00 0.59	1565.00<= 0.54		H: 20.90H N: *****	NU:12	D:ND 141
1566.00 100.00	TL 209 -----	1566.00<= 100.00	465.00 82.35	117.00 82.35						H: 2.20H N: 0.85000	NU: 3	D:PB 209 *
1577.50 11.00	AM 238 -----	962.70 100.00	561.10 39.00	605.20 27.00	1577.50<= 11.00	357.70 8.10	941.40 7.30	1266.30 6.20		H: 1.90H N: *****	NU:23	D:PU 238 *
1581.60 14.06	AG 102 -----	556.70 100.00	719.40 59.42	1522.70 27.54	1744.50 17.68	1581.60<= 14.06	835.40 14.06	1257.10 13.04		H: 13.00H N: *****	NU:21	D:PD 102
1584.00 22.02	TA 176 -----	1159.30 100.00	201.84 24.36	1224.90 23.17	1584.00<= 22.02	710.49 21.33	1696.50 19.50	1823.60 18.72		H: 8.00H N: 0.21800	NU:99	D:HF 176
1596.50 100.00	PR 140 -----	1596.50<= 100.00	306.90 37.00	751.80 6.00	924.24 5.20	2521.70 2.78	1420.30 1.80	2348.30 1.63		H: 3.40H N: *****	NU:17	D:CE 140
1596.60 0.28	PR 139 -----	511.01 100.00	1347.40 2.78	1630.60 1.94	254.70 1.50	1357.70 0.94	1320.00 0.36	1596.60<= 0.28		H: 4.50H N: 0.18000	NU:13	D:CE 139 *
1599.50 13.50	AT 210 -----	1181.40 100.00	245.30 80.00	1483.30 46.80	1436.70 29.20	1599.50<= 13.50	955.80 1.81	817.20 1.72		H: 8.30H N: 1.00000	NU:59	D:PO 210 *
1602.70 3.18	PR 136 -----	511.01 100.00	552.20 63.33	540.00 44.09	1052.30 15.76	461.00 7.35	1000.70 3.79	1602.70<= 3.18		H: 13.10H N: 0.66000	NU:68	D:CE 136
1610.00 1.39	SN 111 -----	511.01 100.00	1152.00 3.09	761.00 1.89	1914.00 1.89	1610.00<= 1.39	1541.00 0.90	2099.00 0.46		H: 35.50H N: 0.54000	NU: 9	D:IN 111 *
1610.74 1.55	TM 164 -----	511.01 100.00	91.30 9.34	1154.63 2.33	768.92 1.99	208.08 1.65	860.31 1.56	1610.74<= 1.55		H: 2.00H N: 0.78200	NU:93	D:ER 164
1612.10 4.49	NB 90 -----	1129.10 100.00	2318.60 92.13	141.15 75.28	2186.20 20.11	132.60 4.94	1612.10<= 4.49	827.70 2.25		H: 14.60H N: 0.89000	NU:12	D:ZR 90
1613.00 3.47	MN 57 -----	122.06 100.00	652.00 28.48	136.47 11.52	353.00 10.80	1613.00<= 3.47	569.00 2.10	367.00 1.90		H: 1.70H N: 0.09550	NU:13	D:FE 57

ENERGY (INTENS.)	NUCL IDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE 1	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
1613.20 6.74	AG 112 -----	617.00 100.00	1387.20 12.33	606.40 8.14	1613.20<= 6.74	694.20 6.05	2106.10 5.12	1311.70 2.56	H: 3.15H N: 0.43000	NU: 98	D: CD 112	
1614.60 0.27	CS 130 -----	511.01 100.00	536.00 4.37	686.10 0.51	804.00 0.46	1614.60<= 0.27	1687.30 0.20	1996.30 0.17	H: 29.10H N: *****	NU: 17	D: XE 130	
1615.00 3.83	J 130M -----	536.00 100.00	586.10 8.73	1615.00<= 8.73	1122.00 3.83	1028.00 0.40	1966.00 0.39	1380.00 0.30	H: 8.82H N: 0.15800	NU: 14	D: J 130 *	
1620.54 23.24	BI 212 -----	727.15 100.00	1620.54<= 23.24	785.40 16.86	39.86 16.54	1078.62 8.16	893.41 5.57	452.80 5.35	H: 60.60H N: 0.18500	NU: 19	D: PO 212 *	
1620.80 0.07	ZR 89 -----	909.20 100.00	511.01 44.27	1712.60 0.82	1744.50 0.13	1657.30 0.11	1620.80<= 0.07		H: 78.40H N: 0.99400	NU: 6	D: Y 89	
1622.50 3.00	IN 109 -----	203.30 100.00	623.80 7.10	1148.80 7.00	426.20 5.30	650.10 3.80	1622.50<= 3.00	614.00 2.80	H: 4.30H N: *****	NU: 55	D: CD 109 *	
1622.60 20.00	SC 49 -----	1761.90 100.00	1622.60<= 20.00						H: 57.50H N: 0.00050	NU: 2	D: TI 49	
1630.60 1.94	PR 139 -----	511.01 100.00	1347.40 2.78	1630.60<= 1.94	254.70 1.50	1357.70 0.94	1320.00 0.36	1596.60 0.28	H: 4.50H N: 0.18000	NU: 13	D: CE 139 *	
1657.30 0.11	ZR 89 -----	909.20 100.00	511.01 44.27	1712.60 0.82	1744.50 0.13	1657.30<= 0.11	1620.80 0.07		H: 78.40H N: 0.99400	NU: 6	D: Y 89	
1660.50 3.74	ZN 61 -----	511.01 100.00	475.20 8.09	1660.50<= 3.74	970.00 1.21	1185.40 0.81	690.40 0.81	1997.10 0.61	H: 86.00S N: 1.98000	NU: 47	D: CU 61 *	
1660.90 0.02	TI 45 -----	511.01 100.00	719.60 0.09	1408.10 0.05	1660.90<= 0.02	425.00 0.01	1236.50 0.01	974.00 0.00	H: 3.08H N: 1.66000	NU: 13	D: SC 45	
1668.60 6.20	Y 94 -----	918.20 100.00	1139.10 20.00	550.10 8.40	1668.60<= 6.20	750.50 4.60	381.80 3.20	1915.61 2.80	H: 19.40H N: 0.50000	NU: 15	D: ZR 94	
1674.74 0.50	CO 58 -----	810.74 100.00	511.01 31.16	863.94 0.64	1674.74<= 0.50				H: 71.30D N: 0.99500	NU: 4	D: FE 58	
1674.90 0.15	AG 110 -----	657.70 100.00	815.50 0.85	1125.90 0.33	295.90 0.17	1674.90<= 0.15	1784.40 0.13	1474.50 0.10	H: 24.60S N: 0.04500	NU: 12	D: CD 110	
1679.60 26.90	BI 203 -----	819.90 100.00	898.20 55.50	825.20 54.40	1847.30 34.90	1033.30 28.00	1679.60<= 26.90	847.00 26.70	H: 11.80H N: *****	NU: 73	D: PB 203	
1687.30 0.20	CS 130 -----	511.01 100.00	536.00 4.37	686.10 0.51	894.00 0.46	1614.60 0.27	1687.30<= 0.20	1996.30 0.17	H: 29.10H N: *****	NU: 17	D: XE 130	
1691.04 17.26	J 124 -----	602.71 100.00	511.01 74.19	1691.04<= 17.26	722.78 16.45	1509.49 4.95	1376.25 2.76	1325.53 2.37	H: 4.17D N: 0.62000	NU: 31	D: TE 124	
1692.30 25.00	RH 96H -----	832.30 100.00	1097.80 29.00	1692.30<= 25.00	2164.10 12.00	2256.50 7.00	1907.50 5.00	2456.00 3.50	H: 1.45H N: *****	NU: 11	D: RU 96	
1692.90 3.10	CD 105 -----	510.80 100.00	2300.80 46.00	961.10 3.80	1301.80 3.80	606.60 3.80	347.10 3.20	1692.90<= 3.10	H: 55.00H N: *****	NU: 89	D: AG 105 *	
1696.50 19.50	TA 176 -----	1159.30 100.00	201.84 24.36	1224.90 23.17	1584.00 22.02	710.49 21.33	1696.50<= 19.50	1823.60 18.72	H: 8.00H N: 0.21800	NU: 99	D: HF 176	
1699.70 0.04	SB 118 -----	511.01 100.00	1229.50 1.64	1267.00 0.38	528.20 0.25	826.90 0.24	1699.70<= 0.04	1172.90 0.03	H: 3.50H N: 1.51000	NU: 14	D: SN 118	
1705.60 87.00	K 45 -----	174.30 100.00	1705.60<= 87.00	2354.20 17.00	1260.70 8.70	2598.80 4.40			H: 16.30H N: *****	NU: 5	D: CA 45 *	
1707.90 11.00	AS 70 -----	511.01 100.00	1039.60 51.00	744.00 12.97	668.20 12.97	1114.40 12.97	1707.90<= 11.00	595.20 10.00	H: 53.00H N: 0.80200	NU: 67	D: GE 70	
1712.60 0.82	ZR 89 -----	909.20 100.00	511.01 44.27	1712.60<= 0.82	1744.50 0.13	1657.30 0.11	1620.80 0.07		H: 78.40H N: 0.99400	NU: 6	D: Y 89	
1714.60 5.83	BR 74 -----	634.60 100.00	728.30 34.70	1269.10 8.14	1249.60 5.83	1714.60<= 5.83	615.10 5.57	219.00 5.14	H: 43.70H N: *****	NU: 61	D: SE 74	
1716.50 87.00	IN 106 -----	511.01 100.00	1716.50<= 87.00	632.80 67.09	225.20 66.00	861.80 18.00	999.50 6.00	1009.60 4.00	H: 5.38H N: *****	NU: 33	D: CD 106	
1719.10 7.10	CO 62 -----	1173.02 100.00	1163.50 71.00	2003.90 19.00	1719.10<= 7.10	2104.90 6.40	777.80 2.00	2302.00 1.80	H: 13.50H N: *****	NU: 12	D: NI 62	
1720.60 0.03	BR 78 -----	511.01 100.00	613.90 7.61	694.80 0.05	1020.30 0.04	884.50 0.04	1720.60<= 0.03	1922.60 0.03	H: 6.50H N: 1.84000	NU: 20	D: SE 78	
1720.80 1.97	AG 104H -----	555.80 100.00	1238.80 4.26	2276.70 2.62	1781.80 2.30	785.70 2.13	1720.80<= 1.97	2139.20 1.80	H: 33.50H N: 0.61000	NU: 38	D: PD 104	
1723.10 5.44	AU 192 -----	316.49 100.00	295.94 38.50	612.44 7.48	308.43 5.97	1723.10<= 5.44	1423.00 5.15	582.58 4.65	H: 4.10H N: *****	NU: 99	D: PT 192	
1732.10 7.40	LA 134 -----	605.20 100.00	1554.80 16.00	1424.70 8.20	1732.10<= 7.40	1483.60 6.40	563.00 6.00	1210.90 4.10	H: 6.70H N: *****	NU: 33	D: BA 134	

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)							H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN	D: DAUGHTER NU: NUMBER OF ENERGIES IN	N: NORMAL FACTOR TABLE 1
1738.20 2.00	PA 234M -----	1001.20 100.00	766.60 34.30	743.00 9.50	257.90 8.00	786.40 5.75	1738.20<= 2.00	1831.50 1.83	H: 1.18M N: *****	NU: 63	D: U 234
1738.50 5.40	RH 96 -----	684.60 100.00	832.30 100.00	630.70 78.00	741.20 32.00	1228.40 16.00	1164.40 6.20	1738.50<= 5.40	H: 9.50M N: *****	NU: 20	D: RU 96
1744.50 0.13	ZR 89 -----	909.20 100.00	511.01 44.27	1712.60 0.82	1744.50<= 0.13	1657.30 0.11	1620.80 0.07		H: 78.4CH N: 0.99400	NU: 6	D: Y 89
1744.50 17.68	AG 102 -----	556.70 100.00	719.40 59.42	1522.70 27.54	1744.50<= 17.68	1581.60 14.06	835.40 14.06	1257.10 13.04	H: 13.00M N: *****	NU: 21	D: PD 102
1746.70 17.20	YB 163 -----	860.26 100.00	63.58 69.60	123.21 19.90	326.05 17.20	1746.70<= 17.20	130.86 17.00	1908.10 15.30	H: 10.96M N: *****	NU: 58	D: TP 163 *
1747.10 0.23	J 122 -----	511.01 100.00	564.00 12.75	692.60 0.94	793.00 0.94	683.50 0.65	1747.10<= 0.23	2188.00 0.20	H: 3.50M N: *****	NU: 48	D: TE 122
1757.70 8.35	NI 57 -----	1377.70 100.00	511.01 97.47	127.10 18.99	1919.50 18.99	1757.70<= 8.35	1046.40 0.16	2804.00 0.13	H: 35.54H N: 0.79000	NU: 18	D: CC 57 *
1761.90 100.00	SC 49 -----	1761.90<= 100.00	1622.60 20.00						H: 57.50M N: 0.00050	NU: 2	D: TI 49
1764.27 93.10	BI 205 -----	703.40 100.00	1764.27<= 93.10	987.56 53.40	1043.66 23.90	1861.69 17.50	579.78 16.80	570.58 13.20	H: 15.31D N: *****	NU: 79	D: PB 205 *
1764.70 39.53	RA 226 -----	609.40 100.00	351.99 81.40	295.22 41.86	1764.70<= 39.53	1120.40 32.56	241.92 17.21	1238.20 14.88	H: 160.01E N: 0.43000	NU: 62	D: RN 222 *
1770.22 7.50	BI 207 -----	569.67 100.00	1063.62 76.00	1770.22<= 7.50	897.30 0.16				H: 38.00A N: 0.97500	NU: 4	D: PB 207
1771.48 15.79	CO 56 -----	846.74 100.00	1238.28 69.94	511.01 48.48	1037.85 30.47	2598.57 16.90	1771.48<= 15.79	2034.90 7.82	H: 77.30D N: 0.98800	NU: 45	D: FE 56
1778.70 10.61	AS 68 -----	511.01 100.00	1016.50 32.83	762.60 11.62	651.20 11.62	1778.70<= 10.61	613.50 2.78	1263.50 1.82	H: 159.00S N: 1.98000	NU: 21	D: GE 68 *
1781.80 2.30	AG 104M -----	555.80 100.00	1238.80 4.26	2276.70 2.62	1781.80<= 2.30	785.70 2.13	1720.80 1.97	2139.20 1.80	H: 33.50M N: 0.61000	NU: 38	D: PD 104
1784.40 0.13	AG 110 -----	657.70 100.00	815.50 0.85	1125.90 0.33	295.90 0.17	1674.90 0.15	1784.40<= 0.13	1474.50 0.10	H: 24.60S N: 0.04500	NU: 12	D: CD 110
1786.40 14.70	SM 141M -----	196.60 100.00	431.80 54.40	777.40 27.30	1786.40<= 14.70	1490.30 12.50	911.30 12.40	1145.10 11.70	H: 22.10H N: *****	NU: 47	D: PP 141 *
1791.60 24.18	CU 60 -----	511.01 100.00	1332.50 47.45	1791.60<= 24.18	826.40 11.14	3124.40 2.57	1861.60 2.54	1035.10 1.91	H: 24.00H N: 1.94000	NU: 74	D: NT 60
1795.70 0.02	AL 29 -----	1273.50 100.00	2425.70 6.04	2027.80 3.74	1152.40 0.90	754.50 0.24	397.90 0.03	1795.70<= 0.02	H: 6.60M N: 0.91000	NU: 8	D: SI 29
1809.00 62.38	AL 26 -----	511.01 100.00	1809.00<= 62.38	1130.00 1.56	2938.00 0.15				H: 6.40S N: 1.60000	NU: 4	D: PG 26
1817.00 5.00	RH 98 -----	652.60 100.00	745.40 5.60	1817.00<= 5.00	1164.40 4.80	762.30 1.80	1414.90 1.20	597.70 0.80	H: 8.30H N: *****	NU: 7	D: RU 98
1823.60 18.72	TA 176 -----	1159.30 100.00	201.84 24.36	1224.90 23.17	1584.00 22.02	710.49 21.33	1696.50 19.50	1823.60<= 18.72	H: 8.00H N: 0.21800	NU: 99	D: HF 176
1831.50 1.83	PA 234M -----	1001.20 100.00	766.60 34.30	743.00 9.50	257.90 8.00	786.40 5.75	1738.20 2.00	1831.50<= 1.83	H: 1.18M N: *****	NU: 63	D: U 234
1834.70 23.13	AG 102M -----	556.70 100.00	1834.70<= 23.13	2054.50 15.63	2159.40 11.88	3238.60 11.56	1461.10 10.63	2017.80 6.56	H: 8.00M N: *****	NU: 14	D: PD 102
1836.08 100.00	Y 88 -----	1836.08<= 100.00	897.02 91.95	2734.17 0.62	511.01 0.40				H: 107.40D N: 0.99400	NU: 4	D: SR 88
1847.30 34.90	BI 203 -----	819.90 100.00	898.20 55.50	825.20 54.40	1847.30<= 34.90	1033.30 28.00	1679.60 26.90	847.00 26.70	H: 11.80H N: *****	NU: 73	D: PB 203
1847.70 100.00	SI 33 -----	1847.70<= 100.00	1431.40 15.09	2539.00 9.60	416.30 8.70	1107.60 0.87	691.30 0.43		H: 6.30S N: *****	NU: 6	D: P 33 *
1852.50 10.53	BR 76 -----	511.01 100.00	559.40 52.62	657.00 10.53	1852.50<= 10.53	1216.30 6.84	2949.00 4.96	2793.40 4.21	H: 16.00H N: 1.33000	NU: 99	D: SE 76
1854.50 21.95	Y 86 -----	1076.00 100.00	1153.00 36.59	627.70 35.37	1920.00 30.49	778.50 25.61	1854.50<= 21.95	442.00 21.95	H: 14.74H N: 0.82000	NU: 78	D: SR 86
1860.10 6.52	TB 148 -----	783.40 100.00	511.00 44.00	489.10 29.50	1077.10 13.80	631.10 13.30	1860.10<= 6.52	1401.40 2.50	H: 70.00M N: *****	NU: 59	D: GD 148 *
1861.60 2.54	CU 60 -----	511.01 100.00	1332.50 47.45	1791.60 24.18	826.40 11.14	3124.40 2.57	1861.60<= 2.54	1035.10 1.91	H: 24.00H N: 1.84000	NU: 74	D: NT 60
1861.69 17.50	BI 205 -----	703.40 100.00	1764.27 93.10	987.56 53.40	1043.66 23.90	1861.69<= 17.50	579.78 16.80	570.58 13.20	H: 15.31D N: *****	NU: 79	D: PB 205 *

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								HALF LIFE	DAUGHTER	NORMAL FACTOR
										NUMBER OF ENERGIES IN	NUCLIDE	TABLE I
1868.80 5.80	TC 94M	871.10 100.00	1522.00 5.90	1868.80<= 5.80	2740.00 3.80	993.10 2.60	3120.20 1.20	1196.20 0.90	H: 52.00M N: *****	NU:10	D:PO 94	
1883.50 0.08	GA 68	511.01 100.00	1077.50 1.98	1883.50<= 0.08	1261.30 0.05	805.70 0.05	165.90 0.04	578.40 0.02	H: 68.30M N: 1.76000	NU: 9	D:ZN 68	
1926.30 0.50	CO 62M	1173.02 100.00	2301.96 19.00	1128.99 16.00	1985.00 2.80	2345.80 1.30	3158.40 1.00	1886.30<= 0.50	H: 1.40M N: *****	NU: 9	D:NI 62	
1937.40 10.81	RB 84	881.50 100.00	511.01 56.76	1897.40<= 10.81	1015.90 0.68				H: 34.50D N: 0.74000	NU: 4	D:KR 84	
1907.50 5.00	PH 96M	932.30 100.00	1097.80 29.00	1692.30 25.00	2164.10 12.00	2256.50 7.00	1907.50<= 5.00	2456.00 3.50	H: 1.45M N: *****	NU:11	D:RU 96	
1908.10 15.30	YB 163	960.26 100.00	63.58 69.60	123.21 19.90	326.05 17.20	1746.70 17.20	130.86 17.00	1908.10<= 15.30	H: 10.96M N: *****	NU:58	D:TW 163 *	
1909.00 12.57	LA 132	464.00 100.00	567.00 20.54	193.00 14.86	1909.00<= 12.57	663.00 11.76	1031.00 11.49	540.00 8.78	H: 4.50M N: 0.74000	NU:99	D:BA 132	
1914.00 1.89	SN 111	511.01 100.00	1152.00 3.09	761.00 1.89	1914.00<= 1.89	1610.00 1.39	1541.00 0.90	2099.00 0.46	H: 35.50M N: 0.54000	NU: 9	D:IN 111 *	
1915.61 2.80	Y 94	918.20 100.00	1139.10 20.00	550.10 8.40	1668.60 6.20	750.50 4.60	381.80 3.20	1915.61<= 2.80	H: 19.40M N: 0.50000	NU:15	D:ZR 94	
1918.64 1.83	GA 66	511.01 100.00	1039.30 22.17	2752.00 20.00	833.50 5.13	2189.90 4.87	4295.80 2.96	1918.64<= 1.83	H: 9.30M N: 1.15000	NU:61	D:ZN 66	
1919.50 18.99	NI 57	1377.70 100.00	511.01 97.47	127.10 18.99	1919.50<= 18.99	1757.70 8.35	1046.40 0.16	2804.00 0.13	H: 35.94M N: 0.79000	NU:18	D:CO 57 *	
1920.00 20.49	Y 86	1076.00 100.00	1153.00 36.59	627.70 35.37	1920.00<= 30.49	778.50 25.61	1854.50 21.95	442.00 21.95	H: 14.74M N: 0.82000	NU:78	D:SR 86	
1922.60 0.03	BR 78	511.01 100.00	613.90 7.61	694.80 0.05	1020.30 0.04	884.50 0.04	1720.60 0.03	1922.60<= 0.03	H: 6.50M N: 1.84000	NU:20	D:SE 78	
1944.50 1.84	MN 50	511.01 100.00	1098.00 46.60	783.30 47.15	1443.30 32.55	1282.40 15.55	661.50 11.80	1944.50<= 1.84	H: 1.75M N: 2.00000	NU:15	D:CR 50	
1966.00 0.39	J 130M	536.08 100.00	586.10 8.73	1615.00 3.83	1122.00 1.22	1028.00 0.40	1966.00<= 0.39	1380.00 0.30	H: 8.82M N: 0.15800	NU:14	D:J 130 *	
1985.00 2.80	CO 62M	1173.02 100.00	2301.96 19.00	1128.99 16.00	1985.00<= 2.80	2345.80 1.30	3158.40 1.00	1886.30 0.50	H: 1.40M N: *****	NU: 9	D:NI 62	
1996.30 0.17	CS 130	511.01 100.00	536.00 4.37	686.10 0.51	894.00 0.46	1614.60 0.27	1687.30 0.20	1996.30<= 0.17	H: 29.10M N: *****	NU:17	D:XE 130	
1997.10 0.61	ZN 61	511.01 100.00	475.20 8.08	1660.50 3.74	970.00 1.21	1185.40 0.81	690.40 0.81	1997.10<= 0.61	H: 86.00S N: 1.98000	NU:47	D:CU 61 *	
2003.90 19.00	CO 62	1173.02 100.00	1163.50 71.00	2003.90<= 19.00	1719.10 7.10	2104.90 6.40	777.80 2.00	2302.00 1.80	H: 13.50M N: *****	NU:12	D:NI 62	
2017.80 6.56	AG 102M	556.70 100.00	1834.70 23.13	2054.50 15.63	2159.40 11.88	3238.60 11.56	1461.10 10.63	2017.80<= 6.56	H: 8.00M N: *****	NU:14	D:PD 102	
2027.80 3.74	AL 29	1273.50 100.00	2425.70 6.04	2027.80<= 3.74	1152.40 0.90	754.50 0.24	397.90 0.03	1795.70 0.02	H: 6.60M N: 0.91000	NU: 8	D:SI 29	
2034.90 7.82	CO 56	846.74 100.00	1238.28 69.94	511.01 48.48	1037.85 30.47	2598.57 16.90	1771.48 15.79	2034.90<= 7.82	H: 77.30D N: 0.98800	NU:45	D:FE 56	
2040.00 11.00	TL 198	411.70 100.00	636.80 13.40	675.90 12.80	2040.00<= 11.00	1200.50 9.60	1420.30 9.10	1311.90 4.90	H: 5.30M N: *****	NU:65	D:HG 198	
2041.40 100.00	LU 170	2041.40<= 100.00	1279.80 96.00	84.26 85.00	985.30 83.00	1054.00 59.70	2125.60 59.00	1364.10 48.00	H: 2.02D N: *****	NU:99	D:YB 170	
2053.90 88.24	TM 166	779.90 100.00	2053.90<= 88.24	184.20 81.37	1275.20 68.63	704.40 55.88	786.60 49.51	673.10 44.36	H: 7.70M N: 0.20400	NU:77	D:ER 166	
2054.50 15.63	AG 102M	556.70 100.00	1834.70 23.13	2054.50<= 15.63	2159.40 11.88	3238.60 11.56	1461.10 10.63	2017.80 6.56	H: 8.00M N: *****	NU:14	D:PD 102	
2054.70 0.00	CU 62	511.01 100.00	1173.00 0.18	875.70 0.08	2301.00 0.02	1129.10 0.02	3369.90 0.01	2084.70<= 0.00	H: 9.75M N: 1.96000	NU:16	D:NI 62	
2099.00 0.46	SN 111	511.01 100.00	1152.00 3.09	761.00 1.89	1914.00 1.89	1610.00 1.39	1541.00 0.90	2099.00<= 0.46	H: 35.50M N: 0.54000	NU: 9	D:IN 111 *	
2104.90 6.40	CO 62	1173.02 100.00	1163.50 71.00	2003.90 19.00	1719.10 7.10	2104.90<= 6.40	777.80 2.00	2302.00 1.80	H: 13.50M N: *****	NU:12	D:NI 62	
2105.90 0.93	AS 72	834.00 100.00	629.93 10.20	1464.00 1.43	1050.76 1.23	894.27 0.99	2105.90<= 0.93	2201.74 0.65	H: 26.00M N: *****	NU:60	D:GE 72	
2106.10 5.12	AG 112	617.00 100.00	1387.20 12.33	606.40 8.14	1613.20 6.74	694.20 6.05	2106.10<= 5.12	1311.70 2.56	H: 3.15M N: 0.43000	NU:98	D:CO 112	

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE	D: DAUGHTER	N: NORM. FACTOR
										NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE I		
2123.00 25.93	Y 85 -----	232.00 100.00	2123.00<= 25.93	768.00 20.00	1404.00 15.43	2173.00 11.13	1220.00 7.60	1029.00 7.42	H: 4.90H N: 0.22100	NU: 28	D: SR 85 *	
2125.60 59.00	LU 170 -----	2041.40 100.00	1275.80 96.00	84.26 85.00	985.30 83.00	1054.00 59.70	2125.60<= 59.00	1364.10 48.00	H: 2.02D N: *****	NU: 99	D: YB 170	
2128.50 38.00	CL 34H -----	511.01 100.00	146.50 45.00	2128.50<= 38.00	1177.50 12.00	3305.00 12.00			H: 32.00M N: 1.00000	NU: 5	D: CL 34 *	
2139.20 1.80	AG 104H -----	555.80 100.00	1238.80 4.26	2276.70 2.62	1761.80 2.30	785.70 2.13	1720.80 1.97	2139.20<= 1.80	H: 33.50H N: 0.61000	NU: 38	D: PD 104	
2159.40 11.88	AG 102H -----	556.70 100.00	1634.70 23.13	2054.50 15.63	2159.40<= 11.88	3238.60 11.56	1461.10 10.63	2017.80 6.56	H: 8.00M N: *****	NU: 14	D: PD 102	
2164.10 2.00	RH 96H -----	832.30 100.00	1097.80 29.00	1692.30 25.00	2164.10<= 12.00	2256.50 7.00	1907.50 5.00	2456.00 3.50	H: 1.45H N: *****	NU: 11	D: RU 96	
2167.60 50.00	K 38 -----	511.01 100.00	2167.60<= 50.00						H: 7.61H N: 2.00000	NU: 2	D: AR 38	
2173.00 11.13	Y 85 -----	232.00 100.00	2123.00 25.93	768.00 20.00	1404.00 15.43	2173.00<= 11.13	1220.00 7.60	1029.00 7.42	H: 4.90H N: 0.22100	NU: 28	D: SR 85 *	
2186.20 20.11	NB 90 -----	1129.10 100.00	2318.60 92.13	141.15 75.28	2186.20<= 20.11	132.60 4.94	1612.10 4.49	827.70 2.25	H: 14.60H N: 0.89000	NU: 12	D: ZR 90	
2188.00 0.20	J 122 -----	511.01 100.00	564.00 12.75	692.60 0.94	793.00 0.94	683.50 0.65	1747.10 0.23	2188.00<= 0.20	H: 3.50M N: *****	NU: 48	D: TE 122	
2189.90 4.87	GA 66 -----	511.01 100.00	1039.30 32.17	2752.00 20.00	833.50 5.13	2189.90<= 4.87	4295.80 2.96	1918.64 1.83	H: 9.30H N: 1.15000	NU: 61	D: ZN 66	
2195.60 6.12	GA 64 -----	511.01 100.00	992.20 22.96	3366.90 8.16	809.40 7.14	1387.80 6.63	2195.60<= 6.12	919.10 3.88	H: 2.60M N: 1.96000	NU: 29	D: ZN 64	
2201.74 0.65	AS 72 -----	834.00 100.00	629.03 10.20	1464.00 1.43	1050.76 1.23	894.27 0.99	2105.90 0.93	2201.74<= 0.65	H: 26.00H N: *****	NU: 60	D: GE 72	
2214.60 38.34	IR 188 -----	155.00 100.00	634.80 65.89	478.00 47.85	2214.60<= 38.34	312.00 23.93	1210.30 20.28	829.50 19.85	H: 41.50H N: 0.32600	NU: 75	D: OS 188	
2220.00 0.23	ZR 87 -----	511.01 100.00	1228.00 2.30	1210.00 0.73	793.00 0.36	1202.00 0.25	2220.00<= 0.23	1160.00 0.16	H: 1.60H N: 1.65000	NU: 15	D: Y 87H*	
2237.00 3.20	PR 138 -----	788.80 100.00	688.20 33.00	1551.50 17.00	1447.90 4.80	1510.50 3.70	1431.00 3.40	2237.00<= 3.20	H: 1.50M N: *****	NU: 12	D: CE 138	
2238.50 1.53	MO 91H -----	652.80 100.00	1507.60 43.64	1208.00 34.87	2240.70 1.62	2238.50<= 1.53	1032.80 1.29	1082.30 0.87	H: 1.02H N: 0.45600	NU: 10	D: MC 91 *	
2240.10 2.35	V 48 -----	511.01 100.00	983.40 98.04	1311.90 97.06	944.20 8.73	2240.10<= 2.35	928.40 1.18	1437.60 0.12	H: 15.97D N: 1.02000	NU: 9	D: TI 48	
2240.70 1.62	MO 91H -----	652.80 100.00	1507.60 43.64	1208.00 34.87	2240.70<= 1.62	2238.50 1.53	1032.80 1.29	1082.30 0.87	H: 1.02H N: 0.45600	NU: 10	D: MO 91 *	
2256.50 7.00	RH 96H -----	832.30 100.00	1097.80 29.00	1692.30 25.00	2164.10 12.00	2256.50<= 7.00	1907.50 5.00	2456.00 3.50	H: 1.45H N: *****	NU: 11	D: RU 96	
2276.70 2.62	AG 104H -----	555.80 100.00	1238.80 4.26	2276.70<= 2.62	1761.80 2.30	785.70 2.13	1720.80 1.97	2139.20 1.80	H: 33.50H N: 0.61000	NU: 38	D: PD 104	
2300.80 46.00	CO 105 -----	510.80 100.00	2300.80<= 46.00	961.10 3.80	1301.80 3.80	606.60 3.80	347.10 3.20	1692.90 3.10	H: 55.00M N: *****	NU: 99	D: AG 105 *	
2301.00 0.02	CU 62 -----	511.01 100.00	1173.00 0.18	875.70 0.08	2301.00<= 0.02	1129.10 0.02	3369.90 0.01	2084.70 0.00	H: 9.75H N: 1.96000	NU: 16	D: NI 62	
2301.96 19.00	CO 62H -----	1173.02 100.00	2301.96<= 19.00	1128.99 16.00	1985.00 2.80	2345.80 1.30	3158.40 1.00	1886.30 0.50	H: 1.40M N: *****	NU: 9	D: NI 62	
2302.00 1.80	CO 62 -----	1173.02 100.00	1163.50 71.00	2003.90 19.00	1719.10 7.10	2104.90 6.40	777.80 2.00	2302.00<= 1.80	H: 13.50M N: *****	NU: 12	D: NI 62	
2318.60 92.13	NB 90 -----	1129.10 100.00	2318.60<= 92.13	141.15 75.28	2186.20 20.11	132.60 4.94	1612.10 4.49	827.70 2.25	H: 14.60H N: 0.89000	NU: 12	D: ZR 90	
2345.80 1.30	CO 62H -----	1173.02 100.00	2301.96 19.00	1128.99 16.00	1985.00 2.80	2345.80<= 1.30	3158.40 1.00	1886.30 0.50	H: 1.40M N: *****	NU: 9	D: NI 62	
2348.30 1.63	PR 140 -----	1566.50 100.00	306.90 37.00	751.80 6.00	924.24 5.20	2521.70 2.78	1420.30 1.80	2348.30<= 1.63	H: 3.40M N: *****	NU: 17	D: CE 140	
2354.20 17.00	K 45 -----	174.30 100.00	1705.60 87.00	2354.20<= 17.00	1260.70 8.70	2598.80 4.40			H: 16.30H N: *****	NU: 5	D: CA 45 *	
2376.00 40.00	RH 100 -----	539.40 100.00	2376.00<= 40.00	1552.50 28.00	622.20 27.00	1362.40 20.00	1106.30 16.00	445.50 15.80	H: 20.00H N: *****	NU: 31	D: RU 170	
2425.70 6.04	AL 29 -----	1273.50 100.00	2425.70<= 6.04	2077.80 3.74	1152.40 0.90	754.50 0.24	397.90 0.03	1795.70 0.02	H: 6.60M N: 0.91000	NU: 8	D: SI 29	

ENERGY (INTENS.)	NUCLIDE	ASSOCIATED ENERGIES (RELATIVE INTENSITIES)								H: HALF LIFE NU: NUMBER OF ENERGIES IN TABLE 1	D: DAUGHTER	N: NORMAL FACTOR
2455.00 16.00	J 120 -----	561.00 100.00	1526.00 20.00	2455.00<= 16.00	2565.00 14.00	641.00 12.00	601.00 7.40	1202.00 1.30	H: 1.35H N: *****	NU: 7	D: TE 120	
2456.00 3.50	RH 96M -----	832.30 100.00	1007.00 29.00	1602.30 25.00	2164.10 12.00	2256.50 7.00	1907.50 5.00	2456.00<= 3.50	H: 1.45H N: *****	NU: 11	D: RU 96	
2521.70 2.78	PR 140 -----	1566.50 100.00	306.90 37.00	751.80 6.00	924.24 5.20	2521.70<= 2.78	1420.30 1.80	2348.30 1.63	H: 3.40H N: *****	NU: 17	D: CE 140	
2525.00 9.60	SI 33 -----	1847.70 100.00	1431.40 15.00	2529.00<= 9.60	416.30 8.70	1107.60 0.87	691.30 0.43		H: 6.30S N: *****	NU: 6	D: P 33 *	
2565.00 14.00	J 120 -----	561.00 100.00	1526.00 20.00	2455.00 16.00	2565.00<= 14.00	641.00 12.00	601.00 7.40	1202.00 1.30	H: 1.35H N: *****	NU: 7	D: TE 120	
2598.57 16.90	CO 56 -----	846.74 100.00	1238.29 69.94	511.01 46.48	1037.85 30.47	2598.57<= 16.90	1771.48 15.79	2034.90 7.82	H: 77.30D N: 0.98800	NU: 45	D: FE 56	
2598.80 4.40	K 45 -----	174.30 100.00	1705.60 87.00	2354.20 17.00	1260.70 8.70	2598.80<= 4.40			H: 16.30M N: *****	NU: 5	D: CA 45 *	
2614.60 100.00	TL 208 -----	2614.60<= 100.00	583.06 86.00	510.80 23.00	860.37 12.00	277.35 6.90	763.13 1.80	252.60 0.80	H: 3.05H N: 1.00000	NU: 16	D: PB 208	
2656.60 0.11	SC 44 -----	511.01 100.00	1157.00 50.00	1499.60 0.43	2656.60<= 0.11				H: 3.90H N: 1.88000	NU: 4	D: CA 44	
2684.00 4.53	TB 147 -----	1153.00 100.00	139.80 44.93	694.50 40.80	511.01 13.47	119.70 8.93	554.90 5.07	2684.00<= 4.53	H: 24.00M N: 0.75000	NU: 18	D: GD 147 *	
2734.17 0.62	Y 88 -----	1836.08 100.00	897.02 91.95	2734.17<= 0.62	511.01 0.40				H: 107.40D N: 0.99400	NU: 4	D: SR 88	
2740.00 3.80	TC 94M -----	871.10 100.00	1522.00 5.90	1868.80 5.80	2740.00<= 3.80	993.10 2.60	3129.20 1.20	1196.20 0.90	H: 52.00M N: *****	NU: 10	D: PO 94	
2752.00 20.00	GA 66 -----	511.01 100.00	1039.30 32.17	2752.00<= 20.00	833.50 5.13	2189.90 4.87	4295.80 2.96	1918.64 1.83	H: 9.30H N: 1.15000	NU: 61	D: ZN 66	
2793.40 4.21	BR 76 -----	511.01 100.00	559.40 52.63	657.00 10.53	1852.50 10.53	1216.30 6.84	2949.00 4.96	2793.40<= 4.21	H: 16.00H N: 1.33000	NU: 99	D: SE 76	
2803.80 0.55	IN 121M -----	60.10 100.00	1041.20 5.50	1102.20 4.50	321.00 2.50	1120.40 2.50	908.90 1.63	2803.80<= 0.55	H: 3.76M N: *****	NU: 11	D: SN 121 *	
2804.00 0.13	NI 57 -----	1377.70 100.00	511.01 97.47	127.10 18.99	1919.50 18.99	1757.70 8.35	1046.40 0.16	2804.00<= 0.13	H: 35.54H N: 0.79000	NU: 18	D: CO 57 *	
2938.00 0.15	AL 26 -----	511.01 100.00	1809.00 62.38	1130.00 1.56	2938.00<= 0.15				H: 6.40S N: 1.60000	NU: 4	D: MG 26	
2949.00 4.96	BR 76 -----	511.01 100.00	559.40 52.63	657.00 10.53	1852.50 10.53	1216.30 6.84	2949.00<= 4.96	2793.40 4.21	H: 16.00H N: 1.33000	NU: 99	D: SE 76	
3124.40 2.57	CU 60 -----	511.01 100.00	1232.50 47.45	1791.60 24.18	826.40 11.14	3124.40<= 2.57	1861.60 2.54	1035.10 1.91	H: 24.00M N: 1.84000	NU: 74	D: NT 60	
3129.20 1.20	TC 94M -----	871.10 100.00	1522.00 5.90	1868.80 5.80	2740.00 3.80	993.10 2.60	3129.20<= 1.20	1196.20 0.90	H: 52.00M N: *****	NU: 10	D: PO 94	
3158.40 1.00	CO 62M -----	1173.02 100.00	2301.96 19.00	1128.99 16.09	1985.00 2.80	2345.80 1.30	3158.40<= 1.00	1886.30 0.50	H: 1.40M N: *****	NU: 9	D: NI 62	
3238.60 11.56	AG 102M -----	556.70 100.00	1834.70 23.13	2054.50 15.63	2159.40 11.88	3238.60<= 11.56	1461.10 10.63	2017.80 6.56	H: 8.00H N: *****	NU: 14	D: PD 102	
3305.00 12.00	CL 34M -----	511.01 100.00	146.50 45.00	2128.50 38.00	1177.50 12.00	3305.00<= 12.00			H: 32.00M N: 1.00000	NU: 5	D: CL 34 *	
3366.90 8.16	GA 64 -----	511.01 100.00	992.20 22.96	3366.90<= 8.16	809.40 7.14	1387.80 6.63	2195.60 6.12	919.10 3.88	H: 2.60M N: 1.96000	NU: 29	D: ZN 64	
3369.90 0.01	CU 62 -----	511.01 100.00	1173.00 0.18	875.70 0.08	2301.00 0.02	1129.10 0.02	3369.90<= 0.01	2084.70 0.00	H: 9.75M N: 1.96000	NU: 13	D: NI 62	
4295.80 2.96	GA 66 -----	511.01 100.00	1039.30 32.17	2752.00 20.00	833.50 5.13	2189.90 4.87	4295.80<= 2.96	1918.64 1.83	H: 9.30H N: 1.15000	NU: 61	D: ZN 66	
5653.00 0.10	IN 112 -----	619.20 100.00	606.40 23.40	1252.60 5.60	1489.00 1.20	1278.00 0.20	5653.00<= 0.10		H: 14.40M N: *****	NU: 6	D: CO 112	

